

PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA FORNITURA QUINQUENNALE IN SERVICE DI “UN SISTEMA PER LA PREVENZIONE DELLA REAZIONE TRASFUSIONALE DA INCOMPATIBILITA’ AB0 E MINIMIZZARE IL RISCHIO TRASFUSIONALE, DA UTILIZZARE, PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. MEDICINA TRASFUSIONALE, NEI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI E SUL TERRITORIO DELLA ASL DI PESCARA”

Del. n. 1232/2022

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione n. 1232 del 25 agosto 2022 questa Amministrazione ha indetto una procedura aperta finalizzata alla fornitura di sistemi diagnostici e analitici necessari alle esigenze dei laboratori della ASL di Pescara;
- l'importo a base d'asta della gara è di € 515.000,00, iva esclusa oltre le opzioni previste nella deliberazione di indizione;
- l'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri di valutazione riportati nel disciplinare di gara e avrà durata quinquennale;
- la scrivente è stata nominata RUP della procedura ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., mediante la deliberazione di indizione della gara sopra richiamata;
- il termine di scadenza della presentazione delle offerte è stato fissato nella data del 2 dicembre 2022;
- svolgendo in modalità telematica avvalendosi del sistema di intermediazione telematica della piattaforma di NET4MARKET, nel rispetto delle tempistiche stabilite e rese note mediante il timing pubblicato sulla piattaforma in parola;
- in data 6 dicembre 2022, il RUP ha verificato la tempestiva presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte, rinviando a successiva seduta il controllo della relativa completezza e regolarità, come da verbale ritualmente notificato agli operatori economici mediante pubblicazione sul portale.
- In data 14 dicembre 2022 il RUP ha verificato la conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto richiesto e previsto nel disciplinare di gara; da detta verifica è risultato che la documentazione amministrativa è completa e regolare per tutti gli operatori partecipanti (**GADAMED SRL, IMMUNOSPARK SRL, PACO SRL, TESI ELETTRONICA E SISTEMI INFORMATIVI SPA**)
- La Commissione giudicatrice della qualità delle offerte tecniche pervenute, nella seduta del 13 settembre 2023, ha attribuito alle Ditte partecipanti i seguenti punteggi, su parametro 80 punti:

PACO SRL = 80 punti

IMMUNOSPARK SRL = 70,20 punti

GADAMED SRL = 57,40 punti

TESI ELETTRONICA E SISTEMI INFORMATIVI SPA = 57,40 punti

- In data 22 settembre, sono stati inseriti i suddetti punteggi nel Portale STELLA, attraverso il quale è stato trasmesso a tutti gli operatori economici partecipanti il verbale rimesso dalla Commissione Giudicatrice.
- In data 3 ottobre 2023 (ore 10.35) si è proceduto all'apertura delle offerte economiche, con il seguente esito:



operatore economico	punteggio tecnico	punteggio economico	punteggio totale	Valore offerta economica
IMMUNOSPARK SRL	70,20	20,00	90,20	€ 300.600,00
PACO SRL	80,00	0,27	80,27	€ 512.120,00
TESI ELETTRONICA SPA	57,40	10,57	67,97	€ 401.700,00
GADAMED	57,40	6,27	63,67	€ 447.825,00

- Nella stessa giornata, ma successivamente all'effettuazione dell'apertura delle offerte economiche, sono prevenute alla U.O.C. Gestione Approvvigionamenti Beni e Servizi osservazioni da parte dell'operatore economico TESI ELETTRONICA E SISTEMI INFORMATIVI SPA, nel quale vengono segnalati 2 elementi di criticità relativamente alla valutazione effettuata dalla commissione giudicatrice:

- 1) La somma dei punteggi assegnati alla TESI ELETTRONICA dalla Commissione giudicatrice è **57,40**, ma da somma algebrica risulterebbe **60,20**.
- 2) La commissione giudicatrice ha attribuito il punteggio 0 (zero) al **criterio di valutazione n. 5** dell'offerta tecnica (Sistema registrato in Italia come dispositivo medico presso il Ministero della Salute), per il quale la Commissione può assegnare, oggettivamente, punti 10 (dieci) in presenza della registrazione presso il Ministero della Salute, ovvero punti 0 (zero) in sua assenza; va tenuto presente che nella nota allegata, il legale rappresentante della Ditta TESI ELETTRONICA ha evidenziato che nella documentazione tecnica è stata allegata la dichiarazione di conformità n. 16/22 e il dispositivo in questione è classificato sul sito del Ministero della Salute come Dispositivo Medico.

Il RUP, preso atto delle osservazioni sopra esposte e valutato che il relativo riesame da parte della Commissione giudicatrice non comporta una nuova valutazione, ma semplicemente la verifica di:

- 1) Corretta attribuzione del punteggio
- 2) Verifica della presenza all'interno della documentazione tecnica prodotta dalla Ditta TESI ELETTRONICA della documentazione relativa al criterio di valutazione n. 5 dell'offerta tecnica, ovvero "dell'attestazione che il sistema sia registrato in Italia come Dispositivo Medico presso il Ministero della Salute, con indicazione del CND e del Numero di Repertorio"

il RUP, in data 4 ottobre 2023 ha richiesto alla Commissione giudicatrice la verifica di cui sopra.

In data 12 ottobre 2023, la Commissione Giudicatrice ha rimesso l'allegato verbale n. 2, dal quale risulta:

- 1) La rettifica dei punteggi attribuiti alle Ditte GADAMED SRL e TESI ELETTRONICA E SISTEMI INFORMATIVI SPA.
- 2) La conferma del punteggio attribuito precedentemente nel verbale n. 1 alla Ditta TESI ELETTRONICA E SISTEMI INFORMATIVI SPA, relativamente al criterio n. 5 di valutazione dell'offerta tecnica, poiché nella dichiarazione di conformità n. 16/22 non risultano indicati il CND e il Numero di Repertorio, richiesti dal Capitolato tecnico.

TUTTO CIO' PREMESSO

In data 13 ottobre 2023 presso l'UOC Acquisizione Beni e Servizi dell'Asl di Pescara sita in Pescara, Largo Lama, la sottoscritta Dott.ssa Vilma Rosa, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in qualità di Autorità di Gara e Rup della procedura in oggetto, coadiuvata dal dott. Claudio Pantani, collaboratore amministrativo esperto e dal Dott. Roberto Petrini, collaboratore amministrativo esperto, in servizio presso l'UOC ABS, apre la seduta riservata volta a:

1. Prendere atto del verbale n. 2 della Commissione Giudicatrice del 12 ottobre 2023;
2. Per l'effetto, procedere alla rettifica della graduatoria scaturita dopo l'apertura delle offerte economiche.

3. Redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

Il RUP prende atto del verbale n. 2 della Commissione Giudicatrice del 12 ottobre dal quale risulta che:

1) i punteggi qualitativi inerenti l'offerta tecnica sono riformulati, a seguito di loro rettifica, come segue:

PACO SRL = 80 punti

IMMUNOSPARK SRL = 70,20 punti

GADAMED SRL = 60,20 punti

TESI ELETTRONICA E SISTEMI INFORMATIVI SPA = 60, 20 punti

2) La conferma La conferma del punteggio attribuito precedentemente nel verbale n. 1 alla Ditta TESI ELETTRONICA E SISTEMI INFORMATIVI SPA, relativamente al criterio n. 5 di valutazione dell'offerta tecnica, poiché nella dichiarazione di conformità n. 16/22 non risultano indicati il CND e il Numero di Repertorio, richiesti dal Capitolato tecnico.

Il RUP, per l'effetto di detta rettifica, riformula la graduatoria generata dalla Piattaforma STELLA in seguito all'apertura delle offerte economiche, come di seguito rappresentato:

operatore economico	punteggio tecnico	punteggio economico	punteggio totale	Valore offerta economica
IMMUNOSPARK SRL	70,20	20,00	90,20	€ 300.600,00
PACO SRL	80,00	0,27	80,27	€ 512.120,00
TESI ELETTRONICA SPA	60,20	10,57	70,77	€ 401.700,00
GADAMED	60,20	6,27	66,47	€ 447.825,00

Resta fermo che il Rup si riserva di verificare, in seduta riservata, la sospetta anomalia delle offerte secondo l'art. 90 del D.Lgs. 50/2016., segnalata in data 3 ottobre 2023 dalla Piattaforma STELLA e già comunicata a tutti gli interessati.

L'autorità di gara chiude la seduta il giorno 13 ottobre 2023, alle ore 10.00.

Copia del presente verbale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. verrà pubblicata sul portale telematico. La comunicazione a mezzo pec della predetta pubblicazione, equivarrà a tutti gli effetti, alla notificazione del verbale pubblicato, costituendo onere di ciascun operatore, accedere al portale e acquisirne i contenuti.

Si rappresenta, altresì, che i punteggi relativi alla qualità tecnica, rettificati dalla Commissione Giudicatrice, saranno rettificati anche sulla Piattaforma STELLA. Qualora detta operazione non sarà tecnicamente consentita dalla Piattaforma in parola, sarà, ad ogni buon conto, fatta valere la graduatoria sopra rappresentata, frutto del richiamato lavoro di rettifica della Commissione Giudicatrice.


Pescara, 13 ottobre 2023

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Dott.ssa Vilma Rosa

Dott. Claudio Pantani

Dott. Roberto Petrini





AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

www.asl.pe.it

Via Paolini, 45 - 65100 Pescara

Tel. 085 4254971-3972

C.F.-Partita IVA n. 01397530682

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, FINALIZZATA ALLA FORNITURA QUINQUENNALE IN SERVICE DI UN SISTEMA PER LA PREVENZIONE DELLA REAZIONE TRASFUSIONALE DA INCOMPATIBILITÀ ABO E MINIMIZZARE IL RISCHIO TRASFUSIONALE DA UTILIZZARE PER LE ESIGENZE DELLA UOC MEDICINA TRASFUSIONALE NEI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI E SUL TERRITORIO DELL'ASL DI PESCARA

Verbale n.2 - della COMMISSIONE GIUDICATRICE seduta del 12 /10/2023

Il giorno 12 del mese di ottobre dell'anno 2023 alle ore 12.00 presso la Sala Riunioni dell'U.O.C. Medicina trasfusionale dell'Asl di Pescara, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice nelle persone di:

Presidente:

ANNA QUAGLIETTA

Componenti:

LORENZA DI PRATA

PAMELA PECA

ALESSANDRO PECE

ELISABETTA TARANTINO

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti apre i lavori della seduta odierna

In data 4 ottobre 2023 l'ufficio Approvvigionamenti Beni e Servizi ha trasmesso una nota della TESI Elettronica e Sistemi Informatici SPA, nella quale vengono segnalati due elementi che devono essere oggetto di ulteriore approfondimento

- 1) la somma dei punteggi assegnati alla TESI ELETTRONICA dalla Commissione giudicatrice è 57,40, ma da somma algebrica risulterebbe 60,20.
- 2) La commissione giudicatrice ha attribuito il punteggio 0 (zero) al criterio di valutazione n. 5 dell'offerta tecnica (Sistema registrato in Italia come dispositivo medico presso il Ministero della Salute), per il quale la Commissione può assegnare, oggettivamente, punti 10 (dieci) in presenza della registrazione presso il Ministero della Salute, ovvero punti 0 (zero) in sua assenza; va tenuto presente che nella nota allegata, il legale rappresentante della TESI ELETTRONICA ha evidenziato che nella documentazione tecnica è stata allegata la dichiarazione di conformità n. 16/22 e il dispositivo in questione è classificato sul sito del Ministero della Salute come Dispositivo Medico.

In relazione al primo punto la commissione procede alla verifica dei punteggi riportati dagli operatori economici concorrenti, ricalcolando analiticamente le formule dei punteggi di ogni singolo criterio, vengono rilevati dei refusi di calcolo per cui la tabella viene riformulata come segue:

Conteggi pubblicati precedentemente=

D: discrezionale			IMMUNOSPARK	PACO SRL	TESI ELETTRONICA E SISTEMI INFORMATIVI SPA	GADAMED	
T: tabellare							
n.Criteri	P _{MAX}	Criterio					
D	1	7	Sistema/Tecnologia di identificazione paziente: facile, rapido, sicuro, ribusto	1,40	7,00	1,40	1,40
T	2	10	Piena funzionalità anche in modalità "Off-Line" e trasmissione dati anche in assenza di LAN aziendale	10	10	10	10
T	3	7	Sistema in grado di inviare i dati al server collegato al gestionale del Servizio Trasfusionale per garantire l'emovigilanza in tempo reale indipendentemente dalla distanza geografica e dalla presenza/assenza di LAN aziendale	7	7	7	7
T	4	10	Disponibilità dell'utilizzo del sistema anche fuori dalla rete aziendale nelle procedure di trasfusioni domiciliari	10	10	10	10
T	5	10	Sistema registrato in Italia come Dispositivo Medico presso il Ministero della Salute (indicare CND e n.ro)	10	10	0	0
T	6	5	Possibilità di riconoscimento di operatori/pazienti con dati biometrici	5	5	5	5
T	7	7	Assistenza telefonica guidata h 24 per eventuali malfunzionamenti del sistema	7	7	7	7
D	8	7	Adattabilità e facilità di inserimento del Sistema nell'organizzazione aziendale /U.O.O. Utilizzatrici e Territorio), con particolare rilievo sia al progetto di formazione dei reparti, che al re-training delle unità. (discrezionale per la Commissione su quanto dichiarato dal Fornitore.)	2,80	7,00	2,8	2,8
T	9	7	Possibilità da parte del sistema proposto di leggere sia codici barcode che tag Rfid al fine di adattarsi alle tecnologie attualmente impiegate presso	7	7	7	7
T	10	10	Sistema con possibilità di gestire il monitoraggio in continuo della temperatura agli emocomponenti da trasfondere per l'intera vita	10	10	10	10
	80			70,20	80,00	57,40	57,40

Nuovi Conteggi :

U. discrezionale

T: tabellare

IMMUNOSPARK

PACO SRL

TESI ELETTRONICA E SISTEMI INFORMATIVI SPA

GADAMED

n.Criterio	P _{MAX}	Criterio				
D 1	7	Sistema/Tecnologia di identificazione paziente: facile, rapido, sicuro, ribusto	2,80	7,00	1,40	1,40
T 2	10	Piena funzionalità anche in modalità "Off-Line" e trasmissione dati anche in assenza di LAN aziendale	10	10	10	10
T 3	7	Sistema in grado di inviare i dati al server collegato al gestionale del Servizio Trasfusionale per garantire l'emovigilanza in tempo reale indipendentemente dalla distanza geografica e dalla presenza/assenza di LAN aziendale	7	7	7	7
T 4	10	Disponibilità dell'utilizzo del sistema anche fuori dalla rete aziendale nelle procedure di trasfusioni domiciliari	10	10	10	10
T 5	10	Sistema registrato in Italia come Dispositivo Medico presso il Ministero della Salute (indicare CND e n.ro REPERTORIO)	10	10	0	0
T 6	5	Possibilità di riconoscimento di operatori/pazienti con dati biometrici	5	5	5	5
T 7	7	Assistenza telefonica guidata h 24 per eventuali malfunzionamenti del sistema	7	7	7	7
D 8	7	Adattabilità e facilità di inserimento del Sistema nell'organizzazione aziendale /UU.OO. Utilizzatrici e Teritorio), con particolare rilievo sia al progetto di formazione dei reparti, che al re-training delle unità. (discrezionale per la Commissione su quanto dichiarato dal Fornitore)	3,50	7,00	2,80	2,80
T 9	7	Possibilità da parte del sistema proposto di leggere sia codici barcode che tag Rfid al fine di adattarsi alle tecnologie attualmente impiegate presso l'organizzazione Aziendale.	7	7	7	7
T 10	10	Sistema con possibilità di gestire il monitoraggio in continuo della temperatura agli emocomponenti da trasfondere per l'intera vita dell'emocomponente stesso.	10	10	10	10
	80		72,30	80,00	60,20	60,20

In relazione al secondo punto la commissione ha rivalutato il punto 5 dell'articolo 8 del capitolato tecnico in cui veniva richiesto se il "Sistema fosse registrato in Italia come Dispositivo Medico presso il Ministero della Salute (indicare CND e n.ro REPERTORIO) "alla documentazione tecnica è stata allegata la dichiarazione di conformità n. 16/22 da cui risulta che il dispositivo rientra nella classificazione di classe di rischio I destinato a supportare la diagnosi. Non è stato fornito nei documenti IL CND e il numero di repertorio così come richiesto. Tali dati sono stati forniti solo successivamente nella nota del 2 ottobre 2023 da parte di TESI Elettronica e Sistemi Informatici SPA.

Pertanto la richiesta di assegnazione del punteggio inerente il criterio 5 sopra richiamato non può essere accolta.

ore 13.00, il Presidente della Commissione dichiara chiusa seduta.

Si trasmette il presente Verbale alla UOC Gestione Approvvigionamenti Beni e Servizi dell'Asl di Pescara per il seguito di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

PRESIDENTE




COMPONENTE



COMPONENTE



COMPONENTE



COMPONENTE

