

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI SOSTITUTI DERMICI PER LE ESIGENZE DELLE UU.OO. DI OTORINOLARINGOIATRIA, CHIRURGIA PLASTICA, ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA E CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE DELLA ASL DI PESCARA (Delibera numero 392 del 16 Marzo 2023)**

**VERBALE COMMISSIONE TECNICA DEL 27.10.2023**

Il giorno 27.10.2023 alle ore 12.00 presso la Sala riunioni della UO di Chirurgia Maxillo Facciale, si è riunita la commissione giudicatrice incaricata ad effettuare la valutazione tecnico qualitativa delle offerte alla procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con piu' operatori economici, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016, per la fornitura di sostituti dermici per le esigenze delle uu.oo. di otorinolaringoiatria, chirurgia plastica, ortopedia e traumatologia e chirurgia maxillo facciale della asl di Pescara.

La commissione giudicatrice, come da Delibera n° 1134 del 13 Luglio 2023, è composta da:

Dott. Giuliano Ascani (Presidente)  
Dott.ssa Susanna Catanzaro (Componente)  
Dott. Pasquale D'Alessio (Componente)

Dopo attenta lettura ed analisi di tutti gli atti di gara, quali capitolato tecnico, disciplinare e offerte tecniche delle ditte partecipanti, e tenuto conto delle risultanze della demo/visione effettuata in data 19.10.2023 presso la Sala riunioni della UO di Chirurgia Maxillo Facciale, la Commissione procede alla valutazione qualitativa, attribuendo i relativi coefficienti e punteggi finali come da "Allegato 1" e "Allegato 2" che diventano parte integrante e sostanziale del presente verbale.

La Graduatoria finale qualitativa è riportata nell' "Allegato 3" che diventa parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Alle ore 15.00 Il Presidente dichiara chiusa la seduta e l'intera procedura di valutazione, rimettendo al RUP il presente verbale composto da pag. 1 con "Allegato 1", "Allegato 2" e "Allegato 3", per i successivi atti consequenziali

Pescara, 27 ottobre 2023

**La commissione giudicatrice**

Dott. Giuliano Ascani

Dott.ssa Susanna Catanzaro

Dott. Pasquale D'Alessio

Dott. ASCANI GIULIANO  
Responsabile U.O.D.S.  
CENT. MAXILLO FACCIALE  
ASL PESCARA  
CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE  
Dirigente Medico 1° Livello  
Dr. Susanna CATANZARO  
Matr. 8859

ASL PESCARA  
OTORINOLARINGOIATRIA  
DIRIGENTE MEDICO 1° LIVELLO  
Dott. Pasquale D'ALESSIO  
Matr. 8859

LOTTO 1 - SOSTITUTO DERMICO A DOPPIO STRATO													
Criteri Valutazione - All 1 - Disciplinare di gara per l'affidamento della fornitura di di sostituti dermici per le esigenze di varie UUOO della ASL di Pescara	Punt. Max	UBER ROS SPA			INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL			BIOMEDICA ITALIA SRL			ATHENA SRL		
		Coeff. Assegnato	Coeff. Riparametrato	TOTALE	Coeff. Assegnato	Coeff. Riparametrato	TOTALE	Coeff. Assegnato	Coeff. Riparametrato	TOTALE	Coeff. Assegnato	Coeff. Riparametrato	TOTALE
Capacità di integrazione/tempo di degradazione	12	0,7	0,7	8,4	1	1	12	0,5	0,5	6	0,5	0,5	6
Porosità media dello Scaffold	12	0,7	0,7	8,4	1	1	12	0,8	0,8	9,6	0,7	0,7	8,4
Capacità di modulare il processo infiammatorio durante la rigenerazione tessutale	10	1	1	10	1	1	10	1	1	10	1	1	10
Conformabilità del sostituto al sito d'impianto	12	1	1	12	0,8	0,8	9,6	1	1	12	1	1	12
Maneggevolezza nell'applicazione	12	1	1	12	1	1	12	1	1	12	1	1	12
Versatilità di impiego	12	1	1	12	1	1	12	1	1	10	1	1	12
Confezionamento	10	1	1	10	1	1	10	1	1	10	1	1	10
<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>				<b>72,8</b>			<b>77,6</b>			<b>69,6</b>			<b>70,4</b>
<b>PUNTEGGIO FINALE RIPARAMETRATO</b>				<b>72,8</b>			<b>77,6</b>			<b>69,6</b>			<b>70,4</b>
LOTTO 2 - SOSTITUTO DERMICO DOPPIO STRATO PERFORATO-FENESTRATO													
Criteri Valutazione - All 2 - Capitolato speciale per l'affidamento della fornitura di di sostituti dermici per le esigenze di varie UUOO della ASL di Pescara	Punt. Max	UBER ROS SPA			INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL			BIOMEDICA ITALIA SRL					
		Coeff. Assegnato	Coeff. Riparametrato	TOTALE	Coeff. Assegnato	Coeff. Riparametrato	TOTALE	Coeff. Assegnato	Coeff. Riparametrato	TOTALE			
Capacità di integrazione/tempo di degradazione	12	0,7	0,7	8,4	1	1	12	0,5	0,5	6			
Porosità media dello Scaffold	12	0,7	0,7	8,4	1	1	12	0,8	0,8	10			
Capacità di modulare il processo infiammatorio durante la rigenerazione tessutale	10	1	1	10	1	1	10	1	1	10			
Conformabilità del sostituto al sito d'impianto	12	1	1	12	0,8	0,8	9,6	1	1	12			
Maneggevolezza nell'applicazione	12	1	1	12	1	1	12	1	1	12			
Versatilità di impiego	12	1	1	12	0,8	0,8	9,6	0,8	0,8	9,6			
Confezionamento	10	1	1	10	1	1	10	1	1	10			
<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>				<b>72,8</b>			<b>63,2</b>			<b>69,6</b>			
<b>PUNTEGGIO FINALE RIPARAMETRATO</b>				<b>72,8</b>			<b>63,2</b>			<b>69,6</b>			
LOTTO 3 - SOSTITUTO DERMICO A STRATO SINGOLO													
Criteri Valutazione - All 2 - Capitolato speciale per l'affidamento della fornitura di di sostituti dermici per le esigenze di varie UUOO della ASL di Pescara	Punt. Max	UBER ROS SPA			INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL			BIOMEDICA ITALIA SRL			SINI-MEDIC NIEDERREITER GMBH		
		Coeff. Assegnato	Coeff. Riparametrato	TOTALE	Coeff. Assegnato	Coeff. Riparametrato	TOTALE	Coeff. Assegnato	Coeff. Riparametrato	TOTALE	Coeff. Assegnato	Coeff. Riparametrato	TOTALE
Capacità di integrazione/tempo di degradazione	12	0,7	0,7	8,4	1	1	12	0,5	0,5	6	0,5	0,5	6
Porosità media dello Scaffold	12	0,7	0,7	8,4	1	1	12	0,8	0,8	9,6	0,7	0,7	8,4
Capacità di modulare il processo infiammatorio durante la rigenerazione tessutale	10	1	1	10	1	1	10	1	1	10	1	1	10
Conformabilità del sostituto al sito d'impianto	12	1	1	12	1	1	12	1	1	12	1	1	12
Maneggevolezza nell'applicazione	12	1	1	12	1	1	12	1	1	12	0,8	0,8	9,6
Versatilità di impiego	12	1	1	12	1	1	12	1	1	12	1	1	12
Confezionamento	10	1	1	10	1	1	10	1	1	10	1	1	10
<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>				<b>72,8</b>			<b>80</b>			<b>71,6</b>			<b>68</b>
<b>PUNTEGGIO FINALE RIPARAMETRATO</b>				<b>72,8</b>			<b>80</b>			<b>71,6</b>			<b>68</b>
LOTTO 4 - SOSTITUTO DERMICO GRANULARE													
Criteri Valutazione - All 2 - Capitolato speciale per l'affidamento della fornitura di di sostituti dermici per le esigenze di varie UUOO della ASL di Pescara	Punt. Max	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL			BIOMEDICA ITALIA SRL								
		Coeff. Assegnato	Coeff. Riparametrato	TOTALE	Coeff. Assegnato	Coeff. Riparametrato	TOTALE						
Capacità di integrazione/tempo di degradazione	20	0,9	0,9	18	1	1	20						
Capacità di modulare il processo infiammatorio durante la rigenerazione tessutale	20	1	1	20	0,8	0,8	16						
Maneggevolezza nell'applicazione	20	1	1	20	0,9	0,9	18						
Confezionamento	20	1	1	20	1	1	20						
<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>				<b>78</b>			<b>74</b>						
<b>PUNTEGGIO FINALE RIPARAMETRATO</b>				<b>78</b>			<b>74</b>						

Dott. ASCANI GIULIANO  
Responsabile U.O.D.S.  
CHIR. MAXILLO FACCIALE  
O.C. PESCARA



ASL PESCARA  
CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE  
Dirigente Medico 1° Livello  
Dr. Susanna CAPANZARO  
Matr. 8859

ASL PESCARA  
OTORINOLARINGOIATRIA  
DIRIGENTE MEDICO 1° LIVELLO  
Dott. Pasquale D'ALESSIO  
Matr. 8985



**VALUTAZIONE TECNICA \_ALL. 3** - PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI SOSTITUTI DERMICI PER LE ESIGENZE DI VARIE UU.OO.

**GRADUATORIA FINALE** a seguito di seconda riparametrazione come previsto dal Disciplinare di gara a pag 30

**LOTTO 1 - SOSTITUTO DERMICO A DOPPIO STRATO**

	Ditta	Punti	
1	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL	80	
2	UBER ROS SPA	75,05	
3	BIOMEDICA ITALIA SRL	71,75	
4	ATHENA SRL	72	

**LOTTO 2 - SOSTITUTO DERMICO DOPPIO STRATO PERFORATO-FENESTRATO**

	Ditta	Punti	
1	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL	80	
2	UBER ROS SPA	77,44	
3	BIOMEDICA ITALIA SRL	70	

**LOTTO 3 - SOSTITUTO DERMICO A STRATO SINGOLO**

	Ditta	Punti	
1	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL	80	
2	BIOMEDICA ITALIA SRL	71,6	
3	UBER ROS SPA	72,8	
4	SINI-MEDIC NIEDERREITER GMBH	68	


**LOTTO 4 - SOSTITUTO DERMICO GRANULARE**

	Ditta	Punti	
1	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL	80	
2	BIOMEDICA ITALIA SRL	75,89	

Dott. ASCANI GIULIANO  
Responsabile U.O.D.S.  
CHIR. MAXILLO FACCIALE  
O.S. PESCARA



ASL PESCARA  
CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE  
Dirigente Medico Livello  
Dr. Susanna CATANZARO  
Matr. 8859



ASL PESCARA  
OTORINOLARINGOIATRIA  
DIRIGENTE MEDICO LIVELLO  
Dott. Pr. Me D'ALESSIO  
Matr. 8945



LOTTO 1 - SOSTITUTO DERMICO A DOPPIO STRATO									
Criteria Valutazione - All 2 - Capitolato speciale per l'affidamento della fornitura di sostituti dermici per le esigenze di varie UUOO della ASL di Pescara	Punt. Max	UBER ROS SPA	INTEGRA LIFESCENCES ITALY SRL	BIOMEDICA ITALIA SRL	ATHENA SRL	UBER ROS SPA	INTEGRA LIFESCENCES ITALY SRL	BIOMEDICA ITALIA SRL	ATHENA SRL
Capacità di integrazione/tempo di degradazione	12	8,4	12	6	6				
Porosità media dello Scaffold	12	8,4	12	9,6	8,4				
Capacità di modulare il processo infiammatorio durante la rigenerazione tissutale	10	10	10	10	10				
Conformabilità del sostituto al sito d'impianto	12	12	9,6	12	12		minore flessibilità dello strato in silicone		
Maneggevolezza nell'applicazione	12	12	12	12	12				
Versatilità di impiego	12	12	12	10	12			necessità di successivo autoinnesto epidermico	
Confezionamento	10	10	10	10	10				
<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>	<b>80</b>	<b>72,8</b>	<b>77,6</b>	<b>69,6</b>	<b>70,4</b>				
LOTTO 2 - SOSTITUTO DERMICO DOPPIO STRATO PERFORATO-FENESTRATO									
Criteria Valutazione - All 2 - Capitolato speciale per l'affidamento della fornitura di sostituti dermici per le esigenze di varie UUOO della ASL di Pescara	Punt. Max	UBER ROS SPA	INTEGRA LIFESCENCES ITALY SRL	BIOMEDICA ITALIA SRL	UBER ROS SPA	INTEGRA LIFESCENCES ITALY SRL	BIOMEDICA ITALIA SRL		
Capacità di integrazione/tempo di degradazione	12	8,4	12	6					
Porosità media dello Scaffold	12	8,4	12	10					
Capacità di modulare il processo infiammatorio durante la rigenerazione tissutale	10	10	10	10					
Conformabilità del sostituto al sito d'impianto	12	12	9,6	12		minore flessibilità dello strato in silicone			
Maneggevolezza nell'applicazione	12	12	12	12					
Versatilità di impiego	12	12	9,6	9,6				necessità di successivo autoinnesto epidermico	
Confezionamento	10	10	10	10					
<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>	<b>80</b>	<b>72,8</b>	<b>75,2</b>	<b>69,6</b>					
LOTTO 3 - SOSTITUTO DERMICO A STRATO SINGOLO									
Criteria Valutazione - All 2 - Capitolato speciale per l'affidamento della fornitura di sostituti dermici per le esigenze di varie UUOO della ASL di Pescara	Punt. Max	UBER ROS SPA	INTEGRA LIFESCENCES ITALY SRL	BIOMEDICA ITALIA SRL	SINI-MEDIC NIEDERREITER GMBH	UBER ROS SPA	INTEGRA LIFESCENCES ITALY SRL	BIOMEDICA ITALIA SRL	SINI-MEDIC NIEDERREITER GMBH
Capacità di integrazione/tempo di degradazione	12	8,4	12	6	6				
Porosità media dello Scaffold	12	8,4	12	9,6	8,4				
Capacità di modulare il processo infiammatorio durante la rigenerazione tissutale	10	10	10	10	10				
Conformabilità del sostituto al sito d'impianto	12	12	12	12	12				
Maneggevolezza nell'applicazione	12	12	12	12	6,9				minore resistenza
Versatilità di impiego	12	12	12	12	12				
Confezionamento	10	10	10	10	10				
<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>	<b>80</b>	<b>72,8</b>	<b>80</b>	<b>71,6</b>	<b>65,3</b>				
LOTTO 4 - SOSTITUTO DERMICO GRANULARE									
Criteria Valutazione - All 2 - Capitolato speciale per l'affidamento della fornitura di sostituti dermici per le esigenze di varie UUOO della ASL di Pescara	Punt. Max	INTEGRA LIFESCENCES ITALY SRL	BIOMEDICA ITALIA SRL	INTEGRA LIFESCENCES ITALY SRL	BIOMEDICA ITALIA SRL				
Capacità di integrazione/tempo di degradazione	20	18	20						
Capacità di modulare il processo infiammatorio durante la rigenerazione tissutale	20	20	16			letteratura non riportata			
Maneggevolezza nell'applicazione	20	20	18			viscosità e quantità prestabilita			
Confezionamento	20	20	20						
<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>	<b>80</b>	<b>78</b>	<b>74</b>						

ASL PESCARA  
OTORINOLARINGOIATRIA  
Dirigente Medico Livello  
Dr. Cosimo VALESSIO  
Matr. 8857

ASL PESCARA  
CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE  
Dirigente Medico Livello  
Dr. Saverio CALABRIZZO  
Matr. 8857

Dot. ASCANI GIULIANO  
Responsabile U.O.D.S.  
CHIR. MAXILLOFACCIALE  
O.C. PESCARA