


PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE per le ESIGENZE delle UUOO della ASL di PESCARA.

La Commissione tecnica, riunitasi in data 25/09/2024, ad integrazione del verbale del 24/09/2024, effettua rivalutazione delle offerte delle DITTE MEDLINE, FISIOTER, PIZZOCRI, ARTRO', RAMEDICAL, FABOTEX, 3F, COSMAR, per i lotti da 1 a 4, dato atto del chiarimento riguardante il requisito NRD che il Collegio Tecnico ha dichiarato nel seguente modo" E' accettabile anche il tipo NR perché NR D indica che è stato eseguito il test di intasamento (D) che è tuttavia opzionale e non obbligatorio".

La valutazione pertanto aggiornata, come da allegato tecnico, viene inviata insieme al presente verbale.

La Commissione Tecnica Giudicatrice

Presidente: Dott.ssa Rosamaria Zocaro



Componente: Dott. Rocco Abbruzzese



Componente: Dott. Alessio Felicione



Pescara, 25/09/2024

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla fornitura di dispositivi di protezione individuale per le esigenze delle UU.OO. dell'Asl di Pescara

LOTTO 1 (manca certificazione lettera "D")

DITTA	CRITERI DI QUALITA'	TIPO	PUNT. MAX.
MEDLINE	Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico)	D	20
	Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati).	P	21
	Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort).	D	25
TOTALE			66

LOTTO 1

DITTA	CRITERI DI QUALITA'	TIPO	PUNT. MAX.
3F Srl	Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico)	D	19
	Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati).	P	35
	Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort).	D	21,25
TOTALE			75,25

LOTTO 1 (manca certificazione lettera "D")

DITTA	CRITERI DI QUALITA'	TIPO	PUNT. MAX.
FISIOTER Srl	Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico)	D	20
	Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati).	P	21
	Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort).	D	25
TOTALE			66

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla fornitura di dispositivi di protezione individuale per le esigenze delle UU.OO. dell'Asl di Pescara
LOTTO 1

DITTA	CRITERI DI QUALITA'	TIPO	PUNT. MAX.
ROTOFORM Srl	Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico)	D	20
	Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati).	P	35
	Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort).	D	25
TOTALE			80

LOTTO 1

DITTA	CRITERI DI QUALITA'	TIPO	PUNT. MAX.
RAMEDICAL Srl	Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico)	D	18
	Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati).	P	35
	Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort).	D	25
TOTALE			78

LOTTO 1 (manca certificazione lettera "D")

DITTA	CRITERI DI QUALITA'	TIPO	PUNT. MAX.
PIZZOCRI Srl	Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico)	D	20
	Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati).	P	21
	Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort).	D	25
TOTALE			66

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla fornitura di dispositivi di protezione individuale per le esigenze delle UU.OO. dell'Asl di Pescara
LOTTO 2 (manca certificazione lettera "D")

DITTA	CRITERI DI QUALITA'	TIPO	PUNT. MAX.
ARTRO' Srl	Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico)	D	20
	Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati).	P	21
	Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort).	D	25
TOTALE			66

LOTTO 2

DITTA	CRITERI DI QUALITA'	TIPO	PUNT. MAX.
MED TRADE Srl	Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico)	D	19
	Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati).	P	35
	Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort).	D	23,75
TOTALE			77,75

LOTTO 2

DITTA	CRITERI DI QUALITA'	TIPO	PUNT. MAX.
SATECH SYSTEM Srl	Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico)	D	20
	Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati).	P	35
	Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort).	D	25
TOTALE			80

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla fornitura di dispositivi di protezione individuale per le esigenze delle UU.OO. dell'Asl di Pescara
LOTTO 2 (manca certificazione lettera "D")

DITTA	CRITERI DI QUALITA'	TIPO	PUNT. MAX.
PIZZOCRI Srl	Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico)	D	20
	Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati).	P	21
	Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort).	D	25
TOTALE			66

LOTTO 2

DITTA	CRITERI DI QUALITA'	TIPO	PUNT. MAX.
CTEXPERTISE Srl	Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico)	D	20
	Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati).	P	35
	Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort).	D	21,25
TOTALE			76,25

LOTTO 2

DITTA	CRITERI DI QUALITA'	TIPO	PUNT. MAX.
BIG START Srl	Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico)	D	20
	Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati).	P	35
	Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort).	D	23,75
TOTALE			78,75

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla fornitura di dispositivi di protezione individuale per le esigenze delle UU.OO. dell'Asl di Pescara
LOTTO 2

DITTA	CRITERI DI QUALITA'	TIPO	PUNT. MAX.
ST PROTECT SpA	Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico)	D	18
	Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati).	P	35
	Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort).	D	22,5
TOTALE			75,5

LOTTO 2 (manca certificazione lettera "D")

DITTA	CRITERI DI QUALITA'	TIPO	PUNT. MAX.
RAMEDICAL Srl	Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico)	D	20
	Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati).	P	21
	Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort).	D	25
TOTALE			66

LOTTO 2

DITTA	CRITERI DI QUALITA'	TIPO	PUNT. MAX.
APOGEOATWC Srl	Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico)	D	20
	Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati).	P	35
	Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort).	D	25
TOTALE			80

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla fornitura di dispositivi di protezione individuale per le esigenze delle UU.OO. dell'Asl di Pescara

LOTTO 2

DITTA	CRITERI DI QUALITA'	TIPO	PUNT. MAX.
ROTOFORM Srl	Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico)	D	20
	Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati).	P	35
	Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort).	D	25
TOTALE			80

LOTTO 2

DITTA	CRITERI DI QUALITA'	TIPO	PUNT. MAX.
CCG Srl	Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico)	D	20
	Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati).	P	35
	Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort).	D	25
TOTALE			80

LOTTO 2 Non valutabile perché non conforme al Capitolato Tecnico (mancano prove, certificazioni, scheda tecnica, ecc.)

DITTA	CRITERI DI QUALITA'	TIPO	PUNT. MAX.
CHEMIL Srl	Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico)	D	0
	Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati).	P	0
	Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort).	D	0
TOTALE			0

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla fornitura di dispositivi di protezione individuale per le esigenze delle UU.OO. dell'Asl di Pescara
LOTTO 2 (manca certificazione lettera "D")

DITTA	CRITERI DI QUALITA'	TIPO	PUNT. MAX.
FABOTEX Srl	Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico)	D	20
	Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati).	P	21
	Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort).	D	25
TOTALE			66

LOTTO 2

DITTA	CRITERI DI QUALITA'	TIPO	PUNT. MAX.
BERICAH Spa	Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico)	D	18
	Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati).	P	35
	Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort).	D	22,5
TOTALE			75,5



LOTTO 2

DITTA	CRITERI DI QUALITA'	TIPO	PUNT. MAX.
ITALIA DISTRIBUZIONE IMPORT Sas	Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico)	D	20
	Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati).	P	35
	Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort).	D	25
TOTALE			80

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla fornitura di dispositivi di protezione individuale per le esigenze delle UU.OO. dell'Asl di Pescara
LOTTO 2 (manca certificazione lettera "D")

DITTA	CRITERI DI QUALITA'	TIPO	PUNT. MAX.
MEDLINE Srl	Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico)	D	20
	Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati).	P	21
	Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort).	D	25
TOTALE			66

LOTTO 2 (manca certificazione lettera "D")

DITTA	CRITERI DI QUALITA'	TIPO	PUNT. MAX.
3F Srl	Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico)	D	20
	Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati).	P	21
	Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort).	D	25
TOTALE			66

LOTTO 2 (manca certificazione lettera "D")

DITTA	CRITERI DI QUALITA'	TIPO	PUNT. MAX.
FISIOTER PROTECTION Srl	Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico)	D	20
	Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati).	P	21
	Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort).	D	25
			66

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla fornitura di dispositivi di protezione individuale per le esigenze delle UU.OO. dell'Asl di Pescara
LOTTO 3

DITTA	CRITERI DI QUALITA'	TIPO	PUNT. MAX.
TAU MEDICAL Srl	Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico)	D	20
	Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati).	P	35
	Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort).	D	25
TOTALE			80

LOTTO 3 (manca certificazione lettera "D")

DITTA	CRITERI DI QUALITA'	TIPO	PUNT. MAX.
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY Srl	Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico)	D	20
	Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati).	P	21
	Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort).	D	25
TOTALE			66

LOTTO 3 (manca certificazione lettera "D")

DITTA	CRITERI DI QUALITA'	TIPO	PUNT. MAX.
FABOTEX Srl	Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico)	D	20
	Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati).	P	21
	Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort).	D	25
TOTALE			66

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla fornitura di dispositivi di protezione individuale per le esigenze delle UU.OO. dell'Asl di Pescara

LOTTO 3 manca lettera D

DITTA	CRITERI DI QUALITA'	TIPO	PUNT. MAX.
PIZZOCRI Srl	Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico)	D	20
	Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati).	P	21
	Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort).	D	25
TOTALE			66

LOTTO 3 (manca certificazione lettera "D")

DITTA	CRITERI DI QUALITA'	TIPO	PUNT. MAX.
FISIOTER PROTECTION Srl	Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico)	D	20
	Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati).	P	21
	Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort).	D	25
TOTALE			66

LOTTO 3 (manca certificazione lettera "D")

DITTA	CRITERI DI QUALITA'	TIPO	PUNT. MAX.
COSMAR TECNOLOGIE Srl	Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico)	D	20
	Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati).	P	21
	Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort).	D	25
TOTALE			66

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla fornitura di dispositivi di protezione individuale per le esigenze delle UU.OO. dell'Asl di Pescara
LOTTO 4

DITTA	CRITERI DI QUALITA'	TIPO	PUNT. MAX.
TAU MEDICA Srl	Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico)	D	20
	Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati).	p	35
	Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort).	D	25
TOTALE			80

LOTTO 4

DITTA	CRITERI DI QUALITA'	TIPO	PUNT. MAX.
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY Srl	Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico)	D	0
	Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati).	p	0
	Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort).	D	0
TOTALE			0

N.B.: NON VALUTABILE PERCHE' NON CONFORME ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CAPITOLATO:

MANCA EFFICACIA FILTRANTE; NO CONFEZIONE SINGOLA;

Handwritten signatures and initials, including a large 'A', a signature that appears to be 'M', and the initials 'M.R.'.

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla fornitura di dispositivi di protezione individuale per le esigenze delle UU.OO. dell'Asl di Pescara
LOTTO 4 (manca certificazione lettera "D")

DITTA	CRITERI DI QUALITA'	TIPO	PUNT. MAX.
FABOTEX Srl	Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico)	D	20
	Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati).	P	21
	Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort).	D	25
TOTALE			66

LOTTO 4

DITTA	CRITERI DI QUALITA'	TIPO	PUNT. MAX.
ST PROTECT	Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico)	D	0
	Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati).	P	0
	Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort).	D	0
TOTALE			0

N.B.: MANCA DICHIARAZIONE DELL'EFFICIENZA FILTRANTE E LIMITE DI UTILIZZO;
 MANCA NORMA UNI EN 14683:2014

Three handwritten signatures or initials are present at the bottom of the page. From left to right: a stylized 'A', a star-like symbol, and the letters 'M'.

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla fornitura di dispositivi di protezione individuale per le esigenze delle UU.OO. dell'Asl di Pescara
LOTTO 4

DITTA	CRITERI DI QUALITA'	TIPO	PUNT. MAX.
COSMAR TECNOLOGIE Srl	Aderenza e adattabilità alle diverse conformazioni facciali (bordo di tenuta morbido e sicuro, design ergonomico)	D	0
	Prove certificate di tenuta e di efficacia del DPI (proporzionalmente ai valori ottenuti nei test, assegnando il massimo punteggio al prodotto con i valori più elevati).	P	0
	Qualità dei materiali (morbidezza, resistenza, leggerezza e confort).	D	0
TOTALE			0

N.B:

MANCA LA PERCENTUALE DI EFFICIENZA FILTRANTE; MANCA CERTIFICAZIONE UNI EN

