

LOTTO 1 **SONDA VESCICALE FOLEY A DUE VIE IN LATTICE SILICONATO**  
 Misure richieste: 12Fr-14Fr-16Fr-18Fr-20Fr-22Fr-24Fr-26Fr-28Fr

Presentano offerta e campionatura le ditte COLOPLAST, MEDTRONIC, FARMAC ZABBAN.  
 Le ditte MEDTRONIC e FARMAC ZABBAN non offrono la misura 28Fr: vengono, pertanto, escluse dalla valutazione in quanto trattasi di valutazione a lotto intero.  
 La ditta MEDTRONIC offre inoltre un catetere con palloncino da 5 ml e non con riempimento fino a 15 ml.  
 La ditta COLOPLAST offre tutte le misure e risulta IDONEA.  
 I punteggi assegnati sono i seguenti:

|  |                 |
|--|-----------------|
| qualità e resistenza del materiale e della manifattura                 | 23 punti        |
| qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza | 23 punti        |
| qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente  | 24 punti        |
| <b>TOTALE</b>  | <b>70 PUNTI</b> |

LOTTO 2 **SONDA VESCICALE FOLEY A 2 VIE IN SILICONE**

Misure richieste: 6 Fr. – 8 Fr. – 10 Fr.  
 Presentano offerta e campionatura le ditte COLOPLAST, COOK, FARMAC ZABBAN e TELEFLEX.  
 Le ditte COLOPLAST, COOK, TELEFLEX vengono ritenute NON IDONEE in quanto offrono dispositivi dove per la misura 6Fr il palloncino risulta da 1,5ml e non da 3ml come richiesto  
 La ditta TELEFLEX, inoltre, campiona un catetere da 6Fr dove si evidenzia un palloncino da 1,5 ml mentre su scheda tecnica si fa riferimento ad un palloncino da 3ml.  
 Per la ditta Farmac Zabban si è rilevato che sulla documentazione tecnica si fa riferimento a sonde vescicali della misura di 6CH, 7CH e 8CH ma vengono campionati dispositivi della misura 6CH, 8CH e 10CH.  
 Inoltre per la misura 8CH sul dispositivo campionato compare il Ref. 2803135801 mentre sulla documentazione tecnica viene riportato il ref. 2803135802.  
 Considerate le incongruenze la ditta viene ritenuta NON IDONEA.

LOTTO 3 **SONDA VESCICALE FOLEY A DUE VIE IN LATTICE SILICONATO**

Misura richiesta: 6Fr  
 Presenta offerta e campionatura la ditta FARMAC ZABBAN.  
 Il dispositivo risulta IDONEO ed il punteggio assegnato è il seguente:

|  |                 |
|--|-----------------|
| qualità e resistenza del materiale e della manifattura                 | 23 punti        |
| qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza | 23 punti        |
| qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente  | 24 punti        |
| <b>TOTALE</b>  | <b>70 PUNTI</b> |

LOTTO 4 **SONDA PETZER IN LATTICE**  
 Misure richieste: 10Fr-12Fr-14Fr-16Fr-18Fr-20Fr-22Fr-24Fr-26Fr-28Fr-30Fr-32Fr-34Fr

Presentano offerta e campionatura le ditte COLOPLAST e TELEFLEX.

**AUSL PESCARA**  
 DIRIGENTE MEDICO  
 U.O.C. UROLOGIA  
 Dott. Roberto RENZETTI

*R. Agostinucci*  
*fu C*  
*Ro Su w*  
*Roberto Renzetti*

I dispositivi sono rispondenti al richiesto ed i punteggi assegnati sono i seguenti:

|  | COLOPLAST | TELEFLEX |
|--|-----------|----------|
| qualità e resistenza del materiale e della manifattura                 | 23 punti  | 23 punti |
| qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza | 23 punti  | 23 punti |
| qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente  | 24 punti  | 24 punti |
| TOTALE   | 70 PUNTI  | 70 PUNTI |

**LOTTO 5 SONDA PETZER IN LATTICE**

Misura richiesta: 36Fr

Presenta offerta e campionatura la ditta TELEFLEX.

Il dispositivo è rispondente al richiesto ed i punteggi assegnati sono i seguenti:

|  |          |
|--|----------|
| qualità e resistenza del materiale e della manifattura                 | 23 punti |
| qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza | 23 punti |
| qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente  | 24 punti |
| TOTALE   | 70 PUNTI |

**LOTTO 6 SONDA PETZER IN SILICONE**

Misure richieste: 10Fr-12Fr-14Fr-16Fr-18Fr-20Fr-22Fr-24Fr-26Fr-28Fr-30Fr-32Fr-34Fr-36Fr

NESSUNA DITTA PRESENTA OFFERTA

**LOTTO 7 SET PER DRENAGGIO SOVRAPUBICO DELLA VESCICA con palloncino**

Misure richieste: catetere in silicone misure diverse comprese tra 10 e 14Fr

**SET DI SOSTITUZIONE DRENAGGIO SOVRAPUBICO**

Misure richieste: catetere in silicone misure diverse comprese tra 10 e 14 Fr

Presentano offerta e campionatura le ditte COLOPLAST e MEDTRONIC.

La ditta COLOPLAST offre un dispositivo NON RISPONDENTE al richiesto in quanto il progressivo 7.2 risulta privo di filo guida.

La ditta MEDTRONIC offre un dispositivo rispondente al richiesto ed il punteggio assegnato è il seguente:

|  |          |
|--|----------|
| qualità e resistenza del materiale e della manifattura                 | 21 punti |
| qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza | 21 punti |
| qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente  | 23 punti |
| ampiezza gamma misure  | 5 punti  |
| TOTALE   | 70 PUNTI |

**LOTTO 8 SET PER DRENAGGIO SOVRAPUBICO DELLA VESCICA senza palloncino**

AUSL PESCARA  
DIRIGENTE MEDICO  
U.O.C. NEUROLOGIA  
Dott. Roberto RENZETTI

R.A.

Cl.

pon

W

Misure richieste: catetere in silicone misure diverse comprese tra 10 e 14Fr

**SET DI SOSTITUZIONE DRENAGGIO SOVRAPUBICO**

Misure richieste: catetere in silicone misure comprese tra 10 e 14 Fr

Presenta offerta la ditta COLOPLAST.

Si fa presente che sulla documentazione tecnica si fa riferimento a due misure ossia 11CH e 14Ch mentre sullo schema dell'offerta compare solamente il dispositivo corrispondente al codice riferito al catetere da 11CH.

Il dispositivo è rispondente al richiesto ed il punteggio assegnato è il seguente:

|  |                 |
|--|-----------------|
| qualità e resistenza del materiale e della manifattura                 | 21 punti        |
| qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza | 21 punti        |
| qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente  | 23 punti        |
| ampiezza gamma misure  | 5 punti         |
| <b>TOTALE</b>  | <b>70 PUNTI</b> |

**LOTTO 9 SET PER DRENAGGIO SOVRAPUBICO DELLA VESCICA TIPO PEDIATRICO SET DI SOSTITUZIONE DRENAGGIO SOVRAPUBICO**

Presenta offerta la ditta COLOPLAST.

Il dispositivo è rispondente al richiesto ed il punteggio assegnato è il seguente:

|  |                 |
|--|-----------------|
| qualità e resistenza del materiale e della manifattura                 | 23 punti        |
| qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza | 23 punti        |
| qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente  | 24 punti        |
| <b>TOTALE</b>  | <b>70 PUNTI</b> |

**LOTTO 10 SET PER NEFROSTOMIA PERCUTANEA TIPO NEONATALE**

Presentano offerta e campionatura le ditte COOK e TELEFLEX.

Il dispositivo offerto dalla ditta TELEFLEX risulta NON IDONEO in quanto dotato di catetere della lunghezza di cm 30 anziché di cm da 7 a 12 come richiesto, mancano i dilatatori ed il sistema di fissaggio.

Inoltre gli aghi risultano della lunghezza rispettivamente da 12cm e 20cm anziché 5cm.

Il dispositivo offerto dalla ditta COOK risulta rispondente al richiesto ed il punteggio assegnato è il seguente:

|  |                 |
|--|-----------------|
| qualità e resistenza del materiale e della manifattura                 | 23 punti        |
| qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza | 23 punti        |
| qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente  | 24 punti        |
| <b>TOTALE</b>  | <b>70 PUNTI</b> |

**LOTTO 11 SET PER NEFROSTOMIA PERCUTANEA TIPO PEDIATRICO**

Presentano offerta e campionatura le ditte COOK e TELEFLEX.

**AUSL PESCARA**  
DIRIGENTE MEDICO  
U.O.C. UROLOGIA  
Dott. Roberto RENZETTI

R.A.  
Ch.  
Roh  
Ube

Il dispositivo offerto dalla ditta TELEFLEX risulta NON IDONEO in quanto dotato di catetere della lunghezza di cm 30 anziché di cm da 12 a 15 come richiesto, manca il sistema di fissaggio.

Inoltre gli aghi risultano della misura 19,5Gx12cm e 19,5Gx20cm anziché 18G e 22Gx20cm.

La ditta COOK offre un set con un solo ago delle dimensioni 18Gx20cm e pertanto non rispondente al richiesto.  
NON ESISTONO, PERTANTO, OFFERTE VALIDE PER IL LOTTO IN QUESTIONE

**SET PER NEFROSTOMIA PERCUTANEA**

**LOTTO 12 TIPO PEDIATRICO**

Presentano offerta e campionatura le ditte COOK e TELEFLEX.

La ditta TELEFLEX offre un dispositivo contenete due aghi della misura rispettivamente 17,5Gx 40cm e 17,5Gx20cm anziché 22Gx20cm e 18Gx20cm come richiesto.

Inoltre la lunghezza del catetere risulta cm30 anziché cm20, manca il sistema di fissaggio.

La ditta COOK offre un set contenente un solo ago della misura richiesta, il catetere risulta della lunghezza di cm 30 anziché cm20 come richiesto.  
NON ESISTONO, PERTANTO, OFFERTE VALIDE PER IL LOTTO IN QUESTIONE

**TAPPO UNIVERSALE PER CATETERE**

**LOTTO 13 VESCICALE**

Presentano offerta e campionatura le ditte BENEFIS, COLOPLAST, FARMAC ZABBAN, TELEFLEX.  
I punteggi assegnati sono i seguenti:

**qualità e resistenza del materiale e della manifattura**

| BENEFIS | COLOPLAST | FARMAC ZABBAN | TELEFLEX |
|---------|-----------|---------------|----------|
| 1+1+1   | 1         | 1             | 1        |

| COLOPLAST | FARMAC ZABBAN | TELEFLEX |
|-----------|---------------|----------|
| 1+1       | 1             | 1        |

| FARMAC ZABBAN | TELEFLEX |
|---------------|----------|
| 1             | 1        |

**TOTALE**

|               |   |                |      |    |
|---------------|---|----------------|------|----|
| BENEFIS       | 3 | COEFFICIENTE 1 | 1X23 | 23 |
| COLOPLAST     | 3 | COEFFICIENTE 1 | 1X23 | 23 |
| FARMAC ZABBAN | 3 | COEFFICIENTE 1 | 1X23 | 23 |
| TELEFLEX      | 3 | COEFFICIENTE 1 | 1X23 | 23 |

**qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza**

| BENEFIS | COLOPLAST | FARMAC ZABBAN | TELEFLEX |
|---------|-----------|---------------|----------|
| 5+5+1   |           | 1             |          |

| COLOPLAST | FARMAC ZABBAN | TELEFLEX |
|-----------|---------------|----------|
| 5         | 5             |          |

**AUSL PESCARA**  
DIRIGENTE MEDICO  
U.O.C. UROLOGIA  
Dott. Roberto RENZETTI

RA.

Ch.  
Roz  
Dor

|               |  |  |  |          |
|---------------|--|--|--|----------|
| FARMAC ZABBAN |  |  |  | TELEFLEX |
| 5             |  |  |  |          |

TOTALE

|               |    |                   |         |       |
|---------------|----|-------------------|---------|-------|
| BENEFIS       | 11 | COEFFICIENTE 1    | 1X23    | 23    |
| COLOPLAST     | 5  | COEFFICIENTE 0,45 | 0,45X23 | 10,35 |
| FARMAC ZABBAN | 11 | COEFFICIENTE 1    | 1X23    | 23    |
| TELEFLEX      | 0  | COEFFICIENTE 0    | 0       | 0     |

qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente

|         |  |           |               |          |
|---------|--|-----------|---------------|----------|
| BENEFIS |  | COLOPLAST | FARMAC ZABBAN | TELEFLEX |
| 5+1+5   |  |           | 1             |          |

|           |  |  |               |          |
|-----------|--|--|---------------|----------|
| COLOPLAST |  |  | FARMAC ZABBAN | TELEFLEX |
| 4         |  |  | 5             |          |

|               |  |  |  |          |
|---------------|--|--|--|----------|
| FARMAC ZABBAN |  |  |  | TELEFLEX |
| 5             |  |  |  |          |

TOTALE

|               |    |                   |         |      |
|---------------|----|-------------------|---------|------|
| BENEFIS       | 11 | COEFFICIENTE 1    | 1X24    | 24   |
| COLOPLAST     | 4  | COEFFICIENTE 0,36 | 0,36X24 | 8,64 |
| FARMAC ZABBAN | 11 | COEFFICIENTE 1    | 1X24    | 24   |
| TELEFLEX      | 0  | COEFFICIENTE 0    | 0       | 0    |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
|               | <b>TOTALE</b>      |
| BENEFIS       | <b>70 PUNTI</b>    |
| COLOPLAST     | <b>42,14 PUNTI</b> |
| FARMAC ZABBAN | <b>70 PUNTI</b>    |
| TELEFLEX      | <b>23 PUNTI</b>    |

**LOTTO 14 PROTESI TESTICOLARI**

Misure richieste: S, M, L.

Presenta offerta e campionatura la ditta COLOPLAST.

i dispositivi offerti risultano rispondenti ed il punteggio assegnato è il seguente:

|  |                 |
|--|-----------------|
| qualità e resistenza del materiale e della manifattura                 | 23 punti        |
| qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza | 23 punti        |
| qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente  | 24 punti        |
| <b>TOTALE</b>  | <b>70 PUNTI</b> |

**LOTTO 15 CATETERE VENOSO CENTRALE AD INSERIMENTO PERIFERICO(PICC)**

monolume 3Fr lunghezza da 50 cm a

78 cm

Presentano offerta e campionatura le seguenti ditte: ALFAMED, COOK, INNOVA MEDICA, PLAN 1 HEALTH, SEDA

AUSL PESCARA  
DIRIGENTE MEDICO  
U.O.C. UROLOGIA  
Dott. Roberto RENZETTI

R.A.  
Ch  
Pd  
Usc

La ditta COOK offre un dispositivo con catetere della lunghezza di 40cm anziché da 45 a 78 come richiesto.

Non presenta, inoltre, ago con sistema di sicurezza.

Viene, pertanto, ritenuta NON IDONEA.

Le rimanenti ditte offrono dispositivi rispondenti al richiesto ed i punteggi assegnati sono i seguenti:

COMMISSARIO 1- 2 -3- 4-5

**qualità e resistenza del materiale e della manifattura**

|               |         |                |               |      |
|---------------|---------|----------------|---------------|------|
| ALFAMED       |         | INNOVA MEDICA  | PLAN 1 HEALTH | SEDA |
| 1+1+1         |         | 1              | 1             | 1    |
| INNOVA MEDICA |         |                | PLAN 1 HEALTH | SEDA |
| 1+1           |         |                | 1             | 1    |
| PLAN 1 HEALTH |         |                |               | SEDA |
| 1             |         |                |               | 1    |
| ALFAMED       | 3 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1X15          | 15   |
| INNOVA MEDICA | 3 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1X15          | 15   |
| PLAN1 HEALTH  | 3 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1X15          | 15   |
| SEDA          | 3 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1X15          | 15   |

COMMISSARIO 1 - 2- 3

**qualità costruttiva correlata ad aspetti di maneggevolezza**

|               |          |                   |               |      |
|---------------|----------|-------------------|---------------|------|
| ALFAMED       |          | INNOVA MEDICA     | PLAN 1 HEALTH | SEDA |
| 4+4           |          |                   |               | 6    |
| INNOVA MEDICA |          |                   | PLAN 1 HEALTH | SEDA |
| 1             |          |                   | 1             | 6    |
| PLAN 1 HEALTH |          |                   |               | SEDA |
|               |          |                   |               | 6    |
| ALFAMED       | 8 PUNTI  | COEFFICIENTE 0,44 | 0,44X20       | 8,8  |
| INNOVA MEDICA | 1 PUNTO  | COEFFICIENTE 0,05 | 0,05X20       | 1    |
| PLAN1 HEALTH  | 1 PUNTO  | COEFFICIENTE 0,05 | 0,05X20       | 1    |
| SEDA          | 18 PUNTI | COEFFICIENTE 1    | 1X20          | 20   |

COMMISSARIO 4 - 5

**qualità costruttiva correlata ad aspetti di maneggevolezza**

|               |          |                   |               |      |
|---------------|----------|-------------------|---------------|------|
| ALFAMED       |          | INNOVA MEDICA     | PLAN 1 HEALTH | SEDA |
| 3+3           |          |                   |               | 6    |
| INNOVA MEDICA |          |                   | PLAN 1 HEALTH | SEDA |
| 1             |          |                   | 1             | 6    |
| PLAN 1 HEALTH |          |                   |               | SEDA |
|               |          |                   |               | 6    |
| ALFAMED       | 6 PUNTI  | COEFFICIENTE 0,33 | 0,33X20       | 6,6  |
| INNOVA MEDICA | 1 PUNTO  | COEFFICIENTE 0,05 | 0,05X20       | 1    |
| PLAN1 HEALTH  | 1 PUNTO  | COEFFICIENTE 0,05 | 0,05X20       | 1    |
| SEDA          | 18 PUNTI | COEFFICIENTE 1    | 1X20          | 20   |

**AUSL PESCARA**  
 DIRIGENTE MEDICO  
 U.O. CARDIOLOGIA  
 Dott. Roberto RENZETTI

R.A.

G. Ron

Waeu

COMMISSARIO 1 - 2- 3- 4-5

tenuta delle connessioni

|               |         |                |               |      |
|---------------|---------|----------------|---------------|------|
| ALFAMED       |         | INNOVA MEDICA  | PLAN 1 HEALTH | SEDA |
| 1+1+1         |         | 1              | 1             | 1    |
| INNOVA MEDICA |         |                | PLAN 1 HEALTH | SEDA |
| 1+1           |         |                | 1             | 1    |
| PLAN 1 HEALTH |         |                |               | SEDA |
| 1             |         |                |               | 1    |
| ALFAMED       | 3 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1X20          | 20   |
| INNOVA MEDICA | 3 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1X20          | 20   |
| PLAN1 HEALTH  | 3 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1X20          | 20   |
| SEDA          | 3 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1X20          | 20   |

COMMISSARIO 1 - 2 3- 4- 5

presenza di guida in nitinol

|               |         |                |               |      |
|---------------|---------|----------------|---------------|------|
| ALFAMED       |         | INNOVA MEDICA  | PLAN 1 HEALTH | SEDA |
| 1+5+1         |         | 1              |               | 1    |
| INNOVA MEDICA |         |                | PLAN 1 HEALTH | SEDA |
| 5+1           |         |                |               | 1    |
| PLAN 1 HEALTH |         |                |               | SEDA |
|               |         |                |               | 5    |
| ALFAMED       | 7 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 10            | 10   |
| INNOVA MEDICA | 7 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 10            | 10   |
| PLAN1 HEALTH  | 0 PUNTI | COEFFICIENTE 0 | 0             | 0    |
| SEDA          | 7 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 10            | 10   |

COMMISSARIO 1 - 2- 3- 4- 5

presenza di kit di introduzione e sistema di fissaggio assemblati con i PICC/MIDLINE

|               |         |                |               |      |
|---------------|---------|----------------|---------------|------|
| ALFAMED       |         | INNOVA MEDICA  | PLAN 1 HEALTH | SEDA |
| 1+1+1         |         | 1              | 1             | 1    |
| INNOVA MEDICA |         |                | PLAN 1 HEALTH | SEDA |
| 1+1           |         |                | 1             | 1    |
| PLAN 1 HEALTH |         |                |               | SEDA |
| 1             |         |                |               | 1    |
| ALFAMED       | 3 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1X5           | 5    |
| INNOVA MEDICA | 3 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1X5           | 5    |
| PLAN 1 HEALTH | 3 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1X5           | 5    |
| SEDA          | 3 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1X5           | 5    |

|               |    |      |    |    |   |        |
|---------------|----|------|----|----|---|--------|
|               |    |      |    |    |   | TOTALE |
| ALFAMED       | 15 | 7,92 | 20 | 10 | 5 | 57,92  |
| INNOVA MEDICA | 15 | 1    | 20 | 10 | 5 | 51     |
| PLAN 1 HEALTH | 15 | 1    | 20 | 0  | 5 | 41     |
| SEDA          | 15 | 20   | 20 | 10 | 5 | 70     |

AUSL PESCARA  
 DIRIGENTE MEDICO  
 U.O. COLPOLOGIA  
 Dott. Roberto RENZETTI

R.A.  
 Ch.  
 [Signature]  
 [Signature]

LOTTO 16 CATETERE VENOSO CENTRALE AD  
INSERIMENTO PERIFERICO(PICC)  
monolume 4Fr - monolume5Fr  
lunghezza da 50 cm a 78 cm  
bilume 5 Fr lunghezza da 50 cm a 78  
cm

Presentano offerta e campionatura le seguenti ditte: ALFAMED, B.BRAUN, COOK, INNOVA MEDICA, PLAN1 HEALTH, SEDA, SBM, VYGON.  
La ditta B.BRAUN viene ritenuta NON IDONEA per incongruenza tra quanto riportato su documentazione tecnica e confezionamento primario: sulla documentazione tecnica e sul confezionamento secondario si evince la presenza di Ftalati(DEHP) mentre sul confezionamento primario non si evince il simbolo degli stessi. Ciò risulta in contrasto con la Direttiva 47/2007  
La ditta COOK viene ritenuta NON IDONEA in quanto offre un kit con ago privo di sistema di sicurezza.  
le rimanenti ditte offrono dispositivi rispondenti ed i punteggi assegnati sono i seguenti:

COMMISSARIO 1- 2-3

qualità e resistenza del materiale e della manifattura

|               |         |                |               |      |     |       |
|---------------|---------|----------------|---------------|------|-----|-------|
| ALFAMED       |         | INNOVA MEDICA  | PLAN 1 HEALTH | SEDA | SBM | VYGON |
| 1+1+1+1+4     |         | 1              | 1             | 1    | 1   |       |
| INNOVA MEDICA |         |                | PLAN 1 HEALTH | SEDA | SBM | VYGON |
| 1+1+1+4       |         |                | 1             | 1    | 1   |       |
| PLAN 1 HEALTH |         |                |               | SEDA | SBM | VYGON |
| 1+1+4         |         |                |               | 1    | 1   |       |
| SEDA          |         |                |               |      | SBM | VYGON |
| 1+4           |         |                |               |      | 1   |       |
| SBM           |         |                |               |      |     | VYGON |
| 4             |         |                |               |      |     |       |
| ALFAMED       | 8 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1X15          |      | 15  |       |
| INNOVA MEDICA | 8 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1X15          |      | 15  |       |
| PLAN 1 HEALTH | 8 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1X15          |      | 15  |       |
| SEDA          | 8 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1X15          |      | 15  |       |
| SBM           | 8 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1X15          |      | 15  |       |
| VYGON         | 0 PUNTI | COEFFICIENTE 0 | 0             | 0    | 0   |       |

COMMISSARIO 4 - 5

qualità e resistenza del materiale e della manifattura

|               |         |                |               |      |     |       |
|---------------|---------|----------------|---------------|------|-----|-------|
| ALFAMED       |         | INNOVA MEDICA  | PLAN 1 HEALTH | SEDA | SBM | VYGON |
| 1+1+1+1+3     |         | 1              | 1             | 1    | 1   |       |
| INNOVA MEDICA |         |                | PLAN 1 HEALTH | SEDA | SBM | VYGON |
| 1+1+1+3       |         |                | 1             | 1    | 1   |       |
| PLAN 1 HEALTH |         |                |               | SEDA | SBM | VYGON |
| 1+1+3         |         |                |               | 1    | 1   |       |
| SEDA          |         |                |               |      | SBM | VYGON |
| 1+3           |         |                |               |      | 1   |       |
| SBM           |         |                |               |      |     | VYGON |
| 3             |         |                |               |      |     |       |
| ALFAMED       | 7 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1X15          |      | 15  |       |

AUSL PESCARA  
DIRIGENTE MEDICO  
U.O.C. URTOLOGIA  
Dott. Roberto RENZETTI

RA.  
RCN  
RCN

|               |         |                |      |    |
|---------------|---------|----------------|------|----|
| INNOVA MEDICA | 7 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1X15 | 15 |
| PLAN 1 HEALTH | 7 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1X15 | 15 |
| SEDA          | 7 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1X15 | 15 |
| SBM           | 7 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1X15 | 15 |
| VYGON         | 0 PUNTI | COEFFICIENTE 0 | 0    | 0  |

COMMISSARIO 1-2 3 -4-5

**qualità costruttiva correlata ad aspetti di maneggevolezza**

|         |  |               |               |      |     |       |
|---------|--|---------------|---------------|------|-----|-------|
| ALFAMED |  | INNOVA MEDICA | PLAN 1 HEALTH | SEDA | SBM | VYGON |
| 4+3+1   |  |               |               | 6    | 1   | 4     |

|               |  |  |               |      |     |       |
|---------------|--|--|---------------|------|-----|-------|
| INNOVA MEDICA |  |  | PLAN 1 HEALTH | SEDA | SBM | VYGON |
| 4             |  |  | 4             | 6    | 6   |       |

|               |  |  |  |      |     |       |
|---------------|--|--|--|------|-----|-------|
| PLAN 1 HEALTH |  |  |  | SEDA | SBM | VYGON |
| 4             |  |  |  | 6    | 4   |       |

|      |  |  |  |  |     |       |
|------|--|--|--|--|-----|-------|
| SEDA |  |  |  |  | SBM | VYGON |
| 6+6  |  |  |  |  |     |       |

|     |  |  |  |  |  |       |
|-----|--|--|--|--|--|-------|
| SBM |  |  |  |  |  | VYGON |
| 4   |  |  |  |  |  |       |

|               |          |                   |         |     |
|---------------|----------|-------------------|---------|-----|
| ALFAMED       | 8 PUNTI  | COEFFICIENTE 0,26 | 0,26X20 | 5,2 |
| INNOVA MEDICA | 4 PUNTI  | COEFFICIENTE 0,13 | 0,13X20 | 2,6 |
| PLAN 1 HEALTH | 8 PUNTI  | COEFFICIENTE 0,26 | 0,26X20 | 5,2 |
| SEDA          | 30 PUNTI | COEFFICIENTE 1    | 1X20    | 20  |
| SBM           | 15 PUNTI | COEFFICIENTE 0,5  | 0,5X20  | 10  |
| VYGON         | 4 PUNTI  | COEFFICIENTE 0,13 | 0,13X20 | 2,6 |

COMMISSARIO 1- 2-3 - 4-5

**tenuta delle connessioni**

|           |  |               |               |      |     |       |
|-----------|--|---------------|---------------|------|-----|-------|
| ALFAMED   |  | INNOVA MEDICA | PLAN 1 HEALTH | SEDA | SBM | VYGON |
| 1+1+1+1+4 |  | 1             | 1             | 1    | 1   |       |

|               |  |  |               |      |     |       |
|---------------|--|--|---------------|------|-----|-------|
| INNOVA MEDICA |  |  | PLAN 1 HEALTH | SEDA | SBM | VYGON |
| 1+1+1+4       |  |  | 1             | 1    | 1   |       |

|               |  |  |  |      |     |       |
|---------------|--|--|--|------|-----|-------|
| PLAN 1 HEALTH |  |  |  | SEDA | SBM | VYGON |
| 1+1+4         |  |  |  | 1    | 1   |       |

|      |  |  |  |  |     |       |
|------|--|--|--|--|-----|-------|
| SEDA |  |  |  |  | SBM | VYGON |
| 1+4  |  |  |  |  | 1   |       |

|     |  |  |  |  |  |       |
|-----|--|--|--|--|--|-------|
| SBM |  |  |  |  |  | VYGON |
| 4   |  |  |  |  |  |       |

|               |         |                |      |    |
|---------------|---------|----------------|------|----|
| ALFAMED       | 8 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1X20 | 20 |
| INNOVA MEDICA | 8 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1X20 | 20 |
| PLAN 1 HEALTH | 8 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1X20 | 20 |
| SEDA          | 8 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1X20 | 20 |
| SBM           | 8 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1X20 | 20 |

AUSL PESCARA  
 DIRIGENTE MEDICO  
 U.O. UROLOGIA  
 Dott. Roberto P...TTI  
 R.A.

al  
 P...TTI

U...e

|       |         |                |   |   |
|-------|---------|----------------|---|---|
| VYGON | 0 PUNTI | COEFFICIENTE 0 | 0 | 0 |
|-------|---------|----------------|---|---|

COMMISSARIO 1-2 3-4 - 5

| presenza di guida in nitinol |  |               |               |      |     |       |
|------------------------------|--|---------------|---------------|------|-----|-------|
| ALFAMED                      |  | INNOVA MEDICA | PLAN 1 HEALTH | SEDA | SBM | VYGON |
| 1+5+1+1+5                    |  | 1             |               | 1    | 1   |       |
| INNOVA MEDICA                |  |               | PLAN 1 HEALTH | SEDA | SBM | VYGON |
| 5+1+1+5                      |  |               |               | 1    | 1   |       |
| PLAN 1 HEALTH                |  |               |               | SEDA | SBM | VYGON |
| 1                            |  |               |               | 5    | 5   | 1     |
| SEDA                         |  |               |               |      | SBM | VYGON |
| 1+5                          |  |               |               |      | 1   |       |
| SBM                          |  |               |               |      |     | VYGON |
| 5                            |  |               |               |      |     |       |

|               |          |                   |         |     |
|---------------|----------|-------------------|---------|-----|
| ALFAMED       | 13 PUNTI | COEFFICIENTE 1    | 1X10    | 10  |
| INNOVA MEDICA | 13 PUNTI | COEFFICIENTE 1    | 1X10    | 10  |
| PLAN 1 HEALTH | 1 PUNTO  | COEFFICIENTE 0,07 | 0,07X10 | 0,7 |
| SEDA          | 13 PUNTI | COEFFICIENTE 1    | 1X10    | 10  |
| SBM           | 13 PUNTI | COEFFICIENTE 1    | 1X10    | 10  |
| VYGON         | 1 PUNTO  | COEFFICIENTE 0,07 | 0,07X10 | 0,7 |

COMMISSARIO 1 -2 -3- 4- 5

| presenza di kit di introduzione e sistema di fissaggio assemblati con i PICC/MIDLINE |  |               |               |      |     |       |
|--|--|---------------|---------------|------|-----|-------|
| ALFAMED  |  | INNOVA MEDICA | PLAN 1 HEALTH | SEDA | SBM | VYGON |
| 1+1+1+1+1  |  | 1             | 1             | 1    | 1   | 1     |
| INNOVA MEDICA  |  |               | PLAN 1 HEALTH | SEDA | SBM | VYGON |
| 1+1+1+1  |  |               | 1             | 1    | 1   | 1     |
| PLAN 1 HEALTH  |  |               |               | SEDA | SBM | VYGON |
| 1+1+1  |  |               |               | 1    | 1   | 1     |
| SEDA   |  |               |               |      | SBM | VYGON |
| 1+1  |  |               |               |      | 1   | 1     |
| SBM  |  |               |               |      |     | VYGON |
| 1  |  |               |               |      |     | 1     |

|               |         |                |     |   |
|---------------|---------|----------------|-----|---|
| ALFAMED       | 5 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1X5 | 5 |
| INNOVA MEDICA | 5 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1X5 | 5 |
| PLAN 1 HEALTH | 5 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1X5 | 5 |
| SEDA          | 5 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1X5 | 5 |
| SBM           | 5 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1X5 | 5 |
| VYGON         | 5 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1X5 | 5 |

|               |    |     |    |    |   | TOTALE |
|---------------|----|-----|----|----|---|--------|
| ALFAMED       | 15 | 5,2 | 20 | 10 | 5 | 55,2   |
| INNOVA MEDICA | 15 | 2,6 | 20 | 10 | 5 | 52,6   |

AUSL PESCARA  
 DIRIGENTE MEDICO  
 U.O.C. PROLOGIA  
 Dott. Roberto RENZETTI

R.A.

g.h.  
 R.S.

Use

|               |    |     |    |     |   |      |
|---------------|----|-----|----|-----|---|------|
| PLAN 1 HEALTH | 15 | 5,2 | 20 | 0,7 | 5 | 45,9 |
| SEDA          | 15 | 20  | 20 | 10  | 5 | 70   |
| SBM           | 15 | 10  | 20 | 10  | 5 | 60   |
| VYGON         | 0  | 2,6 | 0  | 0,7 | 5 | 8,3  |

**CATETERE VENOSO CENTRALE AD  
LOTTO 17 INSERIMENTO PERIFERICO(PICC)**

**bilume 4Fr lunghezza da 50 cm a 78 cm**

Presentano offerta e campionatura le ditte ALFAMED, COOK, PLAN1 HEALTH  
La ditta COOK viene ritenuta NON IDONEA in quanto presenta un kit con ago privo di sistema di sicurezza.  
Le ditte ALFAMED e PLAN1 HEALTH presentano dispositivi rispondenti al richiesto.  
i punteggi assegnati sono i seguenti:

|  | ALFAMED   | PLAN 1 HEALTH |
|--|-----------|---------------|
| qualità e resistenza del materiale e della manifattura                               | 15        | 12,75         |
| qualità costruttiva correlata ad aspetti di maneggevolezza                           | 17        | 20            |
| tenuta delle connessioni   | 20        | 20            |
| presenza di guida in nitinol   | 10        | 8,5           |
| presenza di kit di introduzione e sistema di fissaggio assemblati con i PICC/MIDLINE | 5         | 5             |
| <b>TOTALE</b>  | <b>67</b> | <b>66,25</b>  |

La ditta PLAN 1 HEALTH raggiunge un punteggio inferiore nel parametro qualità e resistenza del materiale e della manifattura per la presenza di una guida di consistenza più rigida rispetto a quella della ditta ALFAMED inoltre la stessa guida presenta il nitinol solamente sulla punta.

La ditta ALFAMED raggiunge un punteggio inferiore nel parametro qualità costruttiva... per la presenza nel kit di un sistema di fissaggio che potrebbe causare dislocamento del catetere nel momento della sostituzione dello stesso sistema.

**LOTTO 18 CATETERE VENOSO MIDLINE  
monolume 3 Fr lunghezza compresa  
tra cm20 e cm28**

Presentano offerta e campionatura le seguenti ditte: ALFAMED, PLAN1 HEALTH, SEDA, TELEFLEX, VYGON.  
Il dispositivo offerto dalla ditta TELEFLEX risulta NON IDONEO in quanto dotato di ago privo di sistema di sicurezza.  
Le rimanenti ditte offrono dispositivi rispondenti ed il punteggio assegnato è il seguente:

**qualità e resistenza del materiale e della manifattura**

|         |  |               |      |       |
|---------|--|---------------|------|-------|
| ALFAMED |  | PLAN 1 HEALTH | SEDA | VYGON |
| 1+1+4   |  | 1             |      | 1     |

|               |  |  |      |       |
|---------------|--|--|------|-------|
| PLAN 1 HEALTH |  |  | SEDA | VYGON |
| 1+4           |  |  |      | 1     |

|      |  |  |  |       |
|------|--|--|--|-------|
| SEDA |  |  |  | VYGON |
| 4    |  |  |  |       |

|               |         |                |      |    |
|---------------|---------|----------------|------|----|
| ALFAMED       | 6 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1X15 | 15 |
| PLAN 1 HEALTH | 6 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1X15 | 15 |

AUSL PESCARA  
DIRIGENTE MEDICO  
U.O.C. UROLOGIA  
Dott. Roberto RENZETTI

R.A.

ah  
Roz

Use

COMMISSARIO 1-2 3

|       |         |                |      |    |
|-------|---------|----------------|------|----|
| SEDA  | 6 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1X15 | 15 |
| VYGON | 0 PUNTI | COEFFICIENTE 0 | 0    | 0  |

COMMISSARIO 4 -5

qualità e resistenza del materiale e della manifattura

|         |  |               |      |       |
|---------|--|---------------|------|-------|
| ALFAMED |  | PLAN 1 HEALTH | SEDA | VYGON |
| 1+1+3   |  | 1             | 1    |       |

|               |  |  |      |       |
|---------------|--|--|------|-------|
| PLAN 1 HEALTH |  |  | SEDA | VYGON |
| 1+3           |  |  | 1    |       |

|      |  |  |  |       |
|------|--|--|--|-------|
| SEDA |  |  |  | VYGON |
| 3    |  |  |  |       |

|               |         |                |      |    |
|---------------|---------|----------------|------|----|
| ALFAMED       | 5 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1X15 | 15 |
| PLAN 1 HEALTH | 5 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1X15 | 15 |
| SEDA          | 5 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1X15 | 15 |
| VYGON         | 0 PUNTI | COEFFICIENTE 0 | 0    | 0  |

COMMISSARIO 1-2- 3- 4-5

qualità costruttiva correlata ad aspetti di maneggevolezza

|               |  |               |      |       |
|---------------|--|---------------|------|-------|
| ALFAMED       |  | PLAN 1 HEALTH | SEDA | VYGON |
|               |  | 4             | 6    | 4     |
| PLAN 1 HEALTH |  |               | SEDA | VYGON |
| 1             |  |               | 6    | 1     |
| SEDA          |  |               |      | VYGON |
| 6             |  |               |      |       |

|               |          |                   |         |     |
|---------------|----------|-------------------|---------|-----|
| ALFAMED       | 0 PUNTI  | COEFFICIENTE 0    | 0       | 0   |
| PLAN 1 HEALTH | 5 PUNTI  | COEFFICIENTE 0,27 | 0,27x20 | 5,4 |
| SEDA          | 18 PUNTI | COEFFICIENTE 1    | 1x20    | 20  |
| VYGON         | 5 PUNTI  | COEFFICIENTE 0,27 | 0,27x20 | 5,4 |

COMMISSARIO 1-2-3-4-5

tenuta delle connessioni

|               |  |               |      |       |
|---------------|--|---------------|------|-------|
| ALFAMED       |  | PLAN 1 HEALTH | SEDA | VYGON |
| 1+1+4         |  | 1             | 1    |       |
| PLAN 1 HEALTH |  |               | SEDA | VYGON |
| 1+4           |  |               | 1    |       |
| SEDA          |  |               |      | VYGON |
| 4             |  |               |      |       |

|               |         |                |      |    |
|---------------|---------|----------------|------|----|
| ALFAMED       | 6 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1x20 | 20 |
| PLAN 1 HEALTH | 6 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1x20 | 20 |
| SEDA          | 6 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1x20 | 20 |

AUSL PESCARA  
DIRIGENTE MEDICO  
U.C. UROLOGIA  
Dott. Roberto RENZETTI

R.A.

AL  
R.A.  
R.A.

|       |         |                |   |   |
|-------|---------|----------------|---|---|
| VYGON | 0 PUNTI | COEFFICIENTE 0 | 0 | 0 |
|-------|---------|----------------|---|---|

COMMISSARIO 1-2-3-4-5

presenza di guida in nitinol

|               |  |               |      |       |
|---------------|--|---------------|------|-------|
| ALFAMED       |  | PLAN 1 HEALTH | SEDA | VYGON |
| 5+1+5         |  |               |      | 1     |
| PLAN 1 HEALTH |  |               | SEDA | VYGON |
| 1             |  |               | 5    | 1     |
| SEDA          |  |               |      | VYGON |
| 5             |  |               |      |       |

|               |          |                   |         |     |
|---------------|----------|-------------------|---------|-----|
| ALFAMED       | 11 PUNTI | COEFFICIENTE 1    | 1x10    | 10  |
| PLAN 1 HEALTH | 1 PUNTI  | COEFFICIENTE 0,09 | 0,09x10 | 0,9 |
| SEDA          | 11 PUNTI | COEFFICIENTE 1    | 1x10    | 10  |
| VYGON         | 1 PUNTI  | COEFFICIENTE 0,09 | 0,09x10 | 0,9 |

COMMISSARIO 1-2-3-4-5

presenza di kit di introduzione e sistema di fissaggio assemblati cin i PICC/MIDLINE

|               |  |               |      |       |
|---------------|--|---------------|------|-------|
| ALFAMED       |  | PLAN 1 HEALTH | SEDA | VYGON |
| 1+1+1         |  | 1             | 1    | 1     |
| PLAN 1 HEALTH |  |               | SEDA | VYGON |
| 1+1           |  |               | 1    | 1     |
| SEDA          |  |               |      | VYGON |
| 1             |  |               |      | 1     |

|               |         |                |     |   |
|---------------|---------|----------------|-----|---|
| ALFAMED       | 3 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1x5 | 5 |
| PLAN 1 HEALTH | 3 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1x5 | 5 |
| SEDA          | 3 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1x5 | 5 |
| VYGON         | 3 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1x5 | 5 |

|               |    |     |    |     |   |        |
|---------------|----|-----|----|-----|---|--------|
|               |    |     |    |     |   | TOTALE |
| ALFAMED       | 15 | 0   | 20 | 10  | 5 | 50     |
| PLAN 1 HEALTH | 15 | 5,4 | 20 | 0   | 5 | 45,4   |
| SEDA          | 15 | 20  | 20 | 10  | 5 | 70     |
| VYGON         | 0  | 5,4 | 0  | 0,9 | 5 | 11,3   |

LOTTO 19 CATETERE VENOSO MIDLINE

monolume 4 Fr – monolume 5 Fr  
lunghezza compresa tra cm20 e cm28

Presentano offerta e campionatura le seguenti ditte: ALFAMED, PLAN1 HEALTH, SEDA, TELEFLEX, VYGON.  
Il dispositivo offerto dalla ditta TELEFLEX risulta NON IDONEO in quanto dotato di ago privo di sistema di sicurezza.  
Le rimanenti ditte offrono dispositivi rispondenti ed il punteggio assegnato è il seguente:

COMMISSARIO 1-2-3

qualità e resistenza del materiale e della manifattura

|         |  |               |      |       |
|---------|--|---------------|------|-------|
| ALFAMED |  | PLAN 1 HEALTH | SEDA | VYGON |
|---------|--|---------------|------|-------|

AUSL FROSINONE  
DIREZIONE MEDICA  
U.O. UROLOGIA  
Dott. Roberto RENZETTI

R.A.

CL  
POMA

use

|               |   |   |      |       |
|---------------|---|---|------|-------|
| 1+1+4         |   | 1 | 1    |       |
| PLAN 1 HEALTH |   |   | SEDA | VYGON |
| 1+4           |   |   |      | 1     |
| SEDA          |   |   |      | VYGON |
|               | 4 |   |      |       |

|               |         |                |      |    |
|---------------|---------|----------------|------|----|
| ALFAMED       | 6 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1X15 | 15 |
| PLAN 1 HEALTH | 6 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1X15 | 15 |
| SEDA          | 6 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1X15 | 15 |
| VYGON         | 0 PUNTI | COEFFICIENTE 0 | 0    | 0  |

COMMISSARIO 4-5

**qualità e resistenza del materiale e della manifattura**

|               |   |               |      |       |
|---------------|---|---------------|------|-------|
| ALFAMED       |   | PLAN 1 HEALTH | SEDA | VYGON |
| 1+1+3         |   | 1             | 1    |       |
| PLAN 1 HEALTH |   |               | SEDA | VYGON |
| 1+3           |   |               |      | 1     |
| SEDA          |   |               |      | VYGON |
|               | 3 |               |      |       |

|               |         |                |      |    |
|---------------|---------|----------------|------|----|
| ALFAMED       | 5 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1X15 | 15 |
| PLAN 1 HEALTH | 5 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1X15 | 15 |
| SEDA          | 5 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1X15 | 15 |
| VYGON         | 0 PUNTI | COEFFICIENTE 0 | 0    | 0  |

COMMISSARIO 1-2-3-4-5

**qualità costruttiva correlata ad aspetti di maneggevolezza**

|               |   |               |      |       |
|---------------|---|---------------|------|-------|
| ALFAMED       |   | PLAN 1 HEALTH | SEDA | VYGON |
|               |   | 4             | 6    | 4     |
| PLAN 1 HEALTH |   |               | SEDA | VYGON |
| 1             |   |               | 6    | 1     |
| SEDA          |   |               |      | VYGON |
|               | 6 |               |      |       |

|               |          |                   |         |     |
|---------------|----------|-------------------|---------|-----|
| ALFAMED       | 0 PUNTI  | COEFFICIENTE 0    | 0       | 0   |
| PLAN 1 HEALTH | 5 PUNTI  | COEFFICIENTE 0,27 | 0,27x20 | 5,4 |
| SEDA          | 18 PUNTI | COEFFICIENTE 1    | 1x20    | 20  |
| VYGON         | 5 PUNTI  | COEFFICIENTE 0,27 | 0,27x20 | 5,4 |

COMMISSARIO1-2-3-4-5

**tenuta delle connessioni**

|         |  |               |      |       |
|---------|--|---------------|------|-------|
| ALFAMED |  | PLAN 1 HEALTH | SEDA | VYGON |
| 1+1+4   |  | 1             | 1    |       |

AUSL FERRARA  
 DIRIGENTE MEDICO  
 U.O. OBSTETRICIA  
 Dott. Roberto RENZETTI

R.A.

CL  
 ROR

Uve

|               |  |  |      |       |
|---------------|--|--|------|-------|
| PLAN 1 HEALTH |  |  | SEDA | VYGON |
| 1+4           |  |  | 1    |       |
| SEDA          |  |  |      | VYGON |
| 4             |  |  |      |       |

|               |         |                |      |    |
|---------------|---------|----------------|------|----|
| ALFAMED       | 6 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1x20 | 20 |
| PLAN 1 HEALTH | 6 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1x20 | 20 |
| SEDA          | 6 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1x20 | 20 |
| VYGON         | 0 PUNTI | COEFFICIENTE 0 | 0    | 0  |

COMMISSARIO1-2-3-4-5

presenza di guida in nitinol

|               |  |               |      |       |
|---------------|--|---------------|------|-------|
| ALFAMED       |  | PLAN 1 HEALTH | SEDA | VYGON |
| 5+1+5         |  |               | 1    |       |
| PLAN 1 HEALTH |  |               | SEDA | VYGON |
| 1             |  |               | 5    | 1     |
| SEDA          |  |               |      | VYGON |
| 5             |  |               |      |       |

|               |          |                   |         |     |
|---------------|----------|-------------------|---------|-----|
| ALFAMED       | 11 PUNTI | COEFFICIENTE 1    | 1x10    | 10  |
| PLAN 1 HEALTH | 1 PUNTI  | COEFFICIENTE 0,09 | 0,09x10 | 0,9 |
| SEDA          | 11 PUNTI | COEFFICIENTE 1    | 1x10    | 10  |
| VYGON         | 1 PUNTI  | COEFFICIENTE 0,09 | 0,09x10 | 0,9 |

COMMISSARIO1-2-3-4-5

presenza di kit di introduzione e sistema di fissaggio assemblati con i PICC/MIDLINE

|               |  |               |      |       |
|---------------|--|---------------|------|-------|
| ALFAMED       |  | PLAN 1 HEALTH | SEDA | VYGON |
| 1+1+1         |  | 1             | 1    | 1     |
| PLAN 1 HEALTH |  |               | SEDA | VYGON |
| 1+1           |  |               | 1    | 1     |
| SEDA          |  |               |      | VYGON |
| 1             |  |               |      | 1     |

|               |         |                |     |   |
|---------------|---------|----------------|-----|---|
| ALFAMED       | 3 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1x5 | 5 |
| PLAN 1 HEALTH | 3 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1x5 | 5 |
| SEDA          | 3 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1x5 | 5 |
| VYGON         | 3 PUNTI | COEFFICIENTE 1 | 1x5 | 5 |

|               |    |     |    |     |   |        |
|---------------|----|-----|----|-----|---|--------|
|               |    |     |    |     |   | TOTALE |
| ALFAMED       | 15 | 0   | 20 | 10  | 5 | 50     |
| PLAN 1 HEALTH | 15 | 5,4 | 20 | 0   | 5 | 45,4   |
| SEDA          | 15 | 20  | 20 | 10  | 5 | 70     |
| VYGON         | 0  | 5,4 | 0  | 0,9 | 5 | 11,3   |

AUSL FERRARA  
 DIRIGENTE U.O. UROLOGIA  
 Dott. Roberto RENZETTI

R.A.  
 C.L.  
 P.R.  
 C.R.

