

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I., AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE ESIGENZE DELLA UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE DELLA ASL DI PESCARA.

La Commissione tecnica, dopo controllo della documentazione prodotta e visione della campionatura offerta dalle ditte partecipanti, riunitasi nelle seguenti sedute:

27/03/24, 29/04/24, 06/05/24, 14/05/24, 15/05/24, 26/06/24, 05/07/24, 09/07/24, 10/07/24, 01/08/24, 11/09/24, 23/09/24

esprime la propria valutazione come da allegato tecnico inviato insieme al presente verbale.

La Commissione Tecnica Giudicatrice

Presidente: Dott.ssa Rosamaria Zocaro



Componente: Dott.ssa Emilia Esposito



Componente: Dott. Luciano Agostinone



Pescara, 23/09/2024

DISPOSITIVI MEDICI PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE
ALLEGATO TECNICO

LOTTO 1
MASCHERA FACCIALE TOTALE MONOUSO PER VENTILAZIONE NON INVASIVA PREVISTA DI PASSAGGIO NASOGASTRICO

Presentano offerta le ditte: CARBINI, DIMAR, DRAEGER, GADA, HAROL.

I dispositivi offerti dalle ditte seguenti sono rispondenti a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono:

	Qualità e resistenza del materiale e della manifattura	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Aspetti correlati alla sicurezza del dispositivo per il paziente	Qualità del confezionamento: facilità di apertura della confezione	Qualità del confezionamento: completezza e leggibilità dell'etichetta	TOTALE
DIMAR	20	30	20	5	5	80
GADA	20	28,5	19	5	5	77,5
HAROL	20	24	16	4	5	69

Le ditte Carbini e Drager vengono ritenute non idonee per i seguenti motivi:

- 1) presentano nell'offerta e nella campionatura maschere non idonee alla NIV in quanto corredate solo di raccordo valvola antiasfissia (valvola forata).
- 2) La ditta Carbini offre maschera senza passaggio per SNG dedicato ma solo un adattatore.



**LOTTO 2
MASCHERA ORONASALE MONOPAZIENTE (NON VENTED)**

Presentano offerta le ditte: AIR LIQUIDE, CARBINI, DIMAR, DRAEGER, GADA, LAWS, VIVISOL

I dispositivi offerti dalle ditte seguenti sono rispondenti a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono:

	Qualità e resistenza del materiale e della manifattura	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Aspetti correlati alla sicurezza del dispositivo per il paziente	Qualità del confezionamento: facilità di apertura della confezione	Qualità del confezionamento: completezza e leggibilità dell'etichetta	TOTALE
AIR LIQUIDE	20	30	20	5	5	80
CARBINI	20	27	18	5	5	75
DIMAR	20	24	16	5	5	70
DRAEGER	20	25,5	17	5	5	72,5
LAWS	16	24	17	5	5	67
VIVISOL	16	24	16	5	5	66

La ditta GADA viene esclusa in quanto presenta maschera VENTED

Handwritten signature and initials, likely representing the official approval or submission of the offer.

**LOTTO 3
MASCHERA ORONASALE MONOPAZIENTE (VENTED)**

Presentano offerta le ditte: AIR LIQUIDE, CARBINI, DIMAR, DRAEGER, GADA, LAWS, VIVISOL

I dispositivi offerti dalle ditte seguenti sono rispondenti a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono:

	Qualità e resistenza del materiale e della manifattura	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Aspetti correlati alla sicurezza del dispositivo per il paziente	Qualità del confezionamento: facilità di apertura della confezione	Qualità del confezionamento: completezza e leggibilità dell'etichetta	TOTALE
AIR LIQUIDE	20	30	20	5	5	80
CARBINI	20	27	18	5	5	75
DIMAR	20	24	16	5	5	70
DRAEGER	20	25,5	17	5	5	72,5
LAWS	16	24	17	5	5	67
VIVISOL	16	24	16	5	5	66

La ditta GADA viene esclusa perché presenta maschera NON VENTED

**LOTTO 4
CASCO PER C-PAP**

Presentano offerta le ditte: DIMAR, GADA, HAROL

I dispositivi offerti dalle ditte seguenti sono rispondenti a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono:

	Qualità e resistenza del materiale e della manifattura	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Aspetti correlati alla sicurezza del dispositivo per il paziente	Qualità del confezionamento: facilità di apertura della confezione	Qualità del confezionamento: completezza e leggibilità dell'etichetta	TOTALE
DIMAR	20	27	18	5	5	75
GADA	20	30	20	5	5	80
HAROL	12	18	12	5	5	52



**LOTTO 5
CASCO PER VENTILAZIONE NON INVASIVA**

Presentano offerta le ditte: DIMAR, GADA, HAROL

I dispositivi offerti dalle ditte seguenti sono rispondenti a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono:

	Qualità e resistenza del materiale e della manifattura	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Aspetti correlati alla sicurezza del dispositivo per il paziente	Qualità del confezionamento: facilità di apertura della confezione	Qualità del confezionamento: completezza e leggibilità dell'etichetta	TOTALE
DIMAR	20	28,5	19	5	5	77,5
GADA	20	30	20	5	5	80
HAROL	12	18	12	5	5	52



**LOTTO 6
CASCO DA CPAP DA UTILIZZARE IN EMERGENZA**

Presentano offerta le ditte: DIAMR, HAROL

I dispositivi offerti dalle ditte seguenti sono rispondenti a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono:

	Qualità e resistenza del materiale e della manifattura	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Aspetti correlati alla sicurezza del dispositivo per il paziente	Qualità del confezionamento: facilità di apertura della confezione	Qualità del confezionamento: completezza e leggibilità dell'etichetta	TOTALE
DIMAR	20	30	20	5	5	80
HAROL	12	18	12	5	5	52

Si accetta anche l'offerta dalla ditta Harol; poiché nel capitolato veniva richiesta misura unica, viene abbassato il punteggio tecnico



Handwritten signature and initials, possibly 'GA' and 'RA', located at the bottom right of the page.

**LOTTO 7
CASCO CPAP PER EMERGENZA**

Presentano offerta le ditte: DIMAR, GADA, HAROL, NOVAMEDISAN

I dispositivi offerti dalle ditte seguenti sono rispondenti a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono:

	Qualità e resistenza del materiale e della manifattura	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Aspetti correlati alla sicurezza del dispositivo per il paziente	Qualità del confezionamento: facilità di apertura della confezione	Qualità del confezionamento: completezza e leggibilità dell'etichetta	TOTALE
DIMAR	20	30	18	5	5	78
GADA	20	30	20	5	5	80
HAROL	20	30	16	5	5	71
NOVAMEDISAN	20	30	16	5	5	71

QF
RA

**LOTTO 8
RACCORDO ANGOLATO O AD "L"**

Presentano offerta le ditte: DEAS, DIEMME, FIMAS

I dispositivi offerti dalle ditte seguenti sono rispondenti a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono:

	Qualità e resistenza del materiale e della manifattura	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Aspetti correlati alla sicurezza del dispositivo per il paziente	Qualità del confezionamento: facilità di apertura della confezione	Qualità del confezionamento: completezza e leggibilità dell'etichetta	TOTALE
DEAS	20	30	20	5	5	80
DIEMME	12	18	12	5	5	52
FIMAS	20	30	20	5	5	80

La ditta Diemme non presenta alcuna foto nella documentazione di gara presentata



LOTTO 9
RACCORDO A T PER CPAP IN TRACHEO 22F-22M/15F-22M/15F

Presenta offerta la ditta: DEAS

Il dispositivo offerto è rispondente a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono:

	Qualità e resistenza del materiale e della manifattura	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Aspetti correlati alla sicurezza del dispositivo per il paziente	Qualità del confezionamento: facilità di apertura della confezione	Qualità del confezionamento: completezza e leggibilità dell'etichetta	TOTALE
DEAS	20	30	20	5	5	80



Handwritten signature and initials, possibly 'Q/A' and 'R'.

LOTTO 10
RACCORDI BICONICI SIMMETRICI

Presentano offerta le ditte: COLOPLAST, VYGON

I dispositivi offerti dalle ditte seguenti sono rispondenti a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono:

	Qualità e resistenza del materiale e della manifattura	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Aspetti correlati alla sicurezza del dispositivo per il paziente	Qualità del confezionamento: facilità di apertura della confezione	Qualità del confezionamento: completezza e leggibilità dell'etichetta	TOTALE
COLOPLAST	20	30	20	5	5	80
VYGON	20	30	20	5	5	80



LOTTO 11
RACCORDO BICONICO SIMMETRICO

Presenta offerta la ditta: **BENEFIS**

Il dispositivo offerto è rispondente a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono:

	Qualità e resistenza del materiale e della manifattura	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Aspetti correlati alla sicurezza del dispositivo per il paziente	Qualità del confezionamento: facilità di apertura della confezione	Qualità del confezionamento: completezza e leggibilità dell'etichetta	TOTALE
BENEFIS	20	30	20	5	5	80



Handwritten signature and initials, possibly 'Qu... J' and 'PA'.

**LOTTO 12
RACCORDO AD Y**

Presentano offerta le ditte: COLOPLAST, VYGON

I dispositivi offerti dalle ditte seguenti sono rispondenti a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono:

	Qualità e resistenza del materiale e della manifattura	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Aspetti correlati alla sicurezza del dispositivo per il paziente	Qualità del confezionamento: facilità di apertura della confezione	Qualità del confezionamento: completezza e leggibilità dell'etichetta	TOTALE
COLOPLAST	20	30	20	5	5	80
VYGON	20	30	20	5	5	80



**LOTTO 13
TUBO ENDOTRACHEALE CUFFIATO CON LUME ADDIZIONALE DI IRRIGAZIONE ED ASPIRAZIONE SUBGLOTTIDEA CON
ACCESSORI PER VALVOLA DI ASPIRAZIONE**

Presenta offerta la ditta: MEDTRONIC

Il dispositivo offerto è rispondente a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono:

	Qualità e resistenza del materiale e della manifattura	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Aspetti correlati alla sicurezza del dispositivo per il paziente	Qualità del confezionamento: facilità di apertura della confezione	Qualità del confezionamento: completezza e leggibilità dell'etichetta	TOTALE
MEDTRONIC	20	30	20	5	5	80



LOTTO 14
KIT PER TRACHEOSTOMIA CON PINZA DILATATRICE - DESERTO

Dr. M. C.
MA

**LOTTO 15
KIT PER TRACHEOSTOMIA CON DILATATORE PROGRESSIVO**

Presentano offerta le ditte: ATOS, COOK

I dispositivi offerti dalle ditte seguenti sono rispondenti a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono:

	Qualità e resistenza del materiale e della manifattura	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Aspetti correlati alla sicurezza del dispositivo per il paziente	Qualità del confezionamento: facilità di apertura della confezione	Qualità del confezionamento: completezza e leggibilità dell'etichetta	TOTALE
ATOS	12	18	12	5	5	52
COOK	20	30	20	5	5	80

Nel capitolato è richiesta la presenza di dilatatori progressivi (oltre al dilatatore finale). Benchè non presenti nell'offerta della Atos, il kit è stato comunque valutato idoneo.



**LOTTO 16
CANNULE TRACHEOSTOMICHE FENESTRATE**

Presentano offerta le ditte: FERMED, MEDTRONIC

I dispositivi offerti dalle ditte seguenti sono rispondenti a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono:

	Qualità e resistenza del materiale e della manifattura	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Aspetti correlati alla sicurezza del dispositivo per il paziente	Qualità del confezionamento: facilità di apertura della confezione	Qualità del confezionamento: completezza e leggibilità dell'etichetta	TOTALE
FERMED	20	30	20	5	5	80
MEDTRONIC	18	27	18	5	5	73

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'P. P.' and other smaller initials.

**LOTTO 17
CANNULE TRACHEOSTOMICHE NON FENESTRATE**

Presentano offerta le ditte: FERMED, MEDTRONIC

I dispositivi offerti dalle ditte seguenti sono rispondenti a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono:

	Qualità e resistenza del materiale e della manifattura	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Aspetti correlati alla sicurezza del dispositivo per il paziente	Qualità del confezionamento: facilità di apertura della confezione	Qualità del confezionamento: completezza e leggibilità dell'etichetta	TOTALE
FERMED	20	30	20	5	5	80
MEDTRONIC	18	27	18	5	5	73

Handwritten signature and initials, likely representing the official approval or submission of the offer.

**LOTTO 18
CANNULE TRACHEOSTOMICHE FENESTRATE PRIVE DI CUFFIA**

Presentano offerta le ditte: FERMED, MEDTRONIC

I dispositivi offerti dalle ditte seguenti sono rispondenti a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono:

	Qualità e resistenza del materiale e della manifattura	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Aspetti correlati alla sicurezza del dispositivo per il paziente	Qualità del confezionamento: facilità di apertura della confezione	Qualità del confezionamento: completezza e leggibilità dell'etichetta	TOTALE
FERMED	20	30	20	5	5	80
MEDTRONIC	18	27	18	5	5	73

Aut. S.
NR

LOTTO 19
CANNULE TRACHEOSTOMICHE NON FENESTRATE PRIVE DI CUFFIA

Presentano offerta le ditte: FERMED, MEDTRONIC

I dispositivi offerti dalle ditte seguenti sono rispondenti a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono:

	Qualità e resistenza del materiale e della manifattura	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Aspetti correlati alla sicurezza del dispositivo per il paziente	Qualità del confezionamento: facilità di apertura della confezione	Qualità del confezionamento: completezza e leggibilità dell'etichetta	TOTALE
FERMED	20	30	20	5	5	80
MEDTRONIC	18	27	18	5	5	73



LOTTO 20
VALVOLE FONATORIE - **DESERTO**

Handwritten signature

LOTTO 21
CANNULE TRACHEOSTOMICHE PEDIATRICHE NON CUFFIATE

Presentano offerta le ditte: FERMED, MEDTRONIC

I dispositivi offerti dalle ditte seguenti sono rispondenti a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono:

	Qualità e resistenza del materiale e della manifattura	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Aspetti correlati alla sicurezza del dispositivo per il paziente	Qualità del confezionamento: facilità di apertura della confezione	Qualità del confezionamento: completezza e leggibilità dell'etichetta	TOTALE
FERMED	20	30	20	5	5	80
MEDTRONIC	20	30	20	5	5	80



Handwritten signature and initials, possibly 'D. M. S.' and 'na'.

**LOTTO 22
CANNULE TRACHEOSTOMICHE PEDIATRICHE CON CUFFIA A BASSA PRESSIONE**

Presentano offerta le ditte: FERMED, MEDTRONIC

I dispositivi offerti dalle ditte seguenti sono rispondenti a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono:

	Qualità e resistenza del materiale e della manifattura	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Aspetti correlati alla sicurezza del dispositivo per il paziente	Qualità del confezionamento: facilità di apertura della confezione	Qualità del confezionamento: completezza e leggibilità dell'etichetta	TOTALE
FERMED	20	28,5	20	5	5	78,5
MEDTRONIC	20	30	20	5	5	80



LOTTO 23
CANNULA TRACHEOSTOMICA EXTRALUNGA EQUIVALENTE BIVONA - DESERTO

Handwritten signature

**LOTTO 24
CANNULA TRACHEOSTOMICA TRASPARENTE LUNGA DISTALMENTE CON CUFFIA A BASSA PRESSIONE E AD ALTO
VOLUME**

Presenta offerta la ditta: **MEDTRONIC**

Il dispositivo offerto è rispondente a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono:

	Qualità e resistenza del materiale e della manifattura	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Aspetti correlati alla sicurezza del dispositivo per il paziente	Qualità del confezionamento: facilità di apertura della confezione	Qualità del confezionamento: completezza e leggibilità dell'etichetta	TOTALE
MEDTRONIC	20	30	20	5	5	80



LOTTO 25
CANNULA TRACHEOSTOMICA TRASPARENTE LUNGA DISTALMENTE PRIVA DI CUFFIA

Presenta offerta la ditta: **MEDTRONIC**

Il dispositivo offerto è rispondente a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono:

	Qualità e resistenza del materiale e della manifattura	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Aspetti correlati alla sicurezza del dispositivo per il paziente	Qualità del confezionamento: facilità di apertura della confezione	Qualità del confezionamento: completezza e leggibilità dell'etichetta	TOTALE
MEDTRONIC	20	30	20	5	5	80



LOTTO 26
CANNULA TRACHEOSTOMICA TRASPARENTE LUNGA PROSSIMALMENTE CON CUFFIA A BASSA PRESSIONE E AD ALTO
VOLUME

Presenta offerta la ditta: **MEDTRONIC**

Il dispositivo offerto è rispondente a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono:

	Qualità e resistenza del materiale e della manifattura	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Aspetti correlati alla sicurezza del dispositivo per il paziente	Qualità del confezionamento: facilità di apertura della confezione	Qualità del confezionamento: completezza e leggibilità dell'etichetta	TOTALE
MEDTRONIC	20	30	20	5	5	80



LOTTO 27
CANNULA TRACHEOSTOMICA TRASPARENTE LUNGA PROSSIMALMENTE PRIVA DI CUFFIA

Presenta offerta la ditta: **MEDTRONIC**

Il dispositivo offerto è rispondente a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono:

	Qualità e resistenza del materiale e della manifattura	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Aspetti correlati alla sicurezza del dispositivo per il paziente	Qualità del confezionamento: facilità di apertura della confezione	Qualità del confezionamento: completezza e leggibilità dell'etichetta	TOTALE
MEDTRONIC	20	30	20	5	5	80



LOTTO 28
CANNULA TRACHEOSTOMICA TRASPARENTE MONOUSO CON CUFFIA A BASSA PRESSIONE - **DESERTO**

LOTTO 29
CANNULA TRACHEOSTOMICA TRASPARENTE MONOUSO - **DESERTO**

Handwritten signature and initials
10

**LOTTO 30
CANNULA TRACHEOSTOMICA FLESSIBILE MONOUSO CON ASPIRAZIONE SOPRA LA CUFFIA CON CUFFIA A BASSA
PRESSIONE E ACCESSORI PER VALVOLA DI ASPIRAZIONE**

Presentano offerta le ditte: **MEDTRONIC**

Il dispositivo offerto è rispondente a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono:

	Qualità e resistenza del materiale e della manifattura	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Aspetti correlati alla sicurezza del dispositivo per il paziente	Qualità del confezionamento: facilità di apertura della confezione	Qualità del confezionamento: completezza e leggibilità dell'etichetta	TOTALE
MEDTRONIC	20	30	20	5	5	80

**LOTTO 31
CANNULE TRACHEOSTOMICHE ARMATE MONOUSO - DESERTO**

**LOTTO 32
SISTEMA DI ASPIRAZIONE A CIRCUITO CHIUSO PER TUBI**

Presentano offerta le ditte: DIEMME, LAWS, MEDTRONIC, SAMO

I dispositivi offerti dalle ditte seguenti sono rispondenti a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono:

	Qualità e resistenza del materiale e della manifattura	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Aspetti correlati alla sicurezza del dispositivo per il paziente	Qualità del confezionamento: facilità di apertura della confezione	Qualità del confezionamento: completezza e leggibilità dell'etichetta	TOTALE
DIEMME	12	18	12	5	5	52
LAWS	12	18	12	5	5	52
MEDTRONIC	20	21	14	5	5	65
SAMO	20	30	20	5	5	80

L'unica ditta che offre sistema provvisto di porta per effettuare broncoscopie senza disconnettere il sistema è la ditta Samo.

**LOTTO 33
SISTEMA DI ASPIRAZIONE A CIRCUITO CHIUSO PER CANNULE**

Presentano offerta le ditte: DIEMME, LAWS, MEDTRONIC, SAMO

I dispositivi offerti dalle ditte seguenti sono rispondenti a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono:

	Qualità e resistenza del materiale e della manifattura	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Aspetti correlati alla sicurezza del dispositivo per il paziente	Qualità del confezionamento: facilità di apertura della confezione	Qualità del confezionamento: completezza e leggibilità dell'etichetta	TOTALE
DIEMME	12	18	12	5	5	52
LAWS	12	18	12	5	5	52
MEDTRONIC	20	21	14	5	5	65
SAMO	20	30	20	5	5	80

L'unica ditta che offre sistema provvisto di porta per effettuare broncoscopie senza disconnettere il sistema è la ditta Samo.

LOTTO 34
UMIDIFICATORE A CONDENSATORE IGROSCOPICO (NASO ARTIFICIALE)

Presenta offerta la ditta: BIOPSYBELL

Il dispositivo offerto è rispondente a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono:

	Qualità e resistenza del materiale e della manifattura	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Aspetti correlati alla sicurezza del dispositivo per il paziente	Qualità del confezionamento: facilità di apertura della confezione	Qualità del confezionamento: completezza e leggibilità dell'etichetta	TOTALE
BIOPSYBELL	20	30	20	5	5	80



**LOTTO 35
CATETER RETTALE A PERMANENZA PER LA GESTIONE DELL'INCONTINENZA FECALE**

Presentano offerta le ditte: BECTON, LAWS

I dispositivi offerti dalle ditte seguenti sono rispondenti a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono:

	Qualità e resistenza del materiale e della manifattura	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Aspetti correlati alla sicurezza del dispositivo per il paziente	Qualità del confezionamento: facilità di apertura della confezione	Qualità del confezionamento: completezza e leggibilità dell'etichetta	TOTALE
BECTON	20	18	10	5	5	58
LAWS	20	30	20	5	5	80

Per il dispositivo offerto dalla Becton all'atto della prova su paziente si evidenziava la fuoriuscita di feci probabilmente dovuta alle dimensioni del palloncino di ancoraggio anale che mantiene beante lo sfintere.



**LOTTO 36
KIT PER L'IGIENE ORALE**

Presentano offerta le ditte: **BBM, FIMAS, MEDLINE, NOVAMEDISAN**

I dispositivi offerti dalle ditte seguenti sono rispondenti a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono:

	Qualità e resistenza del materiale e della manifattura	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Aspetti correlati alla sicurezza del dispositivo per il paziente	Qualità del confezionamento: facilità di apertura della confezione	Qualità del confezionamento: completezza e leggibilità dell'etichetta	TOTALE
BBM	20	30	20	5	5	80
FIMAS	12	18	12	5	5	52
MEDLINE	19	28,5	19	5	5	76,5
NOVAMEDISAN	19	28,5	19	5	5	76,5

Il kit offerto dalla Fimas presenta spazzolino con setole meno morbide rispetto alle alternative; inoltre l'applicatore non è provvisto di tampone in materiale spugnoso e la connessione integrata alla linea di aspirazione non risulta stabile durante l'utilizzo

Handwritten signature and initials, possibly 'P. M.' or similar, located at the bottom right of the page.

LOTTO 37
SONDE VESICALI TIPO FOLEY PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CENTRALE

Presentano offerta le ditte: MEDLINE, MEDTRONIC

I dispositivi offerti dalle ditte seguenti sono rispondenti a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono:

	Qualità e resistenza del materiale e della manifattura	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Aspetti correlati alla sicurezza del dispositivo per il paziente	Qualità del confezionamento: facilità di apertura della confezione	Qualità del confezionamento: completezza e leggibilità dell'etichetta	TOTALE
MEDLINE	12	18	12	5	5	52
MEDTRONIC	20	30	20	5	5	80

Dalla documentazione della ditta Medline non si evince la compatibilità con i monitor DRAEGER INFINITY DELTA. Si valuta comunque l'offerta, riservandosi, in caso di aggiudicazione, di verificare l'effettiva disponibilità della ditta a fornire cavi idonei per il collegamento ai monitor in dotazione.



LOTTO 38
SET DIURESI ORARIA/SACCHE DI RICAMBIO SET DIURESI ORARIA

Presentano offerta le ditte: B.BRAUN, BENEFIS, CLINILAB, ELIMED, IDS, MEDICAL LUME, MEDLINE

I dispositivi offerti dalle ditte seguenti sono rispondenti a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono:

	Qualità e resistenza del materiale e della manifattura	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Aspetti correlati alla sicurezza del dispositivo per il paziente	Qualità del confezionamento: facilità di apertura della confezione	Qualità del confezionamento: completezza e leggibilità dell'etichetta	TOTALE
B.BRAUN	20	30	20	5	5	80
BENEFIS	16	21	14	5	5	61
CLINILAB	20	24	14	5	5	68
ELIMED	14	12	8	5	5	44
IDS	20	30	20	5	5	80
MEDICAL LUME	14	12	8	5	5	44
MEDLINE	14	12	8	5	5	44

Le ditte B.Braun e Medical Lume presentano la sacca del set diuresi priva di rubinetto di scarico; i prodotti offerti si ritengono idonei in quanto la presenza del rubinetto non era specificatamente richiesta da capitolato; tuttavia la rianimazione e altre UU.OO. sono dotate di macchina aspiraliquidi e pertanto è indispensabile la sacca con rubinetto per permettere lo svuotamento di tutto il sistema. Si richiede pertanto, in caso di aggiudicazione ad una delle ditte di cui sopra, disponibilità a fornire sacche provviste di rubinetto di scarico.

L'efficienza di drenaggio urinario per i set offerti dalle ditte Elimed, Medical Lume e Medline si ritiene insufficiente.



LOTTO 39
KIT PER LA DECONTAMINAZIONE DEL CIRCUITO DI BRONCOASPIRAZIONE

Presenta offerta le ditte: CAIR

Il dispositivo offerto è rispondente a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono:

CAIR	Qualità e resistenza del materiale e della manifattura	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Aspetti correlati alla sicurezza del dispositivo per il paziente	Qualità del confezionamento: facilità di apertura della confezione	Qualità del confezionamento: completezza e leggibilità dell'etichetta	TOTALE
	20	30	20	5	5	80



**LOTTO 40
POSIZIONATORI FLUIDI**

Presentano offerta le ditte: MOLNLYCKE

Il dispositivo offerto è rispondente a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono:

	Finitura dei materiale	Evidenze scientifiche a supporto dell'azione antidecubito	Versatilità del prodotto finalizzata ad un posizionamento personalizzato anche nei pazienti pediatrici	Sanificazione: semplicità della procedura di sanificazione	Sanificazione: resistenza agli antisettici	TOTALE
MOLNLYCKE	25	20	15	10	10	80



LOTTO 41
SISTEMA PNEUMATICO PER LA PREVENZIONE DELLA STASI VENOSA NEL PAZIENTE IMMOBILE

Presentano offerta le ditte: ARJO, CARDINAL, MOVI, STARMED

I dispositivi offerti dalle ditte seguenti sono rispondenti a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono:

	Qualità e resistenza del materiale e della manifattura	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Aspetti correlati alla sicurezza del dispositivo per il paziente	Qualità del confezionamento: facilità di apertura della confezione	Qualità del confezionamento: completezza e leggibilità dell'etichetta	TOTALE
ARJO	15	25,5	15	5	5	65,5
CARDINAL	17	25,5	17	5	5	69,5
MOVI	20	30	20	5	5	80

Viene esclusa la ditta Starmed per mancanza di cavi di connessione solidali con il sistema di gonfiaggio (non presenza di sistema di collegamento anti disconnessione)



**LOTTO 42
CATERERE MOUNT RETTO**

Presentano offerta le ditte: DEAS, IDS, MEDTRONIC

I dispositivi offerti dalle ditte seguenti sono rispondenti a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono:

	Qualità e resistenza del materiale e della manifattura	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Aspetti correlati alla sicurezza del dispositivo per il paziente	Qualità del confezionamento: facilità di apertura della confezione	Qualità del confezionamento: completezza e leggibilità dell'etichetta	TOTALE
DEAS	20	30	20	5	5	80
MEDTRONIC	20	30	20	5	5	80

L'offerta della IDS non risponde al capitolato in quanto si offre mount angolato e non retto.



LOTTO 43
SISTEMI DI MONITORAGGIO IN CONTINUO DELLA PRESSIONE INTRACRANICA, TEMPERATURA E P*ti*O2 - DESERTO

Handwritten signature or initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature is stylized and appears to consist of several connected loops and lines.

LOTTO 44
SET PER PNEUMOTORACE MEDIANTE TECNICA SELDINGER EQUIVALENTE WAYNE SET

Presentano offerta le ditte: COOK

Il dispositivo offerto è rispondente a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono:

	Qualità e resistenza del materiale e della manifattura	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Qualità e praticità del sistema di fissaggio	Ago ecogenico	Qualità del confezionamento: facilità di apertura della confezione	Qualità del confezionamento: completezza e leggibilità dell'etichetta	TOTAL
COOK	20	30	10	10	5	5	80



**LOTTO 45
SET PER TORACENTESI**

Presentano offerta le ditte: **CARDINAL**

Il dispositivo offerto è rispondente a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono:

	Qualità e resistenza del materiale e della manifattura	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Qualità e praticità del sistema di fissaggio	Ago ecogenico	Qualità del confezionamento: facilità di apertura della confezione	Qualità del confezionamento: completezza e leggibilità dell'etichetta	TOTALI
CARDINAL	20	30	10	10	5	5	80

**LOTTO 46
SET CON TUBO TORACICO EQUIVALENTE THAL-QUICK SET**

Presentano offerta le ditte: COOK

Il dispositivo offerto è rispondente a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono:

	Qualità e resistenza del materiale e della manifattura	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Qualità e praticità del sistema di fissaggio	Ago ecogenico	Qualità del confezionamento: facilità di apertura della confezione	Qualità del confezionamento: completezza e leggibilità dell'etichetta	TOTAL
COOK	20	30	10	10	5	5	80

Q.M.T.
Ma

**LOTTO 47
SET PER PNX DI EMERGENZA**

Presentano offerta le ditte: COOK

Il dispositivo offerto è rispondente a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono:

	Qualità e resistenza del materiale e della manifattura	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Qualità e praticità del sistema di fissaggio	Ago ecogenico	Qualità del confezionamento: facilità di apertura della confezione	Qualità del confezionamento: completezza e leggibilità dell'etichetta	TOTAL
COOK	20	30	10	10	5	5	80



Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'P. N. S.' and other smaller initials.

**LOTTO 48
KIT PER IL MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE ARTERIOSA CRUENTA COMPLETO DI TRASDUTTORE**

Presentano offerta le ditte: B.BRAUN, ELIMED

I dispositivi offerti dalle ditte seguenti sono rispondenti a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono:

	Qualità e resistenza del materiale e della manifattura	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Aspetti correlati alla sicurezza del dispositivo per il paziente	Qualità del confezionamento: facilità di apertura della confezione	Qualità del confezionamento: completezza e leggibilità dell'etichetta	TOTALE
B.BRAUN	20	30	20	5	5	80
ELIMED	20	30	18	5	5	78

I dispositivi sono qualitativamente equivalenti; il kit della BBraun presenta linea arteriosa immediatamente identificabile, pertanto viene assegnato il massimo punteggio alla sicurezza.



**LOTTO 49
SET PER LA NEBULIZZAZIONE DI FARMACI**

Presentano offerta le ditte: BENEFIS, DEAS, DIEMME, FIMAS, LAWS, MEDLINE, SAMO

I dispositivi offerti dalle ditte seguenti sono rispondenti a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono:

	Qualità e resistenza del materiale e della manifattura	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Aspetti correlati alla sicurezza del dispositivo per il paziente	Qualità del confezionamento: facilità di apertura della confezione	Qualità del confezionamento: completezza e leggibilità dell'etichetta	TOTALE
BENEFIS	16	24	16	5	5	66
DEAS	16	24	16	5	5	66
DIEMME	16	24	16	5	5	66
FIMAS	18	27	18	5	5	73
LAWS	16	24	16	5	5	66
MEDLINE	20	30	20	5	5	80
SAMO	20	30	20	5	5	80

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the initials 'PZ'.

**LOTTO 50
SET PER CATETERISMO VENOSO CENTRALE PER ADULTI (MONOLUME)**

Presentano offerta le ditte: **BENEFIS, TELEFLEX**

I dispositivi offerti dalle ditte seguenti sono rispondenti a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono:

	Qualità e resistenza del materiale e della manifattura	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza del seldinger, facilità di penetrabilità dell'ago	Sistema di sicurezza	Dotazione nel kit di tappo con valvola antireflusso	Presenza di ago ecogenico	TOTALE
BENEFIS	15	30	15	0	0	57
TELEFLEX	15	30	15	0	10	70

Non si ritiene corrispondente al capitolato il set offerto dalla B. Braun perché non provvisto di siringa tipo Raulerson; pertanto si esclude

9.11.23
MA

**LOTTO 61
SET PER CATETERISMO VENOSO CENTRALE PER ADULTI (BILUME)**

Presentano offerta le ditte: BENEFIS, TELEFLEX

I dispositivi offerti dalle ditte seguenti sono rispondenti a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono:

	Qualità e resistenza del materiale e della manifattura	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza del seldinger, facilità di penetrabilità dell'ago	Sistema di sicurezza	Dotazione nel kit di tappo con valvola antireflusso	Presenza di ago ecogenico	TOTALE
BENEFIS	15	30	15	0	0	60

Non si ritiene corrispondente al capitolato il set offerto dalla Teleflex perché non provvisto di siringa tipo Raulerson; pertanto si esclude



LOTTO 62
SET PER CATETERISMO VENOSO CENTRALE PER ADULTI (TRILUME)

Presentano offerta le ditte: BENEFIS, TELEFLEX

I dispositivi offerti dalle ditte seguenti sono rispondenti a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono:

	Qualità e resistenza del materiale e della manifattura	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza del seldinger, facilità di penetrazione dell'ago	Sistema di sicurezza	Dotazione nel kit di tappo con valvola antireflusso	Presenza di ago ecogenico	TOTALE
BENEFIS	15	30	15	0	0	57
TELEFLEX	15	30	15	0	10	70

Handwritten signature and initials, possibly 'L. M. S.' and 'M.'.

**LOTTO 51 – aggiudicazione lotto 80%
CATETERI VENOSI CENTRALI PEDIATRICI MONOLUME
SET PER CATETERISMO VENOSO CENTRALE PEDIATRICO**

Presenta offerta solo la ditta BENEFIS, che viene esclusa per mancanza di doppio dilatatore, sistema di fissaggio suturless e marcatura centrimetrica.

LOTTO 52 – aggiudicazione lotto 80% - DESERTO

Handwritten signature and initials in blue ink, appearing to be 'S. M.' followed by a horizontal line and 'M.' below it.

**LOTTO 53 – aggiudicazione lotto 80%
CATETERI VENOSI CENTRALI PEDIATRICI TRILUME
SET PER CATERISMO VENOSO CENTRALE PEDIATRICO**

Presenta offerta solo la ditta BENEFIG, che viene esclusa per mancanza di doppio dilatatore, sistema di fissaggio suturless e marcatura centrimetrica.

LOTTO 54 – DESERTO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. M. S.' followed by a flourish.

**LOTTO 55
CATERERE PER INCANNULAMENTO ARTERIOSO 20G X 8CM**

Presentano offerta le ditte: B.BRAUN, VYGON

I dispositivi offerti dalle ditte seguenti sono rispondenti a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono:

	Qualità e resistenza del materiale	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di maneggevolezza (facilità di penetrazione dell'ago, punta tagliente e affilata)	Sistema di sicurezza e stabilità del catetere	Sistema per visualizzare il movimento pulsatile del sangue	TOTALE
VYGON	15	30	20	15	80

L'offerta della B.Braun non è conforme a quanto richiesto da capitolato (ago con valvola antireflusso, snodo orientabile, cono centratore)

LOTTO 56 – DESERTO



**LOTTO 57
CATETERE PER INCANNULAMENTO ARTERIOSO 20G X 16CM**

Presentano offerta le ditte: B.BRAUN, VYGON

I dispositivi offerti dalle ditte seguenti sono rispondenti a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono:

	Qualità e resistenza del materiale	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di maneggevolezza (facilità di penetrazione dell'ago, punta tagliente e affilata)	Sistema di sicurezza e stabilità del catetere	Sistema per visualizzare il movimento pulsatile del sangue	TOTALE
VYGON	15	30	20	15	80

L'offerta della B.Braun non è conforme a quanto richiesto da capitolato (ago con valvola antireflusso, snodo orientabile, cono centratore)



**LOTTO 58
CATETERE PER INCANNULAMENTO ARTERIOSO 22G X 8CM**

Presenta offerta solo la ditta B.BRAUN, che viene esclusa per mancanza di ago con valvola antireflusso, snodo orientabile, cono centratore.

LOTTO 59 – DESERTO

Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be 'D. H. S.' with 'NO' written below it.

LOTTO 60
FASCE DI FISSAGGIO PER CANNULA TRACHEOSTOMICA

Presentano offerta le ditte: DEAS, FASE, ITALSANITARIA, MEDTRONIC, NOVAMEDISAN

I dispositivi offerti dalle ditte seguenti sono rispondenti a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono:

	Qualità e resistenza del materiale e della manifattura	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	Aspetti correlati alla sicurezza del dispositivo per il paziente	Qualità del confezionamento: facilità di apertura della confezione	Qualità del confezionamento: completezza e leggibilità dell'etichetta	TOTALE
DEAS	20	30	20	5	5	80
FASE	20	30	20	5	5	80
ITALSANITARIA	15	22,5	15	3,75	3,75	60
MEDTRONIC	20	30	20	5	5	80
NOVAMEDISAN	20	30	20	5	5	80