

FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO AI  
RADIOBISTURI “ELLMAN MODELLO SURGITRON” DI PROPRIETÀ DELL’ASL DI  
PESCARA, PER LE ESIGENZE DELLE UOC DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEI  
PP.OO. DI PESCARA E PENNE

**La Commissione Giudicatrice**

**VERBALE DEL 30/07/2025**

In data 30/07/2025 alle ore 12:30 presso i locali della UOC Ostetricia e Ginecologia – ASL di Pescara, si è riunita la Commissione Giudicatrice, come da Delibera n° 834 del 20/06/2025, composta da:

**Dott.ssa Lucia Rando – UOC Ostetricia e Ginecologia - (Presidente)**  
**Dott.ssa Vincenzina Di Carlo – UOC Ostetricia e Ginecologia- (Componente)**  
**Dott.ssa Claudia Di Lanzo – UOC Ingegneria Clinica - (Componente)**

La gara è composta da un unico lotto.

In data 23/07/2023 la Dott.ssa Lucia Rando ha provveduto al ritiro della campionatura, così come previsto nell’ art. 5 del Capitolato di gara, composta da n. 1 collo pervenuta dall’unico Operatore Economico partecipante MIAMED SRL.

I membri della Commissione procedono dapprima all’apertura del collo e, successivamente, alla visione e valutazione dei dispositivi ivi contenuti.

Dopo attenta lettura e analisi di tutti gli atti di gara, quali capitolato tecnico, disciplinare e offerte tecniche dell’unico Operatore Economico partecipante, ed in particolare dell’***Allegato Tecnico presente nel Capitolato***, in cui è elencato il ***materiale di consumo richiesto***, si evince che:

**non è presente e né tantomeno è stato offerto il seguente materiale**

| REF     | DESCRIZIONE<br>PRODOTTO                | CARATTERISTICHE<br>PRODOTTO                                                                         | FABBISOGNO<br>ANNUALE IN<br>PEZZI | CND     | RDM         |
|---------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------|
| REF.W32 | ELETTRODI A<br>BAIONETTA LOOP 25<br>mm | Elettrodo monopolare con<br>stelo a baionetta ed ansa<br>diam. 25mm. Lunghezza<br>operativa 130 mm. | 150                               | K020380 | 136196<br>5 |

Alla luce di quanto sopra esposto la Commissione dichiara la **NON IDONEITA’** dell’Offerta e, dunque, non procedono alla successiva valutazione qualitativa.

FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO AI  
RADIOBISTURI "ELLMAN MODELLO SURGITRON" DI PROPRIETÀ DELL'ASL DI  
PESCARA, PER LE ESIGENZE DELLE UOC DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEI  
PP.OO. DI PESCARA E PENNE

Il Presidente, dichiara chiusa la seduta e l'intera procedura di valutazione, rimettendo al RUP il presente verbale composto da pag. 2 per i successivi atti consequenziali.

Pescara 30/07/2025, ore 13.30

**La Commissione Giudicatrice**

**Dott. Lucia RANDO**

Lucia Rando

**Dott. Vincenzina DI CARLO**

Vincenzina Di Carlo

**Ing. Claudia DI LANZO**

Claudia Di Lanzo