

PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI MATERIALE SPECIALISTICO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO EX ART. 54 C.3 DEL CODICE DEI CONTRATTI, PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI NEUROCHIRURGIA DELL'ASL PESCARA.

La Commissione Giudicatrice

VERBALE DEL 25/07/2023

Nei giorni 15/03/2022, 23/03/2023, 09/05/2023 e 25/07/2023 alle ore 9:00 presso i locali della UOC Ingegneria Clinica - HTA – ASL di Pescara, si è riunita la Commissione Giudicatrice, come da Delibera n° 90 del 26/01/2023, composta da:

Dott. Raffaele Nigro, Dirigente Medico – UOC Neurochirurgia - (Presidente)
Dott. Paolo Barbone, Dirigente Medico – UOC Neurochirurgia - (Componente)
Ing. Claudia Di Lanzo, Collaboratore Tecnico- U.O.C. Ingegneria Clinica - (Componente)

Dopo attenta lettura e analisi di tutti gli atti di gara, quali capitolato tecnico, disciplinare e offerte tecniche degli Operatori Economici partecipanti, così come previsto dall'art. 11 del Disciplinare di gara "Campionatura dei prodotti offerti", la Commissione chiede di ricevere la campionatura per i seguenti lotti:

- LOTTO 2: ditte New Tech, Biomedical e Medtronic
- LOTTO 3: ditte New Tech, Biomedical e Medtronic

Alla luce di incongruenza tra schede tecniche e campionature valutate in data 09/05/2023 si richiede nuova campionatura per la ditta Medtronic in merito ai lotti 2 e 3.

Successivamente, procedono alla valutazione qualitativa degli 8 lotti oggetto di gara, ad esclusione del lotto 5 andato deserto, attribuendo i relativi coefficienti e punteggi finali come da "Allegato 1 – Valutazione punteggi commissione giudicatrice" composta da 7 pagine ed "Allegato 2 – Valutazione descrittiva commissione giudicatrice" composta da 2 pagine, che diventa parte integrante e sostanziale del presente verbale.

La Graduatoria finale qualitativa è la seguente:

LOTTO 1 "Serbatoio per l'accesso ai ventricoli cerebrali tipo OMMAYA":

NEW TECH	P.ti 80,00
----------	------------

LOTTO 2 "Sistema di drenaggio ventricolare esterno del liquido cefalorachidiano per adulti e pediatrico con sacche di ricambio":

BIOMEDICAL	P.ti 80,00
MEDTRONIC	P.ti 65,00
NEW TECH	P.ti 49,00





PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI MATERIALE
SPECIALISTICO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO EX ART. 54 C.3 DEL CODICE DEI
CONTRATTI, PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI NEUROCHIRURGIA DELL'ASL
PESCARA.

LOTTO 3 "Catetere lombare esterno adulto completo con sistema di drenaggio":

MEDTRONIC	P.ti 80,00
BIOMEDICAL	P.ti 68,00
NEW TECH	P.ti 53,00

LOTTO 4 "Sistema di drenaggio ventricolare esterno del LCS adulto, catetere ventricolare e peritoneale medicati.":

NEW TECH	P.ti 80,00
----------	------------

LOTTO 6 "Tunnellizzatori":

FIMAS	P.ti 80,00
-------	------------

LOTTO 7 "Valvole Spino -peritoneali":

MEDTRONIC	P.ti 80,00
-----------	------------

LOTTO 8 "Sostituto durale":

FIMAS	P.ti 80,00
-------	------------



PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI MATERIALE
SPECIALISTICO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO EX ART. 54 C.3 DEL CODICE DEI
CONTRATTI, PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI NEUROCHIRURGIA DELL'ASL
PESCARA.

Il Presidente, dichiara chiusa la seduta e l'intera procedura di valutazione, rimettendo al RUP il presente verbale composto da pag. 3 con "Allegato 1 – Valutazione punteggi commissione giudicatrice" e "Allegato 2 – Valutazione descrittiva commissione giudicatrice", per i successivi atti consequenziali.

Pescara 25/07/2023, ore 13.30

La Commissione Giudicatrice


Dott. Raffaele NIGRO



Dott. Paolo BARBONE



Ing. Claudia DI LANZO



Allegato 1 - VALUTAZIONE PUNTEGGI COMMISSIONE GIUDICATRICE

MATERIALE SPECIALISTICO OCCORRENTE ALL'UOC DI NEUROCHIRURGIA DELLA ASL PESCARA

LOTTO 1 – Serbatoio per l'accesso ai ventricoli cerebrali tipo OMMAYA

REQUISITI QUALITATIVI	P. TI MAX	Coeff. Ass.		Coeff. Rip.		Punteggio	
		NEW TECH		NEW TECH		NEW TECH	
Morbidezza e Malleabilità	20	0,9		1		20	
Facilità di connessione	15	0,9		1		15,00	
Resistenza a compressione e inginocchiamento	20	0,9		1		20	
Radiopacità	5	0,9		1		5	
Sicura sostituzione della sacca di raccolta (sistema di drenaggio esterno)	10	0,9		1		10	
Facilità e sicurezza prelievo liquorale	10	0,9		1		10	
PUNTEGGIO TOTALE						80,00	
PUNTEGGIO TOTALE RIPARAMETRATO						80,00	

Pescara, 25/07/2023

La Commissione Giudicatrice

Dott. Raffaele NIGRO



Dott. Paolo BARBONE



Ing. Claudia DI LANZO



Allegato 1 - VALUTAZIONE PUNTEGGI COMMISSIONE GIUDICATRICE

MATERIALE SPECIALISTICO OCCORRENTE ALL'UOC DI NEUROCHIRURGIA DELLA ASL PESCARA
LOTTO 2 – Sistema di drenaggio ventricolare esterno del liquido cefalorachidiano per adulti e pediatrico con sacche di ricambio

REQUISITI QUALITATIVI	P.TI MAX	Coef. Ass.			Coef. Rip.			Punteggio		
		NEW TECH	BIOMEDICAL	MEDTRONIC	NEW TECH	BIOMEDICAL	MEDTRONIC	NEW TECH	BIOMEDICAL	MEDTRONIC
Morbidezza e Malleabilità	20	0,75	1	0,85	0,75	1	0,85	15,00	20,00	17,00
Facilità di connessione	15	0,6	1	0,7	0,6	1	0,7	9,00	15,00	10,50
Resistenza a compressione e ingincchiamento	20	0,4	1	0,8	0,4	1	0,8	8,00	20,00	16,00
Radiopacità	5	1	1	1	1	1	1	5,00	5,00	5,00
Sicura sostituzione della sacca di raccolta (sistema di drenaggio esterno)	10	0,6	1	0,8	0,6	1	0,8	6,00	10,00	8,00
Facilità e sicurezza prelievo liquorale	10	0,6	1	0,85	0,6	1	0,85	6,00	10,00	8,50
PUNTEGGIO TOTALE								49,00	80,00	65,00
PUNTEGGIO TOTALE RIPARAMETRATO								49,00	80,00	65,00

Pescara, 25/07/2023

La Commissione Giudicatrice

Dott. Raffaele NIGRO

Dott. Paolo BARBONE

Ing. Claudia DI LANZO

Allegato 1 - VALUTAZIONE PUNTEGGI COMMISSIONE GIUDICATRICE

**MATERIALE SPECIALISTICO OCCORRENTE ALL'UOC DI NEUROCHIRURGIA DELLA ASL PESCARA
LOTTO 3 - Catetere lombare esterno adulto completo con sistema di drenaggio**

REQUISITI QUALITATIVI	P. TI MAX	Coef. Ass.			Coef. Rip.			Punteggio		
		NEW TECH	BIOMEDICAL	MEDTRONIC	NEW TECH	BIOMEDICAL	MEDTRONIC	NEW TECH	BIOMEDICAL	MEDTRONIC
Morbidezza e Malleabilità	20	0,75	0,90	1,00	0,75	0,90	1,00	15,00	18,00	20,00
Facilità di connessione	15	0,60	0,80	1,00	0,60	0,80	1,00	9,00	12,00	15,00
Resistenza a compressione e inginocchiamento	20	0,60	0,80	1,00	0,60	0,80	1,00	12,00	16,00	20,00
Radiopacità	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	5,00	5,00
Sicura sostituzione della sacca di raccolta (sistema di drenaggio esterno)	10	0,60	0,80	1,00	0,60	0,80	1,00	6,00	8,00	10,00
Facilità e sicurezza prelievo liquorale	10	0,60	0,90	1,00	0,60	0,90	1,00	6,00	9,00	10,00
PUNTEGGIO TOTALE								53,00	68,00	80,00
PUNTEGGIO TOTALE RIPARAMETRATO								53,00	68,00	80,00

Pescara, 25/07/2023

La Commissione Giudicatrice

Dott. Raffaele NIGRO

Dott. Paolo BARBONE

Ing. Claudia DI LANZO

Allegato 1 - VALUTAZIONE PUNTEGGI COMMISSIONE GIUDICATRICE

MATERIALE SPECIALISTICO OCCORRENTE ALL'UOC DI NEUROCHIRURGIA DELLA ASL PESCARA

LOTTO 4 - Sistema di drenaggio ventricolare esterno del LCS adulto, catetere ventricolare e peritoneale medicati

REQUISITI QUALITATIVI	P. TI MAX	Coeff. Ass.		Coeff. Rip.		Punteggio		
		NEW	TECH	NEW	TECH	NEW	TECH	
Morbidezza e Malleabilità	20	0,9		1		20		
Facilità di connessione	15	0,9		1		15		
Resistenza a compressione e inginocchiamento	20	0,9		1		20		
Radiopacità	5	0,9		1		5		
Sicura sostituzione della sacca di raccolta (sistema di drenaggio esterno)	10	0,9		1		10		
Facilità e sicurezza prelievo liquorale	10	0,9		1		10		
PUNTEGGIO TOTALE							80,00	
PUNTEGGIO TOTALE RIPARAMETRATO							80,00	

Pescara, 25/07/2023

La Commissione Giudicatrice

Dott. Raffaele NIGRO



Dott. Paolo BARBONE



Ing. Claudia DI LANZO



Allegato 1 - VALUTAZIONE PUNTEGGI COMMISSIONE GIUDICATRICE

MATERIALE SPECIALISTICO OCCORRENTE ALL'UOC DI NEUROCHIRURGIA DELLA ASL PESCARA

LOTTO 6 - Tunnellizzatori

REQUISITI QUALITATIVI	P. TI MAX	Coeff. Ass.	Coeff. Rip.	Punteggio FIMAS
		FIMAS	FIMAS	
Morbidezza e Malleabilità	20	0,8	1	20
Facilità di connessione	15	0,8	1	15
Resistenza a compressione e ingnocchiamento	20	0,8	1	20
Radiopacità	5	0,8	1	5
Sicura sostituzione della sacca di raccolta (sistema di drenaggio esterno)	10	0,8	1	10
Facilità e sicurezza prelievo liquorale	10	0,8	1	10
PUNTEGGIO TOTALE RIPARAMETRATO				80,00
PUNTEGGIO TOTALE RIPARAMETRATO				80,00

Pescara, 25/07/2023

La Commissione Giudicatrice

Dott. Raffaele NIGRO

Dott. Paolo BARBONE

Ing. Claudia DI LANZO





Allegato 1 - VALUTAZIONE PUNTEGGI COMMISSIONE GIUDICATRICE

MATERIALE SPECIALISTICO OCCORRENTE ALL'UOC DI NEUROCHIRURGIA DELLA ASL PESCARA

LOTTO 7 - Valvole Spino – peritoneali

REQUISITI QUALITATIVI	P.TI MAX	Coeff. Ass.		Coeff. Rip.		Punteggio MEDTRONIC
		MEDTRONIC		MEDTRONIC		
Morbidezza e Malleabilità	20	0,8		1		20
Facilità di connessione	15	0,8		1		15
Resistenza a compressione e inginocchiamento	20	0,8		1		20
Radiopacità	5	0,8		1		5
Sicura sostituzione della sacca di raccolta (sistema di drenaggio esterno)	10	0,8		1		10
Facilità e sicurezza prelievo liquorale	10	0,8		1		10
PUNTEGGIO TOTALE						80,00
PUNTEGGIO TOTALE RIPARAMETRATO						80,00


Pescara, 25/07/2023

La Commissione Giudicatrice

Dott. Raffaele NIGRO

Dott. Paolo BARBONE

Ing. Claudia DI LANZO



Allegato 1 - VALUTAZIONE PUNTEGGI COMMISSIONE GIUDICATRICE

MATERIALE SPECIALISTICO OCCORRENTE ALL'UOC DI NEUROCHIRURGIA DELLA ASL PESCARA

LOTTO 8 - Sostituto durale

REQUISITI QUALITATIVI	P. TI MAX	Coeff. Ass. FIMIAS		Coeff. Rip. FIMIAS		Punteggio FIMIAS	
Maneggevolezza durante Procedura chirurgica	20	0,7		1		20	
Suturabile	15	0,7		1		15	
Adattabilità ed integrazione Tissutale	15	0,8		1		15	
Impermeabilità	15	0,9		1		15	
Resistenza alla trazione	15	0,9		1		15	
PUNTEGGIO TOTALE						80,00	
PUNTEGGIO TOTALE RIPARAMETRATO						80,00	

Pescara, 25/07/2023

La Commissione Giudicatrice

Dott. Raffaele NIGRO



Dott. Paolo BARBONE



Ing. Claudia DI LANZO



Allegato 2 - VALUTAZIONE DESCRITTIVA COMMISSIONE GIUDICATRICE

MATERIALE SPECIALISTICO OCCORRENTE ALL'UOC DI NEUROCHIRURGIA DELLA ASL PESCARA

LOTTO 2 – Sistema di drenaggio ventricolare esterno del liquido cefalorachidiano per adulti e pediatrico con sacche di ricambio

REQUISITI QUALITATIVI	NEW TECH			BIOMEDICAL		MEDTRONIC	
	Disponibile unico diametro	Il supporto montato su asta è instabile	Unità di tubazione poco coerente	Nei parametri	Nei parametri	Buona ergonomia del sistema	Significativa intuitività dei parametri grafici
Morbidezza e Malleabilità				Nei parametri			
Facilità di connessione				Nei parametri			
Resistenza a compressione e inginocchiamento				Nei parametri			
Radiopacità				Nei parametri			
Sicura sostituzione della sacca di raccolta (sistema di drenaggio esterno)		Sacca di dimensioni ridotte		Nei parametri		Parziale reflusso di liquor dopo la sostituzione della sacca	
Facilità e sicurezza prelievo liquorale		Sistema instabile		Nei parametri			Sistema distintamente stabile

Pescara, 25/07/2023

La Commissione Giudicatrice

Dott. Raffaele NIGRO



Dott. Paolo BARBONE



Ing. Claudia DI LANZO



Allegato 2 - VALUTAZIONE DESCRITTIVA COMMISSIONE GIUDICATRICE

MATERIALE SPECIALISTICO OCCORRENTE ALL'UOC DI NEUROCHIRURGIA DELLA ASL PESCARA

LOTTO 3 - Catetere lombare esterno adulto completo con sistema di drenaggio

REQUISITI QUALITATIVI	NEW TECH		BIOMEDICAL		MEDTRONIC	
	Morbidezza e Malleabilità	Disponibile unico diametro		Buona ergonomia del sistema		Nei parametri
Facilità di connessione	Il supporto montato su asta è instabile		Discreta stabilità		Nei parametri	
Resistenza a compressione e inginocchiamento	Unità di tubazione sufficientemente coerente		Unità di tubazione molto coerente		Nei parametri	
Radiopacità	Nei parametri		Nei parametri		Nei parametri	
Sicura sostituzione della sacca di raccolta (sistema di drenaggio esterno)	Sacca di dimensioni ridotte		Parziale reflusso di liquor dopo la sostituzione della sacca		Nei parametri	
Facilità e sicurezza prelievo liquorale	Sistema instabile		Sistema instabile		Nei parametri	

Pescara, 25/07/2023

La Commissione Giudicatrice

Dott. Raffaele NIGRO

Dott. Paolo BARBONE

Ing. Claudia DI LANZO

