

## La Commissione Giudicatrice

### VERBALE DEL 21/03/2023

I giorni **12/01/2023** alle ore 15:00, **19/01/2023** alle ore 15:00 ed il **02/02/2023** alle ore 09:00 presso i locali della U.O.C. Ingegneria Clinica - HTA ASL di Pescara, si è riunita la Commissione Giudicatrice, come da Delibera n° 597 del 22/09/2022, composta da:

- Dott.ssa Silvia LUPI, dirigente medico – UOC Ostetricia e Ginecologia - (Presidente)
- Dott. ssa Erica D'ETTORRE, CPSI – UOCD Blocco Operatorio - (Componente)
- Ing. Claudia Di Lanzo, CTP Ingegnere Biomedico - U.O.C. Ingegneria Clinica - (Componente)

I membri della commissione, dopo attenta lettura e analisi di tutti gli atti di gara, quali capitolato tecnico, disciplinare e offerte tecniche degli Operatori Economici partecipanti stabiliscono la **NON IDONEITÀ** delle offerte tecniche delle ditte poiché i dispositivi non rispondono ai requisiti tecnici minimi richiesti nel capitolato:

- **ENDOMED** offre ansa angolata monouso compatibile con ottica 30°, differente da quanto richiesto nel capitolato, ossia ottiche 0°-12°
- **CHIRURMEDICA** le schede tecniche del materiale monouso offerto riportano indicazioni per uso urologico
- **MOVI** sulla scheda tecnica e sulla campionatura consegnata con un unico codice prodotto offerto, viene dichiarata ansa knife **pluriuso** differentemente da quanto riportato nell'allegato "schema offerta economica priva di quotazioni - scheda lotti allegato n.1" (il codice è lo stesso con la dichiarazione di monouso) e da quanto richiesto nel capitolato di gara (ansa knife **monouso**).

Gli altri 5 operatori economici presentano schede tecniche e schede lotti non corrispondenti o con irregolarità rispetto al disciplinare di gara (vedi p. 12-24-26) e precisamente:

1. OLYMPUS: presenta su scheda lotti (allegato1) più articoli/codici su uno stesso dispositivo rendendo troppo discrezionale la scelta ed impossibile la valutazione omogenea
2. ARCHIS: incongruenza tra codice ottica su scheda tecnica 630-215-24 (codice otturatore) e su scheda lotti 601-104-00HD2
3. SANIC: incongruenza tra codice resettore su scheda tecnica ED20-29W/ED20-29S e su scheda lotti ED30-40W/ED30-40S
4. DUEFFE: incongruenza su codici elettrodi monouso su scheda lotti xxxx/01 su campione xxxx/10
5. HYPOMED: presenza delle schede tecniche senza intestazione né numero di riferimento gara non corrispondente alle indicazioni del disciplinare



Riscontrando irregolarità nella documentazione tecnica dei restanti 5 O.E. su indicati, la Commissione stabilisce di rendere **IDONEI** i 5 Operatori Economici suddetti, in quanto le irregolarità menzionate, interessanti tutti e 5 gli O.E., non inficiano la valutazione tecnica e la scelta dei dispositivi offerti, rispettando la ragionevole applicazione dei principi di massima concorrenza e di equivalenza nelle gare.

Si specifica, quindi, per quanto riguarda la ditta OLYMPUS, sublotto 2 – Materiale di Consumo Monouso, la valutazione tecnica verrà eseguita su un solo articolo per dispositivo scelto in maniera omogenea agli articoli offerti dagli altri O.E:

- Elettrodo Angolato Ansa Media (cod. WA22302D)
- Elettrodo Monouso ansa Knife (cod. WA22540S)
- Elettrodo Monouso Rolle-Ball (cod. WA22351C)

In data **09/02/2023** la Commissione decide di richiedere al RUP di Convocare le suddette ditte ritenute **IDONEE** per la per una Demo/Visione su paziente in sala Operatoria con i relativi Specialisti di Prodotto.

In data **02/03/2023** sono state eseguite le Demo presso la Sala Operatoria del P.O. di Penne per le seguenti ditte:

- Olympus
- Hypomed

In data **09/03/2023** sono state eseguite le Demo presso la Sala Operatoria del P.O. di Penne per le seguenti ditte:

- Dueffe
- Sanic
- Archis

Successivamente, in data **21/03/2023** la Commissione procede alla valutazione qualitativa delle offerte delle 5 ditte risultate idonee, attribuendo i relativi coefficienti e punteggi finali come da "Allegato 1 - Valutazione Punteggi Commissione Giudicatrice - Procedura Aperta - Resettori ed Ottiche e Materiale di Consumo per La Uoc Ostetrica e Ginecologia" e "Allegato 2 - Valutazione Commissione Giudicatrice" che diventa parte integrante e sostanziale del presente verbale.



Enrico D'Ettrare



La Graduatoria finale qualitativa è la seguente:

- SANIC	P.ti 80,00
- DUEFFE	P.ti 70,70
- HYPOMED	P.ti 62,00
- ARCHIS	P.ti 60,00
- OLYMPUS	P.ti 58,80

Il Presidente, dichiara chiusa la seduta e l'intera procedura di valutazione, rimettendo al RUP il presente verbale composto da pag. 3 con "Allegato 1 - Valutazione Punteggi Commissione Giudicatrice - Procedura Aperta - Resettori ed Ottiche e Materiale di Consumo per La Uoc Ostetricia e Ginecologia" e "Allegato 2 - Valutazione Commissione Giudicatrice", per i successivi atti consequenziali.

Pescara, 21/03/2023 ore 11:30

**La Commissione Giudicatrice**

- Dott.ssa Silvia LUPI

Silvia Lupi

- Dott.ssa Erica D'ETTORRE

Erica D'Etto

- Ing. Claudia DI LANZO

Claudia Di Lanzo

Allegato 1 - VALUTAZIONE PUNTEGGI COMMISSIONE GIUDICATRICE

PROCEDURA APERTA - RESETTORI ED OTTICHE E MATERIALE DI CONSUMO PER LA UOC OSTETRICA E GINECOLOGIA

REQUISITI TECNICI SPECIFICI	P. TI MAX	Coeff. Ass.					Coeff. Rip.					Punteggio				
		OLYMPUS	HYPOMED	DUEFFE	SANIC	ARCHIS	OLYMPUS	HYPOMED	DUEFFE	SANIC	ARCHIS	OLYMPUS	HYPOMED	DUEFFE	SANIC	ARCHIS
<i>Ergonomia</i>	10	0,7	0,8	1	1	0,6	0,7	0,8	1	1	0,6	7	8	10	10	6
<i>Funzionalità dei dispositivi</i>	6	0,5	0,85	0,7	1	0,85	0,5	0,85	0,7	1	0,85	3,00	5,10	4,20	6,00	5,10
<i>Affidabilità e performance</i>	11	0,7	0,7	1	1	0,7	0,7	0,7	1	1	0,7	7,7	7,7	11	11	7,7
<i>Servizi connessi</i>	26	0,85	0,9	1	1	0,9	0,85	0,9	1	1	0,9	22,1	23,4	26	26	23,4
	16	0,6	0,6	0,6	1	0,6	0,6	0,6	0,6	1	0,6	9,6	9,6	9,6	16	9,6
	6	0,9	0,7	0,9	1	0,7	0,9	0,7	0,9	1	0,7	5,4	4,2	5,4	6	4,2
	5	0,8	0,8	0,9	1	0,8	0,8	0,8	0,9	1	0,8	4	4	4,5	5	4
PUNTEGGIO TOTALE											58,80	62,00	70,70	80,00	60,00	
PUNTEGGIO FINALE RIPARAMETRATO											58,80	62,00	70,70	80,00	60,00	

Pescara, 21/03/2023

La Commissione Giudicatrice

Dott.ssa Silvia LUPI

Dott.ssa Erica D'ETTORRE

Ing. Claudia DI LANZO

*Silvia Lupi*  
*Erica D'Etторе*  
*Claudia Di Lanzo*

Allegato 2 - VALUTAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE

PROCEDURA APERTA - RESETTORI ED OTTICHE E MATERIALE DI CONSUMO PER LA UOC OSTETRICA E GINECOLOGIA

REQUISITI TECNICI SPECIFICI		P.TI MAX	OLYMPUS	HYPOMED	DUEFFE	SANIC	ARCHIS
<b>Ergonomia</b>	Caratteristiche che garantiscono la facilità d'uso da parte dell'operatore	10	Valutazione a seguito della demo	Valutazione a seguito della demo. Camicia interna fissa	Valutazione a seguito della demo	Valutazione a seguito della demo	Valutazione a seguito della demo. Camicia interna rotante.
<b>Funzionalità dei dispositivi</b>	Caratteristiche qualitative che garantiscono la sicurezza del paziente	6	Visibilità durante l'intervento in demo	Visibilità durante l'intervento in demo	Visibilità durante l'intervento in demo	Visibilità durante l'intervento in demo	Visibilità durante l'intervento in demo
	Adattamento ai tessuti	11	Valutazione durante l'intervento in demo	Valutazione durante l'intervento in demo	Valutazione durante l'intervento in demo	Valutazione durante l'intervento in demo	Valutazione durante l'intervento in demo
<b>Affidabilità e performance</b>	Ampiezza gamma elettrodi	26	Valutazione degli elettrodi richiesti dal capitolato durante l'intervento in demo	Valutazione degli elettrodi richiesti dal capitolato durante l'intervento in demo	Valutazione degli elettrodi richiesti dal capitolato durante l'intervento in demo	Valutazione degli elettrodi richiesti dal capitolato durante l'intervento in demo	Valutazione degli elettrodi richiesti dal capitolato durante l'intervento in demo
	Minimo rischio di usura del cavo di connessione dell'elettrodo	16	Cavo pluriuso	Cavo pluriuso	Cavo pluriuso	Minimo rischio per cavo monouso	Cavo pluriuso
	Tempi di intervento in caso di guasto (manutenzione straordinaria)	6	Tempo di intervento massimo dalla chiamata per interventi di manutenzione correttiva 4 (quattro) ore lavorative. Tempo massimo di risoluzione del guasto dal momento di inizio lavoro 16 (sedici) ore lavorative.	Presenza del tecnico entro 48 ore lavorative dalla richiesta; risoluzione del guasto entro 72 ore lavorative	Presenza del tecnico presso la U.O. entro 6 ore lavorative dalla richiesta; Risoluzione del guasto entro 8 ore lavorative dalla richiesta	Intervento di assistenza programmato; entro le 24 ore dalla chiamata/comunicazione; intervento di assistenza d'urgenza; entro le 2 ore dalla chiamata/comunicazione	Presenza del tecnico entro 48 ore ladda richiesta e risoluzione del guasto entro 72 ore lavorative
<b>Servizi connessi</b>	Tempi di consegna di apparecchiature sostitutive in caso di guasto	5	Olympus Italia S.r.l. si impegna a prestare al cliente, su richiesta, un apparecchio sostitutivo, di servizio similare, nel caso eccezionale in cui strumenti critici richiedessero tempi di riparazione superiori a 48 ore in funzione della tipologia di strumento. Ma NON è specificato il tempo entro il quale avverrà la consegna dello strumento sostitutivo	entro 6 ore dalla segnalazione del guasto ovvero dall'accertamento della impossibilità di riparare il guasto	3 ore lavorative dall'accertamento del guasto irreparabile	Entro le due ore dalla chiamata/comunicazione	entro 6 ore dalla segnalazione del guasto ovvero dall'accertamento della impossibilità di riparare il guasto

Pescara, 21/03/2023

La Commissione Giudicatrice

Dott.ssa Silvia LUPI

Dott.ssa Erica D'ETTORRE

Ing. Claudia DI LANZO

  
  
