

Verbalizzazione delle operazioni relative alla “Procedura Aperta per la fornitura, per la durata di un anno, di n.1 unità mobile per erogazione di esami PET/CT per le esigenze della ASL di Pescara”.

In data **16 luglio 2018**, alle ore **11.05** presso un locale della UOC Acquisizione Beni e Servizi della AUSL di Pescara alla presenza di:

- Dott. Alberto Cianci, direttore UOC ABS, in qualità di Autorità di gara,
- Dott. Roberto Petrini, funzionario verbalizzante,
- Dott.ssa Serena Sette, dipendente ASL assegnata all’UOC ABS. viene aperta la seduta pubblica della procedura di gara descritta in intestazione, convocata con nota prot.0052364/18 del 10.07.2018, inviata a mezzo PEC alle Ditte concorrenti e da questa regolarmente ricevuta come risulta dall’esito di positiva trasmissione, agli atti dell’UOC ABS.
- Rappresentanti delle ditte di cui all’allegato al presente verbale.

L’Autorità di gara dà atto che sono presenti i rappresentanti delle ditte riportate nell’allegato agli atti dell’UOC ABS.

Preliminarmente l’Autorità di Gara dà atto che:

- in data 17.05.2018 è stata svolta la seduta pubblica in cui l’autorità di gara ha:
 - dato atto che le Ditte **A.C.O.M. ADVANCED CENTER ONCOLOGY MACERATA Srl e FORA Spa** sono state ammesse alla procedura in oggetto;
 - proceduto alla constatazione della consistenza ed alla siglatura delle offerte tecniche delle predette società;
 - la Commissione giudicatrice, nominata con Determina Dirigenziale n.233 del 21.05.2018, ha concluso e rimesso all’Autorità di gara le sue valutazioni;
 - il disciplinare di gara ha previsto che la procedura sarà aggiudicata, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.50/2016, ovvero a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ai seguenti elementi e relativi coefficienti espressi in centesimi e precisamente:
 - ribasso sul prezzo posto a base d’asta: punti 30/100
 - qualità del servizio: fattori tecnico qualitativi punti 70/100.
 - al punto 6.3 del disciplinare di gara è stato previsto che: *“Soglia di sbarramento” - Per ciascuna “voce” di offerta, saranno escluse dall’aggiudicazione le offerte che, prima della seconda riparametrazione, non avranno raggiunto nella fase della valutazione della qualità un punteggio minimo di 42/70.*



Ciò premesso, si passa alla consegna e lettura del verbale redatto dalla Commissione giudicatrice da cui si rileva che la Ditta **FORA Spa** ha ottenuto il punteggio di 40,50/70,00 motivato per quanto indicato ai punti A, B, C, D del predetto verbale.

Il rappresentante della Ditta **FORA Spa** a questo punto della seduta pubblica fa presente che:

“In base all'analisi degli obiettivi dichiarati dalla ASL nei documenti di gara vuol porre l'attenzione al rispetto ed alla coerenza della soluzione proposta da Fora Spa riguardo al D.Lgs.81/2008 e s.m.i. con particolare riferimento a vie di fuga e uscite di sicurezza utenti ed operatori”;

“Relativamente al punto C del verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 04.07.2018 è stata prodotta dalla Ditta Fora Spa tutta la documentazione richiesta ad esclusione della documentazione del radioisotopo Cu64 (vedi note già trasmesse da Fora spa nei chiarimenti richiesti in gara)”

“Per ciò che attiene il nulla osta per il Cu64 risulta che il predetto nullaosta è già disponibile nella ASL di Pescara e quindi andrebbe semplicemente adeguato alla postazione ed alla strumentazione in uso”.

“Si richiede la rivalutazione da parte della Commissione Giudicatrice dei punti A e C del predetto verbale tecnico relativamente alla ditta Fora Spa”;

“Verrà trasmessa entro il 18.07.2018 un'ulteriore nota di dettaglio delle considerazioni sopra esposte”.

Il rappresentante della Ditta **A.C.O.M. ADVANCED CENTER ONCOLOGY MACERATA Srl** a questo punto della seduta pubblica fa presente che:

“Nei documenti di gara veniva espressamente richiesto di documentare la disponibilità di altri fluorinati (non solo FDG) e per disponibilità, da giurisprudenza, si -deve documentare la ditta fornitrice del radiofarmaco e la disponibilità su dichiarazione della ditta a fornirlo-“.

A questo punto della seduta l'Autorità di gara decide di sospendere temporaneamente la medesima e di attendere formale risposta dalla commissione giudicatrice, a cui sarà trasmesso il presente verbale e la nota inviata dalla Ditta Fora Spa.

Il presente verbale, sottoscritto anche dai rappresentanti delle Ditte presenti, viene consegnato in copia ai medesimi i quali, con la sottoscrizione, attestano la veridicità di quanto ivi contenuto per essere avvenuto alla sua presenza, rilasciano ricevuta per avvenuta consegna e ricevimento.

La seduta si chiude alle ore 11.45.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Dott. Alberto Cianci

Dott. Roberto Petrini

Dott.ssa Serena Sette

Per le Ditte:

