

VERBALE DELLA COMMISSIONE RELATIVA ALLA GARA D'APPALTO DELLA ASL DI PESCARA RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO CON AMBULANZEE – CIG 6952097BEC

Il giorno 09.03.2017, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il giorno 10.03.2017 dalle ore 8,30 alle ore 10,00, si è riunita la Commissione della gara d'appalto della ASL di Pescara relativa al servizio di trasporto con ambulanze – CIG 6952097BEC, composta da Tullio Spina, in qualità di Presidente e da Mauro D'Agostino e Antonio Coppa in qualità di Componenti.

I Lotti in gara sono i seguenti:

Lotto 1: Servizio di navetta dall'O.C. di Pescara all'aeroporto "liberi" e viceversa, mediante un'ambulanza di Tipo A con relativo autista soccorritore, in orario effemeridi per una durata che va dal primo giorno di servizio del AW169 alla piena operatività della elisuperficie dell'O.C. di Pescara.

Lotto2: Servizio di soccorso con ambulanza con n.1 ambulanza di tipo A e relativo autista soccorritore, H24, presso la postazione avanzata denominata "Pescara Sud" H24 come da decreto commissariale n. 95 del 16.09.2015.

La Commissione ha attentamente esaminato le offerte dei Concorrenti alla procedura; tali Concorrenti sono:


- ASSOCIAZIONE EUROPA VOLONTARIA DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO SOCCORSO "SAN LEONARDO" ONLUS DI ACERRA (NA)
- COOPERATIVA ITALY EMERGENZA DI MESSINA
- LIFE PESCARA ONLUS DI VILLA RASPA DI SPOLTORE
- VALTRIGNO PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ONLUS

Dall'analisi delle offerte, la Commissione ha stilato una Relazione Tecnica allegata alla presente.


TULLIO SPINA



MAURO D'AGOSTINO



ANTONIO COPPA



Pescara, 10.03.2017

RELAZIONE TECNICA DELLA COMMISSIONE RELATIVA ALLA GARA D'APPALTO DELLA ASL DI PESCARA
RELATIVO AL SERVIZIO DI TRASPORTO CON AMBULANZEE – CIG 6952097BEC

La suddetta procedura di gara è suddivisa in n. 2 Lotti, come esplicitato all'ART. 1 "Articolazione e finalità del servizio"

Lotto 1: Servizio di navetta dall'O.C. di Pescara all'aeroporto "liberi" e viceversa, mediante un'ambulanza di Tipo A con relativo autista soccorritore, in orario effemeridi per una durata che va dal primo giorno di servizio del AW169 alla piena operatività della elisuperficie dell'O.C. di Pescara

Lotto2: Servizio di soccorso con ambulanza con n.1 ambulanza di tipo A e relativo autista soccorritore, H24, presso la postazione avanzata denominata "Pescara Sud" H24 come da decreto commissariale n. 95 del 16.09.2015

Nell'ART. 2. Modalità di esecuzione dei servizi si cita che "Per l'espletamento dei predetti servizi devono essere impiegate ambulanze di tipo A". Tale tipologia di mezzo è esplicitata dal D.M. 553 del 17.12.87.


Sempre nell'ART. 2, le ambulanze e i beni da fornire devono rispettare le norme delle leggi vigenti e quanto previsto dal Decreto del Commissario ad Acta della Regione Abruzzo n. 4 del 23.02.2011 e dal Decreto del Commissario ad Acta della Regione Abruzzo n. 11 del 22.03.2011, dei relativi allegati, e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, le caratteristiche del mezzo sono deducibili da quanto esposto all'allegato "2" del suddetto Decreto che, nell'Intervento 8 sulla Rete Emergenza Urgenza al punto 1.1.3 (Ambulanza di soccorso avanzato di tipo A), ne descrive le caratteristiche e, per le dotazioni interne, rimanda all'Allegato C dello stesso documento. Per comodità, si allegano in formato PDF le parti del documento relative a questo punto.

Di conseguenza, la Commissione, dopo aver vagliato con attenzione quanto richiesto dal capitolato in relazione ad un mezzo di tipo A anche in rapporto a quanto esplicitato nelle norme regionali appena citate ed allegate alla presente, passa alla valutazione della rispondenza delle offerte.

OFFERTA ASSOCIAZIONE EUROPA VOLONTARIA DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO SOCCORSO "SAN LEONARDO" ONLUS DI ACERRA (NA)

Dall'analisi di quanto dichiarato dal Concorrente si rilevano le seguenti non conformità rispetto al capitolato:

- Assenza della dichiarazione relativa al chilometraggio dei mezzi
- Mancata dichiarazione di fornitura di mezzo sostitutivo
- Assenza di bombole portatili
- Assenza di borsa scaldafuidi a temperatura controllata
- Assenza di pompa siringa portatile da infusione
- Manca, dal successivo elenco dei materiali, la specifica completa degli stessi; il Concorrente ha ben descritto le principali apparecchiature, ma non ha completato l'elenco interrompendolo con un generico "etc" riportando nell'offerta la frase : "Naturalmente, l'Ambulanza è corredata da tutti gli



ulteriori Presidi Sanitari richiesti dalla vigente normativa sulle ambulanze di Tipo "A" come da seguente elenco non esaustivo". Ora, rilevando la Commissione che alcune dotazioni indispensabili per un Tipo A non erano state rispettate nell'offerta (vedi carenze descritte in precedenza), è possibile che un elenco definito già "non esaustivo" dal Concorrente possa essere non conforme

Da quanto esposto, l'offerta è **NON RISPONDENTE**

OFFERTA COOPERATIVA ITALY EMERGENZA DI MESSINA

Dall'analisi di quanto dichiarato dal Concorrente si rilevano le seguenti non conformità rispetto al capitolato:

- Assenza della dichiarazione relativa al chilometraggio dei mezzi
- Mancata dichiarazione di fornitura di mezzo sostitutivo
- Assenza di borsa scaldafuidi a temperatura controllata
- Assenza di pompa siringa portatile da infusione
- Assenza di ventilatore polmonare portatile
- Assenza di laringoscopio con relative lame

Da quanto esposto, l'offerta è **NON RISPONDENTE**

OFFERTA LIFE PESCARA ONLUS DI VILLA RASPA DI SPOLTORE

Dall'analisi di quanto dichiarato dal Concorrente si rilevano le seguenti non conformità rispetto al capitolato:


- Assenza della dichiarazione relativa al chilometraggio dei mezzi
- Assenza di pompa siringa portatile da infusione
- Assenza di borsa scaldafuidi a temperatura controllata
- Assenza di laringoscopio con relative lame

Da quanto esposto, l'offerta è **NON RISPONDENTE**

OFFERTA VALTRIGNO PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ONLUS

Dall'analisi di quanto dichiarato dal Concorrente si rilevano le seguenti non conformità rispetto al capitolato:

- Non dichiarazione dell'effettuazione di corsi PBLSD, PHTLS
- Assenza della dichiarazione relativa al chilometraggio dei mezzi
- Mancata dichiarazione di fornitura di mezzo sostitutivo
- Presenza di una sola bombola portatile di O2
- Assenza di borsa scaldafuidi a temperatura controllata
- Assenza di pompa siringa portatile da infusione
- Assenza di ventilatore polmonare portatile



- Assenza di monitor multiparametrico-defibrillatore
- Assenza di tourniquet
- Assenza di laringoscopio con relative lame
- Assenza di frigorifero


Da quanto esposto, l'offerta è **NON RISPONDENTE**

CONCLUSIONI

Da quanto esposto in precedenza, si conclude che nessuna delle offerte è rispondente a quanto richiesto in Capitolato.


In fede

TULLIO SPINA



.....

MAURO D'AGOSTINO



.....

ANTONIO COPPA



.....

Pescara, 10.03.2017