

**AZIENDA USL PESCARA**

**Oggetto:** procedura aperta per la fornitura, per la durata di un anno, di N° 1 unità mobile per la erogazione di esami PET/TC per le esigenze della ASL di Pescara.

CIG (Autorità di vigilanza) 7415312D08

Scadenza 27.04.2018

Scadenza richiesta chiarimenti: 17.04.2018

Scadenza pubblicazione chiarimenti: 20.04.2018

**Verbale di riunione del giorno 04.07.2018**

La commissione composta dai Membri:

**Dott. Carlo Villano (Presidente)**

**Dott. Angelo Domenico Di Nicola**

**Dott. Antonio Biagio Maiorano**

È riunita in data odierna per la valutazione delle offerte e della attribuzione dei punteggi tecnici presentate dalle ditte partecipanti (A.C.O.M. ADVANCED CENTER ONCOLOGY MACERATA Srl di Montecosaro (MC) e FORA Spa di Parma).

Si procede all'esame della documentazione fornita dalle due ditte partecipanti.

Entrambe le ditte hanno prodotto una relazione dettagliata dei requisiti richiesti dal capitolato speciale.

		A.C.O.M.	FORA
A	<b>Aspetti organizzativi/gestionali dell'attività oggetto di gara</b> (Modalità di erogazione, elementi migliorativi delle caratteristiche dell'attività oggetto di gara)	<b>BUONO</b>	<b>BUONO</b>
B	<b>Sistema diagnostico apparecchiature PET/TC</b> (Caratteristiche prestazionali, caratteristiche funzionali)	<b>SIGNIFICATIVO</b>	<b>SIGNIFICATIVO</b>
C	<b>Soluzione proposta per la fornitura PET/TC</b> (Grado di rispondenza della soluzione proposta agli obiettivi della ASL, cronoprogramma delle fasi di predisposizione della fornitura PET/TC)	<b>ECCELLENTE</b>	<b>LIMITATO</b>
D	<b>Programma di addestramento personale</b>	<b>SUFFICIENTE</b>	<b>SUFFICIENTE</b>

**A.C.O.M. ADVANCED CENTER ONCOLOGY MACERATA Srl di Montecosaro (MC)**

A	<b>Aspetti organizzativi/gestionali dell'attività oggetto di gara</b> (Modalità di erogazione, elementi migliorativi delle caratteristiche dell'attività oggetto di gara)	<b>Punti 18.75</b>
B	<b>Sistema diagnostico apparecchiature PET/TC</b> (Caratteristiche prestazionali, caratteristiche funzionali)	<b>Punti 13.00</b>
C	<b>Soluzione proposta per la fornitura PET/TC</b> (Grado di rispondenza della soluzione proposta agli obiettivi della ASL, cronoprogramma delle fasi di predisposizione della fornitura PET/TC)	<b>Punti 15</b>
D	<b>Programma di addestramento personale</b>	<b>Punti 5.00</b>
<b>TOTALE</b>		<b>Punti 51.75</b>

**FORA Spa di Parma**

A	<b>Aspetti organizzativi/gestionali dell'attività oggetto di gara</b> (Modalità di erogazione, elementi migliorativi delle caratteristiche dell'attività oggetto di gara)	<b>Punti 18.75</b>
B	<b>Sistema diagnostico apparecchiature PET/TC</b> (Caratteristiche prestazionali, caratteristiche funzionali)	<b>Punti 13.00</b>
C	<b>Soluzione proposta per la fornitura PET/TC</b> (Grado di rispondenza della soluzione proposta agli obiettivi della ASL, cronoprogramma delle fasi di predisposizione della fornitura PET/TC)	<b>Punti 3.75</b>
D	<b>Programma di addestramento personale</b>	<b>Punti 5.00</b>
<b>TOTALE</b>		<b>Punti 40.50</b>

**A) Aspetti organizzativi/gestionali dell'attività oggetto di gara:**

- le due ditte forniscono aspetti organizzativi/gestionali pressoché sovrapponibili.

**B) Sistema diagnostico apparecchiature PET/TC:**

- le due ditte forniscono sistemi pressoché sovrapponibili.

**C) Soluzione proposta per la fornitura PET/TC:**

- la ditta ACOM fornisce una documentazione completa a riguardo la fornitura e la produzione dei radiofarmaci richiesti.
- La ditta Fora esibisce documentazione della fornitura del solo FDG. Inoltre non documenta la disponibilità degli altri isotopi richiesti come il Cu64, che assume una particolare importanza per questa Unità Operativa. Inoltre non si da prova del nulla osta per il Cu64.

**D) Programma di addestramento personale:**

- le due ditte forniscono garanzie pressoché sovrapponibili.

Presidente

Dr. Carlo Villano

Componente

Dr. Angelo Domenico Di Nicola

Componente

Dr. Antonio Biagio Majorano