

Ecotomografo di fascia medio-alta per le esigenze della UOC di Chirurgia Pediatrica dell'Asl di Pescara

La Commissione Giudicatrice

VERBALE DEL 27/01/2025

Nel giorno 27/01/2025 alle ore 10:00, presso i locali della UOC di Chirurgia Pediatrica – ASL di Pescara, si è riunita la Commissione Giudicatrice, come da Delibera n° 1464 del 25/9/2024, composta da:

- Dott.ssa Dacia Di Renzo– UOC Chirurgia Pediatrica- (Presidente)
- Dott.ssa Maria Grazia De Cesare– UOC Chirurgia Pediatrica- (Componente)
- Dott.ssa Claudia Di Lanzo– UOC Ingegneria Clinica- (Componente)

I membri della commissione, dopo attenta lettura e analisi di tutti gli atti di gara, quali capitolato tecnico, disciplinare e offerte tecniche degli Operatori Economici partecipanti ed a seguito delle Demo/Visioni delle apparecchiature offerte avvenute nei giorni 02.12.24, 04.12.24 e 17.12.24 dichiarano la **NON IDONEITA'**, con conseguente esclusione, delle seguenti ditte:

- **CHIRURMEDICA** in quanto mancante del requisito minimo richiesto dal capitolato tecnico:
 - “Utilizzo del software CEUS sia su sonda convex che su sonda lineare” poiché il software CEUS non può essere utilizzato su sonda lineare
- **MEDICAL LUME** in quanto mancante dei requisiti minimi richiesti dal capitolato tecnico:
 - “Monitor da almeno 20-22”...” poiché viene offerto un monitor da 15,6”
 - “Software CEUS” poiché non presente
 - “Dotato di nuova tecnologia colore con massima sensibilità ai flussi lenti (Micro) e veloci” poiché non presente il SW dei flussi lenti
 - “Sistema elastografico strain e shear wave” poiché non presente elastosonografia
 - “Sonda Convex con range di frequenza fino a 10 MHz per esami su addome pediatrico e neonatale” in quanto mancante della di sonda convex con frequenza fino ad almeno 10 MHz

I membri della commissione dichiarano **l'IDONEITA'** delle seguenti ditte:

- **BIOMEC**
- **ESAOTE**
- **MEDITRON**

Si precisa che in applicazione dell'Art. 4 del Capitolato, ovvero ai sensi e per gli effetti del principio di equivalenza ex art.79 e Allegato II.5, Parte II lett. A, commi 7 e 8, del D. Lgs n. 36/2023 e ss.mm. e ii., l'offerta della Ditta **MEDITRON** sui punti "scalda gel integrato" "Ecotomografo carrellato dotato di batteria" e "Sistema integrato per salvataggio ultimo esame in caso di brusca interruzione elettrica" è conforme.

Successivamente procedono alla valutazione qualitativa, attribuendo i relativi coefficienti e punteggi finali come da "Allegato 1 - VALUTAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICEI" "Allegato 2 - DESCRIZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE" che diventa parte integrante e sostanziale del presente verbale.

La Graduatoria finale qualitativa è la seguente:


- BIOMEC	P.ti 80,00
- ESAOTE	P.ti 64,60
- MEDITRON	P.ti 48,25

Il Presidente, dichiara chiusa la seduta e l'intera procedura di valutazione, rimettendo al RUP il presente verbale composto da pag. 2 con "Allegato 1 - VALUTAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICEI" "Allegato 2 - DESCRIZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE", per i successivi atti consequenziali.


Pescara, 27/01/2025

La Commissione Giudicatrice


Dott.ssa Dacia Di Renzo



Dott.ssa Maria Grazia De Cesare



Ing. Claudia Di Lanzo



**Allegato 1 - VALUTAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE
ECOTOMOGRAFO FASCIA MEDIO - ALTA**

CRITERI VALUTATIVI	MAX	Tipo Criterio	Coeff. Ass.			Coeff. Rip.			Punteggio		
			BIOMECH	ESAOTE	MEDITRON	BIOMECH	ESAOTE	MEDITRON	BIOMECH	ESAOTE	MEDITRON
Maneggevolezza e trasportabilità	5	D	1	0,6	0,9	1	0,6	0,9	5	3	4,5
Dimensione e Risoluzione Display	5	P	1	1	0,2	1	1	0,2	5	5	1
Capacità hard-disk integrato ed espandibilità	5	P	0,95	1	0,6	0,95	1	0,6	4,75	5	3
Modalità e Qualità Imaging in scala di grigi (B-mode)	10	D	1	0,6	0,6	1	0,6	0,6	10	6	6
Funzione Eco Color Doppler	8	D	1	0,7	0,7	1	0,7	0,7	8	5,6	5,6
Caratteristiche software avanzati	8	D	1	0,6	0,5	1	0,6	0,5	8	4,8	4
Unità portatile alimentata anche unicamente a batteria, con possibilità di eseguire esami al letto del paziente senza spegnimento macchina	5	D	1	1	0,2	1	1	0,2	5	5	1
Software e devices per procedure di ecografia interventistica	5	D	1	1	1	1	1	1	5	5	5
Modalità di salvataggio dati e post-processing	5	D	1	1	1	1	1	1	5	5	5
Connettività	4	T	4	4	4	1	1	1	4	4	4
Pedale Foot switch, multifunzione, programmabile	4	D	1	1	1	1	1	1	4	4	4
Estensione Garanzia full-risk	6	T	6	6	0	1	1	0	6	6	0
Modalità di assistenza tecnica durante il periodo di garanzia	5	D	1	1	1	1	1	1	5	5	5
Programma di formazione al personale utilizzatore	5	D	1	0,2	0	1	0,2	0	5	1	0
PUNTEGGIO FINALE RIPARAMETRATO									80,00	64,60	48,25
PUNTEGGIO TOTALE									79,75	64,40	48,10

Pescara, 27/01/2025

La Commissione Giudicatrice

Dott. ssa DI RENZO DACIA

Dott. ssa DE CESARE MARIA GRAZIA

Ing. DI LANZO CLAUDIA

Dacia Renzo
De Cesare Maria
Lanzo Claudia

Allegato 2 - MOTIVAZIONI COMMISSIONE GIUDICATRICE

ECOTOMOGRAFO FASCIA MEDIO - ALTA

CRITERI VALUTATIVI	MAX	Tipo Criterio	BIOMEC	ESAOTE	MEDITRON
Maneggevolezza e trasportabilità	5	D	Peso 80 Kg	Peso 89 Kg; minore maneggevolezza per elevata dimensione display	Peso 83 Kg
Dimensione e Risoluzione Display	5	P	Dimensione display 23,8"; Risoluzione 1920x1080	Dimensione display 24" Risoluzione 1920x1200	21,5"
Capacità hard-disk integrato ed espandibilità	5	P	1 Tera	5 Tera	512 GB
Modalità e Qualità imaging in scala di grigi (B-mode)	10	D	Ottima qualità immagine riscontrata a seguito della prova pratica	Minore qualità immagine in scala di grigi della sonda convex 2-9 riscontrata a seguito della prova pratica; sonda Convex 2-9 sub-ottimale per studio addominale dei primi anni di vita in cui sarebbe necessario avere almeno una sonda 3-10	Minore qualità immagine in scala di grigi riscontrata a seguito della prova pratica
Funzione Eco Color Doppler	8	D	Valutazione caratteristiche doppler e PRF; valutazione discrezionale del software microflow su paziente.	Ampiezza PRF inferiore. Valutazione discrezionale del software microflow su paziente.	Valutazione discrezionale del software microflow su paziente.
Caratteristiche software avanzati	8	D	Ottime caratteristiche softwares riscontrata in corso di prova pratica	Bassa performance software CEUS su sonda Convex 1-8 riscontrata in corso di prova pratica	Caratteristiche valutate solo su documentazione in quanto, per mancata presentazione senza preavviso, non è stato possibile eseguire la prova del Demo CEUS su paziente
Unità portatile alimentata anche unicamente a batteria, con possibilità di eseguire esami al letto del paziente senza spegnimento macchina	5	D	Batteria interna	Batteria interna	No batteria integrata, ma dotato di unità UPS che garantisce fino a 30 minuti di autonomia
Software e devices per procedure di ecografia interventistica	5	D	SW e Device Equivalenti	SW e Device Equivalenti	SW e Device Equivalenti
Modalità di salvataggio dati e post-processing	5	D	Equivalenti	Equivalenti	Equivalenti
Connettività	4	T	Equivalenti	Equivalenti	Equivalenti
Pedale Foot switch, multifunzione, programmabile	4	D	Equivalenti	Equivalenti	Equivalenti
Estensione Garanzia full-risk	6	T	Ulteriori 24 mesi di garanzia	Ulteriori 24 mesi di garanzia	Nessuna estensione garanzia
Modalità di assistenza tecnica durante il periodo di garanzia	5	D	Equivalenti	Equivalenti	Equivalenti
Programma di formazione al personale utilizzatore	5	D	Programma formazione illimitato	Garantisce solamente 2 giorni di formazione o eventualmente fino all'acquisizione di livello di sufficiente conoscenza	Nella documentazione non viene specificato il programma di formazione

Pescara, 27/01/2025

La Commissione Giudicatrice

Dott. ssa DI RENZO DACIA

Dott. ssa DE CESARE MARIA GRAZIA

Ing. DI LANZO CLAUDIA

Dr. Renzo Dacia
Dott.ssa Maria Grazia De Cesare
Claudia Di Lanzo