

La Commissione Giudicatrice

VERBALE DEL 30/01/2024

I giorni 20/12/2023, 17/01/2024 e 30/01/2024 presso i locali della U.O.C. Dermatologia – ASL di Pescara, si è riunita la Commissione Giudicatrice, come da Delibera n° 1823 del 01/12/2023, composta da:

- Dott.ssa Linda De Angelis – UOC Dermatologia - (Presidente)
- Dott.ssa Malgorzata Kolesnik – UOC Dermatologia - (Componente)
- Ing. Claudia Di Lanzo – UOC Ingegneria Clinica - (Componente)

I membri della commissione, dopo attenta lettura e analisi di tutti gli atti di gara, quali capitolato tecnico, disciplinare e offerte tecniche degli Operatori Economici partecipanti stabiliscono l'IDONEITÀ delle offerte tecniche delle ditte:

- **BIANCA MEDICAL**

e la NON IDONEITÀ, con conseguente esclusione, delle ditte

- **ADAMO SRL** in quanto mancante del requisito minimo richiesto dal capitolato tecnico:
 - *punto 6 del Carrello medicale certificato - <Monitor LCD di almeno 24''>*: nella relazione è indicata la fornitura di monitor da 22''
- **CANFIELD SCIENTIFIC SRL** in quanto mancante del requisito minimo richiesto dal capitolato tecnico:
 - *punto 7 - <Cavo video schermato di almeno 4 mt con cavi di alimentazione e controllo>*: nella documentazione fornita dalla ditta ad Oggetto: 'Rispondenza a caratteristiche di minima richieste da capitolato' la ditta conferma la rispondenza alle caratteristiche di minima (punto 6 - Cavo video schermato di 4 mt), ma nel documento ad Oggetto: 'Relazione tecnica' si dichiara che il sistema offerto è dotato di cavo di 3 metri.
Per questo operatore economico si propone, ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. n. 36/2023, di attivare la procedura del soccorso istruttorio/procedimentale richiedendo al concorrente di fornire chiarimenti volti a consentire l'interpretazione della sua offerta tecnica e di ogni suo allegato, consentendo all'operatore economico una eventuale correzione di un errore materiale, nel caso specifico relativo alla lunghezza del cavo indicata di 3 metri, purchè tale correzione non determini addirittura la sostituzione o la modifica, anche in parte, dell'offerta.

- **GAVIMEDICA SRL** in quanto mancante dei requisiti minimi richiesti dal capitolato tecnico:
 - o *punto 7 - <Cavo video schermato di almeno 4 mt con cavi di alimentazione e controllo>*: il sistema offerto ha una tecnologia di connessione digitale WIRELESS-LIVEVIEW tra telecamera-manipolo e sistema di dermatoscopia
 - o *punto 6 del Carrello medicale certificato - <Monitor LCD di almeno 24">*: nella relazione è indicata la presenza di n.2 monitor da 24", mentre nella scheda tecnica/brochure è indicata la presenza di n. 2 monitor da 22"

- **MEDIKRON** in quanto:
 - o mancante dei requisiti minimi richiesti dal capitolato tecnico: *punto 7 - <Cavo video schermato di almeno 4 mt con cavi di alimentazione e controllo>*: il sistema offerto ha una tecnologia di connessione digitale WIRELESS-LIVEVIEW
 - o non valutabile per mancanza di documentazione per la valutazione di alcune delle caratteristiche di minima del capitolato tecnico (punti: 5 – 10 e punti del carrello medicale: 1 – 2 – 5)

- **TRE T MEDICAL GROUP** in quanto mancante dei requisiti minimi richiesti dal capitolato tecnico:
 - o *punto 7 - <Cavo video schermato di almeno 4 mt con cavi di alimentazione e controllo>*: assenza di cavi di connessione tra la sorgente e il sistema digitale in quanto la comunicazione è garantita da un modulo di connessione WIFILIVEVIEW

Il presidente dichiara chiusa la seduta, rimettendo al RUP il presente verbale ed in attesa di un riscontro circa la richiesta di soccorso istruttorio per la ditta **CANFIELD SCIENTIFIC SRL**, prima di procedere alla graduatoria finale qualitativa e per i successivi atti consequenziali.

Pescara, 30/01/2024 ore 12:30

La Commissione Giudicatrice

- Dott.ssa Linda DE ANGELIS



- Dott.ssa Malgorzata KOLESNIK



- Ing. Claudia DI LANZO

