



**VALUTAZIONE TECNICA RDO 4430943 per fornitura di
3 RESETTORI BIPOLARI 24/26 Fr adatto all'uso
con la maggior parte dei sistemi laser in commercio.**

In data odierna presso i locali della UOC Urologia – ASL di Pescara, si è riunita la Commissione Giudicatrice, come da Delibera n. 1306 del 09/08/2024, per la valutazione tecnica delle offerte.

I membri della commissione, dopo attenta lettura e analisi di tutti gli atti di gara, quali capitolato tecnico, disciplinare e offerta tecnica dichiarano la **IDONEITA'** dell'unica offerta pervenuta della ditta **MOVI**, il cui SET risulta corrispondente alle caratteristiche tecniche.

Successivamente procedono alla valutazione qualitativa, attribuendo i relativi coefficienti e punteggi finali.

CRITERI DI QUALITA'	coefficiente di valutazione	punteggio
efficacia del flusso/irrigazione	1	30
facilità e rapidità di sgancio tra la camicia interna/esterna (per il bipolare) e tra la camicia e l'elemento operativo	1	25
atraumaticità della punta ceramica del resettore	1	15
adattabilità cavo elettrico mono-bi-polare con i generatori di corrente già in dotazione della U.O.C. (ERBE-MARTIN)	1	10
TOTALE		80

La Graduatoria finale qualitativa è la seguente:

- **MOVI** P.ti **80,00**

Il Presidente, dichiara chiusa la seduta e l'intera procedura di valutazione, rimettendo al RUP il presente verbale, per i successivi atti consequenziali.

Pescara, 23/09/2024

La Commissione Giudicatrice

Dott. DINO PETRONE (Presidente)


ASL PESCARA
U.O. di UROLOGIA
Dott. PETRONE DINO
C.O.C. 816 Martella 6910

Dott.ssa PAOLA PACE (Componete)


ASL PESCARA
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ATTIVITA' PROFESSIONALI
AREA CHIRURGICA
Dott.ssa Paola PACE

Ing. CLAUDIA DI LANZO (Componete)

