

	<b>UNITA' OPERATIVA COMPLESSA RADIOLOGIA</b> Direttore: VINCENZO DI EGIDIO Sede: Presidio Ospedaliero Pescara Tel: 085/4252503 – Fax: 085/4252903 Mail: vincenzo.diegidio@ausl.pe.it

### **LA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

In data 31/05/2024 presso i locali della U.O di Radiologia dell'Ospedale Civile 'Santo Spirito' di Pescara si è riunita la commissione giudicatrice nominata con delibera n°825 del 13/05/2024 dal Direttore Generale di codesta ASL dott. Vero Michitelli per procedura di gara, ai sensi dell'Art. 50 comma 1 lettera E) del D.Lgs. n° 36/2023 *volta alla conclusione di un accordo quadro, per la fornitura in conto deposito di devices per radiologia interventistica per le esigenze della UOC di radiologia, radiologia vascolare e neuroradiologia interventistica dell'Asl DI Pescara.*

Valutati i dispositivi medici presentati dalla ditta **Starmed S.r.l** (singolo operatore partecipante - Indirizzo: Via Alberto Pepe, 8, 64100 Teramo TE) suddivisi in 3 lotti distinti:

- SISTEMI DI CATETERE GUIDA CON PALLONCINO (fabbisogno annuo n°35)
- STENT RETRIEVER MULTIFUNZIONALI (fabbisogno annuo n° 35)
- MICROSPIRALI PER EMBOLIZZAZIONE DI ANEURISMI INTRACRANICI (fabbisogno annuo n°57)

I membri della commissione dopo aver analizzato l'Art. 3 del capitolato speciale per la fornitura in conto deposito di devices per radiologia interventistica, i requisiti tecnici specifici, le brochure, le schede tecniche dei prodotti, i certificati, le dichiarazioni di qualità e conformità CE/UE procedono alla valutazione qualitativa attribuendo i coefficienti ed i punteggi finali come segue:

#### **LOTTO 1 – SISTEMA DI CATETERE GUIDA CON PALLONCINO**

<b>CRITERI VALUTATIVI</b>	<b>TIPO CRITERIO</b>	<b>PUNTI</b>
MANEGGEVOLEZZA DEL DISPOSITIVO	D	15
CAPACITA' DI NAVIGAZIONE NEI VASI TORTUOSI	D	20
RISPOSTA AL GONFIAGGIO ED ALLO SGONFIAGGIO DEL PALLONE	D	20
GARANZIA DEL PERFETTO CATETERISMO COASSIALE	D	20
RESISTENZA ALLE SOLLECITAZIONI ESTERNE	D	5
<b>PUNTEGGIO TOTALE=80</b>		

**LOTTO 2 - STENT RETRIEVER A ZONE MULTIFUNZIONALI**

<b>CRITERI VALUTATIVI</b>	<b>TIPO CRITERIO</b>	<b>PUNTI</b>
MANEGGEVOLEZZA E DURATA	D	10
NAVIGABILITA' E VISIBILITA' IN FLUOROSCOPIA	D	10
CAPACITA' DI CATTURA DEL TROMBO	D	40
CONFEZIONAMENTO	D	5
ADATTABILITA' AD ALTRI DEVICES	D	15
<b>PUNTEGGGIO TOTALE=80</b>		


**LOTTO 3 - MICROSPIRALI PER EMBOLIZZAZIONE DI ANEURISMI INTRACRANICI**

<b>CRITERI VALUTATIVI</b>	<b>TIPO CRITERIO</b>	<b>PUNTI</b>
CAPACITA DI RIEMPIMENTO	D	30
MANEGGEVOLEZZA	D	10
NAVIGABILITA'	D	20
FACILITA' AL RILASCIO	D	10
COMPATIBILITA' CON ALTRI DEVICES	D	10
<b>PUNTEGGGIO TOTALE=80</b>		

La commissione giudicatrice pertanto dichiara che i prodotti presentati dalla ditta **Starmed S.r.l** presentano caratteristiche tecniche e qualitative conformi alle esigenze della radiologia interventistica vascolare di questo ospedale.

**LA COMMISSIONE GIUDICATRICE**


Dott. Santoro Marco (presidente)



Dott. Palatino Vincenzo (componente)



Dott.ssa Rapagnetta Maria Angela (componente)



Pescara, 10/06/2024