



Azienda Sanitaria Locale PESCARA  
U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – HTA  
Via Renato Paolini, 47 – 65126 PESCARA (PE)  
Tel. 085.4253109 – ingegneriaclinica@asl.pe.it  
Direttore: Dott. Ing. Vincenzo Lo Mele

Mod. 01/IC  
Rev. 01 del 17/10/2024  
"Verbale di Accettazione e Collaudo  
di Apparecchiatura Elettromedicale"

## VERBALE DI COLLAUDO

ID COLLAUDO IC062/24 DATA 14/10/2024

### RIF. PRATICA

PRESIDIO: PESCARA U.O. UROLOGIA  
N° DETERMINA/DELIBERA: 3523 del 17/10/24 N° ORDINE 20-2024-188 del 17/10/24  
Ditta Fornitrice : ESAOTE SPA Rif. DDT : 1240124588 DEL 08/10/24  
Note: \_\_\_\_\_

### ID. APPARECCHIATURA/E E ACCESSORI/COMPONENTI

TIPOLOGIA	MARCA	MODELLO	NUMERO DI SERIE	CODICE AEM
SONDA ECOGRAFICA LINEARE	ESAOTE SPA	LP 4-13	240501087A	E014932
	COLLEGATA AD ECOGRAFO COD. E000823			

Note: \_\_\_\_\_

CAUSALE ACQUISIZIONE:  ACQUISTO  SERVICE  NOLEGGIO  COMODATO  DONAZIONE  REPAIR EXCHANGE

Durata Periodo di Garanzia: 12 mesi Data Scadenza Garanzia : 13 / 10 / 2025

Durata  Service  Noleggio  Comodato: \_\_\_\_\_ Data Scadenza : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Importo complessivo della fornitura IVA INCLUSA: € 19.123,50 mesi (corrispondente all' Ordlnativo Economico ASL)

**VERIFICHE VISIVE, AMMINISTRATIVE E TECNICHE**

A seguito delle operazioni di collaudo tecnico-amministrative effettuate, si dichiara che la fornitura e pertanto le relative apparecchiature/strumenti/dispositivi ed eventuali accessori e/o componenti risulta/risultano:

- CONFORMITÀ BOLLA DI CONSEGNA CON ORDINATIVO ECONOMICO SI  NO
- CORRISPONDENZA DEL CONTENUTO CON IL DDT SI  NO
- ASSENZA DANNI ESTERNI DELL'APPARECCHIATURA E/O ACCESSORI-COMPONENTI SI  NO
- CORRISPONDENZA ALL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA SI  NO
- FUNZIONANTE/I ED IDONEA/E ALL'USO PREVISTO SI  NO
- VERIFICA DI SICUREZZA ELETTRICA SUPERATA (CEI EN 62353) SI  NO
- PRESENZA MANUALI D'USO IN LINGUA ITALIANA (depositato presso U.O. di ubicazione) SI  NO
- PRESENZA CERTIFICATI CE E/O DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' SI  NO
- PERSONALE SANITARIO/TECNICO ADDESTRATO E FORMATO ALL'UTILIZZO SI  NO

Note: \_\_\_\_\_

**ESITO COLLAUDO**

**L'ESITO DEL COLLAUDO È DA RITENERSI**

**POSITIVO**

**POSITIVO CON RISERVA**

**NEGATIVO**

Note: \_\_\_\_\_

**Per accettazione e conferma**

Il Responsabile della U.O. assegnataria o delegato

DSSA P. PALE [Firma] 14/10/24  
Nome e Cognome Timbro e Firma Data di convalida

Il Referente Ditta Fornitrice e/o Specialist

GABRIELE MOSCHETTA [Firma] 14/10/24  
Nome e Cognome Firma Data di convalida

Il Referente S.I.C.E. (Servizio Ingegneria Clinica Esterno)

ALFONSO PALZANO [Firma] 14/10/24  
Nome e Cognome Firma Data di convalida

Il Resp. Impianto Radiologico e/o \_\_\_\_\_

Nome e Cognome Firma Data di convalida

L'Esperto Specialista (EQ-ER-ASL-altra) \_\_\_\_\_

Nome e Cognome Firma Data di convalida

Altra figura: \_\_\_\_\_

Nome e Cognome Firma Data di convalida

Il DEC o Assistente al DEC (Direttore Esecuzione Contratto) \_\_\_\_\_

Nome e Cognome Firma Data di convalida

**Validazione definitiva quale conferma esito procedura di collaudo ( da intendersi anche quale data di inizio accettazione del bene)**

Il Referente U.O.C. INGEGNERIA CLINICA-HTA

**ASL PESCARA**  
**Dr. Antonio VERNA**  
Nome e Cognome

**ASL PESCARA**  
**UOC INGEGNERIA CLINICA-HTA**  
**IL COLLAUDATORE**  
**Dr. Antonio VERNA**  
Timbro e Firma

18/10/24  
Data di convalida

- Allegati:**  Scheda Collaudo SICE  Rapporto Tec. Ditta Fornitrice  DdT  Ordinativo Economico  Documentazione Tecnica  
 Certificati CE/Dich. Conformità  Verifiche Sicurezza Elettrica  \_\_\_\_\_

Note: \_\_\_\_\_

	Titolo documento	Codice	Tipologia Attività	Dettaglio attività	Data	Rev.
	Scheda di collaudo	SCH_13_COLLAUDO_01	Programmata	Profilo per tutte le descrizioni	01/04/2019	7

ENTE: ASL DI PESCARA

**SEZIONE 1 - ESTREMI DELLA FORNITURA**

DITTA FORNITRICE: ESAOTE SPA [ ] Non disponibile

OFFERTA/RDO N°: \_\_\_\_\_ DEL: \_\_\_\_\_ [ ] Non disponibile

ORDINE N°: 20-2024-ZPP DEL: 17.10.24 [ ] Non disponibile

DELIBERA/DETERMINA N°: 3523 DEL: 17.10.24 [ ] Non disponibile

DDT N°: 1240124588 DEL: 08.10.2024 [ ] Non disponibile

DDT N°: \_\_\_\_\_ DEL: \_\_\_\_\_ [ ] Non disponibile

IMPORTO DELLA FORNITURA: 15.675,00 +IVA

TIT. PROPRIETA':  Acquisto;  Visione;  Comodato service;  Noleggio;  REPAIR EXCHANGE

STRUTTURA: PO DI PESCARA REPARTO: UOC UROLOGIA

PADIGLIONE: OVEST PIANO: 7° STANZA: AMB. ECOGRAFICO

CDC: \_\_\_\_\_ DESCRIZIONE CDC: UOC UROLOGIA PO PESCARA

**SEZIONE 2 - ELENCO APPARECCHIATURE OGGETTO DI COLLAUDO**

ID	Codice Apparecchio	Descrizione	Costruttore	Modello	S/N	Inventario Ente	Prezzo
	E014932	SONDA ECOGRAFICA LINEARE	ESAOTE SPA	LP 4-13	240501087A		<u>15.675,00</u>
			COLLEGATA AD ECOGRAFO COD.E008823 INV. ASL 88815				

**SEZIONE 3 - CONFORMITÀ DELLA FORNITURA**

Verifica integrità dell'imballaggio, se KO indicare quali ID : \_\_\_\_\_ ~~[OK]~~ [KO] [NA] [NV]

Verifica corrispondenza fra materiale consegnato e ordinato (  allegata Check list riscontro ) ~~[OK]~~ [KO] [NA]

Verifica corrispondenza fra materiale consegnato e indicato su DDT (  allegato DDT riscontro ) ~~[OK]~~ [KO] [NA]

Assenza di evidenti danni esterni sull'apparecchio; se KO indicare quali ID : \_\_\_\_\_ ~~[OK]~~ [KO]

Verbale di installazione/collaudo redatto dalla ditta fornitrice in data 16.10.24 ~~[OK]~~ [KO] [NA] [ ] si allega [GP\*]

Dichiarazione di conformità dell'impianto di alimentazione dell'apparecchio secondo DM 37/08 ~~[OK]~~ [KO] [NA] [ ] si allega [GP\*]

\* Il personale dell'azienda sanitaria riferisce che tale documentazione è già in loro possesso

**Note**

Questa sonda sostituisce analoga sonda lineare cod. E014685, inventario ente 88816, già ritirata da Gabriele Moschetta in data 16.10.2024 e già quindi automaticamente in fuori uso, vedete anche rdl 2024/01492.

	Titolo documento	Codice	Tipologia Attività	Dettaglio attività	Data	Rev.
	Scheda di collaudo	SCH_13_COLLAUDO_01	Programmata	Profilo per tutte le descrizioni	01/04/2019	7

SEZIONE 6 – ESITO COLLAUDO DI ACCETTAZIONE

**ESITO CONTROLLO VISIVO**

POSITIVO       NEGATIVO       \_\_\_\_\_

Commissione  
 Data: 14.10.24  
 Nome Cognome: D. SPA PAOLA PACE  
 Nome Cognome: \_\_\_\_\_  
 Nome Cognome: \_\_\_\_\_  
 Note: \_\_\_\_\_

Firma:   
 Firma: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_

**Rappresentante del Fornitore**  
 Nome Cognome: G. MOSCHETTI Data: 14.10.24 Firma: ESAOOTE  
 Durata della garanzia (mesi): 12 Data inizio garanzia: 14.10.24 Data fine garanzia: 13.10.25  
 Attività e materiali compresi durante il periodo di garanzia: [ ] Vizi occulti; [ ] Manutenzione Preventiva; [ ] Manutenzione su guasto  
 [ ] Contratto full risk  
 [ ] Kit Manutenzione \_\_\_\_\_  
 [ ] Materiale di consumo \_\_\_\_\_ :[NA]  
 Note: \_\_\_\_\_

**ESITO VERIFICHE TECNICHE – VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA**

POSITIVO A.       NEGATIVO       \_\_\_\_\_

Tecnico HC – Nome Cognome: BALSANO Data: 14.10.24

Firma: 

A.T.I.  
 SIEMENS - H.C. HOSPITAL CONSULTING MARIFARMA FA  
 C/O A.T.I. ESCADA  
 Via Palmieri 7 - 65124 PESCARA  
 Tel. 085 4252963 - Fax 085 4252964

*VSE ESEGUITE DA TECNICO ESAOTE*

**ESITO VERIFICHE TECNICHE – ALTRE VERIFICHE TECNICHE**

POSITIVO       NEGATIVO       \_\_\_\_\_

Esperto Qualificato (EQ) – Nome Cognome: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ [NA]  
 Esperto responsabile (ER) – Nome Cognome: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ [NA]  
 Addetto sicurezza laser (ASL) – Nome Cognome: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ [NA]  
 Eseguite Verifiche e Valutazioni Tecniche: [OK] [KO] [ ] si allega \_\_\_\_\_  
 Note: \_\_\_\_\_

**ESITO VERIFICA PERSONALE UTILIZZATORE**

POSITIVO       NEGATIVO       \_\_\_\_\_

**FORMAZIONE ALL'USO**  
 Si dichiara di aver ricevuto il manuale d'uso e che il personale utilizzatore:  
 [ ] E' stato formato all'uso corretto e sicuro del/dei dispositivi oggetto del presente collaudo  
 [ ] La formazione è stata programata, in accordo fra fornitore e unità operativa, in data: \_\_\_\_\_  
 [ ] Nella UO esistono apparecchi analoghi e quindi non necessita formazione specifica sull'apparecchio oggetto del collaudo

**VERIFICA PERSONALE UTILIZZATORE**  
 L'UO dichiara che le prestazioni dell'apparecchio rispondono alla specifiche di utilizzo richieste.  
 Responsabile UO – Nome Cognome: P. PACE Data: 14.10.24 Timbro e Firma:   
 NB: l'apparecchiatura è da considerarsi sicura soltanto se utilizzata secondo le indicazioni fornite dal fabbricante nel manuale d'uso.

**ESITO GENERALE PROCEDURA DI COLLAUDO DI ACCETTAZIONE\***

POSITIVO       NEGATIVO       \_\_\_\_\_

Responsabile IC – Nome Cognome: ASL PESCARA Data: 18/10/24  
Dr. Antonio VERNA  
 Timbro e Firma:   
 UOC INGEGNERIA CLINICA  
 IL COLLAUDATORE  
 Dr. Antonio VERNA

**CERTIFICATO DI COLLAUDO E VERIFICHE IN CONFORMITA'  
ALLA NORMATIVA IEC 62353**

**ANAGRAFICA SISTEMA**

Installazione: IT137707  
Descrizione dell'unità in verifica: Inst. IT137707 Cod. 101640007 Desc. MyLabX7  
Matricola: 310152  
Note:  
Tipo: EM System  
Classe: I  
Tipo installazione: Mobile

**RIEPILOGO DELLE VERIFICHE ESEGUITE**

Modalità Verifica: Diretto  
Esito Controllo visivo: OK

**IMPEDENZA DEL CONDUTTORE DI PROTEZIONE (P.E.):**

Sistemi EM cavo separabile 500 [mohm] (90%=450),  
Apparecchi EM cavo separabile 300 [mohm] (90%=270)  
Corrente di test: 0.2 A  
Valore misurato Max [mohm]: 153  
Esito del test eseguito: OK  
Note:

**DESCRIZIONE DEL COLLEGAMENTO P.E. CUI FA RIFERIMENTO IL MASSIMO VALORE  
MISURATO: Spina di alimentazione / Telaio a ultrasuoni**

**CORRENTE DI DISPERSIONE DELL'APPARECCHIO:**

Limite misura di dispersione: 500[uA] (90%=450)  
Massima corrente di dispersione dell'apparecchio. [uA]: 187,6  
Esito del test eseguito: OK  
Note:

**DISPERSIONE PAZIENTE SFC RETE PA. TIPO: BF**

Limiti BF 5000 uA - Limiti CF 50 ua  
Valore misurato Max [uA]: 11,6  
Esito del test eseguito: OK  
Parte applicata: Inst. Cod. 120000026 Desc.LP 4-13 sn. 240501087A

**ESITO PROVE FUNZIONALI FINALI**

con riferimento a procedure di manutenzione riportate nel manuale di servizio.  
OK

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA:**

Non sono stati riscontrati difetti funzionali o carenze di sicurezza

RICORRENZA CONSIGLIATA NELLA VERIFICA: 12 Mesi  
STRUMENTO DI MISURA: Fluke ESA615  
Matricola: 3216049  
Verificatore: Gabriele Moschetta  
Data: 14/10/2024



Esaote S.p.a.  
 Direzione  
 Via E. Meloni, 77  
 16152 Genova

Sede Operativa:  
 Genova  
 Telef: 010/65471

Società sottoposta a direzione e coordinamento di Shanghai Luzy Enterprise Management Consultancy Center (Limited partnership)

Sede Operativa: ASSISTENZA TECNICA:  
 Firenze  
 Tel: 800.372.590 - Fax: 055.4229.450  
 Telef: 055/42291 E-Mail: assistenza.technica@esaote.com

**N° Rapporto di Lavoro: 257107**      Inizio Lavoro: 14/10/2024 10:00      Fine Lavoro: 14/10/2024 11:00

<b>Richiedente</b> 1000000468 A.S.L. PESCARA  VIA R. PAOLINI, 47 65124 PESCARA PE	<b>Utilizzatore</b> 2000043214 P.O. DI PESCARAREPARTO DI UROLOGIA  VIA R. PAOLINI 45 65100 PESCARA PE
C.F./P.I.V.A. 01397530682	C.F./P.I.V.A.

<b>Chiamata</b> N° CAS-607593-B9Y9	Data 25/09/2024 08:45	Rif. Origine Cliente	Contatto Ing. Dario Rinaldi
------------------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------------

<b>Apparato</b> Cod. Parte 101640007	Matricola 310152	Batch	N° Installazione IT137707
<b>Descrizione</b> MyLabX7			Rev. SW F0B0102

**Sintomo Dichiarato**  
 Preventivo per repair-exchange di Sonda Esaote lineare laparoscopica LP 4-13 sn. 00145  
 La sonda non viene rilevata dall'ecografo. A seguito controllo, risulta che il guasto sia da attribuirsi al mal funzionamento dell'elettronica del connettore che ha compromesso le funzionalità della sonda.

Tipo lavoro Default      Tipo esito Closed - Problem Unsolved

N° Scansioni	Scadenza garanzia sistema 07/05/2021	Contratto	Data Inizio Contratto	Data Fine Contratto
--------------	--------------------------------------	-----------	-----------------------	---------------------

**Attività**  
 Come gentilmente richiesto dal SIC con email del 11/10/2024 e per esigenze ambulatoriali del reparto in data odierna consegnamo la sonda laparoscopica modello LP 4-13 sn 240501087A, senza ritirare la sonda guasta perché al momento non disponibile. Effettuate prove generali di funzionamento terminate con esito positivo. Effettuate le verifiche di sicurezza elettrica. Si riconsegna il sistema ecografo con sonda funzionante. Il SIC si impegna a rendere disponibile la sonda guasta per il ritiro il prima possibile. Rimaniamo in attesa di comunicazioni. La presente chiamata verrà chiusa con il ritiro della sonda guasta.  
*guasta, ritirata da GABRIELE MASCHETTA DI ESAOTE OGGI 16.10.24.*

**Dettaglio Interventi**

Inizio	Fine
14/10/2024 10:00	14/10/2024 11:00

						Parti Sostitutive e Altri Costi	
Codice	Descrizione	Quantità	Durata (unit/ora)	Matricola	Batch	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
<b>Totale Generale EUR (I.V.A. Esclusa)</b>						<b>€ 0,00</b>	

Esaote SpA  
 n. PC IT254

Firma Cliente  
 Lucilla Di Michele

OIT6MX7

Con la sottoscrizione del presente documento, il Cliente conferma piena accettazione delle condizioni e termini generali di contratto Esaote per i servizi di assistenza tecnica. Il Cliente dichiara che il presente intervento è stato svolto da personale Esaote o incaricato da Esaote in conformità agli accordi in vigore, con accesso al sito del cliente preventivamente controllato nella responsabilità del Cliente nel rispetto della normativa applicabile. Il Cliente prende atto e conferma che Esaote ha effettuato tutte le verifiche funzionali in conformità con le prescrizioni del manuale d'uso e del service manual. Alla prestazione o/o fornitura sono applicati i termini di pagamento specificati nel preventivo accettato dal Cliente.



Different place of Delivery / Diverso luogo di consegna

FIMAS Via Filippo Masci 127 66100 Chieti CH C.a. Moschetta Gabriele  
TEL 346 8467397 WO 257107

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. N472 DEL 14/06/1996)

<b>Document Type</b> Out. Del. in stock W <b>Order Number</b> 448720 <b>Internal Number</b> 80404459 <b>Delivery Note No.</b> 1240124588 del 08/10/2024	<b>Payer</b> 1000000468 A.S.L. PESCARA  VIA R. PAOLINI, 47 65124 - PESCARA - IT 085-4253021/35 - invoices@esaote.com VAT Nr. IT01397530682	<b>Ship To Party</b> 2000043214 P.O. DI PESCARA REPARTO DI UROLOGIA  VIA R. PAOLINI 45 65100 - PESCARA - IT VAT Nr.
--	---	--

<b>Carrier</b> 1100000587 DHL EXPRESS ITALY S.R.L. VIA G.S. BERNARDO - PALAZZO0089 - ROZZANO - IT - sabrina.degiorgi@dhl.com IT04209680158		<b>Date</b> 08/10/2024 <b>Time</b> 09:01:49 <b>Stamp &amp; Signature</b>	<b>Delivery Terms (Incoterms® 2020)</b> DAP Delivery At Place  <b>Shipping Type</b> Courier  <b>Shipment details</b>  <b>AWB/Tracking n°</b>  <b>Reference for Carrier</b> 175069  <b>ESAOTE Email</b> esaote@esaote.com
<b>Contact Person</b>			

Pos.	Part n.	Part Description	UoM	Quantity
000010	120000026	LP 4-13 ECHOGRAPHIC PROBE App. Diagn Scans.Ultrasonica	PC	1

Customer Order	607593B9Y9
Serial number	240501087A → 145

SIGNATURE RECIPIENT	Tot. No. of Packs	00001	Total Volume	0,265 M3	Total Gross Weight	11	Total Net Weight	6
	Date		Time		License Plate			

Notes

Dichiaro di aver ricevuto la merce sopraindicata constatando il buono stato degli imballi. Dichiaro inoltre che il veicolo ai sensi della legge è idoneo al trasporto della merce sopra descritta. Nota per il destinatario: eventuali reclami circa l'integrità e la conformità del contenuto dovranno essere inoltrate ad Esaote S.p.A. per iscritto entro 8 gg dal ricevimento della merce.  
Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto

*Luca De Gualtero*

**AUSL PESCARA**  
U.O.C. UROLOGIA

Headquarters / Sede Legale

Via E. Melen, 77  
16152 Genova

Italy  
Phone/Tel +39 010 6547.1  
Share Capital/Capitale Sociale 47.000.000,00 Euro i.v.  
VAT no/C.F. Partita IVA 05131180969  
Genoa Chamber of Commerce/C.C.I.A.A. Genova  
esaote@esaote.com  
Company subject to direction and coordination by Shanghai Luzi Enterprise Management Consultancy Center (Limited Partnership)

Genova  
Via Murtolo di Pegli, 2 E  
16155 Genova

Via di Caciolle, 15  
50127 Firenze  
Italy

ZSD - ADV - DE/NOTE



**RICHIESTA DI RIPARAZIONE APPARECCHIATURA ELETTRONOMICHE**

Inviare via mail a [assistenzedimedicali.pescara@ism-sms.it](mailto:assistenzedimedicali.pescara@ism-sms.it)  
 via FAX (int):2964 (est):085-4252964

**DETTAGLIO RICHIESTA** (compilazione a cura del richiedente)

**Data Richiesta:** 12/06/2024 ..... **Numero:** .....

**Richiedente:** paola pace ..... **Telefono:** 2780 .....

**Presidio/Distretto:** pescara .....

**Reparto:** urologia .....

**Inventario N.PE/:** E000823 ..... (Obbligatorio se presente) *E 014685*

*Barrare se applicabile*  Comodato/Leasing/Service

**Apparecchiatura:** SONDA LAPAROSCOPICA ECOGRAFO .....

**Ditta Costruttrice:** ESAOTE .....

**Modello:** LP 4-13 ..... **Matricola/Seriale:** .....

**SEGNALAZIONE GUASTO/INCONVENIENTE**

Apparecchio completamente fermo       Apparecchio parzialmente funzionante

Descrizione guasto/inconveniente .....

LA SONDA NON VIENE RICONOSCIUTA DALL'ECOGRAFO

Dott.ssa PAOLA PACE  
 Organizzazione e Gestione  
 Attività professionali/area chirurgica  
 ASL PESCARA

**FIRMA RICHIEDENTE:** .....

**NON COMPILARE** (compilazione a cura dell'ufficio ATI)

**Contratto ATI**  N° ODL: *2024/05482* *FEDERICO*

**Garanzia:**  Ditta: ..... **Telefono:** .....

**Comodato/Leasing/Service:**  **Contatto:** ..... **Intervento previsto il:** .....

**Convenz. non di Proprietà:**  **Preventivo N°** ..... **Data Preventivo:** .....

**Non competenza ATI:**  **Inoltrato a:** ..... **Data Inoltrato:** .....

**Commenti/Altro:** (compilazione a cura dell'ufficio ATI).....

*SOLUZIONE NON*

# Rapporto di intervento di manutenzione

AUSL Pescara - Servizio di Ingegneria Clinica

Attività amministrativa - 2024/01492/08

Manutenzione - Straordinaria

Data inizio 15/10/2024 12:35

Data fine 15/10/2024 12:36

**Guasto riscontrato**

**Descrizione intervento** Questa sonda, consegnata a Gabriele Moschetta, va automaticamente in fuori uso in quanto la Asl/HTA ha commissionato direttamente alla Esaote la consegna di una nuova sonda in repair exchange.

Esito: RI - Proposta di dismissione

## Anagrafica apparecchio

<b>Apparecchio</b> E014685	<b>Inventario ente</b> 88816	<b>Matricola</b> 00145
<b>Struttura</b> PO Pescara		<b>Padiglione</b> -
<b>Reparto</b> Urologia-Pescara	<b>Stanza</b> -	<b>Piano</b> -
<b>Descrizione</b> SONDA ECOENDOSCOPICA		
<b>Costruttore</b> ESAOTE SPA	<b>Modello</b> LP 4-13	

## Tecnico/i

Nome	Ore lavoro	Ore viaggio	Km
Alfonso Balsamo	00:00:59		

## ORDINE

### RIF-ORDINE

NUMERO : 20-2024-188  
DEL : 17/10/2024  
DATA CONSEGNA :  
DATA FINE CONSEGNA :

### FORNITORE

Spett.le  
( 13231 ) ESAOTE SPA  
P.I.: 05131180969  
  
VIA A. SIFFREDI, 58  
16153 GENOVA, GE  
Telefono : 010/65471  
FAX : 010/6547275

Note: MOD. LP4-13, INV. E014685 SU MYLAB EIGHT INV. E000823

Budget di Spesa : UAUT-2024-18/3

Conto : 0101020502 - Attrezzature generiche

Codice	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA
338894	REPAIR EXCHANGE SONDA ECOENDOSCOPICA	NUM	1,00	15 675,00	0,00	15 675,00	22,00
					0,00		

CIG: B3496197E5 - DET.NR. 3523 DEL 17/10/2024  
APPROVAZIONE RDO NR. 4677908 PER  
AFFIDAMENTO REPAIR EXCHANGE SONDA  
ECOENDOSCOPICA ESAOTE C/O UOC  
UROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA.

Cdc: C04C08C00 UOC UROLOGIA - PO PESCARA

Q.tà 1,00

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
I22	22,00	15 675,00	3 448,50

**TOTALE IMPONIBILE**

15 675,00

**TOTALE IVA**

3 448,50

**TOTALE ORDINE**

19 123,50

Magazzino Ricevente

INGCLI - Magazzino Ingegneria Clinica



## **AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - [www.asl.pe.it](http://www.asl.pe.it)

### *AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA*

---

#### UOC INGEGNERIA CLINICA

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 3523

DEL 17/10/2024

OGGETTO: OGGETTO: APPROVAZIONE RDO NR. 4677908 ED AFFIDAMENTO, PER LA RIPARAZIONE EXCHANGE DELLA SONDA ECOENDOSCOPICA ESAOTE MOD.LP4-13 INSTALLATA SU ECOTOMOGRFO MYLAB EIGHT IN DOTAZIONE PRESSO LA UOC UROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, SENSI DELL'ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG: B3496197E5.

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE RDO NR. 4677908 ED AFFIDAMENTO, PER LA RIPARAZIONE EXCHANGE DELLA SONDA ECOENDOSCOPICA ESAOTE MOD.LP4-13 INSTALLATA SU ECOTOMOGRFO MYLAB EIGHT IN DOTAZIONE PRESSO LA UOC UROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, sensi dell'art.50, comma 1- lettera b) del D.Lgs. 36/2023 - CIG: B3496197E5.

Nella sede dell'Azienda A.S.L. di Pescara, il Dott. Ing. Vincenzo Lo Mele Direttore UOC Ingegneria Clinica- HTA dell'ASL di Pescara, nominato con deliberazione del Direttore Generale n.1660 del 14 novembre 2023, nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale:

**PREMESSO** che il servizio di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali è di competenza dell'U.O.C. Ingegneria Clinica – HTA (DDG n°602/2019);

**DATO ATTO** che tale Servizio in uso nelle Strutture Sanitarie e nei Presidi Ospedalieri dell'Azienda ASL di Pescara è affidato al RTI Siemens Healthcare / Facility Med / H.C. Hospital Consulting - Contratto Rep. n. 566 del 20/06/2019;

**VISTA** la richiesta di reparto nr. 2024/01492 del 12/06/2024, con la quale si esprimeva la necessità di riparare la sonda ecoendoscopica Esaote mod. LP4-13 – inv. E014685 installata su ecotomografo Mylab Eight inv. E000823;

**RITENUTA** l'opportunità da parte del DEC Ing. Dario Rinaldi di contattare il RTI Siemens Healthcare / Facility Med / H.C. Hospital Consulting, comunicando alla scrivente, previo intervento tempestivo, l'irriparabilità della sonda;

**PERVENUTA** l'offerta economica da parte del RTI Siemens Healthcare / Facility Med / H.C. Hospital Consulting relativa ad una riparazione exchange della sonda ecografica in oggetto per l'importo di €18.000,00 oltre iva;

**ATTESO** che la UOC Ingegneria Clinica ha pubblicato sulla piattaforma Mepa una RDO nr. 4677908 in data 03/10/2024, identificata quale "Trattativa Diretta", evidenziando l'operatore economico Esaote spa, nonché casa madre, per la sostituzione del trasduttore con ritiro della sonda guasta, avente base d'asta di €16.500,00 oltre iva con scadenza in data 01/10/2024;

**DATO ATTO** che in data 27/09/2024 la ditta Esaote spa faceva pervenire la propria offerta economica per un importo pari a € 15.675,00 oltre iva;

**RITENUTO** che la RDO in oggetto, identificata quale "Trattativa Diretta", ha evidenziato l'operatore economico Esaote spa, con un importo complessivo di € 15.675,00 iva esclusa, idonea per l'affidamento della procedura in parola in applicazione dell'articolo 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023;

**PRESO ATTO** che in data 03/10/2024, si è proceduto alla stipula del contratto, tramite portale Me.PA. con l'operatore economico Esaote spa per l'affidamento dell'intervento di repair exchange in oggetto per un importo complessivo di €15.675,00 iva esclusa;

**ACQUISITO** il codice CIG: B3496197E5;

---

IL DIRETTORE UOC INGEGNERIA CLINICA H.T.A

---

**VISTO** il D.lgs. 502/92;

**VISTO** il D.lgs. n. 165/01;

**VISTA** la delibera n. 705 del 28.06.2012 avente per oggetto "Approvazione del Regolamento Aziendale per la disciplina dei procedimenti di adozione delle Deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti immediatamente esecutive;

**VISTO** l'Atto Aziendale redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 bis del D. Lgs. 19 giugno 1999 n. 229 modificativo del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. approvato con delibera del Direttore Generale di questa Azienda n. 220 del 02/03/2018;

**VISTO** L'art.50, comma 1- lettera b) del D.Lgs. 36/2023;

#### DETERMINA

1. **DI CONSIDERARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. **DI PRENDERE ATTO** dell'intervento di repair exchange della sonda ecoendoscopica Esaote mod. LP4-13, inv. E014685 installata su ecotomografo Mylab Eight inv. E000823 in dotazione presso la UOC Urologia del P.O. di Pescara;
3. **DI APPROVARE** l'offerta economica della RDO nr. 4677908 del 27/09/2024 della ditta Esaote spa per un importo pari ad € 15.675,00 iva esclusa, approvato dal Direttore dell'Ingegneria Clinica HTA Ing. Vincenzo Lo Mele;
4. **DI AFFIDARE** l'intervento di repair exchange della sonda ecoendoscopica Esaote mod. LP4-13, inv. E014685, alla ditta Esaote spa - ai sensi dell'art.50, comma 1- lettera b) del D.Lgs. 36/2023, al prezzo complessivo di € 15.675,00 iva esclusa;
5. **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di € 19.123,50 IVA compresa relativa ai lavori in argomento va registrata in contabilità Economico Patrimoniale del Bilancio 2024 alla voce di conto 01.01.02.05.02 – AUT. 18/3;
6. **DI PUBBLICARE** il presente atto sul sito [www.asl.pe.it](http://www.asl.pe.it) link "Amministrazione trasparente" - settore 11 - bandi di gara e contratti- ai sensi e per gli effetti art. 37 co2, D.Lgs. n. 33/2013;
7. **DI DARE ATTO** che la documentazione completa relativa all'affidamento in argomento, i cui estremi sono citati in premessa, è custodita agli atti degli Uffici dell'Ingegneria Clinica – HTA dell'Azienda ASL di Pescara;
8. **DI CONFERIRE** al presente atto la clausola dell'immediata esecutività.

UOC INGEGNERIA CLINICA

L'Istruttore	Il Direttore
Francesca D'Orazio	Vincenzo Lo Mele
	firmato digitalmente

Voce di conto: 01.01.02.05.02 – AUT. 18/3 Anno : 2024

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 17/10/2024 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

---