



Azienda Sanitaria Locale PESCARA
U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – HTA
Via Renato Paolini, 47 – 65126 PESCARA (PE)
Tel. 085.4253109 – ingegneriaclinica@asl.pe.it
Direttore: Dott. Ing. Vincenzo Lo Mele

Mod. 01/IC
Rev. 01 del 17/10/2024
"Verbale di Accettazione e Collaudo
di Apparecchiatura Elettromedicale"

VERBALE DI COLLAUDO

ID COLLAUDO IC082/24 DATA 07/11/2024

RIF. PRATICA

PRESIDIO: PESCARA U.O. UTIC E CARDIOLOGIA
N° DETERMINA/DELIBERA: 3792 HTA del 04/11/24 N° ORDINE 20-2024-200 del 04/11/24
Ditta Fornitrice : LOGIC SRL Rif. DDT : LOGIC 4436 DEL 06/11/24
Note: _____

ID. APPARECCHIATURA/E E ACCESSORI/COMPONENTI

TIPOLOGIA	MARCA	MODELLO	NUMERO DI SERIE	CODICE AEM
SONDA ECOGRAFICA	GE HEALTHCARE	4VC-D	497483YP8	E014977
	AL SERVIZIO DI ECOGRAFO GE COD. E012854			

Note: _____

CAUSALE ACQUISIZIONE: ACQUISTO SERVICE NOLEGGIO COMODATO DONAZIONE REPAIR EXCHANGE
Durata Periodo di Garanzia: 6 mesi Data Scadenza Garanzia : 06 / 05 / 2025
Durata Service Noleggio Comodato: _____ Data Scadenza : _____ / _____ / _____
Importo complessivo della fornitura IVA INCLUSA: € 18.178,00 (corrispondente all' Ordinativo Economico ASL)

VERIFICHE VISIVE, AMMINISTRATIVE E TECNICHE

A seguito delle operazioni di collaudo tecnico-amministrative effettuate, si dichiara che la fornitura e pertanto le relative apparecchiature/strumenti/dispositivi ed eventuali accessori e/o componenti risulta/risultano:

- CONFORMITÀ BOLLA DI CONSEGNA CON ORDINATIVO ECONOMICO SI NO
- CORRISPONDENZA DEL CONTENUTO CON IL DDT SI NO
- ASSENZA DANNI ESTERNI DELL'APPARECCHIATURA E/O ACCESSORI-COMPONENTI SI NO
- CORRISPONDENZA ALL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA SI NO NON PRESENTI
- FUNZIONANTE/I ED IDONEA/E ALL'USO PREVISTO SI NO
- VERIFICA DI SICUREZZA ELETTRICA SUPERATA (CEI EN 62353) SI NO
- PRESENZA MANUALI D'USO IN LINGUA ITALIANA (depositato presso U.O. di ubicazione) SI NO NON PRESENTI
- PRESENZA CERTIFICATI CE E/O DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' SI NO
- PERSONALE SANITARIO/TECNICO ADDESTRATO E FORMATO ALL'UTILIZZO SI NO GIÀ ADDESTRATO

Note: _____

ESITO COLLAUDO

L'ESITO DEL COLLAUDO È DA RITENERSI

POSITIVO POSITIVO CON RISERVA NEGATIVO

Note: _____

Per accettazione e conferma

Il Responsabile della U.O. assegnataria o delegato

I.P. S. Riccio Stefano Prad 07/11/24
Nome e Cognome Timbro e Firma Data di convalida

Il Referente Ditta Fornitrice e/o Specialist

NESSUNO _____ / /
Nome e Cognome Firma Data di convalida

Il Referente S.I.C.E. (Servizio Ingegneria Clinica Esterno)

LUCA ARENA [Stampa Ospedale] 07/11/24
Nome e Cognome Firma Data di convalida

Il Resp. Impianto Radiologico e/o _____

L'Esperto Specialista (EQ-ER-ASL-altro)

Altra figura:

Il DEC o Assistente al DEC (Direttore Esecuzione Contratto)

Validazione definitiva esito procedura di collaudo con conferma data di inizio accettazione del bene

Il Collaudatore U.O.C. INGEGNERIA CLINICA-HTA


ASL PESCARA
Dr. Antonio VERNA
Nome e Cognome

ASL PESCARA
 UOC INGEGNERIA CLINICA-HTA
IL COLLAUDATORE
Dr. Antonio VERNA
Timbro e Firma

07/11/24
Data di convalida

- Allegati:** Scheda Collaudo SICE Rapporto Tec. Ditta Fornitrice DDT Ordinario Economico Documentazione Tecnica
 Certificati CE/Dich. Conformità Verifiche Sicurezza Elettrica _____

Note: _____

	Titolo documento	Codice	Tipologia Attività	Dettaglio attività	Data	Rev.
	Scheda di collaudo	SCH_13_COLLAUDO_01	Programmata	Profilo per tutte le descrizioni	01/04/2019	7

ENTE: ASL DI PESCARA

SEZIONE 1 - ESTREMI DELLA FORNITURA

DITTA FORNITRICE	LOGIC SRL	[] Non disponibile
OFFERTA/RDO	N° : _____ DEL: _____	[] Non disponibile
ORDINE	N° : HTA 20-2024-200 DEL: 04/11/2024	[] Non disponibile
DELIBERA/DETERMINA	N° : DETERMINA HTA 3792 DEL: 04/11/2024	[] Non disponibile
DDT	N° : LOGIC 4436 DEL: 06/11/2024	[] Non disponibile
DDT	N° : _____ DEL: _____	[] Non disponibile

IMPORTO DELLA FORNITURA: € 14.900,00 +IVA
TIT. PROPRIETA': Acquisto; Visione; Comodato service; Noleggio; REPAIR EXCHANGE
STRUTTURA: PO DI PESCARA **REPARTO:** UOC UTIC E CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA
PADIGLIONE: EST **PIANO:** 1° **STANZA:** ECOCARDIOGRAFIA 1
CDC: A09C04C00 **DESCRIZIONE CDC:** UOC UTIC E CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA - PO PESCARA

SEZIONE 2 - ELENCO APPARECCHIATURE OGGETTO DI COLLAUDO

ID	Codice Apparecchio	Descrizione	Costruttore	Modello	S/N	Inventario Ente	Prezzo
	E014977	SONDA ECOGRAFICA	GE HEALTHCARE	4VC-D	497483YP8		€ 14.900,00
			AL SERVIZIO DI ECOGRAFO GE COD. E012854, INV. ENTE 100599				

SEZIONE 3 - CONFORMITÀ DELLA FORNITURA


Verifica integrità dell'imballaggio, se KO indicare quali ID : _____ [OK] [KO] [NA] [NV]
 Verifica corrispondenza fra materiale consegnato e ordinato ([] allegata Check list riscontro) [OK] [KO] [NA]
 Verifica corrispondenza fra materiale consegnato e indicato su DDT ([] allegato DDT riscontro) [OK] [KO] [NA]
 Assenza di evidenti danni esterni sull'apparecchio; se KO indicare quali ID : _____ [OK] [KO]
 Verbale di installazione/collaudo redatto dalla ditta fornitrice in data NESSUN VERB. [OK] [KO] [NA] [] si allega [GP*]
 Dichiarazione di conformità dell'impianto di alimentazione dell'apparecchio secondo DM 37/08 [OK] [KO] [NA] [] si allega [GP*]

* Il personale dell'azienda sanitaria riferisce che tale documentazione è già in loro possesso

Note

Si tratta di una sonda ricondizionata, fornita in repair exchange, coperta da garanzia semestrale Logic/Asl Pescara
 Come risultato di quanto testè rappresentato la sonda di cui cod. E012855 andrà in automatico fuori uso a decorrere dalla predetta data.

A.T.I.
 SIEMENS - HOSPITAL CONSULTING
 Via Palumbo 12 - 66019 - PESCARA
 Tel. 085 430011 - 085 430012


	Titolo documento	Codice	Tipologia Attività	Dettaglio attività	Data	Rev.
	Scheda di collaudo	SCH_13_COLLAUDO_01	Programmata	Profilo per tutte le descrizioni	01/04/2019	7

SEZIONE 6 – ESITO COLLAUDO DI ACCETTAZIONE

ESITO CONTROLLO VISIVO

POSITIVO NEGATIVO _____

Commissione
 Data: 07.12.24
 Nome Cognome: _____
 Nome Cognome: L.P. STEFANIA Ricci
 Nome Cognome: _____
 Note: _____

Firma: 
 Firma: _____
 Firma: _____

Rappresentante del Fornitore
 Nome Cognome: NESSUNO Data: _____ Firma: _____
 Durata della garanzia (mesi): 6 Data inizio garanzia: 07.12.24 Data fine garanzia: 06.12.25
 Attività e materiali compresi durante il periodo di garanzia: [] Vizi occulti; [] Manutenzione Preventiva; [] Manutenzione su guasto
 [] Contratto full risk [] Kit Manutenzione [] Materiale di consumo [NA]
 Note: _____

ESITO VERIFICHE TECNICHE – VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA

POSITIVO NEGATIVO _____

Tecnico IIC – Nome Cognome: LUCA ARENA Data: 07.12.24

Firma: 
 Firma: _____
 Firma: _____

SIEMENS -  - A.T.I.
 Via Pasolini, 47 - 65124 PESCARA
 Tel. 085 4252763 - Fax 085 4252504

ESITO VERIFICHE TECNICHE – ALTRE VERIFICHE TECNICHE


POSITIVO NEGATIVO _____

Esperto Qualificato (EQ) – Nome Cognome: _____ Data: _____ Firma: _____ [NA]
 Esperto responsabile (ER) – Nome Cognome: _____ Data: _____ Firma: _____ [NA]
 Addetto sicurezza laser (ASL) – Nome Cognome: _____ Data: _____ Firma: _____ [NA]
 Eseguite Verifiche e Valutazioni Tecniche: _____
 Note: _____ [OK] [KO] [] si allega

ESITO VERIFICA PERSONALE UTILIZZATORE


POSITIVO NEGATIVO _____

FORMAZIONE ALL'USO
 Si dichiara di aver ricevuto il manuale d'uso e che il personale utilizzatore:
 [] E' stato formato all'uso corretto e sicuro del/dei dispositivi oggetto del presente collaudo
 [] La formazione è stata programata, in accordo fra fornitore e unità operativa, in data: _____
 [] Nella UO esistono apparecchi analoghi e quindi non necessita formazione specifica sull'apparecchio oggetto del collaudo

VERIFICA PERSONALE UTILIZZATORE
 L'UO dichiara che le prestazioni dell'apparecchio rispondono alle specifiche di utilizzo richieste.
 Responsabile UO – Nome Cognome: S. Ricci Data: 07.12.24 Timbro e Firma: 
 NB: l'apparecchiatura è da considerarsi sicura soltanto se utilizzata secondo le indicazioni fornite dal fabbricante nel manuale d'uso.

ESITO GENERALE PROCEDURA DI COLLAUDO DI ACCETTAZIONE*

POSITIVO NEGATIVO _____

Responsabile IC – Nome Cognome: ASL PESCARA Data: 07/12/24
 *L'esito assegnato è stato elaborato sulla base dei soli controlli di verifica.
 Timbro e Firma: 
 UOC INGEGNERIA CLINICA-HI:
 IL COLLAUDATORE
 Dr. Antonio VERNA



363938



4Vc-D

UDI



MD

REF 5692036

SN 497483YP8

Assembled in Japan

(01)00840682123860(11)240400(21)49

GE Healthcare Japan Corpora
7-127, Asahigaoka 4-chome,
Hino-shi, Tokyo 191-8503 Jap

2024-04



DOCUMENTO DI TRASPORTO Numero 4436 del 6/11/24
(D.d.T) D.P.R. 472 del 14 agosto 1996

Ragione Sociale Azienda U.S.L. Pescara Via Renato Paolini, 47 65124 PESCARA	Codice cliente/fornitore: 1874 PE	Luogo di consegna Azienda U.S.L. Pescara Via Renato Paolini, 47 65124 PESCARA PE
---	--------------------------------------	---

Trasporto a mezzo VETTORE	Causale del trasporto VENDITA	Inizio del trasporto 6/11/24 12:21	Vettore Fedex Express Italy S.r.l.
-------------------------------------	---	--	--

Istruzioni di consegna	Porto DAP - FRANCO	C.I.G./ C.U.P.:	Riferimenti destinatario C.a. ufficio acquisti Tel: 085-4251
-------------------------------	------------------------------	------------------------	---

Codice	Descrizione	Quantità	Saldo
534-1150 RC	Vs ordine del 6/11/2024 n. 20-2024-200 Sonda GE 4Vc-D Matrix 4D / Ricondizionato Fornitura in exchange con sonda guasta pari modello Garanzia 6 mesi Consegna ca 10gg Part number: - Serial number: 497483YP8	NR 1	SI
	9240674		

Aspetto esteriore dei beni SCATOLA - RICAMBI MEDICALI	Numero colli 1	Peso KG 3	Firma mittente	Firma vettore	Firma destinatario
---	--------------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	---------------------------

ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : 20-2024-200
DEL : 06/11/2024
DATA CONSEGNA :
DATA FINE CONSEGNA :

FORNITORE

Spett.le
(15580) LOGIC S.R.L.
P.I.: 00977960327

VIA DELL'ISTRIA ,139/1B
34100 TRIESTE, TS
Telefono : 040/823392
FAX : 040/8323734

Budget di Spesa : UAUT-2024-18/3

Conto : 0101020502 - Attrezzature generiche

Codice	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA
340513	SONDA GE 4Vc-D MATRIX 4D	NUM	1,00	14 900,00	0,00	14 900,00	22,00

CIG: B4041875F8 - DET.AFF. NR. 3792 DEL
04/11/2024 APPROVAZIONE RDO NR.
4756652 ED AFFIDAMENTO, PER LA
FORNITURA IN REPAIR EXCHANGE IN
GARANZIA DELLA SONDA GE 4Vc-D, S/N
424247YP5 PER LE ESIGENZE DELL'UOC
CARDIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA
DITTA LOGIC SRL

Cdc: C05C01C00 UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA - PO PESCARA Q.tà 1,00

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
122	22,00	14 900,00	3 278,00

TOTALE IMPONIBILE

14 900,00

TOTALE IVA

3 278,00

TOTALE ORDINE

18 178,00

Luogo consegna

LTCPE - MAGAZZINO TECNOLOGICO PESCARA
VIA R. PAOLINI, 47
PESCARA,65100



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - www.asl.pe.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

UOC INGEGNERIA CLINICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 3792

DEL 04/11/2024

OGGETTO: OGGETTO: APPROVAZIONE RDO NR. 4756652 ED AFFIDAMENTO, PER LA FORNITURA IN REPAIR EXCHANGE IN GARANZIA DELLA SONDA GE 4VC-D, S/N 424247YP5 PER LE ESIGENZE DELL'UOC CARDIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA LOGIC SRL, SENSI DELL'ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG: B4041875F8;

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE RDO NR. 4756652 ED AFFIDAMENTO, PER LA FORNITURA IN REPAIR EXCHANGE IN GARANZIA DELLA SONDA GE 4Vc-D, S/N 424247YP5 PER LE ESIGENZE DELL'UOC CARDIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA LOGIC SRL, sensi dell'art.50, comma 1- lettera b) del D.Lgs. 36/2023 - CIG: B4041875F8;

Nella sede dell'Azienda A.S.L. di Pescara, il Dott. Ing. Vincenzo Lo Mele Direttore UOC Ingegneria Clinica- HTA dell'ASL di Pescara, nominato con deliberazione del Direttore Generale n.1660 del 14 novembre 2023, nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale:

PREMESSO che il servizio di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali è di competenza dell'U.O.C. Ingegneria Clinica – HTA (DDG n°602/2019);

DATO ATTO che l'intervento in argomento non è incluso nel servizio in uso nelle Strutture Sanitarie e nei Presidi Ospedalieri dell'Azienda ASL di Pescara, affidato alla RTI Siemens Healthcare/Facility Med/H.C. Hospital Consulting - Contratto Rep. n. 566 del 20/06/2019 e pertanto di competenza diretta dell'UOC Ingegneria Clinica della ASL di Pescara;

VISTA la richiesta di reparto nr. 2024/02251 del 10/09/2024, con la quale si esprimeva la necessità di riparare la sonda GE 4Vc-D, s/n 424247YP5 in garanzia, in uso presso l'UOC Cardiologia del P.O. di Pescara;

CONSIDERATO che il DEC Ing. Dario Rinaldi ha provveduto a contattare la casa madre GE Medical Systems Italia Spa, la quale segnalava l'irriparabilità della sonda in oggetto e pertanto ha inviato un'offerta economica nr. 12380491/02 in data 02/10/2024 pari ad € 19.800,00 oltre iva, inerente la fornitura in repair exchange;

ACCERTATA l'irriparabilità della sonda in oggetto, come dichiarato dalla ditta produttrice GE Medical System Italia Spa con nota mail, la scrivente UOC ha inoltrato con numero di protocollo 0094282/24 la richiesta di apertura sinistro per danneggiamento apparecchiatura biomedicale alla UOC Affari Generali e Legali, la quale trasmette, per il competente seguito, la denuncia del sinistro alla compagnia assicurativa;

VALUTATA l'opportunità da parte dell'UOC Ingegneria Clinica nella persona del DEC Ing. Dario Rinaldi di valutare ulteriori offerte economiche, pubblicando sulla piattaforma Mepa una Rdo nr. 4756652 in data 22/10/2024, identificata quale "Trattativa Diretta", evidenziando l'operatore economico Logic srl, per la fornitura in repair exchange dello strumento in oggetto, avente base d'asta di €14.900,00 oltre iva con scadenza in data 28/10/2024;

DATO ATTO che in data 22/10/2024 la ditta Logic srl faceva pervenire la propria offerta economica inerente la fornitura in repair exchange per un importo pari a € 14.900,00 oltre iva;

RITENUTO che la Rdo in oggetto, identificata quale "Trattativa Diretta", ha evidenziato l'operatore economico Logic srl, con un importo complessivo di € 14.900,00 oltre iva, idonea per l'affidamento della procedura in parola in applicazione dell'articolo 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023;

PRESO ATTO che in data 28/10/2024, si è proceduto alla stipula del contratto, tramite portale Me.PA. con l'operatore economico Logic srl per l'affidamento della fornitura della sonda in oggetto, in repair exchange per un importo complessivo di €14.900,00 oltre iva;

ACQUISITO il codice CIG: B4041875F8;

IL DIRETTORE UOC INGEGNERIA CLINICA H.T.A

VISTO il D.lgs. 502/92 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 165/01 e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 705 del 28.06.2012 avente per oggetto "Approvazione del Regolamento Aziendale per la disciplina dei procedimenti di adozione delle Deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti immediatamente esecutive;

VISTO l'Atto Aziendale redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 bis del D. Lgs. 19 giugno 1999 n. 229 modificativo del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. approvato con delibera del Direttore Generale di questa Azienda n. 220 del 02/03/2018;

VISTO L'art.50, comma 1- lettera b) del D.Lgs. 36/2023;

DETERMINA

1. **DI CONSIDERARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. **DI PRENDERE ATTO** della fornitura in repair exchange della sonda GE 4Vc-D, s/n 424247YP5 in garanzia, in uso presso l'UOC Cardiologia del P.O. di Pescara;
3. **DI APPROVARE** l'offerta economica della Rdo nr. 4756652 del 28/10/2024 della ditta Logic srl per un importo pari ad € 14.900,00 oltre iva, approvato dal Direttore dell'Ingegneria Clinica HTA Ing. Vincenzo Lo Mele;
4. **DI AFFIDARE** la fornitura in repair exchange della sonda GE 4Vc-D, s/n 424247YP5 in garanzia - ai sensi dell'art.50, comma 1- lettera b) del D.Lgs. 36/2023, al prezzo complessivo di € 14.900,00 oltre iva;
5. **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di € 18.178,00 IVA compresa relativa ai lavori in argomento va registrata in contabilità Economico Patrimoniale del Bilancio 2024 alla voce di conto 01.01.02.05.02 – AUT, 18/3;
6. **DI PUBBLICARE** il presente atto sul sito www.asl.pe.it link "Amministrazione trasparente" - settore 11 - bandi di gara e contratti- ai sensi e per gli effetti art. 37 co2, D.Lgs. n. 33/2013;
7. **DI DARE ATTO** che la documentazione completa relativa all'affidamento in argomento, i cui estremi sono citati in premessa, è custodita agli atti degli Uffici dell'Ingegneria Clinica – HTA dell'Azienda ASL di Pescara;

8. **DI CONFERIRE** al presente atto la clausola dell'immediata esecutività.

UOC INGEGNERIA CLINICA

L'Istruttore	Il Direttore
Francesca D'Orazio	Vincenzo Lo Mele
	firmato digitalmente

Voce di conto: 01.01.02.05.02 Anno : 2024

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 04/11/2024 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.



AZIENDA U.S.L. DI PESCARA
SERVIZIO GESTIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

RICHIESTA DI RIPARAZIONE APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE

Inviare via mail a assistenzamateriali.pescara@ism-sms.it

via FAX (int):2964 (est):085-4252964

DETTAGLIO RICHIESTA (compilazione a cura del richiedente)

Data Richiesta: 10/09/2024 Numero:

Richiedente: Coletti Claudia Telefono: 2473

Presidio/Distretto: ASL PE

Reparto: CARDIOLOGIA ambulatorio ecocardio 2

Inventario N.PE/: ~~E012854~~ (Obbligatorio se presente) **E022855**

Barrare se applicabile Comodato/Leasing/Service

Apparecchiatura: ~~ECOGRAFO~~ **SONDA**

Ditta Costruttrice: GE

Modello: **4VC-D** Matricola/Seriale: **6262574P5**

SEGNALAZIONE GUASTO/INCONVENIENTE

Apparecchio completamente fermo Apparecchio parzialmente funzionante

Descrizione guasto/inconveniente

INTERFERENZA TVI

FIRMA RICHIEDENTE: COLETTI CLAUDIA

NON COMPILARE (compilazione a cura dell'ufficio ATI)

FEDERICO - 1° Intervento

Contratto ATI N° ODL: **2024/02251**

Garanzia: Ditta: **GE MEDICAL SYSTEMS** Telefono:

Comodato/Leasing/Service: Contatto: Intervento previsto il:

Convenz. non di Proprietà: Preventivo N° Data Preventivo:

Non competenza ATI: Inoltrato a: Data Inoltrato:

Commenti/Altro: (compilazione a cura dell'ufficio ATI).....

Attività amministrativa - 2024/02251/09

Manutenzione - Correttiva

Data inizio 08/11/2024 08:40

Data fine 08/11/2024 08:41

Guasto riscontrato

Descrizione intervento A seguito di autorizzazione da parte dell'UOC HTA, la Logic invia in riparazione cambio nuova sonda ricondizionata, di analoga marca e modello. s/n 497483YP8, cod. LOGIC 534-1150, alla quale imponiamo ns codice alfanumerico identificativo E014977, in garanzia semestrale a decorrere da ieri 07.11.2024. Come risultato di quanto testè rappresentato la sonda di cui cod. E012855 andrà in automatico fuori uso a decorrere dalla predetta data.

Esito: RI - Proposta di dismissione

Anagrafica apparecchio

Apparecchio E012855	Inventario ente	Matricola 424247YPS
Struttura PO Pescara		Padiglione PE EST
Reparto UOC UTIC E CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA	Stanza ECOCARDIOGRAFIA 1	Piano 1
Descrizione SONDA ECOGRAFICA		
Costruttore GE HEALTHCARE	Modello 4VC-D	

Tecnico/i

Nome	Ore lavoro	Ore viaggio	Km
Alfonso Balsamo	00:00:59		

