



Azienda Sanitaria Locale **PESCARA**
U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – HTA
Via Renato Paolini, 47 – 65126 PESCARA (PE)
Tel. 085.4253109 – ingegneriaclinica@asl.pe.it
Direttore: Dott. Ing. Vincenzo Lo Mele

Mod. 01/IC
Rev. 01 del 17/10/2024
"Verbale di Accettazione e Collaudo
di Apparecchiatura Elettromedicale"

VERBALE DI COLLAUDO

ID COLLAUDO IC083/25 DATA 28/04/2025

RIF. PRATICA

PRESIDIO: PESCARA U.O. CARDIOLOGIA E UTIC
N° DETERMINA/DELIBERA: 500 HTA del 10/02/25 N° ORDINE _____ del _____
Ditta Fornitrice : SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL Rif. DDT : 0259 E 0260 DEL 14/04/25
Note: _____

ID. APPARECCHIATURA/E E ACCESSORI/COMPONENTI

TIPOLOGIA	MARCA	MODELLO	NUMERO DI SERIE	CODICE AEM
UNITA' TRASMITTENTE DI TELEMETRIA	NIHON KOHDEN CORP.	ZM 930 PG	00273	E015299
UNITA' TRASMITTENTE DI TELEMETRIA	NIHON KOHDEN CORP.	ZM 930 PG	00271	E015300
UNITA' TRASMITTENTE DI TELEMETRIA	NIHON KOHDEN CORP.	ZM 930 PG	00259	E015368

Note: _____

CAUSALE ACQUISIZIONE: ACQUISTO SERVICE NOLEGGIO COMODATO DONAZIONE REPAIR EXCHANGE

Durata Periodo di Garanzia: 12 mesi Data Scadenza Garanzia : 27 / 04 / 2026

Durata Service Noleggio Comodato: _____ Data Scadenza : _____ / _____ / _____
mesi

Importo complessivo della fornitura IVA INCLUSA: € _____ (corrispondente all' Ordinativo Economico ASL)

VERIFICHE VISIVE, AMMINISTRATIVE E TECNICHE

A seguito delle operazioni di collaudo tecnico-amministrative effettuate, si dichiara che la fornitura e pertanto le relative apparecchiature/strumenti/dispositivi ed eventuali accessori e/o componenti risulta/risultano:

- CONFORMITÀ BOLLA DI CONSEGNA CON ORDINATIVO ECONOMICO SI NO
- CORRISPONDENZA DEL CONTENUTO CON IL DDT SI NO
- ASSENZA DANNI ESTERNI DELL'APPARECCHIATURA E/O ACCESSORI-COMPONENTI SI NO
- CORRISPONDENZA ALL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA SI NO
- FUNZIONANTE/I ED IDONEA/E ALL'USO PREVISTO SI NO
- VERIFICA DI SICUREZZA ELETTRICA SUPERATA (CEI EN 62353) SI NO
- PRESENZA MANUALI D'USO IN LINGUA ITALIANA (depositato presso U.O. di ubicazione) SI NO
- PRESENZA CERTIFICATI CE E/O DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' SI NO
- PERSONALE SANITARIO/TECNICO ADDESTRATO E FORMATO ALL'UTILIZZO SI NO

Note: _____

ESITO COLLAUDO

L'ESITO DEL COLLAUDO È DA RITENERSI

POSITIVO

POSITIVO CON RISERVA

NEGATIVO

Note: _____

Per accettazione e conferma

Il Responsabile della U.O. assegnataria o delegato

Nicola CIFARATTI
Name e Cognome

ASL PESCARA
U.O.C. di Radiologia
UFIC e Cardiologia Interventistica
Coordinatore Infermieristico
Dot. Nicola CIFARATTI

17/06/25
Data di convalida

Il Referente Ditta Fornitrice e/o Specialist

GIORGIO FERRENTINI
Name e Cognome

[Firma]
Firma

17/06/25
Data di convalida

Il Referente S.I.C.E. (Servizio Ingegneria Clinica Esterno)

MATTEO CIRRIAM
Name e Cognome

SIEMENS - H.C. OSPED. CONSULTIVO MARITARMA FM
C/O U.O. P. SCARPA
Via Paolina, 10 - 66030 PESCARA
Tel. 085 4251133 - Fax 085 4252300

17/06/2025
Data di convalida

Il Resp. Impianto Radiologico e/o _____
Name e Cognome

Firma

Data di convalida

L'Esperto Specialista (EQ-ER-ASL-altro)

Name e Cognome

Firma

Data di convalida

Altra figura:

Name e Cognome

Firma

Data di convalida

Il DEC o Assistente al DEC (Direttore Esecuzione Contratto)

Name e Cognome

Firma

Data di convalida

Validazione definitiva esito procedura di collaudo con conferma data di inizio accettazione del bene

Il Collaudatore U.O.C. INGEGNERIA CLINICA-HTA

ASL PESCARA
Antonio VERNA
Name e Cognome

ASL PESCARA
UOC INGEGNERIA CLINICA-HTA
IL COLLAUDATORE
Antonio VERNA
Firma

Data di convalida

Allegati: Scheda Collaudo SICE Rapporto Tec. Ditta Fornitrice DdT Ordinativo Economico Documentazione Tecnica Certificati CE/Dich. Conformità Verifiche Sicurezza Elettrica

Note: _____

	Titolo documento	Codice	Tipologia Attività	Dettaglio attività	Data	Rev.
	Scheda di collaudo	SCH_13_COLLAUDO_01	Programmata	Profilo per tutte le descrizioni	01/04/2019	7

ENTE: ASL DI PESCARA

SEZIONE 1 - ESTREMI DELLA FORNITURA

DITTA FORNITRICE: SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL

OFFERTA/RDO N° : _____ DEL: _____ Non disponibile
 ORDINE N° : _____ DEL: 26/03/2025 Non disponibile
 DELIBERA/DETERMINA N° : DET. DIRIG. HTA 500 DEL: 10/02/2025 Non disponibile
 DDT N° : ~~NON PRESENTE~~ 0259 DEL: 29.04.25 Non disponibile
 N° : 0260 DEL: 24.04.25 Non disponibile

IMPORTO DELLA FORNITURA: € 4.300,00 +IVA

TIT. PROPRIETA': Acquisto; Visione; Comodato service; Noleggio; REPAIR EXCHANGE

STRUTTURA: PO PESCARA REPARTO: UOC CARDIOLOGIA E UTIC CARDIOLOGIA

PADIGLIONE: PE PIANO: 1° STANZA: GUARDIOLA

CDC: A09C04C00 DESCRIZIONE CDC: UOC UTIC E CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA - PO PESCARA

SEZIONE 2 - ELENCO APPARECCHIATURE OGGETTO DI COLLAUDO

ID	Codice Apparecchio	Descrizione	Costruttore	Modello	S/N	Inventario Ente	Prezzo
	E015299	UNITA' TRASMITTENTE DI TELEMETRIA	NIHON KOHDEN CORP	ZM 930 PG	60 273		€ 2.150,00
	E015300	UNITA' TRASMITTENTE DI TELEMETRIA	NIHON KOHDEN CORP	ZM 930 PG	60 272		€ 2.150,00
	E015368	UNITA' DI TELEMETRIA	NIHON KOHDEN	ZM 930 PG	60 259		2.150,00

SEZIONE 3 - CONFORMITÀ DELLA FORNITURA

Verifica integrità dell'imballaggio, se KO indicare quali ID : _____ [OK] [KO] [NA] [NV]

Verifica corrispondenza fra materiale consegnato e ordinato (allegata Check list riscontro) [OK] [KO] [NA]

Verifica corrispondenza fra materiale consegnato e indicato su DDT (allegato DDT riscontro) [OK] [KO] [NA]

Assenza di evidenti danni esterni sull'apparecchio; se KO indicare quali ID : _____ [OK] [KO]

Verbale di installazione/collaudo redatto dalla ditta fornitrice in data 27.04.25 [OK] [KO] [NA] [] si allega [GP*]

Dichiarazione di conformità dell'impianto di alimentazione dell'apparecchio secondo DM 37/08 [OK] [KO] [NA] [] si allega [GP*]

* Il personale dell'azienda sanitaria riferisce che tale documentazione è già in loro possesso

Note IMPORTANTI

Strumenti, risultato di riparazione cambio, forniti dalla SC Forniture Ospedaliere srl di P.S. Giorgio.

Hanno sostituito nella forma e sostanza analoghi dispositivi, cod. E002120 /inventario ente 79068 e cod. E002111/ E0079059, ~~E002111~~ E002112

in automatico fuori uso a decorrere dalla data di collaudo di quelli sopra, ns rdl di rif 2024/03108, 2024/03109, 2024/02543 INI. ENTE

	Titolo documento	Codice	Tipologia Attività	Dettaglio attività	Data	Rev.
	Scheda di collaudo	SCH_13_COLLAUDO_01	Programmata	Profilo per tutte le descrizioni	01/04/2019	7

SEZIONE 4 - SCHEDA APPARECCHIO

EO15299 e EO15300 e EO15368

ID (tabella sezione 2): _____ Codice Apparecchio: _____ Key number: _____
 Configurazione: Singolo; A sistema; alimentato da altro apparecchio; A sistema; alimentato dalla rete Codice padre: _____
 Importo delibera di acquisto: *4.300,00* + IVA importo singolo apparecchio [NA]
 Anno di fabbricazione: *2015* Numero repertorio: _____ [NA]
 Effettuata Fotografia: [NA] CND: _____ [NV]

Accessori forniti con l'apparecchio:

N°	Descrizione	Quantità	Part number	S/N-Lotto
1	<i>CAVO ECG</i>	<i>3</i>	<i>BR-916</i>	
2				
3				
4				

Manuale Utente: Rev _____ Data: _____ Lingua: Italiano; _____ [OK] [KO]
 Manuale Service: Rev _____ Data: _____ Lingua: _____ [OK] [KO] [NA]

Dichiarazione di conformità: MDD 93/42; MDR 2017/745; IVDD 98/79; IVDR 2017/746; _____ si allega
 Classe di rischio apparecchiatura: _____ [NA] Certificato CE (MD/IVD): [OK] [KO] [NA] si allega
 UDI: _____ [NA]

Release Software e data: _____ [NA] Lingua interfaccia software: _____
 Indirizzo IP: _____ Gateway: _____ Server address: _____ MAC address: _____
 Fornite password specifiche: _____ [OK] [NA] [NV]

Normativa/e di riferimento: _____

Check list manutenzione preventiva: _____ [OK] [KO] [NA] si allega
 Periodicità manutenzione preventiva: _____ si allega
 Altra documentazione: _____

Installazione del bene in accordo alle prescrizioni del fabbricante: _____ [OK] [KO] [NA] [NV]
 Adeguatezza alimentazione (elettrica (TN, IT-M), idraulica, pneumatica etc): _____ [OK] [KO] [NA] [NV]
 Assenza di adattatori, prese multiple e prolunghe: _____ [OK] [KO] [NA]
 Locale in cui è stato eseguito il collaudo (se diverso dal campo stanza): _____

Allegata Lista parti di ricambio (Spare Parts): _____ [OK] [NA] [NV]

(Se diverso per ogni apparecchio, altrimenti vedi sezione 6)
 Durata della garanzia (mesi): *12* Data inizio garanzia: *17.04.25* Data fine garanzia: *16.04.26*
 Attività e materiali compresi durante il periodo di garanzia: Vizi occulti; Manutenzione Preventiva; Manutenzione su guasto
 Contratto full risk
 Kit Manutenzione _____
 Materiale di consumo _____; [NA]

SEZIONE 5 - VERIFICHE TECNICHE

Verifica di sicurezza elettrica effettuata dal Fornitore: sul luogo di installazione; fabbrica [OK] [KO] [NA] si allega
 Verifica funzionale effettuata dal Fornitore: sul luogo di installazione; fabbrica [OK] [KO] [NA] si allega
 Verifica sicurezza elettrica (eventuale PP) effettuata da HC: sul luogo di installazione; laboratorio [OK] [KO] [NA] si allega
 Codice richiesta VSE: _____ Altri controlli: _____

Note



VERBALE DI COLLAUDO

Cliente SIEMENS HEALTHCARE SRL VIA VIPITENO, 4 20128 MILANO (MI) ITALIA	Luogo di Installazione SIEMENS HEALTHCARE SRL PO PESCARA CARDIOLOGIA
Riferimenti ORDINE 4532227402 del 13/02/2025 Ddt n. 0259/2025 Del 14/04/2025	Personale istruito sul funzionamento CIFARATI

Materiale fornito

Descrizione	Codice	Matricola/Lotto
<i>Rif. Ns. Conferma Ordine 2025/0291/V del 13/02/2025, Vs. Ordine 4532227402</i>		
N. 1 TRASMETTITORE MULTIDERIVAZIONE ZM-930PG ECG X 8/RESPIREO/SPO2/FP CON CAVO	ZM-930PG	273
N. 1 TRASMETTITORE MULTIDERIVAZIONE ZM-930PG ECG X 8/RESPIREO/SPO2/FP CON CAVO	ZM-930PG	275-259
Garanzia: 12 mesi		

Sono allegati al presente verbale di collaudo: Certificati di conformità; Manuale d'uso.

La sottoscrizione del presente verbale di collaudo attesta che dalle prove eseguite e dalla ricognizione generale della funzionalità è risultato che:

La sottoscrizione del presente verbale di collaudo attesta che è stata consegnata tutta la documentazione associata al prodotto così come ufficialmente rilasciata per ogni conseguente effetto contrattuale di legge inclusa la presa in carico da parte della stazione appaltante. Con la sottoscrizione del presente documento il committente dichiara di aver preso visione delle regole di uso diligente allegate.

Infine si attesta, ai sensi dell'art. 102 DLT 50/2016, che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione

Per il fornitore (nome e firma) Ing. Giorgio Formentini Forniture Ospedaliere s.r.l. Via Galileo Galilei, 33 PORTO SAN GIORGIO (EM) Tel. 0734.673043 - Fax 0734.672604 cod. fisc. e part. IVA: 02026770443	Per il cliente (nome e firma) ASL PESCARA U.O.C. di Cardiologia U.O.C. di Cardiologia Interventistica Coordinatore Infermieristico Dott. Nicola CIFARATI 14/04/2025
---	--

PESCARA



VERBALE DI COLLAUDO

Cliente SIEMENS HEALTHCARE SRL VIA VIPITENO, 4 20128 MILANO (MI) ITALIA	Luogo di Installazione SIEMENS HEALTHCARE SRL OSPEDALE DI PESCARA
Riferimenti ORDINE 4532227329 del 13/02/2025 Ddt n. 0260/2025 Del 14/04/2025	Personale istruito sul funzionamento CIFARAZI

Materiale fornito

Descrizione	Codice	Matricola/Lotto
Rif. Ns. Conferma Ordine 2025/0292/V del 13/02/2025, Vs. Ordine 4532227329		
N. 1 TRASMETTITORE MULTIDERIVAZIONE ZM-930PG ECG X 8/RESPIREO/SPO2/FP CON CAVO	ZM-930PG	271
Garanzia: 12 mesi		

Sono allegati al presente verbale di collaudo: Certificati di conformità; Manuale d'uso.

La sottoscrizione del presente verbale di collaudo attesta che dalle prove eseguite e dalla ricognizione generale della funzionalità è risultato che:

La sottoscrizione del presente verbale di collaudo attesta che è stata consegnata tutta la documentazione associata al prodotto così come ufficialmente rilasciata per ogni conseguente effetto contrattuale di legge inclusa la presa in carico da parte della stazione appaltante. Con la sottoscrizione del presente documento il committente dichiara di aver preso visione delle regole di uso diligente allegate.

Infine si attesta, ai sensi dell'art. 102 DLT 50/2016, che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione

Per il fornitore (nome e firma) Ing. Giorgio Formentini Via Galileo Galilei, 33 PORTO SAN GIORGIO (FM) Tel. 0734.873043 - Fax 0734.872864 cod. fisc. e part. IVA: 02026770443	Per il cliente (nome e firma) ASI PESCARA U.C. di Cardiologia UTIC e Cardiologia Interventistica Coordinatore Infermieristico Dott. Nicola CIFARAZI
Verbale redatto a : PESCARA	Il : 17/04/2025



SC FORNITURE OSPEDALIERE S.R.L.
 Via Galileo Galilei, 33 - 63822 Porto San Giorgio (FM)
 Tel. 0734 673043 - Fax. 0734 672604
 Codice fiscale e Partita Iva 02025770443- REA: FM 191721
 www.scfornitureospedaliere.it - info@scfornitureospedaliere.it



DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.P.R. 472 del 14/8/96)

Vs. riferimento

4532227402 del 13/02/2025

Spett.le

SIEMENS HEALTHCARE SRL
VIA VIPITENO, 4
20128 MILANO (MI) Italia

Cod. Cli.	Partita IVA	Codice fiscale	Riferimento Telefonici	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
C334	IT12268050155	04785851009		0259/2025	14/04/2025	1 Di 1

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	S/P
Rif. Ns. Conferma Ordine 2025/0291/V del 13/02/2025, Vs. Ordine 4532227402 - Saldo Ordine				
ZM-930PG	TRASMETTITORE MULTIDERIVAZIONE ZM-930PG ECG X 8/RESPIREO/SPO2/FP CON CAVO Lotto S/N: 273 → TEL 20 CARDIO CANALE A83C	Pz	1,00	S
ZM-930PG	TRASMETTITORE MULTIDERIVAZIONE ZM-930PG ECG X 8/RESPIREO/SPO2/FP CON CAVO Lotto S/N: 275 258 → TEL 21 CARDIO CANALE A84C	Pz	1,00	S

N. Colli	Peso	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto	Ora del trasporto
2		Spedizione Ordini	CARTONI	14/04/2025	
Trasporto a cura di MITTENTE		Incaricato del trasporto FORICENTIM	Porto PORTO FRANCO		
Destinazione della merce					

SIEMENS HEALTHCARE SRL
 LABORATORIO ATI C/O OSPEDALE S.SPIRITO
 VIA PAOLINI, 45
 65124 Pescara (PE) Italia


FIRMA del
 conducente/vettore

FIRMA del
 destinatario

ASL Pescara
 U.O. di Cardiologia
 UTIC e Laboratorio Interventistica
 Coordinatore Infermieristico
 Dott. Nicola CIFARATTI



SC FORNITURE OSPEDALIERE S.R.L.
 Via Galileo Galilei, 33 - 63822 Porto San Giorgio (FM)
 Tel. 0734 673043 - Fax. 0734 672604
 Codice fiscale e Partita Iva 02025770443- REA: FM 191721
 www.scfornitureospedaliere.it - info@scfornitureospedaliere.it



DOCUMENTO DI TRASPORTO
 (D.P.R. 472 del 14/8/96)

Vs. riferimento
 4532227329 del 13/02/2025

Spett.le
SIEMENS HEALTHCARE SRL
VIA VIPITENO, 4
20128 MILANO (MI) Italia

Cod. Cli.	Partita IVA	Codice fiscale	Riferimento Telefonici	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
C334	IT12268050155	04785851009		0260/2025	14/04/2025	1 Di 1

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	S/P
ZM-930PG	Rif. Ns. Conferma Ordine 2025/0292/V del 13/02/2025, Vs. Ordine 4532227329 - Saldo Ordine TRASMETTITORE MULTIDERIVAZIONE ZM-930PG ECG X 8/RESPIREO/SPO2/FP CON CAVO Lotto S/N: 271	Pz	1,00	S

CARDIOLOGIA
 TEL. 33
 CANALE ABSC

N. Colli	Peso	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto	Ora del trasporto
1		Spedizione Ordini	CARTONI	14/04/2025	
Trasporto a cura di MITTENTE		Incaricato del trasporto FORNITURI		Porto PORTO FRANCO	
Destinazione della merce					
SIEMENS HEALTHCARE SRL LABORATORIO ATI C/O OSPEDALE S.SPIRITO VIA PAOLINI, 45 65124 Pescara (PE) Italia					

ASL PESCARA
 U.O.C. di Cardiologia
 UTIC e Cardiologia Interventistica
 Coordinatore Infermieristico
 Dott. Nicola CIFARATTI

FIRMA del conducente/vettore _____

FIRMA del destinatario _____



RAPPORTO TECNICO

Ordine di Lavoro
24/1492

Del
12/12/2024

Nr. RT/14319

CLIENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	STRUMENTO TRASMETTITORE MULTIDERIVAZIONE ECG X 8/RESPIREO/SPO2/FP CON CAVO
OSPEDALE P: OSPEDALE SANTO SPIRITO, Pescara (PE), VIA FONTE ROMANA, 8	MATRICOLA 292
REPARTO UTIC	INVENTARIO
RIFERIMENTO CLIENTE 2024/03108	DATA RIFERIMENTO CLIENTE/...../.....

TECNICO ASSEGNATARIO
Simone Ancona

TIPO INTERVENTO

FUORI GARANZIA GARANZIA CONTRATTO FULL RISK TOTALE CONTRATTO FULL RISK ESCLUSI RICAMBI MANUTENZIONE PREVENTIVA MANUTENZIONE CORRETTIVA INSTALLAZIONE E COLLAUDO CORSI LAVORAZIONI INTERNE CONTRATTO SERVIZI CAT

DESCRIZIONE

CASE ROTTO E INFILTRATO - RICHIEDE PREVENTIVO

GUASTO RISCONTRATO

/

RICERCA GUASTO

IN DATA 11/04/2025 ESEGUITA INSTALLAZIONE
E COLLAUDO CON ESITO POSITIVO (NUOVA TELEMETRIA)
ESEGUITA FORMAZIONE CON ESITO OK

LAVORO ESEGUITO

INVENTARIAMENTO ESEGUITO IN DATA 11/04/25.

VERIFICA FUNZIONALE

VERIFICA FUNZIONAMENTO OK

Codice	Descrizione	Seriale	Q.tà	ORE LAVORO IN LABORATORIO	ORE LAVORO DAL CLIENTE	ORE VIAGGIO	CAT
				0,5	0,5	/	/

TECNICO FIRMA <i>TARMENTI</i>	DATA 11/04/2025	CLIENTE FIRMA E TIMBRO CASA DI SCARA U.O.C. Cardiologia UTIC e Cardiologia Interventistica Coordinatore Infermieristico Dott. Nicola CIENRATI
---	---------------------------	--



RAPPORTO TECNICO

Ordine di Lavoro
24/1218

Del
04/11/2024

Nr. RT/14013

CLIENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	STRUMENTO TRASMETTITORE MULTIDERIVAZIONE ZM-930PG ECG X 8/RESPIREO/SPO2/FP
OSPEDALE P: OSPEDALE SANTO SPIRITO, Pescara (PE), VIA FONTE ROMANA, 8	MATRICOLA 281
REPARTO DA INDICARE	INVENTARIO
RIFERIMENTO CLIENTE 2024/02543	DATA RIFERIMENTO CLIENTE 30/10/2024

TECNICO ASSEGNATARIO
Simone Ancona

TIPO INTERVENTO

FUORI GARANZIA GARANZIA CONTRATTO FULL RISK TOTALE CONTRATTO FULL RISK ESCLUSI RICAMBI MANUTENZIONE PREVENTIVA MANUTENZIONE CORRETTIVA INSTALLAZIONE E COLLAUDO CORSI LAVORAZIONI INTERNE CONTRATTO SERVIZI CAT

DESCRIZIONE

CAVO ANTENNA ROTTO

GUASTO RICONTRATO ✓

RICERCA GUASTO IN DATA 11/06/2025 ESEGUITA INSTALLAZIONE E COLLAUDO CON ESITO POSITIVO (NUOVA TELEMETRIA) ESEGUITA FORDIZIONE CON ESITO OK

LAVORO ESEGUITO INVENTARIAMENTO ESEGUITO IN DATA 11/06/25
SI RICONSEGNA TELEMETRIA NON RIPARABILE MATRICOLA 281; SI CONSEGNA NUOVA TELEMETRIA

VERIFICA FUNZIONALE VERIFICA FUNZIONAMENTO OK

Codice	Descrizione	Seriale	Q.tà	ORE LAVORO IN LABORATORIO	ORE LAVORO DAL CLIENTE	ORE VIAGGIO	CAT
				2,5		1,5	

TECNICO FORNENTINI	DATA 11/06/2025	CLIENTE FIRMA E TIMBRO	ASL PESCARA U.O.C. di Cardiologia UTIC e Cardiológico Hospitalaria Coordinatore Infermieristico Dott. Nicola CEFARATTI
------------------------------	---------------------------	----------------------------------	---



RAPPORTO TECNICO

Ordine di Lavoro
24/1491

Del
12/12/2024

Nr. RT/14318

CLIENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL	STRUMENTO TRASMETTITORE ZM-930PG MULTIDER ECG X 8/RESPIREO/SPO2/FP C/CAVO
OSPEDALE LABORATORIO ATI C/O OSPEDALE S.SPIRITO, Pescara (PE), VIA PAOLINI, 45	MATRICOLA 283
REPARTO CARDIOLOGIA	INVENTARIO 15668
RIFERIMENTO CLIENTE 2024/03109	DATA RIFERIMENTO CLIENTE 11/12/2024
TECNICO ASSEGNATARIO Simone Ancona	

TIPO INTERVENTO

FUORI GARANZIA
 GARANZIA
 CONTRATTO FULL RISK TOTALE
 CONTRATTO FULL RISK ESCLUSI RICAMBI
 MANUTENZIONE PREVENTIVA
 MANUTENZIONE CORRETTIVA
 INSTALLAZIONE E COLLAUDO
 CORSI
 LAVORAZIONI INTERNE
 CONTRATTO SERVIZI
 CAT

DESCRIZIONE

CASE ROTTO E INFILTRATO - RICHIEDE PREVENTIVO

GUASTO RISCOTRATO

RICERCA GUASTO

IN DATA 17/12/2025 ESEGUITA INSTALLAZIONE E COLLAUDO CON ESITO POSITIVO (NUOVA TELEMETRIA) ESEGUITA FORMAZIONE CON ESITO OK

LAVORO ESEGUITO

INVENTARIAMENTO ESEGUITO IN DATA 11/12/2025.

VERIFICA FUNZIONALE

VERIFICA FUNZIONAMENTO OK

Codice	Descrizione	Seriale	Q.tà	ORE LAVORO IN LABORATORIO	ORE LAVORO DAL CLIENTE	ORE VIAGGIO	CAT
				0,5	1	/	/

TECNICO FORSENTINI	DATA 17/12/2025	CLIENTE ASI PESCARA U.O. di Cardiologia UTIC e Cardiologia Interventistica Coordinatore Infermieristico Dott. Nicola STAFFI
FIRMA 		FIRMA E TIMBRO



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - www.asl.pe.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

UOC INGEGNERIA CLINICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 500

DEL 10/02/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE RDO NR. 5013613 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI DICEMBRE 2024 - AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023; – CIG: B54B56D2CB;

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE RDO NR. 5013613 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI DICEMBRE 2024 - ai sensi dell'art.50, comma 1- lettera b) del D.Lgs. 36/2023; – CIG: B54B56D2CB;

Nella sede dell'Azienda A.S.L. di Pescara, il Dott. Ing. Vincenzo Lo Mele Direttore UOC Ingegneria Clinica- HTA dell'ASL di Pescara, nominato con deliberazione del Direttore Generale n.1660 del 14 novembre 2023, nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale:

PREMESSO che il servizio di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali è di competenza dell'U.O.C. Ingegneria Clinica – HTA;

DATO ATTO che tale Servizio in uso nelle Strutture Sanitarie e nei Presidi Ospedalieri dell'Azienda ASL di Pescara è affidato al RTI Siemens Healthcare / Facility Med / H.C. Hospital Consulting - Contratto Rep. n. 566 del 20/06/2019;

VISTO che al par. 3.3 del Capitolato Tecnico è previsto che “qualora vengano riscontrati danni alle apparecchiature per furti, incendi, atti vandalici o accidentali non dipendenti dalle attività di manutenzione della ditta aggiudicataria o per uso improprio, la ditta stessa dovrà segnalarli tempestivamente al Referente Tecnico dell'Azienda Sanitaria contraente e in questo caso l'onere relativo alla riparazione sarà a carico di quest'ultima”;

RITENUTO necessario ed urgente intervenire alle diverse richieste di intervento rientranti nelle fattispecie di cui al par. 3.3 e dunque non ricomprese nel canone del contratto, il Direttore U.O.C. Ingegneria Clinica-HTA Ing. Vincenzo Lo Mele, vista l'istruttoria attestata dal D.E.C. ha autorizzato le attività straordinarie di riparazione alla RTI Siemens Healthcare / Facility Med / H.C. Hospital Consulting;

VISTO il consuntivo presentato in data 10/01/2025 dal Responsabile di Commessa del Contratto Ing. Giovanni Sarnicola per gli interventi relativi al mese di dicembre 2024 per un importo di €20.600,00 oltre iva di cui autorizzato per l'importo di €20.000,00 oltre iva approvato dal Direttore dell'Ingegneria Clinica HTA Ing. Vincenzo Lo Mele in data 13/01/2025;

PRECISANDO che le attività di cui ai punti n.n.r.r. 1, 3 e 8 riguardano attività di nuova fornitura, i punti n.n.r.r. 2 e 6 riguardano le attività di repair exchange relativo a telemetria kodhen inv. E002112

E inv. E002120-E002121, mentre le attività n.n.r.r. 4, 5 e 7 riguardano le riparazioni di strumenti elettromedicali;

ATTESO che il suddetto consuntivo è stato adottato quale documento di indizione di apposita procedura telematica Me.PA., valida quale indagine di mercato con base d'asta di € 20.000,00 oltre iva, per l'affidamento delle attività di manutenzione straordinaria delle apparecchiature elettromedicali relativo al mese di dicembre 2024;

ATTESO che l'UOC Ingegneria Clinica ha pubblicato sulla piattaforma Mepa una RDO nr.5013613 in data 17/01/2025, quale Trattativa Diretta con l'Operatore Economico RTI Siemens Healthcare/Facility Med/H.C. Hospital Consulting, avente base d'asta di €20.000,00 oltre iva;

DATO ATTO che in data 17/01/2025 la RTI Siemens Healthcare/Facility Med/H.C. Hospital Consulting faceva pervenire la propria offerta economica per un importo pari a € 20.000,00 oltre iva;

RITENUTO che la Rdo in oggetto, identificata quale “Trattativa Diretta”, ha evidenziato l’operatore economico RTI Siemens Healthcare/Facility Med/H.C. Hospital Consulting, con un importo complessivo di € 20.000,00 oltre iva, idonea per l’affidamento della procedura in parola in applicazione dell’articolo 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023;

PRESO ATTO che si è proceduto alla stipula del contratto in data 22/01/2025, tramite portale Me.PA. con l’operatore economico RTI Siemens Healthcare/Facility Med/H.C. Hospital Consulting per l’affidamento degli interventi in oggetto per un importo complessivo di €20.000,00 oltre iva;

PRESO ATTO che la RTI affidataria provvederà ad emettere quanto previsto dalla L.136/2010 circa l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, contemporaneamente all’accettazione dell’affidamento trasmesso;

ACQUISITO il codice CIG: B54B56D2CB;

IL DIRETTORE UOC INGEGNERIA CLINICA H.T.A

VISTO ai sensi dell’art.50, comma 1- lettera b) del D.Lgs. 36/2023;

VISTA la delibera n. 705 del 28.06.2012 avente per oggetto “Approvazione del Regolamento Aziendale per la disciplina dei procedimenti di adozione delle Deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti immediatamente esecutive;

VISTO l’Atto Aziendale redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 1 bis del D. Lgs. 19 giugno 1999 n. 229 modificativo del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. approvato con delibera del Direttore Generale di questa Azienda n. 220 del 02/03/2018;

VISTO il Regolamento interno per l’esecuzione dei lavori in economia approvato con Delibera n. 1366 del 22.12.2010;

VISTO il Contratto Rep. n. 566 del 20/06/2019 (RTI Siemens Healthcare / Facility Med / H.C. Hospital Consulting);

DETERMINA

- 1. DI CONSIDERARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2. DI PRENDERE ATTO** della necessità di eseguire la manutenzione straordinaria sulle apparecchiature elettromedicali della ASL di Pescara relativa al mese di novembre 2024;
- 3. DI APPROVARE** l’offerta economica della RDO nr. 5013613 del 17/01/2025 della RTI Siemens Healthcare/Facility Med/H.C. Hospital Consulting, per un importo pari ad €20.000,00 oltre iva, approvato dal Direttore dell’Ingegneria Clinica HTA Ing. Vincenzo Lo Mele;

4. **DI AFFIDARE** l'intervento al RTI Siemens Healthcare/Facility Med/H.C. Hospital Consulting per l'importo pari ad €20.000,00 oltre iva, ai sensi dell'art.50 comma 1- lettera b) del D.Lgs. 36/2023;
5. **DI DARE ATTO** che l'importo di €24.400,00 IVA inclusa da registrare in contabilità Economico Patrimoniale del Bilancio anno 2025 è così suddiviso:
 - € 13.359,00 iva inclusa per le attività di riparazioni degli strumenti elettromedicali è imputabile alla voce di conto 07.03.03.01.01.01;
 - € 11.041,00 iva inclusa per le attività di Repair Exchange del mese di dicembre 2024 degli strumenti Telemetria Kohden inv. E002112, inv. E002120-E002121 e nuove forniture sono imputabili alla voce di conto 01.01.02.05.02 – Aut.18/3;
6. **DI PUBBLICARE** il presente atto sul sito www.asl.pe.it link "Amministrazione trasparente" - settore 11 - bandi di gara e contratti- ai sensi e per gli effetti art. 37 co2, D.Lgs.nr.33/2013;
7. **DI DARE ATTO** che la documentazione completa relativa all'affidamento in argomento, i cui estremi sono citati in premessa, è custodita agli atti degli Uffici dell'Ingegneria Clinica – HTA dell'Azienda ASL di Pescara;
8. **DI CONFERIRE** al presente atto la clausola dell'immediata esecutività

UOC INGEGNERIA CLINICA

L'Istruttore	Il Direttore
Francesca D'Orazio	Vincenzo Lo Mele
	firmato digitalmente

Voce di conto: 07.03.03.01.01.01; 01.01.02.05.02 Anno : 2025

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 10/02/2025 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
