



Azienda Sanitaria Locale PESCARA
U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – HTA
Via Renato Paolini, 47 – 65126 PESCARA (PE)
Tel. 085.4253109 – ingegneriaclinica@asl.pe.it
Direttore: Dott. Ing. Vincenzo Lo Mele

Mod. 01/IC
Rev. 01 del 17/10/2024
"Verbale di Accettazione e Collaudo
di Apparecchiatura Elettromedicale"

VERBALE DI COLLAUDO

ID COLLAUDO IC089/24 DATA 27/11/2024

RIF. PRATICA

PRESIDIO: PESCARA u.o. C. MEDICINA NUCLEARE
N° DETERMINA/DELIBERA: 218 del 07/02/24 N° ORDINE 20-2024-31 del 29/02/24
20-2024-32 del 29/02/24
Ditta Fornitrice : SIEMENS HEALTHCARE SRL Rif. DDT : 410792505970 del 06/06/24
410161300921 del 15/06/24
Note: CONSEGNA EFFETTUATA TRAMITE BOLLA DI VIAGGIO (BOMI GROUP)N. 24200005391 DEL 30/09/24
ED ACCETTATA IL 02/10/2024

ID. APPARECCHIATURA/E E ACCESSORI/COMPONENTI

| TIPOLOGIA | MARCA | MODELLO | NUMERO DI SERIE | CODICE AEM |
|---|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| SISTEMA TAC GAMMA CAMERA INTEGRATO | SIEMENS HEALTHCARE | SYMBIA INTEVO BOLD | 1703#1058788358 | E015041 |
| VEDASI ELENCO COMPONENTI/ACCESSORI RIPORTATE NELLA SCHEDA DI COLLAUDO SICE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE VERBALE DI COLLAUDO | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Note: _____

CAUSALE ACQUISIZIONE: ACQUISTO SERVICE NOLEGGIO COMODATO DONAZIONE _____
Durata Periodo di Garanzia: 12 mesi Data Scadenza Garanzia : 26 / 11 / 2025
Durata Service Noleggio Comodato: _____ mesi Data Scadenza : _____ / _____ / _____
Importo complessivo della fornitura IVA INCLUSA: € 733.120,50 (corrispondente all' Ordinativo Economico ASL)

VERIFICHE VISIVE, AMMINISTRATIVE E TECNICHE

A seguito delle operazioni di collaudo tecnico-amministrative effettuate, si dichiara che la fornitura e pertanto le relative apparecchiature/strumenti/dispositivi ed eventuali accessori e/o componenti risulta/risultano:

- CONFORMITÀ BOLLA DI CONSEGNA CON ORDINATIVO ECONOMICO SI NO
- CORRISPONDENZA DEL CONTENUTO CON IL DDT SI NO
- ASSENZA DANNI ESTERNI DELL'APPARECCHIATURA E/O ACCESSORI-COMPONENTI SI NO
- CORRISPONDENZA ALL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA SI NO
- FUNZIONANTE/I ED IDONEA/E ALL'USO PREVISTO SI NO
- VERIFICA DI SICUREZZA ELETTRICA SUPERATA (CEI EN 62353) SI NO
- PRESENZA MANUALI D'USO IN LINGUA ITALIANA (depositato presso U.O. di ubicazione) SI NO
- PRESENZA CERTIFICATI CE E/O DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' SI NO
- PERSONALE SANITARIO/TECNICO ADDESTRATO E FORMATO ALL'UTILIZZO SI NO

Note:

ESITO COLLAUDO

L'ESITO DEL COLLAUDO È DA RITENERSI

- POSITIVO POSITIVO CON RISERVA NEGATIVO

Note:

Per accettazione e conferma

Il Responsabile della U.O. assegnataria o delegato

Dr. ANGELO DI NICOLA 27/11/2024
Nome e Cognome Titolo e Firma Data di convalida
Cod. 2001

Il Referente Ditta Fornitrice e/o Specialist

ING. FERUSCIO R. 27/11/2024
Nome e Cognome Firma Data di convalida

Il Referente S.I.C.E. (Servizio Ingegneria Clinica Esterno)

ING. S. SARACOLA 27/11/2024
Nome e Cognome Firma Data di convalida

Il Resp. Impianto Radiologico e/o

Dr. DI EGIDIO U. 27/11/2024
Nome e Cognome Firma Data di convalida

L'Esperto Specialista (EQ-ER-ASL-altro)

ESPERTO RADIOPROTEZIONE DR. SARA DE NOVELLIS 27/11/2024
Nome e Cognome Titolo e Firma Data di convalida
ASL DI PESCARA Esperto di Radioprotezione Il grado n° 783

Altra figura:

SPECIALISTA FISICA MEDICA PIERA TURANO 27/11/2024
Nome e Cognome Titolo e Firma Data di convalida
ASL PESCARA U.O. S.D. FISICA SANITARIA Specialista in FISICA MEDICA

IL RUP
 IL DEC. **ASL HTA**
 Dr. ING. **LA MELE**

VINCENZO LA MELE 27/11/24
Nome e Cognome Firma Data di convalida

Validazione definitiva esito procedura di collaudo con conferma data di inizio accettazione del bene


Il Collaudatore U.O.C. INGEGNERIA CLINICA-HTA

DI LANZO CLAUDIA 27/11/2024
Nome e Cognome Titolo e Firma Data di convalida
ASL PESCARA UOC INGEGNERIA CLINICA-HTA IL COLLAUDATORE Ing. Claudia DI LANZO

Allegati: Scheda Collaudo SICE Rapporto Tec. Ditta Fornitrice DDT Ordinario Economico Documentazione Tecnica

Certificati CE/Dich. Conformità Verifiche Sicurezza Elettrica

Note:

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|------------|------|
|  | Titolo documento | Codice | Tipologia Attività | Dettaglio attività | Data | Rev. |
| | Scheda di collaudo | SCH_13_COLLAUDO_01 | Programmata | Profilo per tutte le descrizioni | 01/04/2019 | 7 |

ENTE: ASL PESCARA

SEZIONE 1 - ESTREMI DELLA FORNITURA

| | | | |
|---------------------------|--------------------|---|--|
| DITTA FORNITRICE | SIEMENS HEALTHCARE | | <input type="checkbox"/> Non disponibile |
| OFFERTA/RDO | N° | : | <input type="checkbox"/> Non disponibile |
| ORDINE | N° | : 20-2024-31 7038561/20-2024-32 7045718 | <input type="checkbox"/> Non disponibile |
| DELIBERA/DETERMINA | N° | : 218 | <input type="checkbox"/> Non disponibile |
| DDT | N° | : | <input type="checkbox"/> Non disponibile |
| | N° | : | <input type="checkbox"/> Non disponibile |

DEL: _____
 DEL: 29/02/2024
 DEL: 07/02/2024
 DEL: _____
 DEL: _____

IMPORTO DELLA FORNITURA: _____ +IVA

TIT. PROPRIETA': Acquisto; Visione; Comodato service; Noleggio; _____

STRUTTURA: PO PESCARA **REPARTO:** UOC MEDICINA NUCLEARE

PADIGLIONE: POLIAMBULATORI **PIANO:** -1 **STANZA:** GAMMA CAMERA SIEMENS -4-

CDC: _____ **DESCRIZIONE CDC:** A08C06 - UOC MEDICINA NUCLEARE - PO PESCARA

SEZIONE 2 - ELENCO APPARECCHIATURE OGGETTO DI COLLAUDO

| ID | Codice Apparecchio | Descrizione | Costruttore | Modello | S/N | Inventario Ente | Prezzo |
|----|--------------------|---|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|
| | E015041 | SISTEMA TAC GAMMA CAMERA INTEGRATO | SIEMENS HEALTHCARE | SYMBIA INTEVO BOLD | 1703#1058788358 | | € 539.000,00 |
| L | SW | Quantificazione attività per alimento tre isotopi | SIEMENS HEALTHCARE | software broad quantification | | | € 70.000,00 |
| | E015042 | TAVOLO PER PAZIENTE PER APPARECCHIO RAD. | SIEMENS HEALTHCARE | TAVOLO | | | |
| | E015043 | GRUPPO CONTINUITA | EATON | 9PX6000i | 4203P20059 | | € 12.210,00 |
| | E015044 | WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMM. | FUJITSU | CELSIUS | EICA021343#ICS TOWER 13M#2882 | | |
| | E015045 | WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMM. | HEWLETT PACKARD | Z4 | MXL3023FKC# RICOSTUTTRORE | | |
| | E015046 | WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMM. | FUJITSU | CELSIUS | EICA022776#ICS TOWER 13P#2412 | | |
| | E015047 | GRUPPO CONTINUITA | EATON | 9PX2200i | A44C01P49 | | |
| | E015048 | MONITR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | SHENYANG | DSC1913-D | 233111#1058603315 | | |

SEZIONE 3 - CONFORMITÀ DELLA FORNITURA

Verifica integrità dell'imballaggio, se KO indicare quali ID : _____ [OK] [KO] [NA] [NV]

Verifica corrispondenza fra materiale consegnato e ordinato (allegata Check list riscontro) [OK] [KO] [NA]

Verifica corrispondenza fra materiale consegnato e indicato su DDT (allegato DDT riscontro) [OK] [KO] [NA]

Assenza di evidenti danni esterni sull'apparecchio; se KO indicare quali ID : _____ [OK] [KO]


Verbale di installazione/collaudo redatto dalla ditta fornitrice in data 27/11/2024 [OK] [KO] [NA] si allega [GP*]

Dichiarazione di conformità dell'impianto di alimentazione dell'apparecchio secondo DM 37/08 [OK] [KO] [NA] si allega [GP*]

* Il personale dell'azienda sanitaria riferisce che tale documentazione è già in loro possesso

Note

| |
|-------------------|
| <hr/> <hr/> <hr/> |
|-------------------|

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|------------|------|
|  | Titolo documento | Codice | Tipologia Attività | Dettaglio attività | Data | Rev. |
| | Scheda di collaudo | SCH_13_COLLAUDO_01 | Programmata | Profilo per tutte le descrizioni | 01/04/2019 | 7 |

ENTE: ASL PESCARA

SEZIONE 1 - ESTREMI DELLA FORNITURA

| | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|---|---------------------------------------|-------------|------------|---------------------|
| DITTA FORNITRICE | SIEMENS HEALTHCARE | | | | | [] Non disponibile |
| OFFERTA/RDO | N° | : | | DEL: | | [] Non disponibile |
| ORDINE | N° | : | 20-2024-31 7038561/20-2024-32 7045718 | DEL: | 29/02/2024 | [] Non disponibile |
| DELIBERA/DETERMINA | N° | : | 218 | DEL: | 07/02/2024 | [] Non disponibile |
| DDT | N° | : | | DEL: | | [] Non disponibile |
| | N° | : | | DEL: | | [] Non disponibile |

IMPORTO DELLA FORNITURA: _____ +IVA

TIT. PROPRIETA': Acquisto; Visione; Comodato service; Noleggio; _____

STRUTTURA: PO PESCARA **REPARTO:** UOC MEDICINA NUCLEARE

PADIGLIONE: POLIAMBULATORI **PIANO:** -1 **STANZA:** GAMMA CAMERA SIEMENS -4-

CDC: _____ **DESCRIZIONE CDC:** A08C06 - UOC MEDICINA NUCLEARE - PO PESCARA

SEZIONE 2 - ELENCO APPARECCHIATURE OGGETTO DI COLLAUDO

| ID | Codice Apparecchio | Descrizione | Costruttore | Modello | S/N | Inventario Ente | Prezzo |
|----|--------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------|--------|
| | E015049 | MONITOR VIDEOSORVEGLIANZA | EIZO | DURAVISION FDF 2304W | 45665043 | | |
| | E015050 | TELECAMERA | DAHUA | HOME IP AI 5MP | NN | | |
| | E015051 | MONITR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | EIZO | SR170T | 10000004603 | | |
| | E015052 | WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMM. | HP | Z2 | CZC24693V3 | | |
| | E015053 | GRUPPO CONTINUITA | EATON | 5P1550I | G113P13027 | | |
| | E015054 | MONITR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | EIZO | MX232W | 36448013 | | |
| | E015055 | MONITR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | EIZO | MX232W | 36422013 | | |
| | E015056 | WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMM. | HP | Z2 | CZC24693V5 | | |
| | E015057 | MONITR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | EIZO | MX232W | 36462013 | | |


SEZIONE 3 - CONFORMITÀ DELLA FORNITURA

| | |
|--|------------------------------------|
| Verifica integrità dell'imballaggio, se KO indicare quali ID : _____ | [OK] [KO] [NA] [NV] |
| Verifica corrispondenza fra materiale consegnato e ordinato (<input checked="" type="checkbox"/> allegata Check list riscontro) | [OK] [KO] [NA] |
| Verifica corrispondenza fra materiale consegnato e indicato su DDT (<input checked="" type="checkbox"/> allegato DDT riscontro) | [OK] [KO] [NA] |
| Assenza di evidenti danni esterni sull'apparecchio; se KO indicare quali ID : _____ | [OK] [KO] |
| Verbale di installazione/collaudo redatto dalla ditta fornitrice in data <u>27/11/2024</u> | [OK] [KO] [NA] [] si allega [GP*] |
| Dichiarazione di conformità dell'impianto di alimentazione dell'apparecchio secondo DM 37/08 | [OK] [KO] [NA] [] si allega [GP*] |

* Il personale dell'azienda sanitaria riferisce che tale documentazione è già in loro possesso

Note

| |
|-------------------|
| <hr/> <hr/> <hr/> |
|-------------------|

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|------------|------|
|  | Titolo documento | Codice | Tipologia Attività | Dettaglio attività | Data | Rev. |
| | Scheda di collaudo | SCH_13_COLLAUDO_01 | Programmata | Profilo per tutte le descrizioni | 01/04/2019 | 7 |

ENTE: ASL PESCARA

SEZIONE 1 - ESTREMI DELLA FORNITURA

DITTA FORNITRICE SIEMENS HEALTHCARE

OFFERTA/RDO N° : _____ **DEL:** _____ [] Non disponibile

ORDINE N° : 20-2024-31 7038561/20-2024-32 7045718 **DEL:** 29/02/2024 [] Non disponibile

DELIBERA/DETERMINA N° : 218 **DEL:** 07/02/2024 [] Non disponibile

DDT N° : _____ **DEL:** _____ [] Non disponibile

IMPORTO DELLA FORNITURA: _____ **+IVA** _____ **DEL:** _____ [] Non disponibile

TIT. PROPRIETA': Acquisto; Visione; Comodato service; Noleggio; _____

STRUTTURA: PO PESCARA **REPARTO:** UOC MEDICINA NUCLEARE

PADIGLIONE: POLIAMBULATORI **PIANO:** -1 **STANZA:** GAMMA CAMERA SIEMENS -4-

CDC: _____ **DESCRIZIONE CDC:** A08C06 - UOC MEDICINA NUCLEARE - PO PESCARA

SEZIONE 2 - ELENCO APPARECCHIATURE OGGETTO DI COLLAUDO

| ID | Codice Apparecchio | Descrizione | Costruttore | Modello | S/N | Inventario Ente | Prezzo |
|----|--------------------|--|--------------------|---|-------------------|-----------------|-------------|
| | E015058 | MONITR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | EIZO | MX232W | 36446013 | | |
| | E015059 | WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMM. | HP | Z2 | CZC24693V9 | | |
| | E015060 | MONITR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | EIZO | MX232W | 36372013 | | |
| | E015061 | MONITR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI | EIZO | MX232W | 36376013 | | |
| | E015062 | TRAS. ED ARCHIVIAZIONE DI BIOIMMAGINI, SISTEMA | SIEMENS HEALTHCARE | SYNGO.VIA | 134290#CZ23080DYS | | € 30.000,00 |
| | | Software SPECT DB Comparison SPECT Strial | SIEMENS HEALTHCARE | SPECT DB Comparison SPECT Strial Analysis | | | € 12.000,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

SEZIONE 3 - CONFORMITÀ DELLA FORNITURA

Verifica integrità dell'imballaggio, se KO indicare quali ID : _____ [OK] [KO] [NA] [NV]

Verifica corrispondenza fra materiale consegnato e ordinato (allegata Check list riscontro) [OK] [KO] [NA]

Verifica corrispondenza fra materiale consegnato e indicato su DDT (allegato DDT riscontro) [OK] [KO] [NA]


Assenza di evidenti danni esterni sull'apparecchio; se KO indicare quali ID : _____ [OK] [KO]

Verbale di installazione/collaudo redatto dalla ditta fornitrice in data 27/11/2024 [OK] [KO] [NA] [] si allega [GP*]

Dichiarazione di conformità dell'impianto di alimentazione dell'apparecchio secondo DM 37/08 [OK] [KO] [NA] [] si allega [GP*]

* Il personale dell'azienda sanitaria riferisce che tale documentazione è già in loro possesso

Note

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|------------|------|
|  | Titolo documento | Codice | Tipologia Attività | Dettaglio attività | Data | Rev. |
| | Scheda di collaudo | SCH_13_COLLAUDO_01 | Programmata | Profilo per tutte le descrizioni | 01/04/2019 | 7 |

ENTE: ASL PESCARA

SEZIONE 1 - ESTREMI DELLA FORNITURA

| | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|---|---------------------------------------|-------------|------------|--|
| DITTA FORNITRICE | SIEMENS HEALTHCARE | | | | | |
| OFFERTA/RDO | N° | : | | DEL: | | <input type="checkbox"/> Non disponibile |
| ORDINE | N° | : | 20-2024-31 7038561/20-2024-32 7045718 | DEL: | 29/02/2024 | <input type="checkbox"/> Non disponibile |
| DELIBERA/DETERMINA | N° | : | 218 | DEL: | 07/02/2024 | <input type="checkbox"/> Non disponibile |
| DDT | N° | : | | DEL: | | <input type="checkbox"/> Non disponibile |
| | N° | : | | DEL: | | <input type="checkbox"/> Non disponibile |

IMPORTO DELLA FORNITURA: _____ **+IVA**

TIT. PROPRIETA': Acquisto; Visione; Comodato service; Noleggio; _____

STRUTTURA: PO PESCARA **REPARTO:** UOC MEDICINA NUCLEARE

PADIGLIONE: POLIAMBULATORI **PIANO:** -1 **STANZA:** GAMMA CAMERA SIEMENS -4-

CDC: _____ **DESCRIZIONE CDC:** A08C06 - UOC MEDICINA NUCLEARE - PO PESCARA

SEZIONE 2 - ELENCO APPARECCHIATURE OGGETTO DI COLLAUDO

| ID | Codice Apparecchio | Descrizione | Costruttore | Modello | S/N | Inventario Ente | Prezzo |
|----|--------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|------------|
| | E015065 | COLLIMATORE ALTA ENERGIA | SIEMENS HEALTHCARE | HI-ENERGY Collimator Encore | 16805 | | € 7.500,00 |
| | E015066 | COLLIMATORE ALTA ENERGIA | SIEMENS HEALTHCARE | HI-ENERGY Collimator Encore | 16806 | | € 7.500,00 |
| | E015067 | COLLIMATORI BASSA ENERGIA | SIEMENS HEALTHCARE | HI_RES Collimator Symbia Low Energy | 23061 | | |
| | E015068 | COLLIMATORI BASSA ENERGIA | SIEMENS HEALTHCARE | HI_RES Collimator Symbia Low Energy | 23066 | | |
| | E015069 | FANTOCCIO | Pro Project | Pro-NM Linear | P-LS-000151 | | € 4.000,00 |
| | E015070 | FANTOCCIO | Pro Project | Pro-NM NEMEA NU2 | P-NN-000262 | | € 4.000,00 |
| | E015071 | FANTOCCIO | SLT | Custom Sensitivity Cylinder | P-CW-000115 | | € 4.000,00 |
| | E015072 | FANTOCCIO | The Phantom Laboratory | Catphan 600 | 6001480 | | € 4.000,00 |
| | E015063 | FANTOCCIO | Pro Project | PRO-NM SLITS | P-SL-000205 | | € 4.000,00 |

SEZIONE 3 - CONFORMITÀ DELLA FORNITURA

Verifica integrità dell'imballaggio, se KO indicare quali ID : _____ [OK] [KO] [NA] [NV]

Verifica corrispondenza fra materiale consegnato e ordinato (allegata Check list riscontro) [OK] [KO] [NA]

Verifica corrispondenza fra materiale consegnato e indicato su DDT (allegato DDT riscontro) [OK] [KO] [NA]


Assenza di evidenti danni esterni sull'apparecchio: se KO indicare quali ID : _____ [OK] [KO]

Verbale di installazione/collaudo redatto dalla ditta fornitrice in data 27/11/2024 [OK] [KO] [NA] [] si allega [GP*]

Dichiarazione di conformità dell'impianto di alimentazione dell'apparecchio secondo DM 37/08 [OK] [KO] [NA] [] si allega [GP*]

* Il personale dell'azienda sanitaria riferisce che tale documentazione è già in loro possesso

Note

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|------------|------|
|  | Titolo documento | Codice | Tipologia Attività | Dettaglio attività | Data | Rev. |
| | Scheda di collaudo | SCH_13_COLLAUDO_01 | Programmata | Profilo per tutte le descrizioni | 01/04/2019 | 7 |

SEZIONE 4 - SCHEDA APPARECCHIO

ID (tabella sezione 2): _____ Codice Apparecchio: E015041 Key number: _____

Configurazione: Singolo; A sistema; alimentato da altro apparecchio; A sistema; alimentato dalla rete Codice padre: E015041

Importo delibera di acquisto: 701.710,00 + IVA importo singolo apparecchio [NA]

Anno di fabbricazione: 2023 Numero repertorio: 1484178 [NA]

Effettuata Fotografia: [NA] CND: Z11020201 [NV]

Accessori forniti con l'apparecchio:

| N° | Descrizione | Quantità | Part number | S/N-Lotto |
|----|-------------|----------|-------------|-----------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |

Manuale Utente: Rev _____ Data: _____ Lingua: Italiano; _____ [OK] [KO]
 Manuale Service: Rev _____ Data: _____ Lingua: _____ [OK] [KO] [NA]

Dichiarazione di conformità: MDD 93/42; MDR 2017/745; IVDD 98/79; IVDR 2017/746; _____ si allega
 Classe di rischio apparecchiatura: IIb [NA] Certificato CE (MD/IVD): [KO] [NA] si allega
 UDI: _____ [NA]

Release Software e data: _____ [NA] Lingua interfaccia software: _____
 Indirizzo IP: _____ Gateway: _____ Server address: _____ MAC address: _____
 Fornite password specifiche: _____ [OK] [NA] [NV]

Normativa/e di riferimento: _____

Check list manutenzione preventiva: _____ [OK] [KO] [NA] si allega
 Periodicità manutenzione preventiva: _____ si allega
 Altra documentazione: _____

Installazione del bene in accordo alle prescrizioni del fabbricante: _____ [OK] [KO] [NA] [NV]
 Adeguatezza alimentazione (elettrica (TN, IT-M), idraulica, pneumatica etc): _____ [OK] [KO] [NA] [NV]
 Assenza di adattatori, prese multiple e prolunghe: _____ [OK] [KO] [NA]
 Locale in cui è stato eseguito il collaudo (se diverso dal campo stanza): _____


Allegata Lista parti di ricambio (Spare Parts): _____ [OK] [NA] [NV]

(Se diverso per ogni apparecchio, altrimenti vedi sezione 6)
 Durata della garanzia (mesi): 12 Data inizio garanzia: 23/11/2024 Data fine garanzia: 25/11/2025
 Attività e materiali compresi durante il periodo di garanzia: Vizi occulti; Manutenzione Preventiva; Manutenzione su guasto
 Contratto full risk _____
 Kit Manutenzione _____
 Materiale di consumo _____: [NA]

SEZIONE 5 - VERIFICHE TECNICHE

Verifica di sicurezza elettrica effettuata dal Fornitore: sul luogo di installazione; fabbrica [OK] [KO] [NA] si allega
 Verifica funzionale effettuata dal Fornitore: sul luogo di installazione; fabbrica [OK] [KO] [NA] si allega
 Verifica sicurezza elettrica (eventuale PP) effettuata da HC: sul luogo di installazione; laboratorio [OK] [KO] [NA] si allega
 Codice richiesta VSE: _____ Altri controlli: _____

Note

|  | Titolo documento | Codice | Tipologia Attività | Dettaglio attività | Data | Rev. |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|------------|
| | Scheda di collaudo | SCH_13_COLLAUDO_01 | | Programmata | Profilo per tutte le descrizioni | 01/04/2019 |

SEZIONE 6 - ESITO COLLAUDO DI ACCETTAZIONE

ESITO CONTROLLO VISIVO

POSITIVO NEGATIVO

Commissione
 Data: 27/11/2024
 Nome Cognome: Dr. ANGELO DI NICOLA
 Nome Cognome: _____
 Nome Cognome: _____
 Note: _____

OSPEDALE CIVILE PESCARA
 UNITA' OPERATIVA DI MEDICINA
 NUCLEARE E TERAPIA RADIOMETABOLICA
 Dott. ANGELO DI NICOLA
 Cod. 2981
 Firma: _____
 Firma: _____
 Firma: _____

Rappresentante del Fornitore
 Nome Cognome: PICCINUSO ZUCCHIO Data: 27/11/2024 Firma: _____
 Durata della garanzia (mesi): 12 Data inizio garanzia: 27/11/2024 Data fine garanzia: 27/11/2025
 Attività e materiali compresi durante il periodo di garanzia: [] Vizi occulti; [] Manutenzione Preventiva; [] Manutenzione su guasto
 [] Contratto full risk
 [] Kit Manutenzione
 [] Materiale di consumo _____ :[NA]
 Note: _____

ESITO VERIFICHE TECNICHE - VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA

POSITIVO NEGATIVO

Tecnico HC - Nome Cognome: ING. S. SARACONA Data: 27/11/2024 Firma: _____

ESITO VERIFICHE TECNICHE - ALTRE VERIFICHE TECNICHE

POSITIVO NEGATIVO

Esperto Radiopr. (ERP) - Nome Cognome: Dr. DE NOVELLIS S. Data: 27/11/24 Firma: _____
 Esperto responsabile (ER) - Nome Cognome: Dr. TURANO P. Data: 27/11/24 Firma: _____
 Addetto sicurezza laser (ASL) - Nome Cognome: _____ Data: _____ Firma: _____
 Eseguite Verifiche e Valutazioni Tecniche: _____
 Note: _____

Specialista in FISICA MEDICA
 Dott. Sabrina TURANO
 U.O.S. FISICA SANITARIA
 ASL PESCARA
 [OK] [KO] [NA] [ST allega]

ESITO VERIFICA PERSONALE UTILIZZATORE

POSITIVO NEGATIVO

FORMAZIONE ALL'USO
 Si dichiara di aver ricevuto il manuale d'uso e che il personale utilizzatore:
 E' stato formato all'uso corretto e sicuro del/dei dispositivi oggetto del presente collaudo
 La formazione è stata programata, in accordo fra fornitore e unità operativa, in data: _____
 Nella UO esistono apparecchi analoghi e quindi non necessita formazione specifica sull'apparecchio oggetto del collaudo

VERIFICA PERSONALE UTILIZZATORE
 L'UO dichiara che le prestazioni dell'apparecchio rispondono alle specifiche di utilizzo richieste.
 Responsabile UO - Nome Cognome: Dr. A. DI NICOLA Data: 27/11/2024 Timbro e Firma: _____
 NB: l'apparecchiatura è da considerarsi sicura soltanto se utilizzata secondo le indicazioni fornite dal fabbricante nel manuale d'uso.

ESITO GENERALE PROCEDURA DI COLLAUDO DI ACCETTAZIONE*

POSITIVO NEGATIVO

Responsabile IC - Nome Cognome: ING. DI LAURO C. Data: 27/11/2024 Timbro e Firma: _____

ASL PESCARA
 UOC INGEGNERIA CLINICA-H¹
 IL COLLAUDATORE
 Ing. Claudia DI LAURO

| | | | |
|------------|--------------------|-------|---------|
| Spettabile | ASL Pescara | | |
| Via/Piazza | Via Renato Paolini | n° | 47 |
| CAP | 65124 | Città | Pescara |

VERBALE DI COLLAUDO

Attestato di avvenuta consegna, installazione e messa in esercizio

| | | | |
|---------------------------|--------------------|-----|--|
| Apparecchiatura/sistema | Symbia Intevo Bold | | |
| nostra pratica di vendita | EJL0074 | del | |
| e ns.pratica di montaggio | | del | |

Riferimenti:

L'anno **2024** il giorno **27** del mese di **Novembre** sono convenuti i Sigg.ri :

| | | | |
|--------------------|--|-------------------------------|------------------------------|
| Per il Committente | | Per la Siemens Healthcare Srl | |
| 1 | | 1 | Ing. Ruggero Feruglio |
| 2 | | 2 | |

per verificare in contraddittorio l'avvenuta consegna, installazione e messa in esercizio dell'apparecchiatura/sistema sotto riportato/i:

| | | |
|---------------------------|-----|-------------------|
| Symbia Intevo Bold | s/n | 1703 |
| Syngo.via config L | s/n | CZ23080DYS |
| UPS Eaton 6000i | s/n | 2306270069 |
| Telecamera TVCC | s/n | |

Verificato che l'attrezzatura in argomento e' stata installata a regola d'arte nel Reparto **MEDICINA NUCLEARE** dell' Ospedale/Studio **Ospedale civile di Pescara** in modo da poter funzionare regolarmente, come in effetti funziona; accertata la validità del funzionamento della predetta apparecchiatura / sistema, verificando la rispondenza dei requisiti tecnico/scientifici richiesti, mediante controllo dell'efficienza ed espletamento pratico delle prove di collaudo che sono state eseguite con esito favorevole,

SI ATTESTA

che l'attrezzatura in argomento e' regolarmente installata e funzionante.
Come previsto contrattualmente la garanzia decorre dalla data del presente documento.

Letto, confermato, e sottoscritto

addì **27/11/2024**

IL COMMITTENTE
ASL CIVILE PESCARA
DIPARTIMENTO DI MEDICINA
E TERAPIA RAZIONOMETABOLICA
VIA ANGELO COLLOLA
Cod. 2981

Per la Siemens Healthcare Srl
Ruggero Feruglio



Spettabile Presidio Ospedaliero Pescara
Via/Piazza Via Fonte Romana n° 8
CAP 65124 Città Pescara

ATTESTATO INSTALLAZIONE ESEGUITA

Attestato di avvenuta consegna, installazione:

Apparecchiatura/sistema Syngo Via VB60AHF08 con passaggio a VB60SHF02, HPE Server L-Grade SKU-J + n.3 Client, Z2 Tower WP, OS W
nostra pratica di vendita EJL0074 del 15.06.2023
e ns. pratica di montaggio 4519744164 del 15.06.2023

Riferimenti: CPQ-739405

L'anno 2024 il giorno 13 del mese di Novembre sono convenuti i Sigg.ri:

| | | | |
|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Per il committente | | Per la Siemens Healthcare Srl | |
| <u>1</u> | <u>Angelo Domenico Di Nicola</u> | <u>1</u> | <u>Quirino Fieramosca</u> |
| <u>2</u> | <u></u> | <u>2</u> | <u></u> |

per verificare in contraddittorio l'avvenuta consegna, installazione e messa in esercizio dell'apparecchiatura/sistema sotto riportato/i:

| | | | | | |
|---|--------------|------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| syngo.Via | SN 134290 | L Server DL380 G10 - OS 2019 | 5W VB60AHF08 con i | s/n | CZ23080DYS |
| n.4 | Monitor Eizo | | | s/n | Monitor 23" for Administration |
| | | | | s/n | |
| n.3 Client, Z2 Tower WP, OS Win11 Pro, G9 | | s/n | CZC24693V3 CZC24693V5 CZC24693V9 | | |
| n.7 Monitor EIZO | | s/n | 36372013 36376013 36422013 36446013 36448013 36462013 | | |
| | | s/n | | | |
| | | | | s/n | |
| | | | | s/n | |

Verificato che l'attrezzatura in argomento sia stata installata a regola d'arte nel
Reparto Medicina Nucleare dell'Ospedale/Studio Presidio Ospedaliero Pescara

in modo da poter funzionare regolarmente, come in effetti funziona; accertata la validità del funzionamento della predetta apparecchiatura,

SI ATTESTA

che l'attrezzatura in argomento è regolarmente installata e funzionante,
che tale documento non sostituisce il collaudo e non fa partire la garanzia o i pagamenti,
che verrà utilizzato al solo scopo di tracciatura del lavoro svolto in fase di installazione da parte di nostro personale

Letto, confermato e sottoscritto addi 13 novembre 2024

IL COMMITTENTE

Per la Siemens Healthcare Srl

I S T R U Z I O N I D I S E R V I Z I O



Sede amministrativa
Via Walter Tobagi, 8/3
20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)
Sede legale
Via Volentari del Sangue, 2/4/G
20048 PANTIGLIATE (MI)

Registri Imprese Milano
08017930150
Registro Economico Amministrativo
Milano n° 1194577
Tribunale di Milano
n. 250416

Cod. Fisc. / P.IVA
00017930150
Cap. Sociale
€ 46.000,00 i.v.
Albo Autotrasportatori
MI T0050222/A

Tel. +39.02.89374.1
Fax. +39.02.94433045
amministrazione@autobarbieri.twtcert.it
www.autobarbieri.com

VIAGGIO N° 24200005391

30/09/2024 AUTOTRASPORTI F.LLI BE

| | Data | Ora | Localita / Indirizzo | Mitt / Dest - Firmatario | Ordine |
|---|------------|-------|---|-----------------------------------|-------------|
| 0 | 30/09/2024 | 05:59 | 20068 PESCHIERA BORROMEO (MI) | Partenza | |
| 1 | 01/10/2024 | 08:30 | 65100 PESCARA (PE) VIA FONTE ROMANA, 8 | OSPEDALE SANTO SPIRITO Scarico | 24200012476 |



Istruzioni autista :

Note :

| Rifornimenti | | |
|--------------|--------------------|-------|
| Data | Km al rifornimento | Litri |

| Chiusura viaggio | | | |
|---------------------|-------------|-----------|-------------|
| Data / Ora chiusura | Km partenza | Km arrivo | Km percorsi |

ASL PESCARA
U.O. Medicina Nucleare,
e Terapia Radiometabolica
Dott. Angelo Di NICOLA
Di Nicola
02/10/2024

*si aspetta con
riserve*

I S T R U Z I O N I D I S E R V I Z I O



Sede amministrativa
Via Walter Tobagi, 8/3
20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)
Sede legale
Via Volontari del Sangue, 2/4/6
20048 PARTIGLIATE (MI)

Tel. +39.02.89374.1
Fax. +39.02.94433045
amministrazione@autobarbieri.twtcert.it
www.autobarbieri.com

Registri Imprese Milano
08017930150
Registro Economico Amministrativo
Milano n° 1194577
Tribunale di Milano
N. 250416

Cod. Fisc. / P.IVA
08017930150
Cap. Sociale
€ 46.800,00 I.v.
Albo Autotrasportatori
MI T0050522/A

VIAGGIO N° 24200005391

30/09/2024 AUTOTRASPORTI F.LLI BE

| | Data | Ora | Località / Indirizzo | Mitt / Dest - Firmatario | Ordine |
|---|------------|-------|---|-----------------------------------|-------------|
| 0 | 30/09/2024 | 05:59 | 20068 PESCHIERA BORROMEO (MI) | Partenza | |
| 1 | 01/10/2024 | 08:30 | 65100 PESCARA (PE) SIEMENS HEALTHCARE SRL VIA FONTE ROMANA, 8 | OSPEDALE SANTO SPIRITO Scarico | 24200012476 |



Istruzioni autista :

Note :

| Rifornimenti | | |
|--------------|--------------------|-------|
| Data | Km al rifornimento | Litri |

| Chiusura Viaggio | | | | |
|------------------|----------|-------------|-----------|-------------|
| Data / Ora | chiusura | Km partenza | Km arrivo | Km percorsi |

Si accetta con riserva

Angelo Di Nicola 01/10/2024
ASI. PESCARA
 U.O. Medicina Nucleare
 e Terapia Radiometabolica
 Dott. Angelo DI NICOLA
 Cod. 2981

SIEMENS Healthineers

Delivery Note

Page 1 of 10

Siemens Healthcare S.r.l.
Via Vipiteno, 4
20128 MAILAND MI
ITALY

Shipping Point:
Siemens Medical Solutions USA, Inc.
2501 North Barrington Road
HOFFMAN ESTATES IL 60195
UNITED STATES

Order No.



Siemens Healthcare S.r.l.
Via Vipiteno, 4
20128 Mailand
IT

Purchase order No.
4519760976

Forwarding address:
SIEMENS HEALTHCARE, S.R.L.
C/O SIMON HEGELE GMBH
RITTIGFELD 1
91301 FORCHHEIM
GERMANY

Final Customer:
Azienda USL di Pescara
Regione Abruzzo
Via R. Paolini 45
65124 PESCARA
ITALY

*** SHIPPING NOTES:

Local Siemens Contact: Antonella Bastoni
Local Siemens Phone: + 39 3489223983
Local Siemens Email: antonella.bastoni@siemens-healthineers.com

Local Siemens PM:
Local Siemens PM Phone:
Local Siemens PM Email:

Siemens Medical Solutions USA, Inc.
Molecular Imaging

2501 North Barrington Road, Hoffman Estates, IL 60192-2061
Phone: 847-304-7700 Fax: 847-304-7701

WEEE-Reg.-No. DE 64872105

Delivery number



Please reference on all inquiries:

Delivery No.: SIM410792505970
Ex-factory date: Jun 06, 2023
On-site date: Jun 13, 2023

Order No.: 705793923
Plant: MI MFG SPECT
Shipping point: MI HES to Hegele, Germany
Department: SHS DI MI SCM OLG
Contact Person: Aimee Kamish
Telephone: 847/3045047
ORGID: A1600511
Final cust.order: CPQ-739405

Date of Purch.order
Dec 21, 2022

Name of Ordering Party
Antonella Bastoni

Way bill:

Shipping conditions: P 3 D, Air freight
Incoterms: DAP Forchheim

Forwarding agent:
Danzas/AEI
FRANKLIN PARK

02/10/2024
ASL PESCARA
U.O. Medicina Nutri
e Terapia Fisiologica
Doct. Angelo DI NICOLA
Cod. 2981

Si accetta con
riserva



L.d.v. 24200012476 - 30/09/2024
Rif. mitt. FERUGLIO RUGGERO

Consegna

Consegna tassativa il 01/10/2024 alle ore 08:30

Mittente
PTF BARBIERI TOBAGI
VIA WALTER TOBAGI 8
20068 PESCHIERA BORROMEO (MI) - I

Destinatario
OSPEDALE SANTO SPIRITO
VIA FONTE ROMANA, 8
65100 PESCARA (PE) - I

N.colli 1 Kg. 1,00 Zona traffico limitato PIANO Eff.

Equipaggio personato impegnato nel servizio:

| Descrizione | Q.tà | Peso Kg. | Dimensioni L x P x H |
|-----------------|------|----------|----------------------|
| SIM410224116575 | 1 | 1,00 | |

IMPORTANTE: COMPILARE SEMPRE IN OGNI PARTE - TIMBRARE E FIRMARE SEMPRE

INFORMAZIONI E VERIFICA SERVIZIO
TRASPORTO E CONSEGNA VOSTRA APPARECCHIATURA GAMMA CAMERA TAC TASSATIVAMENTE IN DATA 01/10/2024 RIF. PM SIEMENS FERUGLIO RUGGERO

| Orario e personale | | Richiesto | | Effettuato | |
|------------------------|-------|---|--|--------------------------|--|
| Nr Persone | _____ | <input type="checkbox"/> Carretto sollecato / Slai/Robot | | <input type="checkbox"/> | |
| Arrivo sul sito il | _____ | <input type="checkbox"/> Gru | | <input type="checkbox"/> | |
| alle ore | _____ | <input type="checkbox"/> Gabbia/cesta x introduzione al piano | | <input type="checkbox"/> | |
| Partenza alle ore: | _____ | <input type="checkbox"/> Montacarichi | | <input type="checkbox"/> | |
| Durata attività (min): | _____ | <input type="checkbox"/> Posizionamento sul banco | | <input type="checkbox"/> | |
| | | <input type="checkbox"/> Sollevatore per pozzi sul banco | | <input type="checkbox"/> | |
| | | <input type="checkbox"/> Disimballo e Ritiro imballi | | <input type="checkbox"/> | |

Servizio completato
 Servizio non completato per: Servizio non effettuato per:

Da compilare in sostituzione DDT
Vettore: Autotrasporti BARBIERI S.r.l.
Via Volontari del Sangue, 2/4/6
20048 PANTIGLIATE (MI)
Date: ___/___/___ Ora: _____
Causale: _____ (Firma leggibile)

Spazio riservato al destinatario - Eventuali reclami
Si accetta con riserva

Timbro e firma del Mittente

Data: 02/10/2024

Timbro e firma del Destinatario

(leggibile)



AUTOTRASPORTI BARBIERI Srl - Via Volontari del Sangue, 2/4/6 20048 PANTIGLIATE (MI) - Cod. Fisc. / P.XVA 00017930150

PESCARA
ASL
Medicina Nucleare
Dipartimento Diagnostica Radiologica
Dott. Angelo DI NICOLA
Cod. 2961

Final Customer Address:
A.S.L. PESCARA
VIA RENATO PAOLINI 45
65124 PESCARA PE
ITALY

DROP SHIPPED ITEMS:

BACKORDERED ITEMS:

Please note, source items included on the system order will be scheduled based on the requested on site date, as well or receipt of all required documentation and/or licenses.

TOTAL PACKAGES: GROSS WEIGHT:

CARRIER / #:

DATE SHIPPED: / / INITIALED:

TO BE DELIVERED ON / BY:

*** HEADER NOTES:

| Item | Part No. Description of goods | Quantity | Unit |
|------|----------------------------------|----------|------|
|------|----------------------------------|----------|------|

| | | | |
|----|--|-------|----|
| 20 | 14421234 Caudal Tilt Country of origin: US Harm. Sys. Code No.: 9018199560 ECCN: EAR99 | 1,000 | PC |
|----|--|-------|----|

consisting of:
40

| | | | |
|----------|---|-------|----|
| 10764280 | Caudal_Yoke_Asm_Intevo_Evo_Evo.Excel Country of origin: US Harm. Sys. Code No.: 9018199560 ECCN: EAR99 Serial No(s): 100000000004566 | 1,000 | PC |
|----------|---|-------|----|

02/10/2024

ASL PESCARA
U.O. Medicina
e Terapia Fisica
P.zza Angelo Di
Cod. 2981

si occulta

Con 2/2024

| Item | Part No. Description of goods | Quantity | Unit |
|----------------|---|----------|------|
| 30 | 14421232 Low Profile 5/8" Detectors Country of origin: US Harm. Sys. Code No.: 9018199560 ECCN: EAR99 | 2,000 | PC |
| consisting of: | | | |
| 60 | 10764271 5/8 F.S. Det&Tub Intevo_Evo_EvoExcel Country of origin: US Harm. Sys. Code No.: 9018199560 ECCN: EAR99 | 2,000 | PC |
| 50 | 07835494 Low Energy High Res Collimator Country of origin: US Harm. Sys. Code No.: 9018199560 ECCN: EAR99RU | 2,000 | PC |
| 60 | 14421324 Symbia Int. Collimator Changer Country of origin: US Harm. Sys. Code No.: 9022906000 ECCN: EAR99 | 1,000 | PC |
| consisting of: | | | |
| 110 | 10765306 Intevo ICC Assy. factory Country of origin: US Harm. Sys. Code No.: 9018199560 ECCN: EAR99 | 1,000 | PC |
| 70 | 14421325 Symbia Automatic Collimator Changer Country of origin: US Harm. Sys. Code No.: 9022906000 ECCN: EAR99 | 1,000 | PC |
| consisting of: | | | |
| 130 | 10765305 Intevo ACC Assy. factory Country of origin: US Harm. Sys. Code No.: 9018199560 ECCN: EAR99 | 1,000 | PC |

02/10/2024

ASL PESCARA
U.O. Medicina Nucleare
e Terapia Radionuclidica
Dott. ANGIOLI NICOLA
Cod. 2981

h' eccetto con 2/8/24

| Item | Part No. Description of goods | Quantity | Unit |
|------|--|----------|------|
| 80 | 07835445 High Energy Collimator Country of origin: US Harm. Sys. Code No.: 9018199560 ECCN: EAR99 | 2,000 | PC |
| 90 | 08717873 Collimator Cart Country of origin: US Harm. Sys. Code No.: 9018199560 ECCN: EAR99 | 1,000 | PC |
| 100 | 14422380 Internal ECG for Symbia - IEC Country of origin: US Harm. Sys. Code No.: 9018119000 ECCN: EAR99 | 1,000 | PC |
| | consisting of: 170 | | |
| | 11295840 Symbia_INT_IVY_CTM-300_ECG_IEC_Gate_Kit Country of origin: US Harm. Sys. Code No.: 9018119000 ECCN: EAR99 | 1,000 | PC |
| 110 | 14415736 Advanced 3D Features Country of origin: US Harm. Sys. Code No.: 8523494000 ECCN: EAR99 | 1,000 | PC |
| | consisting of: 190 | | |
| | 10274899 Advanced Image Fusion Country of origin: DE Harm. Sys. Code No.: 8523494000 ECCN: EAR99 | 1,000 | PC |
| 120 | 10521454 Under Floor PHS Cable - SPECT.CT Country of origin: MX Harm. Sys. Code No.: 8544429090 ECCN: EAR99RU | 1,000 | PC |

02/10/2024
DOTT. PEGGARA
U.O. Medicina Nucleare
e Terapia Radioterapica
Dott. Angelo NICOLA
Cod. 2981

In accordo con il servizio

| Item | Part No. Description of goods | Quantity Unit |
|------|---|---------------|
| 130 | 07830909 Remote Diagnostic Services Country of origin: US Harm. Sys. Code No.: 0100000001 ECCN: EAR99 | 1,000 PC |
| 140 | 14422418 TrueCalc Country of origin: US Harm. Sys. Code No.: N/A ECCN: EAR99 | 1,000 PC |
| | consisting of: 230 | |
| | 11295579 High Count Rate Feature Country of origin: US Harm. Sys. Code No.: 8523494000 ECCN: EAR99 | 1,000 PC |
| 150 | 10413526 PHS Extended Pivot Country of origin: US Harm. Sys. Code No.: 9018199560 ECCN: EAR99 Serial No(s): 100000000102432 | 1,000 PC |
| 170 | 09713710 Rectangular Fillable Flood Source Country of origin: US Harm. Sys. Code No.: 9018199560 ECCN: EAR99RU | 1,000 PC |
| 180 | 14415033 Planar 1/2 Time Imaging GTIN: 04056869158518 Country of origin: US Harm. Sys. Code No.: 8523494000 ECCN: EAR99 | 1,000 PC |
| | consisting of: 280 | |
| | 11295637 1/2 Time Imaging Single Seat #R Country of origin: US Harm. Sys. Code No.: N/A ECCN: EAR99 | 1,000 PC |



02/10/2024
ASL PESCARA
U.O. Medicina di Cura
e Terapia Radiometabolica
Dott. Nicola DI NICOLA
Cod. 2981

Si accetta con riserva

| Item | Part No. Description of goods | Quantity Unit |
|-----------------------|---|---------------|
| 290 | 10413925 SPECT/CT Planar 1/2 Time Imaging Country of origin: US Harm. Sys. Code No.: 8523494000 ECCN: EAR99 | 1,000 PC |
| 190 | 14423378 Expert-i Country of origin: US Harm. Sys. Code No.: 4911998000 ECCN: EAR99 | 1,000 PC |
| consisting of: 310 | 11431995 Expert-i for Symbia Country of origin: US Harm. Sys. Code No.: 4911998000 ECCN: EAR99 | 1,000 PC |
| 200 | 14423411 Italian Expert-i Lang Kit Country of origin: US Harm. Sys. Code No.: 4901990050 ECCN: EAR99 | 1,000 PC |
| consisting of: 330 | 11518490 syngo Expert-i Client IFU VB22_Italian Country of origin: US Harm. Sys. Code No.: 4901990050 ECCN: EAR99 | 1,000 PC |
| 220 | 14422389 Broad Quantification Country of origin: US Harm. Sys. Code No.: N/A ECCN: EAR99 | 1,000 PC |
| consisting of: 380 | 11295583 Broad Quantification Country of origin: US Harm. Sys. Code No.: N/A ECCN: EAR99 | 1,000 PC |

02/10/2024

ASL PESCARA
U.C. Medicina Nucleare
e Terapia Radiometabolica
Dott. Angelo DI NICOLA
Cod. 2901

Si accetta con riserva

| Item | Part No. Description of goods | Quantity Unit |
|------------------------|--|---------------|
| 230 | 10185089 Elevate O e.cam RoW Country of origin: US Harm. Sys. Code No.: 0100000001 ECCN: EAR99 | 1,000 PC |
| 10 | 14422372 Intevo Bold System Country of origin: US Harm. Sys. Code No.: 9022120000 ECCN: EAR99 | 1,000 PC |
| consisting of: 5010 | 14422382 Symbia Intevo Bold GTIN: 04056869158662 Country of origin: US Harm. Sys. Code No.: 9022120000 ECCN: EAR99 | 1,000 PC |
| consisting of: 5020 | 11007962 Symbia_Intevo_Bold - GTIN: 04056869044798 Country of origin: US Harm. Sys. Code No.: 9022120000 ECCN: EAR99 Serial No(s): 1703 | 1,000 PC |
| 5045 | 11364602 Symbia Intevo Bold Plus VB22 Country of origin: US Harm. Sys. Code No.: 9022906000 ECCN: EAR99 Serial No(s): 1703 | 1,000 PC |
| 5050 | 14422671 xSPECT Edition Country of origin: US Harm. Sys. Code No.: N/A ECCN: EAR99 | 1,000 PC |

07/10/2024

ASL PESCARA - *Articolo*
U.O. Medicina Nucleare
e Terapia Endocrinologica
Dot. Angelo DI NICOLA
Cod. 2981

Si accetta con riserva

| Item | Part No. Description of goods | Quantity Unit |
|------|---|---------------|
| | consisting of: | |
| 5060 | 11297686 xSPECT Edition Country of origin: US Harm. Sys. Code No.: N/A ECCN: EAR99 | 1,000 PC |
| 5065 | 11364609 DRS5_VB22_Dedicated_Reconstruction_System GTIN: 04056869262802 Country of origin: US Harm. Sys. Code No.: 8471500150 ECCN: 5A992 Serial No(s): 1494 | 1,000 PC |
| 5070 | 14422415 SAFIRE and IMAR Bundle Country of origin: US Harm. Sys. Code No.: N/A ECCN: EAR99 | 1,000 PC |
| | consisting of: | |
| 5080 | 11295570 SAFIRE Country of origin: US Harm. Sys. Code No.: N/A ECCN: EAR99 | 1,000 PC |
| 5090 | 11295571 IMAR Country of origin: US Harm. Sys. Code No.: N/A ECCN: EAR99 | 1,000 PC |
| 5100 | 11516730 Intevo_Bold_Mfg_Lang_Kit_VB22_Italian Country of origin: US Harm. Sys. Code No.: 4901990050 ECCN: EAR99 | 1,000 PC |
| 5110 | 11517040 CT_Doc_Kit_Scope_Power_VB22_Italian Country of origin: US Harm. Sys. Code No.: 4901990050 ECCN: EAR99 | 1,000 PC |

02/10/2024
ASL PESCARA
U.O. Medicina Nucleare
e Terapia Radiologica
Dot. Angelo Di NICOLA
Cod. 2961

si accetta con riserva

*** PRODUCTION NOTES:

***** 5/8 DETECTORS*****

All software to be installed on the system

Load on the ICC as follows:
07835494 2.000 PC Low Energy High Res Collimator

Load on the Collimator Cart as follows:
07835445 2.000 PC High Energy Collimator

AK 4/28/2023 - Checklist received; Left Bed

Released to production

These items are controlled by the U.S. Government (when labelled with "ECCN" unequal "N") and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. They may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. Government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations. Items labelled with "AL" unequal "N" are subject to European / national export authorization. Items without label, with label "AL:N" / "ECCN:N" or label "AL:9X9999" / "ECCN: 9X9999" may require authorization from responsible authorities depending on the final end-use, or the destination.

Place of Dispatch/Exporter:

Siemens Healthcare
Henkestrasse 127
91052 Erlangen, Germany

on behalf of Siemens Medical Solutions, Inc.

Declaration of REACH SVHC:

Information on REACH SVHC and the Siemens Healthineers LoDS
(List of Declarable Substances) is provided under the following URL:
www.siemens-healthineers.com/reach-svhc-information.pdf



07/10/2024
ASL PESCARA
U.O. Medicina Nucleare
e Terapie Radiologiche
Dot. Angelo DI NICOLA
Cod. 2001

Notice: Compliance with legal and internal regulations is an integral part of all business processes at Siemens Healthineers. Possible infringements can be reported to our

Si' accetta con riserva

HelpDesk "Let Us Know" at www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=19sh8&language=eng.

02/10/2024

ASL FROSINONE
U.O. Medicina Nucleare
e Terapie Radiometaboliche
Dott. Angelo DI NICOLA
Cod. 2981

Si accetta con riserva

Dispatch Note number



Siemens Healthcare GmbH · Henkestr. 127 · D-91052 Erlangen

Siemens Healthcare S.r.l.
Via Vipiteno, 4
I-20128 MAILAND MI

Order No.



Delivery Note

Please quote in any correspondence:

Delivery note no.: **SIM410161300921**
Date: **15.06.2023**

Order no.: 11280108
Plant: BU D&A
Place of loading: D&A (physical shipment)
Name: Vlasakis
Telephone: /9191/184640
ORGID: A1600511
Final customer order no.: CPQ-739405
Project: 1M0000898
Our VAT reg. no.: DE815546023

Purchase order no.
4519744164

PO date
30.12.2022

Name of ordering party
Silvia Iemma



Delivery address:
A.S.L. PESCARA
Gianni Di Luzio
+ 39 335 6416218
VIA RENATO PAOLINI 45
I-65124 PESCARA PE

Way bill: 2477239004
Shipping condition: Air courier
Incoterm: DDP place of destination
No. of packages: 2
Forwarding agent: DHL Express Germany GmbH
Erlangen

Gross weight: 158,000 KG
Net weight: 138,000 KG

OSPEDALE CIVILE PESCARA
UNITA' OPERATIVA MEDICINA
NUCLEARE E TECNICA RADIOMETABOLICA
DIRETTORE F. F.
Dott. ANGELO D. DI NICOLA
Cod. 2981

11/11/2024

Inneregemeinschaftliche Lieferung!!

| Item Ext. Item No. | Material Description | Quantity | Unit |
|---------------------------------|--|----------|------|
| 30 | 14474715 Server HW Config L Country of origin: CZ Harm. Sys. Code Nr.: 84715000 AL: 91999RU_833_23 ECCN: 5A992 | 1,000 | PC |
| consisting of: 000301 | 11582441 | 1,000 | PC |

Siemens Healthcare GmbH
Management: Bernhard Montag, President and Chief Executive Officer;
Darleen Caron, Jochen Schmitz

Henkestr. 127
91052 Erlangen
Germany

Tel.: + 49(9131) 84 0
siemens.com/healthcare

Office address:
Siemensstr. 3
D-91301 Forchheim

Chairman of the Supervisory Board: Ralf P. Thomas
Registered office: Munich, Germany; Commercial Registry: Munich, HRB 213821
WEEE-Reg.-No. DE 64872105

Delivery Note

Delivery note no.:

SIM410161300921

Date:

15.06.2023

| Item Ext. Item No. | Material Description | Quantity | Unit |
|-----------------------|---|----------|------|
| | L Server DL380 G10, OS 2019 Country of origin: CZ AL: 9I999RU_833_23 ECCN: 5A992 Attention The product contains dangerous goods. See accompanying documents Serial No(s).: CZ23080DYS packed in colli-No(s).: 00000001 This product/part contains the following batteries: Lithium Metal Button Cell CR2032 < 1g Li 1,000 ST Lithium Ion Accu 122g 1,000 ST | | |
| 50 | 14477551 Monitor 23" for Administration Country of origin: CN Harm. Sys. Code Nr.: 85285210 AL: N ECCN: EAR99RU | 1,000 | PC |
| | consisting of: 000501 | | |
| | 11583322 syngo.via 23" Monitor, HP Country of origin: CN AL: N ECCN: EAR99RU packed in colli-No(s).: 00000001 | 1,000 | PC |
| 60 | 14476359 Power Client Country of origin: CN Harm. Sys. Code Nr.: 84715000 AL: 9I999RU_833_23 ECCN: 5A992 | 3,000 | PC |
| | consisting of: 000601 | | |
| | 11665577 Z2 Tower WP, OS Win11 Pro, G9 Country of origin: CN AL: 9I999RU_833_23 ECCN: 5A992 Attention The product contains dangerous goods. See accompanying documents Serial No(s).: CZC24693V3 CZC24693V5 CZC24693V9 packed in colli-No(s).: 00000001 This product/part contains the following batteries: Lithium Metal Button Cell CR2032 < 1g Li 1,000 ST | 3,000 | PC |
| 70 | 14456496 Monitor EIZO MX232W col. 2.1MP Country of origin: JP Harm. Sys. Code Nr.: 85285210 AL: 9I999RU_833VII ECCN: EAR99RU | 6,000 | PC |
| | consisting of: 000701 | | |
| | 11064425 Monitor Color 23" MX232W = ID= Country of origin: JP AL: N ECCN: N Serial No(s).: 36372013 36376013 36422013 36446013 36448013 36462013 packed in colli-No(s).: 00000002 | 6,000 | PC |

Eaton Industries GmbH
CACILIE-FRÖHLICH-STR. 1-3
53359 Rheinbach
Germany



| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Packing List | 8807343010 |
| Data | 2023-06-29 |
| Persona da contattare | EatonCare Italy |
| Tel. | +39 02 959501 |
| Fax | |
| E-mail | EatonCareIT@Eaton.com |
| No Ordine Cliente | 4519992867 / 4045 |

Luogo di spedizione

ASL 3 PESCARA
VIA RENATO PAOLINI 45
65124 PESCARA
Italy

Istruzioni di spedizione / Note

Metodo di spedizione

Termini di consegna :

Contattare il PM Ruggero Feruglio cell. 3482818835 per concordare la data di consegna del materiale
HAGEROBR EXPRESS-C
DAP

Eaton Facility

Spedito per conto di

Eaton Industries (Italy) S.r.l.

Cliente

SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.
VIA VIPITENO, 4
20128 MILANO
Italy

HU:



Shipping Unit : PHP000888096

Gross Weight : 71,000 kg **Net :** 65,000 kg

Dimensions L x W : 120 cm x 80 cm

| Pos. | Material : Description : | Qty. | Unit | Your Order No. |
|------|---|------|------|---------------------------------|
| 10.0 | 9PX6KIBP 9PX6KIBP Eaton 9PX 6000i HotSwap Numeri di serie 2306270069 | 1 | EA | 4519992867 / 4045/50/0223288657 |

335 6416218

SIEMENS HEALTHCARE CONSULTING MANAGER
VIA PAOLINI, 45 - 65124 PESCARA
Tel. 085 488222 - Fax 085 422986

OSPEDALE CIVILE PESCARA
UNITA' OPERATIVE DI MEDICINA
NUCLEARE E TERAPIA RADIOMETABOLICA
DIRETTORE F.F.
Dott. ANGELO D. DI NICOLA
Cod. 2981

SLT S.r.l.

Via Torino, 30 - 20063 Carnusco sul Naviglio (MI) Italy
 Tel. +39 02.48464064 - Fax +39 02.48464009
 www.sltsrl.com - info@sltsrl.com
 Registro Imprese Milano, C.F. e P.IVA 00881170153
 Cap.Soc. Euro 47.000,00 i.v.
 R.E.A. 393774 - Reg. Pilelet n. IT10030P00002189
 Registro RAEE n. IT08070000005372



| | | | |
|---|---------------|-------------------------------------|------|
| BOLLA N. - D.D.T. N. | | DATA BOLLA - Date | PAG. |
| BC 240300155/A | | 4/03/24 | 1 |
| RIFERIMENTO A VOSTRO ORDINE - Your ref. | | DATA ORDINE - Order date | |
| 4520039055/404S | | 30/03/23 | |
| PORTO - Freight | | | |
| FRANCO | | | |
| CAUSALE DEL TRASPORTO - Reason of transport | | | |
| Vendita | | | |
| N. COLLI - N. Packages | PESO - weight | ASPETTO ESTERIORE - Nature of goods | |
| 4 | 38,00 | SCATOLE | |
| SPEDIZIONE A MEZZO - Shipping by | | | |
| CORRIERE DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L. DH5100 | | | |
| PARTITA IVA/CODICE FISCALE - V.A.T.No. | | CODICE CLIENTE - Cust.code | |
| IT12268050155 | | SIE550 | |

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.P.R. N. 472 del 14/8/96)

SPETTABILE - Messrs.

SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.
 VIA VIPITENO, 4
 20128 MILANO MI

VARIAZIONE LUOGO DI DESTINAZIONE MERCE - Final destination address variation
 A.S.L. 3 PESCARA
 VIA RENATO PAOLINI, 45
 65124 PESCARA
 C.A. RUGGERO FERUGLIO

| DESCRIZIONE - Description | U.M. | QUANTITA' - Quantity | NS. CONFERMA D'ORDINE N. - Ns. confirmation of order n. | DATA/Date |
|---|------|----------------------|---|-----------|
| Set di fantocci per accettazione apparecchiature secondo protocollo NEMA: - p/n 08-302 Pro-NM Slits s/n P-SL-000205 - p/n 08-201 custom Pro-NM Linear s/n P-LS-000151 - p/n Custom Sensitivity Cylinder s/n P-CW-000115 - p/n 08-105custom Pro-NM NEMA NU2 s/n P-NN-000262 - p/n CTP 600 Catphan 600 Phantom s/n 6001480 | NR | 1,00 | | |

OSPEDALE CIVILE PESCARA
 UNITA' OPERATIVA MEDICINA
 NUCLEARE E TERAPIA RADIOMETABOLICA
 DIRETTORE F.F.
 Dott. ANGELO D. DI NICOLA
 Cod. 2981

COPIA VETTORE

| | | | |
|--|--|---|--------------------------------|
| TRASPORTO A MEZZO (MITTENTE, DESTINATARIO, VETTORE) - Transport by | | DATA INIZIO TRASPORTO - Start time date | FIRMA CONDUCENTE - Driver sign |
| CORRIERE DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L. | | | |
| PESCHIERA BORROMEO MI | | FIRMA DEL DESTINATARIO - Customer sign <i>Joe Draven</i> | |

Gli imballaggi utilizzati per la spedizione della merce sono: scatola di cartone ondulato (PAP 20), riempitivo in polistirolo (PS 6) e pluriball (LDPE 4).
 The packaging used for shipping the goods is: corrugated cardboard box (PAP 20), polystyrene filler (PS 6) and bubble wrap (LDPE 4).

EC DECLARATION OF CONFORMITY

| | |
|----------------------------------|---|
| Manufacturer / Facility | Siemens Medical Solutions USA, Inc. 2501 N. Barrington Road Hoffman Estates, Illinois 60192 USA |
| Developer/Manufacturing Facility | Siemens Medical Solutions USA, Inc. Molecular Imaging 2501 N. Barrington Road, Hoffman Estates, Illinois 60192 USA |
| Authorized EU Representative | Siemens Healthcare GmbH Henkestraße 127 91052 Erlangen Germany |
| Type of device | SPECT/CT |
| Medical device | Symbia Intevo Excel, Intevo 2, Intevo 6, Symbia Intevo Bold Symbia Intevo 16 -Software-only update to installed base |
| Product identification | see next page |
| GMDN Code and Term | GMDN code 45016, SPECT/CT Diagnostic Imaging System |
| Classification | Class IIb (according to Annex IX to Council Directive 93/42/EEC) |

We declare that the above medical device is in conformity with the following Directive(s):

Council Directive 93/42/EEC.

The conformity of the full quality assurance system according to Annex II without Chapter II.4 is certified by:

BSI Group The Netherlands B.V.
Say Building
John M. Keynesplein 9
1066 EP Amsterdam
The Netherlands

The identification number of the notified body for implementation of the procedure set out in Annex II to the above Directive is 2797.



Changes have been evaluated according to MDCG 2020-3 Guidance on significant changes regarding the transitional provision under Article 120 of the MDR with regard to devices covered by certificates according to MDD or AIMDD.

Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council

Relevant Harmonized Standard: EN 50581:2012

The declaration of conformity is issued under the sole responsibility of Siemens Medical Solutions USA, Inc.

This declaration supersedes any declaration issued previously for the same product.

| | | |
|----------------|--|--|
| Place and date | Hoffman Estates, IL | December 5, 2023 |
| Name | Dr. James Williams (Head of Business Unit) | Steve Quam (Head of Quality Management) |
| Signature |  Digitally signed by Williams James Date: 2023.12.05 11:29:18 -05'00' |  Digitally signed by Quam Steve Date: 2023.12.05 13:38:42 -06'00' |

For conditions of guarantee and liability please refer to our General Conditions of Sale.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Product identification

| | | |
|---|---------------------|-------------------|
| Product 1 | Symbia Intevo Excel | Part No. 10764801 |
| Product 2 | Symbia Intevo 2 | Part No. 10764802 |
| | | Part No. 10765268 |
| Product 3 | Symbia Intevo 6 | Part No. 10764803 |
| Product 4 | Symbia Intevo Bold | Part No. 11007962 |
| Product 5: Software-only update to installed base | | |
| | Symbia Intevo 16 | Part No. 10764804 |



¹EU Declaration of Conformity

²We **EIZO Corporation**
153, Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566, Japan,

³declare under our sole responsibility that the product:

⁴Brand Name: **EIZO**
⁵Kind of equipment: **LCD Monitor (Medical Device Equipment)**
⁶Basic UDI-DI: **4995047MonitorVDUE2**
⁷Type designation: **RadiForce MX243W#**

(# ⁸represents any characters or blank)

⁹Classification: **class I (MDR, Annex VIII, Section 6, Rule 13)**

¹⁰Conformity assessment route: **MDR, Annex II + Annex III**

¹¹is in compliance with:

¹²Harmonized Standards

Safety **EN60601-1:2006/A1:2013/A2:2021**
EMC **EN60601-1-2:2015/A1:2021(Group 1 Class B)**
RoHS **EN IEC 63000:2018**

¹³and following the provision of Regulations or Directives

(EU) 2017/745 : **MDR**
2011/65/EU : **RoHS**

¹⁴This Declaration of Conformity is valid from: **November 2023**

¹⁵Manufacturer: **EIZO Corporation**
¹⁶Place: **Hakusan, Ishikawa, Japan**
SRN (¹⁷Single Registration Number): **JP-MF-000016570**
¹⁸Date: **November 30, 2023**

¹⁹Signature:

Hiroaki Hashimoto
Senior Manager,
Regulatory Compliance and Safety Division

²⁰Our Authorized Representative in the European Union for this product is
EIZO GmbH (SRN: DE-AR-000014107)
Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer

Name: *Siemens Healthcare GmbH*
Address: *Henkestr. 127*
91052 Erlangen
Germany

Single Registration
Number (SRN): DE-MF-000006122

Facility

Name: *Siemens Healthcare GmbH*
SYNGO (SY)
Address: *Siemensstr. 1,*
91301 Forchheim,
Germany

Product Identification

Product/Trade Name: *syngo.via*
Model: *11582847*
Basic UDI-DI: *0405686901978WU*
UDI-DI: *04056869285801*

Nomenclature Code

GMDN Code: *57812*
GMDN Term: *Radiology DICOM image processing application software*

EMDN Code: *Z11069092*
EMDN Term: *VARIOUS DIGITAL BIOIMAGING MANAGEMENT INSTRUMENTS - MEDICAL DEVICE SOFTWARE*

Classification

Risk Class: *Class IIb (according to rule 11 of Annex VIII Medical Device Regulation (EU) 2017/745)*

For Class IIb:

intended Purpose Statement as stated on the EC Certificate:

Software solutions intended to process, communicate, display, read, and archive medical data for informing and driving clinical management

We declare that the above medical device is in conformity with the following legislation(s):

Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the council of 5 April 2017 on medical devices

The conformity of the quality management system according to Annex IX and Article 52 is certified by the following notified body:

TÜV SÜD Product Service GmbH
Ridlerstrasse 65
80339 Muenchen
Germany

The identification number of the notified body for implementation of the procedure set out in Annex IX and Article 52 to the above regulation is: *0123*

Identification of EC Certificate: *G10 091596 0052 Rev.01*

Reference to Common Specifications: *'/'*

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of *Siemens Healthcare GmbH*

This declaration supersedes any declaration issued previously for the same product.

Place and date *Forchheim, Apr 27, 2023*

Siemens Healthcare GmbH

Signature

v Christian Zapf
Electronically signed by: *Christian Zapf*
Reason: *I am approving this document*
Date: *Apr 26, 2023 16:46 GMT+2*

Christian Zapf
(Head of D&A)

v. Thomas Frank
Electronically signed by: *Thomas Frank*
Reason: *I am approving this document*
Date: *Apr 27, 2023 17:06 GMT+2*

Thomas Frank
(Head of D&A Quality Management)

For conditions of warranty and liability please refer to the General Conditions of Sale.

| ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO | |
|---|---|
| Nr. Identificativo Ordine | 7038561 |
| Descrizione Ordine | ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP GAMMA CAMERA LOTTO 2 - PNRR |
| Strumento d'acquisto | Accordi Quadro |
| CIG | 9506437FF8 |
| CUP | G24E21005080006 |
| Bando | Gamma Camere e Sistemi Gamma Camera/CT |
| Categoria(Lotto) | Lotto 2 - Sistemi Gamma Camera/CT |
| Data Creazione Ordine | 23/11/2022 |
| Validità Documento d'Ordine (gg solari) | nessuna scadenza / nessun limite |
| Data Limite invio Ordine firmato digitalmente | nessuna scadenza / nessun limite |
| AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE | |
| Nome Ente | ASL 3 PESCARA |
| Codice Fiscale Ente | 01397530682 |
| Nome Ufficio | INGEGNERIA CLINICA - HTA |
| Indirizzo Ufficio | VIA RENATO PAOLINI 47, 65100 - PESCARA (PE) |
| Telefono / FAX ufficio | 0854253106/0854253134 |
| IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica | UFEAZS |
| Punto Ordinante | VINCENZO LO MELE / CF: LMLVCN62M22D643A |
| Email Punto Ordinante | VINCENZO.LOMELE@AUSL.PE.IT |
| Partita IVA Intestatario Fattura | Non inserito |
| Ordine istruito da | VINCENZO LO MELE |
| FORNITORE CONTRAENTE | |
| Ragione Sociale | SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. |
| Partita IVA Impresa | 12268050155 |
| Codice Fiscale Impresa | 04785851009 |
| Indirizzo Sede Legale | VIA VIPITENO N 4 - 20128 - MILANO(MI) |
| Telefono / Fax | 022431/0224364016 |
| PEC Registro Imprese | GARE.SHG@PEC.SIEMENS.IT |
| Tipologia impresa | SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA |
| Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale | 04785851009 |
| Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale | 05/11/1997 |
| Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale | MI |
| INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza | 5179971 |
| INPS: Matricola aziendale | 4954583677 |
| Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero | 06475404/80 - 0647503/35 - 06475405/36 |
| PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: | DR.LOMBARDIA.GTPEC@PCEAGENZIAENTRATE.IT |
| CCNL applicato / Settore | CHIMICO FARMACEUTICO / DIAGNOSTICA IN VIVO |

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: SMS_L2_AQ_GC_Gamma camera

Marca: Siemens - Prezzo: 539000,00 - Modello: Symbia Intevo Bold - Unità di vendita: Pezzo - Codice articolo accordo quadro: CG-L2-CONF2-SMS - Durata assistenza [mesi]: 12 - Descrizione tecnica: Gamma camera a doppia testata general purpose - Codice cnd: Z11020201 - Registrazione bd/rdm: 1484178 - Tipo contratto: Acquisto - Nome commerciale: Siemens. Modello Symbia Intevo Bold. Configurazione con cristalli scintillatori a Nal da 5/8 - Configurazione: Configurazione con cristalli scintillatori a Nal da 5/8

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

| Nome | Valore |
|--|--|
| Obbligo alla registrazione sulla "Piattaforma per la certificazione dei crediti" | obbligata |
| Registrazione alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti" | registrato |
| Riferimenti del Referente tecnico (telefono, fax, email) | VINCENZO.LOMELE@ASL.PE.IT |
| Termini di pagamento | 30 GG Data Ricevimento Fattura |
| Tipologia Punto Ordinante | Singola Amministrazione |
| Attività relative a PNRR (si) | Si |
| CUP (Codice Unico di Progetto) | G24E21005080006 |
| Sopralluogo | Si |
| R.A.E.E. | 0 macchine da ritirare ai fini dello smaltimento |

RIEPILOGO ECONOMICO

| Oggetto | Nome Commerciale | Prezzo Unitario (€) | Qtà ordinata | Prezzo Complessivo (IVA esclusa) | Aliquota IVA (%) |
|---------|--|---------------------|--------------|----------------------------------|------------------|
| 1 | Siemens. Modello Symbia Intevo Bold. Configurazione con cristalli scintillatori a Nal da 5/8 | 539000,00 | 1 (Pezzo) | 539000,00 € | 22,00 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Totale Ordine (IVA esclusa) € | 539000,00 |
| IVA € | 118580,00 |
| Totale Ordine (IVA inclusa) € | 657580,00 |

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

| | |
|-------------------------------------|--|
| Indirizzo di Consegna | VIA RENATO PAOLINI 47 - 65100 - PESCARA - (PE) |
| Indirizzo di Fatturazione | VIA RENATO PAOLINI 47 - 65100 - PESCARA - (PE) |
| Intestatario Fattura | ASL 3 PESCARA |
| Codice Fiscale Intestatario Fattura | 01397530682 |
| Partita IVA da Fatturare | non indicato |
| Modalità di Pagamento | Bonifico Bancario |

NOTE ALL'ORDINE

SEGUIRA' ORDINE ACCESSORI

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Il sottoscritto Punto Ordinante: Visto l' "Accordo Quadro per l'affidamento della fornitura di Gamma Camere e Sistemi Gamma Camera/CT, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni", stipulato ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. A), del D.LGS. N.50/2016 s.m.i., dalla Consip S.p.A.- Codice CIG 9245033A92;- considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabiliti nell'Accordo Quadro; DICHIARA- di aderire all'Accordo Quadro e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste;- di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 2016/679 contenute nell'Accordo Quadro sopra citato, e di autorizzare il fornitore nonché la Consip S.p.A. al trattamento dei propri dati personali.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : 20-2024-31
DEL : 29/02/2024
DATA CONSEGNA :
DATA FINE CONSEGNA :

FORNITORE

Spett.le
(96452) SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.
P.I.: 12268050155

VIA VIPITENO N.4
20128 MILANO, MI
Telefono : 02/24367546
FAX : 02/24367656

Budget di Spesa : UAUT-2023-13/1

Conto : 0101020502 - Attrezzature generiche

| Codice | Descrizione | UM | Quantita | Prezzo Unit. | %Sc | Imponibile | %IVA |
|----------------------------------|-------------|----|----------|--------------|------|------------|------|
| 323219 | NUM | | 1,00 | 539 000,00 | 0,00 | 539 000,00 | 5,00 |
| SIEMENS MOD. SYMBIA INTEVO BOLD. | | | | | 0,00 | | |

CUP: G24E21005080006 - GAMMA CAMERE E
SISTEMI GAMMA CAMERA/CT- LOTTO 2-
SISTEMI GAMMA CAMERA/CT

CIG: 9506437FF8 - ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO CONSIP GAMMA CAMERA LOTTO 2
-PNRR

Cdc: C06C05 UOC MEDICINA NUCLEARE - PO PESCARA Q.tà 1,00

| COD IVA | IVA% | IMPONIBILE | IMPOSTA |
|---------|------|------------|-----------|
| 105 | 5,00 | 539 000,00 | 26 950,00 |

TOTALE IMPONIBILE

539 000,00

TOTALE IVA

26 950,00

TOTALE ORDINE

565 950,00

Luogo consegna

LTCPE - MAGAZZINO TECNOLOGICO PESCARA
VIA R. PAOLINI, 47
PESCARA, 65100

| ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO | |
|--|---|
| Nr. Identificativo Ordine | 7045718 |
| Descrizione Ordine | Ordine successivo di accessori lotto 2 gamma camera |
| Strumento d'acquisto | Accordi Quadro |
| CIG | 9506437FF8 |
| CUP | G24E31005080006 |
| Bando | Gamma Camere e Sistemi Gamma Camera/CT |
| Categoria(Lotto) | Lotto 2 - Sistemi Gamma Camera/CT |
| Data Creazione Ordine | 28/11/2022 |
| Validità Documento d'Ordine (gg solari) | nessuna scadenza / nessun limite |
| Data Limite invio Ordine firmato digitalmente | nessuna scadenza / nessun limite |
| AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE | |
| Nome Ente | ASL 3 PESCARA |
| Codice Fiscale Ente | 01397530682 |
| Nome Ufficio | INGEGNERIA CLINICA - HTA |
| Indirizzo Ufficio | VIA RENATO PAOLINI 47, 65100 - PESCARA (PE) |
| Telefono / FAX ufficio | 0854253106/0854253134 |
| IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica | UFEAZS |
| Punto Ordinante | VINCENZO LO MELE / CF: LMLVCN62M22D643A |
| Email Punto Ordinante | VINCENZO.LOMELE@AUSL.PE.IT |
| Partita IVA Intestatario Fattura | Non inserito |
| Ordine istruito da | VINCENZO LO MELE |
| FORNITORE CONTRAENTE | |
| Ragione Sociale | SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. |
| Partita IVA Impresa | 12268050155 |
| Codice Fiscale Impresa | 04785851009 |
| Indirizzo Sede Legale | VIA VIPITENO N 4 - 20128 - MILANO(MI) |
| Telefono / Fax | 022431/0224364016 |
| PEC Registro Imprese | GARE.SHG@PEC.SIEMENS.IT |
| Tipologia impresa | SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA |
| Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale | 04785851009 |
| Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale | 05/11/1997 |
| Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale | MI |
| INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza | 5179971 |
| INPS: Matricola aziendale | 4954583677 |
| Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero | 06475404/80 - 0647503/35 - 06475405/36 |
| PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: | DR.LOMBARDIA.GTPEC@PCEAGENZIAENTRATE.IT |
| CCNL applicato / Settore | CHIMICO FARMACEUTICO / DIAGNOSTICA IN VIVO |
| <i>SYNGO VIA STRIATALE ANALYSIS</i> | |
| Oggetto dell'ordine (1 di 7) - Scheda tecnica: SMS_L2_AQ_GC_Software avanzato per | |
| Marca: Siemens - Prezzo: 12000,00 - Nome commerciale: Software avanzato per elaborazioni e quantificazioni neurologiche per acquisti successivi. Siemens. Modellosyngo.SPECT DB Comparison- syngo.SPECT Striat | |

Analysis - Unità di vendita: Pezzo - Modello: syngo.SPECT DB Comparison- syngo.SPECT Striatial Analysis - Codice articolo accordo quadro: CG-L2-CONF1-SA-SMS-AS - Descrizione tecnica: Software avanzato per elaborazioni e quantificazioni neurologiche per acquisti successivi - Tipo contratto: Acquisto - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 12000,00

NMG. BROAD QUANT

Oggetto dell'ordine (2 di 7) - Scheda tecnica: SMS_L2_AQ_GC_Hardware e/o software di

Marca: Siemens - Prezzo: 70000,00 - Nome commerciale: Hardware e/o software di quantificazione dell'attività per almeno tre isotopi in uso per acquisti successivi. Siemens. ModelloBroad Quantification - Unità di vendita: Pezzo - Modello: Broad Quantification - Codice articolo accordo quadro: CG-L2-CONF1-HS-SMS-AS - Descrizione tecnica: Hardware e/o software di quantificazione dell'attività per almeno tre isotopi in uso per acquisti successivi - Tipo contratto: Acquisto - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 70000,00

Oggetto dell'ordine (3 di 7) - Scheda tecnica: SMS_L2_AQ_GC_UPS (20 min) per acquisti

Marca: Eaton - Prezzo: 12210,00 - Nome commerciale: UPS per svolgimento dell'esame in corso per applicazioni cardiologiche e renali per acquisti successivi. Eaton. Modello9PX 3000i RT3U - Unità di vendita: Pezzo - Modello: 9PX 3000i RT3U - Codice articolo accordo quadro: CG-L2-CONF1-UPS-SMS-AS - Descrizione tecnica: UPS per svolgimento dell'esame in corso per applicazioni cardiologiche e renali per acquisti successivi - Tipo contratto: Acquisto - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 12210,00

Oggetto dell'ordine (4 di 7) - Scheda tecnica: SMS_L2_AQ_GC_Sistema server per acquisti

Marca: Siemens - Prezzo: 30000,00 - Nome commerciale: Sistema server per la gestione di almeno 3 utenze contemporanee comprensiva di 3 postazioni client per la post elaborazione di studi SPECT per acquisti successivi. Siemens. Modellosyngo.via L Server upgrade a 3 utenze contemporanee con postazioni hardware client - Unità di vendita: Pezzo - Modello: syngo.via L Server upgrade a 3 utenze contemporanee con postazioni hardware client - Codice articolo accordo quadro: CG-L2-CONF1-SS-SMS-AS - Descrizione tecnica: Sistema server per la gestione di almeno 3 utenze contemporanee comprensiva di 3 postazioni client per la post elaborazione di studi SPECT per acquisti successivi - Tipo contratto: Acquisto - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 30000,00

Oggetto dell'ordine (5 di 7) - Scheda tecnica: SMS_L2_AQ_GC_Set di fantocci per accettazione

Marca: Pro-Project; PHANTOM LABORATORY - Prezzo: 20000,00 - Nome commerciale: Set di fantocci per accettazione apparecchiature secondo protocollo e Catphan per acquisti successivi. Pro-Project; PHANTOM LABORATORY. ModelloPro-NM Slits; Pro-NM Linear Source Module; Costum Sensitivity; Pro-NM NEMA NU2 CUSTOM;Catphan 600 - Unità di vendita: Pezzo - Modello: Pro-NM Slits; Pro-NM Linear Source Module; Costum Sensitivity; Pro-NM NEMA NU2 CUSTOM;Catphan 600 - Codice articolo accordo quadro: CG-L2-CONF1-SF-SMS-AS - Descrizione tecnica: Set di fantocci per accettazione apparecchiature secondo protocollo e Catphan per acquisti successivi - Tipo contratto: Acquisto - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 20000,00

Oggetto dell'ordine (6 di 7) - Scheda tecnica: SMS_L2_AQ_GC_Servizio di smontaggio non

Nome commerciale: Servizio di smontaggio non conservativo delle apparecchiature per acquisti successivi - Codice articolo accordo quadro: CG-L2-CONF1-SNC-SMS-AS - Prezzo: 3500,00 - Unità di vendita: Servizio - Tipo contratto: Acquisto

Oggetto dell'ordine (7 di 7) - Scheda tecnica: SMS_L2_AQ_GC_Coppia di collimatori paralleli

Marca: Siemens - Prezzo: 15000,00 - Nome commerciale: Coppia di collimatori paralleli high energy comprensivi del sistema per la loro sostituzione per acquisti successivi. Siemens. ModelloHE - High Energy;Carrello portacollimatori - Unità di vendita: Pezzo - Modello: HE - High Energy;Carrello portacollimatori - Codice articolo accordo quadro: CG-L2-CONF1-CCHE-SMS-AS - Descrizione tecnica: Coppia di collimatori paralleli high energy comprensivi del sistema per la loro sostituzione per acquisti successivi - Tipo contratto: Acquisto - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 15000,00

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

| Nome | Valore |
|------|--------|
|------|--------|

| | |
|----------------------|--|
| ID ordine principale | Il numero identificativo dell'ordinativo principale di fornitura è: 7038561 |
|----------------------|--|

| RIEPILOGO ECONOMICO | | | | | |
|---------------------|--|---------------------|--------------|----------------------------------|------------------|
| Oggetto | Nome Commerciale | Prezzo Unitario (€) | Qtà ordinata | Prezzo Complessivo (IVA esclusa) | Aliquota IVA (%) |
| 1 | Software avanzato per elaborazioni e quantificazioni neurologiche per acquisti successivi. Siemens. Modellosyngo.SPECT DB Comparison-syngo.SPECT Striatat Analysis | 12000,00 | 1 (Pezzo) | 12000,00 € | 5,00 |
| 2 | Hardware e/o software di quantificazione dell'attività per almeno tre isotopi in uso per acquisti successivi. Siemens. ModelloBroad Quantification | 70000,00 | 1 (Pezzo) | 70000,00 € | 5,00 |
| 3 | UPS per svolgimento dell'esame in corso per applicazioni cardiologiche e renali per acquisti successivi. Eaton. Modello9PX 3000i RT3U | 12210,00 | 1 (Pezzo) | 12210,00 € | 5,00 |
| 4 | Sistema server per la gestione di almeno 3 utenze contemporanee comprensiva di 3 postazioni client per la post elaborazione di studi SPECT per acquisti successivi. Siemens. Modellosyngo.via L Server upgrade a 3 utenze contemporanee con postazioni hardware client | 30000,00 | 1 (Pezzo) | 30000,00 € | 5,00 |

| | | | | | |
|---|--|----------|--------------|------------|------|
| 5 | Set di fantocci per accettazione apparecchiature secondo protocollo e Catphan per acquisti successivi. Pro-Project; PHANTOM LABORATORY. Modello Pro-NM Slits; Pro-NM Linear Source Module; Costum Sensitivity; Pro-NM NEMA NU2 CUSTOM; Catphan 600 | 20000,00 | 1 (Pezzo) | 20000,00 € | 5,00 |
| 6 | Servizio di smontaggio non conservativo delle apparecchiature per acquisti successivi | 3500,00 | 1 (Servizio) | 3500,00 € | 5,00 |
| 7 | Coppia di collimatori paralleli high energy comprensivi del sistema per la loro sostituzione per acquisti successivi. Siemens. Modello HE – High Energy; Carrello portacollimatori | 15000,00 | 1 (Pezzo) | 15000,00 € | 5,00 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Totale Ordine (IVA esclusa) € | 162710,00 |
| IVA € | 8135,50 |
| Totale Ordine (IVA inclusa) € | 170845,50 |

| INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE | |
|---|--|
| Indirizzo di Consegna | VIA RENATO PAOLINI 47 - 65100 - PESCARA - (PE) |
| Indirizzo di Fatturazione | VIA RENATO PAOLINI 47 - 65100 - PESCARA - (PE) |
| Intestatario Fattura | ASL 3 PESCARA |
| Codice Fiscale Intestatario Fattura | 01397530682 |
| Partita IVA da Fatturare | non indicato |
| Modalità di Pagamento | Bonifico Bancario |

| NOTE ALL'ORDINE |
|-------------------------|
| Nessuna nota aggiuntiva |

| DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE |
|-------------------------------|
| |

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Il sottoscritto Punto Ordinante: Visto l' "Accordo Quadro per l'affidamento della fornitura di Gamma Camere e Sistemi Gamma Camera/CT, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni", stipulato ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. A), del D.LGS. N.50/2016 s.m.i., dalla Consip S.p.A. – Codice CIG 9245033A92; - considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabiliti nell'Accordo Quadro; DICHIARA- di aderire all'Accordo Quadro e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste; - di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 2016/679 contenute nell'Accordo Quadro sopra citato, e di autorizzare il fornitore nonché la Consip S.p.A. al trattamento dei propri dati personali.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : 20-2024-32
 DEL : 29/02/2024
 DATA CONSEGNA :
 DATA FINE CONSEGNA :

FORNITORE

Spott.le
 (96452) SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.
 P.I.: 12268050155
 VIA VIPITENO N.4
 20128 MILANO, MI
 Telefono : 02/24367546
 FAX : 02/24367656

Budget di Spesa : UAUT-2023-13/1

Conto : 0101020502 - Attrezzature generiche

| Codice | Descrizione | UM | Quantita | Prezzo Unit. | %Sc | Imponibile | %IVA |
|--|-------------|-----|----------|--------------|------|------------|------|
| 323220 | NUM | NUM | 1,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 5,00 |
| SOFTWARE AVANZATO SIEMENS MOD. SYNGO.SPEC T DB | | | | | | | |
| COMPARISON -SYNGO STRIATAL ANALYSIS | | | | | | | |

CUP: G24E21005080006 - GAMMA CAMERE E
 SISTEMI GAMMA CAMERA/CT- LOTTO 2-
 SISTEMI GAMMA CAMERA/CT

CIG: 9506437FF8 - ADESIONE AD ACCORDO
 QUADRO CONSIP GAMMA CAMERA LOTTO 2
 -PNRR

Cdc: C06C05 UOC MEDICINA NUCLEARE - PO PESCARA Q.tà 1,00

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|-----|------|-----------|------|-----------|------|
| 323222 | NUM | NUM | 1,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 5,00 |
| SISTEMA SERVER SIEMENS MOD. SYNGO | | | | | | | |

CUP: G24E21005080006 - GAMMA CAMERE E
 SISTEMI GAMMA CAMERA/CT- LOTTO 2-
 SISTEMI GAMMA CAMERA/CT

CIG: 9506437FF8 - ADESIONE AD ACCORDO
 QUADRO CONSIP GAMMA CAMERA LOTTO 2
 -PNRR

Cdc: C06C05 UOC MEDICINA NUCLEARE - PO PESCARA Q.tà 1,00

| | | | | | | | |
|--|-----|-----|------|-----------|------|-----------|------|
| 323241 | NUM | NUM | 1,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 5,00 |
| HARDWARE E70 SOFTWARE SIEMENS MOD. BROAD QUANTIFICATION | | | | | | | |

CUP: G24E21005080006 - GAMMA CAMERE E
 SISTEMI GAMMA CAMERA/CT- LOTTO 2-
 SISTEMI GAMMA CAMERA/CT

CIG: 9506437FF8 - ADESIONE AD ACCORDO
 QUADRO CONSIP GAMMA CAMERA LOTTO 2
 -PNRR

Cdc: C06C05 UOC MEDICINA NUCLEARE - PO PESCARA Q.tà 1,00

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-----|------|-----------|------|-----------|------|
| 323221 | NUM | NUM | 1,00 | 12 210,00 | 0,00 | 12 210,00 | 5,00 |
| UPS EATON MOD. 9PX 3000I RT3U | | | | | | | |

CUP: G24E21005080006 - GAMMA CAMERE E
 SISTEMI GAMMA CAMERA/CT- LOTTO 2-
 SISTEMI GAMMA CAMERA/CT

CIG: 9506437FF8 - ADESIONE AD ACCORDO
 QUADRO CONSIP GAMMA CAMERA LOTTO 2
 -PNRR

Cdc: C06C05 UOC MEDICINA NUCLEARE - PO PESCARA Q.tà 1,00

| | | | | | | | |
|--|-----|-----|------|-----------|------|-----------|------|
| 323253 | NUM | NUM | 1,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 5,00 |
| SET DI FANTOCCI E CATHAN PRO-PROJECT, PHANTOM LABORATORY MOD. PRO-NM SLITS, PRO-NM LINEAR SOURCE MODULE, COSTUM SENSITIVITY PRO-NM NEMA NU2 CUSTOM, CATPHAN 600 | | | | | | | |

CUSTOM, CATPHAN 600

ORDINE : 20 - 2024 - 32

Budget di Spesa : UAUT-2023-13/1

Conto : 0101020502 - Attrezzature generiche

| Codice | Descrizione | UM | Quantita | Prezzo Unit. | %Sc | Imponibile | %IVA |
|-------------|--|---|----------|--------------|-----|------------------|------|
| | CUP: G24E21005080006 - GAMMA CAMERE E | | | | | | |
| | SISTEMI GAMMA CAMERA/CT- LOTTO 2- | | | | | | |
| | SISTEMI GAMMA CAMERA/CT | | | | | | |
| Cdc: | C06C05 | UOC MEDICINA NUCLEARE - PO PESCARA | | | | Q.tà 1,00 | |

| | | | | | | | |
|--|------------|-------------|------------------|-------------|--|------------------|-------------|
| 323242 | NUM | 1,00 | 15 000,00 | 0,00 | | 15 000,00 | 5,00 |
| COPPIA DI COLLIMATORI PARALLELI HIGH ENERGY SIEMENS | | | | | | | |
| MOD. HE-HIGH ENERGY, CARRELLO PORTACOLLIMATORI | | | | | | | |

CUP: G24E21005080006 - GAMMA CAMERE E **CIG: 9506437FF8 - ADESIONE AD ACCORDO**
SISTEMI GAMMA CAMERA/CT- LOTTO 2- **QUADRO CONSIP GAMMA CAMERA LOTTO 2**
SISTEMI GAMMA CAMERA/CT **-PNRR**

| | | | |
|-------------|---------------|---|------------------|
| Cdc: | C06C05 | UOC MEDICINA NUCLEARE - PO PESCARA | Q.tà 1,00 |
|-------------|---------------|---|------------------|

| COD IVA | IVA% | IMPONIBILE | IMPOSTA |
|----------------|-------------|-------------------|----------------|
| 105 | 5,00 | 159 210,00 | 7 960,50 |

TOTALE IMPONIBILE
159 210,00

TOTALE IVA
7 960,50

TOTALE ORDINE
167 170,50

Luogo consegna

LTCPE - MAGAZZINO TECNOLOGICO PESCARA
 VIA R. PAOLINI, 47
 PESCARA, 65100





AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2024

N. 218

Data 07/02/2024

**OGGETTO: ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DI NR. 2
GAMMA CAMERA SERVIZI ANNESSI E DISPOSITIVI OPZIONALI PER LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI CON LE DITTE GE MEDICAL SYSTEMS SPA E SIEMENS
HEALTHCARE SRL (LOTTO N.1) E (LOTTO N.2) – PNRR PRESA D'ATTO**



AZIENDA SANITARIA DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DI NR. 2 GAMMA CAMERA SERVIZI ANNESSI E DISPOSITIVI OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON LE DITTE GE MEDICAL SYSTEMS SPA E SIEMENS HEALTHCARE SRL (LOTTO N.1) E (LOTTO N.2) – PNRR PRESA D’ATTO.

PRESO ATTO della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente;

PREMESSO che:

- In data 13 luglio 2021 la Commissione Europea ha approvato il Piano Nazionale della Ripresa e Resilienza (PNRR), documento strategico con il quale il Governo Italiano intende accedere ai fondi Next Generation EU (NGEU);
- In data 24 maggio 2022 la Regione Abruzzo con D.G.R. nr. 263 ha approvato il Piano Operativo Regionale, che si compone degli Action Plan, riferiti a ciascuna Linea di investimenti previsti dal PNRR;

VISTI:

- il Decreto Legge n. 59 del 06/05/2021 coordinato con la legge di conversione n.10 del 01/07/2021 recante: *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”*;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. del 15/07/2021;
- il D. L. n.77 del 31/05/2022, coordinato con la legge di conversione n. 108 del 29/07/2021;
- il Decreto del Dirigente del Servizio Sanità n. 13/SAN del 30/07/2021;
- Il Decreto del 6/08/2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- Il Decreto del 15/09/2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- L’Intesa, ex art. 8, comma 6, della L. 05/06/2003 n.15;
- Il D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. Linea Guida Anac n.3;

VISTA:

- La nota prot. n. 13588/22 del 13/01/2022, del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo;
- La nota prot. n.006529/22 del 17/01/22 dell’Azienda Sanitaria Locale di Pescara;
- La Delibera della Asl di Pescara n. 302 del 24/02/22;

VISTA la Delibera dell’Azienda Sanitaria di Pescara *“ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). MISSIONE M6 –Salute - (Componenti C1/C2). NOMINA R.U.P. ex art. 31 D.Lgs., 50/2016 e ss.mm.ii.”* con la quale, tra l’altro, si nomina l’Ing. Vincenzo Lo Mele RUP aziendale, per la linea d’intervento della Missione n.6 del PNRR nello specifico relativo a *“GRANDI APPARECCHIATURE E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO”*;

ATTESO che:

- Si ravvisa la necessità di rinnovare il parco attrezzature disponibili presso l'Asl di Pescara in quanto i macchinari attualmente disponibili sono vecchi, pertanto risulta necessario ammodernarle sostituendole con delle nuove;
- Le Gamma Camera attualmente presenti nella Asl di Pescara sono macchinari vecchi ed obsoleti ed hanno necessità di essere ammodernati con apparecchiature di ultima generazione e tecnologicamente avanzate;
- La Regione Abruzzo con D.G.G. 263 del 24 maggio 2022 ha autorizzato alla scrivente Azienda, attraverso la procedura in adesione ad Accordo Quadro Consip, l'acquisizione di nr. 2 Gamma Camera;

TENUTO CONTO che risulta attivo l'accordo quadro stipulato da CONSIP spa per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge 23 Dicembre 1999 n.488 e ss.mm.ii. e dell'art.58, legge 23 dicembre 2000 n.388 con più operatori economici ai sensi dell'art. 54 comma 4, lett. a), del D. Lgs 50/2016 per la fornitura di Gamma Camera servizi connessi e dispositivi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni;

- le ditte GE Medical System Italia spa e Siemens Healthcare srl risultano aggiudicatarie del Lotto 1 e 2 delle Gamma Camera dell'
- +Accordo Quadro citato;
- l'Accordo Quadro stipulato tra Consip spa e GE Medical System Italia spa ha ad oggetto i seguenti accessori:
 - Sistema Server per la gestione di almeno 3 utenze contemporaneamente;
 - UPS per svolgimento dell'esame in corso di applicazioni Cardiologiche e Renali;
 - Software avanzato per elaborazioni e quantificazioni neurologiche;
 - Coppia Collimatori paralleli High Energy;
 - Coppia di Collimatori Medium Energy;
 - Configurazione Modulo TC;
 - servizio di smontaggio non conservativo delle apparecchiature per acquisti successivi;
- l'Accordo Quadro stipulato tra Consip spa e Siemens Healthcare srl ha ad oggetto i seguenti accessori:
 - Software avanzato per elaborazioni e quantificazioni neurologiche;
 - Hardware e/o software di quantificazione dell'attività;
 - UPS per svolgimento dell'esame in corso;
 - Sistema Server per la gestione di almeno tre utenze;
 - Servizio di smontaggio non conservativo delle apparecchiature per acquisti successivi;

PRESO ATTO che con note del 19/11/2022 e del 22/11/2023 a firma del dott. A. D. D. N. Direttore f.f. UOC Medicina Nucleare presso il P.O. di Pescara, si esprimeva la necessità, a seguito di incontri intercorsi con l'Ing. Vincenzo Lo Mele Direttore UOC Ingegneria Clinica della Asl di Pescara affinché tramite adesione ad accordo quadro Consip con fondi PNRR si potesse procedere all'acquisto di nr. 2 Gamma Camera di equivalenti marche e in sostituzione di quelle esistenti con relativi dispositivi opzionali;

PRECISATO che in data 26 ottobre 2023 il dott. A. D. D. N. Direttore f.f. della UOC Medicina Nucleare della Asl di Pescara, richiedeva allo scrivente ufficio la possibilità di aggiungere agli acquisti precedentemente effettuati, dei Dispositivi Medici come per esempio l'Upgrade Workstation Xeleris, e dunque si è provveduto tramite l'acquisto in Rete MePa, a presentare RDO Nr. 3924622 aperta con base d'asta di complessive Euro 70.000,00 al quale ha risposto un unico operatore, la ditta GE HealthCare al costo complessivo di 60.000,00;

RITENUTO pertanto di aderire al suddetto Accordo Quadro Lotto nr. 1 e 2 - Gamma Camera - alle condizioni normative ed economiche ivi previste per l'acquisto, così come meglio riepilogate nei seguenti prospetti sinottici:

| DITTA | DESCRIZIONE PRODOTTO | Q.TA' | DESTINAZIONE | PREZZO COMPLESSIVO |
|--------------------------|--|-------|--------------|-----------------------------------|
| GE MEDICAL SYSTEMS | NUMERO ORDINE 7033628 | 1 | P.O. PESCARA | 249.500,00 (IVA ESCLUSA 5%) |
| | NUMERO ORDINE 7045570 GAMMA CAMERA PACCHETTO ACCESSORI UPS PER SVOLGIMENTO DELL'ESAME IN CORSO DI APPLICAZIONI CARDIOLOGICHE E RENALI SOFTWARE AVANZATO PER ELABORAZIONE QUANTIFICAZIONI NEUROLOGICHE COPPIA COLLIMATORI PARALLELI HIGH ENERGY COPPIA DI COLLIMATORI MEDIUM ENERGY CONFIGURAZIONE MODULO TC SERVIZIO DI SMONTAGGIO NON CONSERVATIVO | 1 | P.O. PESCARA | 245.000,00 (IVA ESCLUSA 5% e 22%) |
| SIEMENS | NUMERO ORDINE 7038561 | 1 | P.O. PESCARA | 539.000,00 (IVA ESCLUSA 5%) |
| | NUMERO ORDINE 7045718 GAMMA CAMERA PACCHETTO ACCESSORI SOFTWARE AVANZATO PER ELABORAZIONI E QUANTIFICAZIONI NEUROLOGICHE HARDWARE E/O SOFTWARE DI QUANTIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ UPS PER SVOLGIMENTO DELL'ESAME IN CORSO SISTEMA SERVER PER LA GESTIONE DI ALMENO TRE UTENZE SERVIZIO DI SMONTAGGIO NON CONSERVATIVO | 1 | P.O. PESCARA | 162.710,00 (IVA ESCLUSA 5% e 22%) |

VISTO che l'art. 15 comma 13 lett. d) del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012 n. 135 "d), prevede che gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

ATTESO che l'apparecchiatura acquisita è presente nell'elenco di cui al numero 1 ter della tabella A parte II Bis "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5% del DPR nr. 533/72 introdotto dall'art. 124 co. 1 del DL 34/2000, dei beni soggetti a IVA agevolata al 5%;

CONSIDERATO che l'aliquota IVA da applicare all'acquisizione di che trattasi è riconducibile al disposto dell'art.124, comma 1, del D. L. 34/2000;

TENUTO CONTO della nota trasmessa a mezzo Pec dall'UOC Ingegneria Clinica alle ditte GE Medical System S.p.A. e Siemens Healthcare S.r.l. mediante la quale si chiedeva conferma sull'applicazione del regime IVA agevolato al 5% per l'apparecchiatura di che trattasi e delle risposte ricevute in data 17/11/2023 da parte della GE Medical Systems Italia S.p.A. e in data 22/01/2024 da parte Siemens Healthcare S.r.l. con la quale si confermava quanto richiesto facendo eccezione per la ditta GE Medical Systems Italia S.p.A. della parte relativa allo smontaggio non conservativo del sistema preesistente sul quale l'aliquota IVA permane al 22% ;

ACQUISITO il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza;

DATO ATTO dell'attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo-contabile e tecnica del presente provvedimento:

1. Il Dirigente proponente nella sua qualità di Direttore della UOC Ingegneria Clinica - HTA;
2. Il Dirigente dell'U.O.C. Controllo di Gestione;
3. Il Dirigente dell'U.O.C. Bilancio e Gestione Economico-Finanziaria

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda.

D E L I B E R A

Per tutto quanto esposto in premessa:

DI ADERIRE all'accordo quadro in Convenzione Consip denominato "Gamma Camera" avente ad oggetto la fornitura di Gamma Camera, servizi connessi e dispositivi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni Lotto nr. 1 e 2 per l'affidamento delle forniture che di seguito si riportano:

- Acquisto di nr. 1 Gamma Camera (lotto nr.1 PNRR) con la Ditta GE Medical Systems per la fornitura di nr. 1 alla Gamma Camera a doppia testata General Purpose Modello NM830, e dei dispositivi opzionali come indicati in narrativa per un costo pari ad Euro, 519.565,00 iva inclusa per le esigenze del P.O. di Pescara;
- Acquisto di nr. 1 Gamma Camera a (lotto nr.2 PNRR) con la Ditta Siemens per la fornitura di nr. 1 di nr.1 Gamma Camera a doppia testata general purpose Modello Symbia Intevo Bold e dei dispositivi opzionali come riportati in narrativa per un costo pari ad Euro 737.390,50 iva inclusa per le esigenze del P.O. di Pescara;

DI AUTORIZZARE, ora per allora il responsabile della U.O.C. Ingegneria Clinica ad emettere ordinativo di spesa per gli importi precedentemente descritti.;

DI CONSIDERARE che l'aliquota IVA da applicare all'acquisizione di che trattasi è riconducibile al disposto dell'art.124, comma 1, del D. L. 34/2020;

DI IMPUTARE la spesa complessiva pari ad **€ 1.256.955,50** i.i. sulla pertinente voce di conto n. 01.01.02.05.02 Aut. 13/1 del bilancio d'esercizio 2023 con fondi del PNRR;

DI NOMINARE RUP della procedura l'Ing. Vincenzo Lo Mele Direttore dell'U.O.C. Ingegneria Clinica HTA;

DI NOMINARE DEC della procedura l'Ing. Claudia Di Lanzo Collaboratore Tecnico Professionale in servizio presso l'U.O.C. Ingegneria Clinica HTA;

DI DARE ATTO che il presente atto, ai sensi dell'art.6 del regolamento interno approvato con Deliberazione 28.06.2012, numero 705, è immediatamente esecutivo;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi del D. Lgs.33/2013.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo

Vincenzo Lo Mele

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

Graziano Di Marco

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n. 0101020502

Anno 2023

Il Direttore

Graziano Di Marco

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesca Rancitelli

firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Rossano Di Luzio

firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vero Michitelli

firmato digitalmente
