

**RDO APERTA PER L'ACQUISIZIONE DI SISTEMA DI RILEVAZIONE DEI VALORI PRESSORI DEL TRATTO DIGESTIVO INFERIORE
TRAMITE CATETERI PLURIUSO ALLO STATO SOLIDO (MANOMETRIA AD ALTA RISOLUZIONE) PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI
CHIRURGIA PEDIATRICA DELLA ASL DI PESCARA**

La Commissione Giudicatrice

VERBALE DEL 15/07/2024

Il giorno 15/07/2024 alle ore 12:30 presso i locali della U.O.C Chirurgia Pediatrica della ASL di Pescara, si è riunita la Commissione Giudicatrice, come da delibera n°795 del 6 Maggio 2024, composta da:

Dott. Laurino GROSSI - UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva (Presidente)

Dott.ssa Roberta SANTUCCI - UOC Chirurgia Pediatrica (Componente)

Dott. Dario Rinaldi – UOC Ingegneria Clinica (Componente)

I membri della commissione, dopo attenta lettura e analisi di tutti gli atti di gara, quali capitolato tecnico, disciplina e offerta tecnica degli Operatori Economici partecipanti e prova pratica di utilizzo, stabiliscono la seguente valutazione qualitativa attribuendo i relativi coefficienti e punteggi finali:

CRITERIO DI VALUTAZIONE	TIPO CRITERIO	MEDTRONIC ITALIA SPA
Caratteristiche del software	D	10
Facilità d'uso	D	4
Possibilità ricostruzione 3D con visualizzazione real-time della distribuzione pressoria a 360°	T	5
Configurazione software/Hardware con possibilità di ampliamento del sistema per l'esecuzione di metodiche diagnostiche aggiuntive	T	2
Materiale di consumo b1		
Facilità pulizia, decontaminazione e disinfezione materiale di consumo	D	3
Cateteri con il maggior numero di punti di rilevazione pressoria (minimo 8)	P	10
Caratteristiche pediatriche: accessori più idonei all'utilizzo pediatrico.	D	6
Cateteri con superficie completamente liscia e atraumatica	T	2
Materiale di consumo b2		
Facilità pulizia, decontaminazione e disinfezione materiale di consumo	D	3
Cateteri con il maggior numero di punti di rilevazione pressoria (minimo 23)	P	10
Caratteristiche 3D: maggior numero punti pressori radiali, capacità ricostruzione real-time a 360° delle pressioni sfintere anale, capacità distinzione tra i 4 quadranti	D	6

Cateteri con superficie completamente liscia e atraumatica	T	2
ASSISTENZA TECNICA		
Tempi di intervento ridotti rispetto al capitolato, gestione remota dell'assistenza	P	4
Formazione e addestramento	D	2
TOTALE PUNTEGGIO QUALITATIVO		69
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO		

Il presidente, in data 15/07/2024 alle ore 13:00 dichiara chiusa la seduta e l'intera procedura di valutazione, rimettendo ai RUP il presente verbale

Pescara, 15/07/2024

La Commissione Giudicatrice

Dott. Laurino GROSSI

Dott. ssa Roberta SANTUCCI

Dott. Dario RINALDI




