

La Commissione Giudicatrice

VERBALE DEL 06/02/2024

Il giorno 26/10/2023 alle ore 14:30 presso i locali della UOC Otorinolaringoiatria ASL di Pescara, si è riunita la Commissione Giudicatrice, come da Delibera n° 704 del 10/05/2023, composta da:

Dott. Vincenzo PASSALI Dirigente Medico – UOC Otorinolaringoiatria - (Presidente)
Dott. ssa Sara CORDESCHI, Dirigente Medico – UOC Otorinolaringoiatria - (Componente)
Ing. Claudia DI LANZO, Collaboratore Tecnico- U.O.C. Ingegneria Clinica - (Componente)

Dopo attenta lettura e analisi di tutti gli atti di gara, quali capitolato tecnico, disciplinare e offerte tecniche degli Operatori Economici partecipanti, la Commissione decide di richiedere al RUP di Convocare le ditte per i Lotti 1 – 2 – 10 per una Demo /Visione con i relativi Specialist di Prodotto nelle seguenti giornate:

➤ 24/11/2023

LOTTI	Ditte
LOTTO 1	INOMED
LOTTO 2	KARL STORZ
LOTTO 10	KARL STORZ
	FIMAS

➤ 19/01/2024

LOTTI	Ditte
LOTTO 1	MEDTRONIC
LOTTO 2	MEDTRONIC
LOTTO 10	MEDTRONIC

Val

I membri della commissione, si sono riuniti, successivamente il 06/02/2024 stabilendo l'IDONEITÀ e la NON IDONEITÀ delle offerte tecniche delle ditte per ogni singolo LOTTO, ad esclusione del lotto 7 poiché andato deserto

LOTTO 1 "DISPOSITIVI MONOUSO PER ELETTROMIOGRAFIA INTRAOPERATORIA":

MEDTRONIC	IDONEO
INOMED	IDONEO

Strofin

Claudia Di Lanzo

LOTTO 2 "DISPOSITIVI MONOUSO PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA NASALE":

MEDTRONIC	IDONEO
KARL STORZ	IDONEO

LOTTO 3 "DISPOSITIVI MONOUSO PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA NASALE AVANZATA":

OLYMPUS	IDONEO
---------	--------

LOTTO 4 "TAMPONI NASALI POSTOPERATORI E PER EPISTASSI":

MEDTRONIC	IDONEO
-----------	--------

LOTTO 5 "PROTESI STAPEDOTOMIA":

MEDIVAL	IDONEO
MEDTRONIC	IDONEO
OLYMPUS	IDONEO
UBER ROS	IDONEO

LOTTO 6 "SISTEMA RADIOFREQUENZA PER IL TRATTAMENTO DELLE RONCOPATIE":

OLYMPUS	IDONEO
---------	--------

LOTTO 8 "SILICONE":

MEDTRONIC	IDONEO
-----------	--------

LOTTO 9 "FILLER IN POLIDIMETISILOSSANO (PDMS)":

MEDTRONIC	IDONEO
-----------	--------

LOTTO 10 "FRESE PER CHIRURGIA OTOLOGICA":

FIMAS	IDONEO
KARL STORZ	IDONEO

LOTTO 11 "GUAINE COMPATIBILI CON FIBROSCOPI OLYMPUS":

A.DI.MED. S.A.S	IDONEO
MEDTRONIC	IDONEO

VR

Montanari

Claudia Di Pas

LOTTO 12 "GUAINE COMPATIBILI CON FIBROSCOPI EMOS":

A.DI.MED. S.A.S	IDONEO
MEDTRONIC	IDONEO

Nella stessa seduta sono stati attribuiti i relativi coefficienti e punteggi finali come da "Allegato 1 – Tabella Valutazione – Dispositivi Otorino" e "Allegato 2 – Commenti Tabella Valutazione – Dispositivi Otorino" per ogni singolo lotto, che diventa parte integrante e sostanziale del presente verbale.

La Graduatoria finale qualitativa è la seguente:

LOTTO 1 "DISPOSITIVI MONOUSO PER ELETTROMIOGRAFIA INTRAOPERATORIA":

MEDTRONIC	Pti 80,00
INOMED	Pti 77,00

LOTTO 2 "DISPOSITIVI MONOUSO PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA NASALE":

MEDTRONIC	Pti 80,00
KARL STORZ	Pti 78,00

LOTTO 3 "DISPOSITIVI MONOUSO PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA NASALE AVANZATA":

OLYMPUS	Pti 80,00
---------	-----------

LOTTO 4 "TAMPONI NASALI POSTOPERATORI E PER EPISTASSI":

MEDTRONIC	Pti 80,00
-----------	-----------

LOTTO 5 "PROTESI STAPEDOTOMIA":

MEDIVAL	Pti 80,00
MEDTRONIC	Pti 80,00
OLYMPUS	Pti 80,00
UBER ROS	Pti 80,00

VP

Alar...

LOTTO 6 "SISTEMA RADIOFREQUENZA PER IL TRATTAMENTO DELLE RONCOPATIE":

OLYMPUS	Pti 80,00
---------	-----------

LOTTO 8 "SILICONE":

MEDTRONIC	Pti 80,00
-----------	-----------

LOTTO 9 "FILLER IN POLIDIMETISILOSSANO (PDMS)":

MEDTRONIC	Pti 80,00
-----------	-----------

LOTTO 10 "FRESE PER CHIRURGIA OTOLOGICA":

FIMAS	Pti 80,00
KARL STORZ	Pti 80,00

LOTTO 11 "GUAINE COMPATIBILI CON FIBROSCOPI OLYMPUS":

MEDTRONIC	Pti 80,00
A.DI.MED. S.A.S	Pti 78,00

LOTTO 12 "GUAINE COMPATIBILI CON FIBROSCOPI EMOS":

MEDTRONIC	Pti 80,00
A.DI.MED. S.A.S	Pti 78,00

VRh

Claudia Di Las

Alonofflin

Il Presidente, dichiara chiusa la seduta e l'intera procedura di valutazione, rimettendo al RUP il presente verbale composto da pag. 5 con "Allegato 1 – Tabella Valutazione – Dispositivi Otorino" e "Allegato 2 – Commenti Tabella Valutazione – Dispositivi Otorino" per ogni singolo lotto, per i successivi atti consequenziali.

Pescara, 06/02/2024 ore 17:00

La Commissione Giudicatrice

Dott. Vincenzo PASSALI

Vincenzo Passali

Dott.ssa Sara CORDESCHI

Sara Cordeschi

Ing. Claudia DI LANZO

Claudia Di Lanzo

Allegato 1 - TABELLA VALUTAZIONE - DISPOSITIVI OTORINO

TABELLA ELEMENTI DI VALUTAZIONE - LOTTO 1 <i>Dispositivi monouso per elettromiografia intraoperatoria</i>		P.TI MAX	Coeff. Ass.		Coeff. Rip.		Punteggio	
			INOMED	MEDTRONIC	INOMED	MEDTRONIC	INOMED	MEDTRONIC
Caratteristiche tecniche dei dispositivi	Caratteristiche del materiale	10	1	1	1	1	10	10
	Livelli di qualità comprovati da letteratura scientifica e utilizzo in centri di riferimento	10	1	1	1	1	10	10
	Praticità di impiego	10	0,8	1	0,8	1	8	10
Caratteristiche funzionali	Funzionalità del confezionamento	5	1	1	1	1	5	5
	Resistenza e adattabilità di impiego dei dispositivi	10	1	1	1	1	10	10
	Funzionalità del materiale in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso	10	0,9	1	0,9	1	9	10
Assistenza tecnica post vendita	Caratteristiche clinico/funzionali delle apparecchiature	20	1	1	1	1	20	20
	Programma di assistenza	5	1	1	1	1	5	5
PUNTEGGIO FINALE RIPARAMETRATO							77,00	80
PUNTEGGIO TOTALE							77,00	80

Pescara, 06/02/2024

La Commissione Giudicatrice

Dott. Vincenzo PASSALI

Dott.ssa Sara CORDESCHI

Ing. Claudia DI LANZO

Vincenzo Passali
Sara Cordeschi
Claudia Di Lanzo

Allegato 2 - COMMENTI TABELLA VALUTAZIONE - DISPOSITIVI OTORINO

COMMENTI TABELLA DI VALUTAZIONE - LOTTO 1 <i>Dispositivi monouso per elettromiografia intraoperatoria</i>		P.TI MAX	Coeff. Ass.	
			INOMED	MEDTRONIC
Caratteristiche tecniche dei dispositivi	Caratteristiche del materiale	10	equivalenti	equivalenti
	Livelli di qualità comprovati da letteratura scientifica e utilizzo in centri di riferimento	10	equivalenti	equivalenti
Caratteristiche clinico-funzionali	Praticità di impiego	10	Necessità di assemblamento prima dell'utilizzo	Pronto all'uso
	Funzionalità del confezionamento	5	equivalenti	equivalenti
	Resistenza e adattabilità di impiego dei dispositivi	10	equivalenti	equivalenti
Assistenza tecnica post vendita	Funzionalità del materiale in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso	10	Più elaborata messa in opera	Minore necessità di esperienza dell'operatore
	Caratteristiche clinico/funzionali delle apparecchiature	20	equivalenti	equivalenti
	Programma di assistenza	5	equivalenti	equivalenti

Pescara, 06/02/2024

La Commissione Giudicatrice

Dott. Vincenzo PASSALI

Dott.ssa Sara CORDESCHI

Ing. Claudia DI LANZO







Allegato 1 - TABELLA VALUTAZIONE - DISPOSITIVI OTORINO

TABELLA ELEMENTI DI VALUTAZIONE - LOTTO 2 Dispositivi monouso per chirurgia endoscopica nasale		P.TI MAX	Coeff. Ass.		Coeff. Rip.		Punteggio	
			STORZ	MEDTRONIC	STORZ	MEDTRONIC	STORZ	MEDTRONIC
Caratteristiche tecniche dei dispositivi	Caratteristiche del materiale	10	1	1	1	1	10	10
	Livelli di qualità comprovati da letteratura scientifica e utilizzo in centri di riferimento	10	1	1	1	1	10	10
	Praticità di impiego	10	1	1	1	1	10	10
	Funzionalità del confezionamento	5	1	1	1	1	5	5
	Resistenza e adattabilità di impiego dei dispositivi	10	1	1	1	1	10	10
Caratteristiche clinico-funzionali	Funzionalità del materiale in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso	10	0,8	1	1	0,8	8	10
	Caratteristiche clinico/funzionali delle apparecchiature	20	1	1	1	1	20	20
Assistenza tecnica post vendita	Programma di assistenza	5	1	1	1	5	5	5
PUNTEGGIO TOTALE							78,00	80
PUNTEGGIO FINALE RIPARAMETRATO							78,00	80

Pescara, 06/02/2024

La Commissione Giudicatrice

Dott. Vincenzo PASSALI

Dott.ssa Sara CORDESCHI

Ing. Claudia DI LANZO

Vincenzo Passali

Sara Cordeschi

Claudia Di Lanzo

Allegato 2 - COMMENTI TABELLA VALUTAZIONE - DISPOSITIVI OTORINO

TABELLA ELEMENTI DI VALUTAZIONE - LOTTO 2 <i>Dispositivi monouso per chirurgia endoscopica nasale</i>		P.TI MAX	Coeff. Ass.	
			STORZ	MEDTRONIC
Caratteristiche tecniche dei dispositivi	Caratteristiche del materiale	10	equivalenti	equivalenti
	Livelli di qualità comprovati da letteratura scientifica e utilizzo in centri di riferimento	10	equivalenti	equivalenti
	Praticità di impiego	10	equivalenti	equivalenti
	Funzionalità del confezionamento	5	equivalenti	equivalenti
Caratteristiche clinico-funzionali	Resistenza e adattabilità di impiego dei dispositivi	10	equivalenti	equivalenti
	Funzionalità del materiale in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso	10	Minore adattabilità alle tecniche chirurgiche	Maggiore adattabilità alle tecniche chirurgiche
	Caratteristiche clinico/funzionali delle apparecchiature	20	equivalenti	equivalenti
Assistenza tecnica post vendita	Programma di assistenza	5	equivalenti	equivalenti

Pescara, 06/02/2024

La Commissione Giudicatrice

Dott. Vincenzo PASSALI

Vincenzo Passali

Dott.ssa Sara CORDESCHI

Sara Cordeschi

Ing. Claudia DI LANZO

Claudia Di Lanzo

Allegato 1 - TABELLA VALUTAZIONE - DISPOSITIVI OTORINO

TABELLA ELEMENTI DI VALUTAZIONE - LOTTO 5 <i>Protesi stapodontomia</i>	P.TI	Coeff. Ass.					Coeff. Rip.					Punteggio						
		MEDIVAL	MEDTRONIC	OLYMPUS	UBER ROS	MEDIVAL	MEDTRONIC	OLYMPUS	UBER ROS	MEDIVAL	MEDTRONIC	OLYMPUS	UBER ROS	MEDIVAL	MEDTRONIC	OLYMPUS	UBER ROS	
Caratteristiche tecniche dei dispositivi	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10	10	10	
	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10	10	10	
	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	15	15	15	
Caratteristiche clinico-funzionali	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	
	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	15	15	15	
	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	20	20	20	
Assistenza tecnica post vendita	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	
PUNTEGGIO FINALE RIPARAMETRATO												80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
PUNTEGGIO TOTALE												80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Pescara, 06/02/2024

La Commissione Giudicatrice

Dott. Vincenzo PASSALI

Dott.ssa Sara CORDESCHI

Ing. Claudia DI LANZO

Vincenzo Passali
Sara Cordeschi
Claudia Di Lanzo

Allegato 2 - COMMENTI TABELLA VALUTAZIONE - DISPOSITIVI OTORINO

TABELLA ELEMENTI DI VALUTAZIONE - LOTTO 5 <i>Protesi stapedotomia</i>		P.TI				
		MAX	MEDIVAL	MEDTRONIC	OLYMPUS	UBER
Caratteristiche tecniche dei dispositivi	Caratteristiche del materiale	10	equivalenti	equivalenti	equivalenti	equivalenti
	Livelli di qualità comprovati da letteratura scientifica e utilizzo in centri di riferimento	10	equivalenti	equivalenti	equivalenti	equivalenti
	Praticità di impiego	15	equivalenti	equivalenti	equivalenti	equivalenti
	Funzionalità del confezionamento	5	equivalenti	equivalenti	equivalenti	equivalenti
Caratteristiche clinico-funzionali	Resistenza e adattabilità di impiego dei dispositivi	15	equivalenti	equivalenti	equivalenti	equivalenti
	Funzionalità del materiale in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso	20	equivalenti	equivalenti	equivalenti	equivalenti
Assistenza tecnica post vendita	Programma di assistenza	5	equivalenti	equivalenti	equivalenti	equivalenti

Pescara, 06/02/2024

La Commissione Giudicatrice

Dott. Vincenzo PASSALI

Dott.ssa Sara CORDESCHI

Ing. Claudia DI LANZO

Vincenzo Passali

Sara Cordeschi

Claudia Di Lanzo

Allegato 1 - TABELLA VALUTAZIONE - DISPOSITIVI OTORINO

TABELLA ELEMENTI DI VALUTAZIONE - LOTTO 10 <i>Frese per chirurgia otologica</i>		P.TI MAX	Coeff. Ass.		Coeff. Rip.		Punteggio	
			STORZ	FIMAS	STORZ	FIMAS	STORZ	FIMAS
Caratteristiche tecniche dei dispositivi	Caratteristiche del materiale	10	1	1	1	1	10	10
	Livelli di qualità comprovati da letteratura scientifica e utilizzo in centri di riferimento	10	1	1	1	1	10	10
	Praticità di impiego	10	1	1	1	1	10	10
	Funzionalità del confezionamento	5	1	1	1	1	5	5
Caratteristiche clinico-funzionali	Resistenza e adattabilità di impiego dei dispositivi	10	1	1	1	1	10	10
	Funzionalità del materiale in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso	10	1	1	1	1	10	10
	Caratteristiche clinico/funzionali delle apparecchiature	20	1	1	1	1	20	20
Assistenza tecnica post vendita	Programma di assistenza	5	1	1	1	1	5	5
PUNTEGGIO FINALE RIPARAMETRATO							80	80
PUNTEGGIO TOTALE							80	80

Pescara, 06/02/2024

La Commissione Giudicatrice

Dott. Vincenzo PASSALI

Dott.ssa Sara CORDESCHI

Ing. Claudia DI LANZO

Vincenzo Passali
Sara Cordeschi
Claudia Di Lanzo

Allegato 2 - COMMENTI TABELLA VALUTAZIONE - DISPOSITIVI OTORINO

TABELLA ELEMENTI DI VALUTAZIONE - LOTTO 10 <i>Frese per chirurgia otologica</i>		P.TI MAX	STORZ	FIMAS
Caratteristiche tecniche dei dispositivi	Caratteristiche del materiale	10	equivalenti	equivalenti
	Livelli di qualità comprovati da letteratura scientifica e utilizzo in centri di riferimento	10	equivalenti	equivalenti
	Praticità di impiego	10	equivalenti	equivalenti
	Funzionalità del confezionamento	5	equivalenti	equivalenti
Caratteristiche clinico-funzionali	Resistenza e adattabilità di impiego dei dispositivi	10	equivalenti	equivalenti
	Funzionalità del materiale in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso	10	equivalenti	equivalenti
	Caratteristiche clinico/funzionali delle apparecchiature	20	equivalenti	equivalenti
Assistenza tecnica post vendita	Programma di assistenza	5	equivalenti	equivalenti

Pescara, 06/02/2024

La Commissione Giudicatrice

Dott. Vincenzo PASSALI

Dott.ssa Sara CORDESCHI

Ing. Claudia DI LANZO

Vincenzo Passali
Sara Cordeschi
Claudia Di Lanzo

Allegato 1 - TABELLA VALUTAZIONE - DISPOSITIVI OTORINO

TABELLA ELEMENTI DI VALUTAZIONE - LOTTO 11 Guaine compatibili con fibroscopi Olympus	P.TI	Coeff. Ass.		Coeff. Rip.		Punteggio	
		A.DI.MED.S.A.S	MEDTRONIC	A.DI.MED.S.A.S	MEDTRONIC	A.DI.MED.S.A.S	MEDTRONIC
Caratteristiche tecniche dei dispositivi	MAX						
Caratteristiche del materiale	10	1	1	1	1	10	10
Livelli di qualità comprovati da letteratura scientifica e utilizzo in centri di riferimento	10	1	1	1	1	10	10
Praticità di impiego	15	1	1	1	1	15	15
Funzionalità del confezionamento	5	1	1	1	1	5	5
Resistenza e adattabilità di impiego dei dispositivi	15	1	1	1	1	15	15
Caratteristiche clinico-funzionali	20	0,9	1	0,9	1	18	20
Assistenza tecnica post vendita	5	1	1	1	1	5	5
PUNTEGGIO TOTALE						78,00	80,00
PUNTEGGIO FINALE RIPARAMETRATO						78,00	80,00




Pescara, 06/02/2024

La Commissione Giudicatrice

Dott. Vincenzo PASSALI

Dott.ssa Sara CORDESCHI

Ing. Claudia DI LANZO

Allegato 2 - COMMENTI TABELLA VALUTAZIONE - DISPOSITIVI OTORINO

TABELLA ELEMENTI DI VALUTAZIONE - LOTTO 11 <i>Guaine compatibili con fibroscopi Olympus</i>		P.TI	A.DI.MED.S.A.S	MEDTRONIC
		MAX		
Caratteristiche tecniche dei dispositivi	Caratteristiche del materiale	10	equivalenti	equivalenti
	Livelli di qualità comprovati da letteratura scientifica e utilizzo in centri di riferimento	10	equivalenti	equivalenti
	Praticità di impiego	15	equivalenti	equivalenti
	Funzionalità del confezionamento	5	equivalenti	equivalenti
	Resistenza e adattabilità di impiego dei dispositivi	15	equivalenti	equivalenti
Caratteristiche clinico-funzionali	Funzionalità del materiale in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso	20	Minore adattabilità allo strumento	Maggiore adattabilità allo strumento
	Assistenza tecnica post vendita	5	equivalenti	equivalenti

Pescara, 06/02/2024

La Commissione Giudicatrice

Dott. Vincenzo PASSALI

Vincenzo Passali

Dott.ssa Sara CORDESCHI

Sara Cordeschi

Ing. Claudia DI LANZO

Claudia Di Lanzo

Allegato 1 - TABELLA VALUTAZIONE - DISPOSITIVI OTORINO

TABELLA ELEMENTI DI VALUTAZIONE - LOTTO 12 <i>Guaine compatibili con fibroscopi Emos</i>		P.TI MAX	Coeff. Ass.		Coeff. Rip.		Punteggio	
			A.DI.MED.S.A.S	MEDTRONIC	A.DI.MED.S.A.S	MEDTRONIC	A.DI.MED.S.A.S	MEDTRONIC
Caratteristiche tecniche dei dispositivi	Caratteristiche del materiale	10	1	1	1	1	10	10
	Livelli di qualità comprovati da letteratura scientifica e utilizzo in centri di riferimento	10	1	1	1	1	10	10
	Praticità di impiego	15	1	1	1	1	15	15
	Funzionalità del confezionamento	5	1	1	1	1	5	5
	Resistenza e adattabilità di impiego dei dispositivi	15	1	1	1	1	15	15
Caratteristiche clinico-funzionali	Funzionalità del materiale in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso	20	0,9	1	0,9	1	18	20
	Programma di assistenza	5	1	1	1	1	5	5
PUNTEGGIO FINALE RIPARAMETRATO							78,00	80,00
PUNTEGGIO TOTALE							78,00	80,00

Pescara, 06/02/2024

La Commissione Giudicatrice

Dott. Vincenzo PASSALI

Dott.ssa Sara CORDESCHI

Ing. Claudia DI LANZO

Vincenzo Passali
Sara Cordeschi
Claudia Di Lanzo

Allegato 2 - COMMENTI TABELLA VALUTAZIONE - DISPOSITIVI OTORINO

TABELLA ELEMENTI DI VALUTAZIONE - LOTTO 12 <i>Guaine compatibili con fibroscopi Emos</i>		P.TI MAX	A.DI.MED.S.A.S		MEDTRONIC	
			A.DI.MED.S.A.S	MEDTRONIC	A.DI.MED.S.A.S	MEDTRONIC
Caratteristiche tecniche dei dispositivi	Caratteristiche del materiale	10	equivalenti	equivalenti	equivalenti	equivalenti
	Livelli di qualità comprovati da letteratura scientifica e utilizzo in centri di riferimento	10	equivalenti	equivalenti	equivalenti	equivalenti
	Praticità di impiego	15	equivalenti	equivalenti	equivalenti	equivalenti
	Funzionalità del confezionamento	5	equivalenti	equivalenti	equivalenti	equivalenti
	Resistenza e adattabilità di impiego dei dispositivi	15	equivalenti	equivalenti	equivalenti	equivalenti
Caratteristiche clinico-funzionali	Funzionalità del materiale in relazione alle esigenze di manualità e di tecniche d'uso	20	Minore adattabilità allo strumento	Maggiore adattabilità allo strumento	Maggiore adattabilità allo strumento	Maggiore adattabilità allo strumento
	Assistenza tecnica post vendita	5	equivalenti	equivalenti	equivalenti	equivalenti

Pescara, 06/02/2024

La Commissione Giudicatrice

Dott. Vincenzo PASSALI

Dott.ssa Sara CORDESCHI

Ing. Claudia DI LANZO

Vincenzo Passali
Sara Cordeschi
Claudia Di Lanzo