

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI
PER LE ESIGENZE DELLE U.O. DI UROLOGIA DELLA ASL DI PESCARA RELATIVA AI
LOTTE DESERTI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI AGGIUDICAZIONE N. 805 DEL 2022**

In data 21/4/2023 ed in data 5/5/2023 , dopo accurato controllo della documentazione prodotta per valutazione del materiale inerente la gara in oggetto e dopo aver preso visione della campionatura ricevuta dalle ditte partecipanti, la Commissione tecnica riunitasi, da' la propria valutazione come da allegato tecnico inviato con il presente verbale.

Pescara 5/5/2023

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti del caso

La Commissione tecnica giudicatrice

Presidente

Dott. Walter Fusco

ASL PESCARA
U.O. C. UROLOGIA
Dr. FUSCO Walter
Mat. 8080

Componente

Dott. ssa Emilia Esposito

Componente

Dott.ssa Sara Colangelo



**.DISPOSITIVI MEDICI VARI (sonde, stent, sacche e deflussori) PER LE ESIGENZE DELLE
UU.OO. DI UROLOGIA DELLA ASL DI PESCARA
ALLEGATO TECNICO**

LOTTO 1 (DESERTO)

Sonda vescicale a 3 vie per chirurgia prostatica (IPB media) in PVC – LATEX FREE, senza rilascio di FTALATI

LOTTO 2 – (1 BIS)

Sonda vescicale a 3 vie per chirurgia prostatica (IPB media) in PVC

Presentano offerta le seguenti ditte: TELEFLEX*

I dispositivi offerti sono rispondenti a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono i seguenti:

Ditta offerente	Finitura dei materiali	Semplicità di utilizzo	Qualità costruttiva correlati ad aspetti di sicurezza per il paziente	Totale
TELEFLEX	17 (1)	28 (1)	35 (1)	80

***Il prodotto offerto si ritiene idoneo per l'utilizzo clinico richiesto, benchè presenti palloncino da 75cc invece che "... fino a 50 mL".**



LOTTO 3
Sonda vescicale a 2 vie in silicone punta tiemann

Presentano offerta le seguenti ditte: CLINILAB*, COLOPLAST, LUME IMPORT, PELLECCCHIA, TELEFLEX

I dispositivi offerti dalle ditte COLOPLAST, LUME IMPORT, PELLECCCHIA, TELEFLEX sono rispondenti a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono i seguenti:

Ditta offerente	Finitura dei materiali	Semplicità di utilizzo	Qualità costruttiva correlati ad aspetti di sicurezza per il paziente	Totale
COLOPLAST	17 (1)	28 (1)	35 (1)	80
LUME IMPORT	10,2 (0,6)	16,8 (0,6)	21 (0,6)	48
PELLECCCHIA	12,75 (0,75)	21 (0,75)	26,25 (0,75)	60
TELEFLEX	15,3 (0,9)	25,2 (0,9)	29,75 (0,85)	70,25

***Il dispositivo offerto dalla ditta Clinilab viene escluso per mancanza di documentazione attestante assenza di ftalati**

LOTTO 4
Sonda vescicale monovia punta tiemann

Presentano offerta le seguenti ditte: BENEFIS, TELEFLEX*

I dispositivi offerti dalla ditta BENEFIS sono rispondenti a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono i seguenti:

Ditta offerente	Finitura dei materiali	Semplicità di utilizzo	Qualità costruttiva correlati ad aspetti di sicurezza per il paziente	Totale
BENEFIS	17 (1)	28 (1)	35 (19)	80

***Il dispositivo offerto dalla ditta Teleflex viene escluso per presenza di ftalati**

LOTTO 5 (DESERTO)
Sonda vescicale monovia punta mercier

LOTTO 6
Sacca di raccolta urina sterile da letto

Presentano offerta le seguenti ditte: BENEFIS, CHEMIL, CLINILAB, LUME IMPORT

I dispositivi offerti sono rispondenti a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono i seguenti:

Ditta offerente	Finitura dei materiali	Semplicità di utilizzo	Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	Totale
BENEFIS	17 (1)	28 (1)	35 (1)	80
CHEMIL	12,75 (0,75)	21 (0,75)	26,25 (0,75)	60
CLINILAB	17 (1)	28 (1)	35 (1)	80
LUME IMPORT	10,2 (0,6)	16,8 (0,6)	21 (0,6)	48

Uyfr
SAE

LOTTO 7
Deflussori urologici con innesto per cateteri vescicali a 3 vie

Presentano offerta le seguenti ditte: MACROPHARM

I dispositivi offerti sono rispondenti a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono i seguenti:

Ditta offerente	Finitura dei materiali	Semplicità di utilizzo	Qualità costruttiva correlati ad aspetti di sicurezza per il paziente	Totale
MACROPHARM	17 (1)	28 (1)	35 (1)	80

LOTTO 8 (DESERTO)
Raccordo per sacca raccogli urine

LOTTO 9
Stent ureterali mono-J punta prossimale e distale aperta

Presentano offerta le seguenti ditte: ARS CHIRURGICA*, BOSTON*, COLMA, COLOPLAST*, PELLECCCHIA*, TELEFLEX*

I dispositivi offerti dalla ditta COLMA sono rispondenti a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono i seguenti:

Ditta offerente	Finitura dei materiali	Semplicità di utilizzo	Qualità costruttiva correlati ad aspetti di sicurezza per il paziente	Totale
COLMA	17 (1)	28 (1)	35 (1)	80

*I dispositivi offerti dalle ditte Ars Chirurgica, Boston, Coloplast, Pelleccchia, Teleflex vengono esclusi per mancanza di rivestimento idrofilico.



LOTTO 10
Estrattore di calcoli tipo dormia con possibilità di introduzione fibra laser

Presentano offerta le seguenti ditte: ARS CHIRURGICA, BOSTON

I dispositivi offerti sono rispondenti a quanto richiesto ed i punteggi assegnati sono i seguenti:

Ditta offerente	Finitura dei materiali	Semplicità di utilizzo	Qualità costruttiva correlati ad aspetti di sicurezza per il paziente	Totale
ARS CHIRURGICA	17 (1)	28 (1)	35 (1)	80
BOSTON	10,2 (0,6)	16,8 (0,6)	21 (0,6)	48

LOTTO 11 – (DESERTO)
Sacche urina pediatriche-neonatali

ASL PESCARA
U.O.C. UROLOGIA
Dr. FUSCO Walter
Moby 6080

