

Procedura aperta finalizzata all'affidamento della fornitura, in conto deposito, di "Stent coronarici a rilascio di farmaco" per la Cardiologia Interventistica del P.O. di Pescara.

CIG: 62207369BC

Guri n. 46 del 20 aprile 2015

Scadenza 18/06/2015

Termine per la presentazione di richieste di chiarimenti 08/06/2015

Termine per la pubblicazione dei chiarimenti 10/6/2015

CHIARIMENTI E RETTIFICHE

**SI COMUNICA CHE SONO STATI RETTIFICATI E RIPUBBLICATI GLI
ALLEGATI
1 E D**

1. Sul disciplinare di gara , all'art.10 relativo alla CAMPIONATURA il disciplinare indica che l'offerta deve essere perfezionata con l'invio di n. 1 campione non sterile (demo) . Più avanti sempre all'art.10 il disciplinare cita testualmente " I campioni presentati devono corrispondere alle prescrizioni previste dalla Direttiva CEE 93/42 e dalla Legge ed avere una validità di almeno 2/3 della durata" .

RISPOSTA: I CAMPIONI POTRANNO ESSERE "NON STERILI"

2. In merito all'allegato C/9- Lotto n. 2, vi chiediamo di confermare se è tassativo applicare la percentuale di sconto sul prezzo base d'asta.

RISPOSTA: SI PRESUME CHE IL RIFERIMENTO CORRETTO SIA ALL'ALLEGATO D. IN OGNI CASO, SI PRECISA CHE LE OFFERTE DOVRANNO ESSERE FORMULATE IN RIBASSO RISPETTO AI PREZZI POSTI A BASE D'ASTA E CHE, CONSEGUENTEMENTE, SONO ESCLUSE LE OFFERTE ECONOMICHE PARI O IN AUMENTO RISPETTO A QUELLE BASI.

LA PREVISIONE CONTENUTA NELL'ART. 12 DEL DISCIPLINARE DI GARA COSTITUISCE UN PARZIALE REFUSO E VIENE SOSTITUITA CON LA SEGUENTE: "Determina l'esclusione dalla gara:..... - il fatto che l'offerta economica o quella tecnica sia parziale o condizionata o espressa in modo indefinito, o sia formulata alla pari o in aumento rispetto all'importo a base di gara soggetto a ribasso."

3. In riferimento all'art . 8 del disciplinare di gara A1 Istanza di ammissione alla gara, punti 1 e 2 la

dichiarazione (soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lett.b) del D.lgs. 163/2006) può essere prestata dal Procuratore firmante anche per tutti gli Amministratori muniti del potere di rappresentanza.

RISPOSTA: E' AMMISSIBILE, CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART. 47 DEL DPR 445/2000.

3. Allegato C Bis, voce 18. Dividendo la quantità quadriennale riportata sull'allegato 1 pari a 1350 pezzi, il risultato è pari a 337,50. Cosa scriviamo indi sull'allegato C Bis alla voce 18 (ossia quantità annuale)?

RISPOSTA: LE COLONNE 18 E 19 DI DETTO ALLEGATO VENGONO ELIMINATE.

4. Con riferimento al contenuto della busta “documenti per l'ammissione alla gara” si chiede, al fine di apporre i corretti riferimenti sul frontespizio di ogni documento presentato, come prescritto, di voler comunicare la corretta numerazione con particolare riferimento al punto A6), Lo stesso infatti corrisponde sia alla “dichiarazione motivata, ai sensi dell'art. 13 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 163/2006, relativa a quali informazioni fornite in sede di presentazione dell'offerta costituiscano segreti tecnici o commerciali”, sia al “A6) Schema di contratto di conto deposito, sottoscritto per accettazione” (richiamato alla Vs. nota N.B.).

RISPOSTA: POICHE LO “SCHEMA DI CONTRATTO DI CONTO DEPOSITO” E' RICHIAMATO AL PUNTO A7, NON DOVRA' SEMPLICEMENTE ESSERE CONSIDERATO IL RICHIAMO FATTONE AL PUNTO “N.B.”.

2. Con riferimento alla busta “offerta tecnica”, si chiede di voler confermare che il soggetto firmante in originale le schede tecniche debba essere l'offerente e che, dunque, sia sufficiente la firma dell'offerente, anche se non produttore.

RISPOSTA: SI CONFERMA

3. Con riferimento alla busta “offerta tecnica”, al fine di poter presentare, come richiesto da questa Spett.le S.A., ogni documento recante nel frontespizio i numeri di riferimento per un'agevole identificazione degli stessi, si chiede di voler sostituire l'elenco puntato con elenco opportunamente numerato o, in subordine, la possibilità che sia il concorrente stesso a numerare, in ordine cronologico e crescente, i diversi punti elencati.

RISPOSTA.: OVVIAMENTE, SI ACCONSENTE ALLA NUMERAZIONE, AUTONOMA E POSSIBILMENTE, RISPETTOSA DELL'ORDINE RIPORTATO NEL NS ELENCO.

Con riferimento alla “Campionatura” (Art. 10 del Disciplinare di Gara), essendo ammessa nonché richiesta campionatura NON STERILE, si chiede di voler stralciare la dicitura secondo la quale “i campioni presentati devono [...] avere una validità di almeno 2/3 della durata”.

RISPOSTA: TALE PREVISIONE COSTITUISCE UN REFUSO E, PERTANTO, NON VA CONSIDERATA

5. Con riferimento alla relazione resa ai sensi dell'art. 88 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. che il concorrente dovrà inserire nella busta C, si chiede se la stessa dovrà essere inserita sciolta o, a sua volta, posta in un'ulteriore busta chiusa all'interno della busta C.

RISPOSTA. NEL PRECISARE CHE TRATTASI DI PREVISIONE “FACOLTATIVA”, LADDOVE IL CONCORRENTE DECIDESSE DI PRODURLA, LA STESSA DOVRA ESSERE INSERITA, A SCELTA:

- NELLA BUSTA ECONOMICA,
- IN BUSTA SEPARATA, CHIUSA E SIGILLATA, ALL'INTERNO DEL Plico MAGGIORE, OPPORTUNAMENTE ED INEQUIVOCABILMENTE IDENTIFICATA

ED IDENTIFICABILE (TIPO: CONTIENE GIUSTIFICATIVI EX ART, 88 D. LGS 163/2006).

6. per quanto riguarda il lotto 1 sull'allegato D "modulo offerta economica" , a colonna 16 viene richiesto l'importo totale annuale , mentre la colonna 10 riporta la quantità quadriennale.

Come facciamo a moltiplicare il prezzo offerto per 337,5=pezzi annuali ?

RISPOSTA: IL CONTENUTO DELLA COLONNA 16 VIENE RETTIFICATO IN “IMPORTO TOTALE QUADRIENNALE”

7. la bibliografia scientifica può essere presentata in lingua inglese ?

RISPOSTA E' CONSENTITO