



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2025

N. 171

Data 20/02/2025

OGGETTO: : APPROVAZIONE RDO APERTA, DA ESPERIRE SUL MEPA, PER LA FORNITURA BIENNALE IN SERVICE, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA E) DEL D.LGS. N. 36/2023, DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO PER LA DETERMINAZIONE DEI TEST FREEBETA-HCG E PAPP-A PER IL RISCHIO DI PATOLOGIE NEONATALI CORRELATE AD ALTERAZIONI CROMOSOMICHE DA DESTINARE AL LABORATORIO ANALISI DELLA ASL DI PESCARA (CIG B27DB65D2A).

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Approvazione RDO aperta, da esperire sul MEPA, per la fornitura biennale in service, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e) del D.LGS. n. 36/2023, di un sistema diagnostico per la determinazione dei test FREEBETA-HCG e PAPP-A per il rischio di patologie neonatali correlate ad alterazioni cromosomiche da destinare al Laboratorio Analisi della ASL di Pescara (CIG B27DB65D2A).

“Preso atto della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente”

Premesso che è stata indetta, con deliberazione n. 1137 dell'11 luglio 2024, la **RDO aperta n. 4524738**, da esperire attraverso la piattaforma di negoziazione telematica MEPA, per la fornitura biennale in service, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e) del D.LGS. n. 36/2023, di un sistema diagnostico per la determinazione dei test FREEBETA-HCG e PAPP-A per il rischio di patologie neonatali correlate ad alterazioni cromosomiche da destinare al Laboratorio Analisi della ASL di Pescara, rivolta agli operatori economici che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte risultino iscritti al M.E.P.A. e abilitati per la categoria merceologica di riferimento.

Stabilito in complessivi **€ 85.000,00, iva esclusa**, il valore del contratto per la fornitura del sistema in parola (prezzo base d'asta biennale).

Dato atto che dalla documentazione di gara si evince che sono state previste le opzioni di estensione del 20% del valore del contratto, per un importo di € 17.000,00, iva esclusa, e di rinnovo biennale, per un importo di € 85.000,00, iva esclusa.

Rilevato che sono stati predisposti gli atti di gara, disciplinare, capitolato tecnico e foglio patti e condizioni, pubblicati in data 17 luglio 2024 sul MEPA con RDO n. **4524738 (CIG B27DB65D2A)**.

Rilevato che l'operatore economico con cui stipulare il contratto viene individuato in esito alla procedura in parola e viene riconosciuto come aggiudicatario il concorrente che ha presentato prodotti rispondenti alle specifiche tecniche richieste e che ha totalizzato il punteggio complessivo più elevato, inteso come somma dei punteggi qualitativi ed economici, in applicazione dei criteri previsti nell'allegato disciplinare (**offerta economicamente più vantaggiosa**);

Considerato che entro i termini di scadenza, fissati per il 7 agosto 2024, sono pervenute le offerte da parte dei seguenti operatori economici:

- ROCHE DIAGNOSTICS SPA
- DASIT SPA

Considerato che dall'esame dell'offerta tecnica (vedasi l'allegato verbale del 18 dicembre 2024), effettuato dalla Commissione Giudicatrice, costituita con deliberazione n. 1465 del 25 settembre 2024, è emerso quanto segue:

OFFERTA TECNICA

OPERATORE ECONOMICO	PUNTEGGIO
DASIT SPA	70
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	57,43

Considerato che dall'esame dell'offerta economica sono emersi i risultati riportati nel seguente quadro sinottico:

OFFERTA ECONOMICA

OPERATORE ECONOMICO	VALORE OFFERTA	PUNTEGGIO
DASIT	€ 59.800,00	19,55
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	€ 59.605,62	19,66

Evidenziato che, dalle risultanze sopra illustrate, l'esito della procedura di gara in parola viene illustrato nel seguente quadro sinottico:

operatore economico	punteggio tecnico	punteggio economico	punteggio totale
DASIT SPA	70	19,55	89,55
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	57,43	19,66	77,09

Preso atto dell'offerta economica presentata dall'operatore economico DASIT SPA, allegata al presente provvedimento, il cui valore è pari a € **59.800,00 iva esclusa**, come prezzo complessivo biennale, a fronte di un prezzo di base d'asta di € **85.000,00 iva esclusa**.

Dato atto che sono stati posti in essere, con esito positivo, i controlli sul possesso dei requisiti nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario DASIT SPA, come da verbale conservato agli atti di ufficio.

Visti l'art. 18, comma 5, e l'art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023.

“Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., che ne attesta la regolarità e la completezza”.

Dato atto dell'attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo-contabile e tecnica del presente provvedimento:

- 1. Dirigente proponente nella qualità di Responsabile della U.O.C. Gestione Approvvigionamenti Beni e Servizi;***

nonché la registrazione al centro di costo

- 2. Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione***

e al conto economico dell'esercizio di competenza

- 3. Dirigente della U.O.C. Bilancio e Gestione Economico-Finanziaria***

Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda

D E L I B E R A

Per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende integralmente richiamato

- 1. Di approvare** la proposta di aggiudicazione dell'Autorità di gara/RUP relativa alla RDO n. **4524738 (CIG B27DB65D2A)**, pubblicata in data 17 luglio 2024 sul MEPA e esperita sulla suddetta piattaforma di negoziazione telematica ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.
- 2. Di aggiudicare** alla Ditta **DASIT SPA**, sulla base della seguente graduatoria, la **fornitura biennale in service di un sistema diagnostico per la determinazione dei test FREEBETA-HCG e PAPP-A per il rischio di patologie neonatali correlate ad alterazioni cromosomiche da destinare al Laboratorio Analisi della ASL di Pescara**, come meglio descritta nell'allegata offerta economica della Ditta in argomento, per l'importo di € **59.800,00 +IVA**:

operatore economico	punteggio tecnico	punteggio economico	punteggio totale
---------------------	-------------------	---------------------	------------------

DASIT SPA	70	19,55	89,55
ROCHE DIAGNOSTICS SPA	57,43	19,66	77,09

3. **Di dare atto** che il contratto biennale da sottoscrivere, avente ad oggetto la fornitura del sistema in parola e del relativo materiale di consumo, di cui al punto 2 del presente provvedimento, ha valore pari a € **59.800,00 +IVA**.
4. **Di dare atto** che la fornitura, a valle del suddetto contratto biennale:
 - E' disciplinata secondo quanto disposto dal capitolato tecnico, sottoscritto dalla Ditta DASIT SPA per accettazione;
 - E' disciplinata dall'offerta tecnica della Ditta DASIT SRL, conservata agli atti di ufficio e dalla sua offerta economica, quest'ultima allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
5. **Di dare atto** che il contratto sarà sottoscritto digitalmente dal Direttore f.f dell'U.O.C. Gestione Approvvigionamenti Beni e Servizi, attraverso il portale di Acquisti in Rete per la Pubblica Amministrazione;
6. **Di dare atto** che nella documentazione di gara che sono state previste le opzioni di estensione del 20% del valore del contratto, per un importo di € 17.000,00, iva esclusa, e di rinnovo biennale, per un importo di € 85.000,00, iva esclusa.
7. **Di imputare** la spesa complessiva di € **69.296,00 iva inclusa**, (sulle pertinenti voci di conto degli esercizi 2025-2026-2027 (v.c. 0701010309- 0704020102-0703010102).
8. **Di nominare DEC** il dott. Giancarlo Di Iorio, Direttore Medico della U.O.C. Laboratorio Analisi della ASL di Pescara.
9. **Di dare atto** che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 del regolamento interno approvato con deliberazione n. 705 del 28 giugno 2012, è immediatamente esecutivo.
10. **di disporre** che il presente provvedimento venga integralmente pubblicato nell'Albo Pretorio Aziendale e nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.

VERBALE DELLA SEDUTA D'INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE TECNICA RELATIVA ALLA RDO APERTA PER LA FORNITURA BIENNALE IN SERVICE DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO PER LA DETERMINAZIONE DEL FREEBETA-HCG E PAPP-A PER IL RISCHIO DI PATOLOGIE NEONATALI CORRELATE AD ALTERAZIONI CROMOSOMICHE DA DESTINARE ALLA UOC DEL LABORATORIO ANALISI DELL'ASL DI PESCARA.

Il giorno 18/12/2020 in Pescara, Via Fonte Romana, presso la UOC Laboratorio Analisi Cliniche, alle ore 08.30, si è riunita la Commissione Tecnica, nominata con delibera n° 1465 del 25 Settembre 2024 per le operazioni di valutazione tecnica della alla RDO Aperta per la fornitura biennale in service di un Sistema Diagnostico per la determinazione del Freebeta-HCG e Papp-A per il Rischio di Patologie Neonatali correlate ad alterazioni cromosomiche da destinare alla UOC del Laboratorio Analisi dell'Asl di Pescara.

Sono presenti:

- Dott.ssa Gilda Angelini in qualità di Presidente.
- Dott.ssa Anna Maria Facciolini in qualità di componente.
- Dott. ssa Fabiola Moccia in qualità di componente.

La commissione, costituita ai sensi dell'atto dirigenziale citato, è tenuta a valutare le offerte tecniche delle seguenti ditte:

Dasit SpA

Roche Diagnostics SpA.

La commissione procede con la valutazione della presenza dei requisiti minimi: si attesta pertanto che sia la ditta Dasit SpA che la ditta Roche Diagnostics SpA rispettano tali requisiti.

Successivamente si predispone la tabella Excel (griglia di valutazione) su cui verranno registrate i punteggi assegnati secondo le modalità previste dalla RDO.

Relativamente al punto 1 (D) (Ingombro della/e strumentazione/i. Relazionare. Sarà premiata maggiormente la strumentazione meno ingombrante), nell'attribuzione del punteggio la commissione ha tenuto conto delle dimensioni della strumentazione e della adattabilità agli spazi a disposizione nel laboratorio.

Relativamente al punto n. 14 (P) ("Specificità analitica del test. I punteggi verranno calcolati attribuendo il coefficiente più elevato (1) alla maggiore specificità dei test, e alle altre proposte coefficienti direttamente proporzionali; infine, i coefficienti ottenuti, saranno moltiplicati per il punteggio max previsto per il parametro.), la commissione, al fine di rispettare il meccanismo proporzionale di valutazione e tenendo conto di quanto dichiarato dalle due ditte, stabilisce di raggruppare le sostanze interferenti citate in 3 classi:

1-sostanze endogene 2-farmaci 3-integratori (biotina).

Il punteggio proporzionale viene pertanto attribuito, sia per il test Free Beta che per il test PAPP-A, assegnando il coefficiente 1 alla proposta che assicura la specificità al maggior numero di classi di sostanze interferenti.

Gli esiti valutativi sono riportati nella tabella allegata al presente verbale.

La presidente alle ore 13:30 dichiara conclusa la seduta e la relativa valutazione tecnica della documentazione ricevuta delle due ditte partecipanti.


- Dr.ssa Gilda Angelini (presidente)



- Dott.ssa Anna Maria Facciolini (componente)



- Dott. ssa Fabiola Moccia (componente)



Rif	LOTTO 1 DESCRIZIONE	TIPOLOGIA T = Tabellare P = Proporzionale V = Valutazione	Punti max Fino a	Coefficienti		PUNTEGGI TECNICI		NOTE	
				DASIT	ROCHE	DASIT	ROCHE	DASIT	ROCHE
1	Ingombro della/e strumentazione/i. Relazione. Sarà premiata maggiormente la strumentazione meno ingombrante	Discrezionale	5	1	0,6	5	3	giudizio : "eccellente" (rif.verbale)	giudizio : "sufficiente" (rif.verbale)
2	Tempi di incubazione; Relazione. I punteggi verranno calcolati attribuendo il coefficiente più elevato (1) al tempo più basso, e alle altre proposte coefficienti inversamente proporzionali; infine, i coefficienti ottenuti, saranno moltiplicati per il punteggio max previsto per il parametro.	Proporzionale	5	0,948	1	4,74	5	19'	18'
3	Mantenimento della tracciabilità per tutta la fase analitica	Tabellare	2	1	1	2	2	sì	sì
4	Rilevatore automatico di presenza di coaguli nei campioni.	Tabellare	3	1	1	3	3	sì	sì
5	Identificazione dei campioni tramite barcode, kit reagenti, registrazione master curve, lotti reagenti e calibratori.	Tabellare	5	1	1	5	5	sì	sì
6	Presenza sensori di livello per campioni e reagenti.	Tabellare	3	1	1	3	3	sì	sì
7	Analizzatore approvato dalla Fetal Medicine Foundation	Tabellare	3	1	1	3	3	sì	sì
8	Cadenza analitica; Relazione. I punteggi verranno calcolati attribuendo il coefficiente più elevato (1) alla migliore cadenza analitica proposta, e alle altre proposte coefficienti direttamente proporzionali; infine, i coefficienti ottenuti, saranno moltiplicati per il punteggio max previsto per il parametro.	Proporzionale	8	1	0,748	8	5,984	115 test/ora	86 test/ora
9	Diluzione intra-run completamente automatica per i campioni fuori range.	Tabellare	5	1	0	5	0	sì	NO
10	Numero di campioni on board. Relazione. I punteggi verranno calcolati attribuendo il coefficiente più elevato (1) al numero di campioni più alto, e alle altre proposte coefficienti direttamente proporzionali; infine, i coefficienti ottenuti, saranno moltiplicati per il punteggio max previsto per il parametro.	Proporzionale	6	1	0,937	6	5,622	80 campioni	75 campioni
11	Reagenti pronti all'uso.	Tabellare	4	1	1	4	4	sì	sì
12	Utilizzo di supporto di reazione monouso	Tabellare	2	1	0	2	0	sì	NO
13	Sensibilità analitica del test. I punteggi verranno calcolati attribuendo il coefficiente più elevato (1) alla maggiore sensibilità del test, e alle altre proposte coefficienti direttamente proporzionali; infine, i coefficienti ottenuti, saranno moltiplicati per il punteggio max previsto per il parametro.								
13A	Free Beta	Proporzionale	4	0,62	1	2,48	4	0,16 IU/L	0,1 IU/L
13B	PAPP-A	Proporzionale	4	1	1	4	4	0,004 IU/L	0,004 IU/L
14	Specificità analitica del test. I punteggi verranno calcolati attribuendo il coefficiente più elevato (1) alla maggiore specificità del test, e alle altre proposte coefficienti direttamente proporzionali; infine, i coefficienti ottenuti, saranno moltiplicati per il punteggio max previsto per il parametro.								
14A	Free Beta	Proporzionale	4	1	0,67	4	2,68	assenza di interferenza verso le 3 classi di interferenti (rif.verbale)	interferenza da biotina (rif.verbale)
14B	PAPP-A	Proporzionale	4	1	0,67	4	2,68	assenza di interferenza verso le 3 classi di interferenti (rif.verbale)	interferenza da biotina (rif.verbale)
15	VEQ esterna approvata FMF	Tabellare	3	1	1	3	3	sì	sì
Totale				Totale		Totale			
70,00				68,22		55,97			

RIPARAMETRAZIONE

70 57,43

Giuseppe

Offerta Economica relativa a

Descrizione RDO aperta, da esperire sul MEPA, per la fornitura biennale in service, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e) del D.LGS. n. 36/2023, di un sistema diagnostico per la determinazione dei test
RdO nr. 4524738
Numero lotto 1
FREEBETA-HCG e PAPP-A per il rischio di patologie neonatali correlate ad alterazioni cromosomiche da destinare al Laboratorio Analisi della ASL di Pescara

Amministrazione titolare del procedimento

Nome ente	ASL 3 Pescara		
Ufficio	UOC APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI		
Codice Fiscale	01397530682	Codice univoco ufficio IPA	Non presente
Indirizzo sede	Via renato paolini, 45		
Città	Pescara		
Recapito telefonico	+390854253127		
Email	federica.faccia@asl.pe.it		
Punto Ordinante	Federica Faccia		

Concorrente

Forma di partecipazione

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

DASIT SPA

Partita IVA

03222390159

Tipologia societaria

Società per azioni (SPA)

Oggetto dell'Offerta

DESCRIZIONE

FREEBETA-HCG e PAPP-A

Nome Caratteristica	Valore Offerto
OFFERTA ECONOMICA	59800

Ulteriori elementi della procedura di affidamento

Dichiarazione relativa al subappalto

L'Operatore Economico dichiara di essere intenzionato, in caso di aggiudicazione, ad avvalersi della facoltà di affidare attività in subappalto secondo i termini specificati nella documentazione che allega all'offerta

Ulteriori elementi della procedura di affidamento

Dichiarazione relativa all'art. 2359 del c.c.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;

- che i prezzi/sconti offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

SCHEMA OFFERTA ECONOMICA RDO FORNITURA QUADRIENNALE IN SERVICE DI APPARECCHIATURA PER LA COAGULAZIONE AUTOMATICA (ACT) DELLE CARTUCCE SPECIFICHE (MATERIALE DI CONSUMO) PER LE ESIGENZE DELLE UU.OO. DELLA ASL DI

PESCARA									
DESCRIZIONE	FABBRICATO RICHIESTO N.	NOME COMMERCIALE	CODICE	CND (ove previsto)	REPERTORIO (ove previsto)	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA ANNUALE	PREZZO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA BIENNALE		
Strumentazione nuova di fabbrica e di ultima generazione	1	Sistema Modello Kryptor GOLD completo di n. 3 stampanti, n. 3 gruppo statico, n. 3 tavolo da 180x80x83 cm	KRYPTOR GOLD codice MG7KCOLO STAMPANTE codice MG7S800N GRUPPO STATICO codice MG727007D TAVOLO Codice MG7E1171D	CND KRYPTOR GOLD: W0201020103 CND STAMPANTE: W0201020180 CND GRUPPO STATICO : W0201020180 CND TAVOLO: N.A.	K.P. KRYPTOR GOLD: 156639 REP. STAMPANTE: N.A. REP. GRUPPO STATICO : N.A. REP. TAVOLO: N.A.	€ 7.200,00	€ 14.400,00		

LA GARA E' ARTICOLATA IN UN UNICO LOTTO DA AGGIUDICARSI PER INTERO CON BASE D'ASTA COMPLESSIVA DI: € 85.000,00

DESCRIZIONE	NUMERO ANNUALE TEST RICHIESTO N.	NOME COMMERCIALE	CODICE e quantità annue	CND (ove previsto)	REPERTORIO (ove previsto)	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA ANNUALE	PREZZO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA BIENNALE		
TEST									
FreeBeta-ICG	1200	BRANIS FREE GING KRYPTOR	MG7FBHCE1 - quantità annua: 21 confezioni	W0102010206	2626833				
PAPPA	1200	BRANIS PAPP-A KRYPTOR	MG7PAPPA2 - quantità annua: 12 confezioni	W0102010210	2626702				
Materiale di consumo:									
		BRANIS PAPP-A CAL	MG7PAPPAY - quantità annua: 4 confezioni	W0102112203	1965919				
		BRANIS Solution Flare Kryptor	MG7GOSDF - quantità annua: 3 confezioni	W0101112202	2626849				
		BRANIS Free GING KRYPTOR CAL	MG7FBHCE2 - quantità annua: 4 confezioni	W0101112202	2626849				
		BRANIS GIM KRYPTOR DC	MG7100WNG - quantità annua: 7 confezioni	W0101112205	2535313				
		BRANIS Solution Pure KRYPTOR GOLD	MG7GOSDF - quantità annua: 3 confezioni	W0101010185	1965933				
		BRANIS KRYPTOR BUFFER	MG7BUFFER - quantità annua: 5 confezioni	W0107P0021	1965346				
		BRANIS Solution 1 KRYPTOR GOLD	MG7GOSD1 - quantità annua: 4 confezioni	W0101010185	1965933				
		BRANIS Solution 2 KRYPTOR GOLD	MG7GOSD2 - quantità annua: 8 confezioni	W0101010185	1965933				
		BRANIS Solution 3 KRYPTOR GOLD	MG7GOSD3 - quantità annua: 4 confezioni	W0101010185	1965933				
		BRANIS Solution 4 KRYPTOR GOLD	MG7GOSD4 - quantità annua: 4 confezioni	W0101010185	1965933				
		Linea esterna LENO DCS	MG7LAPND - quantità annua: 1 confezione	N.A.	N.A.				
		Toner (5000 pagine)	MG7T05A08 - quantità annua: 1 confezione	N.A.	N.A.				
		Carta stampante 5000 fogli	MG7190214 - quantità annua: 1 confezione	N.A.	N.A.				

FreeBeta-ICG 1200
PAPP-A 1200
SCOUTE ANALITICHE SETTIMANALI N. 2

TOTALE BIENNALE
APPARECCHIATURA+MATERIALE
DI CONSUMO € 59.800,00=

Costi relativi alla sicurezza biennali pari ad euro 272,00 duecentosettantadue/00
Costi relativi alla manutenzione biennali pari ad euro 1.932,72 milionenovecentoventidue/72

Nr. ref. offerta n. OFSE-12489/2024-0814(AF)ma del 29/07/2024

Spettabile
AZIENDA USL PESCARA
VIA RENATO PAOLINI 47
65124 PESCARA PE

Codice Cliente: 10000100461
Cornaredo, 29/07/2024

Ns. numero di protocollo: OFSE-12489/2024-0814\AF\ms del 29/07/2024
Vs. Rif.: Mepa RDO n. 4524738

OGGETTO: RDO aperta, da espletare sul MEPA, per la fornitura biennale in service, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e) del D.LGS. n. 36/2023, di un sistema diagnostico per la determinazione dei test FREEBETA-HCG e PAPP-A per i rischio di patologie neonatali correlate ad alterazioni cromosomiche da destinare al Laboratorio Analisi della ASL di Pescara

Il sottoscritto Angelo Fracassi nato a [REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED] residente in Via Francesco Petrarca n. 4 - 20047 Cusago (MI), in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società DASIT S.p.A., con Sede legale in Piazza Ercolea 11 - 20122 Milano e Sede commerciale/amministrativa in Via R. Merendi 22 - 20007 Cornaredo (MI), Tel. 02939911 - Fax 0293991313 - PEC: servizi.commerciali@legalmail.it, iscrizione al Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi con il n. 03222390159, iscrizione al R.E.A. n. 948946,

INVIA LA SUA MIGLIORE OFFERTA PER

Strumento proposto:

N. 1 Sistema Modello Kryptor GOLD completo di:
N. 1 Stampante
N. 1 Gruppo Statico
N. 1 Tavolo 180x80x85 cm

- Al Canone di Locazione **annua** comprensivo di Assistenza Tecnica pari ad euro 7.200,00.= (settemiladuecento/00)
- Al Canone di Locazione **biennale** comprensivo di Assistenza Tecnica pari ad euro 14.400,00.= (quattordicimilaquattrocento/00)

DASIT OPERA CON SISTEMA GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO

DASIT S.p.A.

Via R. Merendi, 22 I-20007 Cornaredo (MI) Tel. 02 93 991 1 Fax 02 93 991 390 www.dasit.it Cap. Soc. € 2.600.000,00 i.v.
R.I. MI MB LO (C.F./P. IVA) N. 03222390159 R.E.A. N. 948946 Sede Legale Piazza Ercolea, 11 I-20122 Milano
Società soggetta a direzione e coordinamento di DASIT Group S.p.A.



Reagenti

N. test 1200 /anno FreeBeta HCG

Codice: MGKFBHCG2 - n. conf. offerte: 22

B·R·A·H·M·S Free β hCG KRYPTOR - Saggio di immunofluorescenza automatizzato per la determinazione quantitativa della concentrazione di free β hCG (subunità beta in forma libera dell'ormone gonadotropina corionica umana) nel siero umano.

Conf. 75 test

Prezzo netto/conf.: € 397,96 (trecentonovantasette virgola novantasei)

Prezzo Totale: € 8.755,12 (ottomilasettecentocinquantacinque virgola dodici)

N. test 1200 /anno PAPP-A

Codice: MGKPAPPA2 - n. conf. offerte: 22

B·R·A·H·M·S PAPP-A KRYPTOR - Saggio di immunofluorescenza automatizzato per la determinazione quantitativa della concentrazione di PAPP-A (proteina plasmatica A associata alla gravidanza) nel siero umano.

Conf. 75 test

Prezzo netto/conf.: € 397,96 (trecentonovantasette virgola novantasei)

Prezzo Totale: € 8.755,12 (ottomilasettecentocinquantacinque virgola dodici)

Materiale di consumo

Codice: MGKPAPPAK - n. conf. offerte: 4

B·R·A·H·M·S PAPP-A CAL - Calibratore per B·R·A·H·M·S PAPP-A KRYPTOR.

Conf. 6 flaconi

Prezzo netto/conf.: € 113,91 (centotredici virgola novantuno)

Prezzo Totale: € 455,64 (quattrocentocinquantacinque virgola sessantaquattro)

Codice: MGKGODILP - n. conf. offerte: 3

B·R·A·H·M·S Dilution Plates KRYPTOR GOLD - Piastre di diluizione progettate per B·R·A·H·M·S KRYPTOR GOLD. Ogni piastra di diluizione dispone di 42 pozzetti. La confezione contiene 5 piastre.

Conf. 5 piastre

Prezzo netto/conf.: € 64,61 (sessantaquattro virgola sessantuno)

Prezzo Totale: € 193,83 (centonovantatre virgola ottantatre)

Codice: MGKFBHCGK - n. conf. offerte: 4

B·R·A·H·M·S Free β hCG KRYPTOR CAL - Calibratore per B·R·A·H·M·S Free β hCG KRYPTOR.

Conf. 6 flaconi

Prezzo netto/conf.: € 113,91 (centotredici virgola novantuno)

Prezzo Totale: € 455,64 (quattrocentocinquantacinque virgola sessantaquattro)

Codice: MGK1DOWNQ - n. conf. offerte: 7

B·R·A·H·M·S GM KRYPTOR QC - Controllo multiparametrico per B·R·A·H·M·S AFP KRYPTOR, B·R·A·H·M·S PAPP-A KRYPTOR e B·R·A·H·M·S Free B_hCG KRYPTOR.

Conf. 6 flaconi (2 fl. x 3 livelli)

Prezzo netto/conf.: € 237,86 (duecentotrentasette virgola ottantasei)

Prezzo Totale: € 1.665,02 (milleseicentosessantacinque virgola zero due)

Codice: MGKGOREAP - n. conf. offerte: 1

B·R·A·H·M·S Reaction Plates KRYPTOR GOLD - Piastre di reazione progettate per B·R·A·H·M·S KRYPTOR GOLD. Ogni piastra di reazione dispone di 120 pozzetti. La confezione contiene 30 piastre comprensiva di 4 cestini.

Conf. 30 piastre

Prezzo netto/conf.: € 141,89 (centoquarantuno virgola ottantanove)

Prezzo Totale: € 141,89 (centoquarantuno virgola ottantanove)

Codice: MGKBUFFER - n. conf. offerte: 5

B·R·A·H·M·S KRYPTOR BUFFER - Buffer liofilo confezionato in busta predosata per la preparazione di 5 litri di liquido di sistema del B·R·A·H·M·S KRYPTOR compact PLUS/GOLD.

Conf. 5 buste

Prezzo netto/conf.: € 95,24 (novantacinque virgola ventiquattro)

Prezzo Totale: € 476,20 (quattrocentosettantasei virgola venti)

Codice: MGKGOSOL1 - n. conf. offerte: 4

B·R·A·H·M·S Solution 1 KRYPTOR GOLD - Soluzione pronta all'uso che viene utilizzata dall'analizzatore B·R·A·H·M·S KRYPTOR GOLD per la ricostituzione di reagenti liofilizzati e per i passaggi di lavaggio. Confezione da 3 flaconi da 100 ml.

Conf. 3 flaconi

Prezzo netto/conf.: € 39,25 (trentanove virgola venticinque)

Prezzo Totale: € 157,00 (centocinquantesette virgola zero zero)

Codice: MGKGOSOL2 - n. conf. offerte: 18

B·R·A·H·M·S Solution 2 KRYPTOR GOLD - Soluzione pronta all'uso che viene utilizzata dall'analizzatore B·R·A·H·M·S KRYPTOR GOLD per la ricostituzione di reagenti liofilizzati. Confezione da 3 flaconi da 100 ml.

Conf. 3 flaconi

Prezzo netto/conf.: € 66,05 (sessantasei virgola zero cinque)

Prezzo Totale: € 1.188,90 (millecentoottantotto virgola novanta)

Codice: MGKGOSOL3 - n. conf. offerte: 4

B·R·A·H·M·S Solution 3 KRYPTOR GOLD - Soluzione pronta all'uso che viene utilizzata dall'analizzatore B·R·A·H·M·S KRYPTOR GOLD per i passaggi di lavaggio e manutenzione. Confezione da 3 flaconi da 100 ml.

Conf. 3 flaconi

Prezzo netto/conf.: € 47,86 (quarantasette virgola ottantasei)

Prezzo Totale: € 191,44 (centonovantuno virgola quarantaquattro)

Codice: MGKGOSOL4 - n. conf. offerte: 4

B·R·A·H·M·S Solution 4 KRYPTOR GOLD - Soluzione pronta all'uso che viene utilizzata dall'analizzatore B·R·A·H·M·S KRYPTOR GOLD per i passaggi di lavaggio e manutenzione. Confezione da 3 flaconi da 100 ml.

Conf. 3 flaconi

Prezzo netto/conf.: € 66,05 (sessantasei virgola zerocinque)

Prezzo Totale: € 264,20 (duecentosessantaquattro virgola venti)

Codice: MGKUKNVEQ - n. conf. offerte: 1

Veq esterna UKNEQAS per Sindrome di Down -

Sconto merce

Codice: MG7T05408 - n. conf. offerte: 1

Toner stampante -

Conf. 1 pz

Sconto merce

Codice: MG7109024 - n. conf. offerte: 3

Carta per stampante Tally -

Conf. 500 fogli

Sconto merce

- Importo complessivo **annuale** relativo ai reagenti e materiale di consumo :
€ 22.700,00 (ventidue milasettecento/00)
- Importo complessivo **biennale** relativo ai reagenti e materiale di consumo :
€ 45.400,00 (quarantacinquemilaquattrocento/00)

- IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERA FORNITURA ANNUALE (comprensivo di Canone di Locazione + A.T. + Importo complessivo relativo ai Reagenti / materiale di consumo)

PARI AD EURO 29.900,00 (ventinovemilanovecento/00)

- IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERA FORNITURA BIENNALE (comprensivo di Canone di Locazione + A.T. + Importo complessivo relativo ai Reagenti / materiale di consumo)

PARI AD EURO 59.800,00 (cinquantanovemilaottocento/00)

Costi relativi alla sicurezza biennali pari ad euro 272,00 (duecentosettantadue/00)


Costi relativi alla manodopera (biennali) pari ad euro 1.922,72 (millenovecentoventidue/72)

Condizioni di fornitura

Durata fornitura:	24 mesi
Validità offerta:	2 mesi a decorrere dalla data di redazione
Termini di consegna prodotti:	pronta salvo venduto
Termine di consegna strumento:	90 gg.d.r.o.
Pagamento:	BONIFICO 60 GG D.F.-D.L.2012
I.V.A.:	22% a vs carico
Resa:	franco destino
Imballo:	gratuito (CONAI assolto)

Distinti saluti.

DASIT S.p.A.



Angelo Fracassi
Presidente C.d.A.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo

Federica Faccia

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

Graziano Di Marco

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n. 0701010309 0704020102 0703010102

Anno 2025-2026-2027

Il Direttore

Graziano Di Marco

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesca Rancitelli

firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Rossano Di Luzio

firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vero Michitelli

firmato digitalmente

Deliberazione n. 171 del 20/02/2025 ad oggetto:

: APPROVAZIONE RDO APERTA, DA ESPERIRE SUL MEPA, PER LA FORNITURA BIENNALE IN SERVICE, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA E) DEL D.LGS. N. 36/2023, DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO PER LA DETERMINAZIONE DEI TEST FREEBETA-HCG E PAPP-A PER IL RISCHIO DI PATOLOGIE NEONATALI CORRELATE AD ALTERAZIONI CROMOSOMICHE DA DESTINARE AL LABORATORIO ANALISI DELLA ASL DI PESCARA (CIG B27DB65D2A).

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 21/2/2025 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato