



**AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**  
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2026

N. 45

Data 16/01/2026

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023  
AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA MEDIANTE SERVICE PLURIENNALE, DI  
LAVAENDOSCOPI, DA DESTINARE AI REPARTI DEI PP.OO. DI PESCARA, POPOLI E  
PENNE. INDIZIONE DI UNA NUOVA PROCEDURA DI GARA.**

## IL DIRETTORE GENERALE

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023 AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA MEDIANTE SERVICE PLURIENNALE, DI LAVAENDOSCOPI, DA DESTINARE AI REPARTI DEI PP.OO. DI PESCARA, POPOLI E PENNE. INDIZIONE DI UNA NUOVA PROCEDURA DI GARA.**

*“Preso atto della relazione della Dirigente proponente che qui si riporta integralmente”*

**Richiamata** la delibera del Direttore Generale n.1985 del 31.12.2024, con la quale è stato adottato il Piano Triennale degli Investimenti 2025-2027, che prevede, tra l'altro, l'acquisizione di Lavaendoscopi, da destinare ai reparti dei PP.OO. di Pescara, Popoli e Penne

### **Premesso che:**

- in esito alla circolare aziendale n. 84755 del 22/06/2021 è stato delineato il procedimento per la predisposizione dei capitolati tecnici relativi a procedure di gara di competenza della UOC Gestione Approvvigionamenti beni e servizi;
- con nota prot. n. 0013821 del 06.02.2025 la Direzione Sanitaria aziendale ha nominato il Collegio tecnico incaricato della predisposizione del capitolato tecnico di gara relativo alla fornitura mediante service pluriennale, di lavaendoscopi, nuovi di fabbrica, da destinare ai reparti dei PP.OO. di Pescara, Popoli e Penne, in ottemperanza a quanto previsto dalla circolare aziendale n. 84755 del 22/06/2021;
- in data 25.11.2025, la UOC Gestione Approvvigionamenti Beni e Servizi ha acquisito il capitolato sottoscritto dal Collegio tecnico;

**Considerato che** il Capitolato, predisposto dal Collegio Tecnico, prevede che la gara è composta da un unico lotto da aggiudicarsi per intero

**Verificato che** sul sito Consip spa non risultano attive convenzioni, accordi quadro o sistemi dinamici di acquisizione aventi ad oggetto i beni in argomento, né risultano attive procedure di gara per i medesimi beni da parte del Soggetto Aggregatore della Regione;

**Dato atto che:** la gara di appalto sarà espletata mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 71 del D. Lgs n.36/2023 e ss. mm. ii. e aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.108, comma 4 del D. Lgs 36/2023

### **Specificato che:**

- la fornitura avrà durata quadriennale. con possibilità di rinnovo annuale
- è prevista, altresì l'opzione di proroga del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 10, D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante, per un periodo di mesi 6 (sei).

**Evidenziato che:** ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, il valore complessivo della presente procedura di gara è stimato in € **1.269.450,00** € oltre Iva così ripartito:

- a) prezzo quadriennale a base d'asta € **806.000,00** oltre IVA;
- b) rinnovo annuale € **201.500,00** € oltre IVA;
- c) opzione di proroga ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023 € **100.750,00** oltre IVA;
- d) opzione di estensione delle prestazioni contrattuali fino al 20% dell'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 120 comma 1, lett. a), del D L.gs. n. 36/2023 € **161.200,00** oltre IVA.

### **Precisato che:**

- ✓ i costi della sicurezza previsti di cui al DUVRI sono pari ad € 400 Iva Esclusa
- ✓ la presente procedura di gara verrà svolta su piattaforma Telematica ai sensi dell'art.25 del D. Lgs n.36/2023;

**Predisposti**, conseguentemente, i seguenti atti e modelli di gara:

- Capitolato Speciale di gara
- Quadro economico dell'intervento

**Dato atto** che verranno effettuate le pubblicazioni di legge, secondo le modalità previste dagli art. 27 del D.lgs. 36/2023 e dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33;

**Attesa** la tracciabilità di ogni intervento compiuto sulla Piattaforma telematica, nel pieno rispetto dei principi di correttezza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza;

- *Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi dell'art.7 agosto 1990 n.241e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza*
- *Dato atto dell'attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo- contabile e tecnica del presente provvedimento:*
  1. *Dirigente proponente nella sua qualità della UOC ABS nonché la registrazione al centro di costo*
  2. *Dirigente della UOC Controllo di Gestione; e al conto economico dell'esercizio di competenza*
  3. *Dirigente della UOC Bilancio e Gestione Economica – Finanziaria*
- *Acquisiti per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda;*

#### **DELIBERA**

1. di **indire** la procedura di gara per la fornitura mediante service pluriennale, di lavaendoscopi, nuovi di fabbrica, da destinare ai reparti dei PP.OO. di Pescara, Popoli e Penne;
2. di **dare atto che**:
  - l'appalto verrà aggiudicato, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs.36/2023, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.108, comma 4 del D. Lgs 36/2023
  - il prezzo a base d'asta (quadriennale) è pari ad € € **806.000,00**;
3. di **approvare**, a tal fine, gli atti di gara di seguito descritti, allegati al presente atto
  - Capitolato Speciale;
  - il Quadro Economico, quale parte integrante e sostanziale
4. di **dare atto** che:
  - la presente procedura di gara verrà svolta su piattaforma Telematica ai sensi dell'art.25 del D. Lgs n.36/2023
  - verranno effettuate le pubblicazioni di legge, secondo le modalità previste dagli art. 27 del D.lgs. 36/2023 e dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
5. di **dare**, altresì, **atto** che:
  - il Rup della presente procedura è la Dott.ssa Serena Sette;
  - il presente provvedimento, ai sensi dell'art.6 del regolamento interno approvato con Deliberazione n.705 del 28 giugno 2012, è immediatamente esecutivo;
6. di **disporre che** il presente provvedimento venga integralmente pubblicato nell'Albo Pretorio Aziendale e nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. n.33/2013 e s. m. i..

# CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI PER IL LAVAGGIO E LA STERILIZZAZIONE DI ENDOSCOPI PER LE NECESSITA' DELLA ASL DI PESCARA

## ART. 1 - Oggetto della procedura

La presente procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 ha ad oggetto la fornitura mediante service pluriennale, di lavaendoscopi, nuovi di fabbrica, da destinare ai reparti dei PP.OO. di Pescara, Popoli e Penne, secondo le quantità e le destinazioni descritte nell'allegato denominato "Allegato A".

La gara è composta da un lotto da aggiudicarsi per intero, la cui composizione è meglio specificata nel presente Capitolato Tecnico e negli Allegati A e B che ne sono parte integrante.

## ART.2 – Durata e valore dell'appalto

La fornitura avrà durata **quadriennale** con possibilità di rinnovo annuale. E' prevista altresì la possibilità di proroga, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023, agli stessi prezzi, patti e condizioni, o più favorevoli per la ASL, per un periodo di mesi 6 (sei). Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, tenuto conto della opzione sopra descritta, il valore complessivo dell'appalto è stimato in € **1.269.450,00** € oltre Iva così ripartito:

- a) prezzo quadriennale a base d'asta € **806.000,00** oltre IVA;
- b) rinnovo annuale € **201.500,00** € oltre IVA;
- c) opzione di proroga ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023 € **100.750,00** oltre IVA;
- d) opzione di estensione delle prestazioni contrattuali fino al 20% dell'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 120 comma 1, lett. a), del D L.gs. n. 36/2023 € **161.200,00** oltre IVA.

## ART. 3 – CARATTERISTICHE FABBISOGNI E PRESTAZIONI DEL SISTEMA

La Ditta aggiudicataria, per tutta la durata del contratto, dovrà fornire in noleggio le apparecchiature necessarie per l'esecuzione dei cicli di lavaggio, impegnandosi altresì ad adeguare l'eventuale riallocazione dei sistemi a noleggio, in caso di variazioni organizzative che nel corso del contratto si rendessero necessarie nei vari presidi.

La ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di gara, materiale di consumo nelle quantità necessarie all'esercizio delle apparecchiature, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità effettive, al termine della fornitura, risultassero diverse da quelle stimate. Verificandosi tale ipotesi l'Impresa non potrà pretendere maggiorazioni rispetto ai prezzi indicati in offerta. La fornitura dovrà, quindi, essere regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori rispetto a quelli desumibili dall'Allegato A. Ciò in quanto l'operosità delle apparecchiature in gara ed i relativi consumi non sono esattamente prevedibili perché subordinati a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell'attività Aziendale.

Le apparecchiature fornite dovranno essere conformi alla normativa vigente applicabile ed alle norme di sicurezza vigenti.

Le strumentazioni offerte dovranno essere di ultima generazione, ancora in produzione e di nuova fabbricazione e mai usate, pertanto non sono ammesse apparecchiature ricondizionate.

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire ed installare quanto segue:

### Lavaendoscopi

- n. 11 lavaendoscopi così distribuiti:
  - n. 4 lavaendoscopi per l'U.O.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del P.O. di Pescara;
  - n. 2 lavaendoscopi per l'U.O. Chirurgia Endoscopica del P.O. di Popoli;
  - n. 2 lavaendoscopi per l'U.O. Chirurgia Endoscopica del P.O. di Penne;
  - n. 2 lavaendoscopi per l'U.O.C. Chirurgia Toracica del P.O. di Pescara;
  - n. 1 lavaendoscopi per l'U.O.C. Pediatria del P.O. di Pescara.

#### **Lavello**

- n. 1 lavello per l'U.O.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del P.O. di Pescara.

#### **Stazioni di pre-lavaggio**

- n. 6 stazioni di pre-lavaggio per endoscopi con accessori e kit di connessione ai lavelli (un kit di connessione per ogni lavello).

#### **Carrelli**

- n. 3 carrelli per l'U.O.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del P.O. di Pescara;
- n. 2 carrelli per l'U.O. Chirurgia Endoscopica del P.O. di Popoli;
- n. 2 carrelli per l'U.O. Chirurgia Endoscopica del P.O. di Penne;
- n. 1 carrello per l'U.O.C. Chirurgia Toracica del P.O. di Pescara.

### **ART. 4 - CARATTERISTICHE TECNICO-FUNZIONALI DELLE APPARECCHIATURE**

#### **Lavaendoscopi**

- Lava-disinfettatrice/sterilizzatrice conforme alla normativa UNI EN ISO 14937/2009 (allegare dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante: “dispositivo conforme alla normativa UNI EN ISO 14937, secondo i requisiti essenziali richiesti dalla direttiva 93/42 CEE”, dalla progettazione al controllo finale).
- Conforme alla normativa UNI EN ISO 15883 punti 1, 4 e 5.
- Dichiarazione dei livelli di rumorosità conformemente al T.U.81/2008
- Compatibilità con tutti gli strumenti flessibili, di tutte le principali marche in commercio, con fornitura dei relativi kit di raccordo specifici e con cicli personalizzati per tipologia di strumento (colonscopi, gastroscopi, duodenoscopi, eco-endoscopi, fibroscopi, video laringoscopi, broncoscopi anche per EBUS).
- Compatibilità con le dimensioni delle sale lavaggio da verificare previo sopralluogo nei locali delle U.O. della ASL Pescara elencate nel precedente art. 3
- provvista di ruote per facilitare la movimentazione e l'accesso tecnico;
- collegamenti idraulici sul retro;
- vasche studiate per la fisiologia di tutti gli strumenti attualmente in uso (prive di curve eccessive e/o di strozzature per non danneggiare gli strumenti) oltre quelli di nuova acquisizione, durante la copertura contrattuale. L'elenco della dotazione endoscopica attuale della ASL Pescara è riportato nell'Allegato B del presente capitolato tecnico;
- sistema di controllo del passaggio unidirezionale del flusso dal carico allo scarico;
- controllo costante dei canali endoscopici per verificarne l'eventuale occlusione, durante l'intero ciclo di disinfezione/sterilizzazione,
- test di tenuta eseguito per tutta la durata del ciclo, dall'inizio alla fine del ciclo stesso;
- temperatura di funzionamento durante tutto il ciclo non superiore ai 40°C;
- durata del ciclo di sterilizzazione completo non superiore a 40 minuti;
- sistema di filtraggio avanzato con trattamento di auto disinfezione/sterilizzazione automatico del filtro acqua da 0,1 micron; viene così eliminato il rischio di contaminazioni dell'acqua di risciacquo;
- monitoraggio continuo in tempo reale su display delle fasi del ciclo;
  - possibilità di monitoraggio continuo in tempo reale sul display il tempo residuo per fine ciclo;

- possibilità di monitoraggio sul display i livelli di disinfettante/sterilizzante residui
- differenziazione degli allarmi con suoni, codici e colori diversi a seconda della tipologia del guasto per rendere immediato da parte dell'operatore il riconoscimento del tipo di problematica;
- possibilità di escludere una o più fasi del ciclo (più opzioni di ciclo);
- ciclo completo di asciugatura.
- ciclo di autosanificazione della macchina lava-endoscopi;
- Sistema chiuso e automatico di aspirazione dello sterilizzante, con blocco dell'avvio delle operazioni impostate, se prodotto non sufficiente;
- visualizzazione sul display del numero di cicli eseguiti per ciascuna vasca;
- uscita LAN;
- predisposizione per il back-up dei dati per l'archiviazione nel tempo, sia informatica che cartacea;
- presenza di stampante integrata per il report dei dati;
- collegamento tramite remoto con il servizio di assistenza per eventuale risoluzione del problema telefonicamente in tempo reale.
- sistema di scarico diretto dei reflui nella rete fognaria in accordo con la normativa vigente sugli scarichi in rete.
- Adeguato corso di formazione in lingua italiana, concordando modalità e tempistica, al momento dell'installazione, con tecnici specializzati. La presenza sarà garantita fino all'acquisizione della completa autonomia degli operatori, con possibilità di periodici aggiornamenti, quando richiesti dal Servizio (es. personale neo inserito, variazioni normative).

#### **Materiale di consumo:**

- utilizzo di detergente enzimatico decontaminante con attività anti-biofilm microbico, per garantire maggiore efficacia microbiologica nella fase di detersione e pre-sterilizzazione, e quindi maggiore sicurezza per i pazienti,
- decontaminazione esterna dello strumento e all'interno dei canali;
- funzionamento a single-shot con prodotto sterilizzante a freddo a base di acido peracetico, conforme alla normativa europea sulla sterilizzazione UNI EN ISO 14937 (massima certezza del risultato microbiologico),
- prodotto efficace a basse concentrazioni di acido peracetico per avere sia l'efficacia microbiologica sia la sicurezza degli operatori e degli strumenti endoscopici (compatibilità con tutta la strumentazione in uso)
- I materiali di consumo forniti dovranno avere una data di scadenza pari ad almeno i due terzi della validità complessiva dalla data di consegna.

#### **Carrelli dedicati al trasporto della strumentazione endoscopica:**

Dovranno essere forniti carrelli dedicati al trasporto degli endoscopi "sporchi" dalle sale di endoscopia al locale di lavaggio e carrelli dedicati al trasporto, ed eventualmente al temporaneo stoccaggio, degli endoscopi "puliti" all'interno delle sale di endoscopia.

I sistemi dovranno possedere le seguenti caratteristiche di minima:

- Struttura in materiale resistente agli urti e facilmente sanificabile;
- Presenza di più ripiani/cassetti per consentire il trasporto di più di uno strumento per volta;
- Completi di vassoi/cestelli e coperchi o sistemi per coprire gli endoscopi al fine di ridurre il rischio di danneggiamento o contaminazione degli stessi.

#### **Lavello e pompe di lavaggio:**

- Automazione di tutte le fasi (test di tenuta, decontaminazione a temperatura, tempo e diluizione del detergente controllata, flussaggio dei canali) con la sola fase di scivolatura tracciata ma eseguita manualmente;
- Struttura in acciaio inox;

- Idonei a garantire posizioni ergonomiche per gli operatori;
- Display per la visualizzazione dei parametri e delle informazioni di funzionamento (ad esempio programma impostato, allarmi e segnalazioni visive, ecc.)
- Allarmi acustici e/o visivi per la segnalazione delle condizioni di non corretto funzionamento
- Connettori per tutte le marche e tutti i modelli di endoscopi
- Possibilità di installazione a parete della macchina con opportuna staffa dedicata.

#### **ART. 5 - SOPRALLUOGO**

La Ditta interessata dovrà effettuare, mediante proprio personale qualificato, un opportuno sopralluogo per la valutazione degli eventuali interventi necessari per la installazione delle apparecchiature oggetto dell'appalto e la verifica della qualità delle acque e delle caratteristiche degli impianti e degli ambienti nelle sedi di ubicazione delle apparecchiature.

Il sopralluogo interesserà i seguenti Presidi: Pescara, Popoli e Penne. Di seguito sono elencati i referenti asl e il relativo contatto email individuati per ciascun presidio della ASL di Pescara.

Dott.ssa Simona Fabrizio per il P.O. di Pescara [simona.fabrizio@asl.pe.it](mailto:simona.fabrizio@asl.pe.it);

Dott.ssa Annie Zanca per il P.O. di Popoli [annie.zanca@asl.pe.it](mailto:annie.zanca@asl.pe.it);

Dott. Marco Basile per il P.O. di Penne [marco.basile@asl.pe.it](mailto:marco.basile@asl.pe.it)

Durante il sopralluogo saranno fornite tutte le informazioni, anche di carattere tecnico, ritenute utili dal concorrente per l'esatta valutazione della situazione e per una corretta formulazione dell'offerta ed al termine sarà redatto apposito verbale (Allegato C) in duplice copia tra il tecnico del concorrente e quello della ASL, attestante l'avvenuta visione del sito di installazione e degli spazi interessati dalle attività.

#### **ART. 6 - ASSISTENZA TECNICA**

La manutenzione degli strumenti, sia ordinaria che straordinaria, nonché un'adeguata copertura assicurativa R.C., saranno a totale carico della Ditta aggiudicataria.

La manutenzione dovrà essere di tipo "*full risk*" per tutta la durata del contratto.

La manutenzione dovrà coprire la riparazione e/o la sostituzione a titolo gratuito, senza nulla escluso, di tutte le parti di ricambio e quant'altro necessario per il perfetto funzionamento dell'apparecchiatura fornita, indipendentemente dalla causa dei guasti.

Dovranno essere garantiti:

a) servizio di manutenzione ordinaria tale da consentire di mantenere i massimi livelli prestazionali attraverso le seguenti fasi:

- manutenzione generale programmata secondo quanto prescritto nel manuale d'uso (comunque almeno due visite all'anno);
- verifiche di sicurezza;
- sostituzione di parti difettose e di parti usurabili che necessitano di sostituzione (compresi filtri, valvole, pulsanti, guarnizioni...) con fornitura di tutti i ricambi originali con la frequenza indicata nel manuale d'uso dal produttore dell'apparecchiatura.

Gli interventi di manutenzione ordinaria saranno effettuati con cadenza tale da garantire il rispetto delle normative in materia e senza determinare l'interruzione del servizio.

Il calendario delle singole visite di manutenzione periodica sarà comunicato con congruo anticipo al Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica aziendale e al Direttore dell'U.O. interessata o suo delegato.

Dopo aver eseguito ciascun intervento manutentivo, sicurezza elettrica, ecc., la Ditta provvederà a consegnare i certificati attestanti l'avvenuta esecuzione dell'intervento al Servizio di Ingegneria Clinica.

- b) Servizio di manutenzione straordinaria (su chiamata) in grado di consentire di porre rimedio ad occasionali problemi tecnici (numero illimitato di interventi su chiamata in caso di guasti o malfunzionamenti dei beni, di parti di essi e del relativo software o in caso di necessità di sostituzione di tutte le parti, accessori e quant'altro componga le apparecchiature, comprese sonde, nella configurazione fornita, che subiscano guasti di "natura tecnica" o per usura).

Dovrà essere garantita l'esecuzione dell'intervento di ripristino della piena funzionalità delle strumentazioni entro n. 48 ore solari (orario lavorativo: lun-ven dalle 8:00 alle 18:00, sab dalle 8:00 alle 13:00) successive alla segnalazione del guasto, con assistenza *in loco* anche nei prefestivi. In caso di impossibilità di ripristino del sistema successivo all'intervallo temporale precitato, dovrà essere resa disponibile un'apparecchiatura di backup all'Azienda.

Dopo aver eseguito ciascun intervento manutentivo, la Ditta provvederà a consegnare i certificati attestanti l'avvenuta esecuzione dell'intervento al Responsabile dell'esecuzione del contratto.

L'assistenza tecnica ed il supporto scientifico in Italia dovranno essere prestati anche *on-line* e telefonicamente (con possibilità di collegamento tramite remoto con il servizio di assistenza per eventuale risoluzione dei problemi telefonicamente in tempo reale).

Nelle fasi di installazione dovrà essere previsto un adeguato tempo di affiancamento *in loco* per la messa in funzione del sistema.

Saranno a carico della Ditta i consumabili imputabili a documentabile malfunzionamento degli strumenti, nonché quelli relativi alla messa a punto della strumentazione in occasione di ogni intervento. Non sono a carico della Ditta i consumi dovuti ad un utilizzo difforme dal protocollo proposto dalla Ditta.

#### **ART. 7 - FORMAZIONE DEL PERSONALE**

La Ditta dovrà assicurare, a proprie spese, la formazione del personale medico, sanitario e tecnico – compreso quello di nuovo inserimento nel corso del contratto - addetto alla fornitura, fino a completa autonomia del personale utilizzatore, comprendente:

- istruzione per l'avvio ed il corretto utilizzo delle apparecchiature mediante corsi di formazione e materiale didattico, compresi eventuali aggiornamenti;
- assistenza *on-line* e telefonica al personale addetto per il corretto uso delle apparecchiature;
- corsi di addestramento certificati: l'addestramento dovrà essere effettuato da personale qualificato e la qualificazione del personale addestrato dovrà essere certificato dalla Ditta.

Le istruzioni, il manuale d'uso e di manutenzione, le schede di sicurezza e le schede tecniche, dovranno essere tutte in lingua italiana.

L'addestramento dovrà essere svolto presso il luogo di installazione delle apparecchiature, previo accordo con i Direttori delle UU.OO. interessate.

Nelle fasi di installazione dovrà essere previsto un adeguato tempo di affiancamento *in loco* per la messa in funzione del sistema. La Ditta concorrente dovrà sviluppare nell'offerta la descrizione del piano formativo proposto.

La formazione e l'addestramento specifico dovranno ricomprendere anche tutti gli aspetti della sicurezza contro gli infortuni e l'igiene ambientale, così come espressamente previsto dal D.Lgs. 81/08 art. 37, commi 4.c e 5, e art. 73. Tale specifica formazione/addestramento dovrà essere debitamente certificata.

#### **ART. 8 - AGGIORNAMENTO FORNITURA**

Qualora, durante l'esecuzione del contratto, l'impresa aggiudicataria introduca in commercio nuovi dispositivi (apparecchiature/*software*/ materiali di consumo), anche a seguito di modifiche normative, analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, i nuovi prodotti/apparecchiature dovranno essere proposti, alle medesime condizioni

negoziali, in sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa e autorizzazione da parte di ciascuna Azienda.

L'impresa aggiudicataria dovrà fornire adeguato corso di aggiornamento al personale e tutto il necessario per il corretto utilizzo dei nuovi prodotti immessi in commercio.

#### **ART. 9 - CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO STRUMENTAZIONE**

Per le fasi di Consegna, Installazione e Collaudo si fa esclusivo riferimento alla Procedura di Accettazione e Collaudo, denominata PCOL01, approvata con Delibera n° 1 del 03/01/2025 consultabile sul sito aziendale nella sezione Ingegneria Clinica-HTA.

La Ditta aggiudicataria concorderà con l'Azienda ASL Pescara le modalità di consegna e collaudo degli apparecchi, nonchè l'*iter* da seguire per le riparazioni e/o sostituzioni, per le verifiche periodiche di sicurezza, secondo la normativa vigente e le raccomandazioni del costruttore.

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'installazione delle attrezzature presso le sedi di utilizzo e sono a suo completo carico:

- il trasporto, lo scarico e il posizionamento in sito delle attrezzature e degli accessori, nonchè eventuali lavori anche impiantistici necessari, con ogni onere e manovalanza compresa;
- la custodia in cantiere delle apparecchiature e dei materiali occorrenti per l'installazione;

Inoltre, la Ditta aggiudicataria si impegnerà a fornire, a proprio carico, eventuali supporti che si rendessero necessari per il sostegno delle apparecchiature oggetto della presente fornitura.

Concluso il procedimento la Ditta dovrà provvedere a proprie spese al ritiro dei supporti forniti.

Tali supporti saranno restituiti nello stato in cui si trovano dopo l'uso e niente sarà dovuto alla Ditta per il loro utilizzo.

La consegna, installazione e collaudo delle attrezzature dovrà essere effettuata a cura ed a carico della Ditta aggiudicataria presso l'U.O.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, la UOC Chirurgia Toracica, la U.O.C. Pediatria del P.O. di Pescara, la U.O. Chirurgia Endoscopica del P.O. di Popoli e la U.O. di Endoscopia Digestiva del P.O. di Penne dell'Azienda ASL Pescara, entro un termine massimo di 30 giorni dalla data del contratto, salvo diversi espressi accordi tra le parti.

Le operazioni di collaudo verranno eseguite dall'aggiudicatario in contraddittorio con gli incaricati della Azienda ASL Pescara, previa relativa comunicazione inviata con un congruo anticipo dall'aggiudicatario al Responsabile dell'esecuzione del ed al Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica.

Il sistema è da considerarsi collaudato con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con esito positivo.

Dell'esito di tali operazioni verrà redatto apposito verbale di collaudo, sottoscritto dalle parti.

Ove dette operazioni conseguano esito positivo, la data di sottoscrizione del predetto verbale verrà considerata quale data di accettazione della fornitura delle apparecchiature.

Il collaudo positivo non esonera comunque l'aggiudicatario da responsabilità per eventuali vizi, difetti, difformità ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati.

Tutti gli oneri e spese sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a totale carico dell'aggiudicatario.

Laddove le apparecchiature o parti di esse non superino le prescritte prove funzionali e diagnostiche entro il termine predetto, le operazioni verranno ripetute e continuate alle stesse condizioni e modalità, con tutti gli eventuali ulteriori oneri a carico dell'aggiudicatario, fino alla loro conclusione. La ripetizione delle prove deve concludersi entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di chiusura delle prove precedenti.

Nell'ipotesi in cui anche la ripetizione delle prove di collaudo sortisca esito negativo, l'aggiudicatario dovrà provvedere a ritirare e sostituire l'apparecchiatura e/o le parti di essa risultati non conformi entro e non oltre 10 giorni, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto.

Resta salvo il diritto dell'Azienda ASL Pescara, a seguito di secondo collaudo con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle apparecchiature non accettate, fatto salvo l'ulteriore danno.

Al termine del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a proprie spese al ritiro di tutte le apparecchiature fornite, che verranno rese nelle condizioni in cui si trovano a seguito dell'uso, previo accordo con il Direttore dell'U.O. interessata.

#### **ART. 10 – CRITERIO PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

Previa verifica della ricorrenza dei requisiti minimi descritti nei precedenti articoli, l'aggiudicazione della gara oggetto del presente Capitolato sarà effettuata a favore della ditta che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D. Lgs. N. 36/2023, con attribuzione dei seguenti punteggi:

Qualità: max 70 punti

Prezzo: max 30 punti

Il punteggio riservato alla qualità degli articoli del lotto di gara sarà attribuito sulla base dei seguenti criteri:

#### **REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE CON PUNTEGGIO**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>TIPO CRITERIO</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
<b>1. Caratteristiche tecniche delle apparecchiature con riferimento a:</b>		
sistema di controllo della tenuta degli endoscopi	D	10
sistemi di controllo sui parametri di processo (temperatura, pressione, flusso etc.)	D	4
Ingombro	D	4
Rumorosità verrà attribuito il punteggio maggiore al sistema con il minor livello di rumorosità. Relazionare	P	4
Caratteristiche del Display: verrà valutata la chiarezza e facilità di lettura attraverso elementi quali la luminosità, le dimensioni, possibilità di scelta della lingua italiana... Relazionare	D	4
Facilità di carico del disinfettante	D	2
Efficacia del sistema di pescaggio del disinfettante, in relazione alla assenza o minore quantità possibile di prodotto residuo nel contenitore	D	2
Funzionalità della macchina: verranno valutate caratteristiche come la facilità del carico della strumentazione anche in relazione allo spazio a disposizione nei locali predisposti dalla ASL Pescara	D	4
Durata ciclo di sterilizzazione completo con tempo inferiore a 40' Verrà dato maggior punteggio la ciclo di sterilizzazione completo con tempo inferiore. Relazionare	P	10

7

<b>2. Sistema di sicurezza per gli operatori.</b> Descrivere (allarmi presenti, differenziazione a seconda del guasto, ecc).	D	6
<b>3. Caratteristiche del disinfettante</b> utilizzato (composizione, confezionamento, maneggevolezza, odore, stabilità ecc.). Relazionare	D	10
<b>4. Servizio di assistenza tecnica</b>		
Tempo di intervento in loco <8 ore lavorative dalla chiamata. Indicare. Verrà attribuito il punteggio maggiore alla ditta che offrirà il minor tempo di intervento inferiore alle 8 ore	P	4
Valutazione intero servizio di assistenza tecnica	D	2
Tempo di risoluzione del guasto <2 giorni dalla chiamata. Verrà attribuito il punteggio maggiore al servizio che presenterà minor tempo. Relazionare	P	4
<b>TOTALE</b>		<b>70</b>

### Legenda

D = discrezionale

T= tabellare

P = proporzionale

Per i criteri di tipo discrezionale, la rispondenza agli stessi sarà determinata secondo la seguente scala di misurazione:

in caso di mancanza di documentazione necessaria per la valutazione del parametro considerato, e/o non assoluta corrispondenza a quanto richiesto	punteggio cent. le <b>0</b>
in relazione ad un giudizio espresso dalla Commissione Giudicatrice sul parametro considerato “ <b>scarso</b> ”	punteggio cent. le <b>0,20</b>
in relazione ad un giudizio espresso dalla Commissione Giudicatrice sul parametro considerato “ <b>insufficiente</b> ”	punteggio cent. le <b>0,40</b>
in relazione ad un giudizio espresso dalla Commissione Giudicatrice sul parametro considerato “ <b>mediocre</b> ”	punteggio cent. le <b>0,50</b>
in relazione ad un giudizio espresso dalla Commissione Giudicatrice sul parametro considerato “ <b>sufficiente</b> ”	punteggio cent. le <b>0,60</b>
in relazione ad un giudizio espresso dalla Commissione Giudicatrice sul parametro considerato “ <b>significativo</b> ”	punteggio cent. le <b>0,70</b>
in relazione ad un giudizio espresso dalla Commissione Giudicatrice sul parametro considerato “ <b>discreto</b> ”	punteggio cent. le <b>0,75</b>
in relazione ad un giudizio espresso dalla Commissione Giudicatrice sul parametro considerato “ <b>buono</b> ”	punteggio cent. le <b>0,80</b>

8



in relazione ad un giudizio espresso dalla Commissione Giudicatrice sul parametro considerato “ <b>distinto</b> ”	punteggio cent. le <b>0,85</b>
in relazione ad un giudizio espresso dalla Commissione Giudicatrice sul parametro considerato “ <b>notevole</b> ”	punteggio cent. le <b>0,9</b>
in relazione ad un giudizio espresso dalla Commissione Giudicatrice sul parametro considerato “ <b>ottimo</b> ”	punteggio cent. le <b>0,95</b>
in relazione ad un giudizio espresso dalla Commissione Giudicatrice sul parametro considerato “ <b>eccellente</b> ”	punteggio cent. le <b>1</b>

#### **ART. 11 - PERIODO DI PROVA**

Per i primi 6 (sei) mesi, a partire dalla data di effettivo inizio dell'attività, la fornitura si intende conferita a titolo di prova al fine di consentire alla ASL di Pescara la valutazione del pieno rispetto delle prescrizioni contenute nel capitolato, tenendo conto delle particolari specifiche esigenze rappresentate dalla ASL e la verifica complessiva e definitiva delle caratteristiche e del funzionamento dei beni.

Al termine dei sei mesi di prova sarà redatta apposita relazione, formulata dalla ASL di Pescara, che sarà comunicato al Fornitore in forma scritta entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di riferimento.

In caso di valutazione negativa motivata, la ASL di Pescara procederà alla risoluzione anticipata del contratto senza che l'Appaltator possa avanzare alcuna giustificazione al riguardo.

#### **ART. 12 - DEMO/VISIONE**

A discrezione della Commissione Giudicatrice le ditte concorrenti dovranno rendersi disponibili, con oneri a proprio carico, ad una “DEMO” di 5 giorni lavorativi su paziente della strumentazione e degli accessori offerti, ai fini della pertinente valutazione tecnica da parte della Commissione Giudicatrice. La “DEMO” dovrà:

- essere del tutto rappresentativa dei prodotti offerti in gara e dell'eventuale fornitura, in caso di aggiudicazione;
- dimostrare tutte le caratteristiche dei prodotti offerti (in particolare quelle soggette a valutazione) e le modalità di utilizzo;
- illustrare le modalità di confezionamento e di imballaggio che dovranno essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente.

La comunicazione della data in cui verrà effettuata la DEMO sarà inviata almeno 10 giorni lavorativi prima dell'esecuzione della stessa. Ogni eventuale spesa sarà a totale carico della ditta offerente. La Ditta partecipante assumerà tutte le responsabilità per le conseguenze di eventuali danni ai dispositivi e/o ad altre apparecchiature, e/o a persone, che dovessero verificarsi durante la demo/visione a causa dell'apparecchiatura stessa, anche a seguito di un suo eventuale uso improprio; l'Azienda sanitaria sarà pertanto sollevata da qualsiasi responsabilità in merito.

In occasione della demo la ditta dovrà, altresì:






- garantire che tutte le apparecchiature e gli accessori siano in regola con le manutenzioni preventive previste dal costruttore, le verifiche di sicurezza elettrica e i controlli funzionali nonché con i controlli di qualità;
- fornire adeguata documentazione attestante la conformità alle Direttive vigenti;
- non richiedere alcun indennizzo per danni di qualunque natura subiti dall'apparecchiatura, durante il trasporto, le prove tecniche, i trattamenti e in caso di furto o incendio.

Per quanto attiene la modulistica con relative autorizzazioni si faccia riferimento alle:

- REG IC02 del 18/11/2023 (Regolamento interno prova/visione attrezzature sanitarie oggetto di procedure di gara)
- DDG n. 77 del 22/01/2019 (Approvazione Regolamento di accesso ai blocchi operatori della ASL di Pescara da parte di personale esterno alle Unità Operative afferenti ai Blocchi")
- DDG n. 30 del 16/01/2020 (Procedura "Valutazione tecnica delle apparecchiature – Sistema elettromedicali in visione-demo)

Spetta al Presidente della Commissione con il supporto della UOC Ingegneria Clinica il coordinamento di tale attività.

La mancata o incompleta presentazione della DEMO comporterà, per la ditta partecipante, l'esclusione dalla gara.

### **ART. 13 - INTERRUZIONE DELLA FORNITURA E CLAUSOLA CONSIP/CENTRALE REGIONALE ACQUISTI**

Qualora durante il periodo di vigenza contrattuale fossero aggiudicate, a condizioni più vantaggiose, procedure di gara da parte di Consip o della Centrale Regionale Acquisti per la fornitura degli stessi materiali oggetto della presente gara, la ASL potrà risolvere anticipatamente il contratto con la ditta aggiudicataria, salvo che quest'ultima non accetti di adeguare la propria offerta alle condizioni più vantaggiose della Convenzione Consip o della procedura di gara regionale.

La fornitura potrebbe essere interrotta anche qualora decisioni motivate da parte della stazione appaltante, in relazione al concreto dispiegarsi dell'attività assistenziale, portino alla totale esclusione ovvero al parziale utilizzo dei prodotti oggetto del contratto.

### **ART. 14 - INADEMPIENZE E PENALITÀ**

Per tutta la durata del contratto sarà costantemente monitorata e verificata la qualità dei prodotti forniti.

Eventuali risultati negativi delle verifiche e dei controlli saranno contestati per iscritto dall'Azienda.

La ditta aggiudicataria avrà 10 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della predetta comunicazione per prestare le proprie controdeduzioni. Nel caso in cui le stesse non siano ritenute soddisfacenti o nel caso in cui la ditta aggiudicataria non vi ottemperi entro il termine predetto, l'Azienda si riserva la possibilità di applicare una penale.

L'importo della penale verrà detratto dall'importo della fattura relativa al periodo in cui si sono verificate le inadempienze.






Fermo restando quanto previsto in materia di risoluzione del rapporto contrattuale, si stabilisce l'eventuale applicazione delle penali di seguito riportate:

- in caso di non rispondenza degli articoli forniti alle specifiche tecnico-merceologiche dichiarate dalla ditta aggiudicataria in sede di gara d'appalto e a quanto previsto dal capitolato: penale pari al 20% del valore della merce non rispondente, oltre alla richiesta di sostituzione;
- in caso di ritardo nella fornitura dei dispositivi rispetto ai termini previsti nel presente capitolato o dichiarati dalla ditta in sede di offerta tecnica: penale pari allo 1 ‰ (per mille) del valore del contratto, e fino ad un massimo del 10% del valore del contratto, per ogni giorno solare di ritardo sulle consegne e con riserva degli eventuali ulteriori danni. Tale penale si applica anche:
  - in relazione al rispetto dei tempi di consegna pattuiti per la sostituzione della merce difforme.
- € 250,00 in caso di ritardo negli interventi di manutenzione ordinaria, per ogni giorno di ritardo;

Le inadempienze sopra elencate devono intendersi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo. Pertanto, in tutti gli altri casi di contestazione di disservizi non espressamente previsti ai punti precedenti verrà applicata una penalità, variabile a seconda della gravità delle infrazioni contestate e del ripetersi delle stesse, fino a un massimo del 10% del valore del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni arrecati e la facoltà della ASL di Pescara di procedere alla risoluzione del contratto.

#### **ART. 15 - RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio alla normativa vigente e ai restanti atti di gara.

#### **ART. 16 - INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del "Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (nel seguito anche "Regolamento UE"), la ASL di Pescara (nel seguito anche "ASL") fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

##### **Estremi identificativi del titolare del trattamento dei dati e dati di contatto**

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la ASL di Pescara con sede in, Via R. Paolini, 47 - 65124 Pescara – email: [segreteria\\_dg@asl.pe.it](mailto:segreteria_dg@asl.pe.it) , PEC: [protocollo.aslpe@pec.it](mailto:protocollo.aslpe@pec.it)

##### **Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati**

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: ASL di Pescara, Via Battaglione Alpini, 1 - 65017 Penne (PE). email: [dpo@asl.pe.it](mailto:dpo@asl.pe.it) , PEC: [dpo.aslpe@pec.it](mailto:dpo.aslpe@pec.it) ; Tel. 085 8276332

Gli interessati «possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal [...] regolamento» (articolo 38, paragrafo 4 del Regolamento).

##### **Finalità del trattamento**



In relazione alle attività di rispettiva competenza svolta dalla ASL, si segnala che:

a)- i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dalla ASL per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, per l'aggiudicazione nonché per la stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

b) tutti i dati acquisiti dalla ASL potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

### **Base Giuridica del trattamento**

Per i trattamenti di cui alle finalità richiamate alla lettera a) del precedente paragrafo, il Concorrente è tenuto a fornire i dati alla ASL, sulla scorta delle seguenti basi giuridiche:

1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);
2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
3. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).

Per i trattamenti di cui alle finalità richiamate alla lettera b) del precedente paragrafo, il Concorrente è tenuto a fornire i dati alla ASL, sulla scorta delle seguenti basi giuridiche:

4. gli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice in materia di protezione dei dati personali.


### **Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati**

Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

### **Dati personali appartenenti a categorie particolari e dati personali relativi a condanne penali e reati**

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come appartenenti a categorie particolari, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento UE. I "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile, ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 94 e segg. D.Lgs. n. 36/2023, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D.Lgs. n. 36/2023) e al D.P.R. n. 445/2000. Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto

### **Modalità del trattamento dei dati**



Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla ASL in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

### **Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati**

I dati potranno essere:

- trattati dal personale della ASL che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla ASL in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione, alla Agenzia per l'Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, potranno essere diffusi tramite il sito internet della ASL. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 28 D. Lgs. n. 36/2023), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet della ASL.

I dati non saranno trasferiti al di fuori della CE/SEE.

### **Periodo di conservazione dei dati**

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione definitiva o dalla conclusione dell'esecuzione del contratto. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice in materia di protezione dei dati personali.

### **Processo decisionale automatizzato**

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

### **Diritti dell'interessato**

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l'accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all'art. 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria (art. 79 del Regolamento UE) o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali - con sede in Piazza di Monte Citorio, n. 121, CAP 00186 Roma - mediante apposito reclamo, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE.

Acquisite le sopra riportate informazioni, partecipando alla gara, il concorrente prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

#### **ART. 17 - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI**


Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi ai servizi offerti agli utenti della stazione appaltante.

L'appaltatore pertanto ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, è nominato, con apposito atto, Responsabile del trattamento dei dati, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.

Pescara, 12 / 11 / 2025

#### **Il Collegio Tecnico**

Dr. Stefano Fabiani



Dr.ssa Annie Zanca



Dr.ssa Simona Fabbrizio



Ing. Dario Rinaldi



## SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 ha ad oggetto la fornitura mediante service pluriennale, di lavaendoscopi, nuovi di fabbrica, da destinare ai reparti dei PP.OO. di Pescara, Popoli e Penne, secondo le quantità e le destinazioni descritte nell'allegato denominato "Allegato A".

<b>A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI</b>	<b>A. Importo dei servizi e/o delle forniture</b>		<b>€</b>
	<b>A.1.1</b>	<b>Importo dei servizi</b>	
	<b>A.1.2</b>	<b>Importo delle forniture</b>	<b>806.000,00</b>
	<b>A.2</b>	<b>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>	<b>€ 400,00</b>
	<b>Totale importo dei servizi e/o e delle forniture (A.1.1+A1.2+ A2)</b>		<b>€ 806.400,00</b>
	<b>Totale importo soggetto a ribasso</b>		
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>€</b>
	B.1	estensione del quinto	<b>€ 161.200,00</b>
	B.2	proroga semestrale	<b>€ 100.750,00</b>
	B.3	Accantonamento di cui all'articolo 45 del D.Lgs.36/2023	<b>€ 16.120,00</b>
	B.4	rinnovo annuale	<b>€ 201.500,00</b>
	B.5	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	<b>€ 0,00</b>
	B.6	Spese per pubblicità	
	B.7	contributo ANAC	<b>€ 660,00</b>
<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B6)</b>		<b>€ 480.230,00</b>	
<b>Totale somme amministrazione non soggette ad iva</b>		<b>€ 16.780,00</b>	
<b>C. I.V.A.</b>	<b>C. I.V.A.</b>		
	<b>C.1.1</b>	I.V.A. su Servizi	22%
	<b>C.1..2</b>	I.V.A. su Forniture	22%
	<b>C.1.2</b>	I.V.A. su sicurezza	22%
	<b>C.1..3</b>	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%
<b>Totale IVA</b>		<b>€ 279.367,00</b>	
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)</b>		<b>€ 1.565.997,00</b>	

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo

Luisa Evangelista

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

Federica Faccia

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n. 0701010803 0704020102 070303010102

Anno 2026-2029

Il Direttore

Graziano Di Marco

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Dott. Francesca Rancitelli

firmato digitalmente

Parere favorevole

**IL DIRETTORE SANITARIO**

Dott. Rossano Di Luzio

firmato digitalmente

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Vero Michitelli**

firmato digitalmente