



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2023

N. 1507

Data 02/10/2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA INTERMEDIX S.R.L., AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 76, COMMA 2, LETTERA B), PUNTO 2) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31 MARZO 2023, DELLA FORNITURA DEL MATERIALE DI CONSUMO NECESSARIO ALL'INIEZIONE DEI MEZZI DI CONTRASTO TRAMITE L'INIETTORE AUTOMATICO "ACIST CVI™" PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. CARDIOLOGIA-UTIC DEL P.O. DI PESCARA

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA INTERMEDIX S.R.L., AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 76, COMMA 2, LETTERA B), PUNTO 2) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31 MARZO 2023, DELLA FORNITURA DEL MATERIALE DI CONSUMO NECESSARIO ALL'INIEZIONE DEI MEZZI DI CONTRASTO TRAMITE L'INIETTORE AUTOMATICO "ACIST CVI™" PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. CARDIOLOGIA-UTIC DEL P.O. DI PESCARA.

PRESO ATTO della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente;

PREMESSO che, con deliberazione n. 1419 del 10/11/2020, è stato approvato il regolamento aziendale per l'acquisto di prodotti infungibili ed esclusivi;

PRESO ATTO che:

- in data 15/03/2023, il Direttore della U.O.C. di Cardiologia-UTIC del P.O. di Pescara, Dott. Leonardo Paloscia, ha redatto e trasmesso presso l'apposita Commissione di valutazione, una richiesta per l'approvvigionamento del materiale di consumo necessario all'iniezione dei mezzi di contrasto tramite l'iniettore automatico "ACIST CVi™", di proprietà di codesta Azienda (n° inv. 90957-100602);
- tali materiali sono dedicati ed insostituibili, onde ricorre l'ipotesi del "vincolo tecnico" di cui all'art. 76 comma 2 lettera b) punto 2) del D.lgs. n. 36 del 31 Marzo 2023 e s.m.i. (*"...Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata: ... b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:2) la concorrenza è assente per motivi tecnici..."*);

CONSIDERATO che:

- in data 28/07/2023, la suddetta richiesta è stata valutata dai membri della "Commissione Infungibili Beni Durevoli e Materiale Dedicato" la quale si esprime con parere favorevole all'acquisto;
- in data 31/07/2023, il verbale della suddetta Commissione d'infungibilità è stato trasmesso presso l'U.O.C. Gestione Approvvigionamenti Beni e Servizi al fine di procedere con i successivi adempimenti amministrativi;
- è stata avviata un'indagine di mercato, pubblicata sul sito Aziendale www.asl.pe.it, sezione Gare e Appalti di Beni e Servizi, e descritta rispettivamente nel bando esplorativo n° 41 del 14/08/2023, che si allega al presente atto;
- entro il termine di scadenza del su indicato bando, non è pervenuta nessuna candidatura da parte di operatori economici per prodotti aventi caratteristiche tecniche equivalenti a quelle descritte;

VERIFICATO, pertanto, di poter avviare la procedura negoziata di acquisto essendo state accertate le condizioni di infungibilità per i dispositivi medici oggetto del richiamato bando esplorativo;

RITENUTO opportuno adottare la modalità dell'accordo quadro poiché tale fattispecie contrattuale prevede che:

- i quantitativi di fornitura restino dipendenti esclusivamente dalle esigenze delle strutture sanitarie utilizzatrici, entro il limite del valore dell'Accordo in parola;
- l'Amministrazione appaltante non assuma alcun impegno a raggiungere un importo prestabilito né a raggiungere alcun valore minimo;

- l'operatore economico si impegni ad accettare gli ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite.

PRESO ATTO che la società Intermedix S.r.l.:

- è il distributore esclusivo per la Regione Abruzzo dei dispositivi di che trattasi;
- dichiara che i prezzi proposti sono in linea con quelli offerti ad altre strutture pubbliche per i prodotti della stessa linea Acist;
- con offerta economica n. 6/fr del 30/08/2023, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, ha comunicato la propria disponibilità al mantenimento dei prezzi e condizioni della precedente fornitura;

CODICE ASL	DESCRIZIONE PRODOTTO	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	FABBISOGNO ANNUALE	CODICE PRODOTTO	CND	RND
22846	COMANDO MANUALE PNEUMATICO A DOPPIO PULSANTE	€ 36,70	2.500 pezzi	AT-P54	A030401	47588
22838	SIRINGA PLURIUSO DA 100 ML.	€ 28,70	1.100 pezzi	A2000	A020201	4106
140499	KIT MONOUSO MANIFOLD	€ 27,00	1.100 pezzi	BT2000	A030401	20740

CONSIDERATO che il contratto di fornitura avrà un valore complessivo pari ad € 153.020,00 oltre iva (22%) e una durata pari a 12 mesi a decorrere dalla data di stipula contrattuale;

ACQUISITO il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza;

DATO ATTO dell'attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo-contabile e tecnica del presente provvedimento:

1. Dirigente proponente nella sua qualità di Direttore della U.O.C. Gestione Approvvigionamenti Beni e Servizi; nonché la registrazione al centro di costo
2. Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione; e al conto economico dell'esercizio di competenza
3. Dirigente della U.O.C. Bilancio e Gestione Economico – Finanziaria;

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda;

DELIBERA

Per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende richiamato

1. **DI AFFIDARE** alla società Intermedix S.r.l., ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 2, lettera b), punto 2) del D.lgs. n. 36 del 31 Marzo 2023, la fornitura, in somministrazione, del materiale di consumo necessario all'iniezione dei mezzi di contrasto tramite l'iniettore automatico "ACIST CVi™" mediante la sottoscrizione di un accordo quadro per un valore complessivo di € 153.020,00 oltre iva (22%) per la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di stipula contrattuale;
2. **DI NOMINARE** quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della presente procedura il Direttore della U.O.C. Gestione Approvvigionamenti Beni e Servizi, Dott.ssa Vilma Rosa;
3. **DI PUBBLICARE** il presente atto nell'Albo Pretorio online sul sito, www.asl.pe.it, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 33/2013;
4. **DI CONFERIRE** alla presente deliberazione immediata esecutività.



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Azienda Pubblica

COMMISSIONE INFUNGIBILI BENI DUREVOLI E MATERIALE DEDICATO

VERBALE DEL GIORNO 28 LUGLIO 2023

In data odierna alle ore 11:00 presso i locali della Direzione Sanitaria dell'Azienda ASL di Pescara In Via Paolini n.45, si sono riuniti il Direttore Sanitario Aziendale Dott. Antonio Caponetti, il Direttore della U.O.C. Ingegneria Clinica l'Ing. Vincenzo Lo Mele e l'Ing. Claudia Di Lanzo, per discutere sul seguente argomenti all'o.d.g.:

1. **UOC CARDIOLOGIA – UTIC – Kit dedicati di materiali di consumo per Iniettori Angiografici ACIST CVI - Fornitore INTERMEDIX – richieste pervenute con e-mail 15-03-2023;**

2.

3.

Della riunione è redatto il presente verbale.

Si procede alla discussione dei punti all'ordine del giorno:

1. **UOC CARDIOLOGIA – UTIC – Kit dedicati di materiali di consumo per Iniettori Angiografici ACIST CVI - Fornitore INTERMEDIX – richieste pervenute con e-mail 15-03-2023;**

L'Ing. Lo Mele, spiega ai presenti che trattasi di richiesta di materiale di consumo per Iniezioni di mezzi di contrasto ACIST CVI (Gruppo Bracco), di proprietà della ASL:

- BT 2000 Automated Manifold Kit (monouso);
- AT P54 Kit manuale AngioTouch comando manuale a doppio pulsante (monouso)
- A2000 Multi-Use Syringe Kit (fino a 5 cicli)

Il Dott. Caponetti e l'Ing. Lo Mele approvano le richieste della UOC Cardiologia.



2.



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Azienda Pubblica




3.




Il presente verbale viene trasmesso all'U.O. Approvvigionamento Beni e Servizi per quanto di competenza per l'adozione degli atti consequenziali

Alle 12:00 non essendoci altri argomenti da discutere, la riunione termina.


ASL PESCARA
DIRETTORE SANITARIO
Dott. Antonio Caponetti





MODELLO
RICHIESTA ACQUISIZIONE
DISPOSITIVI MEDICI INFUNGIBILI E/O
ESCLUSIVI

Mod. 2

pag. 1

di: 2

Al Direttore Sanitario Aziendale in qualità di
Presidente della Commissione Terapeutica Aziendale

SEDE

1. U.O. richiedente: CARDIOLOGIA CON UTIC E CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA

2. Dipartimento: EMERGENZA / URGENZA

3. Dispositivo richiesto, descrizione, caratteristiche tecniche, prezzo:

COMPONENTI SPECIALISTICI ALL'INIEZIONE AUTOMATICO ACIST

DELIBERA N° 1792/22 (CONTRATTO N° 1388/2022)

4. Dispositivo dedicato ad apparecchiatura di proprietà? (scegliere l'opzione di proprio interesse)

NO

SI

in caso di risposta affermativa specificare quanto di seguito richiesto relativamente all'apparecchiatura di proprietà:

numero di inventario cespiti ACIST CVi N° 100602 - ACIST CVi N° 90857

modello ACIST CVi

fornitore INTERMEDIX

ubicazione CARD. INTERVENTISTICA - SALA EMOLOGICA PHILIPS E GE

5. Specifiche di fornitura:

Fornitore (ragione sociale): INTERMEDIX

Fabbisogno presunto annuo in unità di misura: COMANINI ACIST (COD. AZ. LE 22 846) N° 2500 pz - BT 2000 SIRINGA (COD. AZ. LE 120498) N° 1100 pz
A2000 (COD. AZ. LE 22838) N° 1100 pz

➤ [COMPILARE IL MODULO "SCHEDE RICHIESTA BENI INFUNGIBILI" IN FORMATO EXCEL]

	MODELLO RICHIESTA ACQUISIZIONE DISPOSITIVI MEDICI INFUNGIBILI E/O ESCLUSIVI	Mod. 2	
		pag. 2	di: 2

Eventuali Informazioni aggiuntive (es. necessità altro materiale per utilizzo, necessità formazione ecc.):

Considerato che un dispositivo medico è infungibile se non esistono prodotti con caratteristiche che garantiscono soluzioni equivalenti in termini di prestazioni o requisiti funzionali, fatte salve le variabilità individuali dei pazienti e le esigenze di garanzia della continuità si esprime la seguente relazione in merito alle ragioni di natura tecnica, correlate ad indicazioni di natura diagnostica e terapeutica, che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

MATERIALE DEDICATO UNICO COMPATIBILE CON IL
DEVICE GIÀ DI NOSTRA PROPRIETÀ.

I sottoscritti dichiarano che per le indicazioni tecniche, diagnostiche e terapeutiche sopra specificate **non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti**, sia in termini prestazionali che funzionali, e di essere a conoscenza delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare ed amministrativo-contabile, in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erranee e di essere informati che, ai sensi dell'art.76 DPR 28/12/2000, n.445 "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a d uso di atto falso"

Data 15/03/2023


Letto, confermato e sottoscritto (timbro e firma leggibile)

Il Dirigente richiedente 

Azienda Sanitaria Locale di Pescara
U.O.C. CARDIOLOGIA - UTIC
 DIRETTORE
 Dott. Leonardo Paloscia

Il Direttore della Struttura interessata 

Azienda Sanitaria Locale di Pescara
U.O.C. CARDIOLOGIA - UTIC
 DIRETTORE
 Dott. Leonardo Paloscia


Il Direttore del Dipartimento cui afferisce la Struttura 

Azienda Sanitaria Locale di Pescara
U.O.C. CARDIOLOGIA - UTIC
 DIRETTORE
 Dott. Leonardo Paloscia

SCHEDA RICHIESTA BENI INFUNGIBILI

CODICE ASL	DESCRIZIONE PRODOTTO	UNITA' DI MISURA	PREZZO PRESUNTO IVA ESCLUSA (per UM)	FABBISOGNO ANNUALE (in UM)	VALORE FABBISOGNO ANNUALE	N. PZ PER CONFEZIONE (SE NOTO)	CODICE PRODOTTO PRODUTTORE/FABBRICANTE	CND	RND	NOMINATIVO PRODUTTORE	NOMINATIVO FORNITORE
22846	COMANDI ACIST DOPPIO PULSANTE			2500 pz	€ -	10	MODEL AT P54 SKU 014644			ACIST	INTERMEDIX
140498	SIRINGA AUTOMATED MANIFOLD KIT BT 2000			1100 pz	€ -	10	MODEL BT 2000 SKU 014613			ACIST	INTERMEDIX
22838	A 2000 MANIFOLD KIT AUTOM PER MDC 100ml SIRINGA			1100 pz	€ -	10	MODEL A 2000 SKU 014612			ACIST	INTERMEDIX
					€ -						
					€ -						

€ 0,00


 Azienda Sanitaria Locale di Pescara
 U.O.C. CARDIOLOGIA - UTIC
 DIRETTORE
 Dott. Leonardo Palascia

BANDO ESPLORATIVO BENI INFUNGIBILI N. 41 DEL 14.08.23

MATERIALE DI CONSUMO INIETTORE AUTOMATICO ACIST CVi™

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, IN REGIME DI ESCLUSIVITÀ TECNICA, DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO AD APPARECCHIATURE SANITARIE.

Si rende noto che l'Azienda Sanitaria Locale di Pescara intende procedere ad una indagine esplorativa di mercato, al fine di un eventuale affidamento ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b) punto 2 del D.lgs. n. 36 del 31 Marzo 2023 e s.m.i., per la fornitura di **materiale di consumo necessario all'iniezione dei mezzi di contrasto mediante l'iniettore automatico "ACIST CVi™"**, di proprietà di codesta Azienda e in uso presso la Sala Emodinamica della U.O.C. Cardiologia Interventistica-UTIC del P.O. di Pescara.

Ditta distributrice esclusivista: **INTERMEDIX S.R.L.**

1. **SCOPI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

Gli scopi della presente consultazione preliminare sono i seguenti:

- verificare sul mercato la presenza di operatori economici in grado di fornire **materiale di consumo certificato/collaudato dalla casa produttrice** al fine di evitare incompatibilità, rilevazioni non attendibili nonché guasti durante le procedure causando l'invalidazione/decadimento della garanzia di acquisto dell'apparecchiatura elettromedicale;
- favorire, anche per il tramite delle informazioni ricevute, la più ampia partecipazione possibile degli operatori economici interessati alla successiva procedura di scelta del contraente.

In particolare, con il presente Avviso si intende effettuare, per adeguata trasparenza, anche in relazione alle linee guida ANAC per gli affidamenti in regime di esclusività, apposita indagine esplorativa di mercato al fine di conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa ASL, altri operatori economici possano fornire, in modo adeguato e legittimo, la fornitura del materiale di consumo sotto indicato:

CODICE ASL	DESCRIZIONE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	CND	RND
22846	COMANDO MANUALE PNEUMATICO A DOPPIO PULSANTE	AT-P54	A030401	47588
22838	SIRINGA PLURIUSO DA 100 ML.	A2000	A020201	4106
140499	KIT MONOUSO MANIFOLD	BT2000	A030401	20740

Obiettivo della presente consultazione, pertanto, non è l'aggiudicazione di alcuna fornitura ma favorire, anche per il tramite delle informazioni ricevute, la più ampia partecipazione possibile degli operatori economici interessati alla successiva procedura di scelta del contraente.

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE

L'operatore economico interessato, compreso l'operatore economico indicato come esclusivista, dovrà attestare, a pena di esclusione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da persona appositamente delegata a rappresentare il candidato (in tal caso allegare copia conforme della procura speciale firmata digitalmente) attestante di essere in possesso di TUTTI i seguenti requisiti specifici minimi:

- ✓ Ragione sociale, indirizzo e recapiti della Ditta partecipante;
- ✓ Scheda tecnica del prodotto in lingua italiana (o tradotta);
- ✓ Codice rilasciato dal fornitore, CND di appartenenza, numero attribuito dal repertorio dei dispositivi medici;
- ✓ Certificazione di compatibilità rilasciata dalla casa produttrice dell'apparecchiatura elettromedicale;
- ✓ Dichiarazione attestante l'equivalenza prestazionale e, cioè, che le caratteristiche del materiale sanitario ottemperino in maniera equivalente alle esigenze di natura terapeutica per le quali è richiesto detto materiale, esplicitativa e dettagliata;
- ✓ Studi scientifici o altro materiale, a corredo della ritenuta e dichiarata equivalenza funzionale;

Non saranno prese in considerazione le candidature presentate da soggetti che:

- ✓ non risultino in possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso;
- ✓ presentino documentazione manifestamente carente rispetto a quanto richiesto;
- ✓ presentino l'istanza fuori termine di scadenza.

Non è consentito, pertanto, in questa fase, presentare offerte, quotazioni o valutazioni economiche.

Gli operatori economici interessati dovranno inoltrare i documenti su indicati, richiesti per la partecipazione al presente avviso esplorativo, tramite PEC **entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 01.09.23** al seguente indirizzo: [**acquisizionebenieservizi.aslpe@pec.it**](mailto:acquisizionebenieservizi.aslpe@pec.it)

La PEC dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura:

Manifestazione di interesse al Bando Esplorativo n° 41 del 14.08.23 per l'acquisizione di materiale di consumo necessario all'iniezione dei mezzi di contrasto mediante l'iniettore automatico "ACIST CVi™".

Si precisa che l'acquisizione delle candidature non comporta l'assunzione di impegni specifici da parte dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, che non assume alcun obbligo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale, né l'attribuzione ai candidati di alcun diritto in ordine all'assegnazione dell'appalto.

La Stazione Appaltante si riserva, pertanto, la facoltà di interrompere o sospendere la consultazione con i partecipanti in qualsiasi momento del procedimento senza incorrere in alcun tipo di responsabilità.

Non sono previste graduatorie, punteggi, classifiche di merito, essendo la finalità del presente avviso, unicamente quella di acquisire la conoscenza e la disponibilità degli operatori economici a fornire il materiale sopra riportato con i requisiti indicati.

Qualora, a seguito della presente indagine di mercato, fosse confermato che l'operatore economico indicato sia l'esclusivista della fornitura oggetto del presente avviso, codesta ASL dichiara sin da ora che avvierà, nelle forme opportune, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, negoziando pertanto il contratto medesimo solamente con la ditta "esclusivista" indicata.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito aziendale della ASL di Pescara (www.asl.pe.it), sezione "Appalti e Contratti - Bandi Esplorativi Beni Infungibili".

Il Direttore U.O.C. Gestione Approvvigionamenti Beni e Servizi

Dott.ssa Vilma Rosa

Spett.le
ASL PESCARA
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Via R. Paolini

Chieti, 30/08/2023

65124 PESCARA (PE)

Rif. Ns. Prev. N.6/fr

OGGETTO: Offerta per materiale di consumo per iniettore ACIST CVi in dotazione presso l'U.O.C. di Cardiologia-UTIC del P.O. di Pescara – Vs. Prot. N.0071112/23/ABS del 28/08/2023.-

Come da Vs. gentile richiesta Prot. N. 0071112/23/ABS del 28/08/2023, con la presente siamo lieti di rimmetterVi di seguito le quotazioni per il seguente materiale di consumo per iniettore ACIST CVi:

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO OFFERTO	IVA
AT-P54	Comando manuale pneumatico a doppio pulsante <i>CND A030401 – N. Rep. 47588</i>	€ 36,70.=pz.	22%
A2000	Siringa pluriuso da 100ml. <i>CND A020201 – N. Rep. 4106</i>	€ 28,70.=pz.	22%
BT2000	Kit monouso manifold <i>CND A030401 – N. Rep. 20740</i>	€ 27,00.=pz.	22%

L'eventuale fornitura è da intendersi alle seguenti condizioni:

- Pagamento: R.D. 60gg. D.F.;
- I.V.A.: Vs. carico;
- Trasporto: ns. carico.

Distinti saluti.

INTERMEDIX SRL
IVAN TEODORO PANTALONE
AMMINISTRATORE UNICO
(documento firmato digitalmente)

Spett.le
ASL PESCARA
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Via R. Paolini

Chieti, 30/08/2023

65124 PESCARA (PE)

OGGETTO: Dichiarazione congruità prezzi – Rif. ns. prev. N.6/fr del 30/08/2023.-

Il sottoscritto IVAN TEODORO PANTALONE nato a [REDACTED], in qualità di Amministratore Unico e Legale rappresentante della ditta INTERMEDIX S.R.L, con sede legale in CHIETI (CH) in Via Erasmo Piaggio n. 27/A, C.F./P.IVA n. 01279670689, in riferimento al ns. preventivo in oggetto

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000) n. 445) consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

che i prezzi indicati nell'offerta sono in linea con quelli offerti alle seguenti strutture pubbliche per i prodotti della stessa linea Acist:

- ASREM REGIONE MOLISE:

Cod. AT-P54 € 40,00
Cod. A2000 € 34,00
Cod. BT2000 € 28,00

- ASL TERAMO:

Cod. AT-P54 € 40,39
Cod. A2000 € 27,66
Cod. BT2000 € 32,08

- ASL 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI:

Cod. AT-P54 € 36,70
Cod. A2000 € 26,90
Cod. BT2000 € 28,70

INTERMEDIX SRL
IVAN TEODORO PANTALONE
AMMINISTRATORE UNICO
(documento firmato digitalmente)



LIFE FROM INSIDE

Spett.le
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
VIA R. PAOLINI N. 45
65124 PESCARA

Milano, 28/08/2023

Oggetto: LETTERA ESCLUSIVA

Informativa Distribuzione Prodotti ACIST

Il sottoscritto Arturo Andrea Ferrari, Procuratore Speciale di **BRACCO IMAGING ITALIA SRL.**, con sede legale e amministrativa in Milano, Via Egidio Folli 50, tel. 02/21771, fax 800/598160 -dichiara che:

1. dal 01.01.2017 la Bracco Imaging Italia Srl è l'unico soggetto autorizzato ad importare e rivendere in tutto il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato del Vaticano e della Repubblica di San Marino, i dispositivi medicali prodotti ed i relativi consumabili di ACIST, società del Gruppo Bracco, ed in particolare:
 - SISTEMI ANGIOGRAFICI PER INIEZIONE DI MEZZO DI CONTRASTO ACIST CVi e relativi consumabili cod. AT-P54, AT-P65, A2000, A2000V e BT2000;
 - SISTEMI MISURAZIONE INTRACORONARICA ACIST RXi e relativo catetere cod. Navvus;
 - SISTEMI DI IMAGING INTRAVASCOLARE AD ULTRASUONI ACIST HDi e relativo catetere cod. Kodama.
2. la Società **Intermedix Srl** con sede in E. Piaggio n° 27/A – 66100 Chieti, è stata individuata quale sub-distributore esclusivo per la **Regione Abruzzo**;
3. solo i sistemi ed i consumabili rivenduti nei territori riportati tramite Bracco Imaging Italia Srl oppure tramite i sub-distributori ufficialmente autorizzati sono coperti da garanzia e rispettano gli standard di qualità previsti. Il Sistema di Qualità in essere a Bracco Imaging Italia Srl può assicurare la fornitura di dispositivi medici e relativi servizi che siano conformi ai requisiti dei clienti e ai requisiti regolamentari applicabili a tali dispositivi medici. Come richiesto dalle normative cogenti, Bracco Imaging Italia è in grado di:
 - assicurare la fornitura di prodotti ACIST rispondenti alle specifiche tecniche
 - assicurare che le condizioni di conservazione dei prodotti siano mantenute inalterate durante tutta la catena distributiva
 - assicurare la completa tracciabilità dei prodotti;
 - assicurare in caso di malfunzionamento o alterazione delle caratteristiche e delle prestazioni di un dispositivo medico il suo ritiro sistematico
 - assicurare che i fornitori di servizi di cui BIT si serve siano qualificati e costantemente monitorati
4. in caso di approvvigionamenti da fonti non ufficiali potrebbe essere gravemente compromessa la salute del paziente nonché la sicurezza e la qualità dei prodotti con Vostra diretta responsabilità. Ogni responsabilità contrattuale ed

Bracco Imaging Italia s.r.l.

Sede Legale - Via Egidio Folli 50 - I-20134 Milano - **Ufficio** - Via Caduti di Marcinelle, 13 - I-20134 Milano - tel. +39.0221771 - fax +39 02 21772922
www.braccolmaging.com - capitale sociale € 10.000.000 i.v. - cod. fisc., partita IVA, reg. Imp. di Milano 05501420961 - REA n.1826510

Società con unico socio soggetta a "attività di direzione e coordinamento della Bracco imaging s.p.a.



Bracco Group

FO02BII



LIFE FROM INSIDE

extracontrattuale derivante dalla fornitura di dispositivi medici provenienti da canali non ufficiali ovvero da soggetti diversi da Bracco Imaging Italia Srl e i suoi incaricati o di dispositivi medici compatibili resterà esclusivamente in capo all'utilizzatore finale anche nel caso di mal funzionamento dei sistemi di infusione derivante dall'uso di tali dispositivi.

5. Vi ricordiamo, inoltre, che l'esercente la professione sanitaria è tenuto ad utilizzare le apparecchiature, comprensive dei kit consumabili, in conformità all'uso previsto dalla scheda tecnica / IFU, dal manuale d'uso nonché dalle indicazioni del fabbricante. Bracco Imaging Italia S.r.l. sarà sollevata da ogni responsabilità in caso di danno cagionato al paziente e/o a terzi, che derivi da un utilizzo improprio, anche di singoli kit.

Evidenziamo, infine, che l'utilizzo non conforme alla scheda tecnica / IFU dei kit consumabili potrebbe configurare un uso scorretto del sistema e di conseguenza rendere nulla la garanzia sul prodotto.

In fede.

BRACCO IMAGING ITALIA SLR
Un Procuratore
Arturo Andrea Ferrari

Bracco Imaging Italia s.r.l.

Sede Legale - Via Egidio Foli 50 - I-20134 Milano - **Ufficio** - Via Caduti di Marcinelle, 13 - I-20134 Milano - tel. +39.0221771 - fax +39 02 21772922
www.braccoimaging.com - capitale sociale € 10.000.000 i.v. - cod. fisc., partita IVA, reg. Imp. di Milano 05501420961 - REA n.1826510

Società con unico socio soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Bracco imaging s.p.a.



Bracco Group

F002B11

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo

Vilma Rosa

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

Graziano Di Marco

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n. 0701010312

Anno 2023-2024

Il Direttore

Graziano Di Marco

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesca Rancitelli

firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Antonio Caponetti

firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vero Michitelli

firmato digitalmente

Deliberazione n. 1507 del 02/10/2023 ad oggetto:

AFFIDAMENTO ALLA DITTA INTERMEDIX S.R.L., AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 76, COMMA 2, LETTERA B), PUNTO 2) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31 MARZO 2023, DELLA FORNITURA DEL MATERIALE DI CONSUMO NECESSARIO ALL'INIEZIONE DEI MEZZI DI CONTRASTO TRAMITE L'INIETTORE AUTOMATICO "ACIST CVI™" PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. CARDIOLOGIA-UTIC DEL P.O. DI PESCARA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 3/10/2023 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato