



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2025

N. 1525

Data 10/11/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGEA S.P.A., AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 76, COMMA 2, LETTERA B), PUNTO 2) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023, DELLA FORNITURA DEL SISTEMA DI ELETTROPORAZIONE "CLINIPORATOR™ MOD. EPS02" PER LE ESIGENZE DELLA U.O.S.D. DI CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE DEL P.O. DI PESCARA

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGEA S.P.A., AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 76, COMMA 2, LETTERA B), PUNTO 2) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023, DELLA FORNITURA DEL SISTEMA DI ELETTROPORAZIONE "CLINIPORATOR™ MOD. EPS02" PER LE ESIGENZE DELLA U.O.S.D. DI CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE DEL P.O. DI PESCARA.

PRESO ATTO della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente:

PREMESSO che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 1419 del 10/11/2020, è stato approvato il regolamento aziendale per l'acquisto di prodotti infungibili ed esclusivi ex art. 57, comma 2 lettera b) del D.lgs. 163/2006;

PRESO ATTO che:

- in data 31/03/2025, il Direttore della U.O.S.D. di Chirurgia Maxillo-Facciale del P.O. di Pescara, Dott. Giuliano Ascani, ha redatto, e trasmesso presso l'apposita Commissione di valutazione, una richiesta di approvvigionamento per la fornitura di un sistema di elettroporazione "Cliniporator™ mod. EPS02" composto da strumentazione, fornita con canone di noleggio mensile, e di relativo materiale di consumo;
- tale sistema viene utilizzato per l'elettroporazione della membrana cellulare attraverso l'applicazione locale di impulsi elettrici brevi ed intensi che permeabilizzano la cellula tumorale favorendo l'ingresso del farmaco e potenziando così l'effetto cito-tossico sui tessuti esposti;
- in data 15/07/2025, la suddetta richiesta è stata valutata dai membri della "*Commissione Terapeutica Aziendale Dispositivi Medici (CTA-DM)*" la quale si esprime con parere favorevole;

DATO ATTO che:

- è stata avviata un'indagine di mercato, pubblicata sul sito aziendale www.asl.pe.it, sezione Gare e Appalti di Beni e Servizi, e descritta rispettivamente nel bando esplorativo n° 29 del 09/09/2025, che si allega al presente atto;
- entro il termine di scadenza del sopra indicato bando non è pervenuta nessuna candidatura da parte di operatori economici per prodotti aventi caratteristiche tecniche equivalenti a quelle descritte;

VERIFICATO, pertanto, di poter avviare la procedura negoziata di acquisto, essendo state accertate le condizioni di infungibilità per i dispositivi medici oggetto del richiamato bando esplorativo;

RITENUTO opportuno adottare la modalità dell'accordo quadro poiché tale fattispecie contrattuale prevede che:

- i quantitativi di fornitura restino dipendenti esclusivamente dalle esigenze delle strutture sanitarie utilizzatrici, entro il limite del valore dell'Accordo in parola;

- l'Amministrazione appaltante non assuma alcun impegno a raggiungere un importo prestabilito né a raggiungere alcun valore minimo;
- l'operatore economico si impegni ad accettare gli ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite.

PRESO ATTO che la società IGEA S.p.a.:

- ha presentato, tramite la Piattaforma di e-Procurement regionale "Gestione Integrata Acquisti Dematerializzati della Regione Abruzzo (G.I.A.D.A.)", l'offerta economica n. CLIN_NE 064/25-IT del 25/09/2025 (numero registro di sistema: PI032091-25), conservata agli atti d'ufficio;
- ha dichiarato che i prezzi proposti sono congrui rispetto a quanto applicato ad altre ASL sul territorio nazionale;
- dichiara di essere produttrice in esclusiva e distributrice dei dispositivi Cliniporator™ su tutto il territorio italiano;

CONSIDERATO che il contratto di fornitura avrà un valore complessivo pari ad € 107.600,00 oltre iva (22%) e una durata pari a 24 mesi a decorrere dalla data di stipula contrattuale;

ACQUISITO il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza;

DATO ATTO dell'attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo-contabile e tecnica del presente provvedimento:

1. Dirigente proponente nella sua qualità di Direttore della U.O.C. Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi;
- nonché la registrazione al centro di costo
2. Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione;
- e al conto economico dell'esercizio di competenza
3. Dirigente della U.O.C. Bilancio e Gestione Economico – Finanziaria;

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda;

DELIBERA

Per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende richiamato

1. **DI AFFIDARE**, alla società IGEA S.p.a., ai sensi dell'art. n. 76 comma 2 lettera b) punto 2) del D.lgs. 36/2023, la fornitura del sistema di elettroporazione "Cliniporator™ mod. EPS02" composto da strumentazione, fornita con canone di noleggio mensile, e di relativo materiale di consumo mediante la sottoscrizione di un accordo quadro per un valore complessivo pari ad € 107.600,00 oltre iva (22%) della durata di 24 mesi a decorrere dalla data di stipula contrattuale;

2. DI RIFERIRE che:

- la spesa complessiva di € 131.272,00 iva inclusa (22%) sarà compresa nel Bilancio di esercizio relativo degli anni 2025-2027, voci di conto n. 0701010303 (dispositivi per chirurgia mini-invasiva ed elettrochirurgia), n. 0704020102 (canoni di noleggio-area sanitaria-attrezzature sanitarie) e n. 070303010102 (manutenzione e riparazione alle attrezzature in service);
- ai fini del controllo dei flussi finanziari, la fornitura sarà tracciata dal seguente CIG B87BE6C635;

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023, sono stati svolti, con esito positivo, i controlli circa il possesso, da parte dell'operatore economico IGEA S.p.a., dei requisiti autodichiarati in sede di partecipazione alla procedura di gara, come da Verbale del RUP del 28/10/2025, conservato agli atti d'ufficio;

4. DI NOMINARE quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) della presente procedura il Direttore della U.O.C. Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi, Dott.ssa Luisa Evangelista;

5. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga integralmente pubblicato nell'Albo Pretorio Aziendale e nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 del regolamento interno approvato con Deliberazione n. 705 del 28/06/2012, è immediatamente esecutivo.

	MODELLO RICHIESTA ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI DI NATURA SANITARIA E MATERIALE DEDICATO INFUNGIBILI E/O ESCLUSIVI	Mod. 4	
		pag. 1	di: 4

Al Direttore Sanitario Aziendale in qualità di Presidente
della Commissione competente alla valutazione delle
richieste di acquisizione di beni durevoli di natura sanitaria

S E D E

1. U.U.O.O richiedenti: Chir. Maxillo Facciale – Otorino – Chir. Pediatrica - Radiologia

2. Dipartimento: Chirurgia

3. Tipologia di bene durevole (scegliere l'opzione di proprio interesse):

☐ apparecchiatura sanitaria

4. Oggetto della richiesta in configurazione completa di accessori (descrizione caratteristiche tecniche):

Cliniporator mod. EPS02

Generatore per l'elettroporazione dei tessuti sia molli che ossei, che permette l'erogazione di impulsi ad alta tensione

che consentono il trasferimento intra-cellulare di molecole chemioterapiche per nulla o poco permeanti la membrana

cellulare, dotato di:

- Consolle integrata con l'unità di potenza;
- Interfaccia touchscreen "user friendly";
- AUTO-TEST: all'accensione l'apparecchiatura verifica ogni propria funzionalità e simula un trattamento;
- Differenti ampiezze di voltaggio per le differenti caratteristiche geometriche degli elettrodi per assicurare l'elettroporazione delle cellule tumorali;
- Frequenza specifica e validata da studi di erogazione degli impulsi pari a 5kHz per la riduzione della contrazione muscolare e dei tempi di trattamento;
- Tecnologia di "Switching" volta ad assicurare l'omogeneità della distribuzione del campo elettrico nella lesione tumorale;
- Algoritmo automatico di valutazione della avvenuta corretta elettroporazione;
- Sistema di riconoscimento automatico tramite antenna (RFID) degli elettrodi e relativa autocalibrazione dei parametri di trattamento;
- Sistema di controllo dell'impulso erogato durante il trattamento mediante display;
- Possibilità di sincronizzare l'erogazione degli impulsi col periodo di refrattarietà del battito cardiaco;
- Database dei dati di trattamento e possibilità di esportarli su supporto USB;
- Sistema operativo stabile;
- Pedaliera di attivazione ed erogazione degli impulsi.

Elettrodi consumabili monouso (parti applicate):

Ampia varietà di elettrodi monouso sterili per elettroporazione reversibile. Disponibili in configurazione lineare

	MODELLO RICHIESTA ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI DI NATURA SANITARIA E MATERIALE DEDICATO INFUNGIBILI E/O ESCLUSIVI	Mod. 4	
		pag. 2	di: 4

(EPSA), esagonale (EPSA), indossabili sulle dita (NFD) e posizionabili sotto guida ecografica o TC (EPBS ed EGPS), che consentono il trattamento, tramite elettrochemioterapia, di lesioni cutanee e sottocutanee, e di lesioni profonde sia dei tessuti molli che ossei, con possibilità di due diverse configurazioni, a geometria fissa e a geometria variabile. Questi ultimi, dovranno essere disponibili in diverse lunghezze di parti attive e diversi diametri, inclusi aghi sottili per trattamenti viscerali e aghi da almeno 15G per la penetrazione del tessuto osseo.

5. Attività prevista che giustifica l'acquisto del bene:

Trattamento locale di neoplasie solide con un tasso di ORR>80%, che combina la somministrazione di dosi ridotte di farmaco chemioterapico (bleomicina o cisplatino) ed elettroporazione delle membrane cellulari mediante brevi e intensi impulsi elettrici validati a livello europeo dalle ESOPE. Per il suo meccanismo di azione risulta essere capace di trattare qualsiasi tipo di tumore indipendentemente dall'istologia. Si veda relazione allegata

6. Specifiche di fornitura:

Fornitore: IGEA SPA

Spesa presunta in Euro Iva esclusa: 165.00 euro /anno (noleggio + consumabili + manutenzione). Si veda scheda fabbisogni

Durata proposta (da indicare solo in caso di noleggio/comodato): 48 MESI

Materiale di consumo: S I

In caso di risposta affermativa specificare:

tipologia: Elettrodi applicati monouso

costo presunto annuo: 165.00 euro /anno (noleggio + consumabili + manutenzione). si veda scheda fabbisogni

se trattasi di materiale dedicato: ☐ S I

➤ [COMPILARE IL MODULO "SCHEDA RICHIESTA BENI INFUNGIBILI" IN FORMATO EXCEL]

Necessità di permuta: ☐ N O

In caso di risposta affermativa indicare relativamente all'apparecchiatura da permutare quanto segue:

a) N. INVENTARIO CESPITI _____ b) NOME E MODELLO _____

	MODELLO RICHIESTA ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI DI NATURA SANITARIA E MATERIALE DEDICATO INFUNGIBILI E/O ESCLUSIVI	Mod. 4	
		pag. 3	di: 4

c) FORNITORE _____ d) UBICAZIONE _____

Necessità di disinstallazione e smaltimento dell'usato: ☐ N O

In caso di risposta affermativa, indicare relativamente all'apparecchiatura da smaltire quanto segue:

a) N. INVENTARIO CESPITI _____ b) NOME E MODELLO _____ c) FORNITORE _____ d) UBICAZIONE _____
--

Se la richiesta di acquisizione riguarda accessori o componenti di apparecchiatura di proprietà, indicare di quest'ultima:

a) N. INVENTARIO CESPITI _____ b) NOME E MODELLO _____ c) FORNITORE _____ d) UBICAZIONE _____
--

Informazioni aggiuntive (indicazioni sulla manutenzione ordinaria e straordinaria da richiedere, disponibilità mezzi di ricambio, esigenze di addestramento del personale ecc...)

Manutenzione ordinaria e straordinaria compresa nel canone di noleggio, parti di ricambio incluse, addestramento del personale a carico di IGEA

Relazione in merito alle ragioni di natura tecnica che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

Unico elettroporatore delle membrane cellulari mediante breve e intensi impulsi elettrici a frequenza specifica e validata da studi di erogazione degli impulsi pari a 5kHz per la riduzione della contrazione muscolare e dei tempi

	MODELLO RICHIESTA ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI DI NATURA SANITARIA E MATERIALE DEDICATO INFUNGIBILI E/O ESCLUSIVI	Mod. 4	
		pag. 4	di: 4

di trattamento (ESOPE).

Unico elettroporatore che consente il trattamento di lesioni cutanee, sottocutanee e profonde sia dei tessuti molli che ossei con possibilità di 2 diverse configurazioni a geometria fissa e a geometria variabile


I sottoscritti dichiarano che per le indicazioni tecniche sopra specificate **non sono disponibili prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali**, e di essere a conoscenza delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare ed amministrativo-contabile, in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erranee e di essere informati che, ai sensi dell'art.76 DPR 28/12/2000, n.445 *"Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso"*

Data 31.03.2025

Letto, confermato e sottoscritto (timbro e firma leggibile)

Il Dirigente richiedente

ASL PESCARA
DIREZIONE REGIONALE
ASL PESCARA




Il Direttore della Struttura interessata

ASL PESCARA
DIREZIONE REGIONALE
ASL PESCARA



Il Direttore del Dipartimento cui afferisce la Struttura

ASL PESCARA
Direttore Dipartimento Specialità Chirurgiche
Direttore U.O.C. Chirurgia Generale
e Urgenza
Dott. Massimo BASTI




ASL PESCARA
DIREZIONE REGIONALE
ASL PESCARA
Direttore

ASL PESCARA
U.O.C. CHIRURGIA PEDIATRICA
Direttore
Prof. Gabriele LISI



ASL PESCARA
Direttore del Dipartimento
dei Servizi Ospedalieri
Dott. Vincenzo DI EGIDIO



BANDO ESPLORATIVO BENI INFUNGIBILI N. 29 DEL 09.09.25

SISTEMA ELETTROPORAZIONE "CLINIPORATOR™ EPS02"

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, IN REGIME DI ESCLUSIVITÀ TECNICA, DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO AD APPARECCHIATURE SANITARIE.

Si rende noto che l’Azienda Sanitaria Locale di Pescara intende procedere ad una indagine esplorativa di mercato, al fine di un eventuale affidamento ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. b) punto 2 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di un **Sistema Elettroporazione "CLINIPORATOR™ EPS02"** costituito da un generatore per la elettroporazione dei tessuti, sia molli che ossei, il quale permette l’erogazione di impulsi ad alta tensione che consentono il trasferimento intra-cellulare di molecole chemioterapiche.

Ditta distributrice: **IGEA S.p.a.**

1. SCOPI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli scopi della presente consultazione preliminare sono i seguenti:

- verificare sul mercato la presenza di operatori economici in grado di fornire **materiale di consumo certificato/collaudato dalla casa produttrice** al fine di evitare incompatibilità, rilevazioni non attendibili nonché guasti durante le procedure causando l’invalidazione/decadimento della garanzia di acquisto dell’apparecchiatura elettromedicale;
- favorire, anche per il tramite delle informazioni ricevute, la più ampia partecipazione possibile degli operatori economici interessati alla successiva procedura di scelta del contraente.

In particolare, con il presente Avviso si intende effettuare, per adeguata trasparenza, anche in relazione alle linee guida ANAC per gli affidamenti in regime di esclusività, apposita indagine esplorativa di mercato al fine di conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa ASL, altri operatori economici possano fornire, in modo adeguato e legittimo, la fornitura del materiale di consumo sotto indicato:

DESCRIZIONE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO
SET 5 ELETTRODI REGOLABILI H-30-ST ESAGONALI	IG0E050
SET 5 ELETTRODI REGOLABILI L-30-ST LINEARI	IG0E070
SET 5 ELETTRODI P-30-8B PLACCHETTE 30 MM/8 MM	IG0E251
ELETTRODO FINGER F-15-NO 15 MM/ortogonale	IG0E375
ELETTRODO FINGER F-20-NL 20 MM/longitudinale	IG0E380

Obiettivo della presente consultazione, pertanto, non è l’aggiudicazione di alcuna fornitura ma favorire, anche per il tramite delle informazioni ricevute, la più ampia partecipazione possibile degli operatori economici interessati alla successiva procedura di scelta del contraente.

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE

L'operatore economico interessato, compreso l'operatore economico indicato come esclusivista, dovrà attestare, a pena di esclusione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da persona appositamente delegata a rappresentare il candidato (in tal caso allegare copia conforme della procura speciale firmata digitalmente) attestante di essere in possesso di TUTTI i seguenti requisiti specifici minimi:

- ✓ Ragione sociale, indirizzo e recapiti della Ditta partecipante;
- ✓ Scheda tecnica del prodotto in lingua italiana (o tradotta);
- ✓ Codice rilasciato dal fornitore, CND di appartenenza, numero attribuito dal repertorio dei dispositivi medici;
- ✓ Certificazione di compatibilità rilasciata dalla casa produttrice dell'apparecchiatura elettromedicale;
- ✓ Dichiarazione attestante l'equivalenza prestazionale e, cioè, che le caratteristiche del materiale sanitario ottemperino in maniera equivalente alle esigenze di natura terapeutica per le quali è richiesto detto materiale, esplicativa e dettagliata;
- ✓ Studi scientifici o altro materiale, a corredo della ritenuta e dichiarata equivalenza funzionale;

Non saranno prese in considerazione le candidature presentate da soggetti che:

- ✓ non risultino in possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso;
- ✓ presentino documentazione manifestamente carente rispetto a quanto richiesto;
- ✓ presentino l'istanza fuori termine di scadenza.

Non è consentito, pertanto, in questa fase, presentare offerte, quotazioni o valutazioni economiche.

Gli operatori economici interessati dovranno inoltrare tramite PEC all'indirizzo acquisizionebenieservizi.aslpe@pec.it i documenti sopra indicati **entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 19.09.25**

La PEC dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura:

Manifestazione di Interesse al Bando Esplorativo n° 29 del 09.09.25 per l'acquisizione di un Sistema Elettroporazione "CLINIPORATOR™ EPS02".

Si precisa che l'acquisizione delle candidature non comporta l'assunzione di impegni specifici da parte dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, che non assume alcun obbligo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale, né l'attribuzione ai candidati di alcun diritto in ordine all'assegnazione dell'appalto.

La Stazione Appaltante si riserva, pertanto, la facoltà di interrompere o sospendere la consultazione con i partecipanti in qualsiasi momento del procedimento senza incorrere in alcun tipo di responsabilità.

Non sono previste graduatorie, punteggi, classifiche di merito, essendo la finalità del presente avviso, unicamente quella di acquisire la conoscenza e la disponibilità degli operatori economici a fornire il materiale sopra riportato con i requisiti indicati.

Qualora, a seguito della presente indagine di mercato, fosse confermato che l'operatore economico indicato sia l'esclusivista della fornitura oggetto del presente avviso, codesta ASL dichiara sin da ora che avvierà, nelle forme opportune, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara (art. 76 - comma 2 - lettera b) del D.lgs. n° 36/2023), negoziando pertanto il contratto medesimo solamente con la ditta "esclusivista" indicata.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito aziendale della ASL di Pescara (www.asl.pe.it), sezione "Appalti e Contratti - Bandi Esplorativi Beni Infungibili".

Il Direttore U.O.C. Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi

Dott.ssa Luisa Evangelista



SCHEDA RICHIESTA BENI INFUNGIBILI

	CODICE ASL	DESCRIZIONE PRODOTTO	UNITA' DI MISURA	PREZZO PRESUNTO IVA ESCLUSA (per UM)	FABBISOGNO 24 MESI CH MAXILLO FACCIALE	VALORE FABBISOGNO 24 MESI IVA ESCLUSA	VALORE FABBISOGNO 24 MESI IVA INCLUSA	CODICE PRODOTTO	CND	RDM
MATERIALE DI CONSUMO	236083	SET 5 ELETTRODI REGOLABILI H-30-ST ESAGONALI	PZ	€ 8.500,00	2	€ 17.000,00	€ 20.740,00	IG0E050	K0299	2588074
	236084	SET 5 ELETTRODI REGOLABILI L-30-ST LINEARI	PZ	€ 8.500,00	2	€ 17.000,00	€ 20.740,00	IG0E070	K0299	2588077
	236082	SET 5 ELETTRODI P-30-8B PLACCHETTE 30 MM/8 MM	PZ	€ 6.500,00		€ -	€ -	IG0E251	K0299	2589823
	247571	ELETTRODO FINGER F-15-NO 15 MM/ortogonale	PZ	€ 2.000,00	10	€ 20.000,00	€ 24.400,00	IG0E375	K0299	2588385
	247572	ELETTRODO FINGER F-20-NL 20 MM/longitudinale	PZ	€ 2.000,00	10	€ 20.000,00	€ 24.400,00	IG0E380	K0299	2588384
	365297	ELETTRODO STINGER E-L2-00-S4-2 (endoscopico)	PZ	€ 2.300,00		€ -	€ -	IG0E801	K0299	2605438
	365298	ELETTRODO STINGER E-X2-00-S4-2 (endoscopico)	PZ	€ 2.300,00		€ -	€ -	IG0E803	K0299	2605434
	365299	ELETTRODO BIPOLARE B-TS-SA (Molle asimmetrico)	PZ	€ 3.000,00		€ -	€ -	IG0E951	K0299	2587682
	365300	ELETTRODO BIPOLARE B-TS-SA (Molle simmetrico)	PZ	€ 3.000,00		€ -	€ -	IG0E952	K0299	2587688
	365301	ELETTRODO BIPOLARE B-VS-SA (Osso simmetrico)	PZ	€ 3.000,00		€ -	€ -	IG0E910	K0299	2586312
NOLEGGIO	234804	SISTEMA CLINIPORATOR MOD. EPS2 E VGP02	PZ	€ 1.250,00	24	€ 30.000,00	€ 36.600,00			
MANUTENZIONE	234805	SISTEMA CLINIPORATOR MOD. EPS2 E VGP02	PZ	€ 150,00	24	€ 3.600,00	€ 4.392,00			
						€ 107.600,00	€ 131.272,00			

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo

Luisa Evangelista

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

Federica Faccia

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n. 0701010303 0704020102 070303010102

Anno 2025-2027

Il Direttore

Graziano Di Marco

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesca Rancitelli

firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Rossano Di Luzio

firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vero Michitelli

firmato digitalmente

Deliberazione n. 1525 del 10/11/2025 ad oggetto:

AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGEA S.P.A., AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 76, COMMA 2, LETTERA B), PUNTO 2) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023, DELLA FORNITURA DEL SISTEMA DI ELETTROPORAZIONE "CLINIPORATOR™ MOD. EPS02" PER LE ESIGENZE DELLA U.O.S.D. DI CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE DEL P.O. DI PESCARA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 10/11/2025 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato