



**AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**  
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2023

N. 541

Data 12/04/2023

**OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEDTRONIC ITALIA S.P.A., AI SENSI DELL'EX ART. 1, COMMA 2, LETT.A) DEL D.L. N.76/2020, CONVERTITO IN L. N.120/2020 COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, DEL D.L. N.77/2021, CONVERTITO IN LEGGE N.108/2021, DELLA FORNITURA DI CATETERI MULTIELETTRODO PER DENERVAZIONE RENALE "MEDTRONIC SYMPPLICITY SPYRAL™" PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI CARDIOLOGIA-UTIC DEL P.O. DI PESCARA.**

## IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEDTRONIC ITALIA S.P.A., AI SENSI DELL'EX ART. 1, COMMA 2, LETT.A) DEL D.L. N.76/2020, CONVERTITO IN L. N.120/2020 COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, DEL D.L. N.77/2021, CONVERTITO IN LEGGE N.108/2021, DELLA FORNITURA DI CATETERI MULTIELETTRODO PER DENERVAZIONE RENALE "MEDTRONIC SYMPPLICITY SPYRAL™" PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI CARDIOLOGIA-UTIC DEL P.O. DI PESCARA.

**PRESO ATTO** della relazione della Dirigente proponente che qui si riporta integralmente;

**PREMESSO** che, con deliberazione n. 1419 del 10/11/2020, è stato approvato il regolamento aziendale per l'acquisto di prodotti infungibili ed esclusivi ex art. 57, comma 2 lettera b) del D.lgs. 163/2006;

**PRESO ATTO** che:

- in data 22/07/2022, il Direttore della U.O.C. di Cardiologia-UTIC del P.O. di Pescara, Dott. Leonardo Paloscia, ha redatto, e trasmesso presso l'apposita Commissione di valutazione, una richiesta di approvvigionamento di cateteri multielettrodo per denervazione renale indicati per il trattamento dell'ipertensione non controllata;
- la denominazione commerciale di tali dispositivi medici è "Medtronic Symplicity Spyril™";
- in data 12/01/2023, suddetta richiesta è stata valutata dai membri della "Commissione Terapeutica Aziendale e Dispositivi Medici (CTA-DM)" la quale si esprime con parere favorevole all'acquisto di n. 7 pezzi per la copertura di un periodo ponte pregara;
- in data 09/02/2023, il verbale della suddetta commissione d'infungibilità è stato trasmesso presso l'U.O.C. Gestione Approvvigionamenti Beni e Servizi al fine di procedere con i successivi adempimenti amministrativi;
- è stata avviata un'indagine di mercato, pubblicata sul sito aziendale [www.asl.pe.it](http://www.asl.pe.it), sezione Gare e Appalti di Beni e Servizi, e descritta rispettivamente nel bando esplorativo n° 16 del 16/02/2023, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- entro il termine di scadenza del su indicato bando non è pervenuta nessuna candidatura da parte di operatori economici per prodotti aventi caratteristiche tecniche equivalenti a quelle descritte;

**VERIFICATO** pertanto, di poter avviare la procedura negoziata di acquisto, con la Società Medtronic Italia S.p.a., distributore esclusivo sul territorio nazionale dei dispositivi medici di che trattasi;

**RITENUTO** opportuno adottare la modalità dell'accordo quadro poiché tale fattispecie contrattuale prevede che:

- i quantitativi di fornitura restino dipendenti esclusivamente dalle esigenze delle strutture sanitarie utilizzatrici, entro il limite del valore dell'Accordo in parola;
- l'Amministrazione appaltante non assuma alcun impegno a raggiungere un importo prestabilito né a raggiungere alcun valore minimo;
- l'operatore economico si impegni ad accettare gli ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite.

**PRESO ATTO** che la società Medtronic Italia S.p.a. ha trasmesso l'offerta economica prot. 202327164/SR del 02/03/2023, che si allega al presente atto;

**CONSIDERATO** che il contratto di fornitura avrà un valore complessivo pari ad € 31.500,00 oltre iva (22%) per una durata di 12 mesi, a decorrere dalla data di stipula dello stesso, nelle more dell'espletamento dell'iter burocratico della nuova procedura di gara di emodinamica;

**ACQUISITO** il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza;

**DATO ATTO** dell'attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo-contabile e tecnica del presente provvedimento:

1. Dirigente proponente nella sua qualità di Direttore della U.O.C. Gestione Approvvigionamenti Beni e Servizi;

nonché la registrazione al centro di costo

2. Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione;

e al conto economico dell'esercizio di competenza

3. Dirigente della U.O.C. Bilancio e Gestione Economico – Finanziaria;

**ACQUISITI**, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda;

### **DELIBERA**

Per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende richiamato

- 1. DI AFFIDARE** alla Ditta Medtronic Italia S.p.a., ai sensi dell'ex art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n.76/2020, convertito in L. n. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, del D.L. n.77/2021, convertito in legge n. 108/2021, la fornitura, in somministrazione, di cateteri multielettrodo per denervazione renale "Medtronic Symplicity Spyral™" per un valore complessivo pari ad € 31.500,00 oltre iva (22%), per una durata pari a 12 mesi a decorrere dalla data di stipula contrattuale e nelle more dell'espletamento dell'iter burocratico della nuova procedura di gara di emodinamica, per le esigenze della U.O.C. di Cardiologia-UTIC del P.O. di Pescara;
- 2. DI NOMINARE** quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della presente procedura il Direttore della U.O.C. Gestione Approvvigionamenti Beni e Servizi, Dott.ssa Vilma Rosa;
- 3. DI PUBBLICARE** il presente atto nell'albo pretorio online sul sito [www.asl.pe.it](http://www.asl.pe.it), ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 33/2013;
- 4. DI CONFERIRE** alla presente deliberazione immediata esecutività.



**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE  
PESCARA  
FARMACIA OSPEDALIERA  
VIA R. PAOLINI, 47**



**O.d.G. Commissione Terapeutica Aziendale Farmaci e Dispositivi Medici (CTA-Farmaci) - Seduta del 12 Gennaio ore 15:45**

**COMMISSIONE TERAPEUTICA AZIENDALE E DISPOSITIVI MEDICI(CTA-DM)**

**VERBALE DEL GIORNO 12 GENNAIO 2023**

In data odierna alle ore 15:45 presso i locali della Direzione Generale dell'Azienda USL di Pescara in Via Paolini n.45, si sono riuniti il Direttore Sanitario Aziendale Dott. Antonio Caponetti, il Dott. Giustino Parruti, il Dott. Alberto Costantini, la Dott.ssa Francesca Gasbarri, la Dott.ssa Silvia Massacese, la Dott.ssa Serena Corridoni, la Dott.ssa Emilia Esposito, il Dott. Gianluca Russo, la Dott.ssa Rosamaria Zocaro, la Dott.ssa Donatella Bosco, la Dott.ssa Lucrezia Mincione, per discutere sui seguenti argomenti all'o.d.g.:

**Dispositivi Medici**


**RINNOVI**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.




**DM NUOVI**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.



10. **Catetere multielettrodo per denervazione renale Symplicity Spyrat: Richiesta proveniente dalla UOC di UTIC, convocazione Dott Paloscia**



**FARMACI**

- 1.
- 2.



1



**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE  
PESCARA  
FARMACIA OSPEDALIERA  
VIA R. PAOLINI, 47**






- 3.
- 4.
- 5.
- 6.



**Varie ed eventuali**



La Commissione decide di esaminare gli argomenti all'ordine del giorno privilegiando quelli il cui relatore convocato risulti essere presente, quindi non rispettando l'ordine indicato in convocazione.



2  
*[Handwritten signature]*




**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE  
PESCARA  
FARMACIA OSPEDALIERA  
VIA R. PAOLINI, 47**



*[Handwritten signature]*



**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE  
PESCARA  
FARMACIA OSPEDALIERA  
VIA R. PAOLINI, 47**



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

**Catetere multielettrodo per denervazione renale Symplicity Spyrat:** Richiesta proveniente dalla UOC di UTIC, convocazione Dott Paloscia




Il Dott.Paloscia spiega che il catetere multielettrodo Symplicity Spyrat è indicato per il trattamento dell'ipertensione non controllata, ed è progettato per erogare energia a radiofrequenza (RF) di bassa intensità attraverso la parete dell'arteria renale per ottenere la denervazione del rene umano. Il generatore è dotato di un sistema di controllo costante ed automatico della temperatura e dell'impedenza su ogni singolo elettrodo consentendo di regolarne l'intensità di erogazione in maniera indipendente su ognuno di essi, garantendo la sicurezza del trattamento. La richiesta è per n.7 pezzi per un totale di Euro 29.400,00 circa per la copertura di un periodo ponte pregara.

La Commissione CTA-DM, in merito alla richiesta avanzata dalle UOC di UTIC per il **Catetere multielettrodo per denervazione renale Symplicity Spyrat** esprime parere favorevole.

 4



**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE  
PESCARA  
FARMACIA OSPEDALIERA  
VIA R. PAOLINI, 47**



favorevole.

*[Handwritten signature]*  
5



**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE  
PESCARA  
FARMACIA OSPEDALIERA  
VIA R. PAOLINI, 47**



[REDACTED]

[REDACTED]




[REDACTED]

[REDACTED]

*[Handwritten signature]*<sup>6</sup>




**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE  
PESCARA  
FARMACIA OSPEDALIERA  
VIA R. PAOLINI, 47**



*[Handwritten signature]*



**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE  
PESCARA  
FARMACIA OSPEDALIERA  
VIA R. PAOLINI, 47**



Alle 17:40 la riunione termina



MODELLO  
RICHIESTA ACQUISIZIONE  
DISPOSITIVI MEDICI INFUNGIBILI E/O  
ESCLUSIVI

Mod. 2

pag. 1

di: 2

Al Direttore Sanitario Aziendale in qualità di  
Presidente della Commissione Terapeutica Aziendale

SEDE PESCARA

1. U.O. richiedente: CARDIOLOGIA UTIC E CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA  
2. Dipartimento: EMERGENZE URGENZE

3. Dispositivo richiesto, descrizione, caratteristiche tecniche, prezzo:

Il catetere multielettrodo per denervazione renale Symplicity Spyrat è indicato per il trattamento dell'ipertensione non controllata. Il catetere multielettrodo per denervazione renale Symplicity Spyrat è progettato per erogare energia a radiofrequenza (RF) di bassa intensità attraverso la parete dell'arteria renale per ottenere la denervazione del rene umano. Tale utilizzo è previsto nei vasi di diametro variabile da 3 a 8 mm. La denervazione avviene attraverso l'attivazione dei 4 elettrodi radiopachi posizionati sull'estremità distale spiraliforme del catetere. Il generatore simplicity G3 responsabile dell'erogazione di energia RF di trattamento veicolata tramite il catetere Symplicity SpyratTM, è dotato di un sistema di controllo costante e automatico della temperatura e dell'impedenza su ogni singolo elettrodo consentendo di regolarne l'intensità di erogazione in maniera indipendente su ognuno di essi, questo processo garantisce la sicurezza del trattamento. € 4200

4. Dispositivo dedicato ad apparecchiatura di proprietà? (scegliere l'opzione di proprio interesse)

NO

SI

In caso di risposta affermativa specificare quanto di seguito richiesto relativamente all'apparecchiatura di proprietà:

numero di inventario cespiti \_\_\_\_\_

modello \_\_\_\_\_

fornitore \_\_\_\_\_

ubicazione \_\_\_\_\_



MODELLO  
RICHIESTA ACQUISIZIONE  
DISPOSITIVI MEDICI INFUNGIBILI E/O  
ESCLUSIVI

Mod. 2

pag. 2

di: 2

5. Specifiche di fornitura:

Fornitore (ragione sociale): MEDTRONIC

Fabbisogno presunto annuo in unità di misura: 20

➤ [COMPILARE IL MODULO "SCHEDA RICHIESTA BENI INFUNGIBILI" IN FORMATO EXCEL]

Eventuali informazioni aggiuntive (es. necessità altro materiale per utilizzo, necessità formazione ecc.):

Considerato che un dispositivo medico è infungibile se non esistono prodotti con caratteristiche che garantiscono soluzioni equivalenti in termini di prestazioni o requisiti funzionali, fatte salve le variabilità individuali dei pazienti e le esigenze di garanzia della continuità si esprime la seguente relazione in merito alle ragioni di natura tecnica, correlate ad indicazioni di natura diagnostica e terapeutica, che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

Il catetere multielettrodo simplicity spvral è:

- l'unico catetere da denervazione renale a RF 6 Fr che, con una sola misura, può trattare arterie renali di diametro compreso tra 3-8 mm e raggiungere le diramazioni più distali dell'arteria renale per denervare le terminazioni nervose che decorrono vicine all'arteria.
- L'unico catetere disponibile in commercio col più esteso follow up clinico (3 anni) che dimostra sicurezza ed efficacia sul più ampio campione di pazienti real world trattati nella pratica clinica. I cui risultati sono stati pubblicati su riviste scientifiche.
- È un catetere da denervazione renale con disegno rapid exchange (RX)
- 4 elettrodi RF monopolari, radio-opachi in oro, lunghezza 1.5mm, progettati in modo esclusivo per una erogazione di energia RF riproducibile sui 4 quadranti dell'arteria renale

Il generatore Simplicity G3 :

- la caratteristica principale e distintiva del generatore G3 riguarda l'erogazione di energia RF. Durante l'erogazione di energia, la potenza è continuamente monitorata e controllata automaticamente sulla base di valori di Impedenza e temperatura misurati all'interfaccia di ogni elettrodo per assicurare la corretta funzionalità del sistem. Questo è reso possibile da un algoritmo proprietario.
- Il generatore ha un'interfaccia touch-screen, per semplificarne l'utilizzo



MODELLO  
RICHIESTA ACQUISIZIONE  
DISPOSITIVI MEDICI INFUNGIBILI E/O  
ESCLUSIVI

Mod. 2

pag. 3

di: 2

I sottoscritti dichiarano che per le indicazioni tecniche, diagnostiche e terapeutiche sopra specificate non sono disponibili nel repertorio nazionale DM prodotti alternativi con caratteristiche equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali, e di essere a conoscenza delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare ed amministrativo-contabile, in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee e di essere informati che, ai sensi dell'art.76 DPR 28/12/2000, n.445 "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a d uso di atto falso"

Data \_ 22/7/22

Letto, confermato e sottoscritto (timbro e firma leggibile)

Il Dirigente richiedente \_ Dr. Leonardo Paloscia

Il Direttore della Struttura interessata \_\_\_\_\_

Dr. Leonardo Paloscia

Azienda Sanitaria Locale di Pescara  
U.O.C. CARDIOLOGIA - UTIC  
DIRETTORE  
Dott. Leonardo Paloscia

Il Direttore del Dipartimento cui afferisce la Struttura \_\_\_\_\_

Dr. Leonardo Paloscia

**BANDO ESPLORATIVO BENI INFUNGIBILI N° 16 DEL 16.02.23**

**Catetere Multielettrodo per denervazione renale  
"MEDTRONIC SYMPLICITY SPYRAL™"**

**AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, DI DISPOSITIVI MEDICI INFUNGIBILI E/O ESCLUSIVI.**

Si rende noto che l'Azienda Sanitaria Locale di Pescara intende procedere ad una indagine esplorativa di mercato, al fine di un eventuale affidamento ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di **catetere multielettrodo per denervazione renale "MEDTRONIC SYMPLICITY SPYRAL™"**.

Il catetere multielettrodo per denervazione renale Symplicity Spyral è progettato per erogare energia a radiofrequenza (RF) di bassa intensità attraverso la parete dell'arteria renale per ottenere la denervazione del rene umano. Tale utilizzo è previsto nei vasi di diametro variabile da 3 a 8 mm. La denervazione avviene attraverso l'attivazione dei 4 elettrodi radiopachi posizionati sull'estremità distale spiraliforme del catetere.

Il generatore, responsabile dell'erogazione di energia RF di trattamento veicolata tramite il catetere Symplicity Spyral è dotato di un sistema di controllo costante e automatico della temperatura e dell'impedenza su ogni singolo elettrodo consentendo di regolarne l'intensità di erogazione in maniera indipendente su ognuno di essi, questo processo garantisce la sicurezza del trattamento.

**CARATTERISTICHE DI UNICITÀ DEL SISTEMA**

Il Sistema di Denervazione Renale Medtronic Symplicity Spyral è composto dal Catetere Multi-elettrodo a Spirale Symplicity Spyral e dal generatore di energia a Radiofrequenza (RF) da denervazione renale Symplicity G3™.

Il generatore Symplicity G3 è un generatore elettrochirurgico controllato automaticamente che eroga energia RF secondo un algoritmo programmato.

Le caratteristiche uniche e distintive del sistema che ne supportano l'utilizzo per la denervazione renale sono le seguenti:

**CATETERE MULTI-ELETTRODO SYMPLICITY SPYRAL™**

- E' l'unico catetere da Denervazione Renale a RF 6 Fr che, con una sola misura, può trattare arterie renali di diametro compreso tra 3 e 8 mm e raggiungere le diramazioni più distali dell'arteria renale (con lo stesso catetere di ablazione) per denervare le terminazioni nervose che decorrono vicine all'arteria.
- E' un catetere da Denervazione Renale con disegno rapid exchange (RX).
- 4 elettrodi RF monopolari, radio-opachi in oro, lunghezza 1.5 mm, progettati in modo esclusivo per un'erogazione di energia RF riproducibile sui 4 quadranti dell'arteria renale.

**GENERATORE SYMPLICITY G3™**

- La caratteristica principale e distintiva del generatore G3 riguarda l'erogazione di energia RF. Durante l'erogazione di energia, la potenza è continuamente monitorata e controllata automaticamente sulla base di valori di impedenza e temperatura misurati all'interfaccia di ogni elettrodo per assicurare la corretta funzionalità del sistema. Questo è reso possibile da un algoritmo proprietario.

- Il generatore ha un'interfaccia touch-screen unica, per semplificarne l'utilizzo.

Ditta distributrice esclusivista: **Medtronic Italia S.p.a.**

## 1. SCOPI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Obiettivo della presente consultazione preliminare, pertanto, non è l'aggiudicazione di alcuna fornitura ma favorire, anche per il tramite delle informazioni ricevute, la più ampia partecipazione possibile degli operatori economici interessati alla successiva procedura di scelta del contraente.

In particolare, con il presente Avviso si intende effettuare, per adeguata trasparenza, anche in relazione alle linee guida ANAC per gli affidamenti in regime di esclusività, apposita indagine esplorativa di mercato al fine di conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa ASL, altri operatori economici possano fornire, in modo adeguato e legittimo, la fornitura del dispositivo medico indicato.

## 2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE

L'operatore economico interessato (compreso l'operatore economico indicato come esclusivista) che vorrà partecipare alla suddetta indagine esplorativa di mercato dovrà fornire, a pena di esclusione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da persona appositamente delegata a rappresentare il candidato (in tal caso allegare copia conforme della procura speciale firmata digitalmente) attestante di essere in possesso di TUTTI i seguenti requisiti specifici minimi:

- ✓ Ragione sociale, indirizzo e recapiti della Ditta partecipante;
- ✓ Scheda tecnica del prodotto in lingua italiana (o tradotta);
- ✓ Codice rilasciato dal fornitore, CND di appartenenza, numero attribuito dal repertorio dei dispositivi medici;
- ✓ **Dichiarazione attestante l'equivalenza prestazionale e, cioè, che le caratteristiche del materiale sanitario ottemperino in maniera equivalente alle esigenze di natura terapeutica per le quali è richiesto detto materiale (D.lgs. 50/2016 art. 68, comma 7), esplicitativa e dettagliata;**
- ✓ Studi scientifici o altro materiale, a corredo della ritenuta e dichiarata equivalenza funzionale;

Non saranno prese in considerazione le candidature presentate da soggetti che:

- ✓ non risultino in possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso;
- ✓ presentino documentazione manifestamente carente rispetto a quanto richiesto;
- ✓ presentino l'istanza fuori termine di scadenza.

**Non è consentito, pertanto, in questa fase, presentare offerte, quotazioni o valutazioni economiche.**

Gli operatori economici interessati dovranno inoltrare tramite PEC all'indirizzo [acquisizionebenieservizi.aslpe@pec.it](mailto:acquisizionebenieservizi.aslpe@pec.it) i documenti sopra indicati entro il termine perentorio delle ore 12,00 del

**27.02.23**

La PEC dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: "Manifestazione di Interesse al Bando Esplorativo n° **16** del **16.02.23** per l'acquisizione di catetere multielettrodo per denervazione renale "MEDTRONIC SYMPPLICITY SPYRAL™".

**Si precisa che l'acquisizione delle candidature non comporta l'assunzione di impegni specifici da parte dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, che non assume alcun obbligo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale, né l'attribuzione ai candidati di alcun diritto in ordine all'assegnazione dell'appalto.**

**La Stazione Appaltante si riserva, pertanto, la facoltà di interrompere o sospendere la consultazione con i partecipanti in qualsiasi momento del procedimento senza incorrere in alcun tipo di responsabilità.**

Non sono previste graduatorie, punteggi, classifiche di merito, essendo la finalità del presente avviso, unicamente quella di acquisire la conoscenza e la disponibilità degli operatori economici a fornire il materiale sopra riportato con i requisiti indicati.

Qualora, a seguito della presente indagine di mercato, fosse confermato che l'operatore economico indicato sia l'esclusivista della fornitura oggetto del presente avviso, codesta ASL dichiara sin da ora che avvierà, nelle forme opportune, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara (art. 63 - comma 2 - lettera b) del D.lgs. n° 50/2016), negoziando pertanto il contratto medesimo solamente con la ditta "esclusivista" indicata.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito aziendale della ASL di Pescara ( [www.asl.pe.it](http://www.asl.pe.it) ), sezione "Appalti e Contratti - Bandi Esplorativi Beni Infungibili".

**Il Direttore U.O.C. Gestione Approvvigionamenti Beni e Servizi**

*Dott.ssa Vilma Rosa*

Spettabile

**Azienda Usl Di Pescara**

Via Renato Paolini

65124 Pescara

Milano, 02/03/2023

Nostro Protocollo: **202327164/SR**

**Oggetto: RICHIESTA OFFERTA ECONOMICA PER LA FORNITURA DI CATETERE MULTIELETTRODO PER DENERVAZIONE RENALE "MEDTRONIC SYMPPLICITY SPYRAL™" PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI CARDIOLOGIA-UTIC DEL P.O. DI PESCARA. VS. PROT. 0018695/23/ABS**

Gentile Cliente,

con la presente abbiamo il piacere di sottoporre alla Vostra Cortese attenzione le nostre migliori quotazioni per gli articoli sottoelencati, distribuiti da Medtronic Italia SpA sul territorio nazionale:

**RICHIESTA OFFERTA ECONOMICA - CATETERE "MEDTRONIC SYMPPLICITY SPYRAL"**

Cod. Prodotto	Nome Commerciale Modello	Descrizione	Prezzo al pezzo (EA)	IVA %
RDN016	Catetere multielettrodo monouso Symplicity Spyral	Cateteri multielettrodo monouso Symplicity Spyral per la denervazione renale a radiofrequenza compatibile con filo guida 0'014" e catetere guida 6 Fr Misura: Lunghezza catetere 117 cm, profilo massimo 0'052" Dichiarazione: CE 84868, DoC_Symplicity Spyral Numero di repertorio: 1065226/R- CND: C99	€ 4.500,00 (Quattromilacinquecento/00)	22
RDN017	Generatore Symplicity G3	Generatore Symplicity G3 per le procedure di ablazione dei nervi simpatici renali tramite radiofrequenza compatibile con i cateteri Symplicity Spyral e Symplicity Misura: 29,9 cm x 36,7 cm x 18,9 cm Dichiarazione: CE 84868, DoC_Symplicity Spyral Numero di repertorio: 1064010/R- CND: C99	IN CONTO VISIONE	22

## **MODALITÀ FORNITURA**

VALIDITA': L'offerta si ritiene valida fino a successiva comunicazione di variazione della stessa.

PAGAMENTO: restano invariate le condizioni attualmente in vigore.

PREZZI: Porto Franco, comprensivi di ogni altro onere, ad eccezione dell'IVA che è a Vs. carico e rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale.

CONSEGNA: 72/96 ore dal ricevimento ordine.

Nella speranza che la presente offerta sia accolta favorevolmente, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

  
MEDTRONIC ITALIA S.p.A.  
Un Procuratore  
MARIA PATANE

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo

Vilma Rosa

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

Graziano Di Marco

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n. 0701010320

Anno 2023-2024

Il Direttore

Graziano Di Marco

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Vero Michitelli

firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Antonio Caponetti

firmato digitalmente

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Vincenzo Ciamponi**

firmato digitalmente

**Deliberazione n. 541 del 12/04/2023 ad oggetto:**

AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEDTRONIC ITALIA S.P.A., AI SENSI DELL'EX ART. 1, COMMA 2, LETT.A) DEL D.L. N.76/2020, CONVERTITO IN L. N.120/2020 COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, DEL D.L. N.77/2021, CONVERTITO IN LEGGE N.108/2021, DELLA FORNITURA DI CATETERI MULTIELETTRODO PER DENERVAZIONE RENALE "MEDTRONIC SYMPLICITY SPYRAL™" PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI CARDIOLOGIA-UTIC DEL P.O. DI PESCARA.

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 13/4/2023 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

---

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato