



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - www.asl.pe.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

UOC INGEGNERIA CLINICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 3403

DEL 18/10/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL SISTEMA UPS 989806103191 MHT120+BB- INGENUITY & BB A SERVIZIO DEL TOMOGRAFO ASSIALE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS INCISIVE CT 64 SLICES, A SEGUITO DELL'ALLAGAMENTO AVVENUTO PRESSO I LOCALI DELLA UOC RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA PHILIPS SPA AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020- CIG Z023CBAD62;

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL SISTEMA UPS 989806103191 MHT120+BB- INGENUITY & BB A SERVIZIO DEL TOMOGRAFO ASSIALE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS INCISIVE CT 64 SLICES, A SEGUITO DELL'ALLAGAMENTO AVVENUTO PRESSO I LOCALI DELLA UOC RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA PHILIPS SPA ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020- CIG Z023CBAD62;

Nella sede dell'Azienda A.S.L. di Pescara, il Dott. Ing. Vincenzo Lo Mele Direttore UOC Ingegneria Clinica- HTA dell'ASL di Pescara, nominato con deliberazioni del Direttore Generale n.850 del 02.08.2018 e n. 858 del 06.08.2018, nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale:

PREMESSO che il servizio di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali è di competenza dell'U.O.C. Ingegneria Clinica – HTA (DDG n°602/2019);

PREMESSO che in data 29/04/2023 il dott. A.P. Coordinatore Tecnico della UOC Radiologia del P.O. di Pescara, comunicava a mezzo mail l'avvenuto allagamento dei locali della Tac Covid del P.O. di Pescara, ove installato il Tomografo Assiale –Philips Medical Systems- Incisive CT 64 Slices, danneggiando il sistema UPS 989806103191 MHT120+BB - Ingenuity & BB a servizio dell'apparecchiatura;

PREMESSO che trattandosi di apparecchiatura elettromedicale nuova e pertanto ancora in garanzia del produttore Philips spa, il DEC Ing. Dario Rinaldi della UOC Ingegneria Clinica ha provveduto ad interpellare la ditta, la quale ha trasmesso in data 03/05/2023 proprio rapporto di intervento n.WO-08232758 con relativo report in data 08/05/2023;

PERVENUTO il preventivo n. Q-01024530 in data 11/05/2023 per la riparazione non coperta da garanzia, per l'importo pari ad € 11.118,90+Iva22%;

ATTESO che con nota prot. n. 42575/2023 del 18/05/2023, si è provveduto alla richiesta di apertura sinistro per danneggiamento apparecchiatura biomedicale di cui sopra;

RITENUTO di procedere all'affidamento dell'intervento in argomento alla ditta Philips S.p.A. per l'importo pari ad €11.118,90+ Iva 22% ed approvato dal Direttore U.O.C. Ingegneria Clinica Ing. Vincenzo Lo Mele, ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020;

ATTESO che in data 03/07/2023 si è verificato di nuovo un allagamento presso i locali Tac Covid della UOC Radiologia del P.O. di Pescara, causando un ennesimo danneggiamento dello stesso sistema UPS 989806103191 MHT120+BB- Ingenuity & BB a servizio del Tomografo Assiale –Philips Medical Systems- Incisive CT 64 Slices;

ATTESO che con nota prot. n.0057424/23 del 05/07/2023, si è provveduto ad un ulteriore richiesta di apertura sinistro per danneggiamento dell'apparecchiatura di cui sopra;

VALUTATO dunque, di ricontattare la ditta Philips S.p.A. la quale ha prodotto ulteriore preventivo n. Q-01068858 del 04/07/2023, per intervento di riparazione straordinario per l'importo di €2.072,00+ Iva22%;

DATO ATTO che la ditta Philips Spa in data 05/09/2023 ha provveduto alla riparazione del sistema UPS 989806103191 MHT120+BB- Ingenuity & BB a servizio del Tomografo Assiale –Philips Medical Systems- Incisive CT 64 Slices, come da report di attività n. WO-08606064;

PRESENTATI dalla ditta Philips spa, i consuntivi di spesa definitivi n.n. Q-01125114 del 11/09/2023 e n. Q-01129557 del 15/09/2023 per i rispettivi importi pari ad € 1.267,00+ Iva22% e di € 11.118,90+Iva 22%;

PRESO ATTO che la ditta affidataria provvederà ad emettere quanto previsto dalla L.136/2010 circa l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, contemporaneamente all'accettazione dell'affidamento

IL DIRETTORE UOC INGEGNERIA CLINICA H.T.A

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.L. n. 76/2020 e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 705 del 28.06.2012 avente per oggetto "Approvazione del Regolamento Aziendale per la disciplina dei procedimenti di adozione delle Deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti immediatamente esecutive;

VISTO l'Atto Aziendale redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 bis del D. Lgs. 19 giugno 1999 n. 229 modificativo del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. approvato con delibera del Direttore Generale di questa Azienda n. 220 del 02/03/2018;

PRESO ATTO dell'attività istruttoria espletata dal responsabile del procedimento, dott. ssa Chiara Di Paolo ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90;

DETERMINA

1. **DI CONSIDERARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. **DI PRENDERE ATTO** della necessità di eseguire l'intervento di riparazione del sistema UPS 989806103191 MHT120+BB- Ingenuity & BB a servizio del Tomografo Assiale –Philips Medical Systems- Incisive CT 64 Slices;
3. **DI APPROVARE** i consuntivi definitivi di spesa n.n. Q-01125114 del 11/09/2023 e n. Q-01129557 del 15/09/2023 per i rispettivi importi pari ad € 1.267,00+ Iva22% e di € 11.118,90+Iva 22% presentati dalla ditta Philips S.p.A., approvati dal Direttore dell'Ingegneria Clinica HTA Ing. Vincenzo Lo Mele;
4. **DI AFFIDARE** l'intervento alla ditta Philips S.p.A - ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L.n. 76/2020 per gli importi pari ad € 1.267,00+ Iva22% e di € 11.118,90+Iva 22%;
5. **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di € 15.110,80 IVA compresa relativa al Servizio in argomento va registrata in contabilità Economico Patrimoniale del Bilancio 2023 come segue alla voce di conto 07.03.03.01.01.01;
6. **DI PUBBLICARE** il presente atto sul sito www.ausl.pe.it link "Amministrazione trasparente" - settore 11 - bandi di gara e contratti- ai sensi e per gli effetti art. 37

co2, D.Lgs. n. 33/2013;

7. **DI DARE ATTO** che la documentazione completa relativa all'affidamento in argomento, i cui estremi sono citati in premessa, è custodita agli atti degli Uffici dell'Ingegneria Clinica – HTA dell'Azienda ASL di Pescara;
8. **DI CONFERIRE** al presente atto la clausola dell'immediata esecutività.

UOC INGEGNERIA CLINICA

L'Istruttore	Il Direttore
Chiara Di Paolo	Vincenzo Lo Mele
	firmato digitalmente

Voce di conto: 07.03.03.01.01.01 Anno : 2023

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 18/10/2023 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
