



via dei Cardì snc, 00072 - Ariccia (Roma)
P.IVA 12171461002 | tel 06 9386358 | fax 06 9384776
info@puretech.it | www.puretech.it

Cliente AZIENDA SANITARIA
LOCALE DI PESCARA

Via VIA RENATO PAOLINI 47

Reparto CENTRO DIALISI 1 P.O.
PESCARA

Città PESCARA

RAPPORTO DI INTERVENTO

Segnalazione del Cliente Scritta	Nome e Cognome Gianluca Del Bove Orlandi	Commessa int. N. CO016001PE	Rapp.int RI16305	Data 26/10/2025
--	--	---------------------------------------	----------------------------	---------------------------

Tipo di intervento Cliente

Apparecchiatura	marca	CULLIGAN- BI-OSMOSI	mod.	CULLIGAN	matr.	-
------------------------	-------	---------------------	------	----------	-------	---

LAVORAZIONI

installazione collegamenti

LAVORO ESEGUITO

Smontaggio vecchi attacchi rapidi su loop dialitico
Installazione rubinetti più attacchi rapidi a baionetta
Eseguito collaudo in pressione
Eseguita sanitizzazione chimica impianto e loop tramite rubinetto in ingresso alimentazione osmosi
Si rilascia l'impianto funzionante in automatico
Avvisato reparto per pulizia locale tecnico e locale dialisi

Ricambi Utilizzati	Codice Descrizione	N.
---------------------------	---------------------------	-----------

Tecnici numero 1 Provenienti da Lido di ostia Trasferta ☐

Giorno	dalle	alle	Km viaggio (solo andata)	Ore viaggio (Solo andata)
26/10/2025	09:00	13:00	208	2

Nome Cliente

Firma Tecnico

Firma Cliente

ASL PESCARA
UOC NEFROLOGIA E DIALISI
COORDINATRICE INFERMIERISTICA
Dott.ssa Giovanna LA SELVA
Matr. 2776



Cliente AZIENDA SANITARIA
LOCALE DI PESCARA

Via VIA RENATO PAOLINI 47

via dei Cardì snc, 00072 - Ariccia (Roma)
P.IVA 12171461002 | tel 06 9386358 | fax 06 9384776
info@puretech.it | www.puretech.it

Reparto

Città PESCARA

RAPPORTO DI INTERVENTO

Segnalazione del Cliente	Nome e Cognome	Commessa int. N.	Rapp.int	Data
Scritta	Gianluca Del Bove Orlandi	CO016001PO	RI16306	26/10/2025

Tipo di intervento Cliente

Apparecchiatura	marca	mod.	matr.
------------------------	-------	------	-------

LAVORAZIONI

installazione collegamenti

LAVORO ESEGUITO

Smontaggio e rimozione vecchi attacchi rapidi su loop dialitico

Montaggio nuovi attacchi rapidi prove in pressione sul loop

Sanitizzazione chimica

Ricambi Utilizzati	Codice Descrizione	N.
---------------------------	---------------------------	-----------

Tecnici numero 1 Provenienti da Pescara Trasferta ☐

Giorno	dalle	alle	Km viaggio (solo andata)	Ore viaggio (Solo andata)
26/10/2025	14:00	16:00	40	0,75

Nome Cliente Pacchioli brunella

Firma Tecnico

Firma Cliente