

REGIONE ABRUZZO
ASL DI PESCARA
Dipartimento dei Servizi e delle Biotecnologie
 U.O.C. di Microbiologia e Virologia Clinica a valenza regionale
 Dirigente Responsabile: Dr. Paolo Fazii

alla c.a. del Direttore dell'U.O.C. di Approvvigionamento
 Beni e Servizi – ASL di Pescara

Dott.ssa T. Petrella

SEDE

Oggetto: valutazione proposte Ditte per Lotto 2“Diagnostica rapida delle tossine di Clostridium difficile dalle feci mediante metodica immunoenzimatica o immunocromatografica in card”

La commissione valutatrice composta dal Presidente, Dr. Luigi Clerico e dai Commissari, Dr.ssa Maria Cristina Gattone e Dr. Vincenzo Savini, avendo esaminato le proposte presentate dalle Ditte:

- **Alere Srl, con sede in Via B. Eustachi, 36 – 20129 Milano**
- **Alifax S.r.l., con sede in Via Petrarca 2/1 – 35020 Polverara (PD)**
- **Beta Diagnostici s.a.s., con sede in Viale Europa, 22 is. 57 – 98123 Messina**
- **Dasit S.p.A, con sede in Via R. Merendi, 22 – 20010 Cornaredo (MI)**
- **DIESSE Diagnostica Senese S.p.A., con sede in Via Solari 19 sc.6 , 20144 Milano**
- **Dyaset S.r.l., con sede in Via A. Gradi, 3 – 44015 Portomaggiore (FE)**
- **Meridian Bioscience Europe S.r.l., con sede in Via dell'Industria, 7 – 20020 Villa Cortese (MI)**
- **Omnia Diagnostica, con sede in C.da Cubba sn. - 95045 Misterbianco (CT)**
- **R-Biopharm Italia S.r.l., con sede in Via Morandi, 10 – 20077 Melegnano (MI)**

e dopo aver valutato che le proposte erano in possesso di tutte le caratteristiche Indispensabili richieste nel bando di gara tranne la proposta presentata dalla Ditta DIESSE che pertanto è stata esclusa (la Ditta DIESSE è stata esclusa in quanto non ha presentato, come previsto dal bando, dei diagnostici in card bensì uno strumento in grado di processare dei diagnostici in monotest), ha espresso i seguenti punteggi alle caratteristiche Auspicabili richieste dal suddetto bando di gara:

Caratteristiche Auspicabili

Punti (coefficienti)

	ALERE	ALIFAX	BETA D.	DASIT	DYASET	MERIDIAN	OMNIA D.	R-BIOPHARM
Reattivi pronti all'uso	1	1	1	1	1	1	1	1
Approvazione FDA	1	0 ₁	0 ₁	0 ₁	0 ₁	1	0 ₁	0 ₁
Valore Predittivo Negativo	0,75 ₂	0,25 ₂	0,50 ₂	0*	0,50 ₂	1	1	0*
Periodo di scadenza	1	1	1	0,75 ₃	0,75 ₃	1	1	0*
Documentazione scientifica	1	0 ₄	0 ₄	0 ₄	0 ₄	0,5 ₅	0 ₄	0 ₄

*non presentato né dichiarato

₁ assenza di approvazione FDA

₂ punteggio stabilito in proporzione (secondo lo schema) al VPN dichiarato

₃ periodo di scadenza inferiore ai 15 mesi (coefficiente stabilito proporzionalmente)

₄ non dichiarato, ovvero pubblicazioni non presentate in esteso e senza il coefficiente Impact Factor (IF) relativo all'anno di pubblicazione dichiarato


₅ somma degli IF presentati pari alla metà della somma degli IF presentati dalla Ditta Alere (secondo lo schema proposto nel capitolato di gara)

Pescara, li 28/07/2017

Il Presidente
Dr. Luigi Clerico



I Commissari
Dr.ssa Maria Cristina Gattone



Dr. Vincenzo Savini

