

MeV 56/2017

REGIONE ABRUZZO
ASL DI PESCARA
Dipartimento dei Servizi e delle Biotecnologie
 U.O.C. di Microbiologia e Virologia Clinica a valenza regionale
 Dirigente Responsabile: Dr. Paolo Fazii

alla c.a. del Direttore dell'U.O.C. di Approvvigionamento
 Beni e Servizi – ASL di Pescara

Dott.ssa T. Petrella
SEDE

Oggetto: valutazione proposte Ditte per Lotto 1 "Diagnostica rapida dell'antigene di Clostridium difficile (GDH) dalle feci mediante metodica immunoenzimatica o immunocromatografica in card"

La commissione valutatrice composta dal Presidente, Dr. Luigi Clerico e dai Commissari, Dr.ssa Maria Cristina Gattone e Dr. Vincenzo Savini, avendo esaminato le proposte presentate dalle Ditte:

- Alere Srl, con sede in Via B. Eustachi, 36 – 20129 Milano
- Alifax S.r.l., con sede in Via Petrarca 2/1 – 35020 Polverara (PD)
- Beta Diagnostici s.a.s., con sede in Viale Europa, 22 is. 57 – 98123 Messina
- Dasit S.p.A., con sede in Via R. Merendi, 22 – 20010 Cornaredo (MI)
- DIESSE Diagnostica Senese S.p.A., con sede in Via Solari 19 sc.6, 20144 Milano
- Dyaset S.r.l., con sede in Via A. Gradi, 3 – 44015 Portomaggiore (FE)
- Meridian Bioscience Europe S.r.l., con sede in Via dell'Industria, 7 – 20020 Villa Cortese (MI)
- Omnia Diagnostica, con sede in C.da Cubba sn. - 95045 Misterbianco (CT)
- R-Biopharm Italia S.r.l., con sede in Via Morandi, 10 – 20077 Melegnano (MI)

e dopo aver valutato che le proposte erano in possesso di tutte le caratteristiche Indispensabili richieste nel bando di gara tranne la proposta presentata dalla Ditta DIESSE che pertanto è stata esclusa (la Ditta DIESSE è stata esclusa in quanto non ha presentato, come previsto dal bando, dei diagnostici in card bensì uno strumento in grado di processare dei diagnostici in monotest), ha espresso i seguenti punteggi alle caratteristiche Auspicabili richieste dal suddetto bando di gara:

Caratteristiche Auspicabili

Punti (coefficienti)

| | ALERE | ALIFAX | BETA D. | DASIT | DYASET | MERIDIAN | OMNIA D. | R-BIOPHARM |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| Reattivi pronti all'uso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Approvazione FDA | 1 | 0 ₁ | 0 ₁ | 0 ₁ | 0 ₁ | 1 | 0 ₁ | 0 ₁ |
| Valore Predittivo Negativo | 0,75 ₂ | 0,75 ₂ | 0,75 ₂ | 0* | 0,75 ₂ | 1 | 0 ₁ | 0* |
| Periodo di scadenza | 1 | 1 | 1 | 0,75 ₃ | 0,75 ₃ | 1 | 1 | 0* |
| Documentazione scientifica | 1 | 0 ₄ | 0 ₄ | 0 ₄ | 0 ₄ | 0,5 ₅ | 0 ₄ | 0 ₄ |

*non presentato né dichiarato

1 assenza di approvazione FDA

2 punteggio stabilito in proporzione (secondo lo schema) al VPN dichiarato


3 periodo di scadenza inferiore ai 15 mesi (coefficiente stabilito proporzionalmente)

4 non dichiarato, ovvero pubblicazioni non presentate in esteso e senza il coefficiente Impact Factor (IF) relativo all'anno di pubblicazione dichiarato


5 somma degli IF presentati pari alla metà della somma degli IF presentati dalla Ditta Alere (secondo lo schema proposto nel capitolato di gara)

Pescara, li 28/07/2017

Il Presidente
Dr. Luigi Clerico



I Commissari
Dr.ssa Maria Cristina Gattone



Dr. Vincenzo Savini

