

LOTTO N. 1		SISTEMA PROTESICO DI SOSTITUZIONE O RIPARAZIONE ARCATA COSTALE			
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA				
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 2 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:				
	<b>Sistema protesico composto da un sistema di barre di congiunzione regolabile in lunghezza, a seconda delle necessità, completamente seghettate e clips di fissaggio costale</b>				
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione minima impianto tipo	Qtà prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili
1	SISTEMA PROTESICO DI SOSTITUZIONE O RIPARAZIONE ARCATA COSTALE	barre	3	24	Titanio
		clips	6		titanio
<b>PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE</b>					<b>€ 144.000,00</b>

LOTTO N. 2		SISTEMA DI OSTEOSINTESI PER FRATTURA STERNALE			
Rigo	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA				
0	Oltre a quanto indicato nell'articolo 2 del Capitolato Speciale ogni dispositivo deve essere in possesso dei requisiti tecnici di seguito indicati:				
	<b>Sistema di osteosintesi composto da placche a foro filettato di varie lunghezze modellabili con stabilità angolare e viti in titanio a testa bloccata di mm 3 e varie lunghezze da mm 8 a mm 18, con ampia gamma di placche rette con o senza PIN di riapertura,modellabili a 6 - 8 - 10 - 12 - 20 - 24 e sino a 30 fori di spessore di mm 2, 4 mm. Il sistema deve prevedere placche ad H o a stella specifiche, per fratture isolate del manubrio sternale.</b>				
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6
Rigo	Descrizione Impianto tipo	Composizione minima impianto tipo	Qtà prevista per ogni impianto	N. impianti quadriennali *	Caratteristiche tecniche minime ed indispensabili
1	SISTEMA PROTESICO DI SOSTITUZIONE O RIPARAZIONE ARCATA COSTALE	placche	2	24	Titanio
		viti	12		titanio

<b>PREZZO A BASE D'ASTA INSUPERABILE</b>					<b>€ 50.000,00</b>