

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
1	<p>CONNETTORE DI TRANSIZIONE PER NUTRIZIONE ENTERALE</p> <p>Per consentire il passaggio dalle vecchie connessioni per nutrizione enterale alla connessione ENFIT nelle more dell'adeguamento alla normativa ISO80369-3. Deve essere sterile, monouso, latex-free e senza rilascio di ftalati. Deve essere in confezione singola.</p>	/

CHIARIMENTI
<p>1. si richiede cortesemente se relativamente al lotto n°1, il connettore di transizione per nutrizione enterale può essere fornito clinicamente pulito ma NON STERILE, così come richiesto. Non ci risulta che in altre gare sul territorio nazionale sia mai stato chiesto tale tipo di device STERILE. La 'STERILITA' del prodotto comporterebbe maggiori costi per la vostra amministrazione e minore concorrenza.</p>
<p>2. RISPOSTA: Attualmente presso la ASL Pescara si stanno utilizzando dispositivi sterili e pertanto si conferma quanto già riportato nel capitolato tecnico considerato anche che la spesa è modica</p>

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGIO	VALUTAZIONE	COMMENTI
IDONEITA'		NON RISULTANO OFFERTE MA NON VIENE CITATO NEI LOTTI DESERTI

ASL Pescara

[Signature]

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
2	SACCHE DI URINA STERILI	CLINI-LAB SRL
	Sacche urina sterili 5 litri, a circuito chiuso, dotate di scala graduata, con riferimento paziente, valvola di non ritorno, maniglie reggi sacca, rubinetto di scarico, tubo lunghezza non inferiore a 110cm, connettore catetere dotato di tappo, punto prelievo urina needle-free . Presenza di piastrina stringi tubo.Devono essere sterili, monouso, in confezione singola, latex-free. Devono poter rimanere in situ più giorni se non disconnesse dal catetere e le ditte dovranno indicare sulla documentazione tecnica il tempo di permanenza.	
2	SACCHE DI SCARICO STERILI	CLINI-LAB SRL
	Sacche di scarico sterili da 2 litri, , scala graduata, riferimenti paziente , valvola antireflusso, tubo lunghezza 15 cm circa con clamp, connettore femmina.Devono essere dotate di valvola antireflusso.Devono essere sterili, in confezione singola, monouso, latex-free.Devono essere compatibili con le sacche sterili da 5 litri sopra descritte.Rispondenza alla Direttiva 93/42 CE e s.m.i.	
2	SACCHE URINA STERILI	CLINI-LAB SRL
	Sacche urina sterili 10 litri, a circuito chiuso, dotate di scala graduata, valvola di non ritorno, maniglie reggi sacca, rubinetto di scarico, tubo lunghezza non inferiore a 110cm, connettore catetere dotato di tappo, punto prelievo urina needle-free . Presenza di piastrina stringi tubo. Devono essere sterili, monouso, in confezione singola, latex-free. Devono poter rimanere in situ più giorni se non disconnesse dal catetere e le ditte dovranno indicare sulla documentazione tecnica il tempo di permanenza. Il dispositivo deve permettere l'utilizzo in sicurezza per il paziente e per l'operatore.	

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGIO	VALUTAZIONE	COMMENTI
IDONEITA'	IDONEO	





GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
3	<p data-bbox="327 203 1129 338">STRISCE REATTIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLA CHETONEMIA IN AMBITO OSPEDALIERO E RELATIVO STRUMENTO</p> <p data-bbox="327 353 1129 488">Devono essere rispondenti alla Direttiva inerente i diagnostici in vitro. Devono poter permettere la determinazione con metodo potenziometrico, principio di reazione elettrochimico, intervallo di misurazione da 0,1 a 8,0 mmol/l, volume campione non superiore al 8,0 ul a determinazione, .</p> <p data-bbox="555 488 895 521">Confezione da massimo 50 strisce.</p> <p data-bbox="347 521 1102 584">Lo strumento, che dovrà essere fornito gratuitamente, deve avere le seguenti caratteristiche:</p> <ul data-bbox="359 584 1086 745" style="list-style-type: none"> • espulsione automatica della striscia • accensione automatica all'inserimento del sensore • aspirazione automatica del campione per capillarità • determinazione su sangue intero: capillare, venoso, arterioso, neonatale • tempi di misurazione non superiore al 10 secondi a determinazione 	deserto



GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
4	SACCHETTI RACCOLTA LIQUIDI ASPIRATI CON USO GRATUITO DEI CANISTER	ID&CO SRL
	<p>Sacchetti monouso volume 1000 ml dotati di sistema antireflusso che eviti il rischio di fuoriuscita dei liquidi aspirati nonché di filtri che evitino la contaminazione della fonte del vuoto.</p> <p>Devono poter essere utilizzati con gli aspiratori presenti sulle ambulanze del 118 ASL Pescara nello specifico WEINMANN ACCUVAC RESQUE, WEINMANN ACCUVAC PRO, OB2012 BOSCAR dotate di canister ovali o con adattatore ovale. Devono essere monouso e latex free.</p>	

CHIARIMENTI

9. Gruppo 4: Sacche di raccolta

al par. 12.1 "campionatura" vengono richiesti per i gruppi 3 e 4 "Numero una confezione di strisce e numero uno strumento", specifichiamo che per il gruppo 4 non sono previsti strumenti,

- chiediamo per il lotto 4 quanti pezzi dobbiamo inviare come campionatura gratuita.

- chiediamo inoltre, in caso di affidamento fornitura, quanti canister dovranno essere forniti in uso gratuito;

Gruppo 4 - sacche di raccolta - si richiedono, come campionatura, numero 3 canister e numero 6 sacchetti.

Il numero di canister in uso gratuito ammonta al massimo a CINQUANTA(50) per la durata della fornitura

1. Gruppo 4: Sacche di raccolta: al par. 12.1 "campionatura" vengono richiesti per i gruppi 3 e 4 "Numero una confezione di strisce e numero uno strumento", specifichiamo che per il gruppo 4 non sono previsti strumenti,

1.1 si conferma che per il gruppo 4 non sono previsti strumenti

2. chiediamo per il lotto 4 quanti pezzi dobbiamo inviare come campionatura gratuita.

2.1 numero 3 pz

CRITERI DI VALUTAZIONE	DESCRIZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO RIPARAMETRIZZATO	VALUTAZIONE	COMMENTI
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE	MAX 20 PUNTI	/	/	NON IDONEO	Il prodotto offerto ha una destinazione d'uso: "Dispositivo per la raccolta intraoperatoria dei liquidi aspirati". Inoltre la ditta non dichiara la compatibilità con gli aspiratori presenti sulle ambulanze del 118
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI MANEGGEVOLEZZA	MAX 25 PUNTI	/	/		
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE E/O OPERATORE	MAX 25 PUNTI	/	/		
TOTALE	MAX 70 PUNTI	/	/		

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
5	TUBI DI COLLEGAMENTO TRA UNITA' ASPIRANTE E CANNULA PER ASPIRAZIONE O ALTRE APPARECCHIATURE	ID&CO SRL PACO SRL
	tubo di collegamento tra unità aspirante e cannula per aspirazione o altre apparecchiature lunghezza 6 metri circa Devono essere tali da non crollare a pressioni fino a 400mmhg, devono essere della lunghezza di 6 metri circa, devono avere connessioni coniche standard alle due estremità, devono essere sterili, in confezione singola in doppio involucro sterile, monouso e latex-free. Devono avere diametro interno 5,6mm circa e diametro esterno 8mm circa.	
GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
5	TUBI DI COLLEGAMENTO TRA UNITA' ASPIRANTE E CANNULA PER ASPIRAZIONE O ALTRE APPARECCHIATURE	ID&CO SRL PACO SRL
	tubo di collegamento tra unità aspirante e cannula per aspirazione o altre apparecchiature lunghezza 3 metri circa Devono essere tali da non crollare a pressioni fino a 400mmhg, devono essere della lunghezza di 3 metri circa, devono avere connessioni coniche standard alle due estremità, devono essere sterili, in confezione singola in doppio involucro sterile, monouso e latex-free. Devono avere diametro interno 5,6mm circa e diametro esterno 8mm circa.	

CRITERI	Grado di apprezzamento C(a)	ID&CO SRL	PACO SRL
		PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE		1	0,25
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI MANEGGEVOLEZZA		1	1
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE E/O OPERATORE		1	0,25

CRITERI DI VALUTAZIONE	DESCRIZIONE PUNTEGGIO	ID&CO SRL	PACO SRL
		PUNTEGGIO RIPARAMETRIZZATO	PUNTEGGIO RIPARAMETRIZZATO
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE	MAX 20 PUNTI	20	5
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI MANEGGEVOLEZZA	MAX 25 PUNTI	25	25
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE E/O OPERATORE	MAX 25 PUNTI	25	6,25
TOTALE	MAX 70 PUNTI	70	36,25

Commenti:

PACO SRL :il prodotto risulta, da scheda tecnica, resistente alla pressione interna del circuito, ma non specifica il valore di resistenza a pressioni fino 400mmhg come richiesto nel capitolato

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
6	SACCA PER NUTRIZIONE PARENTERALE IN EVA CON SET DI RIEMPIMENTO A TRE VIE	AIESI HOSPITAL SERVICE SRL MULTIMEDICAL SRL PACO SRL BERTONI SRL
	sacca per nutrizione parenterale in EVA con set di riempimento a tre vie volume 500 ml Volume richiesto 500ml Sacca in EVA graduata con punto di infusione dotato di tappo di protezione, tappo perforabile per sacca, connettore luer lock femmina, tappo luer lock maschio chiuso confezionato, maniglia per sacca, clamp inviolabile. Il set di riempimento, da collegare alla sacca, comprende raccordo y 4 vie con tubo della lunghezza di cm100 circa e tre tubi della lunghezza di cm 30 circa. Il dispositivo deve essere sterile, monouso, latex-free e senza rilascio di ftalati. Deve essere in confezione singola.	
GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
6	SACCA PER NUTRIZIONE PARENTERALE IN EVA CON SET DI RIEMPIMENTO A TRE VIE	AIESI HOSPITAL SERVICE SRL MULTIMEDICAL SRL PACO SRL BERTONI SRL
	sacca per nutrizione parenterale in EVA con set di riempimento a tre vie volume 3000 ml Volume richiesto 3000ml. Sacca in EVA graduata con punto di infusione dotato di tappo di protezione, tappo perforabile per sacca, connettore luer lock femmina, tappo luer lock maschio chiuso confezionato, maniglia per sacca, clamp inviolabile. Il set di riempimento, da collegare alla sacca, comprende raccordo y 4 vie con tubo della lunghezza di cm100 circa e tre tubi della lunghezza di cm 30 circa. Il dispositivo deve essere sterile, monouso, latex-free e senza rilascio di ftalati. Deve essere in confezione singola.	

CRITERI	Grado di apprezzamento C(e)	AIESI HOSPITAL SERVICE SRL	MULTIMEDICAL SRL	PACO SRL	BERTONI SRL
		PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE		/	0,25	1	1
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI MANEGGEVOLEZZA		/	1	1	0,25
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE E/O OPERATORE		/	0,25	1	1

CRITERI DI VALUTAZIONE	DESCRIZIONE PUNTEGGIO	AIESI HOSPITAL SERVICE SRL	MULTIMEDICAL SRL	PACO SRL	BERTONI SRL
		PUNTEGGIO RIFORMATTIZZATO	PUNTEGGIO RIFORMATTIZZATO	PUNTEGGIO RIFORMATTIZZATO	PUNTEGGIO RIFORMATTIZZATO
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE	MAX 20 PUNTI	/	5	20	20
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI MANEGGEVOLEZZA	MAX 25 PUNTI	/	25		6,25
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE E/O OPERATORE	MAX 25 PUNTI	/	6,25	25	25
TOTALE	MAX 70 PUNTI	/	36,25	70	51,25

Commenti:
 AIESI HOSPITAL SERVICE SRL - Il prodotto non risulta DEHP FREE
 MULTIMEDICAL SRL - MANCA CAMPIONE
 BERTONI SRL - Il prodotto presenta una apertura per appendere la sacca poco maneggevole in quanto caratterizzata da tre fori piccoli al posto di una unica apertura centrale più grande

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
7	SONDA RETTALE IN PVC MORBIDO	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SRL BENEFIS SRL
	Deve avere estremità distale arrotondata con foro centrale e laterale, deve essere morbida, deve avere lunghezza cm40+/- 5cm. Deve avere codice colore. Deve essere monouso, sterile, latex-free e senza rilascio di ftalati. Deve essere in confezione singola. Misure richieste: misure varie da 18CH a 28CH. N.B. le ditte dovranno presentare numero 6 misure <ul style="list-style-type: none"> • sonda rettale 18CH • sonda rettale 20CH • sonda rettale 22CH • sonda rettale 24CH • sonda rettale 26CH • sonda rettale 28CH 	

CRITERI	Grado di apprezzamento C(a)	AIESI HOSPITAL SERVICE SRL	BENEFIS SRL
		PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE			
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI MANEGGEVOLEZZA		1	1
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE E/O OPERATORE		1	1

CRITERI DI VALUTAZIONE	DESCRIZIONE PUNTEGGIO	AIESI HOSPITAL SERVICE SRL	BENEFIS SRL
		PUNTEGGIO RIPARAMETRIZZATO	PUNTEGGIO RIPARAMETRIZZATO
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE	MAX 20 PUNTI	20	20
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI MANEGGEVOLEZZA	MAX 25 PUNTI	25	25
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE E/O OPERATORE	MAX 25 PUNTI	25	25
TOTALE	MAX 70 PUNTI	70	70

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
B	SONDINO ENDOTRACHEALE PER ASPIRAZIONE CONTROLLATA	SYSTEMS SRL
	Deve avere lunghezza cm50 circa, estremità distale morbida e arrotondata, perforata, con due fori laterali, valvola per il controllo dell'aspirazione con codice colore per una rapida identificazione del CH.	BENEFIS SRL
	Deve essere monouso, sterile, latex-free e senza rilascio di ftalati.	CLINI-LAB SRL
	Deve essere in confezione singola.	DEAS SRL
	Misure richieste: CH6/CH8/CH10/CH12/CH14/CH16/CH18	ID&CO SRL
		PACO SRL

CHIARIMENTI

Gruppo B: Sondini

-Chiediamo se, a titolo di campionatura, puo' essere inviata una misura intermedia tra quelle indicate;
RISPOSTA: Gruppo B – sondini – come campionatura devono essere inviati numero tre pezzi di una misura tra quelle indicate

4. GRUPPO B: SONDINI, -CHIEDIAMO SE, A TITOLO DI CAMPIONATURA, PUO' ESSERE INVIATA UNA MISURA INTERMEDIA TRA QUELLE INDICATE;

4.1 deve essere oggetto di campionatura il medesimo prodotto, tra quelli offerti

CRITERI	Grado di apprezzamento C(a)	AIR LIQUIDE					
		MEDICAL SYSTEMS SRL	BENEFIS SRL	CLINI-LAB SRL	DEAS SRL	ID&CO SRL	PACO SRL
		PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE		1	1	1	1	1	/
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI MANEGGEVOLEZZA		1	1	1	1	1	/
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE E/O OPERATORE		1	1	0,25	1	1	/

CRITERI DI VALUTAZIONE	DESCRIZIONE PUNTEGGIO	AIR LIQUIDE					
		MEDICAL SYSTEMS SRL	BENEFIS SRL	CLINI-LAB SRL	DEAS SRL	ID&CO SRL	PACO SRL
		PUNTEGGIO RIPARAMETRIZZATO	PUNTEGGIO RIPARAMETRIZZATO	PUNTEGGIO RIPARAMETRIZZATO	PUNTEGGIO RIPARAMETRIZZATO	PUNTEGGIO RIPARAMETRIZZATO	PUNTEGGIO RIPARAMETRIZZATO
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE	MAX 20 PUNTI	20	20	20	20	20	/
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI MANEGGEVOLEZZA	MAX 25 PUNTI	25	25	25	25	25	/
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE E/O OPERATORE	MAX 25 PUNTI	25	25	6,25	25	25	/
TOTALE	MAX 70 PUNTI	70	70	51,25	70	70	/

Commenti:

PACO SRL -il prodotto non può essere valutato in quanto contenente ftalati

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
9	SONDA DUODENALE DI LEVIN	BENEFIS SRL
	<p>Introduzione naso gastrica. Per l'aspirazione passiva delle secrezioni intestinali. Deve essere in PVC medicale, deve avere lunghezza 120cm circa, 4 fori laterali, punta aperta radiopaca e linea radiopaca, codice colore. Deve avere 4 tacche identificate ad intervalli di 10cm dalla punta distale. Il dispositivo deve essere sterile, monouso, latex-free e senza rilascio di ftalati. Deve essere in confezione singola. Misure richieste: CH8/CH10/CH12/CH14/CH16/CH18.</p>	

CRITERI	Grado di apprezzamento C(a)i	BENEFIS SRL PUNTEGGIO ASSEGNATO
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE		1
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI MANEGGEVOLEZZA		1
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE E/O OPERATORE		1

CRITERI DI VALUTAZIONE	DESCRIZIONE PUNTEGGIO	BENEFIS SRL PUNTEGGIO RIPARAMETRIZZATO
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE	MAX 20 PUNTI	20
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI MANEGGEVOLEZZA	MAX 25 PUNTI	25
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE E/O OPERATORE	MAX 25 PUNTI	25
TOTALE	MAX 70 PUNTI	70

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
10	<p>SONDA PER IL TAMPONAMENTO DELLE VARICI ESOFAGEE</p> <p>Da utilizzarsi per il tamponamento in urgenza delle emorragie dovute alla rottura delle varici esofagee. Deve essere in materiale biocompatibile, flessibile, deve essere radiopaca.</p> <p>Deve essere dotata di palloncini per il posizionamento a livello gastrico ed a livello esofageo con valvole antireflusso e di via/e per il drenaggio.</p> <p>Deve avere lunghezza compresa tra cm 80 e cm 120 .</p> <p>Deve essere in confezione singola, sterile, monouso, senza rilascio di ftalati.</p> <p>Misure richieste: varie misure tra 15CH e 21CH</p>	DESERTO

CHIARIMENTI

1. "SI CONFERMANO LE BASI D'ASTA (53,55 EURO E 200,00 EURO) E I PREZZI UNITARI (2,450 E 9,500 EURO) DEI LOTTI N. 10 E N.11? NON CI RISULTANO ESSERE CONFORMI AI PREZZI DI MERCATO".

RISPOSTA: Si confermano le basi d'asta.



GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
11	<p style="text-align: center;">SONDA PER IL TAMPONAMENTO DELLE VARICI ESOFAGEE</p> <p>Da utilizzarsi per il tamponamento in urgenza delle emorragie dovute alla rottura delle varici esofagee. Deve essere in materiale biocompatibile, flessibile, deve essere radiopaca.</p> <p>Deve essere dotata di palloncini per il posizionamento a livello gastrico ed a livello esofageo con valvole antireflusso e di via/e per il drenaggio. Deve avere lunghezza compresa tra cm 80 e cm120 . Deve essere in confezione singola, sterile, monouso, senza rilascio di ftalati. Deve essere latex-free. Misure richieste: varie misure tra 15CH e 21CH</p>	DESERTO

Stella

[Signature]

[Signature]

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
12	CATETERE FOGARTY PER EMBOLLECTOMIA ARTERIOSA CON PALLONCINO AD UNA VIA Deve avere attacco prossimale luer lock, deve essere radiopaco, deve avere codice colore per identificazione Deve avere punta atraumatica. Deve essere sterile, monouso, latex-free e senza rilascio di ftalati. Deve essere in confezione singola. Misure richieste: 2Fr-3Fr-4Fr-5Fr-6Fr-7Fr – lunghezza tra 60cm e 80cm	BARD SRL SIAD HEALTHCARE SPA

CRITERI	Grado di apprezzamento C(a)	BARD SRL	SIAD HEALTHCARE SPA
		PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE		1	0,5
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI MANEGGEVOLEZZA		1	0,65
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE E/O OPERATORE		1	0,85

CRITERI DI VALUTAZIONE	DESCRIZIONE PUNTEGGIO	BARD SRL	SIAD HEALTHCARE SPA
		PUNTEGGIO RIPARAMETRIZZATO	PUNTEGGIO RIPARAMETRIZZATO
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE	MAX 20 PUNTI	20	10
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI MANEGGEVOLEZZA	MAX 25 PUNTI	25	12,5
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE E/O OPERATORE	MAX 25 PUNTI	25	21,25
TOTALE	MAX 70 PUNTI	70	43,75

Commenti:
 SIAD HEALTHCARE SPA - Durante la prova il palloncino risulta poco resistente. Inoltre, il confezionamento risulta meno maneggevole all'estrazione in quanto alloggiato in posizione arrotolata

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
13	CATETERE FOGARTY PER EMBOLECTOMIA ARTERIOSA CON PALLONCINO AD UNA VIA	BARD SRL SEDA SPA SIAD HEALTHCARE SPA
	Deve avere attacco prossimale luer lock, deve essere radiopaco, deve avere codice colore per identificazione. Deve avere punta atraumatica. Deve essere sterile, monouso, senza rilascio di ftalati. Deve essere in confezione singola. Misure richieste: 2Fr-3Fr-4Fr-5FR-6Fr-7Fr - lunghezza compresa tra 60cm e 80cm	

CRITERI	Grado di apprezzamento C(a)	BARD SRL	SEDA SRL	SIAD HEALTHCARE SPA
		PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE		1	/	0,5
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI MANEGGEVOLEZZA		1	/	0,65
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE E/O OPERATORE		1	/	0,85

CRITERI DI VALUTAZIONE	DESCRIZIONE PUNTEGGIO	BARD SRL	SEDA SRL	SIAD HEALTHCARE SPA
		PUNTEGGIO RIPARAMETRIZZATO	PUNTEGGIO RIPARAMETRIZZATO	PUNTEGGIO RIPARAMETRIZZATO
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE	MAX 20 PUNTI	20	/	10
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI MANEGGEVOLEZZA	MAX 25 PUNTI	25	/	12,5
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE E/O OPERATORE	MAX 25 PUNTI	25	/	21,25
TOTALE	MAX 70 PUNTI	70	/	43,75

Commenti:

SEDA SRL - il prodotto offerto non può essere valutato in quanto contiene ftalati

SIAD HEALTHCARE SPA - Durante la prova il palloncino risulta poco resistente. Inoltre, il confezionamento risulta meno maneggevole all'estrazione in quanto alloggiato in posizione arrotolata

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
14	<p>CATETERE FOGARTY PER EMBOLECTOMIA ARTERIOSA A DUE LUMI</p> <p>Deve avere attacco prossimale luer lock, deve essere radiopaco, deve avere codice colore per identificazione.</p> <p>Deve avere punta atraumatica.</p> <p>Deve essere sterile, monouso, latex-free e senza rilascio di ftalati.</p> <p>Deve essere in confezione singola.</p> <p>Misure richieste: 3Fr-4Fr-5FR-6Fr - lunghezza compresa tra 60cm e 80cm</p>	SIAD HEALTHCARE SPA

DITTA	CRITERI	DESCRIZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO RIPARAMETRIZZATO	VALUTAZIONE	COMMENTI
SIAD HEALTHCARE SPA	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE	MAX 20 PUNTI	1	20	IDONEO	
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI MANEGGEVOLEZZA	MAX 25 PUNTI	0,65	16,25		
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE E/O OPERATORE	MAX 25 PUNTI	0,5	12,5		
	TOTALE	MAX 70 PUNTI		48,75		

The image contains three handwritten signatures in black ink. One signature is large and stylized, another is smaller and more compact, and the third is a cursive signature. They are positioned in the lower half of the page, below the evaluation table.

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
15	<p>SET MONOUSO PER LO STRIPPING VENOSO</p> <p>Per la rimozione delle vene varicose superficiali degli arti inferiori.</p> <p>Deve essere costituito da filo guida e da almeno 3 olive di diametro diverso per consentire l'estrazione di varici di diverse misure.</p> <p>Deve essere sterile, radiopaco, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati.</p> <p>Deve essere in confezione singola.</p>	FASE SRL

DITTA	CRITERI	DESCRIZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO RIPARAMETRIZZATO	VALUTAZIONE	COMMENTI
FASE SRL	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE	MAX 20 PUNTI	0,75	15	IDONEO	
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI MANEGGEVOLEZZA	MAX 25 PUNTI	0,75	18,75		
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE E/O OPERATORE	MAX 25 PUNTI	0,75	18,75		
	TOTALE	MAX 70 PUNTI		52,5		

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
15	PENNA DERMOGRAFICA	ID&CO SRL CARDINAL HEALTH IT
	Deve avere punta grossa. Deve garantire una solida presa e deve essere resistente alle rotture, deve garantire un continuo e regolare flusso di inchiostro per evitare macchie o interruzioni nella scrittura. Deve avere un righello nella confezione. L'inchiostro deve essere atossico. Deve essere sterile, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati Deve essere in confezione singola.	

DITTA	CRITERI	DESCRIZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO RIPARAMETRIZZATO	VALUTAZIONE	COMMENTI
ID&CO SRL	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE	MAX 20 PUNTI		1	20	IDONEO Offre un prodotto con un righello la cui lettura risulta poco chiara
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI MANEGGEVOLEZZA	MAX 25 PUNTI		0,65	16,25	
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE E/O OPERATORE	MAX 25 PUNTI		1	25	
	TOTALE	MAX 70 PUNTI			61,25	

DITTA	CRITERI	DESCRIZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO RIPARAMETRIZZATO	VALUTAZIONE	COMMENTI
CARDINAL HEALTH IT	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE	MAX 20 PUNTI		1	20	IDONEO
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI MANEGGEVOLEZZA	MAX 25 PUNTI		1	25	
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE E/O OPERATORE	MAX 25 PUNTI		1	25	
	TOTALE	MAX 70 PUNTI			70	

[Handwritten signatures]

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
17	LACCI VASCOLARI IN SILICONE	BARD SRL
	Devono essere sterili, monouso, radiopachi, confezionati in doppio involucro sterile in confezioni da massimo 2 pezzi.	BS MEDICAL SRL
	Devono essere latex-free e senza rilascio di ftalati.	FASE SRL
	Colori richiesti: giallo, blu, rosso, bianco Lunghezza cm 40 circa Misure richieste: maxi e mini per ogni colorazione, anche supermaxi per colore bianco e blu	ID&CO SRL SANIC SRL

CHIARIMENTI
GRUPPO 17: LACCI VASCOLARI IN SILICONE
CHIEDIAMO INOLTRE, SE POSSIBILE, AVERE I QUANTITATIVI DEI PRODOTTI SUPER MAXI (BIANCHI/BLU) IN QUANTO IL LORO COSTO È NOTEVOLMENTE SUPERIORE A QUELLI DI MISURA STANDARD;
RISPOSTA Gruppo 17 – lacci vascolari in silicone – il quantitativo indicato è di numero 4.000 pezzi, il quantitativo annuo dei lacci SUPER MAXI COLORE BIANCO è di circa 100 pezzi mentre il quantitativo dei lacci SUPER MAXI COLORE BLU è di circa 200 pezzi
5. GRUPPO 17: LACCI VASCOLARI IN SILICONE
CHIEDIAMO DI SPECIFICARE SE SI TRATTA DI N. 4.000 COPPIE O 4.000 PZ
30.1. si confermano 4.000 pz..



DITTA	CRITERI	DESCRIZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO RIPARAMETRIZZATO	VALUTAZIONE	COMMENTI
BARD SRL	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE	MAX 20 PUNTI	/	/	NON IDONEO	Il prodotto offerto non risulta confezionato in doppio involucro sterile
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI MANEGGEVOLEZZA	MAX 25 PUNTI	/	/		
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE E/O OPERATORE	MAX 25 PUNTI	/	/		
	TOTALE	MAX 70 PUNTI		/		

DITTA	CRITERI	DESCRIZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO RIPARAMETRIZZATO	VALUTAZIONE	COMMENTI
BS MEDICAL SRL	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE	MAX 20 PUNTI	/	/	NON IDONEO	Il prodotto offerto non risulta confezionato in doppio involucro sterile
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI MANEGGEVOLEZZA	MAX 25 PUNTI	/	/		
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE E/O OPERATORE	MAX 25 PUNTI	/	/		
	TOTALE	MAX 70 PUNTI		/		

DITTA	CRITERI	DESCRIZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO RIPARAMETRIZZATO	VALUTAZIONE	COMMENTI
FASE SRL	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE	MAX 20 PUNTI	/	/	NON IDONEO	Il prodotto offerto non risulta confezionato in doppio involucro sterile. Inoltre riguardo la caratteristica "senza rilascio di ftalati" riporta indicazioni nelle istruzioni ma non in scheda tecnica
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI MANEGGEVOLEZZA	MAX 25 PUNTI	/	/		
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE E/O OPERATORE	MAX 25 PUNTI	/	/		
	TOTALE	MAX 70 PUNTI		/		

DITTA	CRITERI	DESCRIZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO RIPARAMETRIZZATO	VALUTAZIONE	COMMENTI
ID&CO SRL	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE	MAX 20 PUNTI	/	/	NON IDONEO	Il prodotto offerto non risulta confezionato in doppio involucro sterile
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI MANEGGEVOLEZZA	MAX 25 PUNTI	/	/		
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE E/O OPERATORE	MAX 25 PUNTI	/	/		
	TOTALE	MAX 70 PUNTI		/		

DITTA	CRITERI	DESCRIZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO RIPARAMETRIZZATO	VALUTAZIONE	COMMENTI
SANIC SRL	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE	MAX 20 PUNTI	1	20	IDONEO	
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI MANEGGEVOLEZZA	MAX 25 PUNTI	1	25		
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE E/O OPERATORE	MAX 25 PUNTI	1	25		
	TOTALE	MAX 70 PUNTI		70		




GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
18	LACCI VASCOLARI IN COTONE A FETTUCCIA	DESERTO
	Lunghezza cm75 circa. Devono essere sterili, monouso, radiopachi, sterili, confezionati in doppio involucro sterile in confezione da massimo 2 pezzi. Devono essere latex-free e senza rilascio di ftalati. Colori richiesti: blu, viola, verde e bianco.	



GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
1E	<p>SPLINT METALLICI NASALI ESTERNI</p> <p>Per proteggere il naso dai traumi, devono poter essere modellabili. Devono essere in confezione singola, monouso, latex-free. Misure richieste: small, medium, large.</p>	MEDTRONIC ITALIA SEDA SPA

DITTA	CRITERI	DESCRIZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO RIPARAMETRIZZATO	VALUTAZIONE	COMMENTI
MEDTRONIC ITALIA	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE	MAX 20 PUNTI	0,5	10	IDONEO	offre in scatola da 25pz ma non offre in confezione singola requisito necessario ad una maggiore garanzia per la buona conservazione del prodotto. In fase di rimozione dello splint la parte adesiva della spugna rilascia residuo di difficile rimozione
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI MANEGGEVOLEZZA	MAX 25 PUNTI	1	25		
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE E/O OPERATORE	MAX 25 PUNTI	0,5	12,5		
	TOTALE	MAX 70 PUNTI		47,5		

DITTA	CRITERI	DESCRIZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO RIPARAMETRIZZATO	VALUTAZIONE	COMMENTI
SEDA SPA	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE	MAX 20 PUNTI	1	20	IDONEO	
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI MANEGGEVOLEZZA	MAX 25 PUNTI	1	25		
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE E/O OPERATORE	MAX 25 PUNTI	1	25		
	TOTALE	MAX 70 PUNTI		70		

Est *fw* *Stella*

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
	<p>MEDICAZIONE EMOSTATICA "TIPO PUSHBAN"</p> <p>Medicazione emostatica adesiva con tampone da utilizzarsi per bloccare il sanguinamento dopo la procedura dialitica.</p> <p>Deve essere monouso, sterile, anallergica, latex-free, senza rilascio di ftalati.</p> <p>Deve essere traspirante.</p> <p>Deve essere in confezione singola.</p> <p>Dimensioni medicazione: cm 3x7 circa</p> <p>Dimensioni tampone: cm 1,5x2 circa</p>	<p>NIPRO MEDICAL EUROPE NV</p>

CHIARIMENTI

SI CHIEDE CONFERMA CHE NON DEBBA ESSERE PRESENTATA CAMPIONATURA IN MERITO AL GRUPPO 20.

il disciplinare prevede che: "Per i rimanenti Gruppi dovranno essere campionati numero tre pezzi per ogni progressi"




DITTA	CRITERI	DESCRIZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO		PUNTEGGIO RIPARAMETRIZZATO	VALUTAZIONE	COMMENTI
			ASSEGNATO	MAX 20 PUNTI			
NIPRO MEDICAL EUROPE NV	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE	MAX 20 PUNTI	/	/	/	NON IDONEO	Il prodotto non può essere valutato in quanto richiesto senza rilascio di ftalati
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI MANEGGEVOLEZZA	MAX 25 PUNTI	/	/	/		
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE E/O OPERATORE	MAX 25 PUNTI	/	/	/		
	TOTALE	MAX 70 PUNTI			/		

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
21	<p>TAMPONI NASALI IMPREGNATI DI SOSTANZA ANTIADERENTE TIPO VASELIN TAMPON</p> <p>Benda di garza impregnata di sostanza antiaderente. Deve avere funzioni emostatiche e deve poter essere applicato in ferite cavitare in ORL e Chirurgia Maxillo facciale. Deve essere monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati. Deve essere in confezione singola.</p>	DESERTO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
22	<p>SPECULUM AURICOLARI CON OTOSCOPI</p> <p>Otoscopio caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dotazione di led ad alto rendimento • fibre ottiche per convogliare il fascio luminoso • finestrella di visione con ingrandimento 3x • manico ergonomico e maneggevole per tutte le indagini mediche • clip con interruttore on/off integrato(spegnimento automatico all'aggancio nel taschino) • segnalazione sostituzione batterie scariche • minimo peso <p>Il dispositivo non deve necessitare di interventi di manutenzione in quanto non necessita della sostituzione della lampadina. La ditta aggiudicataria dovrà fornire il dispositivo di cui sopra con la dicitura, apposta in maniera indelebile, "Azienda USL Pescara" Speculum auricolari Devono essere compatibili con gli otoscopi sopra descritti. Devono essere attraumatici. Devono essere monouso, latex-free, senza rilascio di fetalati. Devono essere in dispenser. Diametri richiesti: 2,5 mm e 4 mm</p>	<p>AIESI HOSPITAL SERVICE SRL</p>

DITTA	CRITERI	DESCRIZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO RIPARAMETRIZZATO	VALUTAZIONE	COMMENTI
AIESI HOSPITAL SERVICE SRL	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE	MAX 20 PUNTI	/	/		
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI MANEGGEVOLEZZA	MAX 25 PUNTI	/	/		
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE E/O OPERATORE	MAX 25 PUNTI	/	/	non valutabile	richiesta campionatura
	TOTALE	MAX 70 PUNTI		/		

lotto non valutabile- Il campione fornito risulta sprovvisto sia di etichettatura primaria, sia di etichettatura, che di raffigurazione della confezione secondaria.

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
25	<p>COLLARE CERVICALE TIPO PHILADELPHIA PER TRACHEOTOMIA</p> <p>Deve essere dotato di foro per tracheotomia e di mentoniera. Deve essere in confezione singola, monouso e latex-free.</p> <p>Misure richieste: small, medium, large.</p>	ARTSANITY SRL

CHIARIMENTI
RISPOSTA Lotto 23 – collari misura piccola numero 20 pezzi, collari misura media numero 60 pezzi, collari misura grande numero 40 pezzi

DITTA	CRITERI	DESCRIZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO RIPARAMETRIZZATO	VALUTAZIONE	COMMENTI
	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE	MAX 20 PUNTI	1	20		
ARTSANITY SRL	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI MANEGGEVOLEZZA	MAX 25 PUNTI	1	25		
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE E/O OPERATORE	MAX 25 PUNTI	1	25		
	TOTALE	MAX 70 PUNTI		70		

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
24	<p>CANNULA PER SOMMINISTRAZIONE INTRA NASALE DI OSSIGENO PER PAZIENTI ADULTI</p> <p>Deve avere cannula nasale soffice e confortevole, con fissaggio dietro la testa, deve avere tubo di collegamento lunghezza non inferiore a due metri. Deve essere monouso, in confezione singola, latex-free, senza rilascio di ftalati.</p>	<p>AIESI HOSPITAL SERVICE SRL</p> <p>BENEFIS SRL</p> <p>FIAB SPA</p>

DITTA	CRITERI	DESCRIZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO RIPARAMETRIZZATO	VALUTAZIONE	COMMENTI
AIESI HOSPITAL SERVICE SRL	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE	MAX 20 PUNTI	/	/	NON IDONEI	Non aggiudicabile in quanto tutti i prodotti offerti contengono ftalati
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI MANEGGEVOLEZZA	MAX 25 PUNTI	/	/		
BENEFIS SRL	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE E/O OPERATORE	MAX 25 PUNTI	/	/		
FIAB SPA	TOTALE	MAX 70 PUNTI		/		

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
25	CANNULA PER SOMMINISTRAZIONE INTRA NASALE DI OSSIGENO PER PAZIENTI PEDIATRICI	AIESI HOSPITAL SERVICE SRL
	Deve avere cannula nasale soffice e confortevole, con fissaggio dietro la testa ,deve avere tubo di collegamento lunghezza non inferiore a due metri. Deve essere monouso, in confezione singola, latex-free, senza rilascio di ftalati.	FIAB SPA

DITTA	CRITERI	DESCRIZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO RIPARAMETRIZZATO	VALUTAZIONE	COMMENTI
AIESI HOSPITAL SERVICE SRL	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE	MAX 20 PUNTI	/	/	NON IDONEO	Il prodotto offerto contiene ftalati
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI MANEGGEVOLEZZA	MAX 25 PUNTI	/	/		
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE E/O OPERATORE	MAX 25 PUNTI	/	/		
	TOTALE	MAX 70 PUNTI		/		

DITTA	CRITERI	DESCRIZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO RIPARAMETRIZZATO	VALUTAZIONE	COMMENTI
FIAB SPA	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE	MAX 20 PUNTI	1	20	IDONEO	
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI MANEGGEVOLEZZA	MAX 25 PUNTI	1	25		
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE E/O OPERATORE	MAX 25 PUNTI	1	25		
	TOTALE	MAX 70 PUNTI		70		

Grado SW

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
26	<p align="center">CANNULA PER SOMMINISTRAZIONE INTRA NASALE DI OSSIGENO PER PAZIENTI NEONATALI</p> <p>Deve avere cannula nasale soffice e confortevole, con fissaggio dietro la testa, deve avere tubo di collegamento. Deve essere monouso, in confezione singola, latex- free, senza rilascio di ftalati.</p>	<p align="center">AIESI HOSPITAL SERVICE SRL</p> <p align="center">FIAB SPA</p>

DITTA	CRITERI	DESCRIZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO RIPARAMETRIZZATO	VALUTAZIONE	COMMENTI
AIESI HOSPITAL SERVICE SRL	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE	MAX 20 PUNTI	/	/	NON IDONEO	Il prodotto offerto contiene ftalati
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI MANEGGEVOLEZZA	MAX 25 PUNTI	/	/		
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE E/O OPERATORE	MAX 25 PUNTI	/	/		
	TOTALE	MAX 70 PUNTI		/		

DITTA	CRITERI	DESCRIZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO RIPARAMETRIZZATO	VALUTAZIONE	COMMENTI
FIAB SRL	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE	MAX 20 PUNTI	1	20	IDONEO	
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI MANEGGEVOLEZZA	MAX 25 PUNTI	1	25		
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE E/O OPERATORE	MAX 25 PUNTI	1	25		
	TOTALE	MAX 70 PUNTI		70		

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
27	<p>MASCHERA PER OSSIGENOTERAPIA A CONCENTRAZIONE FISSA(MEDIA)</p> <p>Deve essere dotata di tubo antischacciamento di lunghezza non inferiore a 2 metri e di connettore universale.</p> <p>Deve essere in confezione singola, monouso, deve essere latex-free.</p> <p>Versione per adulti e pediatrica.</p>	<p>BENEFIS SRL</p> <p>FIAB SPA</p>

DITTA	CRITERI	DESCRIZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO RIPARAMETRIZZATO	VALUTAZIONE	COMMENTI
BENEFIS SRL	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE	MAX 20 PUNTI	1	20	IDONEO	Il prodotto offerto presenta la molla senza nodo pertanto meno maneggevole
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI MANEGGEVOLEZZA	MAX 25 PUNTI	0,65	16,25		
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE E/O OPERATORE	MAX 25 PUNTI	1	25		
	TOTALE	MAX 70 PUNTI		61,25		

DITTA	CRITERI	DESCRIZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO RIPARAMETRIZZATO	VALUTAZIONE	COMMENTI
FIAB SPA	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE	MAX 20 PUNTI	1	20	IDONEO	
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI MANEGGEVOLEZZA	MAX 25 PUNTI	1	25		
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE E/O OPERATORE	MAX 25 PUNTI	1	25		
	TOTALE	MAX 70 PUNTI		70		

Edoardo

Beito

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
28	MASCHERA PER OSSIGENOTERAPIA A CONCENTRAZIONE VARIABILE	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SRL CLINI-LAB SRL DEAS SRL FIAB SPA
	<p>Maschera con sistema Venturi per la somministrazione di ossigeno a concentrazioni prefissate.</p> <p>Deve consentire di variare la concentrazione dell'ossigeno erogato in base alle esigenze cliniche, deve essere dotata di numero 7 raccordi colorati per identificare le varie concentrazioni di ossigeno secondo la normativa EN 13544-3:2001 e s.m.l.</p> <p>Deve essere dotata di tubo antingocchiamento di lunghezza non inferiore a 2 metri con connessione universale.</p> <p>Deve essere in materiale morbido, in confezione singola, monouso e latex-free.</p> <p>Versione per adulti e pediatrica.</p>	

DITTA	CRITERI	DESCRIZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO RIPARAMETRIZZATO	VALUTAZIONE	COMMENTI
AIR LIQUIDE	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE	MAX 20 PUNTI	/	/	NON IDONEO	non offre tutte le tipologie di raccordi colorati ma sei (manca il rosa)
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI MANEGGEVOLEZZA	MAX 25 PUNTI	/	/		
MEDICAL SYSTEMS SRL	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE E/O OPERATORE	MAX 25 PUNTI	/	/		
	TOTALE	MAX 70 PUNTI		/		

DITTA	CRITERI	DESCRIZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO RIPARAMETRIZZATO	VALUTAZIONE	COMMENTI
CLINI-LAB SRL	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE	MAX 20 PUNTI	1	20	IDONEO	
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI MANEGGEVOLEZZA	MAX 25 PUNTI	1	25		
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE E/O OPERATORE	MAX 25 PUNTI	1	25		
	TOTALE	MAX 70 PUNTI		70		

DITTA	CRITERI	DESCRIZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO RIPARAMETRIZZATO	VALUTAZIONE	COMMENTI
DEAS SRL	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE	MAX 20 PUNTI	1	20	IDONEO	
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI MANEGGEVOLEZZA	MAX 25 PUNTI	1	25		
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE E/O OPERATORE	MAX 25 PUNTI	1	25		
	TOTALE	MAX 70 PUNTI		70		

DITTA	CRITERI	DESCRIZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO RIPARAMETRIZZATO	VALUTAZIONE	COMMENTI
FIAB SPA	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE	MAX 20 PUNTI	1	20	IDONEO	
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI MANEGGEVOLEZZA	MAX 25 PUNTI	1	25		
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE E/O OPERATORE	MAX 25 PUNTI	1	25		
	TOTALE	MAX 70 PUNTI		70		

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
29	MASCHERA PER SOMMINISTRAZIONE DI OSSIGENO AD ALTA CONCENTRAZIONE	BENEFIS SRL DEAS SRL FIAB SPA VYAIR SRL
	Deve essere dotata di reservoir per consentire la somministrazione di concentrazioni più alte di ossigeno. Deve essere dotata di tubo antingocchimento di lunghezza non inferiore a 2 metri con connessione universale. Deve essere in confezione singola, monouso e deve essere latex-free. Versione per adulti e pediatrica.	

DITTA	CRITERI	DESCRIZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO RIPARAMETRIZZATO	VALUTAZIONE	COMMENTI
BENEFIS SRL	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE	MAX 20 PUNTI	1	20	IDONEO	la molla non risulta fissata pertanto meno maneggevole
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI MANEGGEVOLEZZA	MAX 25 PUNTI	0,65	16,25		
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE E/O OPERATORE	MAX 25 PUNTI	1	25		
	TOTALE	MAX 70 PUNTI		61,25		

DITTA	CRITERI	DESCRIZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO RIPARAMETRIZZATO	VALUTAZIONE	COMMENTI
DEAS SRL	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE	MAX 20 PUNTI	1	20	IDONEO	
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI MANEGGEVOLEZZA	MAX 25 PUNTI	1	25		
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE E/O OPERATORE	MAX 25 PUNTI	1	25		
	TOTALE	MAX 70 PUNTI		70		

DITTA	CRITERI	DESCRIZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO RIPARAMETRIZZATO	VALUTAZIONE	COMMENTI
FIAB SPA	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE	MAX 20 PUNTI	1	20	IDONEO	
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI MANEGGEVOLEZZA	MAX 25 PUNTI	1	25		
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE E/O OPERATORE	MAX 25 PUNTI	1	25		
	TOTALE	MAX 70 PUNTI		70		

DITTA	CRITERI	DESCRIZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO RIPARAMETRIZZATO	VALUTAZIONE	COMMENTI
VYAIR SRL	QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE	MAX 20 PUNTI	1	20	IDONEO	la molla non risulta fissata pertanto meno maneggevole
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI MANEGGEVOLEZZA	MAX 25 PUNTI	0,65	16,25		
	QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE E/O OPERATORE	MAX 25 PUNTI	1	25		
	TOTALE	MAX 70 PUNTI		61,25		

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
30	<p data-bbox="311 201 662 336">MASCHERA PER AEROSOLTERAPIA VERSIONE PEDIATRICA</p> <p data-bbox="303 414 670 537">Deve essere dotata di ampolla e tubo antingocchiamento della lunghezza di cm 200 circa, con connessioni universali.</p> <p data-bbox="303 537 670 638">Deve essere monouso, in confezione singola, latex-free e senza rilascio di ftalati.</p>	<p data-bbox="790 380 917 425">DESERTO</p>

Handwritten signatures: [Signature 1] [Signature 2] [Signature 3]

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
<p>31</p>	<p>ELETTRODI A BOTTONCINO</p> <p>Per monitoraggio di media-lunga durata. Devono avere bottone in Ag/AgCl, supporto flessibile, conformabile ed ipoallergenico. Devono essere dotati di invito posizionato sull'elettrodo in modo da facilitare l'applicazione e la rimozione.</p> <p>Gel liquido o solido.</p> <p>Il segnale rilevato deve garantire una registrazione affidabile.</p> <p>Devono rimanere in situ senza staccarsi per il tempo necessario all'esecuzione della procedura.</p> <p>Devono essere conformi allo standard ANSI vigente.</p> <p>Devono essere in confezione multipla e devono poter essere utilizzabili in busta aperta per almeno 30 giorni.</p> <p>Devono essere monouso, latex-free e senza rilascio di ftalati.</p> <p>Misure richieste: versione adulti e versione pediatrica</p>	<p>AMBU SRL</p> <p>CERACARTA SPA</p> <p>FIAB SPA</p> <p>ID&CO SRL</p>


CHIARIMENTI

LOTTO N.31: SI CHIEDE DI PRECISARE LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ELETTRODI RICHIESTI, IL DIAMETRO, IL TIPO DI SUPPORTO (FOAM, TNT, MICROPORE) E PER QUALE TIPO DI ESAME VENGONO UTILIZZATI. SAREBBE UTILE CONOSCERE LA MARCA ED IL MODELLO DI QUELLI ATTUALMENTE IN USO.

RISPOSTA: lotto 31 – trattasi di elettrodi per le procedure di monitoraggio di medio-lungo termine ad esclusione di prove da sforzo ed holter

- Versione per pazienti adulti : dimensioni 35x40mm circa
- Versione per pazienti pediatrici : dimensioni 30x35mm circa
- Supporto in foam

Attualmente presso la ASL Pescara vengono utilizzati i seguenti dispositivi: F9089 ed F9089P della ditta Fiab

1. Gruppo 31 elettrodi a bottone, si richiede se è strettamente necessario che le versioni proposte debbano essere due e quindi una per adulti ed una per bambini o se può essere proposto e magari per una ottimizzazione della gestione delle referenze è una soluzione ancora più gradita, un solo elettrodo che ha come destinazione d'uso l ECG di media lunga durata sia su adulti che su bambini.

1.1 se l'unica misura è rispettosa di entrambe le destinazioni d'uso, nulla osta.

CRITERI	AMBUS SRL		CERACARTA SPA		FIAB SPA		ID&CO SRL		CARDINAL	
	PUNTEGGIO ASSEGNATO		PUNTEGGIO ASSEGNATO		PUNTEGGIO ASSEGNATO		PUNTEGGIO ASSEGNATO		PUNTEGGIO ASSEGNATO	
Grado di apprezzamento C(a)										
FACILITA' DI LETTURA DELLA TRACCIA									1	
TENUTA DELL'ADESIVO DURANTE L'UTILIZZO	NON IDONEO		NON IDONEO		NON IDONEO		NON IDONEO		1	
FACILITA' DI RIMOZIONE									1	

Grado di apprezzamento C(a)

Nessuno 0

Limitato 0,25

Significativo 0,50

Buono 0,75

Distinto 0,85

Ottimo 0,9

Eccellente 1,00

CRITERI	AMBUS SRL		CERACARTA SPA		FIAB SPA		ID&CO SRL		CARDINAL	
	PUNTEGGIO ASSEGNATO		PUNTEGGIO ASSEGNATO		PUNTEGGIO ASSEGNATO		PUNTEGGIO ASSEGNATO		PUNTEGGIO ASSEGNATO	
DESCRIZIONE PUNTEGGIO										
FACILITA' DI LETTURA DELLA TRACCIA	MAX 30 PUNTI								30	
TENUTA DELL'ADESIVO DURANTE L'UTILIZZO	MAX 30 PUNTI		NON IDONEO		NON IDONEO		NON IDONEO		30	
FACILITA' DI RIMOZIONE	MAX 10 PUNTI								10	
TOTALE	MAX 70 PUNTI								70	

Commenti: la ditta Ambu offre elettrodi di breve durata e non media-lunga come richiesto nel capitolato.
Le ditte Ceracarta e Fiab non dichiarano che il prodotto può essere utilizzabile fino a 30 giorni dall'apertura della busta e assenzati tralati
La ditta ID&CO SRL dichiara 7 giorni dall'apertura della busta

Esolme

Aschero

Idu

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
	ELETTRODI MONOUSO TIPO FRANCOBOLLO	
	Elettrodi monouso tipo francobollo idonei per il collegamento a cavetti con terminale a coccodrillo, per elettrocardiogramma a riposo. Il segnale rilevato deve garantire una registrazione affidabile. Devono avere un adesivo conduttivo delicato sulla pelle. Devono rimanere in situ senza staccarsi per il tempo necessario all'esecuzione della procedura. Devono essere facilmente applicabili e facilmente rimovibili. Devono essere in confezione multipla e devono poter essere utilizzabili in busta aperta per almeno 30 giorni. Devono essere latex-free e conformi allo standard ANSI vigente. Devono essere monouso. Devono essere senza rilascio di ftalati.	MULTIMEDICAL SRL

[Handwritten signature]

CRITERI	AMBUS SRL		CERACARTA SPA		FIAB SPA		ID&CO SRL		VVAIRE SRL	
	PUNTEGGIO ASSEGNATO	1	PUNTEGGIO ASSEGNATO	1	PUNTEGGIO ASSEGNATO	1	PUNTEGGIO ASSEGNATO	1	PUNTEGGIO ASSEGNATO	1
Grado di apprezzamento C(a)i										
FACILITA' DI LETTURA DELLA TRACCIA										
TENUTA DELL'ADESIVO DURANTE L'UTILIZZO										
FACILITA' DI RIMOZIONE										

Grado di apprezzamento C(a)i

Nessuno 0

Limitato 0,25

Significativo 0,50

Buono 0,75

Distinto 0,85

Ottimo 0,9

Eccellente 1,00

CRITERI	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO	AMBUS SRL	CERACARTA SPA	FIAB SPA	ID&CO SRL	VVAIRE SRL
FACILITA' DI LETTURA DELLA TRACCIA	MAX 30 PUNTI		30				
TENUTA DELL'ADESIVO DURANTE L'UTILIZZO	MAX 30 PUNTI		30				
FACILITA' DI RIMOZIONE	MAX 10 PUNTI		10				
TOTALE	MAX 70 PUNTI		70				

[Handwritten signature]

Commenti:

Le ditte Ceracarta e Vyair non dichiarano che il prodotto può essere utilizzabile fino a 30 giorni dall'apertura della busta e assenza di fialati

La ditta ID&CO SRL dichiara 7 giorni dall'apertura della busta

la ditta Fiab non dichiara che il prodotto può essere utilizzabile fino a 30 giorni dall'apertura della busta

AS

ES

de

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
33	<p align="center">DISPOSITIVO PER PRELIEVO MULTIPLO</p> <p>Dispositivo per il prelievo multiplo da flaconi di soluzioni pronte all'uso dotato di presa d'aria con filtro antibatterico da 0.2 micron e filtro particelle da 0.5 micron, raccordo terminale luer lock femmina e cappuccio di protezione integrato a chiusura del circuito in posizione di stand-by. Il dispositivo deve essere sterile, in confezione singola, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati e deve poter essere utilizzato per farmaci incompatibili con PVC.</p>	<p align="center">MULTIMEDICAL SRL</p>

Commenti:

Da scheda tecnica non presente filtro particelle da 0,5 micron - NON IDONEO

AS

Leu

[Signature]

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
34	<p>PROLUNGHE CON ATTACCO MASCHIO LUER LOCK CON VITE ROTANTE DIAMETRO INTERNO 2.5MM CIRCA</p> <p>Devono poter essere utilizzate anche con farmaci incompatibili con PVC, devono essere sterili, monouso, in confezione singola, latex-free e senza rilascio di ftalati.</p> <p>Devono poter essere utilizzate anche nelle infusioni con pompa.</p> <p>Misure richieste: cm 30 circa e cm80 circa.</p>	<p>BENEFIS SRL</p> <p>MULTIMEDICAL SRL</p> <p>PACO SRL</p> <p>SANIC SRL</p>

chiarimenti

LOTTO 34 - non viene specificato il materiale della prolunga, potreste per favore specificarlo?

RISPOSTA: LOTTO 34 - si ribadisce quanto già riportato nell'allegato tecnico ossia... i dispositivi richiesti - Devono poter essere utilizzati anche con farmaci incompatibili con PVC, devono poter essere utilizzati anche nelle infusioni con pompa... si lascia quindi discrezionalità alle ditte di presentare ciò che ritengono più opportuno.

1. LOTTO 34 - non viene specificato il materiale della prolunga, potreste per favore specificarlo?
 1.1 prolunga in PE o PVC con rivestimento interno in PE o PVC DHEP free

CRITERI	Grado di apprezzamento (a)	BENEFIS SRL	MULTIMEDICAL SRL	PACO SRL	SANIC SRL
		PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE		1		1	
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI MANEGGEVOLEZZA		1	NON IDONEO	1	NON IDONEO
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE E/O OPERATORE		1		1	

CRITERI	DESCRIZIONE PUNTEGGIO	BENEFIS SRL	MULTIMEDICAL SRL	PACO SRL	SANIC SRL
		PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE	MAX 20 PUNTI	20		20	
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI MANEGGEVOLEZZA	MAX 25 PUNTI	25	NON IDONEO	25	NON IDONEO
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE E/O OPERATORE	MAX 25 PUNTI	25		25	
TOTALE	MAX 70 PUNTI	70		70	

Commenti:
La ditta Multimedral offre misure 75 e 25 con tubo rigido in PVC non utilizzabile con farmaci antitblistici incompatibili al PVC.
La ditta Sanic non può essere valutata in quanto nella descrizione indica che il prodotto è compatibile con "quasi tutte le sostanze" classificate come incompatibili con PVC

(Handwritten signatures and initials)

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
15	SFIGMOMANOMETRO ANEROIDE AD	• AIESI HOSPITAL SERVICE SRL
	<p>Deve essere con bracciale modello a due tubi con chiusura a velcro e manometro. Scala graduata da 0 a 300mmHg. Precisione di misurazione +/- 3mmHg</p> <p>Deve essere leggero, deve avere ampio quadrante protetto da anello in gomma, deve essere dotato di valvola di rilascio dell'aria, deve poter essere usato con una sola mano.</p> <p>Deve essere fornito con una borsa da utilizzarsi come custodia. Struttura resistente agli urti ed alle cadute con dichiarazione</p>	

CRITERI	Grado di apprezzamento C(a)	AIESI HOSPITAL PUNTEGGIO ASSEGNATO
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE		0,5
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI MANEGGEVOLEZZA		1
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE E/O OPERATORE		1
TOTALE		

CRITERI	DESCRIZIONE PUNTEGGIO	AIESI HOSPITAL PUNTEGGIO ASSEGNATO
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE	MAX 20 PUNTI	10
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI MANEGGEVOLEZZA	MAX 25 PUNTI	25
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE E/O OPERATORE	MAX 25 PUNTI	25
TOTALE	MAX 70 PUNTI	60

Commenti:

Il prodotto offerto manca di protezione con anello in gomma. Offre le misure neonatale, pediatrico, adulto, e obeso.

AS

JW

[Signature]

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
36	SFIGMOMANOMETRO ANEROIDE	AD • AIESI HOSPITAL SERVICE SRL
	<p>Deve essere con bracciale modello ad un tubo con chiusura a velcro e manometro. Scala graduata da 0 a 300mmHg Precisione di misurazione +/- 3mmHg Deve essere leggero, deve avere ampio quadrante protetto da anello in gomma, deve essere dotato di valvola di rilascio dell'aria, deve poter essere usato con una sola mano. Deve essere fornito con una borsa da utilizzarsi come custodia. Struttura resistente agli urti ed alle cadute con dichiarazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • BRACCIALE PER PAZIENTI PREMATURI • BRACCIALE PER PAZIENTI FINO A TRE MESI DI ETÀ' • BRACCIALI PER PAZIENTI DA QUATTRO MESI A TRE ANNI DI ETÀ' • BRACCIALI PER PAZIENTI DA TRE ANNI A SETTE ANNI DI ETÀ' • BRACCIALI PER PAZIENTI DA SETTE ANNI A DIECI ANNI DI ETÀ' • BRACCIALI PER PAZIENTI ADULTI • BRACCIALI PER PAZIENTI OBESI <p>I bracciali sopra indicati devono poter essere utilizzati con gli sfigmomanometri sopra descritti. I dispositivi devono essere latex-free.</p>	

CRITERI	Grado di apprezzamento C(a)	AIESI HOSPITAL
		PUNTEGGIO ASSEGNATO
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE		0,5
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI MANEGGEVOLEZZA		1
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE E/O OPERATORE		1
TOTALE		

CRITERI	DESCRIZIONE PUNTEGGIO	AIESI HOSPITAL
		PUNTEGGIO ASSEGNATO
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE	MAX 20 PUNTI	10
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI MANEGGEVOLEZZA	MAX 25 PUNTI	25
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE E/O OPERATORE	MAX 25 PUNTI	25
TOTALE	MAX 70 PUNTI	60

Commenti:

Il prodotto offerto manca di protezione con anello in gomma. Offre le misure neonatale, pediatrico, adulto, e obeso.

Asunto JW
Es JW

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
37	<p>SFIGMOMANOMETRO DA TAVOLO</p> <p>Deve essere a colonna ,senza mercurio.</p> <p>Struttura resistente agli urti ed alle cadute con dichiarazione.</p> <p>Scala graduata da 0 a 300mmHg.</p> <p>Precisione di misurazione +/- 3mmHg</p> <ul style="list-style-type: none">• BRACCIALE PER PAZIENTI PEDIATRICI• BRACCIALE PER PAZIENTI ADULTI• BRACCIALE PER PAZIENTI OBESI <p>I dispositivi devono essere latex-free.</p>	DESERTO

Asst *JW*
gde

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
38	SFIGMOMANOMETRO SU CARRELLO CON CESTELLO	DESERTO
	Devono essere senza mercurio. Scala graduata da 0 a 300mmHg. Precisione di misurazione +/- 3mmHg Struttura resistente agli urti ed alle cadute con dichiarazione. BRACCIALE PER PAZIENTI PEDIATRICI BRACCIALE PER PAZIENTI ADULTI BRACCIALE PER PAZIENTI OBESI I dispositivi devono essere latex-free.	

ASITto

JE

ASITto

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
39	<p>SFIGMOMANOMETRO AD ANEROIDE SU STATIVO</p> <p>Modello stativo a 5 razze con ruote piroettanti e dotate di freno. Asta in metallo resistente e regolabile in altezza. Manometro con cassa rotonda in materiale plastico leggero. Display girevole a 360° per una facile lettura. Scala graduata da 0 a 300mmHg. Precisione di misurazione +/- 3mmHg. Tubo a spirale estensibile circa 200cm.</p>	DESERTO
	<p>Bracciale in nylon con chiusura a velcro. Contenitore per bracciale. Struttura resistente agli urti ed alle cadute con dichiarazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • BRACCIALE PER PAZIENTI PEDIATRICI • BRACCIALE PER PAZIENTI ADULTI • BRACCIALE PER PAZIENTI OBESI <p>I dispositivi devono essere latex-free.</p>	

Asunto JW
adue

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
40	FONENDOSCOPIO PER PAZIENTI ADULTI	• AIESI HOSPITAL SERVICE SRL
	<p>Deve avere testina piatta, deve essere in metallo leggero, deve essere resistente agli urti e deve fornire ottime prestazioni acustiche.</p> <p>Archetto in metallo, olive auricolari e tubo ad Y. Deve essere latex-free e deve essere confezionato in scatola di cartone.</p> <p>• FONENDOSCOPIO PER PAZIENTI PEDIATRICI Stesse caratteristiche del fonendoscopio sopra descritto ma deve poter essere utilizzato su pazienti pediatrici e deve essere dotato di sistema di protezione contro il freddo</p> <p>• FONENDOSCOPIO PER PAZIENTI NEONATALI Deve essere dotato di testina per l'auscultazione neonatale.</p> <p>Archetto in metallo leggero, olive auricolari e tubo ad Y.</p> <p>Sistema di protezione contro il freddo. Deve essere latex-free e deve essere confezionato in scatola di cartone.</p>	

CRITERI	Grado di apprezzamento C(a)	AIESI HOSPITAL
		PUNTEGGIO ASSEGNATO
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE		1
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI MANEGGEVOLEZZA		1
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE E/O OPERATORE		1
TOTALE		

CRITERI	DESCRIZIONE PUNTEGGIO	AIESI HOSPITAL
		PUNTEGGIO ASSEGNATO
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE	MAX 20 PUNTI	20
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI MANEGGEVOLEZZA	MAX 25 PUNTI	25
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE E/O OPERATORE	MAX 25 PUNTI	25
TOTALE	MAX 70 PUNTI	70

Autto HU
codice

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
41	CAMICI NON STERILI PER VISITATORE Devono essere in TNT, idrorepellenti e traspiranti, devono essere dotati di polsino e lacci sul collo ed alla vita. Devono essere monouso e latex-free. Misure richieste: M ed L	3 MC SPA

CRITERI	Grado di apprezzamento C(a)	3 MC SPA
RESISTENZA ALLO STRAPPO		1
CONFORT DELL'UTILIZZATORE		1

CRITERI	DESCRIZIONE PUNTEGGIO	3MC SPA
		PUNTEGGIO ASSEGNATO
RESISTENZA ALLO STRAPPO	MAX 30 PUNTI	30
CONFORT DELL'UTILIZZATORE	MAX 40 PUNTI	40
TOTALE	MAX 70 PUNTI	70

CHIARIMENTI

SI PREGA DI SPECIFICARE LA GRAMMATURA PER I DISPOSITIVI DI CUI A GRUPPI 41 E 42
 RISPOSTA: Gruppo 41 e gruppo 42 - la grammatura dei dispositivi richiesti deve essere circa 40g/mq

AS
AS

HW

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
42	<p style="text-align: center;">CAMICI STERILI PER VISITATORE</p> <p>Devono essere in TNT, idrorepellenti e traspiranti, devono essere dotati di polsino e lacci sul collo ed alla vita. Devono essere in confezione singola, sterili, monouso, latex free. Misure richieste: M ed L,</p>	DESERTO

CHIARIMENTI

SI PREGA DI SPECIFICARE LA GRAMMATURA PER I DISPOSITIVI DI CUI A GRUPPI 41 E 42
RISPOSTA : Gruppo 41 e gruppo 42 – la grammatura dei dispositivi richiesti deve essere circa 40g/mq.

Butto *flw*
Adon

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
43	MASCHERINE CON VISIERA ANTIRIFLESSO Devono essere ANTIFOG, devono essere rispondenti alla normativa EN 14683, tipo IIR. Devono essere monouso, latex-free ed in dispenser. Il tipo di mascherina deve potersi evincere sul confezionamento. Devono essere dotate di lacci. Devono potersi estrarre singolarmente dal dispenser senza difficoltà	3MC SPA CLINI-LAB SRL FASE SRL NOVAMEDISAN ITALIA SRL

CRITERI	Grado di apprezzamento C(a)	3MC SPA	CLINI-LAB SRL	FASE SRL	NOVAMEDISAN ITALIA SRL
		PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
CONFORMITA' DELLA BARRETTA STRINGINASSO		0,5	1	non idoneo	1
CONFORMITA' DELLA VISIERA		0,5	1		1
ADATTABILITA' AL VISO		0,5	1		1
CONFORT DELL'UTILIZZATORE		0,5	1		1

CRITERI	DESCRIZIONE PUNTEGGIO	3MC SPA	CLINI-LAB SRL	FASE SRL	NOVAMEDISAN ITALIA SRL
		PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
CONFORMITA' DELLA BARRETTA STRINGINASSO	MAX 15 PUNTI	7,5	15	non idoneo	15
CONFORMITA' DELLA VISIERA	MAX 15 PUNTI	7,5	15		15
ADATTABILITA' AL VISO	MAX 20 PUNTI	10	20		20
CONFORT DELL'UTILIZZATORE	MAX 20 PUNTI	10	20		20
TOTALE	MAX 70 PUNTI	35	70		70

FASE: la ditta non può essere considerata idonea in quanto non rispondente al requisito " Il tipo di mascherina deve potersi evincere sul confezionamento". La confezione riporta una piccola etichetta apposta sullo strappo dell'apertura. La confezione risulta poco resistente. Inoltre in scheda tecnica non presenta i requisiti relativi alla norma EN 14683

3MC: Il prodotto offerto presenta una barretta stringinasso morbida e priva di memoria. Inoltre riguardo ai requisiti di conformità della visiera, adattabilità al viso e confort dell'utilizzatore, risulta meno protettiva rispetto alle altre

Autore SW
esber

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
44	MASCHERINE CHIRURGICHE	3MC SPA CLINI-LAB SRL FASE SRL
	Devono essere di tipo II rispondenti alla norma EN 14683. Devono essere monouso, latex-free ed in dispenser. Il tipo di mascherina deve potersi evincere sul confezionamento. Devono essere dotate di laccl. Devono potersi estrarre singolarmente dal dispenser senza difficoltà.	

CRITERI	Grado di apprezzamento C(a)	3MC SPA	CLINI-LAB SRL	FASE SRL
		PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
CONFORMITA' DELLA BARRETTA STRINGINASSO		0,75	1	0,75
ADATTABILITA' AL VISO		1	1	1
CONFORT DELL'UTILIZZATORE		0,5	1	0,65

CRITERI	DESCRIZIONE PUNTEGGIO	3MC SPA	CLINI-LAB SRL	FASE SRL
		PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
CONFORMITA' DELLA BARRETTA STRINGINASSO	MAX 20 PUNTI	15	20	15
ADATTABILITA' AL VISO	MAX 20 PUNTI	20	20	20
CONFORT DELL'UTILIZZATORE	MAX 30 PUNTI	15	30	19,5
TOTALE	MAX 70 PUNTI	50	70	54,5

COMMENTI

3MC: Il confezionamento risulta meno maneggevole in fase di estrazione rispetto alla prodotto della CLINI-LAB. Inoltre il prodotto non è inodore.

FASE: Il confezionamento risulta meno maneggevole in fase di estrazione rispetto alla prodotto della CLINI-LAB.

A. Scicchitto

JW

[Signature]

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
45	ABBASSALINGUA	AIESI HOSPITAL SERVICE SRL KALTEK SRL
	Devono essere in confezione singola, sterili, monouso, latex-free ed in dispenser.	

DITTA	IDONEITA'
AIESI HOSPITAL SERVICE SRL	IDONEO
KALTEK SRL	IDONEO

AW *ASMA*

eb

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
46	<p>STRISCE REATTIVE PER LA DETERMINAZIONE SEMIQUANTITATIVA NELLE URINE</p> <p>Devono essere rispondenti alla direttiva inerente i diagnostici in vitro</p> <p>Devono permettere la determinazione, con lettura visiva, dei seguenti 10 parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • peso specifico • pH • leucociti • nitriti • proteine • glucosio • corpi chetonici • urobilinogeno • bilirubina • sangue <p>Devono poter essere conservate a temperatura ambiente e devono essere in confezione da massimo 100 strisce.</p>	<p>AIESI HOSPITAL SERVICE SRL</p>

DITTA	IDONEITA'
AIESI HOSPITAL SERVICE SRL	IDONEO

Alberto JW

adu

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
47	GHIACCIO Istantaneo	KALTEK SRL LUIGI SALVADORI SPA
	Cuscinetto di ghiaccio istantaneo da attivare, per la terapia di pronto intervento, per contatto di breve termine. Deve essere monouso e latex-free.	

DITTA	IDONEITA'
LUIGI SALVADORI SPA	IDONEO
KALTEK SRL	IDONEO

domanda:
Si chiede relativamente al GRUPPO 47 – GHIACCIO Istantaneo, se il dispositivo medico richiesto deve essere con rivestimento in TNT oppure in PE

risposta:
In TNT

Luigi Salvadori

Kaltek

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
48	BORSA PER GHIACCIO Deve essere di materiale robusto, impermeabile, con tappo di chiusura ermetica a vite, a perfetta tenuta, dimensioni cm30 circa, latex free. Deve essere confezionata in scatola di cartone.	deserto

ASutti *flw*
adu

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
49	<p>SPRAY UNIVERSALE AL SILICONE</p> <p>Deve impedire la formazione di incrostazioni sugli strumenti in gomma, lattice e pvc e pertanto l'aderenza alle mucose. Deve essere latex-free, ftalati free e deve essere in bombolette da 500ml circa.</p>	DESERTO

ASMA

LU

adu

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
50	SUPPORTO DA LETTO IN PLASTICA PER SACCHE RACCOLTA URINA	deserto
	Deve essere sufficientemente robusto e latex-free.	

Betto

fw

Adm

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
51	GREMBIULI IN PLASTICA IMPERMEABILI	3MC SPA BENEFIS SRL
	Devono avere dimensioni cm140x80 circa, devono essere monouso, latex-free e devono essere in dispenser da massimo 100 pezzi.	

DITTA	IDONEITA'
3MC SPA	IDONEO
BENEFIS SRL	IDONEO

Aspetto JW

Eda

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
52	MASCHERA IN PLASTICA PER AEROSOLTERAPIA	DEAS SRL
	Deve essere monopaziente e latex-free.	

DITTA	IDONEITA'
DEAS SRL	IDONEO

domanda:

GRUPPO 52 (MASCHERA PER AEROSOLTERAPIA) SI RICHIEDE SE NONOSTANTE LA DESCRIZIONE RIPORTI MASCHERA, IL PRODOTTO DA PROPORRE DEBBA ESSERE IL KIT COMPOSTO QUINDI OLTRE CHE DALLA MASCHERA ANCHE DALLA AMPOLLA E DAL RELATIVO TUBO DI PROLUNGA E SE OLTRE ALLA VERSIONE PER ADULTI DEVE ESSERE PROPOSTA ANCHE QUELLA PER BAMBINI.

risposta:

si conferma la composizione della maschera ma i quantitativi ed il prezzo unitario, s riferiscono alla versione per adulti.

Stett JW

Edue

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
53	FERMAPOLSI PER PAZIENTI ADULTI	ARTSANITY SRL DASER SRL NOVAMEDISAN ITALIA SRL
	Devono essere dotati di rinforzo, e devono avere velcro e lacci. Devono essere dotati di anello nel quale far passare i lacci. Devono essere latex-free e monouso. Devono essere atraumatici e resistenti alla lacerazione.	

DITTA	IDONEITA'
ARTSANITY SRL	IDONEO
DASER SRL	IDONEO
NOVAMEDISAN ITALIA SRL	IDONEO

Artisanity *JW*
adone

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
54	BACINELLE RENIFORMI MONOUSO	AIESI HOSPITAL SERVICE SRL BS MEDICAL SRL D.M.R. SRL KALTEK SRL
	Devono essere in materiale plastico, devono avere lunghezza cm 26 circa, devono essere monouso e latex free. Devono essere sufficientemente robuste e resistenti alla penetrazione di liquidi.	

DITTA	IDONEITA'
AIESI HOSPITAL SERVICE SRL	IDONEO
BS MEDICAL SRL	IDONEO
D.M.R. SRL	IDONEO
KALTEK SRL	IDONEO

Autto JW
Edone

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
55	COPRISCARPE IN POLIETILENE	3MC SPA CLINI-LAB SRL FASE SRL
	Devono essere di colore blu, resistenti e sufficientemente adattabili. Devono essere dotate di elastico che garantisca la tenuta. Devono essere latex-free e monouso.	

DITTA	IDONEITA'
3MC SPA	NON IDONEO
CLINI-LAB SRL	IDONEO
FASE SRL	IDONEO

3MC SPA: non risponde al requisito "resistenti", si rompono troppo facilmente

Asitro *HL*
Adm

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
56	GAMBALE	ARTSANITY SRL DASER SRL
	<ul style="list-style-type: none"> • GAMBALE IN CARTONE CON PIEDE MISURE VARIE DALLA XS ALLA XXL • GAMBALE-GINOCCHIERA IN CARTONE SENZA PIEDE MISURE VARIE DALLA XS ALLA XXL • IMMOBILIZZATORE OMERO-AVAMBRACCIO MISURE VARIE DALLA XS ALLA XL <p>dispositivi di che trattasi devono essere in cartone rigido e radiotrasparenti. Devono essere latex-free e senza rilascio di ftalati. Devono essere mono paziente e devono permettere l'utilizzo in sicurezza per il paziente stesso. Devono essere rispondenti alla Direttiva 93/42 CE e s. m. i. , devono avere CND e Repertorio.</p>	

DITTA	IDONEITA'
ARTSANITY SRL	IDONEO
DASER SRL	IDONEO

domanda:

SI PREGA DI FORMULARE IN MANIERA PIÙ DETTAGLIATA LA PARTE DESCRITTIVA E TECNICA DEL DISPOSITIVO LOTTO N. 56 "IMMOBILIZZATORE OMERO-AVAMBRACCIO";

risposta:

IMMOBILIZZATORE OMERO-AVAMBRACCIO trattasi di valva in cartone rigido, radiotrasparente, per l'immobilizzazione temporanea dell'arto superiore

Autto HW

Adone

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
57	<p align="center">MANICA IMPERMEABILE MONOUSO</p>	<p align="center">BS MEDICAL SRL</p>
	<p>Manica impermeabile a due strati, molto resistente, con polsino in maglia elastica, con elastico sopra il gomito. Lunghezza adeguata a coprire interamente il gomito. Deve essere latex free, monouso, sterile, confezionata a paia, misura unica.</p>	

DITTA	IDONEITA'
BS MEDICAL SRL	IDONEO

ASutis

SW

Edue

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
58	GELATINA LUBRIFICANTE STERILE IDROSOLUBILE	AIESI HOSPITAL SERVICE SRL BENEFIS SRL
	Lubrificante universale per procedure ospedaliere, tubo da 80 grammi circa, tipo KJ o AQUAGEL. Deve essere non irritante, inodore, non profumata, latex-free, sterile.	

DITTA	IDONEITA'
AIESI HOSPITAL SERVICE	IDONEO
BENEFIS SRL	IDONEO

domanda:

~~VI FACCIAMO PRESENTE CHE SOLITAMENTE LA "STERILITÀ" È RICHIESTA PER BUSTINE MONODOSE E NON PER CONFEZIONI DA 80 GR. (COME DA VOI RICHIESTO) IN QUANTO DIFFICILMENTE IL PRODOTTO VIENE UTILIZZATO IN UN'UNICA SOLUZIONE ED UNA VOLTA APERTA LA CONFEZIONE IL GEL NON È PIÙ STERILE. SI CHIEDE QUINDI SE TALE CARATTERISTICA È COMUNQUE TASSATIVA OPPURE È SOLO UN ERRORE DI TRASCRIZIONE.~~

risposta:

si fa presente che il requisito della sterilità è richiesto per il contenuto

Lu. Asato

Asato

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
59	GELATINA LUBRIFICANTE STERILE IDROSOLUBILE CONFEZIONE	BENEFIS SRL
	Stesse caratteristiche del GRUPPO precedente ma in confezione monodose.	

DITTA	IDONEITA'
BENEFIS SRL	IDONEO

CHIARIMENTI

domanda: SI CHIEDE DI PRECISARE IL CONFEZIONAMENTO RICHIESTO.

risposta: trattasi di confezione monodose da 20 cc circa

HW *Betto*
ESSEN

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
60	BUSTE PER IL TRASPORTO DI FARMACI ANTIBLASTICI Buste in plastica a tenuta stagna misura cm 30x 45 e 50x 45 (\pm 10%);, antieffrazione per farmaci antiblastici (TFA)	KALTEK SRL PACO SRL

DITTA	IDONEITA'
KALTEK SRL	IDONEO
PACO SRL	IDONEO

ASubito JW

Edm

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
61	<p style="text-align: center;">MOLLA PREMIFISTOLA</p> <p>Da utilizzarsi, nel paziente sottoposto a dialisi, come ausilio per la procedura di medicazione al fine di mantenere premuto il punto interessato ed evitare fuoriuscite di sangue e sversamenti interni sottocutanei occludendo momentaneamente il foro praticato.</p> <p>Deve essere in materiale plastico con molla in acciaio inox.</p> <p>Deve essere latex-free e riutilizzabile.</p> <p>Deve garantire l'utilizzo in sicurezza per il paziente.</p>	PACO SRL

DITTA	IDONEITA'
PACO SRL	IDONEO

Ascto JW
Esber

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
62	PINZA STRINGITUBO	PACO SRL
	Da utilizzarsi per la chiusura parziale o totale di tubi per circolazione extracorporea. Deve essere in materiale plastico, deve essere latex-free. Deve garantire l'utilizzo in sicurezza per il paziente.	

DITTA	IDONEITA'
PACO SRL	IDONEO

Alberto M

Es

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE CONCORRENTI
	<p>CAMICI PER LA MANIPOLAZIONE DI ANTIBLASTICI STERILI</p> <p>Devono essere in TNT, impermeabili, con allacciatura posteriore, dotati di manica lunga con polsino di maglia elasticizzata.</p> <p>Devono essere rispondenti alle seguenti normative: EN340 e s.m.l., EN14605 e s.m.l., EN13034 e s.m.l., EN 369 e s.m.l. EN 465 e s.m.l.</p> <p>Devono essere classificati dispositivi di III categoria tipo4.</p> <p>Devono avere lunghezza almeno 150cm.</p> <p>Dalla documentazione tecnica si deve evidenziare la tutela dell'operatore rispetto ad una esposizione ad antiblastici ed è necessario utilizzare almeno 4-5 sostanze scelte tra quelle presenti nell'elenco di seguito riportato individuando per ognuna relativi tempi di protezione consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • metotrexate • ciclofosamide • fluorouracile • vincristina solfato • daunorubicina • adriamicina cloridrato • composti del platino <p>Devono essere sterili, in confezione singola, monouso, latex free e senza rilascio di ftalati.</p> <p>Devono essere ipoallergenici e non irritanti.</p> <p>Devono essere vestibili e confortevoli.</p> <p>Devono essere rispondenti alla Direttiva 89/686 e s.m.l.</p> <p>Misure richieste: media, large, extralarge.</p>	<p>AIESI HOSPITAL SERVICE SRL</p> <p>BS MEDICAL SRL</p> <p>CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL</p>

CRITERI	Grado di apprezzamento (a)	AIESI HOSPITAL SERVICE SRL	BS MEDICAL SRL	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL
		PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
CONFORT DELL'UTILIZZATORE (da prova in vitro)		1	0,25	non idoneo
VESTIBILITA' (da prova in vitro)		1	0,5	
RESISTENZA ALLO STRAPPO (da prova in vitro)		1	1	

CRITERI	DESCRIZIONE PUNTEGGIO	AIESI HOSPITAL SERVICE SRL	BS MEDICAL SRL	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL
		PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
CONFORT DELL'UTILIZZATORE (da prova in vitro)	MAX 25 PUNTI	25	6,25	non idoneo
VESTIBILITA' (da prova in vitro)	MAX 25 PUNTI	25	12,5	
RESISTENZA ALLO STRAPPO (da prova in vitro)	MAX 20 PUNTI	20	20	
TOTALE	MAX 70 PUNTI	70	38,75	

COMMENTI

CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL: non valutabile - mancano scheda tecnica e campionatura

BS MEDICAL SRL: Il prodotto offerto risulta poco traspirante con conseguente innalzamento della temperatura corporea in poco tempo; Inoltre, non risulta rinforzato e alla vestibilità rigido e tendente all'attrito durante il movimento.

GRUPPO	DESCRIZIONE	DITTE
	<p>CAMICI PER LA MANIPOLAZIONE DI ANTIBLASTICI NON STERILI</p> <p>Devono essere in TNT, impermeabili, con allacciatura posteriore, isolati di manica lunga con polsino di maglia elasticizzata.</p> <p>Devono essere rispondenti alle seguenti normative: EN340 e s.m.i., EN14605 e s.m.i., EN13034 e s.m.i., EN 369 e s.m.i., EN 465 e s.m.i.</p> <p>Devono essere classificati dispositivi di III categoria tipo 4.</p> <p>Devono avere lunghezza almeno 150cm.</p> <p>Dalla documentazione tecnica si deve evidenziare la tutela dell'operatore rispetto ad una esposizione ad antiblastici ed è necessario utilizzare almeno 4-5 sostanze scelte tra quelle presenti nell'elenco di seguito riportato individuando per ognuna relativi tempi di protezione consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • metotrexate • ciclofosfamide • fluoro uracile • vincristina solfato • daunorubicina • adriamicina cloridrato • composti del platino <p>Devono essere non sterili, monouso, latex free e senza rilascio di ftalati.</p> <p>Devono essere ipoallergenici e non irritanti.</p> <p>Devono essere vestibili e confortevoli.</p> <p>Devono essere rispondenti alla Direttiva 89/686 e s.m.i.</p> <p>Misure richieste: media, large, extralarge.</p> <p>Tutti i dispositivi offerti dovranno essere confezionati in contenitori idonei a permetterne l'utilizzo, di facile estrazione, a tenuta di polvere ed umidità.</p>	<p>AIESI HOSPITAL SERVICE SRL BS MEDICAL SRL CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL</p>

CRITERI	Grado di apprezzamento (C)	AIESI HOSPITAL SERVICE SRL	BS MEDICAL SRL	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL
		PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
CONFORT DELL'UTILIZZATORE (da prova in vitro)			0,25	
VESTIBILITA' (da prova in vitro)		1	0,5	non idoneo
RESISTENZA ALLO STRAPPO (da prova in vitro)		1	1	

CRITERI	DESCRIZIONE PUNTEGGIO	AIESI HOSPITAL SERVICE SRL	BS MEDICAL SRL	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL
		PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
CONFORT DELL'UTILIZZATORE (da prova in vitro)	MAX 25 PUNTI	25	6,25	non idoneo
VESTIBILITA' (da prova in vitro)	MAX 25 PUNTI	25	12,5	
RESISTENZA ALLO STRAPPO (da prova in vitro)	MAX 20 PUNTI	20	20	
TOTALE	MAX 70 PUNTI	70	38,75	

COMMENTI

CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL: non valutabile - mancano scheda tecnica e campionatura

BS MEDICAL SRL: Il prodotto offerto risulta poco traspirante con conseguente innalzamento della temperatura corporea in poco tempo; inoltre, non risulta rinforzato e alla vestibilità rigido e tendente all'attrito durante il movimento.

[Handwritten signatures]