

REGIONE ABRUZZO

AZIENDA USL DI PESCARA - OSPEDALE CIVILE DI PESCARA



UNITÀ OPERATIVA DI
NEUROCHIRURGIA

Dott. Piero IOVENITTI



Pescara, 19/12/2016

Al Direttore UOC – ABS

Dott.ssa Tiziana Petrella

Oggetto : relazione tecnica per procedura negoziata finalizzata all'individuazione di un operatore economico (uno per ogni lotto) con cui stipulare un accordo quadro, di durata biennale, finalizzato all'aggiudicazione di appalti per la fornitura di dura madre sintetica e di derivazione biologica per le esigenze dell'U.O. di Neurochirurgia del P.O. di Pescara

Specifiche tecniche:

dura madre sia cranica che spinale, per riparare difetti della dura madre in interventi di neurochirurgia, nonché per sostituire la meninge asportata o lacerata in caso di traumatismi, non riassorbibile (la sintetica) e riassorbibile (quella di derivazione biologica), atossica, facilmente maneggiabile, ritagliabile, suturabile alla dura naturale, in confezioni sterili, fornita in vari formati singoli pronti per l'utilizzo.

La gara è divisa in 3 lotti:

LOTTO 1	quantità	descrizione
Dura madre sintetica cranica	10	Patch cm 12 x 14
	15	Patch cm 10 x 12
	15	Patch cm 6 x 14
	15	Patch cm 6 x 8
	15	Patch cm 6 x 6
	15	Patch cm 5 x 6
	20	Patch cm 4 x 10
	20	Patch cm 4 x 5
	10	Patch cm 4 x 4
	15	Patch cm 2 x 10
	10	Patch cm 1,5 x 3

LOTTO 2	quantità	descrizione
Dura madre biologica cranica suturabile	20	Patch cm 6 x 14
	20	Patch cm 4 x 10
	20	Patch cm 3 x 5

LOTTO 3	quantità	descrizione
Dura madre sintetica spinale	14	Patch cm 6 x 12
	15	Patch cm 6 x 6
	10	Patch cm 3 x 6

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione qualitativa :

stabilito in 100 il punteggio massimo, esso viene ripartito nel modo seguente:

- | | |
|--|------------------|
| a) Caratteristiche tecnico-qualitativo | punteggio max 70 |
| b) Ribasso sull'importo a base d'asta | punteggio max 30 |

I criteri di valutazione qualitativa sono di seguito riportati

Lotto 1 dura sintetica:

- | | |
|--|----------|
| • Maneggevolezza durante la procedura chirurgica | 25 punti |
| • Suturabile | 15 punti |
| • Adattabilità ed integrazione tissutale | 15 punti |
| • Impermeabilità | 15 punti |

Lotto 2 dura biologica

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Capacità rigenerativa | 25 punti |
| • Suturabile | 20 punti |
| • Impermeabilità | 15 punti |
| • Latex free | 10 punti |

Lotto 3 dura spinale

- | | |
|----------------------------------|----------|
| • Capacità e livello di adesione | 35 punti |
| • Non suturabile | 20 punti |
| • Impermeabilità | 15 punti |

GRIGLIA DI VALUTAZIONE	
Punteggio cent.le 0	In caso di mancanza di documentazione per la valutazione del parametro considerato, e/o non assoluta corrispondenza a quanto richiesto
Punteggio cent.le 0,25	In relazione ad un giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato "insufficiente"
Punteggio cent.le 0,70	In relazione ad un giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato "sufficiente"
Punteggio cent.le 0,75	In relazione ad un giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato "buono"
Punteggio cent.le 0,85	In relazione ad un giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro

	considerato "distinto"
Punteggio cent.le 0,9	In relazione ad un giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato "ottimo"
Punteggio cent.le 1	In relazione ad un giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato "eccellente"

Alla gara hanno partecipato ditte:

BAXTER per il lotto 2

FIMAS per i lotti : 1 – 2

NEUROMED per i lotti : 2

LOTTO 1	quantità	descrizione
Dura madre sintetica cranica	10	Patch cm 12 x 14
	15	Patch cm 10 x 12
	15	Patch cm 6 x 14
	15	Patch cm 6 x 8
	15	Patch cm 6 x 6
	15	Patch cm 5 x 6
	20	Patch cm 4 x 10
	20	Patch cm 4 x 5
	10	Patch cm 4 x 4
	15	Patch cm 2 x 10
	10	Patch cm 1,5 x 3

Criteri di valutazione qualitativa	FIMAS	CENT. LE	PUNT. GGIO
Manegevolezza durante la procedura chirurgica	Eccellente qualità	1	25
Suturabile	Eccellente ergonomia	1	15
Adattabilità ed integrazione tissutale	Piena corrispondenza	1	15
Impermeabilità	Eccellente	1	15
FIMAS			70

LOTTO 2	quantità	descrizione
Dura madre biologica cranica suturabile	20	Patch cm 6 x 14
	20	Patch cm 4 x 10
	20	Patch cm 3 x 5

Criteri di valutazione qualitativa	BAXTER	CENT. LE	PUNT. GGIO	FIMAS	CENT. LE	PUNT. GGIO	NEUROMED	CENT. LE	PUNT. GGIO
		Capacità rigenerativa	Sufficiente		0,70	17.5		Eccellente	1
Suturabile	Sufficiente	0,70	14	Eccellente	1	20	Sufficiente	0,70	14
Impermeabilità	Sufficiente	0,70	10.5	Eccellente	1	15	Buona	0,70	10.5
Latex free	Eccellente	1	10	Eccellente	1	10	Eccellente	1	10
	BAXTER		52	FIMAS		70	NEUROMED		52

LOTTO 3

LOTTO 3	quantità	descrizione
Dura madre sintetica spinale	14	Patch cm 6 x 12
	15	Patch cm 6 x 6
	10	Patch cm 3 x 6


Nessun ditta presente in gara

La Commissione Tecnica

Presidente:

Dott. Donato Carlo Zotta


Dott. DONATO CARLO ZOTTA
Dir. Med. U.O. NEUROCHIRURGIA
RO. DI PESCARA - Matr. n. 1310



Componenti:

Dott. Daniele Intraina

AUSL PESCARA
U.O. NEUROCHIRURGIA - DI PESCARA
Dott. Daniele INTRAINA
DIRIGENTE MEDICO
Matr. 6870



Inf. Annarita Fedele

