

## VERBALE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

**RDO APERTA NUMERO 4028317, PUBBLICATA SUL MEPA AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. NUMERO 36/2023, PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE DESTINATE AI CENTRI RIABILITATIVI DEI PP.OO. DI PESCARA E PENNE, E ALLE RSA DI CITTÀ SANT'ANGELO E TOCCO DA CASAURIA.**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 20 del mese di giugno, alle ore 11,00, presso la UOC Riabilitazione dell'ASL di Pescara, si riunisce la Commissione tecnica di gara costituita per la valutazione delle offerte tecniche relative alla fornitura di cui in argomento, nominata con Delibera N. 615 del 02/04/2024.

Sono presenti:

- Dott. Luca Luigi Melchiorre – UOC Riabilitazione e Medicina Fisica - (Presidente)
- Dott.ssa Lucia Nubile – Coordinamento Riabilitazione Ospedaliera - (Componente)
- Dott. Dario Rinaldi – UOC Ingegneria Clinica - (Componente)

### Premesso

Che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata nel miglior rapporto qualità/prezzo, art.108 del D. Lgs. numero 36/2023 sulla base di punteggi e di parametri idoneamente individuati;

Che per affidare la fornitura in epigrafe è stata indetta la RDO aperta n.4028317;

Che la gara è articolata in un 4 (quattro) lotti ad aggiudicazione separata e distinta;

### Accertato che

entro il termine stabilito risultano essere ammesse

- n.3 offerte per il lotto n.1
- n.1 offerta per il lotto n.2
- n.1 offerta per il lotto n.3
- n.1 offerta per il lotto n.4

Il Presidente della Commissione, verificata la presenza di tutti i componenti dichiara validamente aperta la seduta e, alle ore 11:10, apre la seduta riservata destinata alla valutazione della documentazione tecnica presentata.

La Commissione da atto dell'assenza delle cause di incompatibilità e di astensione confermando i contenuti delle dichiarazioni già sottoscritte.

La Commissione, quindi, procede alla lettura degli atti di gara; preso atto del contenuto di tali documenti, in particolare di quanto disposto relativamente alla valutazione dell'offerta tecnica, e ai criteri di valutazione come individuati nel capitolato speciale di gara, si procede con la valutazione delle offerte pervenute, alle quali vengono attribuiti i punteggi di cui alle tabelle in allegato, ed ivi motivati.

**Per il lotto n.1 si assegnano i seguenti punteggi tecnici:**

<b>CBS MEDICAL SRL</b>	<b>75,79/80</b>
<b>CHINESPORT SPA</b>	<b>75,79/80</b>
<b>DJO ITALIA SRL</b>	<b>80/80</b>

**Per il lotto n.2 si assegnano i seguenti punteggi tecnici:**

<b>CHINESPORT SPA</b>	<b>80/80</b>
-----------------------	--------------

**Per il lotto n.3 si assegnano i seguenti punteggi tecnici:**

<b>CHINESPORT SPA</b>	<b>80/80</b>
-----------------------	--------------

**Per il lotto n.4 si assegnano i seguenti punteggi tecnici:**

<b>CHINESPORT SPA</b>	<b>80/80</b>
-----------------------	--------------

Al termine delle operazioni di gara, la Commissione dispone:

- di dare atto che costituisce parte integrale e sostanziale del presente verbale unico l'Allegato nr. 1, relativo alle griglie compilate con le valutazioni tecniche;
- di dare mandato al Presidente di trasmettere al RUP il presente verbale per gli adempimenti di competenza.

Alle ore 12.40, pertanto, il Presidente dichiara chiusa la seduta della Commissione.

Letto, confermato e sottoscritto,

- Dott. Luca Luigi Melchiorre – UOC Riabilitazione e Medicina Fisica - (Presidente)
- Dott.ssa Lucia Nubile – Coordinamento Riabilitazione Ospedaliera - (Componente)
- Dott. Dario Rinaldi – UOC Ingegneria Clinica - (Componente)



FORNITURA DI APPARECCHIATURE DESTINATE AI CENTRI RIABILITATIVI DEI PP.OO. DI PESCARA E PENNE, E ALLE RSA DI CITTÀ SANT'ANGELO E TOCCO DA CASAURIA

## LOTTO 1

CRITERI VALUTAZIONE	DI	TIPO	CBS MEDICAL	CHINESPORT	DJO ITALIA
Caratteristiche tecniche e costruttive (materiale costruttivo, robustezza, ergonomia, etc)	D		27 Apparecchio di eccellente fattura	27 Apparecchio di eccellente fattura	27 Apparecchio di eccellente fattura
Caratteristiche funzionali* (funzioni a disposizione, facilità d'uso dei comandi, etc)	D		27 CARATTERISTICHE TECNICHE: Mobilizzazione ginocchio e anca Controllo velocità (flessione/estensione) Controllo tempo di lavoro Forza Incremento automatico estensione Incremento automatico flessione Pausa in estensione Pausa in flessione Cicli di riscaldamento (Warm Up) Appoggio piede regolabile Ampiezza movimento ginocchio : $-10^{\circ} \div 120^{\circ}$ Ampiezza movimento anca: $-7^{\circ} \div 115^{\circ}$ Limite incremento automatico estensione Limite incremento automatico flessione Ripetizioni al limite di estensione Ripetizioni al limite di flessione	27 CARATTERISTICHE TECNICHE: Mobilizzazione ginocchio e anca Controllo velocità (flessione/estensione) Controllo tempo di lavoro Forza Incremento automatico estensione Incremento automatico flessione Pausa in estensione Pausa in flessione Cicli di riscaldamento (Warm Up) Appoggio piede regolabile Ampiezza movimento ginocchio : $-10^{\circ} \div 120^{\circ}$ Ampiezza movimento anca: $-7^{\circ} \div 115^{\circ}$ Limite incremento automatico estensione Limite incremento automatico flessione Ripetizioni al limite di estensione Ripetizioni al limite di flessione	27 L'UNITA MUNITA DI UN TELECOMANDO ELETTRONICO CON DISPLAY LUMINOSO A PITTOGRAMMI E TASTI VOLUMETRICI PER IL CONTROLLO E L'IMPOSTAZIONE DELLE FUNZIONI PER L'USO. IL TELECOMANDO E' MONTATO SU CAVO ESTENSIBILE PER L'USO PAZIENTE. PARAMETRI DISPONIBILI: - ANGOLO D'ESTENSIONE/FLESSIONE AL GINOCCHIO: $-10^{\circ}, 0^{\circ}, 120^{\circ}$ - ANGOLO D'ESTENSIONE-FLESSIONE ALL'ANCA: $0^{\circ}, 7^{\circ}, 115^{\circ}$ - VELOCITA' DEL MOVIMENTO: 5% A 100% - PAUSA (ESTENSIONE/FLESSIONE): 0 - 59 SECONDI / 1 - 24 ORE - SICUREZZA PAZIENTE: TASTO START/STOP PER BLOCCO FUNZIONAMENTO UNITA' - BLOCCO PER LA SICUREZZA: FUNZIONE BLOCCO TASTI PER LA SICUREZZA DEL PAZIENTE DURANTE IL TRATTAMENTO
Accessori in dotazione: tipologie, caratteristiche tecniche, quantità fornite	D		0	0	3 Telecomando Classic
Estensione garanzia full risk - fino a 36 mesi punti 3 - fino a 48 mesi punti 6	T		0	0	0 24 mesi
PUNTEGGIO TOTALE			54	54	57
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO			75,79	75,79	80

LOTTO 2

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPO	CHINESPORT
Caratteristiche tecniche e costruttive (materiale costruttivo, robustezza, ergonomia, etc)	D	27 Eccellenti caratteristiche
Caratteristiche funzionali (funzioni a disposizione, facilità d'uso dei comandi, etc)	D	27 funzionamento indipendente dalla rete elettrica centralina di comando con display LCD retroilluminato multicolor 8 parametri visualizzabili e rappresentazione grafica dell'esercizio 3 programmi base: Quick start, Watt e Pulsazioni ricevitore pulsazioni integrato funzione di bio-feedback sull'esercizio in esecuzione, con segnalazione luminosa sul display
Accessori in dotazione: tipologie, caratteristiche tecniche, quantità fornite	D	0
Estensione garanzia full risk - fino a 36 mesi punti 3 - fino a 48 mesi punti 6	T	0
<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>		<b>54</b>
<b>PUNTEGGIO RIPARAMETRATO</b>		<b>80</b>

LOTTO 3

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPO	CHINESPORT
Caratteristiche tecniche e costruttive (materiale costruttivo, robustezza, ergonomia, etc)	D	27 unità di allenamento regolabile in altezza per 15 cm, senza bisogno di attrezzi. Schermo touch screen a colori da 18 cm, regolabile in inclinazione porta USB e di porta seriale RS232. La struttura compatta ed accessibile, con un telaio metallico molto stabile racchiuso in un guscio di materiale plastico di facile pulizia e disinfezione.
Caratteristiche funzionali (funzioni a disposizione, facilità d'uso dei comandi, etc)	D	27 Centralina di comando grande e di facile utilizzo; Sistema di guida a colori e grandi tasti tattili Scelta linguaggio tra 27 lingue Programmi motivazionali MOTOMax e TRAMPOLINOMax Programma di Coordinazione 4-Segmenti Successione programmi di terapia Analisi dettagliata in tempo reale Analisi dei valori dell'allenamento alla fine dell'allenamento
Accessori in dotazione: tipologie, caratteristiche tecniche, quantità fornite	D	20 Fermapolpacci corti rivestiti Manicotto
Estensione garanzia full risk - fino a 36 mesi punti 3 - fino a 48 mesi punti 6	T	0
<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>		<b>74</b>
<b>PUNTEGGIO RIPARAMETRATO</b>		<b>80</b>

LOTTO 4

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPO	CHINESPORT
Caratteristiche tecniche e costruttive (materiale costruttivo, robustezza, ergonomia, etc)	D	27 Eccellenti caratteristiche
Caratteristiche funzionali (funzioni a disposizione, facilità d'uso dei comandi, etc)	D	27 Il dispositivo è dotato di un sistema di scarico regolabile per le ginocchia che evita l'insorgere di blocchi o iperestensione delle stesse. Questo sistema è indispensabile per pazienti paralizzati e comatosi. Le coppe per i piedi sono disinfettabili, antiscivolo e con un bordo di

		protezione supplementare che elimina il rischio di contatto della caviglia del paziente con l'asse dei pedali
Accessori in dotazione: tipologie, caratteristiche tecniche, quantità fornite	D	20 manicotto
Estensione garanzia full risk - fino a 36 mesi punti 3 - fino a 48 mesi punti 6	T	0
PUNTEGGIO TOTALE		74
<b>PUNTEGGIO RIPARAMETRATO</b>		<b>80</b>