

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA FINALIZZATA ALLA AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE PER LE ESIGENZE DEL BLOCCO OPERATORIO DELLA ASL DI PESCARA. PI007117-24

**Verbale del 28/08/2025
ESITO VALUTAZIONE COMMISSIONE TECNICA**

In data odierna, 28/08/2025/2025, presso i locali della UOC ABS dell'ASL di Pescara in Largo Lama - Pescara, il sottoscritto dott. Quirino Cipolla, in qualità di RUP della procedura negoziata in oggetto ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 36/23 e ss.mm.ii. procede a verbalizzare quanto segue:

PREMESSO CHE

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 375/2024 questa Amministrazione ha disposto di indire una procedura ad evidenza pubblica sopra soglia comunitaria, aperta e telematica, volta all'aggiudicazione della fornitura di dispositivi medici di anestesia e rianimazione per le esigenze del blocco operatorio della ASL di Pescaia, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 71 e 108, comma 2, del d.lgs. 36/2023 e sulla base dei parametri discrezionali descritti nel Capitolato/Disciplinare e relativi allegati;
- con i verbali del 01/07, 18/07 e 23/08 2024 si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici partecipanti e ad ammettere gli operatori;
- secondo quanto previsto dalla documentazione di gara la Commissione esaminatrice tecnica pervenuta – nominata giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 1290 del 05/08/2024 – ha provveduto ad acquisire la documentazione per la verifica dei requisiti tecnici generali e specifici descritti nel Capitolato speciale di gara;
- nel periodo dal 15/10/2024 al 16/5/2025 la Commissione esaminatrice, composta dal dott. Salvatore Antonucci (Presidente) dott.ssa Francesca Gasbarri e dott. Ezio Di Marcoberardino, si è riunita in varie sedute ed ha emesso il giudizio come da verbale allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- con i verbali del 14/07 e 25/07/2025 si è proceduto ad escludere le ditte che non avevano proceduto a confermare l'offerta allo scadere dei 270 gg. come previsto dal bando di gara;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto Dott. Quirino Cipolla, nominato ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 36 e ss. mm. ii. Rup della procedura in oggetto, procede a disporre le esclusioni dalla procedura, per i singoli lotti, per le motivazioni riportate nel verbale di valutazione della Commissione Tecnica parte integrante sostanziale del presente verbale, come di seguito dettagliato:

- lotto 5 MEHOS SRLESCUSA;
- lotto 9 TELEFLEX MEDICAL ESCLUSA;
- lotto 13 DEAS S.R.L ESCLUSA;
- lotto15 ADRIAMED SRL e BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. ESCLUSE;



- lotto18 MEDIPLUS S.R.L., MEDTRONIC ITALIA S.P.A, PAOLETTI SRL UNIPERSONALE, S.I.P.O. S.R.L., SAMO BIOMEDICA e TELEFLEX MEDICAL **ESCLUSE**;
- lotto19 S.I.P.O. S.R.L., SAMO BIOMEDICA e TELEFLEX MEDICAL **ESCLUSE**;
- lotto 20 MEDIPLUS S.R.L., S.I.P.O. S.R.L. e TELEFLEX MEDICAL **ESCLUSE**;
- lotto 21 PAOLETTI SRL UNIPERSONALE, S.I.P.O. S.R.L., SAMO BIOMEDICA e TELEFLEX MEDICAL **ESCLUSE**;
- lotto 22 MEDTRONIC ITALIA S.P.A, PAOLETTI SRL UNIPERSONALE, SAMO BIOMEDICA e TELEFLEX MEDICAL **ESCLUSE**;
- lotto 27 TELEFLEX MEDICAL **ESCLUSA**;
- lotto 34 CARBINI SRL **ESCLUSA**;
- lotto 38 Novamedisan e CARBINI SRL **ESCLUSE**;
- lotto 39 AMBU S.R.L. **ESCLUSA**;
- lotto 60 MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL **ESCLUSA**;
- lotto 61 MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL **ESCLUSA**;
- lotto 62 MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL **ESCLUSA**;
- lotto 65 MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL e S.I.P.O. S.R.L. **ESCLUSE**;
- lotto 66 MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL e S.I.P.O. S.R.L. **ESCLUSE**;
- lotto 67 MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL **ESCLUSA**;
- lotto 70 FIMAS S.R.L. **ESCLUSA**;
- lotto 77 LAMONEA SRL e MEDIPLUS S.R.L. **ESCLUSE**;
- lotto 82 BENEFIS SRL **ESCLUSA**;
- lotto 83 BENEFIS SRL **ESCLUSA**;
- lotto 84 LAMONEA SRL **ESCLUSA**;
- lotto 87 TELEFLEX MEDICAL **ESCLUSA**;

Si dà infine atto dei punteggi attribuiti riportate nel verbale di valutazione della Commissione Tecnica parte integrante sostanziale del presente verbale.

Il presente verbale verrà reso noto ai concorrenti mediante l'area "Comunicazioni" presente nella piattaforma, con validità agli effetti dell'art. 29 e dell'art. 90 del d.lgs. 36/2023.

Copia del presente verbale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 comma 2 e 27 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 verrà pubblicata sul sito committente e, inoltre, sul sito di sistema di intermediazione telematica.

IL RUP Dott. Quirino Cipolla



Nel periodo dal 15/10/2024 al 16/5/2025 la Commissione giudicatrice si è riunita in varie sedute ed ha emesso il giudizio come da verbale allegato.

Dispositivi Medici di Anestesia e Rianimazione per le esigenze del Blocco Operatorio dell'Asl di Pescara.

LOTTO 1

FILTRO HME PER ANESTESIA

Presentano offerte le ditte: FIMAS, MEDTRONIC, TELEFLEX
I DM sono idonei

Descrizione		FIMAS	MEDTRONIC	TELEFLEX
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	30	27	30	30
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	30	27	30	27
CONFEZIONAMENTO E FACILTA DI APERTURA NELL'UTILIZZO	10	8,5	10	8
ETICHETTATURA (facilita di identificazione dei dati obbligatori ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura...)	10	10	10	10
PUNTEGGIO TOTALE	80	72,5	80	75



LOTTO 2

**FILTRO HME PER ANESTESIA ANTIBATTERICO ANTIVIRALE.
Neonatale e Pediatrico**

Presenta offerta: Medtronic
Il DM è idoneo

Descrizione		MEDTRONIC
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	30	30
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	30	30
CONFEZIONAMENTO E FACILTA DI APERTURA NELL'UTILIZZO	10	10
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura...)	10	10
PUNTEGGIO TOTALE	80	80



LOTTO 3

Filtro antibatterico per ventilatore domiciliare (non HME)

Presentano offerte le ditte: , MEDTRONIC, TELEFLEX

I DM sono idonei

Descrizione		Medtronic	Teleflex
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	30	30	22,5
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	30	30	30
CONFEZIONAMENTO E FACILTA DI APERTURA NELL'UTILIZZO	10	10	10
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura...)	10	10	10
PUNTEGGIO TOTALE	80	80	72,5

LOTTO 4

TUBO SPIRALATO IN PVC CON RACCORDO

Presentano offerte le ditte: DEAS, MEDTRONIC

I DM offerti sono entrambi idonei

Aggiudicazione a prezzo più basso



LOTTO 5**CIRCUITI RESPIRATORI PER ANESTESIA CON DOPPIO RACCOGLITORE DI CONDENZA PER VENTILATORI ZEUS**

Presentano offerte le ditte: DEAS, MEDTRONIC E MEHOS

Mehos non idonea in quanto i DM non hanno i doppi raccoglitori di condensa

Descrizione		DEAS	MEDTRONIC
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	20	16
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	25	20
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	25	20
CONFEZIONAMENTO E FACILITA DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	5	5
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori : ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5	5	5
PUNTEGGIO TOTALE	80	80	66



LOTTO 6**CIRCUITO RESPIRATORI PER ANESTESIA (aggiudicazione a lotto intero)**

Presentano offerte le ditte: DEAS, MEDTRONIC
I DM sono idonei

Descrizione		DEAS	MEDTRONIC
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	20	20
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	25	25
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	25	25
CONFEZIONAMENTO E FACILITA DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	5	5
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori : ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5	5	5
PUNTEGGIO TOTALE	80	80	80



LOTTO 7**CIRCUITO DI ANESTESIA PER RNM**

Presentano offerte le ditte: DEAS, MEDTRONIC FIMAS
I DM sono idonei

Descrizione		DEAS	MEDTRONIC	FIMAS
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	20	20	17
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	25	21,25	15
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	25	0	15
CONFEZIONAMENTO E FACILITA DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	5	5	5
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori : ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5	5	5	5
PUNTEGGIO TOTALE	80	80	51,25	57



LOTTO 8**TUBO RACCORDATO/RACCORDABILE CON PALLONE PER VENTILAZIONE MANUALE DA CONNETTERE A VENTILATORE MECCANICO DI ANESTESIA (MODELLI ZEUS E PRIMUS DELLA DITTA DRAEGER)**

Presenta offerta la ditta: DEAS

I DM sono idonei

Descrizione		DEAS
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	20
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	25
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	25
CONFEZIONAMENTO E FACILITA DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	5
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori: ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5	5
PUNTEGGIO TOTALE	80	80



LOTTO 9

CATETERE MOUNTH (lunghezza 5, 10 e 15 cm

Presentano offerte le ditte: DEAS, MEHOS, MEDTRONIC, FIMAS, TELEFLEX

Teleflex non idoneo in quanto non presenta il Cobb girevole e manca accesso per sondino aspirazione

Descrizione		DEAS	MEHOS	MEDTRONIC	FIMAS
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	20	20	20	20
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	17,5	17,5	25	25
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	22,5	22,5	25	25
CONFEZIONAMENTO E FACILITA DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	5	5	5	5
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori : ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5	5	5	5	5
PUNTEGGIO TOTALE	80	70	70	80	80



LOTTO 10

MASCHERE ORONASALI MIS DA 0 A 6

Presentano offerte le ditte: BENEFIS
I DM sono idonei

Descrizione		BENEFIS
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	20
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	25
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	25
CONFEZIONAMENTO E FACILITA DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	5
ETICHETTATURA (facilita di identificazione dei dati obbligatori: ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5	5
PUNTEGGIO TOTALE	80	80



LOTTO 11**MASCHERA LARIGEA PLURIUSO**

Mis da 1 a 5

Presenta offerte la ditta: TELEFLEX

DM idoneo

Descrizione		TELEFLEX
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	20
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	25
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	25
CONFEZIONAMENTO E FACILITA DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	5
ETICHETTATURA (facilita di identificazione dei dati obbligatori: ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5	5
PUNTEGGIO TOTALE	80	80



LOTTO 12

MASCHERA LARINGEA PLURIUSO CON TUBO DI DRENAGGIO EQUIVALENTE PROSEAL (aggiudicazione a lotto intero)

Presenta offerte la ditta: TELEFLEX
DM idoneo

Descrizione		TELEFLEX
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	20
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	25
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	25
CONFEZIONAMENTO E FACILITA DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	5
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori : ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5	5
PUNTEGGIO TOTALE	80	80



LOTTO 13**UNITA' RESPIRATORIA MANUALE –VARIE MISURE**

Presentano offerte le ditte: DEAS

Descrizione		DEAS
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	10
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	15
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	10
CONFEZIONAMENTO E FACILITA DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	5
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori : ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5	5
PUNTEGGIO TOTALE	80	45



LOTTO 14**PROLUNGA CON RUBINETTO DI VARIE MISURE**

Presentano offerte le ditte Cair, Aries, S.I.P.O., Elimed, Sanic e Smith

I DM sono idonei

Descrizione	Punteggio	CAIR	ARIES	S.I.P.O	ELIMED	ADRIAMED	SANIC	BRAUN	FERRARI	SMITH
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
CONFEZIONAMENTO E FACILITA DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori : ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
PUNTEGGIO TOTALE	80									



LOTTO 15

Prolunga a bassa pressione

Presentano offerte le ditte: Adria, Cair, Smith, BD

I DM offerti dall BD e dalla ADRIA non sono idonei in quanto quelli della BD hanno il diametro interno di entrambe le misure pari a 3 mm, mentre quelli della ADRIA non sono dotati di anello rotante

Descrizione		Cair	Smith
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	20	20
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	25	25
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	25	25
CONFEZIONAMENTO E FACILITA DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	5	5
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori : ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5	5	5
PUNTEGGIO TOTALE	80	80	80



Lotto 16**Prolunga ambrata per farmaci fotosensibili**

Presentano offerte le ditte: Adria, Cair, Aries
I DM sono idonei

Descrizione		ADRIA	CAIR	ARIES
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	20	20	20
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	25	25	25
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	25	25	25
CONFEZIONAMENTO E FACILITA DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	5	5	5
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori : ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5	5	5	5
PUNTEGGIO TOTALE	80	80	80	80



LOTTO 17

Rampa di rubinetto (3 rubinetti) lipido resistenti con sostegno di rampa

Presentano offerte: BBRAUN e CAIR

I DM sono idonei

Descrizione		Bbraun	CAIR
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	20	15
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	25	18,75
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	25	25
CONFEZIONAMENTO E FACILITA DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	5	5
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori : ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5	5	5
PUNTEGGIO TOTALE	80	80	68,75



LOTTO 18**Tubo endotracheale armato (varie misure da 3 fino a 8,5) (****Ditte offerenti:** Deas, Mehos, Teleflex, SAMO, ALEA e MEDTRONIC, MEDIPLUS, PAOLETTI, SIPO**DITTE NON IDONEE:**

La ditta Teleflex non è idonea in quanto non ha la mis 3

La ditta Mediplus non idonea in quanto presenta DM con Ftalati

La Ditta PAOLETTI non idonea in quanto presenta DM con Ftalati

LA ditta S.I.P.O non idonea in quanto non presenta documentazione attestante la assenza di ftalati

La Ditta SAMO non idonea in quanto presenta DM con Ftalati

Medtronic non idonea in quanto nelle misure pediatriche non presenta l'occhio di Murphy

Descrizione		DEAS	MEHOS	ALEA
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	20	18,75	15
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	25	20	18,75
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	25	18,75	18,75
CONFEZIONAMENTO E FACILITA DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	5	5	5
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori : ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5	5	5	5
PUNTEGGIO TOTALE	80	80	67,5	62,5



LOTTO 19**TUBO ENDOTRACHEALE NEONATALE E PEDIATRICO**

MISURE VARIE DA DIAMETRO INTERNO da 3 a 5,5

Presentano offerte le ditte: Deas, Mehos, Teleflex, Samo, Smith; S.i.P.I.O,

LA ditta S.I.P.O non idonea in quanto non presenta documentazione attestante la assenza di ftalati (campione presenta ftalati)

Le ditte Teleflex, Samo vengono escluse per la presenza di ftalati.

Descrizione		Deas	Mehos	SMITH
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	14	20	15
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	15	25	18,75
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	15	25	17,5
CONFEZIONAMENTO E FACILITA DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	5	5	5
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori : ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5	5	5	5
PUNTEGGIO TOTALE	80	54	80	61,25



LOTTO 20**TUBO ENDOTRACHEALE CUFFIATO PER ADULTI MISURE VARIE**

Presentano offerte le ditte: DEAS, MEHOS, S.I.P.I.O., TELEFLEX, MEDIP, ALEA

LA ditta S.I.P.O non idonea in quanto non presenta documentazione attestante la assenza di ftalati
LA ditta Medip e Teleflex esclusa per la presenza di ftalati

Descrizione		Deas	Mehos	ALEA
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	20	15	15
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	25	22,5	22,5
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	25	20	20
CONFEZIONAMENTO E FACILITA DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	5	5	5
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori : ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5	5	5	5
PUNTEGGIO TOTALE	80	80	67,5	67,5



LOTTO 21**Tubo endotracheale non cuffiato e pediatrico, misure varie (da 2 a 5,5)**

Presentano offerte le ditte: Deas, Medtronic, SIPIO, Paoletti, Teleflex, Samo

Le ditte Teleflex, SAMO e Paoletti sono escluse per la presenza di ftalati

La ditta SIPIO esclusa perché non presenta documentazione attestante l'assenza di ftalati.

Descrizione		Deas	Medtronic
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	20	17
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	25	21,25
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	25	17
CONFEZIONAMENTO E FACILITA DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	5	5
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori : ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5	5	5
PUNTEGGIO TOTALE	80	80	65,25



LOTTO 22

Tubo endotracheale orale preformato angolato cuffiato, misure varie

(aggiudicazione a lotto intero)

Presentano offerte le ditte: Deas, Medtronic, Paoletti, Teleflex, Samo

Le ditte Medtronic, Teleflex, Samo e Paoletti sono escluse per la presenza di ftalati

Descrizione		Deas
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	20
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	25
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	25
CONFEZIONAMENTO E FACILITA DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	5
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori : ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5	5
PUNTEGGIO TOTALE	80	80



LOTTO 23**Tubo endotracheale nasale preformato, misure varie**

Presentano offerte le ditte: Deas, Medtronic, Paoletti, Teleflex, Samo, Smith
I DM sono idonei

Descrizione		Deas	Medtronic	Paoletti	Teleflex	Samo	SMITH
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	15	15	15	15	15	20
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	25
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	20	20	18,75	20	18,75	25
CONFEZIONAMENTO E FACILITA DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	5	5	5	5	5	5
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori : ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5	5	5	5	5	5	5
PUNTEGGIO TOTALE	80	63,75	63,75	63,5	63,75	62,5	80



LOTTO 24

Tubo endotracheale per laserterapia

Presentano offerta: Ditta Medtronic
I DM sono idonei

Descrizione		Medtronic
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	20
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	25
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	25
CONFEZIONAMENTO E FACILITA DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	5
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori : ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5	5
PUNTEGGIO TOTALE	80	80



LOTTO 25

Tubo per intubazione bronchiale selettiva poliuretano o altro materiale idoneo dx e sx
Mis da 34 a 41

Sistema CPAP completo per tubo endotracheale per intubazione bronchiale selettiva (comodato d'uso)

Presentano offerta: Ditta Medtronic
I DM sono idonei

Descrizione		MEDTRONIC
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	20
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	25
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	25
CONFEZIONAMENTO E FACILITA DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	5
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori : ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5	5
PUNTEGGIO TOTALE	80	80



LOTTO 26

Tubo per intubazione bronchiale selettiva

Presentano offerte: DEAS, TELEFLEX, ALEA
I DM sono idonei

Descrizione		DEAS	TELEFLEX	ALEA
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	20	20	20
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	21,25	20	20
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	21,25	25	25
CONFEZIONAMENTO E FACILITA' DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	5	5	5
ETICHETTATURA (facilita di identificazione dei dati obbligatori : ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura.....)	5	5	5	5
PUNTEGGIO TOTALE	80	72,5	75	75



LOTTO 27**BLOCCATORE BRONCHIALE ADULTI E BAMBINO**

Presentano offerta Ditte: DEAS, STARMED, COOK, TELEFLEX

Teleflex non idoneo per la presenza di ftalati

Descrizione		Deas	Starmed	Cook
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	15	15	15	15
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	20	20	25
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	20	20	25
CONFEZIONAMENTO E FACILITA DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	3,75	3,75	5
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori : ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5	5	5	5
Qualità e sicurezza del sistema di ancoraggio	10	10	10	10
PUNTEGGIO TOTALE	80	73,75	73,5	80



LOTTO 28**MANDRINO MONOUSO PER INTUBAZIONE**

Presentano offerta Ditte: DEAS, MEDLINE, SAMO

I DM sono idonei

Descrizione		DEAS	MEDLINE	SAMO
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	20	20	20
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	25	25	25
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	25	25	25
CONFEZIONAMENTO E FACILITA' DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	5	5	5
ETICHETTATURA (facilita di identificazione dei dati obbligatori : ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5	5	5	5
PUNTEGGIO TOTALE	80	80	80	80



LOTTO 29

GUIDA MONOUSO PER INTUBAZIONE DIFFICILE (TIPO ESCHMANN)

Presentano offerta Ditte: BOLOGNA

I DM sono idonei

Descrizione		BOLOGNA
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	20
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	25
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	25
CONFEZIONAMENTO E FACILITA' DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	5
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori : ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5	5
PUNTEGGIO TOTALE	80	80



LOTTO 30

GUIDA MONOUSO PER INTUBAZIONE DIFFICILE (PUNTA DRITTA)

Presentano offerta Ditte: TELEFLEX

I DM sono idonei

Descrizione		TELEFLEX
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	20
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	25
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	25
CONFEZIONAMENTO E FACILITA' DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	5
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori : ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5	5
PUNTEGGIO TOTALE	80	80



LOTTO 31

Guida monouso per intubazione difficile tipo frova

DITTE OFFERENTI: DEAS . COOK. BOLOGNA. TELEFLEX

I DM sono idonei

Descrizione		COOK	BOLOGNA	TELEFLEX	DEAS
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	20	15	18,75	18,75
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	25	15	20	20
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	25	15	20	20
CONFEZIONAMENTO E FACILITA' DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	5	5	5	5
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori : ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5	5	5	5	5
PUNTEGGIO TOTALE	80	80	55	68,75	68,75



LOTTO 32**SET PER CRICOTIROTOMIA/TRACHEOTOMIA D'URGENZA (CUFFIATO)****DITTE OFFERENTI: COOK**

I DM sono idonei

Descrizione		COOK
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	20
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	25
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	25
CONFEZIONAMENTO E FACILITA' DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	5
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori : ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5	5
PUNTEGGIO TOTALE	80	80

LOTTO 33**SET PER CRICOTIROTOMIA/TRACHEOTOMIA D'URGENZA (non cuffiato)****DITTE OFFERENTI: COOK , teleflex**

I DM sono idonei

Descrizione		COOK	Teleflex
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	20	20
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	17,5	25
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	18,75	25
CONFEZIONAMENTO E FACILITA' DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	4	5
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori : ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5	5	5
PUNTEGGIO TOTALE	80	65,25	80



LOTTO 34

Sondini per aspirazione endotracheale in PVC trasparente (Mis da CH 6 a CH 18)

I DM sono idonei

CARBINI: Non tutte le misure sono prive di ftalati, pertanto la ditta viene esclusa

Descrizione		Deas	Starmed	Benefis	Paoletti	TELEFLEX	Samo
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	20	20	20	20	20	20
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	25	18,75	25	18,75	25	25
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	23,75	23,75	23,75	23,75	25	23,75
CONFEZIONAMENTO E FACILITA' DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	5	5	5	5	5	5
ETICHETTATURA (facilita di identificazione dei dati obbligatori: ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5	5	5	5	5	5	5
PUNTEGGIO TOTALE	80	78,75	72,5	78,75	72,5	80	78,75



LOTTO 35

Dispositivo di controllo di aspirazione endotracheale, con chiusura automatica

Ditte Offerenti: BENEFIS

I DM sono idonei

Descrizione		BENEFIS
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	20
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	25
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	25
CONFEZIONAMENTO E FACILITA' DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	5
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori: ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5	5
PUNTEGGIO TOTALE	80	80



LOTTO 36

Set per infiltrazione della ferita

Ditte offerenti: Tecnica Scientifica

I DM sono idonei

Descrizione		TSS
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	20
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	25
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	25
CONFEZIONAMENTO E FACILITA' DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	5
ETICHETATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori: ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5	5
PUNTEGGIO TOTALE	80	80



LOTTO 37

Dispositivo per somministrazione topica di anestetici locali

DEAS, FIMAS , TELEFLEX

I DM sono idonei

Descrizione		Deas	Fimas	Teleflex
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	20	20	20
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	25	25	25
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	25	25	25
CONFEZIONAMENTO E FACILITA' DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	5	5	5
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori: ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5	5	5	5
PUNTEGGIO TOTALE	80	80	80	80



LOTTO 38**CANNULE DI GUEDEL**

DITTE OFFERENTI: DEAS, FASE, FIMAS, BENEFIS, MEDLINE, SIPO , BOLOGNA, TELEFLEX, CARBINI, MEDIPRO

Carbini: non si evince dalla documentazione né dal campione la assenza di ftalati non idoneo
Bologna presenta ftalati non idoneo

Descrizione		DEAS	FIMAS	BENEFIS	MEDLINE	SIPO	teleflex	mediplus
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	20	20	20	20	20	20	20
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	25	25	25	25	25	25	25
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	25	25	25	25	25	25	25
CONFEZIONAMENTO E FACILITA' DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	5	5	5	5	5	5	5
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori: ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5	5	5	5	5	5	5	5
PUNTEGGIO TOTALE	80							



LOTTO 39

COLLARE CERVICALE PER LE EMERGENZE TIPO NEC-LOCK

Varie misure

Ditte offerenti: AMBU, ARTSANA

AMBU non IDONEA perché offre un Dispositivo Medico chiuso e non Bivalva come richiesto nel capitolato.

Descrizione		Artsana
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	20
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	30	30
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	30	30
Totale	80	80



LOTTO 40

DISPOSITIVO PER LA MISURAZIONE DELLA PRESSIONE VENOSA CENTRALE

Ditte offerenti: ARIES

DM IDONEO

Descrizione		Aries
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	20
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	25
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	25
CONFEZIONAMENTO E FACILITA' DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	5
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori: ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5	5
PUNTEGGIO TOTALE	80	80



LOTTO 41

PREMISACCA DA INFUSIONE
PER SACCHE DA 500 ml e 1000 ml

Ditte offerenti: FASE, GADA, SPENCER , EFFEBI
I DM sono idonei

Descrizione		FASE	GADA	SPENCER	EFFEBI
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	15	15	20	15
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	30	18	25,5	30	25,5
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	30	30	30	30	30
Totale	80	63	70,5	80	70,5



LOTTO 42

PREMISACCADA INFUSIONE PER SACCHE DA 5000 ML

DESERTO

LOTTO 43

SISTEMA DI PROLUNGA PER OSSIGENOTERAPIA CON CONNETTORE STANDARD

Ditte offerenti: FIAB , BENEFIS

ENTRAMBE IDONEE

Aggiudicazione criterio del minor prezzo

LOTTO 44

TUBO A BOLLE

Ditte offerenti: CAIR

I DM sono idonei

Descrizione		CAIR
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	20
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	25
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	25
CONFEZIONAMENTO E FACILITA' DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	5
ETICHETATURA (facilita di identificazione dei dati obbligatori: ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5	5
	80	80



LOTTO 45**Sensori per saturimetria**

Ditte offerenti: Medtronic

I DM sono idonei

Descrizione		Medtronic
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	15	15
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	15	15
Gamma di visualizzazione dichiarata nella rilevazione della saturazione di O2	15	15
Gamma di visualizzazione dichiarata nella rilevazione della frequenza del polso	15	15
Accuratezza della misurazione di o2<-2% nell'intervallo 70%-100% e <-3% nell'intervallo 60% -80% sui pazienti adulti, pediatrici e neonatali in condizioni ottimali	10	10
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori: ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	10	10
Programma di assistenza tecnica e manutenzione per le attrezzature fornite in comodato d'uso con indicazione delle persone referenti e dei tempi di consegna	5	5
PUNTEGGIO TOTALE	80	80



Lotto 46

Scambiatubi laringei

Ditte offerenti: Cook
I DM sono idonei

Descrizione		Cook
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	20
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	25
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	25
CONFEZIONAMENTO E FACILITA' DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	5
ETICHETTATURA (facilita di identificazione dei dati obbligatori: ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5	5
PUNTEGGIO TOTALE	80	80

Lotto 47

LACCI EMOSTATICI

Ditte offerenti: AIESI , ID & CO, SIPO, MEDLINE
I DM sono idonei

Acquidicazione criterio del minor prezzo



LOTTO 48**Tappo di chiusura con doppia funzione Luer Lock Maschio-Luer Lock femmina**

Ditte offerenti: ADRIA, FASE, BBRAUN, ARIES, BENEFIS, BD
I DM sono idonei

Aggiudicazione criterio del minor prezzo

LOTTO 49**POSIZIONATORI PAZIENTI IN GEL**

DITTE OFFERENTI: BIOMATRIX , COREMED
I DM sono idonei

Descrizione		BIOMATRIX	COREMED
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	20	16
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	30	30	21
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	30	30	21
Totale	80	80	58



LOTTO 50

**MASCHERA TRASPARENTE MONOUSO PER INTUBAZIONE A FIBRE OTTICHE PER GASTROENTEROLOGIA
CON TAPPO IN SILICONE CON FORO DA 10MM.**

DITTE OFFERENTI: DEAS, TELEFLEX

Teleflex offre un DM non idoneo in quanto non rispondente a quanto richiesto nel capitolato (infatti offre una maschera laringea)

Descrizione		Deas
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	20
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	25
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	25
CONFEZIONAMENTO E FACILITA' DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	5
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori: ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5	5
PUNTEGGIO TOTALE	80	80



LOTTO 51

TELINO STERILE PER MICROSCOPIO OPERATORIO , COMPATIBILI CON MICROSCOPIO ZEISS

DITTE OFFERENTI:

id&co, Biocommerciale , Medline, Betatex

I DM sono idonei

Descrizione		Id & co	Betatex	Medline	Biocommerciale
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	30	30	18	18	18
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	30	30	21	21	21
CONFEZIONAMENTO E FACILTA DI APERTURA NELL'UTILIZZO	10	10	10	10	10
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura...)	10	10	10	10	10
PUNTEGGIO TOTALE	80	80	59	59	59



LOTTO 52**Manipoli monouso sterile con comando manuale per elettrochirurgia****DITTE OFFERENTI: FIAB, MEDTRONIC, AK MEDICAL**

I DM sono idonei

Descrizione		FIAB	MEDTRONIC	AK MEDICAL
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	20	16	12
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	25	15	15
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	25	18,75	18,75
CONFEZIONAMENTO E FACILITA' DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	5	5	5
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori: ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5	5	5	5
PUNTEGGIO TOTALE	80	80	59,75	55,75



LOTTO 53**Piastre BIPARTITE monouso sterile con comando manuale per elettrochirurgia****Ditte offerenti : FIAB, LAMON, ID & CO , AK MEDICAL, CERACARTA**

I DM sono idonei

Descrizione		FIAB	LAMONEA	ID & CO	AK MEDICAL	CERACARTA
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	20	14	14	20	20
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	25	17,5	17,5	25	25
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	25	17,5	17,5	25	25
CONFEZIONAMENTO E FACILITA' DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	5	3	5	5	5
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori: ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5	5	5	5	5	5
PUNTEGGIO TOTALE	80	80	57	59	80	80



LOTTO 54

Piastre monouso NEONATALI sterile con comando manuale per elettrochirurgia

Ditte offerenti : FIAB

I DM sono idonei

Descrizione		FIAB
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	20
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	25
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	25
CONFEZIONAMENTO E FACILITA' DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	5
ETICHETTATURA (facilita di identificazione dei dati obbligatori: ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5	5
PUNTEGGIO TOTALE	80	80



LOTTO 55

Piastre MONOPARTITE monouso sterile con comando manuale per elettrochirurgia

Ditte offerenti : FIAB, LAMONEA , AK MEDICAL, CERACARTA

I DM sono idonei

Descrizione		FIAB	LAMONEA	AK MEDICAL	CERACARTA
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	20	14	20	20
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	25	17,5	25	25
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	25	17,5	25	25
CONFEZIONAMENTO E FACILITA' DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	5	3	5	5
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori: ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5	5	5	5	5
PUNTEGGIO TOTALE	80	80	57	80	80



LOTTO 56

**SISTEMA DI RISCALDAMENTO DI SANGUE E FLUIDI
SENZA FTALATI**

DITTE OFFERENTI: Airlife

I DM sono idonei

Descrizione	
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	10
Facilita di uso e programamzione e gestione	15
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI MANEGGEVOLEZZA	20
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	20
CONFEZIONAMENTO E FACILITA' DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5
ETICHETATURA (facilita di identificazione dei dati obbligatori: ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5
Programma di assistenza tecnica	5
PUNTEGGIO TOTALE	80



LOTTO 57

LINEA PER CAPNOGRAFO

DITTE OFFERENTI: DEAS, FIMAS, MEDTRONIC, AIRLIQUID

I DM sono idonei

Descrizione		Deas	Fimas	Medtronic	Airliquid
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	18	18	20	18
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	25	25	25	25
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	25	25	25	25
CONFEZIONAMENTO E FACILITA' DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	5	5	5	5
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori: ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5	5	5	5	5
PUNTEGGIO TOTALE	80	78	78	80	78



LOTTO 58

SENSORI PER IL MONITORAGGIO DELLA NARCOSI

DITTE OFFERENTI: MEDTRONIC, FRESENIUS

COMODATO D'USO: 18 MONITOR

Descrizione		MEDTRONIC	FRESENIUS
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	15	15	15
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	25	23,75
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	25	17,5
CONFEZIONAMENTO E FACILITA DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	5	5
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori : ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5	5	5
Programma di assistenza tecnica e manutenzione per le attrezzature fornite in comodato d'uso	5	5	4
PUNTEGGIO TOTALE	80	80	70,25



LOTTO 59

CATETERE PER INCANNULAMENTO ARTERIOSO

FLALATI FREE

DESERTO

LOTTO 60

TUBO DI DRENAGGIO PENROSE

DITTE OFFERENTI : MEDLINE, SAMO, SANIC

La ditta medline non offre misura 16 (fino a mis 12) pertanto NON è IDONEO

Descrizione		Sanic	Samo
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	20	14
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	25	15
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	25	15
CONFEZIONAMENTO E FACILITA' DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	5	5
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori: ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5	5	5
PUNTEGGIO TOTALE	80	80	54



LOTTO 61**Tubo di drenaggio in silicone****La ditta Medline non offre le misure 38 e 33**

Descrizione		SANIC	SAMO
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	20	12
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	25	18,75
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	25	18,75
CONFEZIONAMENTO E FACILITA' DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	5	5
ETICHETATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori: ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5	5	5
PUNTEGGIO TOTALE	80	80	59,5



Lotto 62

Sacche di raccolta per drenaggio (2 lt , lunghezza 90 cm) , senza rubinetto di scarico

Ditte offerenti:

Medline, carbini

Medline presenta una sacca di volume max pari a 1000 ml pertanto il Dm non e' idoneo

Descrizione		Carbini
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	30	30
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	30	30
CONFEZIONAMENTO E FACILTA DI APERTURA NELL'UTILIZZO	10	10
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura...)	10	10
PUNTEGGIO TOTALE	80	80



LOTTO 63

SISTEMA DI DRENAGGIO A MEMBRANA TIPO UNOVAC (ch DA 10 A Ch 18)

Ditte offerenti: MEHOS, SANIC

Descrizione		MEHOS	Sanic
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	12	20
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	18,75	25
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	18,75	25
CONFEZIONAMENTO E FACILITA' DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	5	5
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori: ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5	5	5
PUNTEGGIO TOTALE	80	59,5	80



LOTTO 64

Cateteri di drenaggio in PVC con ago guida

Ditte offerenti: SANIC

Descrizione		Sanic
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	20
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	25
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	25
CONFEZIONAMENTO E FACILITA' DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	5
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori: ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5	5
PUNTEGGIO TOTALE	80	80



Lotto 65

Drenaggio in silicone con ago guida piu sacca

Ditte offerenti: MEDLINE, SIPO, SANIC

La ditta **Medline** offre una sacca di drenaggio da 1000 (nel capitolato si chiede da 400-500 ml) ed inoltre offre un tubo senza scanalature pertanto **non è idonea**

LA ditta S.I.P.O non idonea in quanto non presenta documentazione attestante la assenza di ftalati

Descrizione		Sanic
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	20
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	25
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	25
CONFEZIONAMENTO E FACILITA' DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	5
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori: ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5	5
PUNTEGGIO TOTALE	80	80



LOTTO 66

Drenaggio in silicone senza ago guida

Ditte offerenti:

Ditte offerenti: MEDLINE, SIPO, SANIC

MEDLINE : non idoneo perché non offre tutte le misure richieste

LA ditta S.I.P.O non idonea in quanto non presenta documentazione attestante la assenza di ftalati

Descrizione		Sanic
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	20
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	25
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	25
CONFEZIONAMENTO E FACILITA' DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	5
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori: ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5	5
PUNTEGGIO TOTALE	80	80



LOTTO 67

DRENAGGIO IN SILICONE A SEZIONE PIATTA CON SACCA DI RACCOLTA

DITTE OFFERENTI:

MEDLINE : OFFRE DRENAGGI FINO A 10 MM pertanto non è idonea

Descrizione		Sanic
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	20
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	25
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	25
CONFEZIONAMENTO E FACILITA' DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	5
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori: ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5	5
PUNTEGGIO TOTALE	80	80



Lotto 68

LINEA PER RILEVAZIONE ETCO2

DITTE OFFERENTI: Medtronic

Descrizione		Medtronic
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	15	15
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	25
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	25
CONFEZIONAMENTO E FACILITA DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	5
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori : ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5	5
Programma di assistenza tecnica e manutenzione per le attrezzature fornite in comodato d'uso	5	5
PUNTEGGIO TOTALE	80	80



LOTTO 69

TECNOLOGIA PER IL RILIEVO DELLA ETCO2 PAZIENTI INTUBATI

DITTE OFFERENTI : MEDTRONIC

Descrizione		Medtronic
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	15	15
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	25
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	25
CONFEZIONAMENTO E FACILITA DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	5
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori : ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5	5
Programma di assistenza tecnica e manutenzione per le attrezzature fornite in comodato d'uso	5	5
PUNTEGGIO TOTALE	80	80



LOTTO 70

CANNULA NASALE CON ETCO2

DITTE OFFERENTI: FIMAS , MEDTRONIC

Il DM della FIMAS non è idoneo per la presenza di ftalati

Descrizione		MEDTRONIC
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	20
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	25
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	25
CONFEZIONAMENTO E FACILITA' DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	5
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori: ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5	5
PUNTEGGIO TOTALE	80	80



LOTTO 71**CANNULA NASALE CON ETCO2 PIU' BITE BLOCK**

DITTE OFFERENTI : MEDTRONIC
I DM SONO IDONEI

Descrizione		MEDTRONIC
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	20	20
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	25	25
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	25	25
CONFEZIONAMENTO E FACILITA' DI APERTURA NELL'UTILIZZO	5	5
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori: ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	5	5
PUNTEGGIO TOTALE	80	80



LOTTO 72

DENTA SAFE O EQUIVALENTE

Valutazione prezzo più basso

DESERTO

LOTTO 73

TOOTH PROTECTOR O EQUIVALENTE

Valutazione prezzo più basso

DESERTO

LOTTO 74

Penna dermografica con punta di diverse dimensioni

Valutazione prezzo più basso

DITTE OFFERENTI : LAMONEA, AIESI , EFFEBI

Tutte idonee



LOTTO 75

Kit tubo laringeo con doppio canale (tubo + siringa)

DESERTO

LOTTO 76

Kit tubo laringeo con doppio canale (tubo + siringa + TUBO OROTRACHEALE)

DESERTO

LOTTO 77

TELINO ISOTERMICO (METALLINA)

DITTE OFFERENTI: FASE, LAMONEA, BIOCOMMERCIALE, BETATEX, MEDIPLUS,
PIZZOTRI

Valutazione prezzo più basso

LAMONEA non idoneo

MEDIPLUS non idoneo

I dispositivi delle ditte escluse non presentano una caratteristica fondamentale richiesta nel capitolato ovvero alla valutazione tecnica risultano non resistenti allo strappo per cui vengono ritenuti non idonei.



LOTTO 78**TELO DI INCISIONE AD AZIONE BATTERICIDA**

DITTE OFFERENTI : 3M, MEDLINE; BETATEX

DESCRIZIONE	PUNTEGGIO	3 M	Medline	Betatex
Adesività tale da garantire aderenza alla cute per tutta la durata dell'intervento (da prova in vivo)	35	35	24,5	24,5
Maneggevolezza e semplicità di utilizzo	30	30	18	18
Confezionamento (robustezza degli involucri, facilità di apertura della confezione, garanzia di sterilità)	10	10	10	10
Etichettatura	5	5	5	5
Totale	80	80	57,5	57,5

LOTTO 79**TELO PER ISOLAMENTO VERTICALE CON SACCA E TELO DA INCISIONE AD AZIONE BATTERICIDA**

DITTE OFFERENTI: 3M, BETATEX

DESCRIZIONE	PUNTEGGIO	3 M	Betatex
Adesività tale da garantire aderenza alla cute per tutta la durata dell'intervento (da prova in vivo)	35	35	21
Maneggevolezza e semplicità di utilizzo	30	30	24
Confezionamento (robustezza degli involucri, facilità di apertura della confezione, garanzia di sterilità)	15	15	15
Totale	80	80	60



LOTTO 80

Trapani automatici per infusione intraossea e relativo materiale di consumo

DITTE OFFERENTI: TELEFLEX

DESCRIZIONE	PUNTEGGIO	Teleflex
Qualità e resistenza del materiale e della manifattura	20	20
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	20	20
Qualità costruttiva correlata alla sicurezza del dispositivo per il paziente	20	20
Rispondenza alle misure richieste	20	20
	80	80



LOTTO 81

SONDE DI TEMPERATURA ESOFAGEE/RETTALI A TERMISTORE 400

DITTE OFFERENTI: BIOCOMMERCIALE, MEDTRONIC

Descrizione		PUNTEGGIO	Medtronic	Biocommerciale
QUALITÀ E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	D	20	20	17
QUALITÀ COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITÀ E MANEGGEVOLEZZA	D	25	25	15
QUALITÀ COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	D	25	25	17,5
CONFEZIONAMENTO E FACILITÀ DI APERTURA NELL'UTILIZZO	D	5	5	5
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori: ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	D	5	5	5
PUNTEGGIO TOTALE		80	80	59,5



LOTTO 82

SET PER ASPIRAZIONE CHIRURGICA

DITTE OFFERENTI: BENEFIS, ID & CO

Benefis non idoneo in quanto presenta un tubo di 210 cm

Descrizione		PUNTEGGIO	ID & CO
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	D	20	20
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	D	25	25
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	D	25	25
CONFEZIONAMENTO E FACILITA' DI APERTURA NELL'UTILIZZO	D	5	5
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori: ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	D	5	5
PUNTEGGIO TOTALE		80	80



LOTTO 83

CANNULA PER ASPIRAZIONE CHIRURGICA YANKAUER

Ditte offerenti: FASE e BENEFIS

Benefis non idonea in quanto presenta la misura 24 Fr e non la misura 22 Fr come da capitolato

Descrizione		PUNTEGGIO	FASE
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	D	20	20
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	D	25	25
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	D	25	25
CONFEZIONAMENTO E FACILITA' DI APERTURA NELL'UTILIZZO	D	5	5
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori: ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	D	5	5
PUNTEGGIO TOTALE		80	80



LOTTO 84

LARINGOSCOPI AD ALTA LUMINOSITA'

DITTE OFFERENTI: LAMONEA, AIESI, BOLOGNA

Lamonea NON IDONEA perché offre un dm non dotato di luce fredda

Descrizione		PUNTEGGIO	BOLOGNA	AIESI
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	D	20	20	20
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	D	30	30	30
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	D	30	30	21
PUNTEGGIO TOTALE		80	80	71



LOTTO 85

DISPOSITIVI DI FISSAGGIO CATETERE EPIDURALE

DITTE OFFERENTI: SMITH, MEDITREND, MEDLINE , TSS, MOVI

IDONEE

Descrizione		PUNTEGGIO	SMITH	MEDITREND	MEDLINE	TSS	MOVI
QUALITA E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	D	20	20	16	14	14	16
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	D	25	25	15	12,5	12,5	15
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	D	25	25	17,5	12,5	12,5	17,5
CONFEZIONAMENTO E FACILITA' DI APERTURA NELL'UTILIZZO	D	5	5	5	5	5	5
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori: ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	D	5	5	5	5	5	5
PUNTEGGIO TOTALE		80	80	58,5	49	49	58,5



LOTTO 86**AGO CON PUNTA ATRAUMATICA TIPO SPOTTE**

Ditte offerenti: MOVI
Idoneo

Descrizione		PUNTEGGIO	MOVI
Atraumaticità	D	10	10
Robustezza	D	10	10
Flessibilità	D	5	5
Scorrevolezza del mandrino all'interno dell'ago	D	15	15
Fluidità nella rimozione del mandrino	D	10	10
Scorrevolezza dell'ago sull'introduttore	D	10	10
Stabilità e trasparenza dell'impugnatura	D	5	5
Caratteristiche di confezionamento	D	5	5
Punteggio totale		70	70



Lotto 87

Dispositivo sovraglottico tipo IGEL

Ditte offerenti: Teleflex e Fimas

Teleflex non idoneo in quanto non presenta DM come richiesto (non IGEL)

Descrizione		PUNTEGGIO	FIMAS
FINITURA DEI MATERIALI	D	15	15
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI ERGONOMICITA' E MANEGGEVOLEZZA	D	25	25
QUALITA COSTRUTTIVA CORRELATA ALLA SICUREZZA DEL DISPOSITIVO PER IL PAZIENTE	D	20	20
AMPIEZZA DELLA GAMMA DI MISURE	D	10	10
CONFEZIONAMENTO E FACILITA' DI APERTURA NELL'UTILIZZO	D	5	5
ETICHETTATURA (facilità di identificazione dei dati obbligatori: ad esempio referenza, quantitativo confezione, misura....)	D	5	5
PUNTEGGIO TOTALE		80	80



Lotto 88

RACCORDO SONDA SIRINGA

DESERTO

LOTTO 89

Raccordo 22F 22F

**Ditte offerenti : DEAS, FIMAS
Idonee**

Aggiudicazione a prezzo più basso

La Commissione di gara

Dr. Salvatore Antonucci (Presidente)

Dr.ssa Francesca Gasbarri (Componente)

Dr. Ezio Di Marcoberardino (Componente)



Lotto 88

RACCORDO SONDA SIRINGA

DESERTO

LOTTO 89

Raccordo 22F 22F

Ditte offerenti : DEAS, FIMAS
Idonee


Aggiudicazione a prezzo più basso

La Commissione di gara

Dr. Salvatore Antonucci (Presidente)

Dr.ssa Francesca Gasbarri (Componente)

Dr. Ezio Di Marcoberardino (Componente)



The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature is for Dr. Salvatore Antonucci, the second for Dr.ssa Francesca Gasbarri, and the third for Dr. Ezio Di Marcoberardino. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized script.



