

	VALUTAZIONE DEVICES					PARTECIPANTI						
LOTTI	CARATTERISTICHE	GRIGLIA VALUTAZ.	CRITERI	TIPO	Punt. Max	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	NEW TECH					
35	<p>Stent in nitinolo per remodelling neurovascolare, autoespandibile a celle chiuse, completamente retraibile. Lo stent è attaccato ad uno spingitore in acciaio è deve essere disponibile in versione completamente retraibile e con distacco elettrolitico. Design auto-avvolgente che permette al dispositivo di adattarsi perfettamente al vaso anche in situazioni vascolari tortuose. Disponibile nei diametri da 3 a 6 mm ed in varie lunghezze. Sistema provvisto di 3 – 4 markers radiopachi distali (a seconda delle misure) e di un marker prossimale che ne delimitano la lunghezza progressiva. Ha indicazioni per lo stenting degli aneurismi intracranici.</p>	NR.2	MANEGGEVOLEZZA E DURATA	D	15	14	13					
			NAVIGABILITA' E VISIBILITA' IN FLUOROSCOPIA	D	15	12	13					
			CAPACITA' DI CATTURA DEL TROMBO	D	35	34	33					
			CONFEZIONAMENTO	D	5	4	4					
			ADATTABILITA' AD ALTRI DEVICES	D	10	8	9					
				TOT	80	72	72	0	0	0	0	0