



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

www.asl.pe.it
Via Paolini, 45 - 65100 Pescara
Tel. 085 4254971-3972
C.F.-Partita IVA n. 01397530682

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, FINALIZZATA ALLA FORNITURA QUINQUENNALE IN SERVICE DI UN SISTEMA COMPLETO PER L'INATTIVAZIONE DEI PATOGENI E DEI RESIDUI LEUCOCITARI NEL PLASMA PER USO CLINICO E NEI CONCENTRATI PIASTRINICI, PER LE NECESSITA' DELLA U.O.C. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA ASL DI PESCARA

Verbale n.1 - della COMMISSIONE GIUDICATRICE seduta del 11 /09/2023

Il giorno 11 del mese di Settembre dell'anno 2023 alle ore 09.00 presso la Sala Riunioni dell'U.O.C. Medicina trasfusionale i dell'Asl di Pescara, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice dell'offerta pervenuta nella procedura in oggetto, giusta Deliberazione di nomina n. 780 del 23/05/2023, nelle persone di:

Presidente:

PECA PAMELA

Componenti:

LIBERATORE ELISABETTA

ESPOSITO ANNA

Alla scadenza del bando è pervenuta l'offerta del seguente Operatore Economico:

- PACO SRL

Prima di iniziare i lavori i componenti della Commissione producono, ai sensi della normativa vigente in materia, la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di astensione.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti e preso atto quindi della regolare costituzione della Commissione Giudicatrice, apre i lavori della seduta odierna.

La Commissione procede alla disamina del Capitolato Tecnico e valuta che la ditta partecipante possiede i requisiti minimi richiesti dal capitolato.

La commissione procede successivamente alla valutazione qualitativa delle caratteristiche del sistema e attribuisce il punteggio quantitativo secondo la scala presente nel capitolato:


REQUISITI A PUNTEGGIO					
	CRITERIO	METODO ATTRIBUZIONE PUNTEGGI	DI DEI	Max punteggio assegnabile	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
1	Possibilità di inattivare contemporaneamente due concentrati piastrinici fino a $7,0 \times 10^{11}$ plt ciascuno (sia da aferesi che da buffy coat).	Tabellare SI= 15 NO= 0		15	15
2	Possibilità di inattivare contemporaneamente due unità di plasma fino a 650ml ciascuna.	Tabellare SI= 15 NO= 0		15	15
3	Certificazione TUV o altro Ente notificatore che garantisca l'equivalenza tra il sistema di inattivazione e l'irradiazione con raggi gamma (<i>produrre certificazione</i>)	Tabellare SI= 10 NO= 0		10	10
4	Certificazione da ente terzo che garantisca l'equivalenza tra il sistema di inattivazione con il sistema offerto al test CMV negativo (<i>produrre certificazione</i>)	Tabellare SI= 10 NO= 0		10	10
5	Rimozione della sostanza inattivante e dei residui	D		10	6
6	Sistema certificato in classe III	Tabellare SI= 10 NO= 0		10	10
7	Impiego emocomponenti inattivati in ambito pediatrico (<i>produrre lavori</i>)	D		5	3
8	Servizio tecnico: miglioramento delle condizioni già richieste all' art. 6	D		5	3
		Totale		80	72

Alle ore 09.30, il Presidente della Commissione dichiara chiusa seduta


Si trasmette il presente Verbale alla UOC Gestione Approvvigionamenti Beni e Servizi dell'Asl di Pescara per il seguito di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

PRESIDENTE



COMPONENTE



COMPONENTE

