

VERBALE RDO APERTA, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. E), DEL D.LGS. N. 36/2023, DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPERIRE SUL MEPA, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DI UN INSUFFLATORE DI GAS CO₂ E DI INIETTORI DI PROPRIETA' DELLA ASL DI PESCARA PER LE ESIGENZE DELLE UU.OO. DI RADIOLOGIA

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DI UN INSUFFLATORE DI GAS CO₂ E DI INIETTORI DI PROPRIETA' DELLA ASL DI PESCARA PER LE ESIGENZE DELLE UU.OO. DI RADIOLOGIA

VERBALE - RDO MEPA 5135307

L'anno 2025, il giorno 17 del mese di aprile alle ore 13:00, presso lo Studio del Direttore di U.O.C. di Radiologia di Pescara si è proceduto a stilare il verbale di idoneità dei prodotti di cui all'oggetto,

PREMESSO

Che con delibera n. 189 del 21/02/2025 il Direttore Generale ha indetto una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. E) del D.Lgs. 36/2023, da esperire sul MEPA per la fornitura di materiale di consumo per le esigenze delle UU.OO. Radiologia;

Che il criterio di aggiudicazione della fornitura prescelto è quello del minor prezzo;

Che per acquisire la fornitura è stata indetta una procedura mediante RdO n. 5135307 pubblicata sul MEPA alla quale è allegato il dettaglio tecnico che definisce lo standard tecnico della fornitura richiesta;

ACCERTATO

Che entro il termine stabilito, risultano inserite a sistema, per ciascuno dei 3 Lotti, le offerte provenienti dalle seguenti aziende:

- lotto 1 (Set per insufflatore GAS CO₂)= BRACCO;
- lotto 2 (Siringhe monouso per iniettore Bayer Mark 7 Arterion) = ELIMED;
- lotto 3 (Tubo connettore monouso per iniettore Medrad Stellant +Set di Trasfer.multipz) = ELIMED.

Valutazione

Gli utilizzatori delle UU.OO. di Radiologia di Pescara, nella persona del Direttore U.O.C. Vincenzo Di Egidio, valutano idonei i dispositivi forniti, al minor prezzo, delle ditte:

- lotto 1 - BRACCO;
- lotto 2 - ELIMED;
- lotto 3 - ELIMED;

con le seguenti motivazioni:

- Lotto 1 (set per insufflatore GAS CO₂) presentato dall'Azienda Bracco S.p.a, risulta compatibile al 100% con l'insufflatore di Gas CO₂ di proprietà dell'Azienda in quanto già utilizzato in precedenza.
- Lotto 2 (siringhe monouso per iniettore Bayer Mark 7 Arterion) presentato dall'Azienda Elimed S.r.l., risulta pienamente compatibile con l'Iniettore in Angiografia, di proprietà della ASL di Pescara. Si precisa che è stata richiesta alla Ditta Elimed una Campionatura di Siringhe Monouso ed effettuata una prova "sul campo" in Angiografia.



**VERBALE RDO APERTA, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. E), DEL D.LGS. N. 36/2023, DI UNA
PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPERIRE SUL MEPA, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI
CONSUMO DI UN INSUFFLATORE DI GAS CO2 E DI INIETTORI DI PROPRIETA' DELLA ASL DI
PESCARA PER LE ESIGENZE DELLE UU.OO. DI RADIOLOGIA**

- Lotto3 (Tubo connettore monouso per iniettore Medrad Stellant+ Set di Trasferimento multipz) presentato dall'Azienda Elimed S.r.l., risulta pienamente compatibile con l'iniettore prodotto dalla BAYER, di proprietà di codesta azienda, per le esigenze del P.O. di Penne. Si precisa che il materiale di consumo oggetto del Lotto 3 è stato utilizzato su un altro iniettore Medrad BAYER presso la Radiologia del P.O. di Popoli senza nessuna problematica in merito.

Pescara, 17.04.2025

Il Direttore U.O.C. di Radiologia
Dott. Vincenzo Di Egidio

ASL PESCARA
Direttore del Dipartimento
dei Servizi Ospedalieri
Dott. Vincenzo D'EGIDIO