VERBALE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

RDO NUMERO 3767213 DEL 10/08/2023 PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA E), DEL D. LGS. NUMERO 36/2023, DELLA FORNITURA IN SERVICE GIORNALIERO DI UN SISTEMA AD ONDE D'URTO PER LA LITOTRISSIA EXTRACORPOREA TRASPORTABILE COMPLETO DI UN APPARECCHIO RADIOLOGICO ED ECOGRAFO.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 11 del mese di aprile, alle ore 9,00, presso la UOC Urologia dell'ASL di Pescara, si riunisce la Commissione tecnica di gara costituita per la valutazione delle offerte tecniche relative alla fornitura di cui in argomento, nominata con Delibera N. 329 del 27/02/2024.

Sono presenti:

Dott. Walter Fusco – UOC Urologia - (Presidente)

Dott. Giacinto Giuliano Di Pietrantonio – UOC Urologia - (Componente)

Ing. Dario Rinaldi – UOC Ingegneria Clinica - (Componente)

Premesso

Che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata nel miglior rapporto qualità/prezzo, art.108 del D. Lgs. numero 36/2023 sulla base di punteggi e di parametri idoneamente individuati;

Che per affidare la fornitura in epigrafe è stata indetta la RDO N° 3767213 su MEPA;

Che la gara è articolata in un unico lotto;

Accertato che

entro il termine stabilito risultano essere ammesse 3 (TRE) offerte;

Il Presidente della Commissione, verificata la presenza di tutti i componenti dichiara validamente aperta la seduta e, alle ore 9:10, apre la seduta riservata destinata alla valutazione della documentazione tecnica presentata.

La Commissione dà atto dell'assenza delle cause di incompatibilità e di astensione confermando i contenuti delle dichiarazioni già sottoscritte.

La Commissione, quindi, procede alla lettura degli atti di gara; preso atto del contenuto di tali documenti, in particolare di quanto disposto relativamente ai criteri di valutazione individuati nel capitolato speciale di gara, si procede attribuendo i punteggi come alla tabella in allegato, ed ivi motivati.

Si assegnano i seguenti punteggi tecnici:

• ALLIANCE MEDICAL TECHNOLOGIES SRL	80
• DORNIER MEDTECH ITALIA SRL	52,6
• STORZ MEDICAL	60,4

Al termine delle operazioni di gara, la Commissione dispone:

- di dare atto che costituisce parte integrale e sostanziale del presente verbale unico l'Allegato nr. 1, relativo alle griglie compilate con le valutazioni tecniche;
- di dare mandato al Presidente di trasmettere al RUP il presente verbale per gli adempimenti di competenza.

Alle ore 10.30, pertanto, il Presidente dichiara chiusa la seduta della Commissione.

Letto, confermato e sottoscritto,

Dott. Walter Fusco – UOC Urologia - (Presidente)

Dott. Giacinto Giuliano Di Pietrantonio – UOC Urologia - (Componente)

Ing. Dario Rinaldi – UOC Ingegneria Clinica - (Componente)

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPO	ALLIANCE	DORNIER	STORZ
Pressione massima focale superiore a 50 MPa	P	10 Pressione massima 126 MPa	4,2 Fino a 53 MPa	9,2 Pressione massima pari a 116 Mpa.
Energia regolabile su più di 6 livelli	P	10 60 livelli 20(f.A) + 20(f.B) + 20(f.C)	1,5 9 livelli	4,3 26 step di regolazione dell'energia.
Frequenza di erogazione della terapia superiore a 3 Hz	P	10 Frequenza regolabile da 1Hz fino a 6 Hz	5 Massimo 3 Hz	6,7 fino a 4 Hz
Profondità focale, misurata dal centro del fuoco al piano assiale passante per il bordo della testa terapeutica, superiore a 15 cm per permettere di trattare pazienti obesi	P	10 165 mm Centro focale	9,1 150 mm centro focale	9,1 Profondità focale da piano passante per il bordo della testa terapeutica al centro del fuoco pari a: 150mm.
Numero fuochi impostabili con relativi livelli di potenza	P	5 n. 3 fuochi con 20 livelli cad.	5 n. 3 fuochi	1,7 Unico fuoco 4x50 mm,
Elevata mobilità della testata terapeutica	D	10 elevata	10 elevata	10 elevata
Ampia superficie di accoppiamento membrana/paziente, superiore a 100 cmq	P	10 Massima superficie accoppiamento 570 cmq	2,7 Superficie 153,86 cmq	4,5 254 cmq
Livello di rumorosità inferiore a 80db (decibel) senza protezione acustica (massimo punteggio all'offerta con minore livello di rumorosità)	P	7,9 meno di 72 dB(A)	8 Medio 71 dB	7,8 Rumorosità pari 72,6 dB a livello testa paziente.
Possibilità di trattare pazienti con Induratio Penis Plastica (si/no)	T	7 SI con specifico supporto portapene o a mano libera	7 SI	7 SI
PUNTEGGIO TOTALE		79,9	52,5	60,3
TOTALE RIPARAMETRATO		80	52,6	60,4