



## Azienda Unità Sanitaria Locale Pescara

Via R. Paolini, 47 65124 Pescara

P.IVA 01397530682

Tel. 085-425.1 – www.ausl.pe.it

### VERBALE CONCLUSIVO VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE RELATIVE ALLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE ESIGENZE DELLA AUSL DI PESCARA CIG.6735218DB5

La Commissione , costituita dal Presidente dott. Vittorini Vincenzo e dai Componenti dott.ssa Miriam Carmen Di Staso e dott. Enzo Cafarelli, si è riunita con cadenza settimanale dal 15 dicembre, data di consegna della campionatura presso il P.O. di Popoli fino alla data del 11/05/2017.

In via prioritaria si è proceduto all'esame della documentazione tecnica presentate dalle singole ditte, e le risultanze ottenute sono elencate nelle tabelle allegate per singolo lotto:

#### LOTTO 1-DEFLUSSORE PER SOLUZIONI INFUSIONALI IN PVC

DITTA	GIUDIZIO	MOTIVO ESCLUSIONE
SANIC	IDONEO	
B.BRAUN	NON IDONEO/ESCLUSO	MANCANZA DICHIARAZIONE DIMENSIONI FILTRO ARIA
NACATUR	IDONEO	
CHEMIL	NON IDONEO/ESCLUSO	MANCA DICHIARAZIONE PUNTO DI ACCESSO NEEDLE FREE-DIMENSIONI FILTRO ARIA
CLINILAB	NON IDONEO/ESCLUSO	SULL'ETICHETTA NON VIENE RIPORTATO REF
BIOLENA	IDONEO	
FARMAC-ZABBAN	IDONEO	
RAYS	IDONEO	
ADRIAMED	IDONEO	
CARE FUSION	IDONEO	
BAXTER	NON IDONEO/ESCLUSO	MANCA DICHIARAZIONE PRESENZA FILTRO SOLUZIONE

U.O. CHIRURGIA POPOLI  
dott. Vincenzo VITTORINI  
M.L. ...

*Enzo Cafarelli*

ASL PESCARA  
Dr.ssa Miriam Carmen Di STASO  
Farmacista Dirigente Responsabile  
U.O. FARMACIA OSPEDALIERA  
P.O. POPOLI (PE)

TAU MEDICA	NON IDONEO	MANCA DICHIARAZIONE DIMENSIONI FILTRO ARIA
SBM	IDONEO	
BERTONI NELLO	NON IDONEO	DIMENSIONI FILTRO ARIA DICHIARATE NON CONFORMI AI PARAMETRI DI CAPITOLATO
PACO	IDONEO	
SATO	NON IDONEO	REF DICHIARATO IN SCHEDA TECNICA NON COERENTE CON REF PRESENTE SULL'ETICHETTA
CODISAN	NON IDONEO	I CAMPIONI PRESENTATI NON HANNO ACCESSO NEEDLE FREE
FASE	NON IDONEO	SULL'ETICHETTA DEL CAMPIONE NON E' RIPORTATO IL REF
BENEFIS	NON IDONEO	IL CALIBRO DEL TUBO E' INFERIORE A QUELLO DEL CAPITOLATO

**LOTTO 2-DEFLUSSORE CON REGOLATORE DI FLUSSO DI PRECISIONE**

DITTA	GIUDIZIO	MOTIVO ESCLUSIONE
NACATUR	IDONEO	
SANIC	IDONEO	
BERTONI NELLO	IDONEO	
SBM	NON IDONEO	NON VIENE DICHIARATO SE IL SISTEMA E' MACROGOCCIA
BIOLENA	IDONEO	
FARMAC E ZABBAN	IDONEO	
CARE FUSION	IDONEO	
ADRIAMED	IDONEO	
TAU MEDICA	NON IDONEO	NON VIENE DICHIARATO SE IL SISTEMA E' MACROGOCCIA
SOFAR	NON IDONEO	MANCA LA DOPPIA SCALA ED IL PUNTO DI ACCESSO NEEDLE FREE
B.BRAUN	NON IDONEO	MANCA LA DOPPIA SCALA-IL REGOLATORE DI FLUSSO HA UN RANGE DI VELOCITA' 10/250 ML
BENEFIS	NON IDONEO	IL CALIBRO DEL TUBO E' INFERIORE ALLE MISURE INDICATE NEL CAPITOLATO
PACO	IDONEO	



CARE FUSION	NON IDONEO	MANCA LA DICHIARAZIONE DI RIDOTTO SPAZIO MORTO
TAU MEDICA	NON IDONEO	MANCA LA DICHIARAZIONE DI RIDOTTO SPAZIO MORTO E PRESSIONE NEUTRA
BENEFIS	NON IDONEO	DICHIARATA LA PRESSIONE POSITIVA INVECE CHE NEUTRA
CAIR ITALIA	IDONEO	

**LOTTO 5-SET PER ASPIRAZIONE CHIRURGICA**

DITTA	GIUDIZIO	MOTIVO ESCLUSIONE
DIEMME	IDONEO	
MEDTRONIC	NON IDONEO	IN SCHEDA TECNICA VIENE INDICATA SOLO LA MISURA DA 16 CM E NON QUELLA DA 24 COME PREVISTO DAL CAPITOLATO
SANIC	IDONEO	
BIOLENA	IDONEO	
ID E CO	IDONEO	

**LOTTO 6-CANNULA PER ASPIRAZIONE CHIRURGICA YANKAUER**

DITTA	GIUDIZIO	MOTIVO ESCLUSIONE
BENEFIS	IDONEO	
BIOLENA	IDONEO	
SANIC	IDONEO	
ID E CO	IDONEO	
MEDTRONIC	NON IDONEO	IN SCHEDA TECNICA VIENE INDICATA SOLO LA MISURA DA 16 CM E NON QUELLA DA 24 COME PREVISTO DAL CAPITOLATO
DIEMME	IDONEO	

**LOTTO 7-GUANTI CHIRURGICI SENZA POLVERE IN POLISOPRENE CON RIVESTIMENTO INTERNO SINTETICO**

DITTA	GIUDIZIO	MOTIVO ESCLUSIONE
CODISAN	NON IDONEO	MANCA DICHIARAZIONE PRESENZA GRIP
MEDILINE	IDONEO	
LOHMANN	NON IDONEO	MANCA DICHIARAZIONE PRESENZA GRIP
BERICA HYGIENE	NON IDONEO	MANCA DICHIARAZIONE PRESENZA GRIP

ASL PUGLIA  
U.O. CHIRURGIA  
Dott. Vincenzo  
Mar. 76041

F. Ch.

Dr.ssa Miriam  
Farmacia Dir. g.  
U.O. FARMACIA OSPEDALIERA  
P.O. POPOLI (PE)

NACATUR	NON IDONEO	MANCA DICHIARAZIONE PRESENZA GRIP
CLINILAB	IDONEO	
CHEMIL	IDONEO	
FARMAC E ZABBAN	IDONEO	
MOLNLYKE	IDONEO	
MEDTRONIC	NON IDONEO	GUANTI IN POLICLOROPRENE(NEOPRENE)MATERIALE NON RICHIESTO

**LOTTO 8**

**REVOCATO CON PROVVEDIMENTO 334/ABS/2017**

**LOTTO 9-COLLARE CERVICALE MORBIDO IN ROTOLO**

DITTA	GIUDIZIO	MOTIVO ESCLUSIONE
DASER	IDONEO	
BSN	IDONEO	
FASE	IDONEO	

**LOTTO 10-PEZZE LAPAROTOMICHE,COMPRESSE,TAMPONI CON FILO RADIOPACO IN TNT STERILE PER USO CHIRURGICO**

DITTA	GIUDIZIO	MOTIVO ESCLUSIONE
LUIGI SALVADORI	IDONEO	
SANTEX	IDONEO	
MOLNLYKE	IDONEO	

**LOTTO 11-CUSTOM PACK PER CATETERISMO VESCICALE A CIRCUITO CHIUSO A MEDIA/LUNGA PERMANENZA**

DITTA	GIUDIZIO	MOTIVO ESCLUSIONE
TELEFLEX	IDONEO	

**LOTTO 12- CUSTOM PACK PER CATETERISMO VESCICALE A CIRCUITO CHIUSO A BREVE PERMANENZA**

DITTA	GIUDIZIO	MOTIVO ESCLUSIONE
TELEFLEX	IDONEO	

**LOTTO 13-GEL LUBRIFICANTE**

ASL PESCARA  
U.O. CHIRURGIA POPOLI  
Dott. Vincenzo  
N. 117 700-1 C.O.S.

*Fuò ch*

ASL PESCARA  
Dr.ssa Miriam Carrozzini Di STASO  
Farmacista Dirigente Responsabile  
U.O. FARMACIA OSPEDALIERA  
P.O. POPOLI (PE)

DITTA	GIUDIZIO	MOTIVO ESCLUSIONE
TELEFLEX	IDONEO	
SANIC	IDONEO	

**LOTTO 14-MANDRINO PER INTUBAZIONE**

DITTA	GIUDIZIO	MOTIVO ESCLUSIONE
TELEFLEX	IDONEO	
SANIC	IDONEO	

Per le ditte risultate idonee si è proceduto alla valutazione della campionatura presentata secondo il metodo del confronto a coppia sulla base della scala semantica e della matrice triangolare.

Per i lotti 11 E 12 non si è proceduto alla valutazione della campionatura in quanto ha formulato offerta unica ditta, mentre per i lotti 13 e 14 la mancata valutazione è stata indotta da quanto previsto dal capitolato tecnico ovvero di procedere alla sola idoneità.

Si allegano, pertanto, alla presente le risultanze per singolo lotto secondo le modalità previste dal capitolato stesso.

Popoli 15-05-2017

ASL PESCARA  
U.O. SPEDIZIONE POPOLI  
Dott. Vincenzo VITTORINI  
Mar. 70041 c.d.c. A04C20C00

SM20  
Cofel.

ASL PESCARA  
Dott.ssa Miriam Carmen DI STASO  
Farmacista Dirigente Responsabile  
U.O. FARMACIA OSPEDALIERA  
P.O. POPOLI (PE)

LOTTO 3-DEFUSSORE PER SOLUZIONE INFUSIONALE IN PVC								
FINITURA DEI MATERIALI								
BIOLINA 5 (COEFF.1 E PUNT.20)	ADRIAMED 5	NACATUR 5	FARMAC E ZABBAN 5	PACOS 5	RAYS 5	CARE FUSION 5	SANIC 5	SBM 5
	ADRIAMED 5 (COEFF.1 E PUNT.20)	NACATUR 5	FARMAC E ZABBAN 5	PACOS 5	RAYS 5	CARE FUSION 5	SANIC 5	SBM 5
		NACATUR 5 (COEFF.1 E PUNT.20)	FARMAC E ZABBAN 5	PACOS 5	RAYSS 5	CARE FUSION 5	SANICS 5	SBM 5
			FARMAC E ZABBAN 5 (COEFF.1 E PUNT.20)	PACOS 5	RAYSS 5	CARE FUSION 5	SANICS 5	SBM 5
				PACOS 5 (COEFF.1 E PUNT.20)	RAYSS 5	CARE FUSION 5	SANICS 5	SBM 5
					RAYSS 5 (COEFF.1 E PUNT.20)	CARE FUSION 5	SANICS 5	SBM 5
						CARE FUSION 5 (COEFF.1 E PUNT.20)	SANICS 5	SBM 5
							SANICS 5 (COEFF.1 E PUNT.20)	SBM 5 (COEFF.1 E PUNT.20)

QUALITA' COSTRUTTIVA E MANEGGEVOLEZZA								
BIOLINA 5 (COEFF.0,85 PUNTEGGIO 17)	ADRIAMED 4 PER LA DIFFICOLTA' DI SCORREVOLEZZA DEL ROLLER	NACATUR 4 PER LA DIFFICOLTA' DI SCORREVOLEZZA DEL ROLLER	FARMAC E ZABBAN 5 PER SCORREVOLEZZA PIU FLUIDA DEL ROLLER	PACO 5 PER SCORREVOLEZZA PIU FLUIDA DEL ROLLER	RAYS 5 PER SCORREVOLEZZA PIU FLUIDA DEL ROLLER	CARE FUSION 4 PER DIFFICOLTA' DI SCORREVOLEZZA DEL ROLLER	SANIC 5 PER SCORREVOLEZZA PIU FLUIDA DEL ROLLER	SBM 3 PER SCARSA SCORREVOLEZZA DEL ROLLER
	ADRIAMED 5 PER LA DIFFICOLTA' DI SCORREVOLEZZA DEL ROLLER (COEFF.0,76 PUNTEGGIO 15,2)	NACATUR 4 PER LA DIFFICOLTA' DI SCORREVOLEZZA DEL ROLLER	FARMAC E ZABBAN 6 PER SCORREVOLEZZA PIU FLUIDA DEL ROLLER	PACO 6 PER SCORREVOLEZZA PIU FLUIDA DEL ROLLER	RAYS 6 PER SCORREVOLEZZA PIU FLUIDA DEL ROLLER	CARE FUSION 4 PER DIFFICOLTA' DI SCORREVOLEZZA DEL ROLLER	SANIC 6 PER SCORREVOLEZZA PIU FLUIDA DEL ROLLER	SBM 3 PER SCARSA SCORREVOLEZZA DEL ROLLER
		NACATUR 5 PER LA DIFFICOLTA' DI SCORREVOLEZZA DEL ROLLER (COEFF.0,73 PUNTEGGIO 14,6)	FARMAC E ZABBAN 6 PER SCORREVOLEZZA PIU FLUIDA DEL ROLLER	PACO 6 PER SCORREVOLEZZA PIU FLUIDA DEL ROLLER	RAYS 6 PER SCORREVOLEZZA PIU FLUIDA DEL ROLLER	CARE FUSION 4 PER DIFFICOLTA' DI SCORREVOLEZZA DEL ROLLER	SANIC 6 PER SCORREVOLEZZA PIU FLUIDA DEL ROLLER	SBM 3 PER SCARSA SCORREVOLEZZA DEL ROLLER
			FARMAC E ZABBAN 5 PER SCORREVOLEZZA PIU FLUIDA DEL ROLLER (COEFF.0,93 PUNTEGGIO 18,6)	PACO 5 PER SCORREVOLEZZA PIU FLUIDA DEL ROLLER	RAYS 6 PER SCORREVOLEZZA PIU FLUIDA DEL ROLLER	CARE FUSION 4 PER DIFFICOLTA' DI SCORREVOLEZZA DEL ROLLER	SANIC 6 PER SCORREVOLEZZA PIU FLUIDA DEL ROLLER	SBM 3 PER SCARSA SCORREVOLEZZA DEL ROLLER
				PACO 5 PER SCORREVOLEZZA PIU FLUIDA DEL ROLLER (COEFF.0,91 PUNTEGGIO 18,2)	RAYS 6 PER SCORREVOLEZZA PIU FLUIDA DEL ROLLER	CARE FUSION 4 PER DIFFICOLTA' DI SCORREVOLEZZA DEL ROLLER	SANIC 6 PER SCORREVOLEZZA PIU FLUIDA DEL ROLLER	SBM 3 PER SCARSA SCORREVOLEZZA DEL ROLLER
					RAYS 6 PER SCORREVOLEZZA PIU FLUIDA DEL ROLLER (COEFF.0,99 PUNTEGGIO 19,8)	CARE FUSION 4 PER DIFFICOLTA' DI SCORREVOLEZZA DEL ROLLER	SANIC 6 PER SCORREVOLEZZA PIU FLUIDA DEL ROLLER	SBM 3 PER SCARSA SCORREVOLEZZA DEL ROLLER
						CARE FUSION 4 PER DIFFICOLTA' DI SCORREVOLEZZA DEL ROLLER (COEFF.0,68 PUNTEGGIO 13,6)	SANIC 6 PER SCORREVOLEZZA PIU FLUIDA DEL ROLLER	SBM 3 PER SCARSA SCORREVOLEZZA DEL ROLLER
							SANIC 6 PER SCORREVOLEZZA PIU FLUIDA DEL ROLLER (COEFF.1 PUNTEGGIO 20)	SBM 3 PER SCARSA SCORREVOLEZZA DEL ROLLER (COEFF.0,51 PUNTEGGIO 10,2)

**ASL PESCARA**  
 U.O. CHIRURGIA POPOLI  
 Dott. Vincenzo VITTORINI  
 Matr. 76041 c.c.c. AD4C20C00

**ASL PESCARA**  
 Dr.ssa Miriam Curioni di STASO  
 Farmacista Delegata Responsabile  
 U.O. FARMACIA OSPEDALIERA  
 R.O. POPOLI (PE)

LOTTO 1-DEFUSSORE PER SOLUZIONE INFUSIONALE IN PVC

QUALITA' COSTRUTTIVA E SICUREZZA PER IL PAZIENTE							
BIOLINA 5 PER LA PRESENZA DEL TAPPINO SULL'ACCESSO NEEDLE FREE (5 COEFF.1 PUNTEGGIO 30)	ADRIAMED 4 PER L'ASSENZA DEL TAPPINO SULL'ACCESSO NEEDLE FREE	NACATUR 5 PER LA PRESENZA DEL TAPPINO SULL'ACCESSO NEEDLE FREE	FARMAC E ZABBAN 4 PER L'ASSENZA DEL TAPPINO SULL'ACCESSO NEEDLE FREE	PACO 4 PER L'ASSENZA DEL TAPPINO SULL'ACCESSO NEEDLE FREE	RAYS 4 PER L'ASSENZA DEL TAPPINO SULL'ACCESSO NEEDLE FREE	CARE FUSION 4 PER L'ASSENZA DEL TAPPINO SULL'ACCESSO NEEDLE FREE	SBM 4 PER L'ASSENZA DEL TAPPINO SULL'ACCESSO NEEDLE FREE
	ADRIAMED 4 PER L'ASSENZA DEL TAPPINO SULL'ACCESSO NEEDLE FREE(4 COEFF.0,8 PUNTEGGIO 24)	NACATUR 5 PER LA PRESENZA DEL TAPPINO SULL'ACCESSO NEEDLE FREE	FARMAC E ZABBAN 4 PER L'ASSENZA DEL TAPPINO SULL'ACCESSO NEEDLE FREE	PACO 4 PER L'ASSENZA DEL TAPPINO SULL'ACCESSO NEEDLE FREE	RAYS 4 PER L'ASSENZA DEL TAPPINO SULL'ACCESSO NEEDLE FREE	CARE FUSION 4 PER L'ASSENZA DEL TAPPINO SULL'ACCESSO NEEDLE FREE	SBM 4 PER L'ASSENZA DEL TAPPINO SULL'ACCESSO NEEDLE FREE
		NACATUR 5 PER LA PRESENZA DEL TAPPINO SULL'ACCESSO NEEDLE FREE(5 COEFF.1 PUNTEGGIO 30)	FARMAC E ZABBAN 4 PER L'ASSENZA DEL TAPPINO SULL'ACCESSO NEEDLE FREE	PACO 4 PER L'ASSENZA DEL TAPPINO SULL'ACCESSO NEEDLE FREE	RAYS 4 PER L'ASSENZA DEL TAPPINO SULL'ACCESSO NEEDLE FREE	CARE FUSION 4 PER L'ASSENZA DEL TAPPINO SULL'ACCESSO NEEDLE FREE	SBM 4 PER L'ASSENZA DEL TAPPINO SULL'ACCESSO NEEDLE FREE
			FARMAC E ZABBAN 4 PER L'ASSENZA DEL TAPPINO SULL'ACCESSO NEEDLE FREE (4 COEFF.0,8 PUNTEGGIO 24)	PACO 4 PER L'ASSENZA DEL TAPPINO SULL'ACCESSO NEEDLE FREE	RAYS 4 PER L'ASSENZA DEL TAPPINO SULL'ACCESSO NEEDLE FREE	CARE FUSION 4 PER L'ASSENZA DEL TAPPINO SULL'ACCESSO NEEDLE FREE	SBM 4 PER L'ASSENZA DEL TAPPINO SULL'ACCESSO NEEDLE FREE
				PACO 4 PER L'ASSENZA DEL TAPPINO SULL'ACCESSO NEEDLE FREE(4 COEFF.0,8 PUNTEGGIO 24)	RAYS 4 PER L'ASSENZA DEL TAPPINO SULL'ACCESSO NEEDLE FREE	CARE FUSION 4 PER L'ASSENZA DEL TAPPINO SULL'ACCESSO NEEDLE FREE	SBM 4 PER L'ASSENZA DEL TAPPINO SULL'ACCESSO NEEDLE FREE
					RAYS 4 PER L'ASSENZA DEL TAPPINO SULL'ACCESSO NEEDLE FREE(4 COEFF.0,8 PUNTEGGIO 24)	CARE FUSION 4 PER L'ASSENZA DEL TAPPINO SULL'ACCESSO NEEDLE FREE	SBM 4 PER L'ASSENZA DEL TAPPINO SULL'ACCESSO NEEDLE FREE
						CARE FUSION 4 PER L'ASSENZA DEL TAPPINO SULL'ACCESSO NEEDLE FREE (4 COEFF.0,8 PUNTEGGIO 24)	SBM 4 PER L'ASSENZA DEL TAPPINO SULL'ACCESSO NEEDLE FREE
							SBM 4 PER L'ASSENZA DEL TAPPINO SULL'ACCESSO NEEDLE FREE(4 COEFF.0,8 PUNTEGGIO 24)

PUNTEGGIO TOTALE								
BIOLINA 67	ADRIAMED 59,2	NACATUR 64,6	FARMAC E ZABBAN 62,6	PACO 62,2	RAYS 63,8	CARE FUSION 57,6	SANIC 70	SBM 54,2

chi

ASL PESCARA  
U.O. CHIRURGIA POPOLI  
Dott. Vincenzo VITTORINI  
Matr. 76041 d.d. ADM2800

ASL PESCARA  
Dr.ssa Miriam Carroli DI STASO  
Farmacista Dirigente Responsabile  
U.O. FARMACIA OSPEDALIERA  
P.O. POPOLI (PE)



LOTTO 2-DEFUSSORE CON REGOLATORE DI FLUSSO DI PRESSIONE								
FINITURA DEI MATERIALI								
BIOLINA 5 (COEFF.1 PUNTEGGIO 20)	ADRIAMED 5	NACATUR 5	BERTONI NELLO 5	SANIC 5	EUROSPITAL 5	PACO 5	FARMAC E ZABBAN 5	CARE FUSION 5
	ADRIAMED 5 (COEFF.1 PUNTEGGIO 20)	NACATUR 5	BERTONI NELLO 5	SANIC 5	EUROSPITAL 5	PACO 5	FARMAC E ZABBAN 5	CARE FUSION 5
		NACATUR 5 (COEFF.1 PUNTEGGIO 20)	BERTONI NELLO 5	SANIC 5	EUROSPITAL 5	PACO 5	FARMAC E ZABBAN 5	CARE FUSION 5
			BERTONI NELLO 5 (COEFF.1 PUNTEGGIO 20)	SANIC 5	EUROSPITAL 5	PACO 5	FARMAC E ZABBAN 5	CARE FUSION 5
				SANIC 5 (COEFF.1 PUNTEGGIO 20)	EUROSPITAL 5	PACO 5	FARMAC E ZABBAN 5	CARE FUSION 5
					EUROSPITAL 5 (COEFF.1 PUNTEGGIO 20)	PACO 5	FARMAC E ZABBAN 5	CARE FUSION 5
						PACO 5 (COEFF.1 PUNTEGGIO 20)	FARMAC E ZABBAN 5	CARE FUSION 5
							FARMAC E ZABBAN 5 (COEFF.1 PUNTEGGIO 20)	CARE FUSION 5 (COEFF.1 PUNTEGGIO 20)

QUALITA' COSTRUTTIVA E MANEGGEVOLEZZA								
BIOLINA 5 PER LA FLUIDA SCORREVOLEZZA DEL ROLLER (COEFF.0,83 PUNT 16,6)	ADRIAMED 4 PER LA DIFFICOLTÀ DI SCORREVOLEZZA DEL ROLLER	NACATUR 4 PER LA DIFFICOLTÀ DI SCORREVOLEZZA DEL ROLLER	BERTONI NELLO 6 PER PRESENZA DI MECCANISMO APRI CHIUDI	SANIC 5 PER LA FLUIDA SCORREVOLEZZA DEL ROLLER	EUROSPITAL 5 PER LA FLUIDA SCORREVOLEZZA DEL ROLLER	PACO 6 PER PRESENZA DI MECCANISMO APRI CHIUDI	FARMAC E ZABBAN 6 PER PRESENZA DI MECCANISMO APRI CHIUDI	CARE FUSION 5 PER SCORREVOLEZZA ROLLER
	ADRIAMED 4 PER LA DIFFICOLTÀ DI SCORREVOLEZZA DEL ROLLER (COEFF.0,66 PUNTEGGIO 13,2)	NACATUR 4 PER LA DIFFICOLTÀ DI SCORREVOLEZZA DEL ROLLER	BERTONI NELLO 6 PER PRESENZA DI MECCANISMO APRI CHIUDI	SANIC 5 PER LA FLUIDA SCORREVOLEZZA DEL ROLLER	EUROSPITAL 5 PER LA FLUIDA SCORREVOLEZZA DEL ROLLER	PACO 6 PER PRESENZA DI MECCANISMO APRI CHIUDI	FARMAC E ZABBAN 6 PER PRESENZA DI MECCANISMO APRI CHIUDI	CARE FUSION 5 PER SCORREVOLEZZA ROLLER
		NACATUR 4 PER LA DIFFICOLTÀ DI SCORREVOLEZZA DEL ROLLER (COEFF.0,6 PUNTEGGIO 13,2)	BERTONI NELLO 6 PER PRESENZA DI MECCANISMO APRI CHIUDI	SANIC 5 PER LA FLUIDA SCORREVOLEZZA DEL ROLLER	EUROSPITAL 5 PER LA FLUIDA SCORREVOLEZZA DEL ROLLER	PACO 6 PER PRESENZA DI MECCANISMO APRI CHIUDI	FARMAC E ZABBAN 6 PER PRESENZA DI MECCANISMO APRI CHIUDI	CARE FUSION 5 PER SCORREVOLEZZA ROLLER
			BERTONI NELLO 6 PER PRESENZA DI MECCANISMO APRI CHIUDI (COEFF.1 PUNTEGGIO 20)	SANIC 5 PER LA FLUIDA SCORREVOLEZZA DEL ROLLER	EUROSPITAL 5 PER LA FLUIDA SCORREVOLEZZA DEL ROLLER	PACO 6 PER PRESENZA DI MECCANISMO APRI CHIUDI	FARMAC E ZABBAN 6 PER PRESENZA DI MECCANISMO APRI CHIUDI	CARE FUSION 5 PER SCORREVOLEZZA ROLLER
				SANIC 5 PER LA FLUIDA SCORREVOLEZZA DEL ROLLER (COEFF.0,83 PUNT 16,6)	EUROSPITAL 5 PER LA FLUIDA SCORREVOLEZZA DEL ROLLER	PACO 6 PER PRESENZA DI MECCANISMO APRI CHIUDI	FARMAC E ZABBAN 6 PER PRESENZA DI MECCANISMO APRI CHIUDI	CARE FUSION 5 PER SCORREVOLEZZA ROLLER
					EUROSPITAL 5 PER LA FLUIDA SCORREVOLEZZA DEL ROLLER (COEFF.0,83 PUNT 16,6)	PACO 6 PER PRESENZA DI MECCANISMO APRI CHIUDI	FARMAC E ZABBAN 6 PER PRESENZA DI MECCANISMO APRI CHIUDI	CARE FUSION 5 PER SCORREVOLEZZA ROLLER
						PACO 6 PER PRESENZA DI MECCANISMO APRI CHIUDI (COEFF.1 PUNTEGGIO 20)	FARMAC E ZABBAN 6 PER PRESENZA DI MECCANISMO APRI CHIUDI	CARE FUSION 5 PER SCORREVOLEZZA ROLLER
							FARMAC E ZABBAN 6 PER PRESENZA DI MECCANISMO APRI CHIUDI (COEFF.1 PUNTEGGIO 20)	CARE FUSION 5 PER SCORREVOLEZZA ROLLER(COEFF.0,83 PUNT 16,6)

27

ASL PESCARA  
U.O. CHIRURGIA POPOLI  
Dott. Vincenzo VITTORINI  
Strada 76041 e.p.c. A04C20C09

ASL PESCARA  
Dr.ssa Miriam Caporin DI STASO  
Farmacista Designata Responsabile  
U.O. FARMACIA OSPEDALIERA  
P.O. POPOLI (PE)

LOTTO 2-DEFLUSSORE CON REGOLATORE DI FLUSSO DI PRECISIONE

QUALITA' COSTRUTTIVA E SICUREZZA PER IL PAZIENTE								
BIOLINA 5 PER LA PRESENZA DEI 3 PARAMETRI EVIDENZIATI (COEFF.1 PUNTEGGIO 30)	ADRIAMED 4 PER ASSENZA TAPPINO NEEDLE FREE	NACATUR 3 PER PRESENZA TAPPINO ACCESSO NEEDLE FREE* DOPPIA SCALA NON CHIARA VISIVAMENTE A CAUSA DEL MONOCOLORE *INDICATORE DI VELOCITA' DI FLUSSO NON EVIDENZIATO CROMATICAMENTE RIPETTO ALLE SCANALATURE STRUTTURALI	BERTONI NELLO4 PER ASSENZA TAPPINO NEEDLE FREE	SANIC 5 PER PRESENZA TAPPINO ACCESSO NEEDLE FREE* DOPPIA SCALA CHIARA VISIVAMENTE *INDICATORE DI VELOCITA' FACILMENTE VISUALIZZABILE	EUROSPITAL 5 PER PRESENZA TAPPINO ACCESSO NEEDLE FREE* DOPPIA SCALA CHIARA VISIVAMENTE*INDICATORE DI VELOCITA' FACILMENTE VISUALIZZABILE	PACD 4 PER ASSENZA TAPPINO ACCESSO NEEDLE FREE* DOPPIA SCALA CHIARA VISIVAMENTE *INDICATORE DI VELOCITA' FACILMENTE VISUALIZZABILE	FARMAC E ZABBAN 3*ASSENZA TAPPINO ACCESSO NEEDLE FREE*DIFFICOLTA' DI LETTURA DELLA SCALA AL 40% PER LE PICCOLISSIME DIMENSIONI DEI CARATTERI SUL FONDO BLU*INDICATORE DI VELOCITA' FACILMENTE VISUALIZZABILE	CARE FUSION 3 PER ASSENZA TAPPINO ACCESSO NEEDLE FREE *DOPPIA SCALA DI DIFFICILE LETTURA PER LA GRAFICA NUMERICA UTILIZZATA*CHIAREZZA VISIVA INDICATORE REGOLABILE VELOCITA' DI FLUSSO
	ADRIAMED 4 PER ASSENZA TAPPINO NEEDLE FREE (COEFF.0,8 PUNTEGGIO 24)	NACATUR 3 PER PRESENZA TAPPINO ACCESSO NEEDLE FREE* DOPPIA SCALA NON CHIARA VISIVAMENTE A CAUSA DEL MONOCOLORE *INDICATORE DI VELOCITA' DI FLUSSO NON EVIDENZIATO CROMATICAMENTE RIPETTO ALLE SCANALATURE STRUTTURALI	BERTONI NELLO4 PER ASSENZA TAPPINO NEEDLE FREE	SANIC 5 PER PRESENZA TAPPINO ACCESSO NEEDLE FREE* DOPPIA SCALA CHIARA VISIVAMENTE *INDICATORE DI VELOCITA' FACILMENTE VISUALIZZABILE	EUROSPITAL 5 PER PRESENZA TAPPINO ACCESSO NEEDLE FREE* DOPPIA SCALA CHIARA VISIVAMENTE*INDICATORE DI VELOCITA' FACILMENTE VISUALIZZABILE	PACD 4 PER ASSENZA TAPPINO ACCESSO NEEDLE FREE* DOPPIA SCALA CHIARA VISIVAMENTE *INDICATORE DI VELOCITA' FACILMENTE VISUALIZZABILE	FARMAC E ZABBAN 3*ASSENZA TAPPINO ACCESSO NEEDLE FREE*DIFFICOLTA' DI LETTURA DELLA SCALA AL 40% PER LE PICCOLISSIME DIMENSIONI DEI CARATTERI SUL FONDO BLU*INDICATORE DI VELOCITA' FACILMENTE VISUALIZZABILE	CARE FUSION 3 PER ASSENZA TAPPINO ACCESSO NEEDLE FREE *DOPPIA SCALA DI DIFFICILE LETTURA PER LA GRAFICA NUMERICA UTILIZZATA*CHIAREZZA VISIVA INDICATORE REGOLABILE VELOCITA' DI FLUSSO
		NACATUR 3 PER PRESENZA TAPPINO ACCESSO NEEDLE FREE* DOPPIA SCALA NON CHIARA VISIVAMENTE A CAUSA DEL MONOCOLORE *INDICATORE DI VELOCITA' DI FLUSSO NON EVIDENZIATO CROMATICAMENTE RIPETTO ALLE SCANALATURE STRUTTURALI (COEFF.0,6 PUNTEGGIO 18)	BERTONI NELLO4 PER ASSENZA TAPPINO NEEDLE FREE	SANIC 5 PER PRESENZA TAPPINO ACCESSO NEEDLE FREE* DOPPIA SCALA CHIARA VISIVAMENTE *INDICATORE DI VELOCITA' FACILMENTE VISUALIZZABILE	EUROSPITAL 5 PER PRESENZA TAPPINO ACCESSO NEEDLE FREE* DOPPIA SCALA CHIARA VISIVAMENTE*INDICATORE DI VELOCITA' FACILMENTE VISUALIZZABILE	PACD 4 PER ASSENZA TAPPINO ACCESSO NEEDLE FREE* DOPPIA SCALA CHIARA VISIVAMENTE *INDICATORE DI VELOCITA' FACILMENTE VISUALIZZABILE	FARMAC E ZABBAN 3*ASSENZA TAPPINO ACCESSO NEEDLE FREE*DIFFICOLTA' DI LETTURA DELLA SCALA AL 40% PER LE PICCOLISSIME DIMENSIONI DEI CARATTERI SUL FONDO BLU*INDICATORE DI VELOCITA' FACILMENTE VISUALIZZABILE	CARE FUSION 3 PER ASSENZA TAPPINO ACCESSO NEEDLE FREE *DOPPIA SCALA DI DIFFICILE LETTURA PER LA GRAFICA NUMERICA UTILIZZATA*CHIAREZZA VISIVA INDICATORE REGOLABILE VELOCITA' DI FLUSSO
			BERTONI NELLO4 PER ASSENZA TAPPINO NEEDLE FREE (COEFF.0,8 PUNTEGGIO 24)	SANIC 5 PER PRESENZA TAPPINO ACCESSO NEEDLE FREE* DOPPIA SCALA CHIARA VISIVAMENTE *INDICATORE DI VELOCITA' FACILMENTE VISUALIZZABILE	EUROSPITAL 5 PER PRESENZA TAPPINO ACCESSO NEEDLE FREE* DOPPIA SCALA CHIARA VISIVAMENTE*INDICATORE DI VELOCITA' FACILMENTE VISUALIZZABILE	PACD 4 PER ASSENZA TAPPINO ACCESSO NEEDLE FREE* DOPPIA SCALA CHIARA VISIVAMENTE *INDICATORE DI VELOCITA' FACILMENTE VISUALIZZABILE	FARMAC E ZABBAN 3*ASSENZA TAPPINO ACCESSO NEEDLE FREE*DIFFICOLTA' DI LETTURA DELLA SCALA AL 40% PER LE PICCOLISSIME DIMENSIONI DEI CARATTERI SUL FONDO BLU*INDICATORE DI VELOCITA' FACILMENTE VISUALIZZABILE	CARE FUSION 3 PER ASSENZA TAPPINO ACCESSO NEEDLE FREE *DOPPIA SCALA DI DIFFICILE LETTURA PER LA GRAFICA NUMERICA UTILIZZATA*CHIAREZZA VISIVA INDICATORE REGOLABILE VELOCITA' DI FLUSSO

ew

ASL PESCARA  
U.O. CHIRURGIA POPOLI  
Dott. Vincenzo VITTORINI  
Mail: 76041 @ c. ADIC20C00

ASL PESCARA  
Dott. Miriam Carrara di STASO  
Farmacista Dipendente Responsabile  
U.O. FARMACIA OSPEDALIERA  
P.O. POPOLI (PE)

LOTTO 2-DEFUSSORE CON REGOLATORE DI FLUSSO DI PRECISIONE

SANIC 5 PER PRESENZA TAPPINO ACCESSO NEEDLE FREE*DOPIA SCALA CHIARA VISIVAMENTE *INDICATORE DI VELOCITA' FACILMENTE VISUALIZZABILE (COEFF.1 PUNTEGGIO 30)	EUROSPITAL 5 PER PRESENZA TAPPINO ACCESSO NEEDLE FREE*DOPIA SCALA CHIARA VISIVAMENTE*INDICATORE DI VELOCITA' FACILMENTE VISUALIZZABILE	PACO 4 PER ASSENZA TAPPINO ACCESSO NEEDLE FREE*DOPIA SCALA CHIARA VISIVAMENTE *INDICATORE DI VELOCITA' FACILMENTE VISUALIZZABILE	FARMAC E ZABBAN 3*ASSENZA TAPPINO ACCESSO NEEDLE FREE*DIFFICOLTA' DI LETTURA DELLA SCALA AL 40% PER LE PICCOLISSIME DIMENSIONI DEI CARATTERI SUL FONDO BLU*INDICATORE DI VELOCITA' FACILMENTE VISUALIZZABILE	CARE FUSION 3 PER ASSENZA TAPPINO ACCESSO NEEDLE FREE *DOPIA SCALA DI DIFFICILE LETTURA PER LA GRAFICA NUMERICA UTILIZZATA*CHAREZZA VISIVA INDICATORE REGOLABILE VELOCITA' DI FLUSSO
	EUROSPITAL 5 PER PRESENZA TAPPINO ACCESSO NEEDLE FREE*DOPIA SCALA CHIARA VISIVAMENTE*INDICATORE DI VELOCITA' FACILMENTE VISUALIZZABILE (COEFF.1 PUNTEGGIO 30)	PACO 4 PER ASSENZA TAPPINO ACCESSO NEEDLE FREE*DOPIA SCALA CHIARA VISIVAMENTE *INDICATORE DI VELOCITA' FACILMENTE VISUALIZZABILE	FARMAC E ZABBAN 3*ASSENZA TAPPINO ACCESSO NEEDLE FREE*DIFFICOLTA' DI LETTURA DELLA SCALA AL 40% PER LE PICCOLISSIME DIMENSIONI DEI CARATTERI SUL FONDO BLU*INDICATORE DI VELOCITA' FACILMENTE VISUALIZZABILE	CARE FUSION 3 PER ASSENZA TAPPINO ACCESSO NEEDLE FREE *DOPIA SCALA DI DIFFICILE LETTURA PER LA GRAFICA NUMERICA UTILIZZATA*CHAREZZA VISIVA INDICATORE REGOLABILE VELOCITA' DI FLUSSO
		PACO 4 PER ASSENZA TAPPINO ACCESSO NEEDLE FREE*DOPIA SCALA CHIARA VISIVAMENTE *INDICATORE DI VELOCITA' FACILMENTE VISUALIZZABILE (COEFF.0,8 PUNTEGGIO 24)	FARMAC E ZABBAN 3*ASSENZA TAPPINO ACCESSO NEEDLE FREE*DIFFICOLTA' DI LETTURA DELLA SCALA AL 40% PER LE PICCOLISSIME DIMENSIONI DEI CARATTERI SUL FONDO BLU*INDICATORE DI VELOCITA' FACILMENTE VISUALIZZABILE	CARE FUSION 3 PER ASSENZA TAPPINO ACCESSO NEEDLE FREE *DOPIA SCALA DI DIFFICILE LETTURA PER LA GRAFICA NUMERICA UTILIZZATA*CHAREZZA VISIVA INDICATORE REGOLABILE VELOCITA' DI FLUSSO
			FARMAC E ZABBAN 3*ASSENZA TAPPINO ACCESSO NEEDLE FREE*DIFFICOLTA' DI LETTURA DELLA SCALA AL 40% PER LE PICCOLISSIME DIMENSIONI DEI CARATTERI SUL FONDO BLU*INDICATORE DI VELOCITA' FACILMENTE VISUALIZZABILE (COEFF.0,6 PUNTEGGIO 18)	CARE FUSION 3 PER ASSENZA TAPPINO ACCESSO NEEDLE FREE *DOPIA SCALA DI DIFFICILE LETTURA PER LA GRAFICA NUMERICA UTILIZZATA*CHAREZZA VISIVA INDICATORE REGOLABILE VELOCITA' DI FLUSSO(COEFF.0,6 PUNTEGGIO 18)

PUNTEGGIO TOTALE								
BIOLENA 66,6	ADRIAMED 56	NACATUR 50	BERTON NELLO 64	SANIC 66	EUROSPITAL 66,6	PACO 64	FARMAC E ZABBAN 58	CARE FUSION 54,6

el.

ASL PESCARA  
U.O. CHIRURGIA POPOLI  
Dott. Vincenzo VITTORINI  
Milit. 7601 c.c. ADIC2000

ASL PESCARA  
Farmacista Dott. *[Signature]* DI STASO  
U.O. FARMACIA OSPEDALIERA  
P.O. POPOLI (PE)

LOTTO 3-RUBINETTO A 3 VIE LIPIDO RESISTENTE

FINITURA DEI MATERIALI

CAIR 5 (COEFF.1 PUNT.20)	ADRIAMED 5 (COEFF.1 PUNT.20)	BENEFIS 5 (COEFF.1 PUNT.20)	BIOLENA 5 (COEFF.1 PUNT.20)	BD 5 (COEFF.1 PUNT.20)
	ADRIAMED 5 (COEFF.1 PUNT.20)	BENEFIS 5 (COEFF.1 PUNT.20)	BIOLENA 5 (COEFF.1 PUNT.20)	BD 5 (COEFF.1 PUNT.20)
		BENEFIS 5 (COEFF.1 PUNT.20)	BIOLENA 5 (COEFF.1 PUNT.20)	BD 5 (COEFF.1 PUNT.20)
			BIOLENA 5 (COEFF.1 PUNT.20)	BD 5 (COEFF.1 PUNT.20)
				BD 5 (COEFF.1 PUNT.20)

QUALITA' COSTRUTTIVA E MANEGGEVOLEZZA

CAIR 5 (COEFF.1 PUNT.20)	ADRIAMED 5 (COEFF.1 PUNT.20)	BENEFIS 5 (COEFF.1 PUNT.20)	BIOLENA 5 (COEFF.1 PUNT.20)	BD 5 (COEFF.1 PUNT.20)
	ADRIAMED 5 (COEFF.1 PUNT.20)	BENEFIS 5 (COEFF.1 PUNT.20)	BIOLENA 5 (COEFF.1 PUNT.20)	BD 5 (COEFF.1 PUNT.20)
		BENEFIS 5 (COEFF.1 PUNT.20)	BIOLENA 5 (COEFF.1 PUNT.20)	BD 5 (COEFF.1 PUNT.20)
			BIOLENA 5 (COEFF.1 PUNT.20)	BD 5 (COEFF.1 PUNT.20)
				BD 5 (COEFF.1 PUNT.20)

QUALITA' COSTRUTTIVA E SICUREZZA PAZIENTE

CAIR 5 (COEFF.1 PUNT.30)	ADRIAMED 5 (COEFF.1 PUNT.30)	BENEFIS 5 (COEFF.1 PUNT.30)	BIOLENA 5 (COEFF.1 PUNT.30)	BD 5 (COEFF.1 PUNT.30)
	ADRIAMED 5 (COEFF.1 PUNT.30)	BENEFIS 5 (COEFF.1 PUNT.30)	BIOLENA 5 (COEFF.1 PUNT.30)	BD 5 (COEFF.1 PUNT.30)
		BENEFIS 5 (COEFF.1 PUNT.30)	BIOLENA 5 (COEFF.1 PUNT.30)	BD 5 (COEFF.1 PUNT.30)
			BIOLENA 5 (COEFF.1 PUNT.30)	BD 5 (COEFF.1 PUNT.30)
				BD 5 (COEFF.1 PUNT.30)

PUNTEGGIO TOTALE

CAIR 70	ADRIAMED 70	BENEFIS 5 70	BIOLENA 70	BD 70
---------	-------------	--------------	------------	-------

ASL PESCARA  
Dr.ssa Miriam Cerretti Di IUSTASO  
Farmacista Dirigente Responsabile  
U.O. FARMACIA OSPEDALIERA  
P.O. POPOLI (PE)

cl

ASL PESCARA  
U.O. CHIRURGIA POPOLI  
Dott. Vincenzo VITTORINI  
Matr. 76041 c.d.f. A04C20C00

LOTTO 4-DISPOSITIVO PER ACCESSO VASCOLARE A CIRCUITO CHIUSO A PRESSIONE NEUTRE

FINITURA DEI MATERIALI

BIOLENA 5 (COEFF.1 PUNT.20)	VYGON 5	CORMED 5	SANIC 5	CREMASCOLI 5	PACO 5	CAIR ITALIA 5
	VYGON 5 (COEFF.1 PUNT.20)	CORMED 5	SANIC 5	CREMASCOLI 5	PACO 5	CAIR ITALIA 5
		CORMED 5 (COEFF.1 PUNT.20)	SANIC 5	CREMASCOLI 5	PACO 5	CAIR ITALIA 5
			SANIC 5 (COEFF.1 PUNT.20)	CREMASCOLI 5	PACO 5	CAIR ITALIA 5
				CREMASCOLI 5 (COEFF.1 PUNT.20)	PACO 5	CAIR ITALIA 5
					PACO 5 (COEFF.1 PUNT.20)	CAIR ITALIA 5
						CAIR ITALIA 5 (COEFF.1 PUNT.20)

QUALITA' COSTRUTTIVA E MANEGGEVOLEZZA

BIOLENA 6 PER ASSENZA SPAZIO MORTO(COEFF.1 PUNT.20)	VYGON 5 PER SPAZIO MORTO 0,020 ML	CORMED 4 PER SPAZIO MORTO 0,040 ML	SANIC 4 PER SPAZIO MORTO 0,042 ML	CREMASCOLI 2 PER SPAZIO MORTO 0,085 ML	PACO1 PER SPAZIO MORTO <0,11 ML	CAIR ITALIA 3 PER SPAZIO MORTO 0,050 ML
	VYGON 5 PER SPAZIO MORTO 0,020 ML (COEFF.0,83 PUNTEGGIO 16,6)	CORMED 4 PER SPAZIO MORTO 0,040 ML	SANIC 4 PER SPAZIO MORTO 0,042 ML	CREMASCOLI 2 PER SPAZIO MORTO 0,085 ML	PACO1 PER SPAZIO MORTO <0,11 ML	CAIR ITALIA 3 PER SPAZIO MORTO 0,050 ML
		CORMED 4 PER SPAZIO MORTO 0,040 ML (COEFF.0,66 PUNTEGGIO 13,2)	SANIC 4 PER SPAZIO MORTO 0,042 ML	CREMASCOLI 2 PER SPAZIO MORTO 0,085 ML	PACO1 PER SPAZIO MORTO <0,11 ML	CAIR ITALIA 3 PER SPAZIO MORTO 0,050 ML
			SANIC 4 PER SPAZIO MORTO 0,042 ML (COEFF.0,66 PUNTEGGIO 13,2)	CREMASCOLI 2 PER SPAZIO MORTO 0,085 ML	PACO1 PER SPAZIO MORTO <0,11 ML	CAIR ITALIA 3 PER SPAZIO MORTO 0,050 ML
				CREMASCOLI 2 PER SPAZIO MORTO 0,085 ML (COEFF.0,33 PUNTEGGIO 6,66)	PACO1 PER SPAZIO MORTO <0,11 ML	CAIR ITALIA 3 PER SPAZIO MORTO 0,050 ML
					PACO1 PER SPAZIO MORTO <0,11 ML (COEFF.0,166 PUNTEGGIO 3,32)	CAIR ITALIA 3 PER SPAZIO MORTO 0,050 ML
						CAIR ITALIA 3 PER SPAZIO MORTO 0,050 ML (COEFF.0,5 PUNTEGGIO 10)

QUALITA' COSTRUTTIVA E SICUREZZA SUL PAZIENTE

BIOLENA 6 (COEFF.1 PUNT.30)PER PRESENZA TAPPINO DI PROTEZIONE	VYGON 5	CORMED 5	SANIC 5	CREMASCOLI 5	PACO 5	CAIR ITALIA 5
	VYGON 5 (COEFF.0,83 PUNT.24,9)	CORMED 5	SANIC 5	CREMASCOLI 5	PACO 5	CAIR ITALIA 5
		CORMED 5 (COEFF.0,83 PUNT.24,9)	SANIC 5	CREMASCOLI 5	PACO 5	CAIR ITALIA 5
			SANIC 5 (COEFF.0,83 PUNT.24,9)	CREMASCOLI 5	PACO 5	CAIR ITALIA 5
				CREMASCOLI 5 (COEFF.0,83 PUNT.24,9)	PACO 5	CAIR ITALIA 5
					PACO 5 (COEFF.0,83 PUNT.24,9)	CAIR ITALIA 5
						CAIR ITALIA 5 (COEFF.0,83 PUNT.24,9)

PUNTEGGIO TOTALE

BIOLENA 70	VYGON 60,9	CORMED 58,1	SANIC 58,1	CREMASCOLI 51,56	PACO 48,22	CAIR ITALIA 54,9
------------	------------	-------------	------------	------------------	------------	------------------

ch

ASL PESCARA  
U.O. CHIRURGIA POPOLI  
Dott. Vincenzo VITTORINI  
Maj 764 c.d.c. A04C20C00

ASL PESCARA  
Dr.ssa Miriam Clerici DI STASO  
Farmacista Direttore Responsabile  
U.O. FARMACIA SPEDALIERA  
RO. POPOLI (PE)

LOTTO 5-SET PER ASPRAZIONE CHIRURGICA

FINITURA DEI MATERIALI

DIEMME 5 (COEFF.1 PUNT.20)	SANIC 5	BIOLENA 5	ID&CO 5
	SANIC 5(COEFF.1 PUNT.20)	BIOLENA 5	ID&CO 5
		BIOLENA 5(COEFF.1 PUNT.20)	ID&CO 5
			ID&CO 5(COEFF.1 PUNT.20)

QUALITA' COSTRUTTIVA E MANEGGEVOLEZZA

DIEMME 5 PER L'ERGONOMIA DELL'IMPUGNATURA (COEFF.0,8 PUNTEGGIO 16,6)	SANIC 3 PER TOTALE ASSENZA DI ERGONOMIA NELL'IMPUGNATURA E PER LA DIFFICOLTÀ ESTRATTIVA DELLA CANNULA IN CASO SI SOSTITUZIONE	BIOLENA 4 PER L'ERGONOMIA DELL'IMPUGNATURA E PER LA PRESENZA DEL FORO SULLA CANNULA CHE RICHIEDE LA CHIUSURA MANUALE DURANTE L'UTILIZZO	ID&CO 6 PER L'IMPUGNATURA PARTICOLARMENTE ERGONOMICA CHE CONSENTE UNA FACILE MANEGGEVOLEZZA DEL D.M.
	SANIC 3 PER TOTALE ASSENZA DI ERGONOMIA NELL'IMPUGNATURA E PER LA DIFFICOLTÀ ESTRATTIVA DELLA CANNULA IN CASO SI SOSTITUZIONE (COEFF.0,5 PUNTEGGIO 10)	BIOLENA 4 PER L'ERGONOMIA DELL'IMPUGNATURA E PER LA PRESENZA DEL FORO SULLA CANNULA CHE RICHIEDE LA CHIUSURA MANUALE DURANTE L'UTILIZZO	ID&CO 6 PER L'IMPUGNATURA PARTICOLARMENTE ERGONOMICA CHE CONSENTE UNA FACILE MANEGGEVOLEZZA DEL D.M.
		BIOLENA 4 PER L'ERGONOMIA DELL'IMPUGNATURA E PER LA PRESENZA DEL FORO SULLA CANNULA CHE RICHIEDE LA CHIUSURA MANUALE DURANTE L'UTILIZZO (COEFF.0,66 PUNTEGGIO 13,2)	ID&CO 6 PER L'IMPUGNATURA PARTICOLARMENTE ERGONOMICA CHE CONSENTE UNA FACILE MANEGGEVOLEZZA DEL D.M.
			ID&CO 6 PER L'IMPUGNATURA PARTICOLARMENTE ERGONOMICA CHE CONSENTE UNA FACILE MANEGGEVOLEZZA DEL D.M.(COEFF.1 PUNTEGGIO 20)

QUALITA' COSTRUTTIVA E SICUREZZA PAZIENTE

DIEMME 5 (COEFF.1 PUNT.30)	SANIC 4 PER LA DIFFICOLTÀ ESTRATTIVA DELLA CANNULA INTERFERISCE CON	BIOLENA 5	ID&CO 5
	SANIC 4(COEFF.0,8 PUNT.24)	BIOLENA 5	ID&CO 5
		BIOLENA 5(COEFF.1 PUNT.30)	ID&CO 5
			ID&CO 5(COEFF.1 PUNT.30)

PUNTEGGIO TOTALE

DIEMME 66,6	SANIC 54	BIOLENA 63,2	ID&CO 70
-------------	----------	--------------	----------

cl

ASL PESCARA  
U.O. CHIRURGIA POPOLI  
Dott. V. Enzo VITTORINI  
Matr. 760 c.d.c. A04C20C00

ASL PESCARA  
Dr.ssa Miriam Carmela DI STASO  
Farmacista Direttore Responsabile  
U.O. FARMACIA OSPEDALIERA  
P.O. POPOLI (PE)

LOTTO 6-CANNULA PER ASPIRAZIONE CHIRURGICA YANKAUER

FINITURA DEI MATERIALI

BENEFIS 5 COEFF.1 PUNTEGGIO 20	BIOLENAS	SANIC 5	ID & CO 5	DIEMME 5
	BIOLENAS COEFF.1 PUNTEGGIO 20	SANIC 5	ID & CO 5	DIEMME 5
		SANIC 5 COEFF.1 PUNTEGGIO 20	ID & CO 5	DIEMME 5
			ID & CO 5 COEFF.1 PUNTEGGIO 20	DIEMME 5
				ID & CO 5 COEFF.1 PUNTEGGIO 20

QUALITA' COSTRUTTIVA E MANEGGEVOLEZZA

BENEFIS 5 PER L'ERGONOMIA DELL'IMPUGNATURA (COEFF.0,83 PUNTEGGIO 16,6)	BIOLENA 4 PER LA PRESENZA DEL FORO SULLA CANNULA CHE RICHIEDE LA CHIUSURA MANUALE DURANTE L'UTILIZZO	SANIC 6 PER L'IMPUGNATURA PARTICOLARMENTE ERGONOMICA	ID & CO 6 PER L'IMPUGNATURA PARTICOLARMENTE ERGONOMICA	DIEMME 5 PER L'ERGONOMIA DELL'IMPUGN ATURA
	BIOLENA 4 PER LA PRESENZA DEL FORO SULLA CANNULA CHE RICHIEDE LA CHIUSURA MANUALE DURANTE L'UTILIZZO (COEFF.0,66 PUNTEGGIO 13,2)	SANIC 6 PER L'IMPUGNATURA PARTICOLARMENTE ERGONOMICA	ID & CO 6 PER L'IMPUGNATURA PARTICOLARMENTE ERGONOMICA	DIEMME 5 PER L'ERGONOMIA DELL'IMPUGN ATURA
		SANIC 6 PER L'IMPUGNATURA PARTICOLARMENTE ERGONOMICA(COEFF. 1 PUNTEGGIO 20)	ID & CO 6 PER L'IMPUGNATURA PARTICOLARMENTE ERGONOMICA	DIEMME 5 PER L'ERGONOMIA DELL'IMPUGN ATURA
			ID & CO 6 PER L'IMPUGNATURA PARTICOLARMENTE ERGONOMICA (COEFF.1 PUNTEGGIO 20)	DIEMME 5 PER L'ERGONOMIA DELL'IMPUGN ATURA
				DIEMME 5 PER L'ERGONOMIA DELL'IMPUGN ATURA (COEFF.0,83 PUNTEGGIO 16,6)

QUALITA' COSTRUTTIVA E SICUREZZA PAZIENTE

BENEFIS 5 COEFF.1 PUNTEGGIO 30	BIOLENAS	SANIC 5	ID & CO 5	DIEMME 5
	BIOLENAS COEFF.1 PUNTEGGIO 30	SANIC 5	ID & CO 5	DIEMME 5
		SANIC 5 COEFF.1 PUNTEGGIO 30	ID & CO 5	DIEMME 5
			ID & CO 5 COEFF.1 PUNTEGGIO 30	DIEMME 5
				DIEMME 5 COEFF.1 PUNTEGGIO 30

PUNTEGGIO TOTALE

BENEFIS 66,6	BIOLENA 63,2	SANIC 70	ID & CO 5 70	DIEMME 66,6
--------------	--------------	----------	--------------	-------------

ASL PESCARA  
Dr.ssa Miriam  
Farmacista Dirigente Responsabile  
U.O. FARMACIA OSPEDALIERA  
P.O. POPOLI (PE)

ASL PESCARA  
U.O. CHIRURGIA POPOLI  
Dot. Franco VITTORINI  
Matr. 7ED-1 c.d.c. A04C20C00

CL

**LOTTO 7-GUANTI CHIRURGICI SENZA POLVERE IN POLISOPRENE CON RIVESTIMENTO INTERNO SINTETICO**

**FACILITA' INSERIMENTO A MANO PARZIALMENTE UMIDA**

MEDLINE 5 PER LA MINORE SCORREVOLEZZA (COEFF.0,83 PUNTEGGIO 16,6)	CLINILAB 6	CHEMIL 5 PER LA MINORE SCORREVOLEZZA	MOLNLYKE 6	FARMAC E ZABBAN 5 PER LA MINORE SCORREVOLEZZA
	CLINILAB 6 (COEFF.1 PUNTEGGIO 20)	CHEMIL 5 PER LA MINORE SCORREVOLEZZA	MOLNLYKE 6	FARMAC E ZABBAN 5 PER LA MINORE SCORREVOLEZZA
		CHEMIL 5 PER LA MINORE SCORREVOLEZZA (COEFF.0,83 PUNTEGGIO 16,6)	MOLNLYKE 6	FARMAC E ZABBAN 5 PER LA MINORE SCORREVOLEZZA
			MOLNLYKE 6 (COEFF.1 PUNTEGGIO 20)	FARMAC E ZABBAN 5 PER LA MINORE SCORREVOLEZZA (COEFF.0,83 PUNTEGGIO 16,6)

**COMPLIANCE UTILIZZATORE**

MEDLINE 3 PERCHE DOPO AVERLO INDOSSATO IL GUANTO NON E' PERFETTAMENTE ERGONOMICO SULLA MANO LASCIANDO SPAZI TRA LE PUNTA DELLE DITA E LA PUNTA DEL GUANTO(COEFF.0,5 PUNTEGGIO 20)	CLINILAB 5 PERCHE DOPO AVERLO INDOSSATO PRESENTA GRINZE IN ALCUNI PUNTI DELLA MANO ADERENDO TUTTAVIA COMPLETAMENTE SULLA PUNTA DELLE DITA	CHEMIL 3 perché LA QUALITA' DEL POLISOPRENE UTILIZZATA RENDE MENO IN TERMINI DI ERGONOMIA	MOLNLYKE 6 PERFETTAMENTE ADERENTE ALLA MANO LASCIANDO COMPLETA ERGONOMIA NEI MOVIMENTI DELLE DITA	FARMAC E ZABBAN 3 perché LA QUALITA' DEL POLISOPRENE UTILIZZATA RENDE MENO IN TERMINI DI ERGONOMIA	
	CLINILAB 5 PERCHE DOPO AVERLO INDOSSATO PRESENTA GRINZE IN ALCUNI PUNTI DELLA MANO ADERENDO TUTTAVIA COMPLETAMENTE SULLA PUNTA DELLE DITA (COEFF.0,83 PUNTEGGIO 33,2)		CHEMIL 3 perché LA QUALITA' DEL POLISOPRENE UTILIZZATA RENDE MENO IN TERMINI DI ERGONOMIA	MOLNLYKE 6 PERFETTAMENTE ADERENTE ALLA MANO LASCIANDO COMPLETA ERGONOMIA NEI MOVIMENTI DELLE DITA	FARMAC E ZABBAN 3 perché LA QUALITA' DEL POLISOPRENE UTILIZZATA RENDE MENO IN TERMINI DI ERGONOMIA
			CHEMIL 3 perché LA QUALITA' DEL POLISOPRENE UTILIZZATA RENDE MENO IN TERMINI DI ERGONOMIA (COEFF.0,5 PUNTEGGIO 20)	MOLNLYKE 6 PERFETTAMENTE ADERENTE ALLA MANO LASCIANDO COMPLETA ERGONOMIA NEI MOVIMENTI DELLE DITA	FARMAC E ZABBAN 3 perché LA QUALITA' DEL POLISOPRENE UTILIZZATA RENDE MENO IN TERMINI DI ERGONOMIA
				MOLNLYKE 6 PERFETTAMENTE ADERENTE ALLA MANO LASCIANDO COMPLETA ERGONOMIA NEI MOVIMENTI DELLE DITA (COEFF.1 PUNTEGGIO 40)	FARMAC E ZABBAN 3 perché LA QUALITA' DEL POLISOPRENE UTILIZZATA RENDE MENO IN TERMINI DI ERGONOMIA (COEFF.0,5 PUNTEGGIO 20)

**CONFEZIONAMENTO (CARATTERISTICHE DELLA CONFEZIONE, FACILITA' DI LETTURE ETICHETTA)**

MEDLINE 6 (COEFF.1 PUNTEGGIO 10)	CLINILAB 6	CHEMIL 6	MOLNLYKE 5 PER LA MINORE EVIDENZA DELLA MISURA SUL CONFEZIONAMENTO E SULL'ETICHETTA	FARMAC E ZABBAN 6
	CLINILAB 6 (COEFF. 1 PUNTEGGIO 10)	CHEMIL 6	MOLNLYKE 5	FARMAC E ZABBAN 6
		CHEMIL 6 COEFF.1 PUNTEGGIO 10	MOLNLYKE 5	FARMAC E ZABBAN 6
			MOLNLYKE 5 (COEFF.0,83 PUNTEGGIO 8,3)	FARMAC E ZABBAN 6 (COEFF.1 PUNTEGGIO 10)

**TOTALE**

MEDLINE 46,6	CLINILAB 63,2	CHEMIL 46,6	MOLNLYKE 60,3	FARMAC E ZABBAN 46,6
--------------	---------------	-------------	---------------	----------------------

**ASL PESCARA**  
 Dr.ssa Miriam Cammeri DI STASO  
 Farmacista Dirigente Responsabile  
 U.O. FARMACIA OSPEDALIERA  
 P.O. POPOLI (PE)

**ASL PESCARA**  
 U.O. CHIRURGIA POPOLI  
 Dott. Vincenzo VITTORINI  
 Matr. 76041 c.d.c. AD4C20C00

cl



**LOTTO 9-COLLARE CERVICALE MORBIDO IN ROTOLO**

FINITURA DEI MATERIALI		
DASER 2 LE FINITURE APPAIONO GROSSOLANE E PARZIALMENTE IRREGOLARI COEFF.0,33 PUNTEGGIO 6,6	BSN 6	FASE 3
	BSN 6 PER LA MAGGIORE FINITURA DEI BORDI E DELLE CHIUSURE (COEFF.1 PUNTEGGIO 20)	FASE 3
		FASE 3 LE FINITURE APPAIONO GROSSOLANE E PARZIALMENTE IRREGOLARI COEFF.0,5 PUNTEGGIO 10

QUALITA' COSTRUTTIVA E MANEGGEVOLEZZA		
DASER 5 COEFF.1 PUNTEGGIO 20	BSN 5	FASE 5
	BSN 5 COEFF.1 PUNTEGGIO 20	FASE 5
		FASE 5 COEFF.1 PUNTEGGIO 30

QUALITA' COSTRUTTIVA E SICUREZZA PER IL PAZIENTE		
DASER 5 COEFF.1 PUNTEGGIO 30	BSN 5	FASE 5
	BSN 5 COEFF.1 PUNTEGGIO 30	FASE 5
		FASE 5 COEFF.1 PUNTEGGIO 30

PUNTEGGIO TOTALE		
DASER 56 6	BSN 70	FASE 60

cl.

**ASL PESCARA**  
 U.O. CHIRURGIA POPOLI  
 Dott. Enzo VITTOR II  
 Matr. 76 c.d.c. A04C2DC 0

**ASL PESCARA**  
 Dr. Stefano STASO  
 Farmacia Ospedaliera  
 U.O. FARMACIA OSPEDALIERA  
 P.O. POPOLI (PE)

LOTTO 18-PEZZE LAPAROTOMICHE,COMPRESSE,TAMPONI CON FILO RADIOFACO IN TNT STERILE PER USO CHIRURGICO

QUALITA' DEL TESSUTO

LUNGI SALVADORI 3 (coeff.0,5 punt.13)	SANTEX 3	MOLNLYCKE 6 per la particolare tessitura del TNT che lo rende più performante
	SANTEX 3 (coeff.0,5 punteggio 13)	
		MOLNLYCKE 6
		MOLNLYCKE 6 (coeff.1 punt.26)

FILO DI BARIO TERMOSALDATO NELLA MEDICAZIONE

LUNGI SALVADORI 6 COEFF.1 PUNT.8	SANTEX 6	MOLNLYCKE 6
	SANTEX 6 COEFF.1 PUNT.8	MOLNLYCKE 6
		MOLNLYCKE 6 COEFF.1 PUNT.8

TESSUTO PEZZE E COMPRESSE IN SINGOLO STRATO O MULTISTRATO TERMOSALDATO

LUNGI SALVADORI 3 PERCHE' LE PEZZE SONO CUCITE (COEFF.0,5 PUNTEGGIO 4)	SANTEX 3 PERCHE' LE PEZZE SONO CUCITE	MOLNLYCKE 6 perché SIA LE PEZZE SONO TERMOSALDATE
	SANTEX 3 PERCHE' LE PEZZE SONO CUCITE (COEFF.0,5 PUNTEGGIO 4)	MOLNLYCKE 6 perché SIA LE PEZZE SONO TERMOSALDATE
		MOLNLYCKE 6 perché SIA LE PEZZE SONO TERMOSALDATE COEFF.1 PUNTEGGIO 8

MAGGIOR PESO SU MQ INERENTEMENTE LE COMPRESSE PIEGATE(peso >40g/mq)

LUNGI SALVADORI 3 (COEFF.0,5 PUNTEGGIO 2)	SANTEX 3	MOLNLYCKE 6
	SANTEX 3 (COEFF.0,5 PUNTEGGIO 2)	MOLNLYCKE 6
		MOLNLYCKE 6 (COEFF.1 PUNTEGGIO 4)

QUALITA' ETICHETTE PER IL CONTROLLO NUMERICO

LUNGI SALVADORI 6 LA VISUALIZZAZIONE NUMERICA E' DIFFICOLTOSA PER LA GRAFICA ADOTTATA (COEFF.1 PUNT.12)	SANTEX 3	MOLNLYCKE 6
	SANTEX 6 LA VISUALIZZAZIONE NUMERICA E' DIFFICOLTOSA PER LA GRAFICA ADOTTATA (COEFF.1 PUNT.12)	MOLNLYCKE 6
		MOLNLYCKE 6 LA VISUALIZZAZIONE NUMERICA E' IMMEDIATA PER LA GRAFICA ADOTTATA (COEFF.1 PUNT.12)

ASL PESCARA  
U.O. CHIRURGIA POPOLI  
Dott. Vincenzo VITTORINI  
P. 76041 C. c. A04C20C00

ASL PESCARA  
Dessa Miriam Caimmi DI STASO  
Farmacia Direzione Responsabile  
U.O. FARMACIA OSPEDALIERA  
P.O. POPOLI (PE)

SISTEMA DI CONFEZIONAMENTO

LUIGI SALVADORI 4 (COEFF.0,66 PUNTEGGIO 7,92)	SANTEX 4	MOLNLYCKE 6 PER IL CONFEZIONAMENTO DEI TAMPONI CHE COSTITUISCE PORTATAMPONI CON ALLOGGIAMENTO DEDICATO FACILITANDO IL CONTROLLO FINALE
	SANTEX 4 (COEFF.0,66 PUNTEGGIO 7,92)	MOLNLYCKE 6 PER IL CONFEZIONAMENTO DEI TAMPONI CHE COSTITUISCE PORTATAMPONI CON ALLOGGIAMENTO DEDICATO FACILITANDO IL CONTROLLO FINALE
		MOLNLYCKE 6 PER IL CONFEZIONAMENTO DEI TAMPONI CHE COSTITUISCE PORTATAMPONI CON ALLOGGIAMENTO DEDICATO FACILITANDO IL CONTROLLO FINALE COEFF.1 PUNTEGGIO 12

TOTALE

LUIGI SALVADORI 46,92	SANTEX 46,92	MOLNLYCKE 70
-----------------------	--------------	--------------

ASL PESCARA  
U.O. CHIRURGIA POPOLI  
Dott. Vincenzo VITTORELLI  
N.istr. 7604 c.c.c. A04C20C00

ASL PESCARA  
Dr.ssa Miriam Cimmi DI STASO  
Farmacista Direttore Responsabile  
U.O. FARMACIA OSPEDALIERA  
P.O. POPOLI (PE)

