

Al Direttore U.O.C. Gestione
Approvvigionamenti Beni e
Servizi
Dott.ssa Federica Faccia

Oggetto: verbale procedura aperta, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 71 e 108 del d.lgs. numero 36/2023 e ss.mm.ii., per l'acquisizione di un progetto di arredamento e relativa fornitura di arredi a ridotto impatto ambientale (decreto ministeriale dell'11 gennaio 2017) e attrezzature destinati alla UOC Hospice Bouganville dell'Asl di Pescara.

In data 13 del mese di maggio dell'anno duemilaventiquattro alle ore 08.30, si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto nominata con Deliberazione del Direttore Generale n° 431 del 7 Marzo 2024, per procedere alla valutazione delle offerte pervenute in relazione alla *"Procedura Aperta per l'acquisizione di un progetto di arredamento e relativa fornitura di Arredi a ridotto impatto ambientale e Attrezzature destinate alla UOC Hospice Bouganville dell'Asl di Pescara"*, da parte delle ditte:

- MALVESTIO SpA
- SHS SRL

ai fini della partecipazione alla procedura aperta giusta Delibera del Direttore Generale della ASL di Pescara numero 1865 dell'11 Dicembre 2023.

A seguito di valutazione della documentazione tecnica ed atti di gara, si procede:

- Alla valutazione della ditta Malvestio SpA la cui offerta, come da riscontro della presenza delle caratteristiche desunte dalle schede tecniche inviate, non rispetta i seguenti requisiti presenti nel capitolato di gara:
 - **capitolato tecnico punto n. 35) Letto degenza con allunghetto con design residenziale Letto degenza con design residenziale - Letto elettrico a tre/quattro sezioni, di cui almeno 3 snodate. Piano di coricamento in ABS asportabile e sanificabile, senza spigoli e con ferma materasso. Altezza variabile elettrica da 40 a 80 cm circa con un'altezza minima del basamento di almeno 15 cm. (per garantire il passaggio di eventuale sollevatore). Le movimentazioni regolabili elettricamente sono: schienale, cosce e movimenti di Trendelenburg e antitrendelenburg; Letto dotato di pulsantiera completa di tasti funzione. Allarme sonoro e/o visivo in caso di freno libero. Dotato di batterie integrate ricaricabili che consente l'utilizzo di tutti i movimenti elettrici – autonomia batteria di almeno 20 minuti. Gruppo semi-sponde solidali alla movimentazione dello schienale. Basamento dotato di 4 ruote gemellari diametro di circa 150 mm, bloccabili/sbloccabili simultaneamente, con eventuale 5° ruota; Letto dotato di allunghetto integrato elettrico. Gamma di inserti colorati a scelta per spalle e sponde. Dimensioni massime 210x105 cm. Centralina elettrica con grado di protezione IP66.**

Dichiarato dalla ditta Malvestio SpA a pag. 73 "LETTO ELETTRICO DELTA 4, PIANO IN POLIPROPILENE, SCHIENALE TRASLANTE, ALLUNGALETTO INTEGRATO, TRENDELENBURG E CONTROTRENDELENBURG ELETTRICI, COMPLETO DI SPONDE A QUATTRO SETTORI" si dichiara che "il piano rete è fornito di allunghetto

integrato, estraibile e regolabile in due posizioni, azionabile con un'unica mano.”

Quindi allungaletto manuale e non elettrico, come da noi richiesto.

Dichiarato dalla ditta Malvestio SpA a pag. 75 “ingombro massimo del letto: cm 220x99”

Quindi letto che supera in lunghezza le dimensioni massime da noi richieste cm 210x105.

Si procede alla valutazione, della restante ditta come da criteri di aggiudicazione riportati sulla tabella di valutazione qualitativa in allegato, ed ai relativi risultati:


1. SHS SRL 74,05 punti

All'esito delle predette risultanze la Commissione Giudicatrice dispone di rimettere il presente verbale ed il relativo allegato al RUP per il prosieguo di competenza.

All.: n. 01 tabella valutazione qualitativa (n. 01 pag.)

Pescara, 13/05/2024

Letto, confermato e sottoscritto



Dott.ssa Donatella Bosco, (Presidente)



Dott.sa Simona Falorio (componente)



Dott. Alessio Sichetti (componente)

TABELLA DI VALUTAZIONE QUALITATIVA CAPITOLATO SPECIALE PER L'ACQUISIZIONE DI UN PROGETTO DI ARREDAMENTO E LA RELATIVA FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE DESTINATI ALL'UOC HOSPICE BOUGANVILLE DELLA ASL DI PESCARA

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	max	SHS SRL	Tot.
C1) caratteristiche tecniche/costruttive/funzionali saranno valutate positivamente caratteristiche funzionali migliorative quali la robustezza, resistenza, solidità, sicurezza dei prodotti proposti e le relative prestazioni, la qualità delle finiture, delle verniciature, degli assemblaggi, delle saldature, ecc., caratteristiche di modularità in grado di consentire la composizione e la scomposizione degli arredi al fine di una eventuale ricollocazione con dimensioni e/o forma differenti, la possibilità di configurazione di diversi layout e la loro maneggevolezza.			
C1-1) qualità dei materiali	8	0,9	7,2
C1-2) robustezza - resistenza - stabilità	6	0,9	5,4
C1-3) funzionalità - modularità	6	0,85	5,1
C2) progetto ed elementi estetici progetto di arredo fornito con preferenza di un design unico per omogeneità della realizzazione, colori disponibili, accoglienza, possibilità di personalizzazioni per arredi e ambienti della struttura			0
C2-1) design/estetica	14	0,9	12,6
C2-2) accoglienza, benessere e umanizzazione	10	0,9	9
C2-3) personalizzazioni e colori disponibili	6	1	6
C3) certificazioni, sicurezza ed igiene in questa sezione si valuteranno le certificazioni di sistema qualità dell'azienda produttiva e certificati di qualità dei prodotti proposti ulteriori rispetto ai requisiti minimi previsti dal capitolato, nonché la rispondenza alle norme di sicurezza verso gli operatori e pazienti, oltre alla facilità di igiene riguardo alla presenza di parti realizzate senza giunzioni e rilievi, presenza di superfici lisce e assenza di parti ruvide.			0
C3-1) sicurezza/ergonomia	7	0,85	5,95
C3-2) certificazioni di sistema di qualità dell'azienda produttiva e dei prodotti offerti	4	1	4
C3-3) facilità di igiene	4	0,95	3,8
C4) servizi connessi alla fornitura, piano di assistenza e manutenzione post vendita, tempi di fornitura, installazione e collaudo, piano di formazione personale utilizzatore.			0
C4-1) tempi di fornitura - installazione e collaudo definitivo - entro 45 gg solari data ordine - 5 punti - entro 60 gg solari data ordine - 3 punti	5		5
C4-2) modalità di assistenza tecnica durante il periodo di garanzia full-risk (manutenzione preventiva, verifiche funzionali, tempi di intervento tecnico migliorativi rispetto al minimo previsto dal presente capitolato, personale tecnico a disposizione, call-center)	7	1	7
C4-3) formazione al personale utilizzatore (modi e tempi)	3	1	3
Totale	80		74,05

La Commissione

Presidente: Dott.ssa Donatella Bosco

Componente: Dott.ssa Simona Falorio

Componente: Dott. Alessio Sichetti

