



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Azienda Pubblica

VERBALE integrativo" Relazione sonde e cateteri per le esigenze della ASL di Pescara del 18/12/2024

Si trasmette relazione integrativa di cui al verbale del 18/12/2024.

In data 17/01/2025 nel corso dell'incontro atto all'inserimento dei punteggi sulla piattaforma GIADA sono emersi alcuni errori materiali di cui ai lotti 1, 13 e 28

LOTTO 1 CATETERE VENOSO CENTRALE AD INSERIMENTO PERIFERICO (PICC)

Misure monolume 3 Fr lunghezza da 40 a 80 cm

Omesso per mero errore materiale nella tabella di riferimento la Ditta INNOVAMEDICA. Pertanto, si ritrasmette la relativa valutazione integrativa

LOTTO 1 CATETERE VENOSO CENTRALE AD INSERIMENTO PERIFERICO (PICC)

Operatore Economico	Rispetto requisiti minimi	
INNOVAMEDICA A1404260N	NO	Mancanza di caratteristiche di minima richieste da capitolato tecnico: le dimensioni del microintroduttore/dilatatore non sono specificate in scheda tecnica, dall'esamina del campione la lunghezza dello stesso non risponde a quanto richiesto da capitolato. Inoltre non è specificata la compatibilità con i taxani e non risulta presente il cavetto per ECG intracavitario.

LOTTO 13 NEEDLE CONNECTOR

Inserito per mero errore materiale il nome della ditta produttrice anziché quello della ditta concorrente. Pertanto si ritrasmette parziale tabella 13 con rettifica. Da operatore POLYMED a Ditta PLAN 1 HEALTH

LOTTO 13 NEEDLE CONNECTOR

PLAN 1 HEALTH	NO	Non rispondenza ai requisiti minimi previsti da capitolato tecnico in merito al numero di attivazioni richiesto.
---------------	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOTTO 28: KIT MEDICAZIONE STERILE PER INSERIMENTO CATETERE VESCICALE

Omessò per mero errore materiale nella tabella di riferimento la Ditta BETATEX Pertanto, si ritrasmette la relativa valutazione

LOTTO 28: KIT MEDICAZIONE STERILE PER INSERIMENTO CATETERE VESCICALE

Operatore Economico	Rispetto requisiti minimi	
BETATEX MK1076BX-05	SI	Rispondenza ai requisiti richiesti da capitolato tecnico

Letto, confermato e sottoscritto

Pescara 17/01/2025

Dr.ssa Maria Pia Musa

Dr. Antonio Potere

Dr.ssa Sara Colangelo

