

VERBALE SEDUTA PUBBLICA

In data 9 Settembre 2016, alle ore 11,10, presso la UOC ABS sita in Pescara, alla Via Paolini, la sottoscritta Dott.ssa Tiziana Petrella, Direttore della UOC Acquisizione beni e servizi, in qualità di Autorità di gara, assistita dal Dott. Marco Marchetti e alla presenza del rappresentante della Ditta Alifax sig: Marco Noè Marullo, procede all'apertura della prima seduta pubblica relativa alla procedura negoziata per cottimo fiduciario, indetta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54 del D. Lgs 50/2016, di durata quadriennale, per la fornitura in service di un sistema analitico per la determinazione di parametri specialistici dell'emostasi con metodo immunoenzimatico in micro piastra da destinare al Laboratorio UOS Emostasi di II livello della UOC di Medicina Trasfusionale della ASL di Pescara, indetta con Determina Dirigenziale n. 458 del 21.06.2016.

La presente seduta è volta:

- all'accertamento della tempestività e dell'integrità dei plichi presentati;
- all'esame della documentazione amministrativa presentata dalle ditte concorrenti;
- all'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica dei concorrenti ammessi, al limitato fine di constatarne il contenuto;

L'Autorità di gara rammenta che:

- la fornitura è in unico lotto;
- Il numero CIG è il seguente: CIG 67299870F7;
- Il valore dell'accordo quadro nel periodo di durata contrattuale è pari a € 205.000,00 IVA esclusa.
- Il termine di scadenza è stato fissato al 23.08.2016;
- si applica l'art. 83 comma 9, del D. Lgs 50/2016, in materia di soccorso istruttorio.

L'Autorità di Gara constatata pubblicamente che:

- entro il termine di scadenza fissato al 23.08.2016, è pervenuta una sola offerta da parte della Ditta Alifax Srl.
- Il plico risulta integro e correttamente confezionato;
- Sullo stesso risulta riportato l'oggetto della procedura e il e il codice a barre presente sul documento "PASSOE", rilasciato dal servizio AVCPASS.

Ciò premesso e constatato, si passa all'apertura del plico pervenuto, al cui interno dovranno essere contenute (almeno) tre buste chiuse e debitamente sigillate, relative alla documentazione di cui ai successivi punti a), b), e c):

- a) busta A contenente la documentazione amministrativa;
- b) busta B contenente l'offerta tecnica;
- c) busta C contenente l'offerta economica.



Si procede, quindi, all'apertura del plico contenente la documentazione amministrativa, che dovrà essere corrispondente a quanto previsto all'art. 8 lettera A) del Disciplinare di gara.

Il plico risulta essere completo. I plichi interni correttamente confezionati. La documentazione amministrativa è completa e regolare. Ditta AMMESSA.

Terminato l'esame della documentazione amministrativa, si procede ad inserire la busta contenente l'offerta economica nell'armadio chiuso a chiave posto nella stanza del Direttore della UOC ABS, la cui chiave è detenuta esclusivamente dalla medesima e da questa custodita.

Si procede quindi all'apertura della busta contenente la documentazione tecnica, al limitato fine di constatarne e circoscriverne pubblicamente il contenuto, il quale dovrà essere corrispondente a quanto previsto all'art. 8 lettera B) del Disciplinare di gara.

La documentazione tecnica viene siglata dall'Autorità di gara, sui singoli fascicoli e sui singoli fogli, se sciolti.

La busta contenente la documentazione tecnica viene presa in consegna dal RUP, per essere custodita sino alla loro consegna alla commissione giudicatrice, che sarà nominata con successivo atto dirigenziale.

La seduta si chiude alle ore 11,40.

Copia del presente verbale, viene consegnato in copia al rappresentante della ditta Alifax.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Dr.ssa Tiziana Petrella


Dr. Marco Marchetti




VERBALE SEDUTA PUBBLICA

In data 11 Ottobre 2016, alle ore 15,35, presso la UOC ABS sita in Pescara, alla Via Paolini, la sottoscritta Dott.ssa Tiziana Petrella, Direttore della UOC Acquisizione beni e servizi, in qualità di Autorità di gara, assistita dal Dott. Marco Marchetti, della procedura negoziata per cottimo fiduciario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54 del D. Lgs 50/2016, di durata quadriennale, per la fornitura in service di un sistema analitico per la determinazione di parametri specialistici dell'emostasi con metodo immunoenzimatico in micro piastra da destinare al Laboratorio UOS Emostasi di II livello della UOC di Medicina Trasfusionale della ASL di Pescara, indetta con Determina Dirigenziale n. 458 del 21.06.2016, procede all'apertura della seconda seduta pubblica. CIG 66115263DA.

E' presente il rappresentante della Ditta Alifax, Sig Marco Noè Marullo.

Preliminarmente, si procede alla lettura degli esiti della valutazione tecnica compiuta dalla Commissione tecnica, riassunti nella nota allegata, sull'offerta della Ditta ALIFAX, unico offerente.

Dalla stessa risulta che la Ditta ALIFAX ha ottenuto il punteggio complessivo di 66, superiore al valore stabilito quale soglia di sbarramento (42 punti), onde la Ditta concorrente viene ammessa alla fase della valutazione economica.

L'Autorità di gara rammenta che:

- l'offerta economica dovrà essere redatta, in competente bollo, secondo il "mod. 4 modello per la presentazione dell'offerta economica" disponibile fra i modelli di gara;
- l'importo complessivo della fornitura corrispondente alle quantità riportate nel capitolato speciale d'appalto è pari a € 205.000,00. Tale importo è soggetto a ribasso.

Si procede, quindi, all'apertura dell'offerta economica della Ditta ALIFAX, dando atto pubblicamente che:

- sino al momento antecedente l'apertura della presente seduta, il plico contenente l'offerta è stata conservato nell'armadio chiuso a chiave, come precisato nel verbale della prima seduta pubblica del 9 Settembre 2016;
- il plico è integro e intatto;
- non si procederà all'attribuzione del punteggio economico, essendo presente un'unica offerta.

L'Autorità di gara verifica che la Ditta ALIFAX ha formulato il prezzo complessivo riformulato in € 170.640,00, oltre IVA, inferiore rispetto a quello posto a base di gara.




L'Autorità di gara verifica la congruità dell'offerta e, pur riservandosi la opportunità di richiedere una miglioria ai prezzi del noleggio ed assistenza, propone l'aggiudicazione della gara alla Ditta ALIFAX .

La seduta si chiude alle ore 17,00.

Copia del presente verbale, viene consegnato in copia al rappresentante della ditta Alifax

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Tiziana Petrella



Marco Marchetti



REGIONE ABRUZZO
ASL PESCARA
DIPARTIMENTO DI EMATOLOGIA ~ MEDICINA TRASFUSIONALE ~ BIOTECNOLOGIE
U.O.C. di Immunoematologia ~ Medicina TrASFusionale ~ Laboratori di Ematologia
Direttore: Dr.ssa Patrizia Accorsi
Tel: 085-4252687 Fax: 085-4252607
Email: patrizia.accorsi@ausl.pe.it



UNI EN ISO
9001:2008

Pescara, 26-09-2016

**Al Direttore dell'ABS
Dr.ssa Tiziana Petrella**

Oggetto:

Valutazione tecnica per la fornitura in service con noleggio di un sistema analitico per la determinazione di parametri specialistici dell'emostasi con metodo immunoenzimatico in micro piastra da destinare al Laboratorio UOS Emostasi di II livello della UOC di Medicina TrASFusionale della ASL di Pescara. (CIG: 67299870F7)

La Commissione tecnica riunita in data odierna ha aperto le buste del lotto unico a gara valutando in maniera sistematica il materiale tecnico presentato sia in forma cartacea che informatica
La valutazione si è svolta in 3 step per verificare:

1. la completezza dell'offerta
2. la coerenza con quanto richiesto dai requisiti essenziali
3. il livello qualitativo dell'offerta

Lotto unico: sistema analitico per la determinazione di parametri specialistici dell'emostasi con metodo immunoenzimatico in micro piastra
A questo lotto ha risposto una sola Azienda: **ALIFAX S.r.l. – Via Petrarca 2/1- 35020 Polverara (PD)**

Le valutazioni del lotto secondo i criteri sopra riportati sono riassunte nelle seguenti 3 tabelle dalle quali scaturisce che l'offerta della Ditta Alifax S.r.l. risponde in modo più che soddisfacente e per il 90% degli analiti richiesti nel capitolato. Solo per un analita: il Fibrinogeno antigene l'offerta non è adeguata alla richiesta poiché il metodo offerto non è appropriato.

TAB.1 COMPLETEZZA DELL'OFFERTA

RICHiesto	FORNITORE
	ALIFAX S.r.l.
1- Strumentazione e complementi	RISPOSTA COMPLETA <input checked="" type="checkbox"/> RISPOSTA PARZIALE <input type="checkbox"/>
2- Reagenti per esecuzione test richiesti con relativi calibratori e controlli	RISPOSTA COMPLETA <input type="checkbox"/>
3 - Sistema di interfacciamento ed accessori	RISPOSTA PARZIALE <input checked="" type="checkbox"/> comunque = 90% degli analiti richiesti nel capitolato RISPOSTA COMPLETA <input checked="" type="checkbox"/> RISPOSTA PARZIALE <input type="checkbox"/>
4 - Programmi CQI E VEQ	RISPOSTA COMPLETA <input checked="" type="checkbox"/> RISPOSTA PARZIALE <input type="checkbox"/>
5 - Assistenza tecnica e specialistica	RISPOSTA COMPLETA <input checked="" type="checkbox"/> RISPOSTA PARZIALE <input type="checkbox"/>

TAB 2. RISPONDEZZA AI REQUISITI MINIMI

	SPECIFICHE TECNICHE	FORNITORE
	SISTEMA FORNITO: PROCESSATORE DI MICROPIASTRE AUTOMATICO	ALIFAX S.r.l.
1	Completa automazione nella processazione protocolli Elisa in micro piastra	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
2	Sistema operativo aperto per test in microElisa	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
3	Almeno n° 10 metodiche programmabili e memorizzabili	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

4	Operabilità con almeno due micropiastre standard	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
5	Unità di lettura fotometrica per micro piastra	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
6	Filtri ottici per lunghezze d'onda idonee per i tests richiesti	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
7	Costruzione e memorizzazione automatica curve di riferimento singoli parametri	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
8	Misurazioni in assorbanza ed in concentrazione, con calcolo automatico risultati	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
9	Esecuzione automatica operazioni di diluizione e dispensazione di campioni e reagenti	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
10	Sistema di pipettamento ad ago	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
11	Sistema per evitare l'effetto trascinalimento tra campioni e tra reagenti	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
12	Unità di lavaggio micropiastra	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
13	Unità di incubazione e agitazione micropiastra	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
14	Refertazione personalizzata per paziente e profilo, con archivio storico	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
15	Utilizzo campioni in provette primarie centrifugate	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
16	Possibilità caricamento campioni in micro volume con fornitura cuvette apposite	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
17	Alloggiamento di almeno 50 campioni	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
18	Programma di manutenzione ordinaria automatizzata	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
19	Sistema di autodiagnosi con allarmi di malfunzionamento software e parti meccaniche	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
20	Stampa liste di lavoro e riepilogo risultati giornalieri	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
21	Interfacciamento al LIS	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

22	Identificazione campioni tramite barcode riconoscibile dal LIS	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
23	PC, programma gestionale in italiano e stampante dedicati	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
24	Documentazione controlli di qualità interni (CQI) effettuati	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

TAB. 3 VALUTAZIONE QUALITATIVA

VOCI	PARAMETRI	CRITERI E COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE	Peso ponderale max	PUNTEGGIO FINALE FORNITORE ALIFAX S.r.l.
1	Numero di metodiche programmabili e gestibili, oltre il minimo richiesto	Ciascun Commissario attribuirà discrezionalmente un coefficiente variabile da 0 a 1	10	9
2	Micropiastre gestibili oltre il minimo richiesto (n°2)	Ciascun Commissario attribuirà discrezionalmente un coefficiente variabile da 0 a 1	10	10
3	Numero di filtri ottici in dotazione	Ciascun Commissario attribuirà discrezionalmente un coefficiente variabile da 0 a 1	10	10
4	Sistema chiuso e/o all'interno dell'apparecchiatura per raccolta materiali consumo e liquidi di scarico	SI = Coeff 1 NO = Coeff 0	10	10
5	Frequenza manutenzioni ordinarie previste e tempo necessario per eseguirle da parte del personale le di laboratorio	Ciascun Commissario attribuirà discrezionalmente un coefficiente variabile da 0 a 1	2	2
6	Numero di aghi del sistema di pipetta mento (min. richiesto: 1)	Ciascun Commissario attribuirà discrezionalmente un coefficiente variabile da 0 a 1	10	9

7	Proposte migliorative su installazione ed assetto operativo, oltre gli obblighi previsti nel capitolato	Ciascun Commissario attribuirà discrezionalmente un coefficiente variabile da 0 a 1	5	3,75
8	Servizio assistenza tecnica: proposte migliorative oltre requisiti minimi richiesti	Ciascun Commissario attribuirà discrezionalmente un coefficiente variabile da 0 a 1	2	2
9	Minore ingombro: indicare dimensioni di coagulometri, gruppi di continuità elettrica e di eventuali contenitori di soluzioni e reflui ,se esterni al corpo macchina	Ciascun Commissario attribuirà discrezionalmente un coefficiente variabile da 0 a 1	3	2,25
10	Micropiastre frazionabili in strips di 8 o 16 pozzetti	SI = Coeff 1 NO = Coeff 0,25	5	5
11	CQI: disponibilità carte di controllo mensili, numeriche grafiche; regole configurabili	Ciascun Commissario attribuirà discrezionalmente un coefficiente variabile da 0 a 1	3	3
TOTALE PUNTEGGIO			70	66.0

LA COMMISSIONE


Dr. Patrizia Accorsi (Presidente)



Dr. Liliana Carinci (Componente)



Dr. Giancarlo Rolandi (Componente)



Alifax S.r.l.

Sede legale, commerciale ed amministrativa
Via Petrarca 2/L 35020 Polverara PD Italia
Tel (+39) 049 0992000 Fax (+39) 049 5855434
info@alifax.com info.alifax@pec.alifax.com



Sede R&S, progettazione e produzione
Via Misuro 30, 33045 Nimis UD Italia
Tel (+39) 0432 197900 Fax (+39) 0432 547378
info.udine@alifax.com info.udine@pec.alifax.com

Believe in Innovation
www.alifax.com

CANONE ANNUO DI NOLEGGIO per lo strumento GEMINI cod. STR 916280000
€ 6.000,00 (seimila/00)

CANONE QUADRIENNALE DI NOLEGGIO per lo strumento GEMINI cod. STR 916280000
€ 24.000,00 (ventiquattromila/00)

CANONE ANNUO DI ASSISTENZA TECNICA per lo strumento GEMINI cod. STR 916280000
€ 6.000,00 (seimila/00)

CANONE QUADRIENNALE DI ASSISTENZA TECNICA per lo strumento GEMINI cod. STR 916280000
€ 24.000,00 (ventiquattromila/00)

ASSISTENZA TECNICA: tipo FULL RISK

Reagenti

RIF. VS. PROGRESSIVO 1

CODICE	STA 00951
DESCRIZIONE	ASSERACHROM PF4 ELISA 96T
CONFEZIONAMENTO	96 TEST 12x8 pozz
DITTA PRODUTTRICE	STAGO ITALIA S.R.L.
CODICE CND	W0103020399
DESCRIZIONE CND	TEST SPECIALI COAGULAZIONE - ALTRI
CODICE REPERTORIO D.M.	IN FASE DI REGISTRAZIONE
PREZZO LISTINO A CF.	€ 4.155,00 (quattromilacentocinquantacinque/00)
SCONTO PRATICATO	81,95 % (ottantuno/95 per cento)
PREZZO OFFERTO A CF.	€ 750,00 (settecentocinquanta/00)
PREZZO OFFERTO A TEST	€ 7,8125 (sette/8125)
NR. CONFEZIONI NECESSARIE PER EFFETTUARE GLI ESAMI RICHIESTI	6
TOTALE FORNITURA ANNUA PRODOTTO	€ 4.500,00 (quattromilacinquecento/00)

RIF. VS. PROGRESSIVO 2

CODICE	TE 5450601
DESCRIZIONE	TECHNOZYM ADAMTS13 AG- ELISA CROMOGENICO-96 POZZ.
CONFEZIONAMENTO	Dosaggio Antigene ADAMTS-13
DITTA PRODUTTRICE	96 TEST 12x8 pozz.
CODICE CND	TECHNOCLONE GmbH
DESCRIZIONE CND	W0103020399
CODICE REPERTORIO D.M.	TEST SPECIALI COAGULAZIONE - ALTRI
PREZZO LISTINO A CF.	1238076
SCONTO PRATICATO	€ 2.130,00 (duemilacentotrenta/00)
PREZZO OFFERTO A CF.	64,88 % (sessantaquattro/88 per cento)
PREZZO OFFERTO A TEST	€ 748,00 (settecentoquarantotto/00)
NR. CONFEZIONI NECESSARIE PER EFFETTUARE GLI ESAMI RICHIESTI	€ 7,7916 (sette/7916)
TOTALE FORNITURA ANNUA PRODOTTO	6
	€ 4.488,00 (quattromilaquattrocentoottantotto/00)

ALIFAX s.r.l.

Procuratore Speciale
Maria Mazzucato

Alifax S.r.l.

Sede legale, commerciale ed amministrativa
Via Petrarca 2/1, 33020 Palverara (PD) Italia
Tel. (+39) 049 0992000 Fax (+39) 049 5855134
info@alifax.com info.alifax@pec.alifax.com



Sede R&S, progettazione e produzione
Via Molino 30, 33045 Nimis (UD) Italia
Tel (+39) 0432 197900 Fax (+39) 0432 547378
info.ordine@alifax.com info.ordine@pec.alifax.com

Believe in Innovation
www.alifax.com

RIF. VS. PROGRESSIVO 3

CODICE
DESCRIZIONE

CONFEZIONAMENTO
DITTA PRODUTTRICE
CODICE CND
DESCRIZIONE CND
CODICE REPERTORIO D.M.
PREZZO LISTINO A CF.
SCONTO PRATICATO
PREZZO OFFERTO A CF.
PREZZO OFFERTO A TEST
NR. CONFEZIONI NECESSARIE PER
EFFETTUARE GLI ESAMI RICHIESTI
TOTALE FORNITURA ANNUA PRODOTTO

TE 5450701
ADAMTS-13 ATTIVITA CROMOGENICO ELISA
Dosaggio cromogenico Attività ADAMTS-13
96 TEST 12x8 pozz
TECHNOCLONE GmbH
W0103020399
TEST SPECIALI COAGULAZIONE - ALTRI
1185212
€ 3.295,00 (tremiladuecentonovantacinque/00)
64,98 % (sessantaquattro/98 per cento)
€ 1.154,00 (millecentocinquantaquattro/00)
€ 12,0208 (dodici/0208)

6
€ 6.924,00 (seimilanovecentoventiquattro/00)

RIF. VS. PROGRESSIVO 4

CODICE
DESCRIZIONE

CONFEZIONAMENTO
DITTA PRODUTTRICE
CODICE CND
DESCRIZIONE CND
CODICE REPERTORIO D.M.
PREZZO LISTINO A CF.
SCONTO PRATICATO
PREZZO OFFERTO A CF.
PREZZO OFFERTO A TEST
NR. CONFEZIONI NECESSARIE PER
EFFETTUARE GLI ESAMI RICHIESTI
TOTALE FORNITURA ANNUA PRODOTTO

TE 5450401
TECHNOZYM ADAMTS-13 INH (TTP) EIA - 96 tests
Dosaggio Inibitore ADAMTS-13
96 TEST 12x8 pozz
TECHNOCLONE GmbH
W0103020399
TEST SPECIALI COAGULAZIONE - ALTRI
1185252
€ 2.130,00 (duemilacentotrenta/00)
64,88 % (sessantaquattro/88 per cento)
€ 748,00 (settecentoquarantotto/00)
€ 7,7916 (sette/7916)

6
€ 4.488,00 (quattromilaquattrocentoottantotto/00)

RIF. VS. PROGRESSIVO 5

CODICE
DESCRIZIONE
CONFEZIONAMENTO
DITTA PRODUTTRICE
CODICE CND
DESCRIZIONE CND
CODICE REPERTORIO D.M.
PREZZO LISTINO A CF.
SCONTO PRATICATO
PREZZO OFFERTO A CF.
PREZZO OFFERTO A TEST
NR. CONFEZIONI NECESSARIE PER
EFFETTUARE GLI ESAMI RICHIESTI
TOTALE FORNITURA ANNUA PRODOTTO

TE 5138005
Fibrinogen Reagent Kit - 45 tests Metodo Clauss modificato
45 TEST
TECHNOCLONE GmbH
W0103020201
FIBRINOGENO (FACTOR I)
IN FASE DI REGISTRAZIONE
€ 165,00 (centosessantacinque/00)
64,85 % (sessantaquattro/85 per cento)
€ 58,00 (cinquantotto/00)
€ 1,2888 (uno/2888)

6
€ 348,00 (trecentoquarantotto/00)

ALIFAX s.r.l.

Procuratore Speciale
Marta Mazzucato



Believe in Innovation
www.alifax.com

RIF. VS. PROGRESSIVO 6

CODICE
DESCRIZIONE

CONFEZIONAMENTO
DITTA PRODUTTRICE
CODICE CND
DESCRIZIONE CND
CODICE REPERTORIO D.M.
PREZZO LISTINO A CF.
SCONTO PRATICATO
PREZZO OFFERTO A CF.
PREZZO OFFERTO A TEST
NR. CONFEZIONI NECESSARIE PER
EFFETTUARE GLI ESAMI RICHIESTI
TOTALE FORNITURA ANNUA PRODOTTO

TE TC12007

t-PA ELISA KIT - 12x8 pozzetti
Determinazione quantitativa di t-PA nel plasma mediante test ELISA sandwich.
Il tampone per i campioni è addizionato di EDTA per aumentare il recupero in
campioni normali.
96 TEST 12x8 pozz
TECHNOCLONE GmbH
W0103020399
TEST SPECIALI COAGULAZIONE - ALTRI
1417975
€ 1.795,00 (millesettecentonovantacinque/00)
64,35 % (sessantaquattro/35 per cento)
€ 640,00 (seicentoquaranta/00)
€ 6,6666 (sei/6666)

6
€ 3.840,00 (tremilaottocentoquaranta/00)

RIF. VS. PROGRESSIVO 7

CODICE
DESCRIZIONE

CONFEZIONAMENTO
DITTA PRODUTTRICE
CODICE CND
DESCRIZIONE CND
CODICE REPERTORIO D.M.
PREZZO LISTINO A CF.
SCONTO PRATICATO
PREZZO OFFERTO A CF.
PREZZO OFFERTO A TEST
NR. CONFEZIONI NECESSARIE PER
EFFETTUARE GLI ESAMI RICHIESTI
TOTALE FORNITURA ANNUA PRODOTTO

TE TC12075

PAI-1 Antigene EIA - 12X8 pozzetti
Test standardizzato secondo lo Standard Internazionale 87/512
96 TEST 12x8 pozz
TECHNOCLONE GmbH
W0103020506
INIBITORI-ATTIVATORI DEL PLASMINOGENO
1417977
€ 1.795,00 (millesettecentonovantacinque/00)
65,01 % (sessantacinque/01 per cento)
€ 628,00 (seicentoventotto/00)
€ 6,5416 (sei/5416)

6
€ 3.768,00 (tremilasettecentosessantotto/00)

RIF. VS. PROGRESSIVO 8

CODICE
DESCRIZIONE

CONFEZIONAMENTO
DITTA PRODUTTRICE
CODICE CND
DESCRIZIONE CND
CODICE REPERTORIO D.M.
PREZZO LISTINO A CF.
SCONTO PRATICATO
PREZZO OFFERTO A CF.
PREZZO OFFERTO A TEST
NR. CONFEZIONI NECESSARIE PER
EFFETTUARE GLI ESAMI RICHIESTI
TOTALE FORNITURA ANNUA PRODOTTO

TE TC12021

Protein C EIA Kit - 12x8 pozzetti
Determinazione del livello plasmatico di antigene Proteina C in pazienti con
tendenza trombotica.
96 TEST 12x8 pozz
TECHNOCLONE GmbH
W0103020607
PROTEINA C
1399340
€ 1.540,00 (millecinquecentoquaranta/00)
64,42 % (sessantaquattro/42 per cento)
€ 548,00 (cinquecentoquarantotto/00)
€ 5,7083 (cinque/7083)

4
€ 2.192,00 (duemilacentonovantadue/00)

ALIFAX s.r.l.
Procuratore Speciale
Marta Mazzucato

Alifax S.r.l.

Sede legale, commerciale ed amministrativa
Via Petrarca 2/1, 35070 Polverara PD Italia
Tel (+39) 049 0992000 Fax (+39) 049 5855434
info@alifax.com info.alifax@pec.alifax.com



Sede R&S, progettazione e produzione
Via Masuno 30, 33045 Nimis UD Italia
Tel (+39) 0432 197900 Fax (+39) 0432 547378
info.udine@alifax.com info.udine@pec.alifax.com

Believe in Innovation
www.alifax.com

RIF. VS. PROGRESSIVO 9

CODICE
DESCRIZIONE

TE 5450301

vWF CBA EIA - 12x8 pozzetti
Per valutare la capacità di legare il collagene del vWF. Piastra coattata con
Collagene tipo III umano.

CONFEZIONAMENTO
DITTA PRODUTTRICE
CODICE CND
DESCRIZIONE CND
CODICE REPERTORIO D.M.

96 TEST 12x8 pozz
TECHNOCLONE GmbH
W0103020218
FATTORE DI COAGULAZIONE DI VON WILLEBRAND CBA
1184992

PREZZO LISTINO A CF.
SCONTO PRATICATO

€ 1.325,00 (milletrecentoventicinque/00)
64,83 % (sessantaquattro/83 per cento)

PREZZO OFFERTO A CF.
PREZZO OFFERTO A TEST

€ 466,00 (quattrocentosessantasei/00)
€ 4,8541 (quattro/8541)

NR. CONFEZIONI NECESSARIE PER
EFFETTUARE GLI ESAMI RICHIESTI
TOTALE FORNITURA ANNUA PRODOTTO

6
€ 2.796,00 (duemilasettecentonovantasei/00)

RIF. VS. PROGRESSIVO 10

CODICE
DESCRIZIONE
CONFEZIONAMENTO
DITTA PRODUTTRICE
CODICE CND
DESCRIZIONE CND
CODICE REPERTORIO D.M.

STA 00919

ASSERACHROM VWF:FVIIIIB ELISA 96T
96 TEST 12x8 pozz
STAGO ITALIA S.R.L.
W0103020399

PREZZO LISTINO A CF.
SCONTO PRATICATO

TEST SPECIALI COAGULAZIONE - ALTRI
IN FASE DI REGISTRAZIONE
€ 5.000,00 (cinquemila/00)

PREZZO OFFERTO A CF.
PREZZO OFFERTO A TEST

80,8 % (ottanta/80 per cento)
€ 960,00 (novecentosessanta/00)
€ 10,0000 (dieci/00)

NR. CONFEZIONI NECESSARIE PER
EFFETTUARE GLI ESAMI RICHIESTI
TOTALE FORNITURA ANNUA PRODOTTO

6
€ 5.760,00 (cinquemilasettecentosessanta/00)

ALIFAX s.r.l.
Procuratore Speciale
Marita Mazzucato