

**Verbalizzazione delle operazioni relative alla Procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione, mediante sottoscrizione di un accordo quadro con più operatori – un operatore per ciascun lotto di gara – di “Dispositivi Medici”, suddivisa in 13 lotti CIG: 6735218DB5**

**SEDUTA PUBBLICA DEL 11/04/2018**

In data **11 aprile 2018**, alle ore **09:30**, presso l'Aula Verde del P.O. di Pescara, sita in via Fonte Romana n°8, piano terra, nelle adiacenze del bar alla presenza di:

- Dott. Alberto Cianci, direttore UOC ABS, in qualità di Autorità di gara,
- Dott. Quirino Cipolla, funzionario della stazione appaltante verbalizzante,
- Rappresentanti delle Ditte riportate nell'allegato elenco,

viene aperta la seduta pubblica della gara descritta in intestazione, convocata con nota prot. n°877/ABS del 06/04/2018, inviate a mezzo PEC a tutte le Ditte concorrenti e da queste regolarmente ricevute come risulta dall'esito di positiva trasmissione, agli atti dell'UOC ABS.

Preliminarmente l'Autorità di Gara dà atto che:

- il presente verbale ha natura “provvedimentale”, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.29 del D.Lgs.50/2016;
- con Delibera n°540 del 09/06/2016 e con Delibera di integrazione n°565 del 16/06/2016 è stata indetta la procedura di gara in oggetto;
- in data 19/09/2016 è stata svolta la seduta pubblica in cui l'autorità di gara ha dato atto che le ditte concorrenti sono state ammesse alla procedura in oggetto ed hanno presentato offerta ed hanno presentato offerte per i lotti come indicato nell'allegato elenco (all. A);
- con Delibera n°1153 del 21/12/2017 è stato nominato quale Rup della procedura in oggetto, in sostituzione della Dott.ssa Tiziana Petrella. Il Dott. Alberto Cianci per le motivazioni esposte nella predetta delibera;
- in data 29/01/2018 è stata svolta la seduta pubblica in cui l'autorità di gara dopo aver dato lettura della valutazione tecnica formulata dalla commissione giudicatrice ha raccolto le osservazioni formulate dai rappresentanti delle ditte presenti alla seduta stessa per i lotti dall'1 al 7 disponendo l'inoltro delle predette osservazioni alla commissione giudicatrice; nella medesima seduta si è proceduto all'aggiudicazione dei lotti non oggetto di contestazione (dal 9 al 14);

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including a large signature that appears to be 'Alberto Cianci' and several other illegible signatures.



- la Commissione giudicatrice, nominata con determina dirigenziale n°761/ABS del 25.10.2016, ha concluso e rimesso all'Autorità di gara le sue valutazioni a seguito del predetto verbale della seduta pubblica del 29/01/2018;

Ciò premesso si passa alla consegna di copia del verbale di valutazione tecnica ai rappresentanti delle ditte presenti e si dà lettura degli esiti di valutazione tecnica compiuti dalla Commissione giudicatrice ed alla riparametrazione dove prevista e necessaria.

A questo punto l'autorità di gara rammenta come il disciplinare di gara abbia previsto che:

- (a) per ciascun lotto di gara, il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n.50/2016, ovvero a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ai seguenti elementi e relativi coefficienti espressi in centesimi e precisamente:
  - ribasso sul prezzo posto a base d'asta: punti 30/100
  - qualità del servizio: fattori tecnico qualitativi punti 70/100;
- (b) saranno escluse dall'aggiudicazione le offerte che, prima della seconda riparametrazione, non avranno raggiunto nella fase della valutazione della qualità, dove ci sia stata, un punteggio minimo di 42/70;
- (c) laddove nessuna offerta abbia ottenuto il punteggio massimo previsto (70 punti), si procederà alla riparametrazione, attribuendo 70 punti all'offerta che ha ottenuto il punteggio più elevato e alle altre, punteggi direttamente proporzionali;
- (d) per l'attribuzione del punteggio economico si applicherà la formula indicata all'articolo 11 punto 2 del disciplinare di gara;
- (e) per la individuazione della soglia di anomalia dell'offerta, di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs 50/2016, al fine di evitare alterazioni dovute al meccanismo della riparametrazione, si considererà il punteggio tecnico ed economico ante-riparametrazione;

Si passa, quindi, alla presa in consegna del plico contenente le buste delle offerte economiche, custodito, sino all'apertura della presente seduta, all'interno dell'armadio chiuso a chiave nella stanza del Direttore dell'UOC ABS alla presenza dei rappresentanti delle ditte PACO sig. Rocco Santone e MEDTRONIC sig. Sciaudone Angelo, nel quale era stato riposto nel corso della seduta del 29/01/2018.

L'Autorità rammenta e dà atto che:

- la chiave dell'armadio è stata detenuta e custodita dalla medesima Autorità;





- il contenitore risulta del tutto integro.

Si procede, quindi, all'apertura delle offerte economiche delle Ditte partecipanti, alla verifica della correttezza e completezza della loro formulazione, al calcolo dei punteggi economici e complessivi, tutti riportati nell'allegato elenco (all. B).

**Per il lotto 1:** L'Autorità di gara verifica che l'offerta della Ditta Sanic prima classificata è da considerarsi anomala, ai sensi dell'art.97 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., onde per cui sarà attivato il procedimento di verifica dell'anomalia.

L'esito di tale valutazione sarà verbalizzato e notificato a tutte le Ditte concorrenti, senza necessità di seduta pubblica.

**Per il lotto 2:** la Ditta prima classificata è Bertoni Nello, come da offerta economica allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Per il lotto 3:** L'Autorità di gara verifica che l'offerta della Ditta Adriamed prima classificata è da considerarsi anomala, ai sensi dell'art.97 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., onde per cui sarà attivato il procedimento di verifica dell'anomalia.

L'esito di tale valutazione sarà verbalizzato e notificato a tutte le Ditte concorrenti, senza necessità di seduta pubblica.

**Per il lotto 4:** la Ditta prima classificata è Biolena, come da offerta economica allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Per il lotto 5:** L'Autorità di gara verifica che l'offerta della Ditta ID&Co prima classificata è da considerarsi anomala, ai sensi dell'art.97 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., onde per cui sarà attivato il procedimento di verifica dell'anomalia.

L'esito di tale valutazione sarà verbalizzato e notificato a tutte le Ditte concorrenti, senza necessità di seduta pubblica.

**Per il lotto 6:** L'Autorità di gara verifica che l'offerta della Ditta ID&Co prima classificata è da considerarsi anomala, ai sensi dell'art.97 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., onde per cui sarà attivato il procedimento di verifica dell'anomalia.

L'esito di tale valutazione sarà verbalizzato e notificato a tutte le Ditte concorrenti, senza necessità di seduta pubblica.

**Per il lotto 7:** la Ditta prima classificata è la Clinilab, come da offerta economica allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Il lotto 8** è stato revocato con determina n°334/ABS/2017;

La seduta si chiude alle ore **11.45**.

Copia del presente verbale viene consegnato in copia ai rappresentanti delle ditte presenti alla seduta i quali, con la loro sottoscrizione:

- attestano la veridicità di quanto ivi contenuto per essere avvenuto alla loro presenza;
- rilasciano ricevuta per avvenuta consegna e ricevimento.

**LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO**


Dott. Alberto Cianci

Dott. Quirino Cipolla




Per le Ditte





Ditta	Nome e Cognome	Firma
ADRIAMED	FRATTINI GAUDIO	
B. BRAUN		
BAXTER		
BD	RICCARDO AMIRANI	
BENEFIS		
BERICA HYGIENE	HAURIZIO LONGHI	
BERTONI NELLO		
BIOLENA		
CAIR ITALIA	Cuperlo Felice	





Ditta	Nome e Cognome	Firma
* CARE FUSION	RICCARDO ARRUBRÀ	
CHEMIL		
CLINILAB		
CODISAN		
CORMED	MATIA CIATTONI	
CREMASCOLI		
DIEMME		
EUROSPITAL		
FARMAC E ZABBAN	CLAUDIO PESQUINI	

✓

✓

✓

Ditta	Nome e Cognome	Firma
FASE	FABRIZIO DI SIPLO	
ID & CO		
LOHMANN	MARCO CAMPONES	
MEDLINE		
MEDTRONIC	ANGELO SCIANDONE	
MOLNYKE		
NACATUR		
PACO	ROCCO SANTONÒ	
RAYS		

✓

✓

✓

✓

Ditta	Nome e Cognome	Firma
SANIC	PELLEGRINI A. MARCELLO	
SATO		
SBM		
SOFAR		
TAU MEDICA		
VYGON		

All. A

DITTA	LOTTE DI PARTECIPAZIONE													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BECTON DICKINSON ITALIA SPA			x											
ADRIAMED SRL	x	x	x	x										
B. BRAUN MILANO SPA	x	x												
BAXTER SPA	x													
BENEFIS SRL	x	x	x	x		x								
BERICA HYGIENE spa							x							
BERTONI NELLO SRL	x	x												
BIOLENA	x	x	x	x	x	x								
BSN MEDICAL SRL									x					
CAIR ITALIA SRL		x	x	x										
CAREFUSION ITALY 311	x	x		x										
CHEMIL SRL	x						x							
CLINILAB SRL	x						x							
CODISAN SPA	x						x							
CORMED CARDIOVASCOLARE				x										
CREMASCOLI & IRIS SRL				x										
DASER SRL								x	x					
DIEMME srl					x	x								
EUROSPITAL SPA		x		x										
FARMAC ZABBAN	x	x					x							
FASE SRL	x	x	x						x					
ID & CO SRL					x	x		x						
LOHMANN & RAUSCHER SRL							x							
LUIGI SALVADORI SPA										x				
MEDLINE INTERNATIONAL SRL							x							
MEDTRONIC ITALIA					x	x	x							
MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL							x	x		x				
NACATUR INTERNATIONAL SRL	x	x	x				x							
PACO srl	x	x		x										
RAYS SPA	x													
SANIC SRL	x	x		x	x	x		x					x	x
SANTEX										x				
SATO SRL	x	x		x										
SBM	x	x												
SOFAR SPA		x												
TAU MEDICA SRL	x	x		x										
TELEFLEX MEDICAL SRL											x	x	x	x
VYGON ITALIA SRL				x										



Verbalizzazione delle operazioni relative al riscontro della nota n° 0000573/abs del 27/02/2018 e del Verbale di Seduta straordinaria ABS del 20/03/2018, relative alla procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione, mediante sottoscrizione di un accordo quadro con più operatori-un operatore per ciascun lotto di gara-di "Dispositivi medici" suddivisa in 13 lotti CIG:6735218db5

#### **SEDUTE STRAORDINARIE DEL 06 e 08 marzo 2018**

In data 6 e 8 marzo presso i locali della farmacia ospedaliera del P.O di Popoli, la Commissione tecnica nominata con Determina ABS 761/2016, e costituita da:

- Presidente dott. Vincenzo Vittorini
- dott.ssa Miriam Carmen Di Staso e inf. Enzo Cafarelli in qualità di Componenti

si è riunita per dare riscontro alle richieste di chiarimenti inoltrate in data 27/02/2018 dall'Ufficio ABS con nota 573/2018.

Dopo aver proceduto a rivalutare tutta la documentazione tecnica ed il materiale in campionatura inoltrato dalle ditte che avevano richiesto chiarimenti in merito alla valutazione ottenuta, la Commissione Tecnica si è espressa come di seguito specificato per singolo lotto:

#### **LOTTO 1**

**CLINILAB:** in riscontro al quesito sui motivi di esclusione del prodotto presentato per il lotto in questione, la Commissione procedendo ad una ennesima rivalutazione sia della scheda tecnica prodotta dalla stessa ditta che del campione inviato, conferma che IL REF NON RISULTA RIPORTATO SUL CONFEZIONAMENTO PRIMARIO/BLISTER DEL PRODOTTO.

#### **Pertanto si conferma la non idoneità**

**B.BRAUN:** in riscontro al quesito sui motivi di esclusione del prodotto presentato per il lotto in questione, la Commissione procedendo ad una ennesima rivalutazione sia della scheda tecnica che del campione inviato, si conferma la mancata dichiarazione delle dimensioni del filtro aria della capsula di protezione, mentre risulta dichiarata la capacità del filtro aria della camera di gocciolamento.

#### **Pertanto si conferma la non idoneità**

**FASE:** in riscontro al quesito sui motivi di esclusione del prodotto presentato per il lotto in questione, la Commissione procedendo ad una ennesima rivalutazione sia della scheda tecnica che del campione inviato, IL REF INDICATO NELLA SCHEDA TECNICA NON RISULTA RIPORTATO SUL CONFEZIONAMENTO PRIMARIO/BLISTER DEL PRODOTTO.

#### **Pertanto si conferma la non idoneità**

In merito alle "evidenze" manifestate dalla ditta Paco, dalla ditta SBM e dalla ditta CareFusion, la Commissione precisa ulteriormente che la presenza del tappino è stata valutata come miglioria esclusivamente nell'ambito del parametro "Qualità costruttiva e sicurezza per il paziente".

## LOTTO 2

**FASE:** in riscontro al quesito sui motivi di esclusione del prodotto presentato per il lotto in questione, la Commissione procedendo ad una ennesima rivalutazione sia della scheda tecnica prodotta dalla stessa ditta che del campione inviato, conferma che IL REF NON RISULTA RIPORTATO SULLA SCHEDA TECNICA E SUL CONFEZIONAMENTO PRIMARIO/BLISTER DEL PRODOTTO.

In merito alle "evidenze" manifestate dalla ditta Paco e dalla ditta CareFusion, la Commissione precisa anche in questo caso che la presenza del tappino è stata valutata come miglioria esclusivamente nell'ambito del parametro "Qualità costruttiva e sicurezza per il paziente".

**SBM:** in riscontro al quesito sui motivi di esclusione del prodotto presentato per il lotto in questione, la Commissione procedendo ad una ennesima rivalutazione della scheda tecnica prodotta dalla stessa ditta, conferma che nella scheda tecnica prodotta non c'è alcuna specifica né di definizione "macrogoccia" né di caratteristica tecnica che definisce il sistema macrogoccia ovvero 20 gocce/ml.

**Pertanto si conferma la non idoneità**

**CAIR:** in riscontro al quesito sui motivi di esclusione del prodotto presentato per il lotto in questione, la Commissione procedendo ad una ennesima rivalutazione della scheda tecnica prodotta dalla stessa ditta, conferma che nella scheda tecnica prodotta non c'è alcuna specifica né di definizione "macrogoccia" né di caratteristica tecnica che definisce il sistema macrogoccia ovvero 20 gocce/ml.

INOLTRE IL POSSESSO DEL REQUISITO MACROGOCCIA COSTITUISCE REQUISITO DI GARA NEL CAPITOLATO SPECIALE

**Pertanto si conferma la non idoneità**

## LOTTO 3

**NACATUR:** in riscontro al quesito sui motivi di esclusione del prodotto presentato per il lotto in questione, la Commissione PRECISA CHE IL MOTIVO DI NON IDONEITA' DEVE ESSERE INTESO COME ASSENZA DI DICHIARAZIONE DI LIPIDO RESISTENZA e che per un refuso di scrittura è stata riportata erroneamente la dicitura "MANCA DICHIARAZIONE IN SCHEDA TECNICA ASSENZA LIPIDO RESISTENZA".

Tuttavia dall'ulteriore esamina della scheda tecnica prodotta dalla stessa ditta non si evinca alcuna dichiarazione di lipidoresistenza.

**Pertanto si conferma la non idoneità**

## LOTTO 4

**CORMED:** in riscontro all'osservazione prodotta sulla "presenza del tappino" la Commissione precisa che la presenza del tappino è stata valutata come miglioria esclusivamente nell'ambito del parametro "Qualità costruttiva e sicurezza per il paziente".

In merito alla dichiarata ASSENZA di spazio morto da parte della ditta concorrente Biolena, la Commissione precisa che tale requisito è specificatamente dichiarato nella scheda tecnica fornita dalla ditta in questione.

**ADRIAMED:** in riscontro al quesito sui motivi di esclusione del prodotto presentato per il lotto in questione, la Commissione procedendo ad una ennesima rivalutazione sia della scheda tecnica prodotta dalla stessa ditta che del campione inviato, conferma che LA MARCATURA CE NON RISULTA RIPORTATA SUL CONFEZIONAMENTO PRIMARIO/BLISTER DEL PRODOTTO.

**CARE FUSION:** in riscontro al quesito sui motivi di esclusione del prodotto presentato per il lotto in questione, LA COMMISSIONE RISPONDENDO CON STRALCIO DEL CAPITOLATO SPECIALE DEL LOTTO 4 (PAG.5 DEL CAPITOLATO STESSO):

***LOTTO 4 DISPOSITIVO PER ACCESSO VASCOLARE A CIRCUITO CHIUSO A PRESSIONE NEUTRA***

***Per la protezione degli accessi vascolari.***

***Da utilizzarsi nelle connessioni tramite siringa senza utilizzo di ago al fine di ridurre il rischio di punture accidentali.***

***Deve essere dotato di connessione luer –lock maschio e corpo esterno con connessione luer-lock femmina.***

***Deve essere a pressione neutra, deve avere spazio morto ridotto.***

***Deve essere monouso, sterile, in confezione singola.***

***Deve essere latex-free, senza ftalati***

***Conferma la non idoneità***

In merito alla "evidenze" manifestata dalla ditta Care, la Commissione precisa ulteriormente che la presenza del tappino è stata valutata come migliorata esclusivamente nell'ambito del parametro "Qualità costruttiva e sicurezza per il paziente".

**LOTTO 7**

**NACATUR :** in riscontro al quesito sui motivi di esclusione del prodotto presentato per il lotto in questione, la Commissione procedendo ad una ennesima rivalutazione della scheda tecnica prodotta dalla stessa ditta , conferma che nella scheda tecnica prodotta NON C'E' ALCUNA SPECIFICA RELATIVA ALLA PRESENZA DEL GRIP, COME PREVISTO DAL CAPITOLATO.

**Pertanto si conferma la non idoneità**

**BERICA HYGIENE:** in riscontro al quesito sui motivi di esclusione del prodotto presentato per il lotto in questione, LA COMMISSIONE RISPONDENDO CON STRALCIO DEL CAPITOLATO SPECIALE DEL LOTTO 4 (PAG.5 DEL CAPITOLATO STESSO):

***LOTTO 7 – AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO - GUANTI CHIRURGICI SENZA POLVERE IN POLISOPRENE CON RIVESTIMENTO INTERNO SINTETICO***

***Devono essere rispondenti alla normativa EN 455.***

***Devono essere in polisoprene e completamente privi di polveri lubrificanti sia internamente che esternamente.***

**Devono avere rivestimento interno di polimero sintetico per garantire la calzabilità anche con mani bagnate.**

**Devono essere di forma anatomica rispettivamente destra e sinistra, risultare di corpo unico, privi di saldature e sbavature.**

**Devono essere dotati di "grip" al fine di permettere l'utilizzo in microchirurgia. ....omissis**

**Conferma la non idoneità**

In merito alla dichiarazione riportata nella scheda tecnica prodotta dalla ditta in questione di "presenza di superficie microtesturizzata", questa Commissione ha ritenuto opportuno di adeguarsi pedissequamente alla dicitura riportata nel Capitolato speciale, e che rimanda all'Ufficio ABS la decisione di ammettere alla valutazione qualitativa considerando una equivalenza tra GRIP e "SUPERFICIE MICROTSTURIZZATA", visto che non abbiamo riscontrato nessuna fonte ufficiale che dichiarasse l'equivalenza delle 2 definizioni.

Lohmann e Rauscher: in riscontro al quesito sui motivi di esclusione del prodotto presentato per il lotto in questione, LA COMMISSIONE RISPONDENDO CON STRALCIO DEL CAPITOLATO SPECIALE DEL LOTTO 4 (PAG.5 DEL CAPITOLATO STESSO):

**LOTTO 7 – AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO - GUANTI CHIRURGICI SENZA POLVERE IN POLISOPRENE CON RIVESTIMENTO INTERNO SINTETICO**

**Devono essere rispondenti alla normativa EN 455.**

**Devono essere inpolisoprene e completamente privi di polveri lubrificanti sia internamente che esternamente.**

**Devono avere rivestimento interno di polimero sintetico per garantire la calzabilità anche con mani bagnate.**

**Devono essere di forma anatomica rispettivamente destra e sinistra, risultare di corpo unico, privi di saldature e sbavature.**

**Devono essere dotati di "grip" al fine di permettere l'utilizzo in microchirurgia. ....omissis**

**Conferma la non idoneità**

In merito alla dichiarazione riportata nella scheda tecnica prodotta dalla ditta in questione di "presenza di superficie microruvida", questa Commissione ha ritenuto opportuno di adeguarsi pedissequamente alla dicitura riportata nel Capitolato speciale, e che rimanda all'Ufficio ABS la decisione di ammettere alla valutazione qualitativa considerando una equivalenza tra GRIP e "SUPERFICIE MICROTSTURIZZATA", visto che non abbiamo riscontrato nessuna fonte ufficiale che dichiarasse l'equivalenza delle 2 definizioni

La commissione tecnica

IL PRESIDENTE

Dott. Vincenzo Vittorini

COMPONENTE 1

dott.ssa Miriam Carmen Di Staso

COMPONENTE 2

inf. Enzo Cafarelli

ASL PESCARA  
URBIA POPOLI  
VITTORINI  
A04C20C00

ASL PESCARA

Dr.ssa Miriam Carmen DI STASO  
Farmacista Dirigente Responsabile  
U.O. FARMACIA OSPEDALIERA  
P.O. POPOLI (PE)

**SEDUTE STRAORDINARIE del 21 e 22 marzo**

In data 21 e 22 marzo presso i locali della farmacia ospedaliera del P.O di Popoli, la Commissione tecnica nominata con Determina ABS 761/2016, e costituita da:

- Presidente dott. Vincenzo Vittorini
- dott.ssa Miriam Carmen Di Staso e inf. Enzo Cafarelli in qualità di Componenti

si è riunita IN RISCONTRO ALLA DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' DI GARA DEL 20/03/2018, HA RIVALUTATO QUALITATIVAMENTE CON IL METODO DEL CONFRONTO A COPPIE CON MATRICE TRIANGOLARE TUTTE LE DITTE RESE IDONEE PER IL LOTTO 1, escludendo la ditta Rays.

Si allega alla presente la nuova griglia che sostituisce la precedente.

La commissione tecnica

IL PRESIDENTE

Dott. Vincenzo Vittorini

COMPONENTE 1

dott.ssa Miriam Carmen Di Staso

COMPONENTE 2

inf. Enzo Cafarelli

*Vincenzo Vittorini*  
**ASL PESCARA**  
U.O. CHIRURGIA POPOLI  
**ASL PESCARA**  
*Miriam Carmen Di Staso*  
Dr.ssa Miriam Carmen Di Staso  
Farmacista Dirigente Responsabile  
U.O. FARMACIA OSPEDALIERA  
P.O. POPOLI (PE)  
*Enzo Cafarelli*

**LOTTO 1-DEFLUSSORE PER SOLUZIONE INFUSIONALE IN PVC**

**FINITURA DEI MATERIALI**

	COMMISSARIO 1	COMMISSARIO 2	COMMISSARIO 3	SOMMA PUNTEGGI	COEFFICIENTI UNICI	PUNTEGGIO MAX
BIOLENA (A)	7	7	7	21	1,00	20,00
ADRIAMED (B)	7	7	7	21	1,00	20,00
NACATUR (C)	7	7	7	21	1,00	20,00
FARMAL E ZABBAN (D)	7	7	7	21	1,00	20,00
PACO (E)	7	7	7	21	1,00	20,00
CARE FUSION (G)	7	7	7	21	1,00	20,00
SANIC (H)	7	7	7	21	1,00	20,00
SBM (I)	7	7	7	21	1,00	20,00

**QUALITA' COSTRUTTIVA E SICUREZZA PER IL PAZIENTE**

	COMMISSARIO 1	COMMISSARIO 2	COMMISSARIO 3	SOMMA PUNTEGGI	COEFFICIENTI UNICI	PUNTEGGIO MAX
BIOLENA (A)	27	32	22	81	0,95	28,59
ADRIAMED (B)	4	4	4	12	0,14	4,24
NACATUR (C)	27	32	22	81	0,95	28,59
FARMAL E ZABBAN (D)	4	4	4	12	0,14	4,24
PACO (E)	4	4	4	12	0,14	4,24
CARE FUSION (G)	4	4	5	13	0,15	4,59
SANIC (H)	27	32	26	85	1,00	30,00
SBM (I)	4	4	5	13	0,15	4,59

**QUALITA' COSTRUTTIVA E MANEGGEVOLEZZA**

	COMMISSARIO 1	COMMISSARIO 2	COMMISSARIO 3	SOMMA PUNTEGGI	COEFFICIENTI UNICI	PUNTEGGIO MAX
BIOLENA (A)	23	19	19	61	0,62	12,32
ADRIAMED (B)	11	9	11	31	0,31	6,26
NACATUR (C)	11	9	11	31	0,31	6,26
FARMAL E ZABBAN (D)	24	20	22	66	0,67	13,33
PACO (E)	24	20	22	66	0,67	13,33
CARE FUSION (G)	4	3	4	11	0,11	2,22
SANIC (H)	37	31	31	99	1,00	20,00
SBM (I)	0	0	0	0	0,00	0,00

**PUNTEGGI TOTALI**

	FINITURA DEI MATERIALI	SICUREZZA PER IL PAZIENTE	MANEGGEVOLEZZA	SOMMA PUNTEGGI
BIOLENA (A)	20,00	28,59	12,32	60,91
ADRIAMED (B)	20,00	4,24	6,26	30,50
NACATUR (C)	20,00	28,59	6,26	54,85
FARMAL E ZABBAN (D)	20,00	4,24	13,33	37,57
PACO (E)	20,00	4,24	13,33	37,57
CARE FUSION (G)	20,00	4,59	2,22	26,81
SANIC (H)	20,00	30,00	20,00	70,00
SBM (I)	20,00	4,59	0,00	24,59

*file ch*



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA  
 U.O. CHIRURGIA D'URTO  
 Dott. CESARIS  
 11/01/2016

LOTTO 2-DEFLUSSORE CON REGOLATORE DI FLUSSO DI PRECISIONE

FINITURA DEI MATERIALI

	COMMISSARIO 1	COMMISSARIO 2	COMMISSARIO 3	SOMMA PUNTEGGI	COEFFICIENTI UNICI	PUNTEGGIO MAX
BIOLENA (A)	8	8	8	24	1	20
ADRIAMED (B)	8	8	8	24	1	20
NACATURO	8	8	8	24	1	20
BERTONI NELLO (D)	8	8	8	24	1	20
SANIC (E)	8	8	8	24	1	20
EUROSPITAL (F)	8	8	8	24	1	20
PACO (G)	8	8	8	24	1	20
FARMAC E ZABBAN (H)	8	8	8	24	1	20
CARE FUSION (I)	8	8	8	24	1	20

QUALITA' COSTRUTTIVA E MANEGGEVOLEZZA

	COMMISSARIO 1	COMMISSARIO 2	COMMISSARIO 3	SOMMA PUNTEGGI	COEFFICIENTI UNICI	PUNTEGGIO MAX
BIOLENA (A)	13	11	11	35	0,32	6,48
ADRIAMED (B)	1	1	1	3	0,03	0,56
NACATURO	1	1	1	3	0,03	0,56
BERTONI NELLO (D)	38	32	38	108	1,00	20,00
SANIC (E)	13	11	11	35	0,32	6,48
EUROSPITAL (F)	13	11	11	35	0,32	6,48
PACO (G)	37	31	36	104	0,96	19,26
FARMAC E ZABBAN (H)	38	32	38	108	1,00	20,00
CARE FUSION (I)	13	11	11	35	0,32	6,48

QUALITA' COSTRUTTIVA E SICUREZZA PER IL PAZIENTE

	COMMISSARIO 1	COMMISSARIO 2	COMMISSARIO 3	SOMMA PUNTEGGI	COEFFICIENTI UNICI	PUNTEGGIO MAX
BIOLENA (A)	28	35	28	91	0,89	26,76
ADRIAMED (B)	14	13	14	41	0,40	12,06
NACATURO	2	2	2	6	0,06	1,76
BERTONI NELLO (D)	15	15	15	45	0,44	13,24
SANIC (E)	32	37	32	101	0,99	29,71
EUROSPITAL (F)	32	38	32	102	1,00	30,00
PACO (G)	14	14	14	42	0,41	12,35
FARMAC E ZABBAN (H)	2	2	2	6	0,06	1,76
CARE FUSION (I)	2	2	2	6	0,06	1,76

PUNTEGGI TOTALI

	FINITURA DEI MATERIALI	MANEGGEVOLEZZA	QUALITA' COSTRUTTIVA E SICUREZZA PER IL PAZIENTE	SOMMA PUNTEGGI
BIOLENA (A)	20,00	6,48	26,76	53,24
ADRIAMED (B)	20,00	0,56	12,06	32,62
NACATURO	20,00	0,56	1,76	22,32
BERTONI NELLO (D)	20,00	20,00	13,24	53,24
SANIC (E)	20,00	6,48	29,71	56,19
EUROSPITAL (F)	20,00	6,48	30,00	56,48
PACO (G)	20,00	19,26	12,35	51,61
FARMAC E ZABBAN (H)	20,00	20,00	1,76	41,76
CARE FUSION (I)	20,00	6,48	1,76	28,24

File CL

ASL PESCARA  
 Direzione Clinica di STASO  
 Farmacia Dirigente Specialista  
 U.O. FARMACIA SPEDALIERA  
 P.O. FOROLI (PE)

ASL PESCARA  
 U.O. CHIRURGIA  
 P.O. FOROLI (PE)

**LOTTO 3-RUBINETTO A 3 VIE LIPOID RESISTENTE**

	FINITURA DEI MATERIALI			SOMMA PUNTEGGI	COEFFICIENTI UNICI	PUNTEGGIO MAX
	COMMISSARIO 1	COMMISSARIO 2	COMMISSARIO 3			
CAIR (A)	4	4	4	12	1	20
ADRIAME D (B)	4	4	4	12	1	20
BENEFIS ©	4	4	4	12	1	20
BIOLENA (D)	4	4	4	12	1	20
BD (E)	4	4	4	12	1	20

	QUALITA' COSTRUTTIVA E MANEGGEVOLEZZA			SOMMA PUNTEGGI	COEFFICIENTI UNICI	PUNTEGGIO MAX
	COMMISSARIO 1	COMMISSARIO 2	COMMISSARIO 3			
CAIR (A)	4	4	4	12	1	20
ADRIAME D (B)	4	4	4	12	1	20
BENEFIS ©	4	4	4	12	1	20
BIOLENA (D)	4	4	4	12	1	20
BD (E)	4	4	4	12	1	20

	QUALITA' COSTRUTTIVA E SICUREZZA PER IL PAZIENTE			SOMMA PUNTEGGI	COEFFICIENTI UNICI	PUNTEGGIO MAX
	COMMISSARIO 1	COMMISSARIO 2	COMMISSARIO 3			
CAIR (A)	4	4	4	12	1	30
ADRIAME D (B)	4	4	4	12	1	30
BENEFIS ©	4	4	4	12	1	30
BIOLENA (D)	4	4	4	12	1	30
BD (E)	4	4	4	12	1	30

	PUNTEGGI TOTALI			SOMMA PUNTEGGI
	FINITURA DEI MATERIALI	MANEGGEVOLEZZA	SICUREZZA PER IL PAZIENTE	
CAIR (A)	20	20	30	70
ADRIAME D (B)	20	20	30	70
BENEFIS ©	20	20	30	70
BIOLENA (D)	20	20	30	70
BD (E)	20	20	30	70

PLU CL

ASL PESCARA  
 Dec. 10/2010  
 F. M. 10/2010  
 U.O. F.A.R.

*[Handwritten signature]*

LOTTO 4-DISPOSITIVO PER ACCESSO VASCOLARE A CIRCUITO CHIUSO A PRESSIONE NEUTRE

	FINTURA DEI MATERIALI			SOMMA PUNTEGGI	COEFFICIENTI UNICI	PUNTEGGIO MAX
	COMMISSARIO 1	COMMISSARIO 2	COMMISSARIO 3			
BIOLENA (A)	6	6	6	18	1	20
VYGON (B)	6	6	6	18	1	20
CORMED ©	6	6	6	18	1	20
SANIC(D)	6	6	6	18	1	20
CREMASCOLI (E)	6	6	6	18	1	20
PACO (F)	6	6	6	18	1	20
CAIR ITALIA (G)	6	6	6	18	1	20

	QUALITA' COSTRUTTIVA E MANEGGEVOLEZZA			SOMMA PUNTEGGI	COEFFICIENTI UNICI	PUNTEGGIO MAX
	COMMISSARIO 1	COMMISSARIO 2	COMMISSARIO 3			
BIOLENA (A)	36	30	32	98	1,000	20,00
VYGON (B)	25	25	25	75	0,765	15,31
CORMED ©	13	14	16	43	0,439	8,78
SANIC(D)	13	13	15	41	0,418	8,37
CREMASCOLI (E)	3	3	4	10	0,102	2,04
PACO (F)	0	0	0	0	0,000	0,00
CAIR ITALIA (G)	10	10	11	31	0,316	6,33

	QUALITA' COSTRUTTIVA E SICUREZZA PER IL PAZIENTE			SOMMA PUNTEGGI	COEFFICIENTI UNICI	PUNTEGGIO MAX
	COMMISSARIO 1	COMMISSARIO 2	COMMISSARIO 3			
BIOLENA (A)	36	33	30	99	1,00	30,00
VYGON (B)	5	5	5	15	0,15	4,55
CORMED ©	5	5	5	15	0,15	4,55
SANIC(D)	5	5	5	15	0,15	4,55
CREMASCOLI (E)	5	5	5	15	0,15	4,55
PACO (F)	5	5	5	15	0,15	4,55
CAIR ITALIA (G)	5	5	5	15	0,15	4,55

	PUNTEGGI TOTALI			SOMMA PUNTEGGI
	FINTURA DEI MATERIALI	MANEGGEVOLEZZA	SICUREZZA PER UPAZIENTE	
BIOLENA (A)	20	20,00	30,00	70,00
VYGON (B)	20	15,31	4,55	39,86
CORMED ©	20	8,78	4,55	33,33
SANIC(D)	20	8,37	4,55	32,92
CREMASCOLI (E)	20	2,04	4,55	26,59
PACO (F)	20	0,00	4,55	24,55
CAIR ITALIA (G)	20	6,33	4,55	30,88

ITALIA

ASL PESCARA  
 Direzione Provinciale  
 Farmaceutica  
 U.O. FARMACIA  
 P.O. (U.P.F.)

X

LOTTO 9-SET PER ASPIRAZIONE CHIRURGICA

DIEMME	FINITURA DEI MATERIALI			SOMMA PUNTEGGI	COEFFICIENTI UNICI	PUNTEGGIO MAX
	COMMISSARIO 1	COMMISSARIO 2	COMMISSARIO 3			
(A)	3	3	3	9	1	20
SANIC(B)	3	3	3	9	1	20
BIOLENA ©	3	3	3	9	1	20
ID&CO (D)	3	3	3	9	1	20

QUALITA' COSTRUTTIVA E MANEGGEVOLEZZA

DIEMME	COMMISSARIO 1	COMMISSARIO 2	COMMISSARIO 3	SOMMA PUNTEGGI	COEFFICIENTI UNICI	PUNTEGGIO MAX
(A)	10	8	10	28	0,39	7,78
SANIC(B)	0	0	0	0	0,00	0,00
BIOLENA ©	0	0	0	0	0,00	0,00
ID&CO (D)	24	24	24	72	1,00	20,00

QUALITA' COSTRUTTIVA E SICUREZZA PAZIENTE

DIEMME	COMMISSARIO 1	COMMISSARIO 2	COMMISSARIO 3	SOMMA PUNTEGGI	COEFFICIENTI UNICI	PUNTEGGIO MAX
(A)	7	6	6	19	1,00	30,00
SANIC(B)	0	0	0	0	0,00	0,00
BIOLENA ©	7	6	6	19	1,00	30,00
ID&CO (D)	7	6	6	19	1,00	30,00

PUNTEGGI TOTALI

DIEMME	PUNTEGGI TOTALI			SOMMA PUNTEGGI
	FINITURA DEI MATERIALI	MANEGGEVOLEZZA	SICUREZZA PER ILPAZIENTE	
(A)	20	7,78	30	57,78
SANIC(B)	20	0	0	20,00
BIOLENA ©	20	0	30	50,00
ID&CO (D)	20	20	30	70,00

S.W.C.L.

ASL PESCARA  
 Direzione Provinciale  
 Ufficio di Stato  
 U.O. Farmacia Ospedaliera  
 P.O. POPOLI (PE)

*[Handwritten signature]*

**LOTTO 6-CANNULA PER ASPIRAZIONE CHIRURGICA YANKAUER**

	FINITURA DEI MATERIALI			SOMMA PUNTEGGI	COEFFICIENTI UNICI	PUNTEGGIO MAX
	COMMISSARIO 1	COMMISSARIO 2	COMMISSARIO 3			
BENEFIS (A)	4	4	4	12	1	20
BIOLENA (B)	4	4	4	12	1	20
SANIC Ø	4	4	4	12	1	20
ID & CO (D)	4	4	4	12	1	20
DIEMME (E)	4	4	4	12	1	20

**QUALITA' COSTRUTTIVA E MANEGGEVOLEZZA**

	COMMISSARIO 1	COMMISSARIO 2	COMMISSARIO 3	SOMMA PUNTEGGI	COEFFICIENTI UNICI	PUNTEGGIO MAX
BENEFIS (A)	6	6	6	18	0,30	5,90
BIOLENA (B)	0	0	0	0	0,00	0,00
SANIC Ø	19	24	18	61	1,00	20,00
ID & CO (D)	19	17	21	57	0,93	18,69
DIEMME (E)	6	6	6	18	0,30	5,90

**QUALITA' COSTRUTTIVA E SICUREZZA PAZIENTE**

	COMMISSARIO 1	COMMISSARIO 2	COMMISSARIO 3	SOMMA PUNTEGGI	COEFFICIENTI UNICI	PUNTEGGIO MAX
BENEFIS (A)	4	4	4	12	1	30
BIOLENA (B)	4	4	4	12	1	30
SANIC Ø	4	4	4	12	1	30
ID & CO (D)	4	4	4	12	1	30
DIEMME (E)	4	4	4	12	1	30

**PUNTEGGI TOTALI**

	PUNTEGGI TOTALI			SOMMA PUNTEGGI
	FINITURA DEI MATERIALI	MANEGGEVOLEZZA	SICUREZZA PER ILPAZIENTE	
BENEFIS (A)	20,00	5,90	30,00	55,90
BIOLENA (B)	20,00	0,00	30,00	50,00
SANIC Ø	20,00	20,00	30,00	70,00
ID & CO (D)	20,00	18,69	30,00	68,69
DIEMME (E)	20,00	5,90	30,00	55,90

*Salvati*

ASL PESCARA  
 Direzione Clinica / DI STASO  
 Farmacia Ospedaliera / Farmacia  
 U.O. FARMACIA / FARMACIA  
 P.O. P.O. (PE)

*R*

**LOTTO 7-GUANTI CHIRURGICI SENZA POLVERE IN POLISOPRENE CON RIVESTIMENTO INTERNO SINTETICO**

**FACILITA' INSERIMENTO A MANO PARZIALMENTE UMIDA**

	COMMISSARIO 1	COMMISSARIO 2	COMMISSARIO 3	SOMMA PUNTEGGI	COEFFICIENTI UNICI	PUNTEGGIO MAX
MEDLINE (A)	2	2	2	6	0,11	2,11
CLINILAB (B)	19	16	17	52	0,91	18,25
CHEMILO	2	2	2	6	0,11	2,11
MOLNLYKE (D)	19	19	19	57	1,00	20,00
FARMAC E ZABBAN (E)	2	2	2	6	0,11	2,11

**COMPLIANCE UTILIZZATORE**

	COMMISSARIO 1	COMMISSARIO 2	COMMISSARIO 3	SOMMA PUNTEGGI	COEFFICIENTI UNICI	PUNTEGGIO MAX
MEDLINE (A)	2	2	5	9	0,13	5,14
CLINILAB (B)	15	15	15	45	0,64	25,71
CHEMILO	2	2	5	9	0,13	5,14
MOLNLYKE (D)	24	23	23	70	1,00	40,00
FARMAC E ZABBAN (E)	2	2	0	4	0,06	2,29

**CONFEZIONAMENTO (CARATTERISTICHE DELLA CONFEZIONE, FACILITA' DI LETTURE ETICHETTA**

	COMMISSARIO 1	COMMISSARIO 2	COMMISSARIO 3	SOMMA PUNTEGGI	COEFFICIENTI UNICI	PUNTEGGIO MAX
MEDLINE (A)	9	8	8	25	0,96	9,62
CLINILAB (B)	9	9	8	26	1,00	10,00
CHEMILO	9	8	8	25	0,96	9,62
MOLNLYKE (D)	0	0	0	0	0,00	0,00
FARMAC E ZABBAN (E)	9	9	8	26	1,00	10,00

**PUNTEGGI TOTALI**

	FACILITA' INSERIMENTO	COMPLIANCE UTILIZZATORE	CONFEZIONAMENTO	SOMMA PUNTEGGI
MEDLINE (A)	2,11	5,14	9,62	16,87
CLINILAB (B)	18,25	25,71	10,00	53,96
CHEMILO	2,11	5,14	9,62	16,87
MOLNLYKE (D)	20,00	40,00	0,00	60,00
FARMAC E ZABBAN (E)	2,11	2,29	10,00	14,40

ASL PESCARA  
 Dr.ssa Miriam Cominetti STIASO  
 Farmacista Delegata  
 U.O. FARMACIA  
 P.D. POPOLI (PE)

*Alucl*

*K*

Punteggio tecnico

Punteggio tecnico		SOGLIA ANOMALIA PT		SOGLIA ANOMALIA Pe		24,00	
LOTTO 1	ante RIPARAMETRAZIONE	RIPARAMETRAZIONE	OFFERTA ANOMALA PT	PE Economica	OFFERTA ANOMALA Pe	TOTALE	TOTALE
BIOLENA	60,91	no	SI		28,80	SI	89,71
NACATUR	54,85	no	NO		17,10	NO	71,95
SANIC	70,00	no	SI		30,00	SI	100,00

LOTTO 2		SOGLIA ANOMALIA PT		SOGLIA ANOMALIA Pe		24,00	
LOTTO 2	ante RIPARAMETRAZIONE	RIPARAMETRAZIONE	OFFERTA ANOMALA PT	PE Economica	OFFERTA ANOMALA Pe	TOTALE	TOTALE
BERTONI NELLO	53,24	no	NO		30,00	SI	95,98
BIOLENA	53,24	no	NO		23,10	NO	89,08
EUROSPITAL	56,48	no	SI		25,50	SI	95,50
PACO	51,61	no	NO		27,30	SI	91,26
SANIC	56,19	no	SI		13,80	NO	83,44

LOTTO 3		SOGLIA ANOMALIA PT		SOGLIA ANOMALIA Pe		24,00	
LOTTO 3	ante RIPARAMETRAZIONE	RIPARAMETRAZIONE	OFFERTA ANOMALA PT	PE Economica	OFFERTA ANOMALA Pe	TOTALE	TOTALE
ADRIAMED	70,00	no	SI		30,00	SI	100,00
BD	70,00	no	SI		13,50	NO	83,50
BENEFIS	70,00	no	SI		27,30	SI	97,30
BIOLENA	70,00	no	SI		27,30	SI	97,30
CAIR	70,00	no	SI		1,20	NO	71,20

LOTTO 4		SOGLIA ANOMALIA PT		SOGLIA ANOMALIA Pe		24,00	
LOTTO 4	ante RIPARAMETRAZIONE	RIPARAMETRAZIONE	OFFERTA ANOMALA PT	PE Economica	OFFERTA ANOMALA Pe	TOTALE	TOTALE
BIOLENA	70,00	no	SI		27,00	SI	97,00

LOTTO 5		SOGLIA ANOMALIA PT		SOGLIA ANOMALIA Pe		24,00	
LOTTO 5	ante RIPARAMETRAZIONE	RIPARAMETRAZIONE	OFFERTA ANOMALA PT	PE Economica	OFFERTA ANOMALA Pe	TOTALE	TOTALE
BIOLENA	50,00	no	NO		30,00	SI	80,00
DIEMME	57,78	no	SI		16,80	NO	74,58
ID&CO	70,00	no	SI		27,30	SI	97,30

LOTTO 6		SOGLIA ANOMALIA PT		SOGLIA ANOMALIA Pe		24,00	
LOTTO 6	ante RIPARAMETRAZIONE	RIPARAMETRAZIONE	OFFERTA ANOMALA PT	PE Economica	OFFERTA ANOMALA Pe	TOTALE	TOTALE
BENEFIS	55,90	no	NO		30,00	SI	85,90
BIOLENA	50,00	no	NO		27,60	SI	77,60
DIEMME	55,90	no	NO		13,50	NO	69,40
ID & CO	68,69	no	SI		27,90	SI	96,59
SANIC	70,00	no	SI		4,20	NO	74,20

LOTTO 7		SOGLIA ANOMALIA PT		SOGLIA ANOMALIA Pe		24,00	
LOTTO 7	ante RIPARAMETRAZIONE	RIPARAMETRAZIONE	OFFERTA ANOMALA PT	PE Economica	OFFERTA ANOMALA Pe	TOTALE	TOTALE
CLINILAB	53,96	no	NO		30,00	SI	92,95
MOLNYKE	60,00	no	SI		15,30	NO	85,30

SCHEMA DELL'OFFERTA ECONOMICA - ALLEGATO 2

LOTTO	DESCRIZIONE LOTTO/PRODOTTO	UNITA' DI MISURA	QT. PRESUNTE NEL TRIENNIO	Importo complessivo triennale	CODICE PRODOTTO	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	DM	IVA	Farmacodi (AIC/Disp. esbiv)	REF. Produttore	REF. Distributore	CND	RND	nominativo Produttore	nominativo fornitore	PREZZO UNITARIO	NUMERO DI pezzi A CONFEZIONE	NUMERO INTERO DI CONFEZIONI NECESSARIE (arrotondato all'intero superiore) AD ESAUDIRE IL QUANTITATIVO TRIENNALE DI COLONNA D	PREZZO A CONFEZIONE	PREZZO DI TUTTE LE CONFEZIONI OFFERTE (col.5 + col.17)
2	deflussore con regolatore di flusso a tamburo	pz	270.000,00	€ 486.000,00	07.145B	DEFLOSSORE	PEZZO	22%		07.145B	07.145B	A0310103	1437577/R	BERTONI NELLO SRL	BERTONI NELLO SRL	0,85	200	1350	€ 170,00	€ 279.500,00

COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

€ 460,00

FORMIGINE, 28 LUGLIO 2016

FIRMA

**BERTONI NELLO s.r.l.**

Via Sant'Onofrio, 27

41043 FORMIGINE (Mo)

Tel. 059.570.104 - Fax 059.571.258

Partita IVA: 02862570369

*Nicola Bertoni*



*[Firma illeggibile]*

*[Firma illeggibile]*

SCHEMA DELL'OFFERTA ECONOMICA - ALLEGATO 4

LOTTO	DESCRIZIONE LOTTO/PRODOTTO	UNITA' DI MISURA	COSTO PRESERTE NEL TENDONE	Importo complessivo Offerta	COMPLE PRORITTO	RAZIONAMENTO COMMERCIALE	IVA	Periodicità (Moltiplicatore IVA)	IST Produzione	IST Distribuzione	CND	BND	Incubatore Produttore	Incubatore Distributore	PREZZO UNITARIO	NUMERO DI post. A CONFEZIONE	AMMIO IMPRESO DI CONFEZIONARE NECESSARIO (prevedendo un'incubazione superiore) AG collazione e collantistivo PRONOME DI COLONNA D	PREZZO A CONFEZIONE	PREZZO DI TUTTE LE CONFEZIONI CONVERTITE (col. 17 x col. 18)
4	dispositivo per accesso vascolare a circuito chiuso a pressione neutra	pz	30.000,00	€ 39.000,00	PKBNP	PROLINE-PKB	PZ 22%	-	PKBNP	PKBNP	A0799	731839/R	BIOLENA SRL	BIOLENA SRL	€ 0,424	1000	30	€ 424,00	€ 12.720,00
																		TOTALE LOTTO 4	€ 12.720,00


I costi della sicurezza c.d. "propri" (diversi da quelli rappresentati dai "costi da interferenza" che nel caso di specie sono stati computati dalla Stazione appaltante pari a zero euro) che l'offerente sostiene per garantire le prestazioni contrattuali oggetto della presente procedura (art. 86, comma 3 bis e 87, comma 4 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.) sono pari allo 0,01%

ARAGONA, 02/09/2016

Timbro della Ditta e Firma del Titolare o Legale Rappresentante

*Biolena s.r.l.*  
 Via Tuttotomondo, 6  
 92021 ARAGONA (AG)  
 Partita IVA 0264932 084

**BIOLENA s.r.l.**  
 ITALIA - C.A.P. 92021 - C.F. 0264932084  
**IL PRESIDENTE**  
 (Dott.ssa Danila Benardo)






SCHEMA DELL'OFFERTA ECONOMICA - ALLEGATO 4

LOTTO	DESCRIZIONE LOTTO / PRODOTTO	UNITA' DI MISURA	QT. PRELIMINARE NEL TRONCO	Importo complessivo Offerta	CODICE PRODOTTO	DESCRIPTORE COMMERCIALE	UM	IVA	Precedenti (MC/Disp. qualità)	REF. Produttore Distributore	CND	RND	Identificativo Produttore	Identificativo Fornitore	PREZZO UNITARIO A COMPOSIZIONE	NUMERO DI UNITA' A COMPOSIZIONE	NUMERO INTERO DI COMPOSIZIONI NECESSARIE (arrotondando all'intero superiore) AD ESAMINARE IL QUANTITATIVO TRONCALE DA COLONNA D	PREZZO A COMPOSIZIONE	PREZZI DI TUTTE LE COMPOSIZIONI UNITARIE (col. 1 + col. 17)	
	guanti chirurgici in polipropilene misura 6	pala	15.000,00		P3160-56	PROCELL DMO				P3160-56	P3160-56				0,845	50 PALA	300	42,25	11675	
	guanti chirurgici in polipropilene misura 6 1/2	pala	75.000,00		P3165-56	POLYPROPYLENE				P3165-56	P3165-56				0,845	50 PALA	1500	42,25	63375	
	guanti chirurgici in polipropilene misura 7	pala	120.000,00		P3170-56	POWDER FREE NON				P3170-56	P3170-56				0,845	50 PALA	2000	42,25	101400	
	guanti chirurgici in polipropilene misura 7 1/2	pala	135.000,00	€ 678.500,00	P3175-56	LATEX-SURGICAL	PAIA	27%		P3175-56	T010102	#999/FR	WRP ASIA PACIFIC	CLINI-LAS SRL	0,845	50 PALA	2000	42,25	114075	
	guanti chirurgici in polipropilene misura 8	pala	60.000,00		P3180-56	GLOVES - guanti				P3180-56	P3180-56				0,845	50 PALA	1300	42,25	50700	
	guanti chirurgici in polipropilene misura 8 1/2	pala	15.000,00		P3185-56	chirurgici in polipropilene				P3185-56	P3185-56				0,845	50 PALA	300	42,25	11675	
	guanti chirurgici in polipropilene misura 9	pala	3.000,00		P3190-56	perla polvere rivestiti di				P3190-56	P3190-56				0,845	50 PALA	60	42,25	2535	
																				357.435,00

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
 01/08/2016 18:16:59  
 4578-00088 FABF5C2E213D50  
 IDENTIFICATIVO : 0115091561254  
 U.I. 15 091561.254.3

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

29 AGO 2016

