

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, IN SERVICE, DI UN SISTEMA DI HIGH THROUGHPUT SCREENING CON TECNOLOGIA DI SEQUENZIAMENTO DI NUOVA GENERAZIONE (NGS), PER L'IDENTIFICAZIONE DI MUTAZIONI SOMATICHE IN NEOPLASIE EMATOLOGICHE, PER LE ESIGENZE DELLA UOC SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA – MEDICINA TRASFUSIONALE- LABORATORIO DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA - CIG 744707725A

In data 20 novembre alle ore 15,00, presso un locale della UOC Acquisizione Beni e Servizi della AUSL di Pescara, la Dott.ssa Tiziana Petrella, direttore UOC ABS, in qualità di autorità di gara, e la Dott.ssa Serena Sette, funzionario verbalizzante, i componenti della Commissione Giudicatrice e alla presenza del rappresentante della Ditta riportato nell'Allegato 1 che firma, unitamente alla sottoscritta il presente verbale ,dichiara aperta una seduta della gara descritta in intestazione.

La presente seduta è volta ad esaminare gli esiti della valutazione tecnica compiuta dalla commissione giudicatrice ed ai suoi riverberi sulla prosecuzione della procedura. Poiché, pertanto, la presente seduta non è volta all'apertura dell'offerta economica, la seduta non richiede pubblicità, fermo restando che il presente verbale sarà notificato alla Ditta concorrente.

L'Autorità di gara prende atto e da atto che:

- In data 15 novembre 2018 è stata aperta la gara in intestazione ed è stata ammessa, seppure con riserva, l'unica Ditta partecipante, Ditta AB ANALITICA;
- Alla fine della seduta – e come risultante dal verbale – la documentazione tecnica veniva consegnata alla commissione giudicatrice, incaricata della valutazione delle offerte, nominata con Determina n.413 del 27 Settembre 2018;
- La Commissione giudicatrice, in seduta riservata, ha effettuato le sue valutazioni e ne ha comunicato gli esiti al RUP , contenuti nel verbale allegato;
- la Commissione, rilevata l'assenza, all'interno della configurazione offerta dalla Ditta, di un "bioanalizzatore" , ha richiesto al RUP di verificare " che l'offerta proposta, così configurata, sia completa e soddisfacente per le esigenze degli utilizzatori";

Si dà, quindi, atto:

- Della richiesta inoltrata dal Direttore della UOC ABS e RUP della procedura, al Direttore della UOC utilizzatrice del sistema oggetto di gara;
- Della risposta da questi fornita (allegata al presente verbale), da cui risulta che il bionalizzatore (non presente nella configurazione offerta dalla Ditta) , avrebbe, invece, dovuto esservi ricompreso, per quanto previsto dal capitolato di gara (art. 1 – oggetto di gara).

Dopo attento ed articolato esame , la sottoscritta ritiene e, pertanto, afferma, che l'offerta tecnica della Ditta AB Analitica debba ritenersi incompleta e non integrabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016 ("In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica...").

Viene, altresì, dato atto che elementi di indeterminazione sono rinvenibili nello schema di offerta economica che, al suo interno, contiene una voce dal contenuto non precisato (rappresentata da "Materiale di consumo legato ai sistemi offerti"), suscettibile di recare ulteriori difficoltà interpretative ed applicative anche (e soprattutto), nell'ipotesi, attuale, di unica offerta, nel caso si fosse proceduto all'apertura dell'offerta economica della Ditta AB Analitica.

Per tutto quanto sopra esposto, la sottoscritta RUP ed autorità di gara, decide di:

ESCLUDERE

l'offerta della Ditta AB Analitica, per incompletezza dell'offerta tecnica, in una sua parte essenziale per il corretto e completo funzionamento del sistema oggetto di gara;

PROPORRE LA REVOCA

della procedura di gara, affinché possa esse emendata – prima della sua riedizione - nella parte relativa allo schema di offerta economica a contenuto indeterminato ed indeterminabile.

La seduta si chiude alle ore 16,00.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Tiziana PETRELLA

Serena SETTE



Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara
Ospedale Civile dello Spirito Santo

DIPARTIMENTO DI EMATOLOGIA ~ MEDICINA TRASFUSIONALE ~ BIOTECNOLOGIE
U.O.C. Servizio di Immunoematologia ~ Medicina Trasfusionale ~ Laboratorio di Ematologia

Direttore: Dr.ssa Patrizia Accorsi
Tel: 085-4252687 Fax: 085-4252607
Email: patrizia.accorsi@ausl.pe.it



Pescara, 15/11/2018

Alla cortese attenzione del Responsabile, Ufficio Approvvigionamento Beni e Servizi
Dr. T. Petrella

Oggetto:

Valutazione tecnica offerta della ditta AB Analitica per la fornitura di un Sistema di High Throughput Screening con tecnologia di sequenziamento di nuova generazione (NGS) per l'identificazione di mutazioni somatiche in neoplasie ematologiche, per le esigenze dell'U.O.C. Servizio di Immunoematologia - Medicina Trasfusionale - Laboratori di Ematologia della ASL 3 (Presidi di Pescara, Penne e Popoli) .

La commissione tecnica si è riunita in data odierna e, dopo attenta valutazione di tutta la documentazione inerente la gara in oggetto, rileva che nello schema "Workflow from sample to analysis", manca un bioanalizzatore.

Tale strumento mancante nel sistema proposto è invece indispensabile in quanto consente l'analisi dei frammenti di DNA post estrazione valutandone specificità, quantità e qualità per la costruzione delle librerie di DNA.

Per tale motivo la commissione chiede al RUP di verificare che l'offerta proposta, così configurata, sia completa e soddisfacente per le esigenze degli utilizzatori.

La commissione tecnica

Dott.ssa Giancola Raffaella

Dott.ssa Carinci Liliana

Dott.ssa Villanova Ida



AUSL di Pescara – P.O. Spirito Santo

DIPARTIMENTO DI EMATOLOGIA – MEDICINA TRASFUSIONALE – BIOTECNOLOGIE

U.O.C. Servizio di Immunematologia – Medicina TrASFusionale – Lab di Ematologia

Direttore: Dr.ssa Patrizia Accorsi

Tel: 085-4252687 Fax: 085-4252607

Email: patrizia.accorsi@ausl.pe.it

Prot. 314 2018 CT



20 novembre 2018

Alla cortese attenzione della Dr.ssa T. Petrella
Direttore, U.O.C. Approvvigionamento Beni & Servizi
AUSL Pescara

Oggetto: Parere in merito alla "Procedura aperta per la fornitura in service di un sistema di High throughput screening con tecnologia di sequenziamento di nuova generazione (NGS), per l'Identificazione di mutazioni somatiche in neoplasie ematologiche".

In relazione alla richiesta di chiarimenti Prot. n. 0092490/18 del 19 novembre 2018 relativa all'oggetto e dopo aver consultato il Responsabile Scientifico del Laboratorio di Biologia Molecolare della U.O.C. Servizio di Immunoematologia - Medicina TrASFusionale - Laboratorio di Ematologia della AUSL di Pescara Prof. Mauro Di Ianni, si chiarisce che nel capitolato è chiaramente inteso nell'art.1 Oggetto della Gara che la fornitura deve prevedere:

- per l'intera durata contrattuale di tutti i dispositivi/accessori ed i materiali di consumo necessari per il corretto e completo funzionamento della strumentazione proposta, anche se non indicati in offerta;
- di ulteriore strumentazione che si rendesse necessaria per garantire i livelli prestazionali dichiarati e/o la continuità delle prestazioni.

Pertanto un bioanalizzatore al fine di garantire la completa automazione e standardizzazione del processo diagnostico con NGS è indispensabile e quindi deve essere compreso nella fornitura.

Nel restare a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Dr.ssa P. Accorsi,
Direttore.

PA:mm