

Chiarimenti da pubblicare sul sito aziendale, gara chimica clinica Laboratorio Analisi:

AVVISO

A SEGUITO DI NUMEROSE RICHIESTE DI CHIARIMENTI E DOPO ATTENTA VALUTAZIONE, ATTESA LA COMPLESSITÀ DELLA QUANTIFICAZIONE DEI KIT PER CALIBRAZIONI E CONTROLLI, CONSIDERANDO L'APPROSSIMARSI DELLA SCADENZA DELLE OFFERTE, AL FINE DI AGEVOLARE GLI OPERATORI NELLA FORMULAZIONE DELLE OFFERTE IN MODO CHIARO E INCONFUTABILE, SI AFFERMA CHE CALIBRATORI, CONTROLLI E MATERIALI DI CONSUMO DEVONO ESSERE OFFERTI IN SCONTO MERCE.

Richiesta di CHIARIMENTO:

1) Sulla base della risposta al chiarimento pubblicato il 22.06.2018 (Domanda: conseguentemente si chiede di confermare che la colonna "Totale numero di kit interi necessari (Col I + J + K)" (Colonna M) sia frutto della somma delle sole colonne I+K. Risposta: si conferma), si chiede di confermare che in realtà la colonna M sia frutto della somma delle colonne J e K e NON delle colonne I e K.

RISPOSTA:

La colonna M è frutto della somma delle colonne J e K.

Richiesta di CHIARIMENTO:

1) si chiede di confermare che la distribuzione dei locali da prendere come riferimento per lo sviluppo del layout di progetto sia quella riportata all'interno del capitolato di gara e non quella riscontrata in situ.

RISPOSTA:

La distribuzione dei locali da prendere in considerazione come riferimento per lo sviluppo del layout di progetto è quella riportata all'interno del capitolato. Nella planimetria allegata non viene riportato un tramezzo divisorio che a nostro parere non crea difficoltà alla formulazione dell'offerta e che comunque, a spese della ASL, può essere tagliato quasi totalmente tranne 100 cm.

Richiesta di CHIARIMENTO:

1) si chiede di confermare che i lavori necessari per la trasformazione dei locali messi a disposizione dallo stato attuale (Riscontrabile in sede di sopralluogo) allo stato proposto nelle planimetrie inserite in capitolato, siano completamente a carico dell'ente.

RISPOSTA:

I lavori sono a carico della ASL

Richiesta di CHIARIMENTO:

1) si chiede di confermare che le dimensioni indicate nelle planimetrie inserite nel capitolato di gara evidenziate in rosso nell'immagine sottostante, ovvero 600 cm e 500 cm, siano da considerarsi refusi e che le misure reali corrispondano rispettivamente a 800 cm e 300 cm, come riportato nell'immagine successiva.

RISPOSTA:

Le dimensioni sono 600 cm e 500 cm.

Richiesta di CHIARIMENTO:

1) si chiede di specificare se per "pronti all'uso" si intende prodotto già confezionato, barcodato e pronto per l'inserimento in macchina senza alcuna manipolazione né manovra; senza necessità di ricostituzione e senza necessità di travaso e di qualunque manovra che aumenti l'impegno del personale TSB.

RISPOSTA:

Per pronti all'uso ci limitiamo a intendere di non dover ricostituire manualmente.

Richiesta di CHIARIMENTO:

1) si chiede di specificare quali criteri (ed eventualmente quale formula matematica) saranno utilizzati per l'attribuzione del punteggio relativo alla caratteristica n. 3 dei criteri di valutazione del Lotto n. 2

RISPOSTA:

Rispetto al numero totale di prodotti pronti all'uso offerti sarà utilizzato il criterio della proporzionalità.

Richiesta di CHIARIMENTO:

1) In relazione al requisito di pag 3 del Capitolato tecnico Rif. 4 Preanalitica "numero di rack di terze parti caricabili sul sistema ecc.sarà premiata la soluzione che presenta il numero di rack maggiore. Relazionare". Si chiede di confermare che il conteggio richiesto per l'attribuzione del punteggio si riferisce ai soli rack con esclusione di eventuali accessori quali (ad esempio) vassoi e supporti.

RISPOSTA:

Si conferma.

Richiesta di CHIARIMENTO:

1) Riguardo ai requisiti a punteggio per Lotto 1 Preanalitica e Sistema Analitico nei criteri di valutazione del SISTEMA ANALITICO IMMUNOMETRIA, relativamente al Rif. 6 Modalità di calibrazione multi punto, si chiede di confermare che il punteggio (4 punti) verrà attribuito alla soluzione che propone la modalità di calibrazione multipunto e non con master curve, vale a dire composta da più punti di standard a differenti livelli.

RISPOSTA:

Si conferma.

Richiesta di CHIARIMENTO:

1) Per il criterio di valutazione Rif. 2 a pag. 7 "Numero di metodiche in linea caricabili ed utilizzabili contemporaneamente escluso ISE, oltre quelle richieste nei requisiti di minima", si chiede di confermare che per metodiche in linea si intende il numero massimo di metodiche programmabili oltre a quelle richieste nei requisiti minimi.

RISPOSTA:

Si conferma.

Richiesta di CHIARIMENTO:

1) In riferimento ai Requisiti minimi sistema analitico immunometria pag. 3 Lotto 1 “Presenza in linea di differenti metodiche richieste, caricate ed utilizzabili contemporaneamente su ognuno dei due sistemi analitici o analizzatori ...”, si chiede di confermare che tutte le metodiche richieste nella Tab 1 devono essere calibrate su tutti i sistemi offerti.

RISPOSTA:

Si conferma.

Richiesta di CHIARIMENTO:

1) In relazione alla SCHEDA OFFERTA ECONOMICA SERVICE LOTTO 1 – Immunometria, si chiede di confermare che per “periodo di validità dei Kit (in mesi)” (Colonna H), si intenda la validità minima dei Kit alla data di consegna (in mesi).

RISPOSTA:

Si conferma.

Richiesta di CHIARIMENTO:

1) In riferimento alla prescrizione di presentare la documentazione tecnica in formato cartaceo e su supporto informatico si chiede la possibilità di presentare solo su supporto informatico documenti voluminosi quali schede tecniche, schede di sicurezza, manuali e certificazioni CE.

RISPOSTA:

La documentazione tecnica dovrà essere presentata in formato cartaceo e su supporto informatico.

Richiesta di CHIARIMENTO:

1) Si chiede conferma che, considerato il volume della documentazione tecnica, i fascicoli che compongono la documentazione tecnica stessa possano essere firmati solo sulla prima ed ultima pagina.

RISPOSTA:

No. La firma va apposta su ogni singola pagina.

Richiesta di CHIARIMENTO:

1) In considerazione che nella scheda offerta economica il materiale di consumo è richiesto "in sconto merce", si chiede conferma che tale prescrizione sia da intendersi anche per calibratori e controlli.

RISPOSTA:

Si conferma.

Richiesta di CHIARIMENTO:

1) Considerato che i carichi di lavoro sono comprensivi dei test per i controlli di qualità interni ed esterni si chiede conferma che non è necessaria la compilazione della colonna denominata "numero di Kit di reattivo necessario per controlli" nella scheda offerta economica service.

RISPOSTA:

Non è necessaria.

Richiesta di CHIARIMENTO:

1) In riferimento al Documento di partecipazione alla gara punto 5 che, *con riferimento alla presente gara, non ha presentato offerta in più di un raggruppamento o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento o consorzio*; si chiede conferma della possibilità di

partecipare, presentando offerte distinte e separate, in RTI per un lotto e come ditta singola per un altro.

RISPOSTA:

Si è possibile.

Richiesta di CHIARIMENTO:

1) Si chiede se relativamente alle offerte anomale – così come richiamate nell'art. 4.4, 3a del disciplinare di gara - , *sarà richiesto* per iscritto al concorrente che l'ha formulata di fornire spiegazioni in ordine al basso livello dei prezzi indicati nell'offerta in questione assegnandogli – prima della formulazione della proposta di aggiudicazione della gara – un termine non inferiore a quindici giorni per fornire i chiarimenti necessari, nel rispetto dell'art. 97 del D. Lgs 50/2016 Ovvero la proposta di aggiudicazione della gara risulterà espressamente e formalmente definita come "CONDIZIONATA" all'esito delle verifiche in ordine all'anomalia delle offerte.

RISPOSTA:

Prima della proposta di aggiudicazione verrà assegnato un termine ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs 50/2016, per ottenere i chiarimenti necessari.