

- Si chiede conferma che l'AVCP dovrà essere pagato non per singolo lotto partecipato ma per l'intero valore dell'appalto.

R. SI CONFERMA

- Anche la PASSOE sarà unica?

R. SI

- Art. 10 Disciplinare. Si dispone che "sui plichi dovrà altresì essere incollato il codice a barre presente sul documento PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS". Si chiede se tale disposizione venga assolta apponendo sul plico copia del codice a barre ricavato dal report rilasciato dall'AVCP?

R. SI

- Art. 10 punto A6 Disciplinare. Si dispone la presentazione di "dichiarazione di accettazione della modalità di copertura virtuale del lotto mediante operazione di riempimento (solo nel caso in cui la Ditta concorrente NON raggiunga l'integralità del lotto ma, comunque, copra almeno l'80% dello stesso, con arrotondamento all'intero inferiore)". Si chiede se in caso di copertura totale (100%) del lotto, tale dichiarazione vada omissa.

R. IN TAL CASO NON SARA' NECESSARIA ALLEGARLA

- Busta documentazione tecnica. Si chiede conferma che i vari requisiti richiesti possono – se del caso - essere compendati nella scheda tecnica, senza ricorrere a specifiche dichiarazioni ad hoc.

R. LA VALUTAZIONE SPETTA AL CONCORRENTE, SULLA BASE DI QUANTO RICHIESTO DAL DISCIPLINARE E DEL CONTENUTO DELLA SCHEDA TECNICA

- Offerta economica. Le varie buste relative ai lotti di partecipazione devono essere inserite all'interno di una ulteriore busta economica generale? Se sì, all'esterno di quest'ultima, devono essere riportati i lotti di partecipazione?

R. QUELLA PROPOSTA PUO' ESSERE UNA MODALITA' CORRETTA

- Costi sicurezza. L'onere viene assolto dichiarando – in calce all'offerta o su apposita dichiarazione - un importo?

RISPOSTA: ESATTO

- Cauzione provvisoria. Il punto A3) del disciplinare dispone la presentazione di "*cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016, a garanzia della stipula del contratto, dell'importo complessivo stimato a base d'asta (da non confondere con il valore di gara!) per ciascun lotto di partecipazione*". A titolo meramente esemplificativo, si chiede conferma che per il lotto 1, il valore percentuale del 2% della cauzione, da calcolare sull'importo di € 1.362.360,00 € sarà pari ad € 27.247,20

R. ESATTO, FATTE SALVE LE IPOTESI LEGALI DI RIDUZIONE

- Si chiede di precisare l'indirizzo dove devono essere recapitati i campioni di gara.

R. UFFICIO PROTOCOLLO DELLA ASL DI PESCARA

- Art. 10 Disciplinare. Si dispone che "ogni ditta dovrà inviare come campionatura, per ogni progressivo, numero cinque (5) pezzi presentati nel dispenser ad eccezione ecc.". Si chiede:

- salvo le varie eccezioni previste, si chiede se vadano campionati 5 pezzi per lotto;
- è sufficiente campionare i pezzi senza corredarli della scatola di vendita (confezione secondaria)?

- si chiede conferma che qualora nell'ambito dello stesso lotto vengano offerte più misure di uno stesso codice, è sufficiente presentare soltanto un pezzo relativo ad una misura qualsiasi.

R. SI RINVIA AL DISCIPLINARE DI GARA ED AI CHIARIMENTI GIA' FORNITI

- Si chiede conferma che, in luogo del modello 2 (art. 80 Codice) sottoscritto a firma di ciascun soggetto, può essere resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, una dichiarazione – con le relative fattispecie – a firma del sottoscrittore dell'offerta in nome e per conto degli interessati.

R. SI CONFERMA

- Cessati. Si chiede conferma che le disposizioni di cui all'art. 80 del Codice Appalti con riferimento ai cessati, vengono assolte con la compilazione del punto 12 del modello 1 - sottoscritto dal firmatario della documentazione di gara - senza dover pertanto allegare il modello 2 a firma di tali soggetti.

R. SI CONFERMA

- Modello 1 – Istanza. Segnaliamo al punto 4 un probabile refuso od omissione (la fattispecie ha inizio con "violazione...").

R. IL PUNTO 4 HA INIZIO CON "che l'impresa non HA violato ...". IL MODELLO VERRA' RIPUBBLICATO

- lotto 10 e precisamente sempre a riguardo delle pezze laparatomiche, il peso non inferiore a 110g/m2 è confermato visto che è un peso non proprio standard?

R. IN ASSENZA DI STANDARD STANDARD RIFERITO AL PESO (INTESO COME NORMATIVA UNI EN ISO), QUESTO È STATA STABILITO DALLA STAZIONE APPALTANTE, IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE LE PEZZE ASSORBONO (ANCHE) IN RELAZIONE ALLO STESSO PESO.

- Con riferimento al Lotto 2 è riportata la frase "sistema di chiusura prima del dispositivo di regolazione". Avremmo bisogno di sapere se si intende il clamp stringitubo o il regolatore tipo roller in aggiunta al regolatore di flusso ad alta precisione richiesto".

R. SI CONFEMA CHE SI INTENDE IL CLAMP STRINGITUBO O IL REGOLATORE TIPO ROLLER IN AGGIUNTA AL REGOLATORE DI FLUSSO AD ALTA PRECISIONE RICHIESTO.