

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DI SISTEMI INFUSIONALI PER LA AUSL DI PESCARA MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI. CIG 77616078B6

RICHIESTA CHIARIMENTI (2)

Con riferimento alla procedura citata in oggetto, siamo a porre i seguenti quesiti:

1. Capitolato speciale d'appalto. Si chiede di confermare che l'oggetto del presente appalto non è un servizio di tipo domiciliare e di confermare di conseguenza che le seguenti richieste sono da considerarsi refuso:
 - Consegna e collaudo presso il domicilio dell'utente (art.6)
 - Rendicontazione semestrale con un report informatico che dovrà riportare il nominativo del paziente a domicilio (art.7)

Inoltre le richieste sopracitate risultano essere anche in contrasto con quanto richiesto nell'art.8 (Luogo di consegna) come di seguito riportato:

- La consegna e l'installazione delle apparecchiature devono essere effettuate presso le strutture dell'AUSL di Pescara, nei locali delle strutture della ASL.
2. Capitolato speciale d'appalto. Considerando che l'oggetto della fornitura (gruppo pompe) è un noleggio di pompe per infusione dove come prescritto dall'art.16 "il fornitore dovrà garantire, per l'intero periodo di efficacia dell'appalto, la perfetta efficienza delle apparecchiature in service (noleggio)", si chiede di confermare che la richiesta di fornitura di software diagnostici (art.10) è da considerarsi un refuso in quanto la manutenzione correttiva e preventiva è totalmente a carico del fornitore.
 3. Capitolato speciale d'appalto. Si chiede di confermare che quanto richiesto nell'art.16, punto 2, relativamente alla sanificazione/sanitizzazione è da considerarsi refuso in quanto non applicabile alle apparecchiature oggetto dell'appalto (pompe per infusione). Infatti la sanificazione/sanitizzazione è un'operazione a carico del personale utilizzatore come prescritto nel manuale d'uso e tale operazione di pulizia e disinfezione deve essere svolta dopo ogni utilizzo sul paziente per evitare rischi di infezione e trasmissione microbica.
 4. Si chiede di confermare che il numero di visite manutentive dovrà essere pari al numero previsto dal Produttore nel manuale service come prescritto nell'art. 16, punto2, del capitolato speciale.

Ringraziando per l'attenzione che vorrete accordarci ed in attesa di Vs. riscontro in merito con l'occasione porgiamo distinti saluti.

**FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
Isabella Bruni
Procuratore Speciale**